



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
CLÍNICA DE NEFROLOGIA DO HFA

Parte nº 76/2017/CLIN NEFROLOG HFA

Brasília - DF, 16 de agosto de 2017.

Do: Chefe da Nefrologia/Hemodiálise

Ao: Seção de Licitações

Assunto: Resposta sobre esclarecimento sobre item 05 do edital

1. Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre o item 05 do edital, "CATETER, TIPO TRIPLO LÚMEN, APLICAÇÃO HEMODIÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS **AGULHA INTRODUTORA C/VÁLVULA ANTIREFLUXO**, COMPRIMENTO 20, USO GUIA METÁLICA EM ,0,9MM X 53CM, CALIBRE 12, MODELO C/3 LUMENS(TAMANHOS 14G,18G E 18G), REVESTIMENTO DESCARTÁVEL," a Clínica de Nefrologia entende que a descrição da referida Agulha introdutória com válvula antirefluxo para cateter Triplo Lúmen, pode estar exacerbada, como contesta a empresa interessada no certame.

2 Face o exposto, solicito considerar a seguinte descrição: CATETER, TIPO TRIPLO LÚMEN, APLICAÇÃOHEMODIÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGULHA INTRODUTORA , COMPRIMENTO 20, USO GUIA METÁLICA EM ,0,9MM X 53CM, CALIBRE 12,MODELO C/3 LUMENS(TAMANHOS 14G,18G E 18G), REVESTIMENTO DESCARTÁVEL.

3 De acordo com o Edital, a quantidade é de 30 Unidades .

CRHISTIANNE BONHEUR – CT (Md)
Chefe da Seção de Nefrologia/Hemodiálise



Documento assinado eletronicamente por **Crhristianne Bonheur, Chefe**, em 16/08/2017, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0644160** e o código CRC **964DDA37**.
