



Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

Esclarecimento PE 55-2017

3 mensagens

Rogério Rodrigues da Silva <rogerio.silva@unimek.com.br>
Para: licitacao@hfa.mil.br, Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

16 de outubro de 2017 12:00

Bom dia,

A **Unimek Comércio de Materiais Médicos hospitalares Ltda**, estabelecida no Sia Trecho 3/4 Lotes 925/695 – Sala 116 B – Sia Centro Empresarial – Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob n.º 04.925.446/0001-88, vem por meio deste e-mail, solicitar esclarecimento quanto ao Pregão 55/2017.

Com referência ao grupo 02, itens 11 ao 16, o sistema informado no edital é o 1.5.
É POSSÍVEL OFERTAMOS O SISTEMA 1.7, SEM PREJUÍZO DE ATENDIMENTO AO QUE SE DESTINA O PROCEDIMENTO??

Com referência ao grupo 03, itens 17 ao 23, o sistema informado no edital é o 2.4.
É POSSÍVEL OFERTAMOS O SISTEMA 2.3, SEM PREJUÍZO DE ATENDIMENTO AO QUE SE DESTINA O PROCEDIMENTO?

Ficamos no aguardo de uma resposta.

Obrigado.

--

[Sem título](#)

Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>
Para: Rogério Rodrigues da Silva <rogerio.silva@unimek.com.br>

20 de outubro de 2017 08:45

Sr Rogério Rodrigues;
Em atenção a sua mensagem, informo que o pedido de esclarecimento foi encaminhado ao setor técnico para fim de solução.
Att.
BARBOSA - 1º Ten - Assist Seç Lic.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>
Para: Rogério Rodrigues da Silva <rogerio.silva@unimek.com.br>

20 de outubro de 2017 10:56

Sr. Rogério Rodrigues da Silva
Bom dia.
Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por V. Sª, em relação ao PE 55/2017-HFA, conforme descrito abaixo:

"A **Unimek Comércio de Materiais Médicos hospitalares Ltda**, estabelecida no Sia Trecho 3/4 Lotes 925/695 – Sala 116 B – Sia Centro Empresarial – Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob n.º 04.925.446/0001-88, vem por meio deste e-mail, solicitar esclarecimento quanto ao Pregão 55/2017.

Com referência ao grupo 02, itens 11 ao 16, o sistema informado no edital é o 1.5.

É POSSÍVEL OFERTAMOS O SISTEMA 1.7, SEM PREJUÍZO DE ATENDIMENTO AO QUE SE DESTINA O PROCEDIMENTO??

Com referência ao grupo 03, itens 17 ao 23, o sistema informado no edital é o 2.4.

É POSSÍVEL OFERTAMOS O SISTEMA 2.3, SEM PREJUÍZO DE ATENDIMENTO AO QUE SE DESTINA O PROCEDIMENTO?

Ficamos no aguardo de uma resposta.

Obrigado."

O Setor Técnico Requisitante do HFA foi consultado, tendo emitido a seguinte resposta:

Em resposta à Parte da referência, informo a V. S^a. que a resposta ao questionamento está previsto no item 1.2.2 de ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, como se segue:

“ Placas e parafusos de sistemas compatíveis (ex. 1.7/1.6 e 2.3/2.7) poderão ser ofertados em vez do sistema 1.5 e 2.4, desde que as demais especificações (formato, dimensões, etc), compatibilidade e indicações de uso sejam equivalentes. Tal possibilidade visa promover a ampla concorrência, ao mesmo tempo que não interfere com a conduta cirúrgica e os decorrentes resultados.”

Na expectativa que a presente resposta tenha dirimido a dúvida, solicito acusar o recebimento.

Att.

BARBOSA - 1º Ten - Assist Seç Lic HFA.

Em 16 de outubro de 2017 12:00, Rogério Rodrigues da Silva <rogerio.silva@unimek.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]