

Zimbra

flramos@hfa.mil.br

---

**Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico 56/2017 Hospital Das Forças Armadas**

---

**De :** Destro, Patricia <PDestro@sjm.com>

Qui, 26 de out de 2017 17:03

**Assunto :** Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico 56/2017  
Hospital Das Forças Armadas 2 anexos**Para :** licitacao@hfa.mil.br**Cc :** Stelzer, Marcelo V <MStelzer@sjm.com>, Siqueira,  
Cecilia <CSiqueira@sjm.com>

Prezados, boa tarde

Vimos através deste, solicitar pedido de esclarecimento referente aos descritivos do edital 56/2017 - Processo 60.550.016.549/2016-97  
Para os subitens dos grupos 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,16,17 e 18 conforme termo de referência em anexo,

Informar qual tipo de conexão deve ser considerada para os geradores IS-1 ou VS-1.  
E para os respectivos eletrodos informar qual conexão deverá ser considerado DF-1 ou DF-4  
Qual seria a conexão VS-2, não foi identificado relação com os anteriores.

Lembrando que a padronização internacional entre os fabricantes considera IS4 e DF4 para novos implantes, ficando os anteriores apenas para troca do gerador.

Desde já agradecemos sua atenção e permanecemos no aguardo

Atenciosamente,

**St. Jude Medical is now Abbott.****Patricia Destro**  
Bidding AssistantAbbott  
Rua Itapeva, n° 538 5° ao 8°  
andar  
Bela Vista – São Paulo – SP  
Cep: 01332-000  
BrasilO: 55 11 5080.5457  
M: +1 xxx xxx xxxx  
E: [pdestro@sjm.com](mailto:pdestro@sjm.com)

---

This communication may contain information that is proprietary, confidential, or exempt from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any other dissemination, distribution, use or copying of this communication is strictly prohibited. Anyone who receives this message in error should notify the sender immediately by telephone or by return e-mail and delete it from his or her computer.

---

**image001.jpg**  
2 KB**Edital pregão eletrônico 56 2017 HFA DF.pdf**  
208 KB