



PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Divisão de Enfermagem


Ao: Ordenador de Despesa

Assunto: Confecção de pregão eletrônico para aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	Média Mensal estimada de Consumo	CAT MAT / SV	Margem de Preferência (Decreto nº 7.767)
01	UND	SUORTE SACO HAMPER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO 53, ALTURA 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODIZIOS E SACO EM COURVIM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS	45	---	250372	---
02	UND	ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MMHG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO USO ADULTO	50	---	237680	---
03	UND	ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO COLUNA DE MERCÚRIO C/ PEDESTAL, COMPONENTES BRAÇADEIRA MANGUITO, PERA VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EM DURO ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO USO ADULTO, ACESSÓRIOS BRAÇADEIRA TECIDO RESISTENTE FECHO EM VELCRO.	50	---	325570	---
04	UND	SUORTE PARA SORO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM EPÓXI, REGULAGEM DA ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODIZIOS COM RODIZIOS DE 3', PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 3 GANCHOS	130	---	407721	---
05	UND	CAMA BELICHE MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2, COMPRIMENTO 200, LARGURA 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL E MATERIAL PROTEGIDO CONTRA FERRUGEM. ITEM ADICIONAL: COLCHÃO MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO TECIDO MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO TECIDO CONTRA FUNGOS, LEVEDURAS, ÁCAROS, ALTURA MÍNIMA 15, DENSIDADE 33, USO HOSPITALAR, COMPATÍVEL COM CAMA BELICHE	25	---	64947	---
06	UND	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO RECLINÁVEL DOIS NIVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS FIXO MACIÇO 24', TIPO PNEU TRASEIRO GIRATÓRIO 5', APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE, LARGURA DO	25	---	400783	8%

END BRING

		ASSENTO DE ATÉ 80, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA SORO E CILINDRO DE O2				
07	UND	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO TIPO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	30	---	404339	8%
08	UND	ESTETOSCÓPIO TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ARTICULAÇÃO "Y" SEM SOLDAS AÇO INOX, MATERIAL HASTE LEVE, RESISTENTE, AJUSTE AUTOMÁTICO, MODELO ALTA SENSIBILIDADE, DIAFRAGMA E CAMPÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLIVAS ANATÔMICAS, EMBALADO EM CAIXA	80	---	304834	---
09	UND	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE	65	---	275077	---
10	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVAS DE GAVETA COM LACRE	15	---	410759	---
11	UND	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIOS DE 2", COM FREIOS, ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 73X41X76 CM, OUTROS COMPONENTES COMPARTIMENTO PARA UTENSÍLIO	15	---	402086	---
12	UND	CARRO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ESTRUTURA POLICARBONATO INJETADO, TIPO RODÍZIO 125MM, 2 COM TRAVA, ALTURA 1200, LARGURA 832, PROFUNDIDADE 320, QUANTIDADE BANDEJAS 6 PRATEL, C/5 CAIXAS, DIVISÓRIAS INTERNAS C/HORÁRIOS, TIPO CAIXA GAVETA 147MM ALTURA INFERIOR, LARGURA CAIXA 132, ALTURA CAIXA 57, PROFUNDIDADE DE CAIXA 320	08	---	304787	---
13	UND	DEFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, PESO MÁXIMO DE 8,5, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE 1 CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO ADULTO E PEDIÁTRICO	12	---	422519	15%
14	UND	COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3.500, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA	50	---	385757	---
15	UND	COMPADRE (URINOL) MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000	20	---	385777	---
16	UND	MONITOR MULTIPARÂMETRO, MEDIDOR MODULAR, TIPO REGISTRO ECG/RESP./SATURAÇÃO O2/PRESSÃO INVASIVA/PNI, TIPO PROGRAMAÇÃO TEMPERATURA, DEBITO	20	---	302266	20%



1977
1978
1979
1980
1981
1982

		CARDIACO, CAPNOGRAFIA, ADICIONAIS INDICE BISPECTRAL				
17	UND	LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, COMPOSIÇÃO C/CABO, LÂMINAS CURVAS 0,1,2,3,4 RETAS 0,1,2,3,4 TIPO ENCAIXE PADRÃO, LÂMINAS ACABAMENTO FOSCO, TIPO PILHAS 2 PILHAS 1,5V, LÂMPADA HALÓGENA, EMBALAGEM EM BOLSA DE COURVIN C/ZIPER, C/LÂMPADA EXTRA	22	---	275173	
18	UND	ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO ¼ HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUENCIA 60, VOLUME AR FLUXO DE 0 A 24 L/MIN, TENSÃO 110/220, ACESSÓRIOS VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES, FRASCO EXTRA, OUTROS COMPONENTES 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO	15	---	416574	---
19	UND	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL, COMPONENTES 02 MANÔMETROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FILTRO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO ROSCA PARA OXIGÊNIO	10	---	229646	---
20	UND	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL, COMPONENTES 2 MANÔMETROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FILTRO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO ROSCA PARA AR COMPRIMIDO	10	---	229647	---
21	UND	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 1,88, ALTURA BASE 7, LARGURA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM CURVIM, COM DEBRUM E COM COR, APLICAÇÃO PARA MACA	25	---	323941	---
22	UND	TERMÔMETRO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA - 25" A 30", APLICAÇÃO GELADEIRA, ELEMENTO EXPANSÃO LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120, DIÂMETRO 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO EXTENSOR DE 7,6MM	20	---	238089	---
23	UND	CONJUNTO TRICOTOMIA, COMPONENTES TRICOTOMIZADOR ELÉTRICO 220V, CARREGADOR, TIPO USO LÂMINA CABEÇOTE FIXO, ESTÉRIL, ACESSÓRIOS ACOMPANHA 2 CAIXAS COM 50 LÂMINAS	08	---	380705	---
24	UND	OXÍMETRO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO MEDIÇÃO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 0 A 100 PER, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 30-250 BPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME AUDIO-VISUAL REGULÁVEL	18	---	304205	15%
25	UND	MACA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ADULTO, COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR DUAS COLUNAS HIDRÁULICAS ACIONADAS POR PEDAIS, QUE POSSIBILITEM A ELEVAÇÃO DE ALTURA TREDELEMBURG E REVERSO TREDELEMBURG. MOVIMENTO DO DORSO DEVERÁ SER ACIONADO POR SISTEMA HIDRÁULICO OU SISTEMA TIPO AMORTECEDOR, PERMITINDO A ELEVAÇÃO DO DORSO DE NO MÍNIMO 70 GRAUS. O MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DO DORSO NÃO DEVE EXIGIR ESFORÇO DO PROFISSIONAL E DEVE SER INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DAS GRADES. GRADES LATERAIS, DE EMPILHAR OU RETRÁTEIS ESCAMOTEÁVEIS COM TUBOS DE AÇO, RECOBERTO POR MATERIAL	10	---	364296	---



RECEIVED
MAY 10 1960



		TERMOPLÁSTICO. CARENAGEM INFERIOR DE MATERIAL RESISTENTE COM CAVIDADE LONGITUDINAL PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. A MACA DEVERÁ SER MANOBRÁVEL, COM APOIO DA QUINTA RODA. COLCHÃO DE ESPUMA EM POLIURETANO COM FORRO ELÁSTICO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL, COM ALTURA DE 7 A 10CM, RESISTENTE A FLUIDOS E COM COSTURA ELETRÔNICA. DEVERÁ POSSUIR UMA HASTE DE SORO.				
26	UND	BACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE MÍNIMA 06 LITROS	25	---	324138	---
27	UND	CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TIPO RIM, COMPRIMENTO 26, LARGURA 12, CAPACIDADE 700	18	---	275954	---
28	UND	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 6, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 1,97, LARGURA 0,96, PROFUNDIDADE 0,42, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS EM POLIPROPILENO PRETO E REMOVÍVEL, C/VENEZIAN, MATERIAL CHAPA AÇO 22, APLICAÇÃO ROUPEIRO	15	---	273813	---
29	UND	MANGUITO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM MONITOR DIXTAL 2020	20	---	47988	---
30	UND	MANGUITO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ADULTO OBESO, APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM MONITOR DIXTAL 2020	20	---	47988	---
31	UND	MANGUITO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO PEDIÁTRICO, APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM MONITOR DIXTAL 2020	15	---	47988	---
32	UND	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL COM TRAÇADO PERMANENTE DE ALTA QUALIDADE. COM 03 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES AO TOQUE DE UMA SÓ TECLA, EM UMA SÓ PÁGINA. COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA LINHA DE BASE E INTERFERÊNCIAS. TRAÇADO DIGITAL DE ALTA FIDELIDADE. PONTO J BEM DEFINIDO. BATERIA, PILHA E REDE. IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM (NÃO TERMOSENSÍVEL) E CANETA ROLLER BAL. FORMULÁRIO CONTÍNUO OU FOLHAS INDIVIDUAIS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR	05	---	23310	15%
33	UND	BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SEM TAMPA, COMPRIMENTO 42, LARGURA 30, ALTURA 4,50	30	---	208117	---

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DA DIVISÃO	REQUISITANTE
<p>Ratifico em <u>22/07/2015</u></p> <p><i>Neuzimar G. Silva</i> Mol - R1 Ident. 153352314-7 153352314-7</p> <p><i>Isa Menezes Bezerra</i> CAP QCO ENF Chefe da Divisão de Enfermagem</p>	<p>Solicito em <u>22/07/2015</u></p> <p><i>Neuzimar G. Silva</i> Mol - R1 Ident. 153352314-7 153352314-7</p> <p><i>Isa Menezes Bezerra</i> CAP QCO ENF Chefe da Divisão de Enfermagem</p>

ERIKSON



AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo abertura do processo:

PE SRP		PE Tradicional		Adesão		Participação	
--------	--	----------------	--	--------	--	--------------	--

Brasília, ____ / ____ /20 ____.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA – Cel R1
Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas


MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do HFA