



Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 58/2017 - ITEM 13 CARDIOVERSOR

1 mensagem

Patrícia Oliveira <licitacao@instramed.com.br>

7 de novembro de 2017 08:23

Para: licitacao@hfa.mil.br
Cc: pregaohfa@gmail.com

Bom dia

Solicitamos esclarecer quanto ao descritivo do item 13 Cardioversor :

"DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, PESO MÁX. DE 8,5, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO"

Aqui o descritivo deixa claro que os Parâmetros solicitados no equipamento e pelo seu valor de referência, tratasse de ECG, SPO2 , MP ,RESP, DESF, ECG

Porem no descritivo técnico já reza o seguinte texto:

"...Deve oferecer todas as opções de parâmetros não invasivos como SpO2, EtCO2, NIBP e ECG de 12 vias totalmente interpretável. Informações de ritmo cardíaco..."

Sendo assim, solicitamos esclarecer se o equipamento terá de ter todas os parâmetros : SpO2, EtCO2, NIBP e ECG de 12 vias, OU SE terá que ter opção de agregar ao equipamento tais parâmetros ?

Atenciosamente,

Patrícia Oliveira

Analista de Licitação

licitacao@instramed.com.br

Telefone: (51)3073.8228

Visite nosso site: www.instramed.com.br