



Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS DE BRASÍLIA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 006/2017

1 mensagem

Ingrid Oliveira <ingrid.oliveira@toshibamedical.com.br>

24 de novembro de 2017 16:02

Para: "licitacao@hfa.mil.br" <licitacao@hfa.mil.br>, "pregaohfa@gmail.com" <pregaohfa@gmail.com>

Ao

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS DE BRASÍLIA

Brasília – DF

REF.: PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 060/2017

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual Aquisição de material permanente médico hospitalar para os setores: Clínica

de Pneumologia, Serviço de Anestesiologia e Gasoterapia, Clínica de Cardiologia, Unidade de Emergência, Clínica de Otorrinolaringologia, Serviço de

Hemodinâmica, Clínica de Pediatria, Divisão de Enfermagem, Clínica Médica, Laboratório de Análises Clínicas - LAC, Seção de Nutrição e Dietética,

Agência Transfusional, Clínica Cirúrgica, Anatomia Patológica, Centro de Material e Esterilização - CME, Subseção de Abastecimento de Medicamento -

SAMED, Traumatologia-Ortopedia, Serviço de Diagnóstico por Imagem, Clínica de Oncologia, Clínica de Oftalmologia, Clínica de Gastroenterologia, Divisão de

Ondontologia e Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste

Edital e seus anexos..

Prezados Senhores,

A empresa Toshiba Medical do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.563.938/0001-10 em conformidade com o Edital, vem solicitar revisão do edital.

DO PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL:

De: Sistema digital de alta resolução com pelo menos 100.000 canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intra-operatório, transesofágico, cardiologia, inclusive neonatal, com as seguintes características técnicas mínimas

Alterar para:pelo menos 65.000 canais digitais....

Justificativa: A sugestão visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias, não interferindo assim no desempenho do mesmo.

De: Monitor de no mínimo 20 polegadas, LCD

Alterar para: Monitor de no mínimo 19 polegadas, LCD.

Justificativa: A alteração permite um maior número de participantes do certame uma vez que não interfere no desempenho do equipamento a ser ofertado, tendo o modelo sugerido uma resolução para visualização de imagens superior e área de exibição de forma Full.

De: Painel de controle articulável, incluindo altura e giro;

Alterar para: Painel de controle articulável, incluindo altura.

Justificativa: A alteração visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias.

Salientamos que as alterações se fazem necessárias para permitir a participação de todas as empresas do ramo, propiciando à este Órgão a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Toshiba Medical do Brasil possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão Público.

Atenciosamente,

Ingrid Oliveira

Toshiba Medical do Brasil Ltda | Departamento de Licitações
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – BRASIL – CEP 06460-120
+55 11 4134-0000 | +55 11 4134-0135
ingrid.oliveira@toshibamedical.com.br | www.toshibamedical.com.br

