



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Processo Administrativo Nº 60550.033466/2016-62
Pregão SRP 57/2017 – TIPO MENOR PREÇO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Despacho nº 34/SLIC HFA/SDALC HFA/DCAF HFA/Cmt Log - HFA/HFA/SEPESD/SG-MD

Processo nº 60550.007839/2017-21

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento empresa Toshiba Medical

1. EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: Toshiba Medical do Brasil Ltda

Departamento de Licitações Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – BRASIL – CEP 06460-120 +55 11 4134-0000 | +55 11 4134-013

Ref. Pregão Eletrônico Nº 60/2017 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

A empresa Toshiba Medical do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.563.938/0001-10 em conformidade com o Edital, vem solicitar revisão do edital.

DO PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL DO ITEM 40:

De: Sistema digital de alta resolução com pelo menos 100.000 canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intra-operatório, transesofágico, cardiologia, inclusive neonatal, com as seguintes características técnicas mínimas Alterar para: ...pelo menos 65.000 canais digitais.... Justificativa: A sugestão visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias, não interferindo assim no desempenho do mesmo. De: Monitor de no mínimo 20 polegadas, LCD Alterar para: Monitor de no mínimo 19 polegadas, LCD. Justificativa: A alteração permite um maior número de participantes do certame uma vez que não interfere no desempenho do equipamento a ser ofertado, tendo o modelo sugerido uma resolução para visualização de imagens superior e área de exibição de forma Full. De: Painel de controle articulável, incluindo altura e giro; Alterar para: Painel de controle articulável, incluindo altura. Justificativa: A alteração visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias.

Salientamos que as alterações se fazem necessárias para permitir a participação de todas as empresas do ramo, propiciando à este Órgão a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa. A Toshiba Medical do Brasil possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão Público.

Atenciosamente,

2. RESPOSTA

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Toshiba Medical do Brasil Ltda, conforme abaixo:

Em resposta a Parte nº 821/2017/SLIC HFA, de 27 de novembro de 2017, informo-vos que o Item 40 (ECÓGRAFO), do Pregão nº 60/2017 – Aquisição de material, poderá ser fornecido com as seguintes especificações:

Sistema digital de alta resolução de no mínimo **60.000** canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intra-operatório, transesofágico, cardiologia, inclusive neonatal, com as seguintes características técnicas mínimas: Monitor de no mínimo 20 polegadas, LCD, **podendo ser de 19 polegadas com imagem Fullscreen**; Painel de controle articulável, incluindo altura e **podendo ter ou não o giro**.

GYLSE-ANNE DE SOUZA LIMA - Med Rad

Chefe da Seção de Imagenologia

Brasília, 27 de novembro de 2017.

JOÃO BATISTA DA SILVA - CAP QAO ADM
Encarregado do Processo



Documento assinado eletronicamente por **Joao Batista da Silva, Equipe de Apoio**, em 28/11/2017, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0778470** e o código CRC **6DF98ED4**.

