
Assunto: RE: Pregão Eletrônico nº 64/2017 - Proposta da Laerdal para os Itens 52 e 65 - Hospital das Forças Armadas (HFA)

De: Vanessa Garcia (Vanessa.Garcia@laerdal.com)

Para: savio.reder@yahoo.com.br; comercial@laerdal.com;

Data: Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018 10:23

Prezado Dr. Sávio,

Bom dia!

Seguem abaixo as respostas solicitadas:

1. Referência item 52: O equipamento permite sondagens urinárias e nasogástricas. O equipamento reconhece o tipo de droga administrada (através de cenários automáticos ou manuais do software LLEAP) e responde fisiologicamente/farmacologicamente através do monitor multiparamétrico alterando os parâmetros (se for o caso e de acordo com a droga administrada) automaticamente. Com relação a reanimação cardiorespiratória, o nosso equipamento está de acordo com as diretrizes AHA (American Heart Association – parceiro Laerdal a mais de 30 anos) ano 2015 (guia mais recente). Lembrando que as diretrizes da AHA são atualizadas a cada 5 anos.
2. Referência item 65: O equipamento oferecido permite a instalação e módulos (básicos ou avançados) de software adicionais a qualquer momento.

Qualquer dúvida ou solicitação adicional, estamos a disposição.

Atenciosamente,

Vanessa Alcantara Garcia

Inside Sales Support Specialist

vanessa.garcia@laerdal.com

Laerdal do Brasil

Al. Mamoré, 503 | 14º andar conj. 144
Alphaville – Barueri – SP – cep 06454-040
Tel.: +55 11 4193-8007 Ramal: 110
www.laerdal.com.br



From: Savio Reder [mailto:savio.reder@yahoo.com.br]

Sent: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 09:23

To: comercial, comercial <comercial@laerdal.com>; Vanessa Garcia <Vanessa.Garcia@laerdal.com>

Subject: Pregão Eletrônico nº 64/2017 - Proposta da Laerdal para os Itens 52 e 65 - Hospital das Forças Armadas (HFA)

Prezado Responsável,

Sobre o assunto, solicito responder, o mais rápido possível, os questionamentos abaixo a fim de subsidiar elaboração de parecer técnico por este oficial, o qual foi requerido pelo pregoeiro do processo em tela:

1) **Sobre a proposta da Laerdal para o item 52** - O equipamento oferecido permite realizar sondagens urinárias e nasogástricas? O equipamento dispõe de reconhecimento automático de drogas IV? Em caso negativo, é possível incorporar essas capacidades à proposta sem aumento de custo? No que se refere à Reanimação Cárdiorrespiratória, o equipamento é compatível com as Diretrizes de qual edição do ACLS (na proposta, há menção de 2005 e 2015, sem mencionar o órgão responsável pela emissão das Diretrizes)?

2) **Sobre a proposta da Laerdal para o item 65** - O equipamento oferecido possui predisposição para incorporação de módulos adicionais para simulação de cirurgias videolaparoscópicas avançadas?

Outrossim, a resposta será oportuna se nos for remetida ainda na manhã desta data (15/2/18). Att,

Sávio **REDER** de Souza - Maj Med EB

Chefe da Divisão de Ensino da Direção Técnica de Ensino e Pesquisa do HFA

Anexos

- image001.jpg (3,06 KB)