

Zimbra

almenezes@hfa.mil.br

---

**RES: PREGÃO ELETRONICO 65/2017 - ESCLARECIMENTOS**

---

**De :** Anderson <licitacao1@celmat.com.br>

Seg, 04 de dez de 2017 11:02

**Assunto :** RES: PREGÃO ELETRONICO 65/2017 -  
ESCLARECIMENTOS**Para :** licitacao@hfa.mil.br

Bom dia

Sobre nosso questionamento abaixo, gostaria de saber se foi recebido pois estamos aguardando resposta para definir nossa participação no Certame.

Att

CELSO LOPES MARTINS EIRELI  
CNPJ: 96.260.369/0001-02  
(11) 5011-5288

---

**De:** Anderson [mailto:licitacao1@celmat.com.br]**Enviada em:** quarta-feira, 29 de novembro de 2017 17:13**Para:** 'licitacao@hfa.mil.br' <licitacao@hfa.mil.br>**Assunto:** PREGÃO ELETRONICO 65/2017 - ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRONICO 65/2017  
Processo 60550.001041/2016-94

A empresa CELSO LOPES MARTINS EIRELI, registrada no CNPJ 96.260.369/0001-02, vem através deste solicitar esclarecimento como segue:

Esclarecimento: Os **itens 17, 19, 20** pedem Dispositivo Supraglótico (Tubo Laringeo), cada qual com seu respectivo tamanho, no entanto, o valor unitário registrado para estes produtos não corresponde à tecnologia que está sendo solicitada. Pede-se que o produto seja confeccionado em Silicone e que suporte processo de autoclave, no entanto, o valor para este tipo de produto não é o mesmo conforme registrado na estimativa do Edital. Acreditamos que houve erro durante a estimativa, onde certamente pegaram como referencia Tubo Laringeo DESCARTÁVEL, pois o valor unitário registrado corresponde ao modelo descartável e não o de silicone autoclavável conforme pede o Edital.

**Do nosso pedido: Diante desta situação, visando atender o valor de referencia registrado, perguntamos se poderá ser aceito Tubo Laringeo DESCARTÁVEL, uma vez que este modelo atende ao valor de referencia estipulado em Edital.**

Esclarecimento: O **Item 40** pede Kit para Cricotireiodostomia e também está em situação semelhante, onde o valor unitário registrado não corresponde ao produto que

está sendo solicitado. Pede-se que o produto seja fornecido com cuff distal insufável e trava de segurança, no entanto, o valor registrado corresponde ao preço de Mercado do modelo SEM cuff distal e SEM trava de Segurança.

Do nosso pedido: Diante desta situação, visando atender o valor de referência registrado, perguntamos se poderá ser aceito Kit para Cricotireiodostomia SEM cuff (balão) e SEM trava de Segurança.

Esclarecimento: O **item 98** pede Dispositivo Supraglótico (Tubo Laringeo GÁSTRICO), e ocorreu a mesma situação, na qual foi tido como valor unitário de referência o mesmo preço dos itens 17, 19 e 20, porém, trata-se de um produto totalmente diferente, com outra tecnologia e finalidade, onde o valor unitário também não corresponde ao preço deste produto no Mercado.

Para este item, infelizmente não temos alternativa de atendimento, uma vez que o único modelo que trabalhamos corresponde exatamente ao que está sendo solicitado, não temos modelo descartável que atenda ao valor de referência, portanto, pedimos apenas que seja reavaliado o valor de referência para o produto do item 98.

Sem mais, aguardamos retorno para definir nossa participação para estes itens.

Att

CELSO LOPES MARTINS EIRELI  
CNPJ: 96.260.369/0001-02  
(11) 5011-5288

---