



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA DO HFA

Parte nº 627/2017/SEÇ IMAGEN HFA

Brasília - DF, 22 de dezembro de 2017.

Do: Chefe da Seção de Imagenologia

Ao: Chefe da Seção de Licitações

Assunto: Esclarecimento Pregão 69/2017 - aquisição material de diagnóstico por imagem

Referência: Pedido de Impugnação ao Edital empresa UNIVEN HEALTHCARE (0820442),

1. Em atenção a **Parte nº 952/2017/SLIC HFA, de 21 Dez 17 (0820455)**, informo-vos que a Seção de Imagenologia do HFA possui um equipamento de processamento de imagens, tipo CR, da marca AGFA e instalado ao mesmo duas impressoras de filmes radiológicos, sendo uma da marca AGFA e outra da marca Kodak, razão pela qual foi solicitado a aquisição de filmes compatíveis com essas impressoras disponibilizadas no Setor.
2. No caso da empresa UNIVEN HEALTHCARE, se a sua mercadoria não for compatível para impressão nos equipamentos das marcas anteriormente mencionadas, esta poderá participar na condição de fornecer o equipamento para impressão, bem como garantir a manutenção preventiva e corretiva do mesmo enquanto durar o contrato licitatório.

GYLSE-ANNE DE SOUZA LIMA – Médica Radiologista
Chefe da Seção de Imagenologia



Documento assinado eletronicamente por **Gylse-Anne de Souza Lima, Chefe**, em 22/12/2017, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0821359** e o código CRC **C7F2B906**.