



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA DO HFA

Parte nº 617/2017/SEC IMAGEN HFA

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2017.

Do: Chefe da Seção de Imagenologia

Ao: Chefe da Seção de Licitações

Assunto: esclarecimento de itens do Pregão nº 69/2017.

1. Em atenção a **Parte nº 927/2017/SLIC HFA**, de 19 Dez 17 (0814728), sobre o pedido de esclarecimento do item do Pregão 69/2017 solicitado pela empresa Millenium (0814723), informo-vos que o item 26 EXTENSOR DE 20 CM PARA BOMBA INJETORA deve ser compatível com as Bombas da marca/modelo MEDRAD Vistron CT e MEDRAD Spectris Solaris.

2. Em relação a **Parte nº 929/2017/SLIC HFA**, de 19 Dez 17 (0815040), sobre a solicitação de esclarecimento do Pregão 69/2017 pela empresa Melo Distribuidora (0815035), sobre a possibilidade de fornecimento de Filmes Radiológicos da marca Fujifilmes, com disponibilização do equipamento da marca Fujifilmes para processamento dos mesmos, sem custo adicional e com manutenção preventiva e corretiva do equipamento, com vigência no período de contrato dos filmes, esta Chefia esclarece que, somente com o fornecimento do equipamento de acordo com a proposta apresentada pela empresa, esta poderá participar do Pregão 69/2017 para fornecer os filmes da marca Fujifilmes, pois a Seção de Imagenologia do HFA não dispõe de impressora de filmes dessa marca.

GYLSE-ANNE DE SOUZA LIMA – Médica Radiologista
Chefe da Seção de Imagenologia



Documento assinado eletronicamente por **Gylse-Anne de Souza Lima, Chefe**, em 20/12/2017, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0815723** e o código CRC **E623EBA0**.