

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>SECRETARIA-GERAL</b> <b>SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO</b> <b>HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS</b>	<b>PAM nº 13/2017/SEC</b> <b>ADM DIV ODONTO</b> <b>HFA</b>
--	--	--

**PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)**

Do: Chefe da Divisão de Odontologia

Ao: Ordenador de Despesa

Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de Material de Consumo de Uso Comum para a Divisão de Odontologia do HFA

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/ OBSERVAÇÕES	MARGEM DE PREF Dec nº 7.767/12
1.	0397505	CX C/100	100	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 (22G X 1) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM TAMPA PROTETORA EM PVC, CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. ADAPTADOR TIPO LUER. ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E ATRAUMÁTICA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
2.	0240822	LT	850	ÁLCOOL 70%. SANEANTE, LÍQUIDO, APLICAÇÃO MÉDICA/ODONTOLÓGICA, ANTISSÉPTICO. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	-	NÃO SE APLICA
3.	0236032	LT	50	ÁLCOOL 92,8%. FRASCO COM 1 LITRO.	-	NÃO SE APLICA
4.	0237004	UND	1.100	AVENTAL OU CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL NÃO TECIDO, TEXTURA 3 CAMADAS, GRAMATURA MÍNIMA 40G, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA PUNHO SANFONADO COM PRENDENDOR NO DEDO, TIPO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL.	-	NÃO SE APLICA
5.	0113166	PARES	40	CALÇADO OCUPACIONAL PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, FEITO EM EVA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. MATERIAL EMBORRACHADO, IMPERMEÁVEL, CONFORTÁVEL. CORPO FEITO EM MONOBLOCO, SEM EMENDAS. A PARTE DE CIMA DO CALÇADO É TODA VEDADA, INCLUSIVE COM PROTEÇÃO NA REGIÃO DO CALCANHAR. SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NR-32 DA ANVISA E SER APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (POSSUIR CA). TAMANHOS E CORES A ESCOLHER NA DATA DA COMPRA.	-	NÃO SE APLICA
6.	0150628	FR	160	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, SOLUÇÃO, USO EXTERNO, USO ADULTO E PEDIÁTRICO, ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO, FRASCO COM 100 ML.	-	NÃO SE APLICA
7.	0269876	LT	70	CLOREXIDINA GLICONATO DEGERMANTE, SOLUÇÃO A 2%, ANTISSÉPTICO DE USO EXTERNO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO.	-	NÃO SE APLICA
8.	0393508	UND	36.000	EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (MÍNIMO 60 G/M2) COM FILME DE POLIESTER E POLIPROPILENO LAMINADO (COM 54 G/M2) CONTENDO INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR (AUTOCLAVE), COM BARREIRA BACTERIANA.T TIPO USO AUTOSELANTE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE 24CM X 38CM (± 10%).	-	NÃO SE APLICA
9.	0295791	CX	240	EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (MÍNIMO 60 G/M2) COM FILME DE POLIESTER E POLIPROPILENO LAMINADO (COM 54G/M2) CONTENDO INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR (AUTOCLAVE), COM BARREIRA BACTERIANA.TIPO AUTOSELANTE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE 25CM X 15 CM (± 10%). CAIXA COM 100 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA

10.	0289071	ROLO	50	EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (MÍNIMO 60 G/M2) ROLO DE 300 MM X100 M.	-	NÃO SE APLICA
11.	0433201	UND	24.000	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (POUCH), MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/FILME LAMINADO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 10CM (± 10%). TIPO USO AUTOSELANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, EM FORMA DE ENVELOPE, TOXIDADE APIROGÊNICO, ATÓXICO.	-	NÃO SE APLICA
12.	0364227	UND	7.500	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (POUCH), MATERIAL POLIPROPILENO / NÃO TECIDO, COMPRIMENTO 75, LARGURA 75 (± 10%), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, GRAMATURA 55, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 CAMADAS, ANTIESTÁTICO E HIDRORREPELENTE, TIPO FLEXÍVEL, TOXIDADE ATÓXICO.	-	NÃO SE APLICA
13.	0368064	PCT	10	ESCOVA, MATERIAL CERDAS NYLON NAS 2 EXTREMIDADES, TIPO CERDAS 3 FILAS DE CERDA NUMA EXTREMIDADE, 1 FILA NA OUTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 17,5. PACOTE COM 06 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
14.	0232372	CX	2	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA / MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA. CAIXA COM 25 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
15.	00396311	FR C/ 750 ML	320	ESPUMA DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS NÃO CRÍTICOS. BACTERICIDA, FUNGICIDA. FRASCO SPRAY 750ML. PRONTO USO. SEM PERFUME, SEM ÁLCOOL, NÃO CORROSIVO; FÓRMULA COMPATÍVEL COM POLÍMEROS E METAIS (DIDECILMETILAMONIO E PHMB). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	-	NÃO SE APLICA
16.	0150387	RL	50	ETIQUETAS DUPLAS ADESIVAS COM INDICADOR QUÍMICO. QUE MUDEM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APLICAÇÃO: CONTROLE DE LOTES DE MATERIAIS ESTERILIZADOS. REGISTRO DE 3 LINHAS DE INFORMAÇÕES, COMO: VALIDADE – CICLO N° – DATA DO PROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO) – AUTOCLAVE E OPERADOR. TINTA A BASE DE ÁGUA, SEM PRESENÇA DE CHUMBO OU METAIS PESADOS. A ETIQUETA DEVERÁ SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO A VAPOR A 134°C. ROLOS COM NO MÍNIMO 500 ETIQUETAS. A A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UMA ETIQUETADORA COMPATÍVEL COM AS ETIQUETAS OFERECIDAS COM DUAS CARGAS EXTRAS DE TINTA, EM COMODATO, JUNTO COM O PRIMEIRO EMPENHO ENTREGUE.	-	NÃO SE APLICA
17.	0150628	CAIXA C/24 UNDS	80	FIO DE SUTURA AGULHADO DE <b>NYLON</b> MONOFILAMENTAR DE USO ODONTOLÓGICO, <b>USP 5-0</b> , 45 CM, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, SEÇÃO TRIANGULAR 1/2, AGULHA <b>1,5CM</b> . ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES ESTÉREIS, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	-	NÃO SE APLICA
18.	0150628	CAIXA C/24 UNDS	15	FIO DE SUTURA AGULHADO DE <b>NYLON</b> MONOFILAMENTAR DE USO ODONTOLÓGICO, <b>USP 5-0</b> , 45 CM, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, SEÇÃO TRIANGULAR 1/2, AGULHA <b>2,0CM</b> . ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES ESTÉREIS, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	-	NÃO SE APLICA
19.	0150628	CAIXA C/24 UNDS	60	FIO DE SUTURA AGULHADO DE <b>NYLON</b> MONOFILAMENTAR DE USO ODONTOLÓGICO, USP 4-0, 45 CM, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, SEÇÃO TRIANGULAR 1/2, AGULHA <b>2,0CM</b> . ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES ESTÉREIS, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	-	NÃO SE APLICA
20.	0416672	CX	10	FIO SUTURA AGULHADO, MATERIAL <b>POLIGLACTINA</b> , COMPRIMENTO FIO 70, TIPO AGULHA TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, FORMA AGULHA 3/8 CÍRCULO, DIÂMETRO <b>5-0</b> , QUANTIDADE AGULHAS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVÍVEL-SINTÉTICO – CAIXA COM 24 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
21.	349799	CX	100	FIO DE SUTURA, MATERIAL <b>SEDA</b> , TIPO FIO 4-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70, ESTERILIDADE ESTÉRIL - CAIXA COM 24 UNIDADES	-	NÃO SE APLICA
22.	0207816	PCT	400	GAZE HIDRÓFILA CIRÚRGICA COM NO MÍNIMO 9 FIOS, NÃO ESTÉRIL, 7,5 X 7,5 CM. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
23.	0208223	PCT	5.000	GAZE HIDRÓFILA CIRÚRGICA COM NO MÍNIMO 13 FIOS, ESTÉRIL, 7,5 X 7,5 CM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA

24.	0209396	PCT	310	GORRO COM TIRAS OU COM ELÁSTICO. GRAMATURA MÍNIMA 20G. COR BRANCA. PRODUZIDOS A PARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT), ANTI-ALÉRGICO. TAMANHO APROXIMADO: 45X52CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
25.	0427136	CX	40	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
26.	0427136	CX	70	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15C, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA
27.	0211093	UND	1.500	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SEM PÓ, TAMANHO 6,5. ULTRA FINA. BAIXO NÍVEL ALERGÊNICO: BAIXÍSSIMA QUANTIDADE RESIDUAL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX . MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RAIOS GAMA OU FEIXES DE ELÉTRONS. VALIDADE MÍNIMA: 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	-	NÃO SE APLICA
28.	0211109	UND	1.500	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SEM PÓ, TAMANHO 7,0. ULTRA FINA. BAIXO NÍVEL ALERGÊNICO: BAIXÍSSIMA QUANTIDADE RESIDUAL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX . MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RAIOS GAMA OU FEIXES DE ELÉTRONS. VALIDADE MÍNIMA: 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	-	NÃO SE APLICA
29.	0211085	UND	1.500	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SEM PÓ, TAMANHO 7,5. ULTRA FINA. BAIXO NÍVEL ALERGÊNICO: BAIXÍSSIMA QUANTIDADE RESIDUAL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX . MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RAIOS GAMA OU FEIXES DE ELÉTRONS. VALIDADE MÍNIMA: 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	-	NÃO SE APLICA
30.	349540	UND	500	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SEM PÓ, TAMANHO 8,0. ULTRA FINA. BAIXO NÍVEL ALERGÊNICO: BAIXÍSSIMA QUANTIDADE RESIDUAL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX . MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RAIOS GAMA OU FEIXES DE ELÉTRONS. VALIDADE MÍNIMA: 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	-	NÃO SE APLICA
31.	0269946	UND	500	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ESPESSURA DE 0,10 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM FORMATO ANATÔMICO, MOLDADAS EM LÁTEX NATURAL, CONTENDO PÓ LUBRIFICANTE ABSORVÍVEL, BIODEGRADÁVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO DE 6CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM BAINHA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL X PAPEL E/OU OUTRO TIPO QUE SEJA COMPATÍVEL COM O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO).	-	NÃO SE APLICA
32.	0269839	UND	2.000	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ESPESSURA DE 0,10 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM FORMATO ANATÔMICO, MOLDADAS EM LÁTEX NATURAL, CONTENDO PÓ LUBRIFICANTE ABSORVÍVEL, BIODEGRADÁVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO DE 6CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM BAINHA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL X PAPEL E/OU OUTRO TIPO QUE SEJA COMPATÍVEL COM O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO)	-	NÃO SE APLICA
33.	0269838	UND	2.000	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ESPESSURA DE 0,10 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM FORMATO ANATÔMICO, MOLDADAS EM LÁTEX NATURAL, CONTENDO PÓ LUBRIFICANTE ABSORVÍVEL, BIODEGRADÁVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO DE 6CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM BAINHA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL X PAPEL E/OU OUTRO TIPO QUE SEJA COMPATÍVEL COM O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO)	-	NÃO SE APLICA
34.	0269837	UND	400	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ESPESSURA DE 0,10 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM FORMATO ANATÔMICO, MOLDADAS EM LÁTEX NATURAL, CONTENDO PÓ LUBRIFICANTE ABSORVÍVEL, BIODEGRADÁVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO DE 6CM	-	NÃO SE APLICA

				(VARIACÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM BAINHA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL X PAPEL E/OU OUTRO TIPO QUE SEJA COMPATÍVEL COM O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO)		
35.	0269947	UND	50	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ESPESSURA DE 0,10 MM (VARIACÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM FORMATO ANATÔMICO, MOLDADAS EM LÁTEX NATURAL, CONTENDO PÓ LUBRIFICANTE ABSORVÍVEL, BIODEGRADÁVEL E HIPOALERGÊNICO, PUNHO DE 6CM (VARIACÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), COM BAINHA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DUPLA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL X PAPEL E/OU OUTRO TIPO QUE SEJA COMPATÍVEL COM O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO)	-	NÃO SE APLICA
36.	0318323	UND	20	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA E PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA RISCO QUÍMICO, MECÂNICO E ORGÂNICO. TAMANHO P. COMPRIMENTO MÍNIMO: 33 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 35 CM	-	NÃO SE APLICA
37.	0318323	UND	40	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA E PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA RISCO QUÍMICO, MECÂNICO E ORGÂNICO. TAMANHO M. COMPRIMENTO MÍNIMO: 33 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 35 CM	-	NÃO SE APLICA
38.	0318323	UND	20	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA E PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA RISCO QUÍMICO, MECÂNICO E ORGÂNICO. TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO: 33 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 35 CM	-	NÃO SE APLICA
39.	0318323	UND	10	LUVA DE SEGURANÇA DE LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA E PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA RISCO QUÍMICO, MECÂNICO E ORGÂNICO. TAMANHO XG. COMPRIMENTO MÍNIMO: 33 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 35 CM	-	NÃO SE APLICA
40.	0316815	UND	20	LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA. NÃO ESTÉRIL, PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA RISCO QUÍMICO, MECÂNICO E ORGÂNICO. INDICADA PARA PROFISSIONAIS ALÉRGICOS A LÁTEX. ESPESSURA MÍNIMA: 0,28 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 33 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 35 CM. TAMANHO P.	-	NÃO SE APLICA
41.	0316814	UND	20	LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA, NÃO ESTÉRIL, PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA RISCO QUÍMICO, MECÂNICO E ORGÂNICO. INDICADA PARA PROFISSIONAIS ALÉRGICOS A LÁTEX. ESPESSURA MÍNIMA: 0,28 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 33 CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 35 CM. TAMANHO M.	-	NÃO SE APLICA
42.	0209263	CX C/100	520	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
43.	0209299	CX C/100	1.500	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
44.	0209287	CX C/100	1.000	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE	-	NÃO SE APLICA

				DE ISENÇÃO). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.		
45.	0209278	CX C/100	500	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRACÇÃO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
46.	0246425	CX C/100	80	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO EXTRA PEQUENO. LUVA DE SEGURANÇA, INTEIRAMENTE CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL. INDICADA PARA PROFISSIONAIS ALÉRGICOS A LÁTEX E AO PÓ. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
47.	0208609	CX C/100	300	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO PEQUENO. LUVA DE SEGURANÇA, INTEIRAMENTE CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL. INDICADA PARA PROFISSIONAIS ALÉRGICOS A LÁTEX E AO PÓ. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
48.	0208577	CX C/100	300	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO MÉDIO. LUVA DE SEGURANÇA, INTEIRAMENTE CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL. INDICADA PARA PROFISSIONAIS ALÉRGICOS A LÁTEX E AO PÓ. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
49.	0208545	CX C/100	50	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO GRANDE. LUVA DE SEGURANÇA, INTEIRAMENTE CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO HIPOALERGÊNICO, NÃO ESTÉRIL. INDICADA PARA PROFISSIONAIS ALÉRGICOS A LÁTEX E AO PÓ. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS (OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR A MUCAMBO, DESCARPACK OU SUPERMAX.	-	NÃO SE APLICA
50.	0344648	PAR	15	LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO 50 CM, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA E COM FORRAÇÃO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA PARA OS TRABALHADORES DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 205 °C, FORMATO ANATÔMICO.	-	NÃO SE APLICA
51.	0298326	PCT	160	LUVA TIPO SOBRELUA PLÁSTICA TRANSPARENTE. LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO ALIMENTOS, TAMANHO ÚNICO, APRESENTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES TRANSPARENTE	-	NÃO SE APLICA
52.	0150628	CX C/50	500	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA MAIOR QUE 95%. HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA. GRAMATURA MÍNIMA 40G. COM TIRAS ELÁSTICAS SUPER RESISTENTES, CLIP NASAL E SOLDA POR ULTRASSOM.	-	NÃO SE APLICA
53.	0399611	UND	100	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS. MODELO AMPLA VISÃO DE EXCELENTE VISÃO PERIFÉRICA E ANTI-EMBAÇANTE, MODELO ANATÔMICO DE USO CONFORTÁVEL QUE SE AJUSTA A QUALQUER ROSTO, LENTES E HASTES MOLDADAS A INJEÇÃO DE 100% POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, PROTETORES LATERAIS VENTILADOS QUE OFERECEM PROTEÇÃO LATERAL CONTRA IMPACTO, ÓPTICAMENTE CORRETOS, NÃO APRESENTAM DISTORÇÕES DAS IMAGENS, TONALIDADE DE CORES QUE OFERECEM A POSSIBILIDADE DE USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ABSORVE MAIS DE 99,9% DE LUZ ULTRAVIOLETA. APROVADO E TESTADO PELA NORMA ANSI Z.87.1/1989. TRANSPARENTE, PARA USO ODONTOLÓGICO.	-	NÃO SE APLICA
54.	0237614	UND	4.000	SAPATILHA CIRÚRGICA, MATERIAL TNT, GRAMATURA MÍNIMA 30G, TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL.	-	NÃO SE APLICA
55.	0428806	UND	4.000	SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 ML, BICO LUER LOCK. ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA. GRADUAÇÃO: GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM	-	NÃO SE APLICA

				5ML. COMPONENTE SEM AGULHA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. ATÓXICA E APIROGÊNICA.		
56.	0252473	LT	100	SODA CLORADA A 2,5%. EMBALAGEM COM 1 LITRO	-	NÃO SE APLICA
57.	0252473	LT	70	SODA CLORADA A 5%. EMBALAGEM COM 1 LITRO	-	NÃO SE APLICA
58.	0336316	PCT C/ 100	300	TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO SANFONADA, GRAMATURA MÍNIMA 30, COR BRANCA, DIÂMETRO INTERNO 50, DIÂMETRO EXTERNO 20 (TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA), UNISSEX, MATERIAL POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INODORA, ATÓXICA E ANTIALÉRGICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	-	NÃO SE APLICA

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
05.302.2108.20XT.0001	0100
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int EB</b> Chefe da Seção de Orçamento e Finanças	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DA DIVISÃO	REQUISITANTE		
De acordo:	Solicito:		
<b>ANA CLAUDIA SANTOS DE AZEVEDO IZIDORO – Ten Cel Dent</b> Chefe da Divisão de Odontologia	<b>RENATA FERREIRA VILAÇA DE ALVARENGA BRAGA 2º Ten .QOCon Dent</b> Chefe da Seção de Suprimento da Divisão de Odontologia		
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>			
Ratifico:			
<b>Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA</b> Diretor Técnico de Saúde			
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>			
<b>Autorizo abertura do processo:</b>			
<b>PE SRP</b>	<b>PE TRADICIONAL</b>	<b>ADESÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>Brasília – DF</b>			
<b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel R1</b> Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Santos de Azevedo Izidoro, Auxiliar**, em 10/07/2017, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Ferreira Vilaca de Alvarenga Braga, Auxiliar**, em 10/07/2017, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 12/07/2017, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 12/07/2017, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 14/07/2017, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0582965** e o código CRC **B5C8D7BF**.

