

Zimbra

mena@hfa.mil.br

---

**IMPORTANTE: Pedido de Esclarecimento Pregão nº 014/2018 - Hospital das Forças Armadas/DF**

---

**De :** Almeida, Lucas  
<lucas.p.almeida@medtronic.com>

Qua, 28 de mar de 2018 19:13

 1 anexo

**Assunto :** IMPORTANTE: Pedido de Esclarecimento Pregão  
nº 014/2018 - Hospital das Forças Armadas/DF

**Para :** licitacao@hfa.mil.br

**Cc :** De Oliveira Dias, Jose  
<jose.r.de.oliveira.dias@medtronic.com>

Boa tarde

Prezados(as),

A empresa **AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA** inscrita no **CNPJ Nº 01.645.409/0003-90** e **INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB Nº 492.647.630.110**, filial localizada na Praça Agrícola La Paz Tristante, nº 121, Complemento 131, Setor 01, Parte 08 – Parque Industrial – CEP 06276-035, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar o quanto segue.

O processo em epígrafe refere-se à aquisição de material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais – OPME, a serem utilizados em procedimentos cirúrgicos coloproctológicos de grande porte, videolaparoscópicos e laparotômicos, para a Seção de Coloproctologia, dos quais, no **item 23** estão sendo adquiridos **20 (vinte) unidades de PINÇA CIRÚRGICA ATLAS PARA CONEXÃO APARELHO LIGASURE.**

Pois bem, ocorre que este modelo de pinça cirúrgica está em processo de descontinuidade pelo fabricante, e que no futuro impactará na entrega dos produtos.

Por este motivo, viemos por meio deste solicitar a esta R. Administração que seja analisado, e por ventura autorizado, a substituição do descritivo do Item 23 pela descrição da pinça cirúrgica que segue abaixo:

*“ Pinça para selagem de vasos, artérias, feixes de tecidos e vasos linfáticos de até 7mm, com tecnologia bipolar avançado. Haste com diâmetro de 5mm e comprimento de 37cm, com rotação de até 180 graus e botão de ativação manual. Mandíbulas atraumáticas, ponta romba. Produto estéril e de uso único.”*

Frisamos que a pinça cirúrgica que estamos sugerindo para substituição, também possui conexão com o aparelho Ligasure.

Portanto, diante das razões ora aduzidas, requer-se o parecer desta R. Administração quanto a nossa solicitação de substituição do produto.

Para tanto, aguardamos Vosso retorno.

Por fim, agradecemos a atenção e compreensão e colocamo-nos à disposição para todos os esclarecimentos que se façam necessárias.

Atenciosamente,

**Lucas Persona de Almeida**

Analista | Concorrências e Licitações Públicas

**Medtronic**

Supply Chain & Operações

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil

Escritório 55 11 2187 6053 | Fax 55 11 2187 6373

[lucas.p.almeida@medtronic.com](mailto:lucas.p.almeida@medtronic.com)

[medtronicbrasil.com.br](http://medtronicbrasil.com.br) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)

**LET'S TAKE HEALTHCARE  
FURTHER, TOGETHER**

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser:  
<http://emaildisclaimer.medtronic.com>

---

 **Edital PE SRP 142018 - Material Coloproctologia.pdf**

571 KB

---