



PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: *Chefe da Subdivisão de Fisioterapia*

Ao: Ordenador de Despesas

Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de Material Permanente de Saúde para Subdivisão de Fisioterapia

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1	304541	Un	01	VENTILÔMETRO DIGITAL OU ANALÓGICO, precisão de volume corrente e volume minuto; fluxo contínuo de +5% para +10% a 60 LPM, inicia o registro do volume em não mais que 2,5 LPM; espaço morto de 22ml; conexões de entrada e saída. Peso máximo de 200g.
2	365652	Un	05	OXÍMETRO PORTÁTIL, alimentação pilha alcalina, tipo medição pulso, tensão alimentação 1,5v, faixa medição pulso 30-250.
3	383835	Un	05	MATERIAL FISIOTERAPIA\, BALANCIM\, FERRO PINTURA EPÓXI\, APOIO PÉS ALUMÍNIO
4	356653	Un	02	MATERIAL FISIOTERAPIA\, TIPO TENS\, 4 CANAIS INDEPENDENTES\FREQUÊNCIA 20-120HZ\,BIVOLT\, OPERAÇÃO EM BURST/VIF
5	376715	Un	03	VENTOSA\, ACRÍLICO\, 4\,5 A 2\,3MM\, COM APLICADOR\, JOGO COM 10 UNIDADES
6	261352	Un	02	ESTANTE HALTERES\, FERRO\, 30 PESOS\, GUARDAR HALTERES
7	399741	Un	2	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO\, STEP\, MADEIRA\, CONDICIONAMENTO FÍSICO\, 850 X 150 X 450 MM,
8	332102	Un	2	ESTIMULADOR ELETRICO\, ELETROACUPUNTURA\, 2 EM 1\, 8 SAÍDAS IGUAIS\, LCD\, 10 TECLAS MEMÓRIA\, 110/220V\, TECLADO\,VISOR MORFOLÓGICO ASSIMÉTRICO BALANCEADO\, REGULAR\, EXPONENCIAL INVERTIDO
9	382256	Un	3	APARELHO GINÁSTICA\, POLICARBONATO FLEXÍVEL\, ANEL\, MAGICLE CIRCLE\, CONDICIONAMENTO FÍSICO\, PELO MÉTODO PILATES\, MEDINDO 33 A 37 CM DIÂMETRO

10	380295	Un	2	CAMA ELÁSTICA\, AÇO CARBONO\, LONA\, POLIÉSTER\, REDONDO\, 0\,98 M\, 1\,50 M\, 120 KG\, PINTURA ELETROSTÁTICA\, LATERAL COURVIM\, PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE\, MOLAS\, MATERIAL FISIOTERAPIA\
11	284626	Un	10	BOLA CRESPA\, BORRACHA NATURAL\, PARA DESENSIBILIZAÇÃO\, M
12	363442	Un	2	MATERIAL FISIOTERAPIA\, PRANCHA PROPRIOCEPÇÃO\, MADEIRA REVESTIDA COM ANTIDERRAPANTE\, RETANGULAR\, MEDIDAS EM TORNO DE 60 CM X 40 CM
13	363442	Un	2	MATERIAL FISIOTERAPIA\, PRANCHA PROPRIOCEPÇÃO\, MADEIRA REVESTIDA COM ANTIDERRAPANTE\, CIRCULAR\, SEMI-ESF
14	362357	Un	4	APARELHO RAIO INFRAVERMELHO\, 110/220 V\, 150 W\, PEDESTAL C/ RODÍZIO\, HASTE REGULÁVEL E LÂMPADA
15	425235	Un	2	APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA\, 1 E 3 MHZ\, 110 / 220 V\, MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO\, TIMER\,TECLADO DE TOQUE\,VISOR NUMÉRICO DIGITAL\, TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM²\
16	313428	Un	1	MATERIAL FISIOTERAPIA\, APARELHO LASER\, LASERTERAPIA E LASER-ACUPUNTURA\, MICROCONTROLADO(NBR 60601);3 TPOS:904\,830 E 658NM\, LCD\,DESIMETRIA AUTOMÁTICA 0\,5 A 9\,5J/CM²\, 3 CANETAS OPERAÇÃO\,1 CANETA DETECÇÃO ACUPUNTURA
17	76660	Un	06	MOCHO FISIOLÓGICO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOCHO À GÁS. ERGONÔMICO, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR O CORPO DE TENSÕES, OFERECENDO MAIOR CONFORTO. GARANTE O CORRETO POSICIONAMENTO DA COLUNA E O EQUILÍBRIO MUSCULAR SEM COMPRESSÃO VENOSA. INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NECESSITAM FICAR SENTADOS EM POSIÇÃO DE TRABALHO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, PARA PERMITIR AJUSTE ANATÔMICO. ESTOFAMENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA 33, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. A ESPUMA DEVERÁ SER REVESTIDA COM PVC LAMINADO SEM COSTURA DE FÁCIL ASSEPSIA. COR A ESCOLHER NO ATO DA COMPRA. ASSENTO TIPO SELA, COM 5 RODÍZIOS DE PU OU SILICONE PARA MELHOR DESLIZAMENTO E PREVENIR O DESGASTE DO CHÃO DO CONSULTÓRIO. DEVERÁ SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59/00. SIMILAR OU SUPERIOR AO MOCHO SN KAVO, MOCHO PROFISSIONAL OLSEN OU ERGORELAX BÁSICO DABI ATLANTE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL. FRETE E MONTAGEM INCLUSOS
				RESPIRADOR BIPAP\, ELETRÔNICO PORTÁTIL\, PRESSÃO DE TERAPIA ATÉ

18	407630	Un	2	30CM H2O\, ASSISTIDO CONTROLADO\,P/ VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA\, AJUSTE RAMP VENTILAÇÃO ATÉ 45MIN\, C/ TUBO CIRCUITO E FILTROS\, MODOS CPAP\, ESPONTÂNEO\, CONTROLE DE PRESS
----	--------	----	---	---

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
05.302.2108.20XT.0001	0100
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int EB Chefe da Seção de Orçamento e Finanças	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO		REQUISITANTE	
De acordo :		Solicito:	
CRISTIANE LÚCIA MARTINS VIDAL DOS SANTOS PINTO – 1º Ten Chefe da Subdivisão de Fisioterapia		CRISTIANE LÚCIA MARTINS VIDAL DOS SANTOS PINTO – 1º Ten Chefe da Subdivisão de Fisioterapia	
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico:			
Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA Diretor Técnico de Saúde			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			
JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel R1 Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Lucia Martins Vidal dos Santos, Chefe**, em 28/08/2017, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 28/08/2017, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 28/08/2017, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 29/08/2017, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0657676** e o código CRC **9DBFA5F6**.