

Zimbra

klsantos@hfa.mil.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE Nº 05/2019_19/02/2019_HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**De :** Talyssa Gustavo <talyssa@advca.com.br>

Qui, 14 de fev de 2019 16:19

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE Nº
05/2019_19/02/2019_HOSPITAL DAS FORÇAS
ARMADAS

📎 4 anexos

Para : licitacao@hfa.mil.br**Cc :** 'Christian Ronqui' <christian@advca.com.br>,
'Nathália Silva' <nathalia@advca.com.br>, 'Regiane
Sousa' <regiane.sousa@olympus.com>

Prezado(a), boa tarde!

A empresa Olympus Optical do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.937.243/0001-01, por sua representante, interessada em participar do processo em tela, vem por meio desta apresentar os questionamentos abaixo:

Item 29: O edital solicita comprimento de 200cm. Questionamos se podemos ofertar papilótomo com 170cm, o que não irá interferir nos procedimentos pois os duodenoscópios do mercado possuem comprimento de trabalho de 1240-1250mm.

Item 35: O edital solicita comprimento mínimo de 200cm. Questionamos se podemos ofertar basket com 195cm, o que não irá interferir nos procedimentos pois os duodenoscópios do mercado possuem comprimento de trabalho de 1240-1250mm.

Item 37: No edital não está claro se é solicitado manopla de emergência de litotripsia ou a manopla litotriptora "normal". Questionamos quanto à manopla de litotripsia, caso esteja sendo solicitado a de emergência, será necessário ofertarmos um produto compatível. Se o produto a ser licitado for o basket para litotripsia que não seja a de emergência, cotaremos outro tipo de produto.

Dessa forma, servimo-nos do presente expediente para solicitar que sejam respondidos/alterados os itens acima, com o propósito de se manter o caráter competitivo do certame discutido. Ademais, esclarecemos que nenhuma das divergências técnicas acima implica em impossibilidade efetiva de uso ou impacto negativo ao paciente.

Peço por gentileza que confirmem o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Talyssa Gustavo

Cassemunha & Alcântara
ADVOGADOS

Rua do Rócio, 235 - Vila Olímpia - 04552-000 - São Paulo, SP - Brasil

Tel./Fax: 55 11 3849 - 1206 - talyssa@advca.com.br

If you are not the addressee or authorized to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on any information herein.



Livre de vírus. www.avast.com.

 **20 - PROCURAÇÃO PÚBLICA (val. 26-09-19).pdf**
2 MB

 **2 - CONTRATO SOCIAL - REGISTRO JUNTA 36º.pdf**
693 KB

 **RG.pdf**
154 KB
