

112408.162019 .62701 .4615 .20884795542



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 23 de maio de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt D CAF nº 06, ao BI/HFA nº 037 de 21/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550031473201891, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Material Permanente para a divisão de pesquisa do Hospital das Forças Armadas.. (Processo nº 60550.031473/2018-91). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Complementar: Lavadora de Alta Pressão - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 _ 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.787,6900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.606,3200 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: MATERIAL VETERINÁRIO

Descrição Complementar: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO DOPPLER VASCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSDUTOR 10MHZ, UNIDIRECIONAL, MINI, CIRCULAR, COMPONENTE 1 REGULADOR VOLUME, COMPONENTE 2 ACOMPANHA GEL, FONE DE OUVIDO E CAPA PROTETORA, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO C/ BATERIA DE 9 V, FREQUÊNCIA 8,2 MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.089,0300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 883,0100 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: ACIONAMENTO ELETRICO - TORNEIRA / CHUVEIRO

Descrição Complementar: Torneira flexível e extensível de parede - Material: Latão Cromado - Mecanismo de cerâmica em 1/4 de volta - Com Mola Saída de Água: Chuveirinho ou Jato concentrado - Torneira Flexível e extensível - Fácil Instalação Altura até 40 Cm - Fixação: Parede.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 268,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e com valor negociado a R\$ 268,7300 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: BANCO GIRATÓRIO

Descrição Complementar: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, DIÂMETRO CERCA DE 40 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACABAMENTO DOS RODÍZIOS TERMOPLÁSTICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 291,7600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5

Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Descrição Complementar: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 14.857,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.994,0300 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 32.556,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL CEDRO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000 e com valor negociado a R\$ 32.556,8000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: CENTRÍFUGA

Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROTUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 500 ML, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 6.589,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Descrição Complementar: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANISTERES, CAPACIDADE 20,50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.877,4500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.877,4500 e com valor negociado a R\$ 4,8000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 9

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 16.750,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, **pelo melhor lance de R\$ 5.931,4900 e com valor negociado a R\$ 5.930,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.865.897/0001-59	AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.787,6900	R\$ 1.787,6900	22/05/2019 10:22:03
	Marca: lavor						
	Fabricante: lavor						
	Modelo / Versão: jaguar turbo 127/220v						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Alta Pressão - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500						

Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA Sim Sim 1 R\$ 1.787,6900 R\$ 1.787,6900 22/05/2019 10:47:59

Marca: Karcher HD 585

Fabricante: Karcher

Modelo / Versão: Karcher

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

04.896.000/0001-72 MULTI WORKS Sim Sim 1 R\$ 1.787,6900 R\$ 1.787,6900 22/05/2019 15:13:41

COMERCIO DE
PRODUTOS E
PRESTACAO DE
SERVICO

Marca: WAP 4100

Fabricante: WAP 4100

Modelo / Versão: WAP 4100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

27.293.468/0001-78 ECC COMERCIO E LICITACOES Sim Sim 1 R\$ 1.787,6900 R\$ 1.787,6900 23/05/2019 08:23:56

EIRELI

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo / Versão: EL-1700i 220v

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 VAZÃO 7 LITROS POR MINUTO ALIMENTAÇÃO MÍNIMA 10 LITROS POR MINUTO TENSÃO 220v COMPRIMENTO MANGUEIRA 5 METROS (TRAMA DE NYLON)

19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 23/05/2019 08:49:28

Marca: Walp Schuz karcher

Fabricante: Walp Schuz Gardem karcher

Modelo / Versão: Walp Schuz karcher

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Alta Pressão - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

17.473.920/0001-20 PEDRO ZATA BORGES Sim Sim 1 R\$ 3.500,0000 R\$ 3.500,0000 23/05/2019 08:04:51

Marca: lavorwash

Fabricante: lavorwash

Modelo / Versão: lv 1900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Alta Pressão - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 23/05/2019 08:45:47

Marca: KARCHER HD585

Fabricante: KARCHER HD585

Modelo / Versão: KARCHER HD585

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: escríção do Produto: Lavadora Pressao Karcher Hd585 Profissional com Carrinho Modelo: HD585 Potência: 1500W Pressão 1600: (lb/pol²) Vazão: 400 L/h Sistema Stop Total: Quando se solta o acionamento da pistola o jato é interrompido e o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola for acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia Acessórios Inclusos: Pistola com mangueira de 7.5mts, Tubeira 400mm, bico leque, bico para shampoo, engate rápido, carrinho de transporte, manual de instruções Informações Adicionais: Cabeçote de latão, aumento da resistência da pressão, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, bomba compacta e resistente: usa três pistões de aço inox, cabeçote de latão e tubeira de aço inox Dimensões Aproximadas (AxLxP): 330 x 320 x 570 mm Peso Aproximado: 17 Kg Garantia 01 ano ofertada pelo fabricante

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 23/05/2019 07:39:39

COMERCIAL
EIRELI

Marca: lavor

Fabricante: lavor

Modelo / Versão: lv1900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2600 Pressão máxima (PSI) 2175 Vazão máxima (L/h)500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15, 3

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 10.204,5600 R\$ 10.204,5600 23/05/2019 07:59:05

Marca: Lavor

Fabricante: Lavor

Modelo / Versão: LV1900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

14.676.091/0001-94 AGNUS Sim Sim 1 R\$ 17.880,0000 R\$ 17.880,0000 20/05/2019 15:40:26
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: Wap

Fabricante: Wap

Modelo / Versão: Wap 4100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 ± 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

33.293.947/0001-97 HAGOON Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 23/05/2019 08:26:05
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: ALFATENNANT

Fabricante: ALFATENNANT

Modelo / Versão: ALFA PRESSURE 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA ALFATENNANT MODELO ALFA PRESSURE 100, DESCRIÇÃO: Alfa Pressure 100 Características e benefícios ​​ Alfa Pressure 100 Lavadora de alta pressão de água fria monofásica. Bomba axial de alta eficiência e longa durabilidade com baixa temperatura de trabalho. Regulagem de pressão e stop total. Acompanha bico vario (jato reto a leque) e bico turbo. Ideal para comércios, condomínios, serviços semi intensivos, etc. Especificações Acionamento / Tensão Cabo 127 / 220 Pressão Máxima (lbs) 1600 Pressão Trabalho (lbs) 2175 Vazão de água (L/h) 480 Potência (w) 1200 | 2200 Dimensão (C x L x A) cm 46 x 39 x 103 Peso (kg) 18 Cabo Elétrico 5 Mangueira (m) 7

32.904.046/0001-21 RPL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 10.000.000,0000 21/05/2019 20:29:46
E DISTRIBUICAO LTDA

Marca: LAVADORA

Fabricante: LAVADORA

Modelo / Versão: LAVADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Alta Pressão - compacta, uso profissional, com alça para transporte e rodas. Tensão (V~) 220 Potência elétrica (W) 2200 Pressão máxima (PSI) 2000 Vazão máxima (L/h) 500 Pressão Máxima de Entrada de Água (bar) 2 Nível de ruído sono (Lpa) [db(A)] 75 _ 3 Aceleração no braço do operador (m/s²) 2 Peso líquido (kg) 15,3

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	32.904.046/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 50.000,0000	33.293.947/0001-97	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 17.880,0000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 10.204,5600	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 10.000,0000	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 5.000,0000	05.207.424/0001-45	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 3.500,0000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 2.000,0000	19.915.068/0001-29	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.787,6900	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.787,6900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.787,6900	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.787,6900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 3.499,0000	33.293.947/0001-97	23/05/2019 09:10:37:720
R\$ 2.280,0000	05.207.424/0001-45	23/05/2019 09:12:45:463
R\$ 1.787,0000	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:19:33:420
R\$ 1.786,0000	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:30:40:647
R\$ 1.786,9900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:30:40:677
R\$ 1.786,9700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:30:41:130
R\$ 1.784,9700	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:04:620
R\$ 1.785,9900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:32:06:497
R\$ 1.785,9700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:32:06:510
R\$ 1.783,9700	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:32:07:840
R\$ 1.782,9400	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:26:890
R\$ 1.783,9600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:32:27:153
R\$ 1.783,9400	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:32:27:153
R\$ 1.781,9400	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:32:31:187
R\$ 1.780,9100	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:48:077
R\$ 1.781,9100	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:32:48:157
R\$ 1.779,9100	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:32:51:220

R\$ 1.778,8800	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:33:08:907
R\$ 1.779,9000	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:33:09:000
R\$ 1.777,8800	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:33:13:110
R\$ 1.778,8500	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:33:13:140
R\$ 1.776,8500	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:33:29:627
R\$ 1.775,8500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:33:33:207
R\$ 1.776,8200	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:33:37:097
R\$ 1.774,8200	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:33:50:927
R\$ 1.773,8200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:33:55:050
R\$ 1.772,7900	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:34:13:037
R\$ 1.773,8100	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:34:13:070
R\$ 1.773,7900	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:34:13:287
R\$ 1.771,7900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:34:17:083
R\$ 1.770,7600	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:34:33:663
R\$ 1.771,7600	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:34:33:867
R\$ 1.769,7600	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:34:37:197
R\$ 1.768,9600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:34:40:663
R\$ 1.767,9300	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:34:54:557
R\$ 1.768,9300	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:34:55:027
R\$ 1.766,9300	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:34:59:040
R\$ 1.766,2200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:35:03:260
R\$ 1.765,1900	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:35:16:667
R\$ 1.764,1900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:35:21:043
R\$ 1.765,1600	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:35:21:310
R\$ 1.763,4800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:35:24:137
R\$ 1.762,4500	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:35:38:513
R\$ 1.761,4500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:35:43:310
R\$ 1.762,4200	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:35:43:403
R\$ 1.760,6500	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:35:46:327
R\$ 1.759,6200	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:35:59:843
R\$ 1.758,6200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:36:03:373
R\$ 1.759,5900	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:36:03:483
R\$ 1.757,9000	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:36:06:437
R\$ 1.756,8700	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:36:20:877
R\$ 1.755,8700	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:36:25:440
R\$ 1.755,2100	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:36:33:673
R\$ 1.755,8600	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:36:33:720
R\$ 1.755,8600	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:36:33:750
R\$ 1.755,8600	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:36:33:767
R\$ 1.755,8300	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:36:33:767
R\$ 1.755,8400	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:36:33:847
R\$ 1.754,1800	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:36:42:503
R\$ 1.753,1800	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:36:45:957
R\$ 1.752,5000	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:36:54:237
R\$ 1.753,1700	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:36:54:270
R\$ 1.753,1700	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:36:54:283
R\$ 1.753,1700	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:36:54:283
R\$ 1.753,1500	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:36:54:283
R\$ 1.753,1500	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:36:54:380
R\$ 1.751,4700	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:37:03:600
R\$ 1.750,4700	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:37:08:270
R\$ 1.749,7800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:37:14:677
R\$ 1.750,4600	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:37:14:973
R\$ 1.750,4400	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:37:15:397
R\$ 1.748,7500	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:37:25:473
R\$ 1.749,7400	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:37:25:583
R\$ 1.747,7500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:37:28:570
R\$ 1.747,0800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:37:34:867
R\$ 1.746,0500	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:37:46:180
R\$ 1.747,0500	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:37:46:210
R\$ 1.747,0700	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:37:46:273
R\$ 1.745,0500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:37:50:117

R\$ 1.746,0400	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:37:50:523
R\$ 1.744,2600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:37:55:853
R\$ 1.745,0100	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:37:55:913
R\$ 1.745,0400	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:37:55:930
R\$ 1.743,2300	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:38:08:370
R\$ 1.744,2300	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:38:08:713
R\$ 1.742,2300	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:38:12:087
R\$ 1.743,2200	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:38:12:120
R\$ 1.743,2200	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:38:12:463
R\$ 1.741,4300	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:38:16:040
R\$ 1.742,3000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:38:28:980
R\$ 1.740,4300	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:38:32:137
R\$ 1.741,3900	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:38:32:277
R\$ 1.741,4200	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:38:32:713
R\$ 1.741,4000	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:38:32:777
R\$ 1.739,6400	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:38:36:247
R\$ 1.738,6400	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:38:52:230
R\$ 1.739,6300	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:38:52:717
R\$ 1.739,6100	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:38:52:793
R\$ 1.737,9700	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:38:56:607
R\$ 1.739,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:39:01:967
R\$ 1.736,9700	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:39:12:390
R\$ 1.737,9600	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:39:12:577
R\$ 1.737,9600	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:39:12:953
R\$ 1.737,9400	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:39:13:203
R\$ 1.736,3600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:39:16:953
R\$ 1.735,3600	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:39:32:517
R\$ 1.736,3100	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:39:32:563
R\$ 1.736,3500	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:39:33:330
R\$ 1.736,3300	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:39:35:000
R\$ 1.734,5800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:39:37:033
R\$ 1.733,5800	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:39:52:720
R\$ 1.734,5700	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:39:53:830
R\$ 1.732,8600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:40:07:723
R\$ 1.731,8600	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:40:12:723
R\$ 1.732,8500	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:40:12:740
R\$ 1.731,1500	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:40:27:973
R\$ 1.731,8500	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:40:28:007
R\$ 1.731,8300	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:40:28:100
R\$ 1.730,1500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:40:32:927
R\$ 1.720,0000	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:40:37:130
R\$ 1.730,1400	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:40:38:177
R\$ 1.730,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:40:38:880
R\$ 1.719,0000	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:40:53:040
R\$ 1.719,9700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:40:53:070
R\$ 1.719,9900	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:40:53:367
R\$ 1.718,3300	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:41:00:350
R\$ 1.726,5200	29.843.035/0001-74	23/05/2019 09:41:00:977
R\$ 1.715,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:41:07:307
R\$ 1.718,0000	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:41:08:367
R\$ 1.714,0000	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:41:13:070
R\$ 1.714,9900	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:41:13:680
R\$ 1.713,2600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:41:27:447
R\$ 1.713,9600	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:41:27:463
R\$ 1.713,9700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:41:27:680
R\$ 1.712,7100	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:41:30:713
R\$ 1.711,7100	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:41:35:090
R\$ 1.712,7000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:41:35:980
R\$ 1.700,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:41:51:387
R\$ 1.711,1300	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:41:52:153
R\$ 1.711,6800	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:41:52:170
R\$ 1.699,0000	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:41:55:277

R\$ 1.711,1200	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:41:56:730
R\$ 1.698,2000	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:41:58:310
R\$ 1.710,5400	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:42:12:513
R\$ 1.697,2000	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:42:15:623
R\$ 1.698,1700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:42:15:640
R\$ 1.698,1000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:42:15:750
R\$ 1.710,5300	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:42:17:077
R\$ 1.696,5800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:42:19:013
R\$ 1.709,9500	24.845.457/0001-65	23/05/2019 09:42:33:530
R\$ 1.695,5800	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:42:35:720
R\$ 1.696,5500	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:42:36:093
R\$ 1.694,8900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:42:46:063
R\$ 1.696,5700	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:42:49:093
R\$ 1.690,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:42:49:110
R\$ 1.689,0000	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:42:55:877
R\$ 1.688,3700	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:43:06:207
R\$ 1.688,9700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:43:06:940
R\$ 1.688,9900	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:43:10:817
R\$ 1.687,3700	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:43:16:033
R\$ 1.688,3600	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:43:16:067
R\$ 1.686,7200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:43:26:333
R\$ 1.687,3400	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:43:31:660
R\$ 1.687,3500	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:43:31:787
R\$ 1.685,7200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:43:36:067
R\$ 1.686,7100	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:43:36:473
R\$ 1.685,0200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:43:46:473
R\$ 1.684,0200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:43:56:193
R\$ 1.685,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:43:56:333
R\$ 1.685,0100	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:43:56:757
R\$ 1.684,9900	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:43:56:930
R\$ 1.683,2200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:44:06:837
R\$ 1.682,2200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:44:16:303
R\$ 1.683,2100	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:44:16:367
R\$ 1.683,2100	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:44:16:807
R\$ 1.681,4200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:44:27:213
R\$ 1.682,1900	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:44:27:447
R\$ 1.678,9000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:44:37:667
R\$ 1.681,4100	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:44:37:777
R\$ 1.680,4200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:44:38:167
R\$ 1.678,1400	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:44:47:290
R\$ 1.677,1400	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:44:58:323
R\$ 1.678,1100	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:44:58:387
R\$ 1.678,1300	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:44:58:760
R\$ 1.678,1300	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:44:59:167
R\$ 1.676,4400	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:45:07:777
R\$ 1.675,4400	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:45:18:467
R\$ 1.676,4300	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:45:18:873
R\$ 1.676,4100	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:45:19:403
R\$ 1.675,2400	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:45:22:090
R\$ 1.674,5100	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:45:28:047
R\$ 1.673,5100	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:45:38:640
R\$ 1.674,5000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:45:39:233
R\$ 1.673,6900	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:45:44:360
R\$ 1.672,7900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:45:48:530
R\$ 1.673,4800	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:45:48:733
R\$ 1.671,7900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:45:58:830
R\$ 1.672,7800	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:45:59:407
R\$ 1.671,2400	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:46:07:673
R\$ 1.670,5100	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:46:10:923
R\$ 1.671,2100	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:46:10:940
R\$ 1.669,5100	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:46:18:940
R\$ 1.670,5000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:46:19:817

R\$ 1.665,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:46:30:473
R\$ 1.664,3200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:46:33:503
R\$ 1.664,9700	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:46:34:643
R\$ 1.663,3200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:46:39:020
R\$ 1.664,3100	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:46:43:677
R\$ 1.640,0000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:46:51:567
R\$ 1.639,3100	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:46:54:803
R\$ 1.663,2900	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:46:57:757
R\$ 1.638,3100	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:47:03:223
R\$ 1.639,3000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:47:03:803
R\$ 1.632,8000	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:47:11:943
R\$ 1.632,0700	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:47:15:087
R\$ 1.650,0000	15.153.524/0001-90	23/05/2019 09:47:18:710
R\$ 1.631,0700	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:47:23:570
R\$ 1.632,0600	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:47:23:867
R\$ 1.630,4500	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:47:35:727
R\$ 1.629,4500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:47:43:917
R\$ 1.630,4400	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:47:43:963
R\$ 1.628,6600	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:47:56:307
R\$ 1.627,6600	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:48:04:090
R\$ 1.628,6500	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:48:04:543
R\$ 1.626,9900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:48:16:310
R\$ 1.625,9900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:48:24:730
R\$ 1.626,9800	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:48:24:997
R\$ 1.625,2400	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:48:37:280
R\$ 1.624,2400	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:48:44:890
R\$ 1.625,2300	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:48:45:000
R\$ 1.623,4500	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:48:57:547
R\$ 1.622,4500	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:49:04:890
R\$ 1.623,4400	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:49:05:063
R\$ 1.621,7900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:49:17:703
R\$ 1.620,7900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:49:25:457
R\$ 1.621,7800	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:49:25:690
R\$ 1.620,0400	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:49:38:317
R\$ 1.619,0400	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:49:45:503
R\$ 1.620,0300	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:49:46:003
R\$ 1.618,3900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:49:58:350
R\$ 1.617,3900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:50:07:240
R\$ 1.618,3800	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:50:07:270
R\$ 1.616,6300	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:50:22:367
R\$ 1.615,6300	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:50:27:647
R\$ 1.616,6200	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:50:27:663
R\$ 1.614,9100	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:50:42:413
R\$ 1.613,9100	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:50:47:883
R\$ 1.614,9000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:50:48:057
R\$ 1.613,2800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:51:15:167
R\$ 1.613,9000	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:51:15:637
R\$ 1.612,2800	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:51:24:527
R\$ 1.611,4900	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:51:35:637
R\$ 1.612,2700	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:51:35:980
R\$ 1.610,4900	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:51:48:810
R\$ 1.609,8200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:51:57:013
R\$ 1.610,4800	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:51:57:077
R\$ 1.608,8200	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:52:09:093
R\$ 1.608,0800	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:52:17:313
R\$ 1.608,8100	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:52:17:407
R\$ 1.607,0800	22.865.897/0001-59	23/05/2019 09:52:29:203
R\$ 1.606,3200	27.293.468/0001-78	23/05/2019 09:52:37:347
R\$ 1.607,0700	17.473.920/0001-20	23/05/2019 09:52:37:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Aberto	23/05/2019 09:09:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 09:21:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 09:36:30.
Encerrado	23/05/2019 09:52:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 09:20:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 09:21:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78.
Aceite	04/06/2019 10:48:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.606,3200.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:12:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:19:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78.
Habilitado	04/07/2019 14:38:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.606,3200.
Registro Intenção de Recurso	04/07/2019 14:44:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PEDRO ZATA BORGES CNPJ/CPF: 17473920000120. Motivo: marca ofertada pelo licitante primeira colocada não atende a todas as exigências do edital.
Intenção de Recurso Aceita	17/07/2019 11:30:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PEDRO ZATA BORGES, CNPJ/CPF: 17473920000120. Motivo: Considerando que nessa fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.473.920/0001-20	04/07/2019 14:44	17/07/2019 11:30	Aceito
Motivo Intenção: marca ofertada pelo licitante primeira colocada não atende a todas as exigências do edital.			
Motivo Aceite ou Recusa: Considerando que nessa fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.			

Item: 2 - MATERIAL VETERINÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.089,0000	R\$ 2.178,0000	21/05/2019 22:17:22
Marca: Medpej							
Fabricante: MEDPEJ EQUIP MED LTDA - BRASIL							
Modelo / Versão: DV 3001							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOPPLER VASCULAR VETERINÁRIO - Modelo portátil destinado ao uso veterinário, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Fabricado com um transdutor de 10 MHz de frequência, com altíssimo nível de sensibilidade e preciso na medição da pressão do fluxo arterial no modelo pastilha. Declaramos que nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.089,0000	R\$ 2.178,0000	22/05/2019 10:50:03
Marca: MEDPEJ							
Fabricante: MEDPEJ							
Modelo / Versão: DV-3001							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOPPLER VASCULAR VETERINÁRIO - Modelo portátil destinado ao uso veterinário, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Fabricado com um transdutor de 10 MHz de frequência, com altíssimo nível de sensibilidade e preciso na medição da pressão do fluxo arterial no modelo pastilha.							
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	2	R\$ 1.089,0000	R\$ 2.178,0000	22/05/2019 18:26:08
Marca: MEDPEJ							
Fabricante: MEDPEJ							
Modelo / Versão: DV-3001 (Portátil/analógico)							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DOPPLER VASCULAR VETERINÁRIO - Modelo portátil destinado ao uso veterinário, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Fabricado com um transdutor de 10 MHz de frequência, com altíssimo nível de sensibilidade e preciso na medição da pressão do fluxo arterial no modelo pastilha."							

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2019 06:00:19
	Marca: medpej Fabricante: medpej Modelo / Versão: dv3001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: garantia 12 meses DOPPLER VASCULAR VETERINÁRIO - Modelo portátil destinado ao uso veterinário, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Fabricado com um transdutor de 10 MHz de frequência, com altíssimo nível de sensibilidade e preciso na medição da pressão do fluxo arterial no modelo pastilha						
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	22/05/2019 21:08:07
	Marca: modpejet Fabricante: modpejet Modelo / Versão: modpejet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO DOPPLER VASCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSDUTOR 10MHZ, UNIDIRECIONAL, MINI, CIRCULAR, COMPONENTE 1 REGULADOR VOLUME, COMPONENTE 2 ACOMPANHA GEL, FONE DE OUVIDO E CAPA PROTETORA, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO C/ BATERIA DE 9 V, FREQUÊNCIA 8,2 MHZ						
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.900,0000	R\$ 21.800,0000	20/05/2019 15:40:26
	Marca: MedMega Fabricante: MedMega Modelo / Versão: DV 610V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOPPLER VASCULAR VETERINÁRIO - Modelo portátil destinado ao uso veterinário, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Fabricado com um transdutor de 10 MHz de frequência, com altíssimo nível de sensibilidade e preciso na medição da pressão do fluxo arterial no modelo pastilha.						
32.904.046/0001-21	RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	21/05/2019 20:29:46
	Marca: DOPPLER Fabricante: DOPPLER Modelo / Versão: DOPPLER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO DOPPLER VASCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSDUTOR 10MHZ, UNIDIRECIONAL, MINI, CIRCULAR, COMPONENTE 1 REGULADOR VOLUME, COMPONENTE 2 ACOMPANHA GEL, FONE DE OUVIDO E CAPA PROTETORA, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO C/ BATERIA DE 9 V, FREQUÊNCIA 8,2 MHZ						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	32.904.046/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 10.900,0000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 2.000,0000	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.500,0000	02.605.669/0001-32	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.089,0000	22.283.196/0001-01	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.089,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.089,0000	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.083,4900	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:21:31:367
R\$ 1.088,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:21:31:740
R\$ 1.082,0000	02.605.669/0001-32	23/05/2019 09:26:07:747
R\$ 1.077,0300	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:26:24:530
R\$ 1.081,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:26:24:560
R\$ 1.076,5000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:10:637
R\$ 1.077,0200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:32:10:810
R\$ 1.073,5300	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:32:14:090
R\$ 1.073,0000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:31:450
R\$ 1.073,5200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:32:31:827
R\$ 1.068,6700	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:32:35:340
R\$ 1.070,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:32:36:873
R\$ 1.068,1400	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:53:470
R\$ 1.068,6600	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:32:53:827
R\$ 1.060,4700	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:32:58:170
R\$ 1.059,9400	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:33:19:203
R\$ 1.060,4600	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:33:19:250
R\$ 1.056,3600	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:33:22:283
R\$ 1.055,8300	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:33:40:130
R\$ 1.056,3500	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:33:40:160
R\$ 1.048,0200	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:33:43:783

R\$ 1.055,8200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:34:01:460
R\$ 1.047,4900	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:34:01:863
R\$ 1.043,0900	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:34:05:287
R\$ 1.042,5600	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:34:22:790
R\$ 1.037,0600	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:34:25:803
R\$ 1.036,5300	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:34:45:370
R\$ 1.032,6800	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:34:48:603
R\$ 1.032,1500	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:35:06:667
R\$ 1.031,7300	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:35:10:417
R\$ 1.031,2000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:35:27:777
R\$ 1.030,4600	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:35:31:230
R\$ 1.029,9300	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:35:49:123
R\$ 1.025,1500	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:35:52:937
R\$ 1.020,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:36:05:873
R\$ 1.019,4700	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:36:10:267
R\$ 1.012,7400	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:36:13:657
R\$ 1.012,2100	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:36:33:673
R\$ 1.007,5400	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:36:37:377
R\$ 1.002,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:36:41:160
R\$ 1.001,4700	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:36:55:677
R\$ 997,3900	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:36:58:740
R\$ 996,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:37:05:787
R\$ 995,4700	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:37:16:270
R\$ 989,7300	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:37:19:863
R\$ 980,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:37:26:460
R\$ 985,6400	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:37:36:880
R\$ 974,9400	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:37:43:540
R\$ 997,3000	02.605.669/0001-32	23/05/2019 09:37:44:790
R\$ 970,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:37:47:850
R\$ 968,8700	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:38:03:603
R\$ 965,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:38:10:930
R\$ 964,0200	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:38:24:760
R\$ 955,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:38:33:027
R\$ 950,4200	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:38:44:997
R\$ 945,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:38:56:340
R\$ 937,1900	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:39:05:780
R\$ 932,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:39:18:327
R\$ 926,9400	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:39:26:627
R\$ 925,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:39:39:203
R\$ 976,0000	22.283.196/0001-01	23/05/2019 09:39:43:720
R\$ 917,5700	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:40:38:223
R\$ 917,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:40:41:740
R\$ 914,9100	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:40:58:617
R\$ 914,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:41:02:367
R\$ 911,6200	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:41:18:820
R\$ 910,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:41:27:447
R\$ 902,8500	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:41:39:463
R\$ 901,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:42:10:437
R\$ 895,0800	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:42:13:513
R\$ 894,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:43:34:647
R\$ 887,3600	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:47:14:443
R\$ 887,0000	32.828.703/0001-07	23/05/2019 09:59:05:830
R\$ 883,0100	07.626.776/0001-60	23/05/2019 09:59:09:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 09:09:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 09:21:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 09:36:30.
Encerrado	23/05/2019 10:05:22	Item encerrado
Abertura do prazo de	27/05/2019	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

Convocação - Anexo	14:09:08	EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 14:15:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Aceite	04/06/2019 10:49:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 883,0100.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:21:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:29:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Habilitado	04/07/2019 14:48:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 883,0100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ACIONAMENTO ELETRICO - TORNEIRA / CHUVEIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	23/05/2019 08:49:28
Marca: Capital Real Metais Fabricante: Capital Real Metais Modelo / Versão: Capital Real Metais Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORNEIRA FLEXÍVEL E EXTENSÍVEL DE PAREDE - Material: Latão Cromado - Mecanismo de cerâmica em 1/4 de volta - Com Mola Saída de Água: Chuveirinho ou Jato concentrado - Torneira Flexível e extensível - Fácil Instalação Altura até 40 Cm Fixação: Parede							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	19.915.068/0001-29	23/05/2019 09:00:48:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 09:09:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 09:21:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 09:36:30.
Encerrado	23/05/2019 09:55:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 09:53:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 09:54:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29.
Aceite	04/06/2019 10:50:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e com valor negociado a R\$ 268,7300. Motivo: valor negociado conforme chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:38:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 14:37:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29.
Habilitado	08/07/2019 10:43:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BANCO GIRATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.896.000/0001-72	MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 291,7600	R\$ 583,5200	22/05/2019 15:27:35
Marca: GOLDCHAIR Fabricante: GOLDCHAIR							

Modelo / Versão: GOLDCHAIR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOCHO - Cadeira Mocho, revestido em corvim preto, giratório, com encosto e regulagem de altura a gás e rodas

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	23/05/2019 06:00:19
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: G&G equipamentos**Fabricante:** G&G equipamentos**Modelo / Versão:** gas base preta**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** garantia 12 meses MOCHO - Cadeira Mocho, revestido em corvim preto, giratório, com encosto e regulagem de altura a gás e rodas

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/05/2019 15:03:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: GeG**Fabricante:** GeG**Modelo / Versão:** MOCHO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, DIÂMETRO CERCA DE 40 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACABAMENTO DOS RODÍZIOS TERMOPLÁSTICA

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.920,0000	R\$ 5.840,0000	20/05/2019 15:40:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Metalic Medical**Fabricante:** Metalic Medical**Modelo / Versão:** MT 110N**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOCHO - Cadeira Mocho, revestido em corvim preto, giratório, com encosto e regulagem de altura a gás e rodas**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.920,0000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 1.000,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 600,0000	02.605.669/0001-32	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 291,7600	04.896.000/0001-72	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 355,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 09:21:20:740
R\$ 354,9000	14.676.091/0001-94	23/05/2019 09:32:08:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 09:10:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 09:21:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 09:36:30.
Encerrado	23/05/2019 09:55:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 10:08:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 10:55:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72.
Aceite	04/06/2019 10:50:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 291,7600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:51:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:06:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72.
Inabilitado	16/07/2019 10:32:06	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 291,7600. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º, Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta, O MPDFT, de acordo com o Parecer nº 241/2019-Alicon/Conjur/SG, aplicou em desfavor da empresa MULTIWORCS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
Recusa	16/07/2019 10:51:31	Recusa da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 354,9000. Motivo: De acordo com o item 7.2 do edital.
Recusa	16/07/2019 11:44:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 355,0000. Motivo: A proposta será recusada de acordo com o item 7.2 do Edital.
Abertura do	16/07/2019	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF:

prazo de 14:48:21 02.605.669/0001-32.
Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de 16/07/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, Convocação - 17:37:23 CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32.
Anexo

Recusa 17/07/2019 09:39:38 Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: A proposta será recusada de acordo com o item 7.2 do Edital.

Cancelado na 17/07/2019 09:43:10 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não a licitantes subsequente para negociar.
aceitação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	1	R\$ 14.857,0000	R\$ 14.857,0000	21/05/2019 14:39:00
<p>Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LSB A1-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA MOD. LSB A1-10 MARCA LUTECH - NACIONAL - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com a classe 100 e normas ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 e norma internacional ISO 14.644-1 - Fluxo de ar com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (sala) - Equipado com dois filtros HEPA classe H13/H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97% a 99,999% para retenção de partículas de até 0,3 micron - Construída em aço carbono com pintura anticorrosiva em epóxi - Área de trabalho interna fabricada em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza - Vidro frontal temperado com sistema de guilhotina e contrapesos, permitindo ajustá-lo em qualquer posição - Inclinação angular do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos - Motor monofásico 220V, tipo siroco com proteção térmica - Painel eletrônico com comandos separados para motor, lâmpada germicida UV e lâmpada fria. - Velocidade do ar 0,45 m/s ±15% - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro totalmente fechado - Alarme de segurança audiovisual quando o vidro frontal exceder a abertura de 200 mm - Acompanha lâmpada germicida UV e lâmpada fria - Baixo nível de ruído: < 65 dB - Dimensões Internas (A x L x P): 641 x 670 x 559 mm - Dimensões Externas (A x L x P): 1112 x 677 x 692 mm - Alimentação 220 V, 50/60 Hz - Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136</p>							
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.857,0000	R\$ 14.857,0000	23/05/2019 07:45:59
<p>Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: SBIIA1-656/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Descritivo. Modelo: SBIIA1-656/3 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizados produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática na cor branca (material não sofre oxidação); Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish; Plataforma de trabalho removível dessa forma facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 (equivalente a NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99,995% para partículas de 0,3 microns, e moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de contrapeso que permite parar em qualquer ponto do seu curso, este vidro é inclinado em 5° dessa forma proporcionando melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel elétrico com interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz monofásica; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/10 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; Vazão 400 m³/h; 01 tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 9 W (1000 lux); 01 lâmpada UV 15 W e timer analógico (COEL) 1-60 min - com deslig. automático da lamp. UV neste intervalo); Equipamento COM base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Medidas: externa (mm): Larg= 726 x Prof= 550 x Altura= 1180 sem/base e 1920 c/ base Interna (mm): Larg= 656 x Prof= 430 x Altura= 550 "</p>							
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.857,9000	R\$ 14.857,9000	22/05/2019 13:55:17
<p>Marca: Eletrospitalar Fabricante: Eletrospitalar Modelo / Versão: EL0450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de segurança Biológica Classe II tipo A1; com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação; fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado;. Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3.</p>							

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 21.900,0000	R\$ 21.900,0000	22/05/2019 10:50:03
	Marca: FILTEX Fabricante: FILTEX Modelo / Versão: BIOLOGIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 - Cabine de segurança Biológica Classe II tipo A1; com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação; fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado;. Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3.						
10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 29.774,0000	R\$ 29.774,0000	22/05/2019 15:50:24
	Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: Compact Flow Guilhotina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA CLASSE II						
30.756.716/0001-84	BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/05/2019 08:25:22
	Marca: biogreen Fabricante: biogreen Modelo / Versão: BG CIIA1/A2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 - Cabine de segurança Biológica Classe II tipo A1; com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação; fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado;. Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3.de procedencia nacional						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/05/2019 08:54:02
	Marca: simblab Fabricante: simblab Modelo / Versão: pequena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V						
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	15/05/2019 13:54:34
	Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: Compact Biologic Classe II A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1- Cabine de segurança Biológica Classe II tipo A1; com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação; fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3. Maraca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic Classe II A1 Procedência: Nacional NCM: 84213990						
24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 98.000,0000	R\$ 98.000,0000	23/05/2019 08:57:21
	Marca: simbel Fabricante: simbel Modelo / Versão: pequena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V						
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/05/2019 18:03:26
	Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo / Versão: CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 - Cabine de segurança Biológica Classe II tipo A1; com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação; fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado;. Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 98.000,0000	24.743.500/0001-81	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 35.000,0000	13.602.058/0001-57	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 30.000,0000	30.756.716/0001-84	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 30.000,0000	28.199.997/0001-70	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 29.774,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373

R\$ 21.900,0000	22.283.196/0001-01	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 14.857,9000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 14.857,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 14.857,0000	08.040.473/0001-24	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 14.777,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:35:19:727
R\$ 14.770,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:37:11:437
R\$ 14.690,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:37:14:563
R\$ 14.685,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:37:31:800
R\$ 14.605,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:37:34:940
R\$ 14.600,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:38:01:050
R\$ 14.520,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:38:04:503
R\$ 14.500,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:38:40:663
R\$ 14.420,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:38:43:947
R\$ 14.400,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:39:34:043
R\$ 14.320,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:39:37:387
R\$ 14.300,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:40:02:903
R\$ 14.220,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:40:06:047
R\$ 14.200,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:41:18:740
R\$ 14.120,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:41:26:020
R\$ 14.000,0000	30.756.716/0001-84	23/05/2019 10:41:31:460
R\$ 14.110,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:41:41:710
R\$ 13.920,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:41:46:227
R\$ 13.913,8900	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:42:26:137
R\$ 13.833,8800	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:42:33:790
R\$ 13.800,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:42:50:903
R\$ 13.720,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:42:54:027
R\$ 13.715,2900	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:42:57:513
R\$ 11.000,0000	13.602.058/0001-57	23/05/2019 10:43:05:873
R\$ 10.920,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:43:14:733
R\$ 10.500,0000	13.602.058/0001-57	23/05/2019 10:43:30:170
R\$ 10.420,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:43:34:767
R\$ 10.000,0000	30.756.716/0001-84	23/05/2019 10:43:44:157
R\$ 10.000,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:43:52:000
R\$ 9.920,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:43:55:190
R\$ 9.900,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:44:30:427
R\$ 9.820,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 10:44:33:770
R\$ 9.720,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:44:58:130
R\$ 9.999,9990	13.602.058/0001-57	23/05/2019 10:45:43:463
R\$ 14.257,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 10:49:50:623
R\$ 9.717,0000	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:51:22:897
R\$ 9.700,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:51:36:400
R\$ 9.695,0800	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:51:43:087
R\$ 9.690,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:52:03:603
R\$ 9.685,9000	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:52:07:290
R\$ 9.600,0000	08.040.473/0001-24	23/05/2019 10:52:13:450
R\$ 9.950,0000	24.743.500/0001-81	23/05/2019 10:52:33:170
R\$ 9.680,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:52:33:590
R\$ 9.550,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:52:57:250
R\$ 9.547,3400	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:58:14:870
R\$ 9.530,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:58:26:697
R\$ 9.526,4500	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:58:34:933
R\$ 9.495,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:58:49:340
R\$ 9.491,7600	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:58:55:013
R\$ 9.443,9500	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:59:10:590
R\$ 9.441,3700	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:59:15:090
R\$ 9.425,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 10:59:33:970
R\$ 9.419,9400	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:59:37:280
R\$ 9.415,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 11:00:01:580
R\$ 9.410,0200	28.199.997/0001-70	23/05/2019 11:00:06:237
R\$ 9.400,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 11:00:27:067
R\$ 9.394,7200	28.199.997/0001-70	23/05/2019 11:00:30:207
R\$ 9.350,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 11:00:52:723

R\$ 9.344,2300	28.199.997/0001-70	23/05/2019 11:00:56:163
R\$ 9.200,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 11:01:19:570
R\$ 9.197,3100	28.199.997/0001-70	23/05/2019 11:01:22:617
R\$ 9.000,0000	00.584.060/0001-07	23/05/2019 11:01:43:290
R\$ 8.994,0300	28.199.997/0001-70	23/05/2019 11:01:48:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 10:35:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 10:51:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 11:01:20.
Encerrado	23/05/2019 11:02:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 10:32:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 10:36:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Aceite	04/06/2019 10:52:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 8.994,0300.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 09:54:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:03:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Habilitado	04/07/2019 14:56:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 8.994,0300.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - ESTUFA LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.556,0000	R\$ 32.556,0000	13/05/2019 19:22:27
<p>Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo / Versão: HF151-UV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de bancada de CO², construída com paredes de jaqueta de ar quente Fabricante/Marca HEAL FORCE, Modelo HF151-UV, apresentando as seguintes características técnicas: Fabricada de acordo com as normas UL, CUL e CE de segurança e desempenho. Cabine simples com controle automático de CO² pelo método de Condutividade Térmica. Interior em aço inoxidável, com bordas internas arredondadas para evitar o crescimento bacteriano. Parte externa é construída em aço eletro galvanizado com pintura de alta resistência química. Porta dupla para reduzir o consumo de água, impedindo também a entrada de ar de fora para dentro. A lâmpada ultravioleta de longa vida é equipada na parte traseira interna para esterilizar o ar da câmara e da água no reservatório para manter as condições livres de contaminação dentro da câmara. Para tirar o máximo efeito de desinfecção, o comprimento de onda da luz UV é mantido a 254 nm. Todas as linhas de injeção de gás são filtrados através de filtro HEPA para remover impurezas e contaminantes antes de ser injetado para dentro da câmara. O filtro HEPA é capaz de filtrar partículas maiores do que 0,3 µm em 99,998%. A alta umidade do ar impede culturas de células de secar e também mantém constante a osmolaridade do meio de cultura. A incubadora pode trabalhar com umidade relativa do ar de até 95%, enquanto o interior das paredes permanecem completamente seco (a fim de evitar a contaminação, no entanto, sem condensação). O sistema de reservatório de água inclinada patenteada mantém a umidade do ar absolutamente estável. Um sistema de aquecimento encamisado de ar combinada com PT1000 sensores de temperatura, garantindo alta precisão com distribuição homogênea de calor no interior. Dinâmica excepcional asseguram tempos curtos de recuperação e equilibram as flutuações causadas pela porta aberta. Além de fornecer máxima proteção em qualquer momento, particularmente para culturas sensíveis. A função de auto-start, que simplifica consideravelmente o equipamento de operação, contém start-up automático da incubadora e da medição calibração do sistema. O sensor de condutividade térmica de CO² tem a sua linha de base reposto automaticamente sem ajuste manual. A incubadora pode ser carregada imediatamente após a rotina de start-up. Display alfa-numérico apresentando os seguintes parâmetros: Temperatura dentro da câmara com indicador de aquecimento; Concentração de CO² com indicador de injeção de CO²; Umidade Relativa interna (RH%). Sistema de Configuração apresentando: Interrupção de energia, Desvio de CO²; Porta aberta; Alarme áudio-visual ligado/desligado; Código de acesso, Aviso para troca do filtro HEPA; Contatos para alarme remoto; Rastreamento de temperatura baixa e alta e alarme baixo de CO²; Calibração da temperatura, CO² e RH% (Opcional). Faixa de temperatura: + 5°C acima da temperatura ambiente até + 50°C Controle de sensibilidade da temperatura: 0.1° C. Estabilidade da Temperatura: 0.1°C Uniformidade da temperatura: 0.2°C Faixa de controle de CO²: 0% á 20%. Precisão de controle de CO²: 0.1% Estabilidade de CO²: 0.1% Pressão interna CO²: 0.1 MPa Umidade relativa: 95% á 37°C Reservatório de água: 4 Litros Alarme visual e sonoro para flutuações de temperatura e CO². Acompanha 03 prateleiras removíveis perfuradas em aço inox (423 x 445mm), podendo comportar no máximo 10 prateleiras. Orifício de acesso: Opcional Filtro de ar: Eficiência 0.3&#956;m - 99,998% (CO²) Contato alarme remoto: Padrão Sistema descontaminação: Lâmpada UV Capacidade: 151 Litros Dimensões internas: 470 x 530 x 607 mm (L x P x A) Dimensões Externas: 615 x 768 x 865 mm (L x P x A) Alimentação: 110/220 V – 50/60 Hz Comunicação: Saída RS-232 Consumo: 600 Watts Peso: 75 Kg</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 54.000,0000	R\$ 54.000,0000	22/05/2019 10:50:03
<p>Marca: THERMO SCIENTIFIC</p>							

	Fabricante: THERMO SCIENTIFIC Modelo / Versão: 4110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA DE CO2 - Estufa incubadora de CO2: com porta interna de vidro temperado; capacidade 80-90L; sensor de temperatura (Pt 100); umidade relativa (< 85%); 2 prateleiras; com cabo de energia; Garantia 1 ano. Tensão 220V.					
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000 23/05/2019 08:54:59
	Marca: BINDER Fabricante: BINDER Modelo / Versão: BINDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO					
10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000 22/05/2019 15:54:57
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q316C1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Microprocessada de CO ²					
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	1	R\$ 68.000,0000	R\$ 68.000,0000 21/05/2019 14:42:27
	Marca: BINDER Fabricante: BINDER Modelo / Versão: C 170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadoras de CO₂ com Esterilização por Ar Quente Binder, mod. C 170 MARCA BINDER PROCEDENCIA ALEMA As incubadoras da série C são ideais para aplicações rotineiras em cultura celular: estão livres de contaminação graças à esterilização por ar quente a 180 ° C e a um nível confiável de estabilidade de pH graças ao sistema de medição de infravermelho e CO₂ sem deriva. Características importantes Faixa de temperatura: de 7 ° C acima da temperatura ambiente até 50 ° C Faixa de umidade: até 95% h Auto-esterilização por ar quente a 180 ° C Sistema de umidificação sem condensação Tubo de mistura de gás CO₂ com efeito Venturi Sensor de CO₂ com tecnologia de infravermelhos Indicador LED de 3 dígitos com 7 segmentos Porta com parada esquerda ou direita Porta de segurança de vidro interior vedada (ESG) Câmara interna de peça única sem soldas de aço inoxidável 3 bandejas de aço inoxidável perfuradas Equipamento empilhável pelo adaptador de empilhamento Sistema de autodiagnóstico com alarme óptico e acústico Contato de alarme sem tensão * Dimensões da carcaça sem componentes e conexões A x L x P [mm] - 740 x 870 x 715 * Dimensões interiores A x L x P [mm] - 560 x 600 x 500 * Peso líquido [kg] - 96 * Volume interno [L] - 168					
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000 23/05/2019 08:54:02
	Marca: biogen Fabricante: biogen Modelo / Versão: 80I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO					
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000 22/05/2019 18:10:06
	Marca: everlab Fabricante: everlab Modelo / Versão: estufa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA DE CO2 - Estufa incubadora de CO2: com porta interna de vidro temperado; capacidade 80-90L; sensor de temperatura (Pt 100); umidade relativa (< 85%); 2 prateleiras; com cabo de energia; Garantia 1 ano. Tensão 220V.					
32.904.046/0001-21	RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000 21/05/2019 20:29:46
	Marca: ESTUFA Fabricante: ESTUFA Modelo / Versão: ESTUFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	32.904.046/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 300.000,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 120.000,0000	28.199.997/0001-70	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 68.000,0000	27.884.171/0001-87	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 65.000,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 60.000,0000	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 54.000,0000	22.283.196/0001-01	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 32.556,0000	07.993.655/0001-57	23/05/2019 09:00:48:373

R\$ 64.920,0000

27.884.171/0001-87

23/05/2019 10:35:27:430

R\$ 53.999,9900

28.199.997/0001-70

23/05/2019 10:42:39:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 10:35:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 10:51:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 11:01:20.
Encerrado	23/05/2019 11:11:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 11:02:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 11:05:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Recusa	11/06/2019 15:43:52	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 32.556,0000. Motivo: Reprovado pelo setor técnico: Proposta apresenta equipamento com volume acima das especificações do descritivo do edital. Desta forma o tamanho do equipamento é maior que o espaço físico reservado para o mesmo no laboratório.
Recusa	12/06/2019 15:34:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 53.999,9900. Motivo: Será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Recusa	12/06/2019 15:58:52	Recusa da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000. Motivo: Será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Recusa	12/06/2019 16:17:10	Recusa da proposta. Fornecedor: LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI, CNPJ/CPF: 27.884.171/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 64.920,0000. Motivo: Será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/06/2019 10:55:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21.
Recusa	24/06/2019 11:19:09	Recusa da proposta. Fornecedor: RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.904.046/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/06/2019 11:33:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/06/2019 12:24:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/06/2019 13:56:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21.
Aceite	27/06/2019 11:28:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000 e com valor negociado a R\$ 32.556,8000. Motivo: Valor negociado conforme o chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:03:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:19:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43.
Habilitado	04/07/2019 16:01:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000 e com valor negociado a R\$ 32.556,8000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - CENTRÍFUGA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.524,0000	R\$ 6.524,0000	22/05/2019 16:18:21
Marcas: Quimis							

Fabricante: Quimis**Modelo / Versão:** Q222TM2+QA222TM-16+QA222TM-28A1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga de Bancada - Marca: Quimis - Modelo: Q222TM2+QA222TM-16+QA222TM-28A1 - Centrífuga Microprocessada para Tubos; ROTAÇÃO MÁXIMA 4.000 RPM*. Centrífuga para tubos com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos; Capacidade máxima de 280 mL com densidade de até 1,2 g/cm³; Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; Ruído inferior a 75dB; Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; Seleção digital da velocidade e do tempo; Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos; Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; Memória para salvar até 9 programas; Seleção do tipo de suporte de tubos; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. Registro ANVISA: 80231270010. Alimentação: 110 ou 220V; potência: 440W; dimensões / peso: 48 x 37 x 31cm / 20Kg. Fornecido com: 1 Rotor para 16 tubos de 15ml e 1 Rotor para 28 tubos de 2ml. OBS: equipamento similar na rotação, gentileza encaminhar descritivo para análise do requisitante. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 6.589,9900	R\$ 6.589,9900	21/05/2019 12:13:08
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Quimis**Fabricante:** quimis**Modelo / Versão:** Q222TM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Microprocessada para Tubos - Q222TM Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos; • Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em mL): 28x10 - 16x15 - 4x50 - 2x100 - 28x1,8 - 28x2 - 28x3,5 - 28x4 e 28x5; • Capacidade máxima de 280 mL com densidade de até 1,2 g/cm³; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; • Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Seleção do tipo de suporte de tubos; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. • Registro ANVISA: 80231270010

19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	23/05/2019 08:51:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Spinlab**Fabricante:** Spinlab**Modelo / Versão:** Spinlab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL - Centrífuga digital de bancada, programável. Acompanha rotores, para tubos de 15mL e para microtubos de 2mL; VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500rpm, MOTOR DE INDUÇÃO. Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Display de LCD 220 VOLTS. Garantia 1 ano

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.400,0000	R\$ 7.400,0000	21/05/2019 11:12:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa <56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensões externas: L=535 x P=650 x A=420 mm - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 12 tubos de 15 ml; - RAF30 / 6.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	17/05/2019 16:44:16
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Edutec**Fabricante:** Edutec

Modelo / Versão: EEQ9010A-2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL - Centrífuga digital de bancada, programável. Acompanha rotores, para tubos de 15ml e para microtubos de 2ml; VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500rpm, MOTOR DE INDUÇÃO. Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Display de LCD 220 VOLTS. Garantia 1 ano."

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	23/05/2019 08:41:56
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 810**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 810 - CENTRÍFUGA DE BANCADA Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com ajuste de 10 RPM em 10 RPM. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em aço inox AISI 304 Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 470 x 600 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touc, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 0,5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V ou Bivolt (especificar), 50/60 Hz, potência de 500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 5000 RPM. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 RPM. Capacidades dos rotores Rotor de Ângulo Fixo com capacidade máxima de 120 ml, sendo: 24 x 2 ml ou 12 x 5 ml ou 12 x 10 ml ou 12 x 15 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 200 ml, sendo: 28 x 5 ml; ou 28 x 10 ml; ou 28 x 15 ml; ou 4 x 50 ml; (outras capacidades sob consulta). Opcionais Sob Consulta: Tubos, frascos, cuba de centrifugação em alumínio, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro, outras configurações de capacidade. Itens que Acompanha: 01 Rotor Ângulo Fixo com capacidade para 24 microtubos de 2 ml e 01 Rotor Ângulo Fixo com capacidade para 12 tubos de 15 ml); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 810. Marca Novatecnica. Procedência nacional. ANVISA: 81435250002

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	22/05/2019 10:50:04
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: INBRAS**Fabricante:** INBRAS**Modelo / Versão:** ALB-50**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL - Centrífuga digital de bancada, programável. Acompanha rotores, para tubos de 15ml e para microtubos de 2ml; VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500rpm, MOTOR DE INDUÇÃO. Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Display de LCD 220 VOLTS. Garantia 1 ano.

10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.200,0000	R\$ 13.200,0000	22/05/2019 16:07:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** Registro na ANVISA:Nº 80884880002**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA KASVI DIGITAL 8X15 ML ROTOR DE ANGULO FIXO 4000 RPM

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	22/05/2019 15:03:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: IONLAB**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DT-4500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROTUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 500 ML, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

33.293.947/0001-97	HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	23/05/2019 08:26:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 820**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA NOVA TECNICA. MODELO NT 820. DESCRIÇÃO: Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade

para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 530 x 663 x 445 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Especificação Técnica dos Rotores: Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 6000 rpm e força máxima até 4.850 xg. Rotor Horizontal para Microplacas em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 2800 rpm e força máxima até 1.590 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.400 xg.

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL Sim Sim 1 R\$ 55.000,0000 R\$ 55.000,0000 23/05/2019 08:54:02
EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: inbras

Fabricante: inbras

Modelo / Versão: alt 18vt

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROTUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 500 ML, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 22/05/2019 15:23:18
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-6000-BI-NM+ROTOR12X15+ADAPTORES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrifuga digital microprocessada, com capacidade de variados rotores e caçapas, para uso com microtubos de 0,2ml até tubos de 250ml ou microplacas. Possui um display em LCD colorido, alfanumérico, para a visualização do tempo e da velocidade real. Velocidade ajustável e programável de 0 a 6.000rpm (4.650xg). Tempo de aceleração e desaceleração ajustável de 1 a 99 min. Tampa com trava eletromagnética, que impede a sua abertura, quando a centrifuga está em funcionamento, com uma janela para calibração da velocidade. Motor sem escovas de corrente alternada. Câmara de centrifugação em aço inoxidável. Baixo nível de ruído. CARACTERÍSTICAS: - Velocidade Máxima: 6.000rpm - Alcance RCF (xg) 0-4650xg - Ruído de operação: 58dB (A) - Timer (aceleração e desaceleração): 1 a 99 minutos. - Acuracia Velocidade +/- 20r/min. - Dimensões: 490x640x400mm - Peso: 45 Kg - Alimentação: 110/220V, 50/60Hz, 5ª, 0.5KW ACOMPANHA: ROTOR CAPACIDADE: 12X15ML - Adaptadores. "

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 22/05/2019 18:10:06

Marca: everlab

Fabricante: everlab

Modelo / Versão: CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL - Centrifuga digital de bancada, programável. Acompanha rotores, para tubos de 15ml e para microtubos de 2ml; VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500rpm, MOTOR DE INDUÇÃO. Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Display de LCD 220 VOLTS. Garantia 1 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 55.000,0000	28.199.997/0001-70	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 50.000,0000	33.293.947/0001-97	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 15.000,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 13.200,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 13.000,0000	22.283.196/0001-01	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 8.000,0000	05.239.149/0001-41	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 8.000,0000	61.012.811/0001-05	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 7.400,0000	18.214.465/0001-00	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 7.000,0000	19.915.068/0001-29	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 6.589,9900	67.957.720/0001-10	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 6.524,0000	10.378.106/0001-87	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 6.020,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 10:08:27:080
R\$ 6.010,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 10:10:38:043
R\$ 6.589,0000	05.239.149/0001-41	23/05/2019 10:11:40:267
R\$ 6.000,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 10:11:53:110
R\$ 6.800,0000	28.199.997/0001-70	23/05/2019 10:11:55:563
R\$ 6.500,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 10:33:31:467
R\$ 6.498,7000	10.378.106/0001-87	23/05/2019 10:39:06:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 10:04:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 10:16:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 10:26:56.
Encerrado	23/05/2019 10:40:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 11:16:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 11:28:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	11/06/2019 15:30:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:13:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:15:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Habilitado	05/07/2019 10:05:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.524.516/0001-83	SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.877,4500	R\$ 4.877,4500	23/05/2019 07:24:13
Marca: sempercrio Fabricante: sempercrio Modelo / Versão: SC 750 CRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criogênico Modelo SC 750 CRIO, é fabricado em alumínio, constituído de dois recipientes, ou seja um dentro o outro unidos por um pescoço. O espaço entre os recipientes é preenchido por um material isolante submetido a alto vácuo, este material é de alta resistência garantindo ao produto uma economia na perda de N2L, assim suportar longa estocagem de N2L -196°C. Indicado para armazenagem de nitrogênio líquido e crio biológicos(sêmen, tecidos, etc.). Capacidade 50 litros- Peso vazio 15,5 kg- Peso cheio 55,90 kg -Diam. da boca 120mm Diam. Ext. 460mm - Altura Ext. 710mm Taxa de evaporação estático e de 0,99/dia Tempo de armazenagem estática aprox. 80dias Acompanha 6 canisteres- Dimensão de 80x80 mm Altura 280 mm com 5 prateleiras Capacidade de trabalho Tubos criogênicos de 5ml : aprox. 750 tubos acondiciona 30 criocaixas de ate 25 criotubos (não acompanha) , regua para medir e manual							
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/05/2019 08:49:28
Marca: w Fabricante: w Modelo / Versão: w Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTTIÃO DE NITROGÊNIO: material de alumínio. Capacidade de NL2 (50 a 65 litros). 4 a 5 estojos por Rack. Acompanha régua de medição.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2019 15:03:51
Marca: SEMPERCRIO Fabricante: SEMPERCRIO Modelo / Versão: SC47 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANISTERES, CAPACIDADE 20,50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO							
32.904.046/0001-21	RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	21/05/2019 20:29:46
Marca: BOTTIÃO Fabricante: BOTTIÃO Modelo / Versão: BOTTIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANISTERES, CAPACIDADE 20,50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 959.000,0000	R\$ 959.000,0000	22/05/2019 18:32:24
Marca: VOLTA Fabricante: VOLTA Modelo / Versão: NITROGÊNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTTIÃO DE NITROGÊNIO: material de alumínio. Capacidade de NL2 (50 a 65 litros). 4 a 5 estojos por Rack. Acompanha régua de medição							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 959.000,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 100.000,0000	32.904.046/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 5.000,0000	19.915.068/0001-29	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 4.877,4500	71.524.516/0001-83	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 7.995,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 10:10:50:810
R\$ 7.993,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 10:14:17:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 10:04:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 10:16:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 10:26:56.
Encerrado	23/05/2019 10:50:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 11:54:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 12:59:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83.
Aceite	04/06/2019 10:54:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4.877,4500 e com valor negociado a R\$ 4,8000. Motivo: Valor negociado conforme chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:21:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 11:18:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83.
Habilitado	08/07/2019 14:13:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - MICROSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	22/05/2019 11:37:48
	Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL 1000 + Image Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico : Ocular 40X-1600X Torre contraste de fase Trinocular Microscópio W 5MP Câmera; software para processamento de imagens; Máscaras dos ocular Objetivas; Ocular de campo largo; Iluminação do halogênio; Focalização; Filtro azul; Grampos do espécime; Caixa de corrediça; Óleo da imersão; Tampa protetora. Voltagem: 220 Volts. Garantia 1 ano.						
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/05/2019 17:53:31
	Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: PW-208 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CONTRASTE DE FASE E CÂMERA DIGITAL COM SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS; Especificação: Cabeçote Siedentopf, tubo trinocular com o inclinação em 30º graus com uma rotação de 360º graus. Aumentos 40x ~1600x Distancia interpupilar 54 a 75mm Revolver quádruplo Par de oculares PL10x campo amplo de 20mm com olhetes de borrachas (tipo mascaras) Par de oculares WF 16x Conjunto de objetivas: Objetiva de 4X, plan acromáticos infinitas ótica UIS Objetivas com contraste de fase 10XP1, 20XP1, 40XP3, 100XP3 a óleo. Platina mecânico: 140X132 milímetro, escala de X e Y: 76X50mm,01mm com grampos para fixar a amostras focalização grosseira e fina, cremalheira e pino 25mm Sistema de iluminação com controle de luminosidade, com lâmpada de halogênica 6v/30w tipo JC G4 Condensador de torre giratório Sistema de contraste de fase (torre) com placa circular rotativa deslizante para selecionar as objetivas com nos aumentos desejados. Acompanha; Filtro azul Frasco de óleo de imersão Capa de proteção contra pó Manual de instruções de uso Voltagem 100v~240v automático Cabo de força tripolar (padrão Brasileiro) Embalagem em caixa de isopor e caixa de papelão Garantia mínima de 12 meses.						
00.427.698/0001-26	LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 16.497,0000	R\$ 16.497,0000	22/05/2019 17:18:45

reconhecimento da câmera pelo computador e um para o Software de visualização. Depois basta conectar a câmera ao computador via interface USB. Garantia: 12 meses. acompanha o adaptador para acoplar a câmera ao microscópio Biológico. Garantia: 12 meses.

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 16.750,0000	R\$ 16.750,0000	17/05/2019 14:38:45
<p>Marca: New optics Fabricante: New optics Modelo / Versão: NO217T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Trinocular - Biológico Finito Acromático com Contraste de Fase Sistema Óptico: Ótica finita; Aumento: 40x - 1600x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm-75mm; Oculares: WF10X e WF16X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Faixa de focalização: 16mm; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão); Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X); Aumento Contraste de Fase: 100X - 640X; Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X. Itens Opcionais (Não Inclusos): Ocular WF10X; Ocular WF10X com seta 23mm; Filtros amarelo e verde; Câmeras digitais 2MP, 5MP (opção Wifi), 8MP, 14MP e 16MP; Bateria 1300mAh (autonomia 2-3hs); Bateria 2800mAh (autonomia 7-8hs); Oculares WF20X ; Revólver reverso para 5 objetivas; Objetiva acromática 60X; Jogo de objetivas planacromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Condensador Abbe (Swing) com abertura numérica variável de 0,65 - 1,25; Condensador campo escuro seco; Dispositivo para polarização. Embalagem: Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X; Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Filtro Azul; Óleo de imersão; Cabo de alimentação; Capa plástica contra poeira; Manual de instruções em português; 1 par de oculares WF16X; Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X). Acompanha camera de 5 mp.</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.750,0000	R\$ 16.750,0000	22/05/2019 10:50:04
<p>Marca: NEW OPTICS Fabricante: NEW OPTICS Modelo / Versão: NO-217T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - Microscópio biológico : Ocular 40X-1600X Torre contraste de fase Trinocular Microscópio W 5MP Câmera; software para processamento de imagens; Máscaras dos ocular Objetivas; Ocular de campo largo; Iluminação do halogênio; Focalização; Filtro azul; Grampos do espécime; Caixa de corredeira; Óleo da imersão; Tampa protetora. Voltagem: 220 Volts. Garantia 1 ano.</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.750,0000	R\$ 16.750,0000	23/05/2019 08:26:05
<p>Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: Solstice 5Xi UltraCam 14000 HD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - Microscópio biológico : Ocular 40X-1600X Torre contraste de fase Trinocular Microscópio com 14 Megapixel Câmera; software para processamento de imagens; Máscaras dos ocular Objetivas; Ocular de campo largo; Iluminação do halogênio; Focalização; Filtro azul; Grampos do espécime; Caixa de corredeira; Óleo da imersão; Tampa protetora. Voltagem: 220 Volts - Microscópio optico trinocular com aumentos de 40x a 1600 com uso de objetivas planas acromaticas de aumentos 4x, 10x, 40x, 100x para campo claro, campo escuro e contraste de fases, iluminação halogena de 12V/30W ou opcionalmente moderno LED de alta intensidade e baixissima voltagem e vida longa superior a 20 mil horas de uso, camara de vídeo microscopia moderna de 14 Megapixel com imagem direta em cartão SD CARD ou saída em PC por saída USB e ainda monitor de vídeo com saída HDMI, platina grande e todos os componentes tropicalizados, software para display, ajustes, captura e analises morfológicas de imagens além de banco e compartilhamento via internet/intranet.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	17/05/2019 16:44:16
<p>Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: 504M.PL.INF/16X/DEM 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - Microscópio biológico : Ocular 40X-1600X Torre contraste de fase Trinocular Microscópio W 5MP Câmera; software para processamento de imagens; Máscaras dos ocular Objetivas; Ocular de campo largo; Iluminação do halogênio; Focalização; Filtro azul; Grampos do espécime; Caixa de corredeira; Óleo da imersão; Tampa protetora. Voltagem: 220 Volts. Garantia 1 ano."</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2019 15:03:51
<p>Marca: IONLAB Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIO1000-BI-PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO</p>							

11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2019 22:23:29
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PHYSIS

Fabricante: PHYSIS

Modelo / Versão: EXP 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 200 COM CONTRASTE DA FASE COM CAMERA DIGITAL DE 5.0 MGP MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ÓPTICA INFINITA, DESIGNADO PARA TRABALHOS DE ROTINA E PESQUISA EM TÉCNICA DE CAMPO CLARO, CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 54MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓPTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA EM AMBOS OS LADOS (DIREITO/ESQUERDO); SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA CINCO OBJETIVAS COM BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, COM PRESILHA PARA DUAS LÂMINAS, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS 76 X 54MM; CHARIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOEHLER, COM DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO, FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO ; COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA; DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS. ESTATIVA COM DESIGN MODERNO DE ALTA ESTABILIDADE; SUPORTE TRASEIRO PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE, COLUNA VERTICAL,PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE , LOCALIZADA NA LATERAL DIREITA, COM DIAFRAGMA DE CAMPO; FILTRO AZUL COM SUPORTE DESLIZANTE; LÂMPADA DE HALOGENÍO DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA (6V - 30W), FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, POSSIBILITA A TROCA RÁPIDA SEM UTILIZAR FERRAMENTAS, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO,FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE , 90~250V - 50/60HZ. CONDENSADOR UNIVERSAL DE CONTRASTE DE FASE COM ANEIS DE FASE DE SISTEMA GIRATORIO SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLIO 10X/20. OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS 10X N.A. 0.30, WD 4.00 FASE 20X N.A. 0.45, WD 1.24 FASE 40X N.A. 0.70, WD 0.29, RETRÁTIL FASE 100X N.A. 1.25, WD 1.09, RETRÁTIL OIL FASE TELESCÓPIO DE PARA CENTRALIZAÇÃO DOS ANEIS DE FASE, FILTRO VERDE, 43LF550-W45, LENTE AUX PARA CENTRALIZAÇÃO DO CONDENSADOR, SUPORTE DE FLTRO PARA OBSERVAÇÕES DE CAMPO ESCURO CÂMERA DIGITAL TUCSEN/PHYSIS IS 500, CMOS PROJETADA PARA IMAGEM DIGITAL CIENTÍFICA PARA FINS DE ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO. OFERECE STREAMING DE VÍDEO RÁPIDO EXCEPCIONAL EM 5 MEGA PIXEL DE RESOLUÇÃO NA TELA DO PC, COM ALTA RESOLUÇÃO. AS IMAGENS CAPTADAS POR ESSA CÂMERA SÃO EXTREMAMENTE COLORIDAS E CLARAS. A CÂMERA FUNCIONA PARA WINDOWS OU MAC, PORTA USB 2.0, C-MOUNT PORTA TRINOCULAR OU TUBO OCULAR. 5 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO, • ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE CORES • CAPTURA DE IMAGEM COM UM CLIQUE PODENDO SER USADO EM QUALQUER MARCA DE MICROSCOPIO/ESTERIOMICROSCOPIO, ADPTADORES DE VÁRIOS MODELOS • SENSOR: MÍCRON • TIPO DE SENSOR: MT9T001 • TAMANHO DO SENSOR: 1 / 2 POLEGADA • PIXELS: 3.2MICRON X 3.2MICRON • RESOLUÇÃO: 2048H X 1536V • FILTER: RGB • INTERFACE LENS: C / CS • FPS MÁXIMO: 11FPS (2048*1536) 30FPS (640*480) • RGB: 8 BITS • CONTROLE DA EXPOSIÇÃO: AUTOMÁTICO / MANUAL • TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 1MS-0.3S • BALANÇO DOS BRANCOS: AUTOMÁTICO / MANUAL • MODO DE DIGITALIZAÇÃO: PROGRESSIVO • SHUTTER: OBTURADOR DE ROLAMENTO ELETRÔNICO • SENSÍVEIS: 1.0V/LUXS (550NM) • RELAÇÃO S / N: 43DB • FAIXA DINÂMICA: >61DB • CONTROLE: TAMANHO DA IMAGEM, GANHO, BRILHO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COR • INTERFACE DE DADOS: USB2.0/480MB/S • CABO USB: 1,8 METROS • FORNECIMENTO DE ENERGIA: USB2.0 • DIMENSÃO 65MM*86MM*37MM • PESO 220G • TEMPERATURA OPERACIONAL: 0-60°C • UMIDADE OPERACIONAL 45%-85% • TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20-70°C • 1 - ROSCA DE LENTES: C-MOUNT 0.5X • 1 - CD COM SOFTWARE ACOMPANHA: CAPADE PROTEÇÃO, FUSÍVEL RESERVA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO, PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA, POLARIZAÇÃO, FLUORESCÊNCIA, FOTOMICROGRAFIA, E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/05/2019 08:28:36
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIO1000-T-I-PH-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Ótica Infinita e Contraste de Fase até 1000x Lentes Planacromáticas O microscópio de contraste de fase é amplamente utilizado para examinar espécimes onde se deseja visualizar tecidos biológicos específicos. É um tipo de microscopia onde a função da luz é melhorar o contraste de objetos incolores, influenciando o caminho óptico da luz. O microscópio de contraste de fase é capaz de mostrar componentes em uma célula ou bactéria, o que seria muito difícil de ser visto em um microscópio de luz comum. Características: O microscópio de contraste de fase usa o fato da luz passar através de uma parte transparente da amostra de maneira mais lenta e, devido a isso, é deslocada, em comparação com a luz. Essa diferença na fase não é visível para o olho humano. No entanto, a mudança na fase pode ser aumentada para metade do comprimento de onda por uma placa de fase transparente no microscópio e, portanto, causa uma diferença no brilho. Isso faz com que o objeto transparente brilhe em contraste com o ambiente. O microscópio de contraste de fase tornou possível o estudo de células vivas e a divisão celular. Esse modelo de microscópio foi premiado com o Prêmio Nobel de Física de 1953. Acompanha o equipamento: • Tubo centralizador; • Frasco de óleo de imersão; • Capa de proteção; • Manual de instruções. DADOS TECNICOS: Ampliação: até 1000x Sistema Ótico: Sistema de ótica infinita Oculares: 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: • 4x/ 0.1, 17.3mm Planacromáticas. Infinito para Campo Claro; • PH10x/ 0.25, 10mm Planacromáticas. Infinito. Contraste de Fase; • PH40x/ 0.4, 5.1mm Planacromáticas. Infinito. Contraste de Fase; • PH100x/ 0.6, 2.1mm Planacromáticas. Infinito. Contraste de Fase; Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Chariot: Mesa para lâmina com 142x132mm, com trava anti-quebra de lâminas. Movimento da mesa de 75x50mm. Iluminação: Coletor de iluminação tipo KÖEHLER. Lâmpada de LED 5W com vida útil de ±80mil horas. Ajuste de foco: Macrométrico de 28mm e Micrométrico de 0,002mm Filtro de Fases: 1un. Filtro PCB-PPH 10X; 1un. Filtro PCB-PPH 40X; 60X E 100X; Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, suporte para filtros de contraste de fase e suporte para filtros coloridos. Energia: Bivolt Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x315x360. Peso: 6,17kg Acessórios: • Ocular WF10x 20mm; • Oculares com seta; • Kit de bateria recarregável. Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5mp Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Características: • Possibilidade de operação no aparelho ou por software (versão basic, sem ajustes na configuração). • Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. • Captura e exibi imagens de vídeo em Full HD com conexão HDMI em telas e projetores, com possibilidade de salvar em cartão de memória. Resoluções: * Modo de captura: Imagem e vídeo; Resolução de imagem: 4230x2432px; Resolução de vídeo: 1920x1080px (Full HD); Resolução óptica: 32LP/mm. *Conectada a tela pelo HDMI. Via USB pode sofrer alterações pelo software. Acompanha o equipamento: Câmera HDMI, cabo USB, cabo HDMI, adaptador de energia bivolt, adaptadores de 30mm, CD do software e manual. Acompanha software de criação de imagens Future Win Joe. DADOS TÉCNICOS: Sensor de imagem: 1/2,3" Zoom digital: 120x Taxa: 60fps @ 1280x720px Conexão USB: 10fps @ 1920x1080px Diâmetro do tubo da câmera: 23,2mm, 30mm, 30,5mm Comprimento do foco: 25mm Construção: 5 lentes acromáticas Fonte de energia: USB ou adaptador de energia bivolt Compatibilidade do software: 32 bits e 64 bits. Win XP, Win 7 e Win 8 Versão do software: Inglês, espanhol, francês, alemão, russo, japonês e chinês Dimensões (caixa): 175x147x74mm Peso líquido: 900g

10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/05/2019 21:08:07
<p>Marca: opton Fabricante: opton Modelo / Versão: opton Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO</p>							
10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 33.500,0000	R\$ 33.500,0000	22/05/2019 16:38:18
<p>Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo / Versão: BLUE1600BA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO AUMENTO DE 1600X ILUMINAÇÃO EM LED E BATERIA RECARREGÁVEL</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	23/05/2019 08:37:54
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BTM-02-T + câmera digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico com Ocular 40X-1600X, contraste de fase Trinocular , com câmera de 5MP; software para processamento de imagens; Máscaras dos ocular Objetivas; Ocular de campo largo; Iluminação do halogênio; Focalização; Filtro azul; Grampos do espécime; Caixa de corrediça; Óleo da imersão; Tampa protetora. Voltagem: 220 Volts. Garantia 1 ano.</p>							
12.051.059/0001-98	BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	10/05/2019 14:12:45
<p>Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: NO217T/NO294 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - biológico trinocular ótica finita acromático. Aumento Campo Claro: 40x - 1600x; Aumento Contraste de Fase: 100X - 640X; Cabeçote trinocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm-75mm; Oculares: WF10X e WF16X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais, Ø tubo 30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Condensador Abbe campo claroA. 1.25 (com óleo de imersão); Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm); Faixa de focalização: 16mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão); Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático.REG ANVISA / MS 80633180023 + Câmera para microscópio de 5mp USB Mod. NO294, com sistema de TV PAL e NTSC e resolução horizontal 380TVL. Possui balanço de brancos manual e automático, função espelho: ON / OFF Switchable e saída de vídeo 1.0Vp-75' BNC.</p>							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/05/2019 18:03:26
<p>Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo / Versão: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - Microscópio biológico Ocular 40X-1600X Torre contraste de fase Trinocular Microscópio W 5MP Câmera; software para processamento de imagens; Máscaras dos ocular Objetivas; Ocular de campo largo; Iluminação do halogênio; Focalização; Filtro azul; Grampos do espécime; Óleo da imersão; Capa protetora. Voltagem 220 Volts. Garantia 1 ano.</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	22/05/2019 15:23:18
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIO1600T-I-L-CF-BI+LOD-5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1600X, TUBO TRINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED 3W, BIVOLT O microscópio biológico de ótica infinita possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita CABEÇOTE: Cabeçote Siendentopf Trinocular com Rotação de 360°, inclinação de 30° Tratamento Anti-Mofo OCULARES: WF10X/20mm &</p>							

WF16X/13mm Ajuste de Distância Interpupilar de 52 à 75 mm OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X(S)/0,65; 100Xs (S. Oil) CHARIOT (MESA): Revólver para 4 objetivas Mesa para duas lâminas com 190x140mm. Movimento da Mesa de 80x60mm. Divisão mínima de 0,1mm Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28mm Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002mm CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25, Íris tipo diafragma & Filtro ILUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köhler Iluminação LED 3W Alimentação 110-240V 50-60Hz ITENS INCLUSOS: Filtro Azul Frasco de óleo de imersão Capa de proteção Manual de Instruções Filtro verde de 32mm para microscópios - CONTRASTE DE FASE. CÂMERA (LENTE OCULAR DIGITAL) PARA MICROSCOPIA DE 5,0 MEGAPIXELS Esta lente ocular funciona como uma câmera fotográfica. Oferece imagens em tela cheia de 2560X1944 de resolução. Esse equipamento possui ótima resposta e imagens sem distorções, garantindo imagens e cores nítidas e verdadeiras. (Produz imagens em preto e branco se necessário) É um equipamento compacto, preciso e acompanha software. Equipamento compatível pela lente ocular com qualquer tipo de: Microscópio ou Estereomicroscópio: Monocular Binocular Trinocular Características e Especificações Sensor: 5.0MP Resolução: 2592 * 1944 Frame Rate: 3,75 fps @ 2560 * 1944 Modelo de pré-visualização: 2048 * 1536, 1280 * 1024, 1024 * 768 Tamanho Pixel: 2.2 μm * 2.2 μm Sensibilidade: 1,4 V / lux-seg @ 550nm Resolução de exibição: 2560 * 1944 Resolução de imagem: 2560 * 1944 Resolução de vídeo: 2560 * 1944 Fonte de alimentação: Porta USB Diâmetro do tubo: 23,2 milímetros ou 30,0 milímetros Conexão : Tubo ocular ou C-mount Focalização Uniforme: SIM Ampliação ótica: 10X Lente Combinada: SIM Funções do software: Gerenciamento de arquivo de imagem :criar, abrir, salvar, etc. Captura de imagem: Muda definição, medida, disparo, vista de ecrã inteiro. Editor de Imagem: Uma imagem por vez fazendo, zoom, corte, modificações, e-mail, ou impressão. Peso do dispositivo: 0,10 kg Tipo de Obturador : ERS (electronic rolling shutter) Balanço de Branco: AUTO O comprimento do USB: 1.5m Compatibilidade de SO: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 GARANTIA 12 MESES"

32.904.046/0001-21 RPL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 10.000.000,0000 21/05/2019
E
DISTRIBUICAO
LTDA 20:29:46

Marca: MICROSCOPIO

Fabricante: MICROSCOPIO

Modelo / Versão: MICROSCOPIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	32.904.046/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 250.000,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 80.000,0000	12.051.059/0001-98	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 60.000,0000	04.745.673/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 33.500,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 30.000,0000	10.732.150/0001-43	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 20.000,0000	05.239.149/0001-41	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 20.000,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 20.000,0000	19.486.216/0001-37	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.750,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.750,0000	22.283.196/0001-01	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.750,0000	07.993.655/0001-57	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.750,0000	13.828.262/0001-90	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.750,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.700,0000	11.148.918/0001-07	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.497,0000	00.427.698/0001-26	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 16.000,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 13.000,0000	31.660.321/0001-46	23/05/2019 09:00:48:373
R\$ 12.990,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 10:37:11:377
R\$ 13.500,0000	11.148.918/0001-07	23/05/2019 10:37:33:597
R\$ 12.800,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 10:40:47:143
R\$ 14.000,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 10:43:44:127
R\$ 13.500,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 10:44:21:287
R\$ 12.790,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 10:45:02:943
R\$ 12.140,0000	18.256.108/0001-05	23/05/2019 10:48:16:990
R\$ 12.020,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 10:48:44:493
R\$ 16.480,0000	05.239.149/0001-41	23/05/2019 10:49:09:433
R\$ 12.015,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 10:57:16:833
R\$ 12.019,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 10:57:17:253
R\$ 12.005,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 10:57:43:303
R\$ 12.014,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 10:57:43:523
R\$ 12.003,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 10:58:02:367
R\$ 12.004,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 10:58:03:697
R\$ 12.001,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 10:58:14:883
R\$ 11.900,0000	00.427.698/0001-26	23/05/2019 11:00:17:067
R\$ 12.000,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:00:17:220

R\$ 11.898,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:00:32:723
R\$ 11.880,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:00:48:037
R\$ 11.897,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:00:48:927
R\$ 11.878,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:00:54:070
R\$ 11.798,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:01:01:540
R\$ 11.796,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:01:19:570
R\$ 11.798,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:01:19:680
R\$ 11.775,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:01:22:790
R\$ 11.795,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:01:23:820
R\$ 14.763,0000	19.486.216/0001-37	23/05/2019 11:01:24:150
R\$ 11.747,4000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:01:28:900
R\$ 11.775,2400	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:01:29:023
R\$ 17.770,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:01:29:493
R\$ 11.740,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:01:35:680
R\$ 11.735,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:01:39:667
R\$ 11.739,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:01:39:947
R\$ 11.680,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:01:43:353
R\$ 11.734,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:01:45:400
R\$ 11.679,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:01:50:497
R\$ 11.680,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:01:51:247
R\$ 11.672,6000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:01:54:353
R\$ 11.690,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:01:57:463
R\$ 11.651,8500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:02:03:717
R\$ 11.672,5900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:02:04:170
R\$ 11.650,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:02:12:857
R\$ 11.651,8400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:02:13:543
R\$ 11.651,8400	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:02:14:717
R\$ 11.641,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:02:16:560
R\$ 11.635,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:02:21:747
R\$ 11.533,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:02:27:640
R\$ 11.634,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:02:27:873
R\$ 11.550,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:02:29:280
R\$ 11.497,3000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:02:37:310
R\$ 11.533,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:02:37:467
R\$ 11.533,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:02:41:513
R\$ 11.490,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:02:46:483
R\$ 11.490,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:02:49:140
R\$ 11.390,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:02:50:627
R\$ 11.489,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:02:50:687
R\$ 11.342,1000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:02:59:047
R\$ 11.390,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:02:59:627
R\$ 11.360,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:03:01:237
R\$ 11.300,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:03:10:300
R\$ 11.342,0900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:03:10:800
R\$ 11.190,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:03:14:690
R\$ 11.342,0900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:03:14:957
R\$ 11.157,2000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:03:19:923
R\$ 11.190,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:03:20:143
R\$ 11.178,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:03:22:597
R\$ 11.230,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:03:24:270
R\$ 11.125,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:03:30:660
R\$ 11.157,1900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:03:31:253
R\$ 10.998,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:03:35:910
R\$ 11.124,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:03:35:990
R\$ 10.994,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:03:43:457
R\$ 10.998,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:03:43:707
R\$ 10.990,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:03:51:300
R\$ 10.994,8900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:03:51:740
R\$ 10.798,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:03:56:067
R\$ 10.989,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:03:56:693
R\$ 10.950,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:04:04:600
R\$ 10.772,2000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:04:04:723

R\$ 10.798,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:04:08:007
R\$ 10.800,0000	87.997.698/0001-40	23/05/2019 11:04:13:663
R\$ 10.598,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:04:17:007
R\$ 10.772,1900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:04:17:570
R\$ 10.772,1900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:04:18:070
R\$ 10.700,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:04:19:430
R\$ 10.533,3000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:04:28:727
R\$ 10.598,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:04:29:117
R\$ 10.500,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 11:04:32:867
R\$ 10.289,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:04:40:243
R\$ 10.499,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:04:40:463
R\$ 10.499,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:04:40:917
R\$ 10.230,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:04:48:993
R\$ 10.289,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:04:49:620
R\$ 10.300,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:04:50:027
R\$ 10.130,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:04:54:900
R\$ 10.100,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 11:04:59:650
R\$ 10.129,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:05:00:540
R\$ 11.695,0000	00.427.698/0001-26	23/05/2019 11:05:06:167
R\$ 9.988,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:05:06:183
R\$ 10.099,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:05:06:213
R\$ 9.936,3000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:05:09:777
R\$ 9.988,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:05:10:963
R\$ 9.600,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:05:18:620
R\$ 9.599,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:05:24:920
R\$ 9.200,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 11:05:24:920
R\$ 9.080,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:05:27:997
R\$ 9.199,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:05:28:310
R\$ 9.028,4000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:05:31:340
R\$ 9.080,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:05:31:420
R\$ 8.950,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:05:45:233
R\$ 9.028,3900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:05:45:653
R\$ 9.000,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 11:05:45:687
R\$ 9.800,0000	67.957.720/0001-10	23/05/2019 11:05:46:217
R\$ 8.777,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:05:49:047
R\$ 8.949,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:05:49:610
R\$ 8.726,1000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:05:52:623
R\$ 8.777,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:05:53:000
R\$ 8.499,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:06:05:923
R\$ 8.726,0900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:06:05:983
R\$ 8.490,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:06:10:080
R\$ 8.498,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:06:10:313
R\$ 8.439,2000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:06:13:987
R\$ 8.489,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:06:14:940
R\$ 8.200,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:06:27:643
R\$ 8.439,1900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:06:27:830
R\$ 8.090,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:06:31:347
R\$ 8.199,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:06:32:173
R\$ 8.046,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:06:34:783
R\$ 8.090,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:06:34:970
R\$ 8.600,0000	13.440.815/0001-33	23/05/2019 11:06:38:003
R\$ 8.044,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:06:52:817
R\$ 8.046,4900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:06:53:050
R\$ 8.046,4900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:06:53:083
R\$ 8.009,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:06:55:817
R\$ 8.043,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:06:56:520
R\$ 7.770,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:07:00:003
R\$ 7.590,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:07:12:973
R\$ 7.770,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:07:13:460
R\$ 7.770,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:07:13:570
R\$ 7.532,1000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:07:16:850
R\$ 7.589,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:07:17:210

R\$ 7.390,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:07:22:350
R\$ 7.338,1000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:07:37:743
R\$ 7.390,2400	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:07:38:197
R\$ 7.390,2400	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:07:38:400
R\$ 7.380,0000	11.674.540/0001-77	23/05/2019 11:07:39:053
R\$ 7.390,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:07:39:320
R\$ 7.190,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:07:43:570
R\$ 7.169,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:07:59:180
R\$ 7.190,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:07:59:463
R\$ 7.190,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:07:59:510
R\$ 7.190,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:07:59:870
R\$ 7.080,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:08:05:680
R\$ 7.078,6000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:08:20:060
R\$ 7.080,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:08:20:603
R\$ 7.080,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:08:20:620
R\$ 7.080,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:08:21:247
R\$ 6.990,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:08:27:793
R\$ 6.952,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:08:41:293
R\$ 6.990,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:08:41:433
R\$ 6.990,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:08:41:543
R\$ 6.990,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:08:41:920
R\$ 6.890,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:08:47:937
R\$ 6.888,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:09:03:420
R\$ 6.890,2400	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:09:03:733
R\$ 6.890,2400	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:09:03:983
R\$ 6.890,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:09:04:030
R\$ 6.844,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:09:08:110
R\$ 6.790,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:09:24:110
R\$ 6.844,2400	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:09:24:203
R\$ 6.844,2400	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:09:25:000
R\$ 6.780,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:09:29:360
R\$ 6.790,4900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:09:30:127
R\$ 6.771,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:09:45:270
R\$ 6.780,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:09:45:410
R\$ 6.760,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:09:49:877
R\$ 6.771,8900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:09:50:003
R\$ 6.771,8900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:09:50:190
R\$ 15.970,0000	07.993.655/0001-57	23/05/2019 11:10:02:037
R\$ 6.695,7000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:10:06:083
R\$ 6.760,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:10:08:160
R\$ 6.690,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:10:10:037
R\$ 6.695,6900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:10:10:300
R\$ 6.695,6900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:10:11:693
R\$ 6.629,3000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:10:26:303
R\$ 6.628,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:10:31:880
R\$ 6.629,2900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:10:31:897
R\$ 6.629,2900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:10:31:913
R\$ 6.629,2900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:10:32:413
R\$ 6.585,4000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:10:47:490
R\$ 6.583,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:10:55:477
R\$ 6.585,3900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:10:55:930
R\$ 6.585,3900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:10:56:100
R\$ 6.585,3900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:10:58:650
R\$ 6.570,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:11:08:227
R\$ 6.568,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:11:16:870
R\$ 6.569,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:11:17:133
R\$ 6.569,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:11:17:963
R\$ 6.553,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:11:29:510
R\$ 6.568,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:11:29:603
R\$ 6.552,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:11:39:950
R\$ 6.553,8900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:11:39:963
R\$ 6.553,8900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:11:39:997

R\$ 6.546,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:11:51:280
R\$ 6.552,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:11:51:967
R\$ 6.545,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:12:02:890
R\$ 6.546,4900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:12:03:293
R\$ 6.546,4900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:12:04:670
R\$ 6.542,4000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:12:20:860
R\$ 6.545,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:12:20:873
R\$ 6.541,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:12:24:593
R\$ 6.542,3900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:12:24:623
R\$ 6.542,3900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:12:25:420
R\$ 6.541,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:13:12:347
R\$ 6.541,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:13:12:347
R\$ 6.540,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:13:12:347
R\$ 6.541,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:13:12:363
R\$ 6.539,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:13:17:833
R\$ 6.539,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:15:35:767
R\$ 6.530,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:15:35:767
R\$ 6.539,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:15:35:780
R\$ 6.529,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:15:39:970
R\$ 6.528,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:16:58:740
R\$ 6.529,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:16:58:943
R\$ 6.529,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:16:59:227
R\$ 6.527,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:17:03:990
R\$ 6.526,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:18:13:310
R\$ 6.527,2400	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:18:13:560
R\$ 6.527,2400	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:18:13:730
R\$ 6.525,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:18:16:840
R\$ 6.524,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:19:30:190
R\$ 6.525,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:19:30:533
R\$ 6.525,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:19:30:770
R\$ 6.523,2500	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:19:34:817
R\$ 6.520,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:20:49:133
R\$ 6.523,2400	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:20:49:197
R\$ 6.523,2400	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:20:49:230
R\$ 6.519,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:20:52:633
R\$ 6.490,1000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:21:11:213
R\$ 6.519,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:21:11:370
R\$ 6.519,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:21:11:607
R\$ 6.519,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:21:11:747
R\$ 6.489,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:21:14:840
R\$ 6.426,8000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:21:32:107
R\$ 6.489,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:21:32:170
R\$ 6.489,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:21:32:450
R\$ 6.488,0000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:21:32:780
R\$ 6.425,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:21:35:480
R\$ 6.391,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:21:53:170
R\$ 6.425,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:21:58:077
R\$ 6.425,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:21:58:077
R\$ 6.425,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:21:58:530
R\$ 6.390,3300	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:22:02:077
R\$ 6.348,7000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:22:18:783
R\$ 6.390,3200	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:22:18:797
R\$ 6.390,3200	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:22:18:890
R\$ 6.390,3200	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:22:19:110
R\$ 6.347,0000	26.845.803/0001-30	23/05/2019 11:22:37:020
R\$ 6.335,7000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:22:40:173
R\$ 6.346,9900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:22:40:567
R\$ 6.346,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:22:40:660
R\$ 6.346,9900	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:22:41:097
R\$ 6.334,7000	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:23:26:460
R\$ 6.335,6900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:23:26:803
R\$ 6.335,6900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:23:26:930

R\$ 6.281,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:23:30:740
R\$ 6.280,8718	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:23:47:010
R\$ 6.281,4900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:23:47:087
R\$ 6.281,4900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:23:49:290
R\$ 6.264,2000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:23:51:540
R\$ 6.262,9472	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:25:57:410
R\$ 6.264,1900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:25:57:927
R\$ 6.264,1900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:26:00:113
R\$ 6.206,9000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:26:01:003
R\$ 6.206,2793	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:26:18:287
R\$ 6.206,8900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:26:18:490
R\$ 6.185,8000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:26:21:490
R\$ 6.185,1814	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:26:38:647
R\$ 6.185,7900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:26:39:083
R\$ 6.185,7900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:26:39:553
R\$ 6.125,8000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:26:42:507
R\$ 6.125,1874	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:26:59:353
R\$ 6.125,7900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:26:59:697
R\$ 6.123,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:27:03:617
R\$ 6.125,1700	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:27:03:633
R\$ 6.122,8876	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:27:19:917
R\$ 6.123,4900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:27:20:510
R\$ 6.082,0000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:27:24:590
R\$ 6.122,8700	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:27:24:887
R\$ 6.081,3918	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:27:40:293
R\$ 6.081,9900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:27:40:683
R\$ 6.055,7000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:27:45:573
R\$ 6.081,3800	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:27:45:620
R\$ 6.055,0944	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:28:00:420
R\$ 6.055,6900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:28:01:090
R\$ 6.001,7000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:28:06:543
R\$ 6.055,0800	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:28:07:013
R\$ 6.001,0998	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:28:20:920
R\$ 6.001,6900	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:28:21:343
R\$ 5.989,7000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:28:27:657
R\$ 6.001,0800	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:28:28:047
R\$ 5.989,1010	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:28:41:330
R\$ 6.001,0700	10.732.150/0001-43	23/05/2019 11:28:41:423
R\$ 5.938,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:28:48:703
R\$ 5.989,0900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:28:49:313
R\$ 5.937,3123	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:29:29:927
R\$ 5.938,4900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:29:30:147
R\$ 5.931,5000	26.085.154/0001-17	23/05/2019 11:29:34:160
R\$ 5.930,3137	10.907.265/0001-21	23/05/2019 11:29:50:083
R\$ 5.931,4900	12.051.059/0001-98	23/05/2019 11:29:50:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/05/2019 10:35:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/05/2019 10:51:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2019 11:01:20.
Encerrado	23/05/2019 11:29:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 12:17:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2019 15:08:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21.
Recusa	11/06/2019 15:40:50	Recusa da proposta. Fornecedor: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 5.930,3137. Motivo: Reprovado pelo setor técnico:

Proposta apresentou catálogo de equipamento diferente do solicitado, faltando o contraste de fase e câmera.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/06/2019 14:09:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/06/2019 16:16:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Aceite	27/06/2019 11:18:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 5.931,4900 e com valor negociado a R\$ 5.930,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 10:29:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2019 11:55:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Habilitado	04/07/2019 16:26:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 5.931,4900 e com valor negociado a R\$ 5.930,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/05/2019 09:01:38	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	23/05/2019 09:02:03	Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 16/2019 do HFA. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	23/05/2019 09:02:40	Senhores licitantes: Antes de iniciarmos a fase de lances, peço que fiquem atentos a todas as mensagens enviadas no chat.
Pregoeiro	23/05/2019 09:03:54	Alguns avisos serão dados antes de iniciada a fase de lances
Pregoeiro	23/05/2019 09:04:10	1- Solicitamos atenção aos licitantes aos horários de abertura e encerramento da sessão pública.
Pregoeiro	23/05/2019 09:04:39	2- Solicitamos que enviem apenas o que for solicitado e no momento indicado, tanto via anexo quanto a esta instituição.
Pregoeiro	23/05/2019 09:05:02	3- Quando do envio dos anexos e das documentação habilitatória, respeitem os prazos e horários estipulados
Pregoeiro	23/05/2019 09:05:42	4- Atenção aos lances e às propostas enviadas, visando evitar erros que retardem o prosseguimento do pregão.
Pregoeiro	23/05/2019 09:06:21	Toda a comunicação será feita via chat, será aceita comunicação via e-mail somente quando solicitado por esse pregoeiro, ou em caso de desconexão
Pregoeiro	23/05/2019 09:08:45	A partir deste momento, iniciaremos a fase de lances.
Sistema	23/05/2019 09:09:47	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2019 09:09:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/05/2019 09:11:39	Senhores licitantes, Estamos aguardando melhores lances. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 09:14:53	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 09:19:12	Senhores licitantes, conforme o edital, lembro que os lances que estão com os valores acima do estimado, não poderão ser aceitos. Solicito que melhorem os seus lances.
Pregoeiro	23/05/2019 09:20:30	Senhores licitantes, Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	23/05/2019 09:21:30	O(s) Item(ns) 1, 2, 3 e 4 está(ão) em iminência até 09:36 de 23/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/05/2019 09:22:03	Senhores licitantes, Estamos em aviso de iminência. Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.
Pregoeiro	23/05/2019 09:25:55	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 09:31:59	Senhores licitantes, conforme o edital, lembro que os lances que estão com os valores acima do estimado, não poderão ser aceitos. Solicito que melhorem os seus lances.
Pregoeiro	23/05/2019 09:36:45	Senhores licitantes, Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances, estamos no encerramento aleatório, melhorem seus lances.
Pregoeiro	23/05/2019	Estamos aguardando melhores lances. Não deixem para apresentar seus melhores lances no

	09:37:34	último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 09:42:30	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 09:47:41	Senhores licitantes,Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances, estamos no encerramento aleatório
Pregoeiro	23/05/2019 09:53:41	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 09:57:49	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:03:41	Senhores licitantes: Neste momento abrirei o sistema para lances, do item, ,7,8,
Pregoeiro	23/05/2019 10:04:49	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:06:48	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 10:08:22	Senhores licitantes,Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 10:10:18	Senhores licitantes, conforme o edital, lembro que os lances que estão com os valores acima do estimado, não poderão ser aceitos. Solicito que melhorem os seus lances.
Pregoeiro	23/05/2019 10:12:18	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:13:51	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	23/05/2019 10:16:56	O(s) Item(ns) 7 e 8 está(ão) em iminência até 10:26 de 23/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/05/2019 10:17:19	Senhores licitantes, Estamos em aviso de iminência. Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.
Pregoeiro	23/05/2019 10:18:55	Senhores licitantes, Estamos aguardando melhores lances. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 10:20:16	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:21:48	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 10:24:52	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:27:01	Senhores licitantes, Estamos aguardando melhores lances. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 10:28:50	Senhores licitantes, Estamos aguardando melhores lances. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 10:32:38	Senhores licitantes,Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances, estamos no encerramento aleatório, melhorem seus lances.
Pregoeiro	23/05/2019 10:35:00	Senhores licitantes: Neste momento abrirei o sistema para lances, do itens 5,6,9.
Sistema	23/05/2019 10:35:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/05/2019 10:35:49	Senhores licitantes,Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 10:39:04	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:40:48	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 10:45:22	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:46:50	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:48:54	Senhores licitantes,Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	23/05/2019 10:51:20	O(s) Item(ns) 5, 6 e 9 está(ão) em iminência até 11:01 de 23/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/05/2019 10:51:45	Senhores licitantes, Estamos em aviso de iminência. Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.
Pregoeiro	23/05/2019 10:54:25	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 10:55:07	Senhores licitantes, Estamos aguardando melhores lances. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	23/05/2019 10:57:43	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 10:59:57	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 11:00:19	Estamos em aviso de iminência. Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.
Pregoeiro	23/05/2019	Senhores licitantes,Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances, estamos no

	11:02:07	encerramento aleatório, melhorem seus lances.
Pregoeiro	23/05/2019 11:04:02	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 11:06:40	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 11:09:16	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 11:09:57	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 11:11:50	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 11:13:25	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	23/05/2019 11:19:29	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	23/05/2019 11:25:32	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	23/05/2019 11:29:55	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/05/2019 11:31:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia (27/05/2019), às 09:00 horas - horário de Brasília, para iniciarmos a fase de aceitação do certame
Pregoeiro	27/05/2019 09:00:12	Bom dia! senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Pregoeiro	27/05/2019 09:00:37	Iniciaremos neste momento a fase de aceitação.
Pregoeiro	27/05/2019 09:01:37	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Bom dia! senhor licitante.
27.293.468/0001-78	27/05/2019 09:02:47	Bom dia
Pregoeiro	27/05/2019 09:04:02	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - A sua empresa foi vencedora do item 1.
Pregoeiro	27/05/2019 09:04:21	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
27.293.468/0001-78	27/05/2019 09:05:56	Tendo em vista se tratar de um registro de preços onde temos de segurar o valor pelo período da Ata, mais o fato de nosso lance estar abaixo do valor referencial, nosso lance é final Sr pregoeiro.
Pregoeiro	27/05/2019 09:07:36	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar ao menos um pouco os valor.
27.293.468/0001-78	27/05/2019 09:09:33	Sem possibilidade. Conforme informamos, além de estarmos já abaixo do valor referencial, temos de segurar o preço pelo período do registro, e com a instabilidade em nosso país, os constantes aumentos inviabilizam posteriormente a comercialização dos produtos, motivo pelo qual nosso lance é final Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	27/05/2019 09:12:34	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok, agradeço o empenho na negociação.
27.293.468/0001-78	27/05/2019 09:13:35	Desculpe por não conseguir reduzir, mas o mercado está difícil atualmente e qualquer desconto que concedermos agora poderá nos prejudicar no futuro. Estamos à disposição.
Pregoeiro	27/05/2019 09:14:05	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
27.293.468/0001-78	27/05/2019 09:16:21	Ok.
Sistema	27/05/2019 09:20:00	Senhor fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/05/2019 09:21:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/05/2019 09:22:03	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitantes.
Pregoeiro	27/05/2019 09:34:44	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia! senhor licitante..
Pregoeiro	27/05/2019 09:44:23	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sua empresa foi vencedora do item 3.
19.915.068/0001-29	27/05/2019 09:45:09	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - bom dia
Pregoeiro	27/05/2019 09:46:56	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
19.915.068/0001-29	27/05/2019 09:48:49	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - sim podemos chegar no valor de R\$ 268,73
Pregoeiro	27/05/2019 09:50:02	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok, agradeço o empenho na negociação.
Pregoeiro	27/05/2019 09:50:20	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.

Pregoeiro	27/05/2019 09:51:11	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Pergunto se tem alguma dúvida?
19.915.068/0001-29	27/05/2019 09:53:04	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - não temos duvida
Sistema	27/05/2019 09:53:22	Senhor fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	27/05/2019 09:54:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	27/05/2019 09:55:50	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Bom dia! senhor(a) licitante.
04.896.000/0001-72	27/05/2019 09:59:47	Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	27/05/2019 09:59:54	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Sua empresa foi vencedora do item 4.
04.896.000/0001-72	27/05/2019 10:00:20	Certo
Pregoeiro	27/05/2019 10:00:29	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta?
04.896.000/0001-72	27/05/2019 10:01:52	Sr Pregoeiro, esse valor é o nosso limite.
Pregoeiro	27/05/2019 10:02:47	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar ao menos um pouco o valor.
04.896.000/0001-72	27/05/2019 10:03:54	Senhor Pregoeiro, a estimativa do edital já estava muito baixa! Esse é o menor valor que conseguimos chegar.
Pregoeiro	27/05/2019 10:05:00	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Ok, agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	27/05/2019 10:05:21	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
04.896.000/0001-72	27/05/2019 10:06:35	Ok
Sistema	27/05/2019 10:08:15	Senhor fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	27/05/2019 10:10:11	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitante.
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:18:26	Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	27/05/2019 10:18:52	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - sua empresa foi vencedora do item 5.
Pregoeiro	27/05/2019 10:19:15	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:20:17	Sr.Pregoeiro, solicito informar o valor de referencia para o item 5
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:23:23	Sr.Pregoeiro, verificando em edital o valor de referencia para o item 5 eh de R\$ 14.857,90 e o nosso valor de venda esta em R\$ 8.994,03
Pregoeiro	27/05/2019 10:24:17	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - item 5 (14.857,90).
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:24:23	Tendo em vista os custos de frete, impostos entre outros nao temos como reduzir os valores para o item 5
Pregoeiro	27/05/2019 10:24:40	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado, após a fase de lances, nos pautamos no valores de mercado dos itens, levando em conta a marca e não mais o valor de referência previsto em edital, visto que este é o máximo aceitável, o que não impede a empresa de ofertar valores melhores, sendo um dever ofertar o valor de mercado do item.
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:26:50	Sr.Pregoeiro, como informei devidos a gastos fixos tais como impostos e fretes, nao temos como reduzir os valores, tendo em vista que estamos no limite de venda para esse item
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:27:58	Tambem temos que levar em conta se tratar de um Pregao Eletronico com registro de precos (SRP) e teremos que honrar esse valor por um periodo de 12 meses
Pregoeiro	27/05/2019 10:28:18	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - ok, agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	27/05/2019 10:28:35	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	27/05/2019 10:29:34	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
28.199.997/0001-70	27/05/2019 10:30:39	Sr.Pregoeiro, nenhuma duvida
Sistema	27/05/2019 10:32:33	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/05/2019 10:36:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	27/05/2019 10:39:33	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - Bom dia! senhor (a) licitante.
07.993.655/0001-57	27/05/2019 10:41:10	Bom dia.

Pregoeiro	27/05/2019 10:41:46	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - Sua empresa foi vencedora do item 60
Pregoeiro	27/05/2019 10:42:28	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ainda ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertados para os item 6.
07.993.655/0001-57	27/05/2019 10:44:45	Sr(a) Pregoeiro(a) Já trabalhamos com uma margem baixa de lucro, pois os governos Federal e Estadual levam 70% de impostos desde a importação até a comercializados dos equipamentos.
Pregoeiro	27/05/2019 10:48:02	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar ao menos um pouco o valor.
07.993.655/0001-57	27/05/2019 10:51:50	Sr(a) Pregoeiro(a) Por se tratar de SRP e cotação cambial disparada e por vivermos em uma economia instável, não existe possibilidade de redução de preços.
Sistema	27/05/2019 10:55:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	27/05/2019 10:58:38	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - ok, agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	27/05/2019 10:59:14	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	27/05/2019 10:59:52	Para BIOMA CIENTIFICA EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
07.993.655/0001-57	27/05/2019 11:01:01	Sr(a) Pregoeiro(a) Nenhuma dúvida.
Sistema	27/05/2019 11:02:03	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	27/05/2019 11:03:47	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Bom dia! Senhor(a) licitante.
Sistema	27/05/2019 11:05:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o item 6.
13.440.815/0001-33	27/05/2019 11:06:13	AZLAB - Bom dia.
Pregoeiro	27/05/2019 11:07:15	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sua empresa foi vencedora do item 7.
Pregoeiro	27/05/2019 11:07:34	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
13.440.815/0001-33	27/05/2019 11:08:54	AZLAB - Informo que não temos como reduzir o valor ofertado para o item 07.
Pregoeiro	27/05/2019 11:09:56	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar ao menos um pouco o valor.
13.440.815/0001-33	27/05/2019 11:12:29	AZLAB - O valor ofertado é o limite acordado entre a gerência e o nosso fornecedor.
Pregoeiro	27/05/2019 11:13:59	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok, agradeço o empenho nas negociação.
Pregoeiro	27/05/2019 11:14:31	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
13.440.815/0001-33	27/05/2019 11:14:48	AZLAB - Ok.
Pregoeiro	27/05/2019 11:15:00	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Pergunto se tem alguma dúvida?
Sistema	27/05/2019 11:16:54	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	27/05/2019 11:21:32	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Bom dia! senhor licitante.
Sistema	27/05/2019 11:28:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 7.
71.524.516/0001-83	27/05/2019 11:42:44	Bom dia!
Pregoeiro	27/05/2019 11:43:54	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Sua empresa foi vencedora do item 8.
Pregoeiro	27/05/2019 11:44:15	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
71.524.516/0001-83	27/05/2019 11:45:51	conseguimos chegar em R\$ 4.800,00
Pregoeiro	27/05/2019 11:51:05	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - OK, agradeço o empenho na negociação.
Pregoeiro	27/05/2019 11:51:23	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	27/05/2019 11:51:52	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Pergunto se tem alguma dúvida?
71.524.516/0001-83	27/05/2019 11:53:02	não senhores.
Sistema	27/05/2019	Senhor fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:

	11:54:25	71.524.516/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	27/05/2019 11:56:55	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitante.
10.907.265/0001-21	27/05/2019 12:00:00	Bom dia
Pregoeiro	27/05/2019 12:01:21	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Sua empresa foi vencedora do item 9.
Pregoeiro	27/05/2019 12:01:39	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
10.907.265/0001-21	27/05/2019 12:02:59	Para o item 09 estamos no nosso limite.
Pregoeiro	27/05/2019 12:04:16	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar ao menos um pouco o valor.
10.907.265/0001-21	27/05/2019 12:07:21	Sr. Pregoeiro, já estamos bem abaixo do valor estimado para o item e trabalhando com nossa menor tabela, não entendemos o motivo dessa negociação, haja visto que estamos muito abaixo do valor estimado.
Pregoeiro	27/05/2019 12:08:57	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Prezado, após a fase de lances, nos pautamos no valores de mercado dos itens, levando em conta a marca e não mais o valor de referência previsto em edital, visto que este é o máximo aceitável, o que não impede a empresa de ofertar valores melhores, sendo um dever ofertar o valor de mercado do item.
10.907.265/0001-21	27/05/2019 12:10:36	Ok, entendemos a negociação pós certame, porém nos baseamos em vários fatores para compor nosso preço de custo e diante disso, essa é nossa melhor oferta.
Pregoeiro	27/05/2019 12:12:26	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - OK. agradeço o empenho na negociação.
Pregoeiro	27/05/2019 12:12:37	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	27/05/2019 12:12:49	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
Sistema	27/05/2019 12:17:13	Senhor fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	27/05/2019 12:59:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	27/05/2019 13:58:41	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa tarde! senhor licitante!
07.626.776/0001-60	27/05/2019 13:58:58	Boa tarde!
Pregoeiro	27/05/2019 14:00:51	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sua empresa foi vencedora do item 2
Pregoeiro	27/05/2019 14:01:34	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
07.626.776/0001-60	27/05/2019 14:02:29	Infelizmente não temos como reduzir pois já ofertamos nosso menor valor.
Pregoeiro	27/05/2019 14:03:09	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar ao menos um pouco o valor.
Pregoeiro	27/05/2019 14:06:08	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ok, agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	27/05/2019 14:06:34	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	27/05/2019 14:06:59	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
07.626.776/0001-60	27/05/2019 14:08:06	não, senhor. Estamos providenciando.
Sistema	27/05/2019 14:09:08	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	27/05/2019 14:15:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	27/05/2019 15:08:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	27/05/2019 16:06:01	Senhores licitantes, informo que todas as propostas foram enviadas no prazo solicitado, e encaminhado para o setor técnico para análise.
Pregoeiro	27/05/2019 16:08:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia (29/05/2019), às 09:00 horas - horário de Brasília, para iniciarmos a fase de aceitação do certame
Pregoeiro	27/05/2019 16:08:58	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia (27/05/2019), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	27/05/2019 16:09:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia (29/05/2019), quarta - feira às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	29/05/2019 09:00:12	Bom dia! senhores licitantes. a sessão está reaberta
Pregoeiro	29/05/2019 09:04:29	Senhores licitantes, informo que as propostas continuam no setor técnico, em análise.

Pregoeiro	29/05/2019 09:16:25	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia (31/05/2019), sexta - feira às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	03/06/2019 10:01:59	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	03/06/2019 10:02:24	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	03/06/2019 11:05:45	Senhores licitantes, informo que o setor requisitante, analisou e aprovou as propostas dos seguintes itens 01, empresa : (ECC COMERCIO E LICITACÕES EIRELI Cnpj:27.293.468/0001-78), item 2 empresa : (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Cnpj: 07.626.776/0001-60)
Pregoeiro	03/06/2019 11:10:44	item 3(FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Cnpj:19.915.068/0001-29),item 4 (MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS, Cnpj: 04.896.000/0001-72), item 5 (MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, Cnpj:28.199.997/0001-70).
Pregoeiro	03/06/2019 11:13:55	Senhores licitantes, informo que o setor requisitante, analisou e aprovou as propostas dos seguintes itens: item 8(SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, Cnpj:71.524.516/0001-83), item 9 (SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, Cnpj: 10.907.265/0001-21)
Pregoeiro	03/06/2019 11:17:11	Senhores licitantes:informo que o item 06 e 07 continuam em análise pelo setor técnico.
Pregoeiro	03/06/2019 11:41:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	03/06/2019 14:04:00	Boa tarde! senhores licitantes.
Pregoeiro	03/06/2019 14:04:11	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	03/06/2019 16:33:01	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 04/06/2019 às 09:30 horas - horário de Brasília
Pregoeiro	04/06/2019 09:30:41	Bom dia! senhores licitantes. a sessão está reaberta.
Pregoeiro	04/06/2019 11:06:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 05/06/2019 às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	05/06/2019 10:01:17	Bom dia! senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	05/06/2019 11:15:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 07/06/2019 às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	07/06/2019 09:08:31	Bom dia! senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	07/06/2019 09:22:36	Senhores licitantes, informo que as propostas permanecem no setor técnico em análise.
Pregoeiro	07/06/2019 09:38:17	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 10/06/2019 às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	10/06/2019 10:01:12	Bom dia! senhores licitantes a sessão está reaberta.
Pregoeiro	10/06/2019 11:12:50	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 11/06/2019 às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	11/06/2019 10:06:16	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	11/06/2019 10:57:25	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje às 14:30 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	11/06/2019 14:32:09	Boa tarde! senhores licitantes.
Pregoeiro	11/06/2019 14:32:24	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	11/06/2019 15:34:27	Senhores licitantes, informo que o setor técnico analisou e aprovou a proposta do item 7.
Pregoeiro	11/06/2019 15:37:16	Informo que o setor técnico analisou e reprovou as proposta dos itens 6 e 9, com o segundo fundamento: item 6: Proposta apresenta equipamento com volume acima das especificações do descritivo do edital. Desta forma o tamanho do equipamento é maior que o espaço físico reservado para o mesmo no laboratório.
Pregoeiro	11/06/2019 15:38:44	Item 9, foi reprovado com o seguinte fundamento: Proposta apresentou catálogo de equipamento diferente do solicitado, faltando o contraste de fase e câmera.
Pregoeiro	11/06/2019 16:04:03	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 12/06/2019 às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	12/06/2019 10:01:45	Bom dia! senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	12/06/2019 11:54:10	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje às 15:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	12/06/2019 15:06:14	Boa tarde! senhores licitante.
Pregoeiro	12/06/2019 15:06:53	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde! senhor licitante.
28.199.997/0001-70	12/06/2019 15:08:06	boa tarde

Pregoeiro	12/06/2019 15:09:39	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
28.199.997/0001-70	12/06/2019 15:10:39	Sr.Pregoeiro, infelizmente nao temos como reduzir os valores para o item 6
Pregoeiro	12/06/2019 15:13:39	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - A possibilidade de chegar ao menos no valor de referencia R\$ (32.556,8000),
Pregoeiro	12/06/2019 15:21:00	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, peço que se manifeste.
28.199.997/0001-70	12/06/2019 15:25:11	Sr.Pregoeiro, infelizmente NAO temos como reduzir os valores
Pregoeiro	12/06/2019 15:29:36	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, de acordo com o item 7.2 do edital, sua proposta será recusa, por está acima do estimado.
Pregoeiro	12/06/2019 15:30:09	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
28.199.997/0001-70	12/06/2019 15:30:50	Nao temos nenhuma duvida, aceitamos a desclassificacao
Pregoeiro	12/06/2019 15:33:39	A proposta da empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, cnpj:28.199.997/0001-70, será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Pregoeiro	12/06/2019 15:40:05	Para BH LABORATORIOS LTDA - Boa tarde! senhor licitante.
22.283.196/0001-01	12/06/2019 15:43:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	12/06/2019 15:43:28	Para BH LABORATORIOS LTDA - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
22.283.196/0001-01	12/06/2019 15:48:25	Sr.Pregoeiro já estamos no nosso menor valor .
Pregoeiro	12/06/2019 15:49:09	Para BH LABORATORIOS LTDA - A possibilidade de chegar ao menos no valor de referência R\$ (32.556,8000),para que sua proposta não seja recusada de acordo 7.2. do edital
22.283.196/0001-01	12/06/2019 15:51:45	Sr. pregoeiro não temos a menor possibilidade de chegar no valor da referencia, pois somos revenda e o valor da referencia infelizmente não cobre nem o nosso custo.
Pregoeiro	12/06/2019 15:52:58	Para BH LABORATORIOS LTDA - Agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	12/06/2019 15:53:56	Para BH LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante, de acordo com o item 7.2 do edital, sua proposta será recusa, por está acima do estimado.
Pregoeiro	12/06/2019 15:54:16	Para BH LABORATORIOS LTDA - Pergunto se tem alguma dúvida?
22.283.196/0001-01	12/06/2019 15:55:58	Não. Obrigada
Pregoeiro	12/06/2019 15:58:27	A proposta da empresa BH LABORATORIOS LTDA, cnpj:22.283.196/0001-01, será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Pregoeiro	12/06/2019 16:00:26	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Boa tarde! senhor licitante.
27.884.171/0001-87	12/06/2019 16:06:20	Boa tarde
Pregoeiro	12/06/2019 16:06:31	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
27.884.171/0001-87	12/06/2019 16:10:05	Infelizmente não temos como chegar no valor de referencia!
Pregoeiro	12/06/2019 16:11:10	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	12/06/2019 16:12:05	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Senhor licitante, de acordo com o item 7.2 do edital, sua proposta será recusa, por está acima do estimado.
Pregoeiro	12/06/2019 16:12:17	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Pergunto se tem alguma dúvida?
27.884.171/0001-87	12/06/2019 16:13:23	nenhuma!
Pregoeiro	12/06/2019 16:16:26	A proposta da empresa LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI, cnpj: 27.884.171/0001-87, será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Pregoeiro	12/06/2019 16:18:30	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 13/06/2019 às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	13/06/2019 14:11:31	Boa tarde! senhores licitantes
Pregoeiro	13/06/2019 14:11:48	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	13/06/2019 15:58:01	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 17/06/2019 às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	17/06/2019 10:06:49	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	17/06/2019 10:07:14	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	17/06/2019 12:02:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 18/06/2019 às 10:00 horas - horário de Brasília.

Pregoeiro	18/06/2019 10:03:18	Bom dia ! senhores licitantes.
Pregoeiro	18/06/2019 10:03:35	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	18/06/2019 16:20:20	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 19/08/2019, as 10:00 horário de Brasília.
Pregoeiro	19/06/2019 10:09:42	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	19/06/2019 12:10:06	Senhores licitantes, a sessão sera suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 24/06/2019 (segunda - feira) as 10:00 horário de Brasília.
Pregoeiro	24/06/2019 10:00:32	Bom dia! senhores licitantes. a sessão está reaberta.
Pregoeiro	24/06/2019 10:02:28	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Bom dia! senhor (a) licitante.
27.884.171/0001-87	24/06/2019 10:12:57	bom dia
Pregoeiro	24/06/2019 10:13:47	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
27.884.171/0001-87	24/06/2019 10:16:06	Infelizmente não temos como!
Pregoeiro	24/06/2019 10:17:14	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - A possibilidade de chegar ao menos no valor de referência R\$ (32.556,8000),para que sua proposta não seja recusada de acordo 7.2. do edital
27.884.171/0001-87	24/06/2019 10:23:05	o minimo que podemos é R\$ 62.000,00
Pregoeiro	24/06/2019 10:25:15	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Infelizmente não podemos aceitar por estar acima do estimado, de acordo com o item 7.2 do edital.
27.884.171/0001-87	24/06/2019 10:26:58	ok
Pregoeiro	24/06/2019 10:29:21	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitante.
Pregoeiro	24/06/2019 10:34:44	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
10.907.265/0001-21	24/06/2019 10:38:15	Bom dia, estamos online, vamos avaliar.
Pregoeiro	24/06/2019 10:39:32	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Aguardarmos o retorno.
10.907.265/0001-21	24/06/2019 10:50:44	Conseguimos negociar ao preço estimado Sr. Pregoeiro. Item 06.
Pregoeiro	24/06/2019 10:53:21	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	24/06/2019 10:55:21	Senhor fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	24/06/2019 10:56:40	Para RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Bom dia! senhor licitante.
32.904.046/0001-21	24/06/2019 10:58:00	Bom dia, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	24/06/2019 10:59:44	Para RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
32.904.046/0001-21	24/06/2019 11:01:30	Um minuto, por favor. Estamos verificando.
Pregoeiro	24/06/2019 11:02:08	Para RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Aguardo o retorno.
32.904.046/0001-21	24/06/2019 11:05:23	Sr. Pregoeiro. No momento, não podemos atender ao valor de referência do item 6.
Pregoeiro	24/06/2019 11:07:22	Para RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Senhor licitante, de acordo com o item 7.2 do edital, sua proposta será recusa, por está acima do estimado.
Pregoeiro	24/06/2019 11:18:21	A proposta da empresa RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, cnpj: 32.904.046/0001-21, será desclassificada de acordo com o item 7.2.do edital.
Pregoeiro	24/06/2019 11:19:47	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Bom dia! senhor licitante.
10.732.150/0001-43	24/06/2019 11:20:09	Bom dia
Pregoeiro	24/06/2019 11:20:51	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Sua empresa e subsequente do item 6, a possibilidade de melhor sua proposta.
Pregoeiro	24/06/2019 11:29:34	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Senhor licitante, aguardo a resposta.
10.732.150/0001-43	24/06/2019 11:30:52	Estamos verificando. Um momneto
10.732.150/0001-43	24/06/2019 11:31:33	Sim podemos atingir valor estimado
Pregoeiro	24/06/2019	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja

	11:32:59	enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	24/06/2019 11:33:08	Senhor fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	24/06/2019 12:24:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	24/06/2019 13:42:46	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Boa tarde! senhor (a) licitante.
12.051.059/0001-98	24/06/2019 13:44:12	Boa Tarde
Pregoeiro	24/06/2019 13:45:02	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Sua empresa e subsequente do item 9, a possibilidade de melhor sua proposta.
Pregoeiro	24/06/2019 13:50:33	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Aguardo sua resposta.
12.051.059/0001-98	24/06/2019 13:50:43	Não sr(a), já estamos no nosso melhor preço.
Pregoeiro	24/06/2019 13:55:40	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - A possibilidade de chegar no valor de R\$ (5.930,0000).
Sistema	24/06/2019 13:56:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, enviou o anexo para o ítem 6.
12.051.059/0001-98	24/06/2019 14:02:42	ok senhor(a).
Pregoeiro	24/06/2019 14:04:33	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - De acordo com o item 7.4 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	24/06/2019 14:05:18	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Alguma dúvida senhor(a) licitante?
Sistema	24/06/2019 14:09:37	Senhor fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
12.051.059/0001-98	24/06/2019 14:26:34	enviaremos Sr.
Sistema	24/06/2019 16:16:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	24/06/2019 16:25:01	senhores licitantes, informo que as propostas foram enviadas no prazo solicitado, e serão encaminhadas para o setor técnico para análise.
Pregoeiro	24/06/2019 16:26:17	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 26/06/2019 às 09:00 horas - horário de Brasília
Pregoeiro	26/06/2019 09:05:53	Bom dia! senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	26/06/2019 09:07:47	Senhores licitantes, informo que as propostas estão no setor técnico em análise.
Pregoeiro	26/06/2019 09:08:48	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 27/06/2019 às 09:30 horas - horário de Brasília
Pregoeiro	27/06/2019 09:37:42	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	27/06/2019 09:38:04	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	27/06/2019 11:12:35	Senhores licitantes, informo que o setor técnico analisou e aprovou as proposta dos seguintes itens: 06 e 09.
Pregoeiro	27/06/2019 11:15:34	Item 06 proposta aprovada pelo setor técnico.(empresa: COMERCIAL CEDRO EIRELI), item 09 proposta aprovada pelo setor técnico, (empresa: BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE).
Pregoeiro	27/06/2019 11:39:36	Senhores licitantes, informo que as propostas de preço foram analisadas e aprovadas pela área técnica. Dessa forma, será concluída a fase de aceitação.
Pregoeiro	27/06/2019 11:48:31	Senhores licitantes, informo que a próxima seção será convocada os documentos de habilitação, peço que fiquem atentos no chat para não perderem o prazo do envio dos mesmos, de acordo com o item 8.11 do edital.
Pregoeiro	27/06/2019 11:52:42	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 01/07/2019 (segunda - feira) às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	01/07/2019 09:05:32	Bom dia! senhores licitantes. a sessão está reaberta.
Pregoeiro	01/07/2019 09:06:09	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Bom dia! senhor (a) licitante.
Pregoeiro	01/07/2019 09:12:13	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas .
Sistema	01/07/2019 09:12:38	Senhor fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	01/07/2019 09:14:05	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
27.293.468/0001-78	01/07/2019 09:14:06	Ok. Estamos providenciando.
Pregoeiro	01/07/2019 09:17:47	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitante.
07.626.776/0001-	01/07/2019	Bom dia!

	60	09:19:27	
Sistema	01/07/2019	09:19:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/07/2019	09:20:56	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas .
Sistema	01/07/2019	09:21:21	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
07.626.776/0001-60	01/07/2019	09:22:02	Já anexamos em 27/05, devemos encaminhar novamente?
Pregoeiro	01/07/2019	09:22:28	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
Pregoeiro	01/07/2019	09:23:51	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sim,pois alguns documentos estão com validade vencida.
07.626.776/0001-60	01/07/2019	09:24:11	Ok.
07.626.776/0001-60	01/07/2019	09:26:12	Estamos providenciando.
Pregoeiro	01/07/2019	09:26:55	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia! senhor(a) licitante.
Sistema	01/07/2019	09:29:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	01/07/2019	09:36:30	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	01/07/2019	09:38:25	Senhor fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	01/07/2019	09:39:17	Para FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Pergunto se tem alguma dúvida?
Pregoeiro	01/07/2019	09:45:54	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Bom dia! senhor (a) licitante.
Pregoeiro	01/07/2019	09:48:46	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	01/07/2019	09:49:04	Para MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO - Pergunto se tem alguma dúvida.
Pregoeiro	01/07/2019	09:50:44	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitante.
Sistema	01/07/2019	09:51:41	Senhor fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
28.199.997/0001-70	01/07/2019	09:52:46	Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	01/07/2019	09:54:02	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	01/07/2019	09:54:34	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	01/07/2019	09:55:12	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
28.199.997/0001-70	01/07/2019	09:55:33	Iremos encaminhar
Pregoeiro	01/07/2019	09:57:26	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Bom dia! senhor(a) licitante.
10.732.150/0001-43	01/07/2019	09:59:11	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	01/07/2019	10:00:28	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	01/07/2019	10:00:52	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - pergunto dr tem alguma dúvida?
10.732.150/0001-43	01/07/2019	10:02:34	Envio da documentação através do correios ?
Pregoeiro	01/07/2019	10:03:34	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - via chat,
Sistema	01/07/2019	10:03:41	Senhor fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	01/07/2019	10:03:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	01/07/2019	10:06:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICIO, CNPJ/CPF: 04.896.000/0001-72, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	01/07/2019	10:07:24	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Mais alguma dúvida?
10.732.150/0001-43	01/07/2019	10:08:44	Não Sr. Estaremos anexando os documentos.
Pregoeiro	01/07/2019		Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Bom dia! senhor

	10:10:18	(a) licitante.
13.440.815/0001-33	01/07/2019 10:12:55	AZLAB - Bom dia.
Pregoeiro	01/07/2019 10:13:04	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	01/07/2019 10:13:13	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	01/07/2019 10:13:41	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Pergunto se tem alguma dúvida?
13.440.815/0001-33	01/07/2019 10:14:39	AZLAB - Ok. Estamos providenciando o envio.
Sistema	01/07/2019 10:15:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	01/07/2019 10:18:45	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Bom dia! senhor(a) licitante.
Sistema	01/07/2019 10:19:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, enviou o anexo para o ítem 6.
71.524.516/0001-83	01/07/2019 10:20:02	Bom dia!
Pregoeiro	01/07/2019 10:21:13	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	01/07/2019 10:21:44	Senhor fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	01/07/2019 10:22:08	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Pergunto se tem alguma dúvida?
71.524.516/0001-83	01/07/2019 10:22:50	Estamos providenciando o envio
Pregoeiro	01/07/2019 10:25:08	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Bom dia! senhor(a)licitante.
12.051.059/0001-98	01/07/2019 10:26:30	Bom dia!
Pregoeiro	01/07/2019 10:27:37	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Conforme o item 8.11 do edital solicito o envio da documentação habilitatória, quanto convocada o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	01/07/2019 10:28:06	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Pergunto se tem alguma dúvida?
12.051.059/0001-98	01/07/2019 10:28:50	ok, enviaremos.
Sistema	01/07/2019 10:29:35	Senhor fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	01/07/2019 11:18:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 71.524.516/0001-83, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	01/07/2019 11:55:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	01/07/2019 14:37:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.915.068/0001-29, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	01/07/2019 16:17:43	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 03/07/2019 (quarta - feira) às 10:00 horas - horário de Brasília
Pregoeiro	03/07/2019 10:52:38	Senhores licitantes, informo que a sessão que estava marcada para hoje, será remarcada para amanhã 04/07/2019 (Quinta - feira) as 11:00 horário de Brasília.
Pregoeiro	04/07/2019 11:02:08	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	04/07/2019 11:02:24	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	04/07/2019 11:46:04	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje as 14:00 horas.
Pregoeiro	04/07/2019 14:04:08	Boa tarde! senhores licitantes
Pregoeiro	04/07/2019 14:04:20	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	04/07/2019 14:06:27	Informo que irei consultar o sicaf e certidões que tiveram suas proposta aceitas pelo setor técnico, solicito que fiquem atentos no chat.
Pregoeiro	04/07/2019 14:07:52	Informo que irei consultar o sicaf e certidões das empresas que tiveram suas proposta aceitas pelo setor técnico, solicito que fiquem atentos no chat.
Pregoeiro	04/07/2019 14:31:46	Senhores licitantes, informo que as empresas que estão com as documentações de acordo com o especificado no edital, serão habilitadas.
Sistema	04/07/2019 14:38:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	04/07/2019 16:29:18	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 05/07/2019 (sexta - feira) às 09:00 horas - horário de Brasília
Pregoeiro	05/07/2019	Bom dia, senhores licitantes.

	09:02:17	
Pregoeiro	05/07/2019 11:42:19	Para SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Bom dia! senhor licitante.
Pregoeiro	05/07/2019 12:02:38	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura 08/07/2019 (segunda - feira) às 10:00 horas - horário de Brasília
Pregoeiro	08/07/2019 10:05:28	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	08/07/2019 14:26:03	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 10/07/2019 (quarta feira), às 14:00 horas horário de Brasília
Pregoeiro	10/07/2019 14:07:14	Boa tarde! senhores licitantes.
Pregoeiro	10/07/2019 15:29:21	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 12/07/2019 (Sexta - feira), às 09:00 horas horário de Brasília
Pregoeiro	12/07/2019 09:12:51	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	12/07/2019 11:51:33	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 15/07/2019 (Segunda - feira), às 10:00 horas horário de Brasília
Pregoeiro	15/07/2019 10:05:46	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	15/07/2019 11:56:03	Senhores licitantes a sessão será suspensa neste momento e terá sua reaberta ainda hoje às 14:00 horário de Brasília.
Pregoeiro	15/07/2019 14:08:55	Boa tarde! senhores licitantes.
Pregoeiro	15/07/2019 16:31:06	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 16/07/2019 às 09:00 horário de Brasília.
Pregoeiro	16/07/2019 09:01:56	Bom dia! senhores licitantes
Pregoeiro	16/07/2019 10:25:57	Senhores licitantes, informo que a empresa: MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICO, será inabilitada por está impedida de licitar."Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º,
Pregoeiro	16/07/2019 10:26:34	: O MPDFT, de acordo com o Parecer nº 241/2019-Alicon/Conjur/SG, aplicou em desfavor da empresa MULTIWORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA., a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a União com o consequente descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de 3 (três) meses, com amparo nas disposições contidas no art. 7
Pregoeiro	16/07/2019 10:27:00	da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05, bem como Capítulo XIII, item 6, "d" e "e" do Edital de Licitação nº 14/2019, tendo em vista a patente infringência ao referido Edital, especialmente Capítulo V, 2 e item 2.3.3 do Capítulo IX – Do Julgamento e do Envio da Proposta de Preços.
Pregoeiro	16/07/2019 10:33:24	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia! senhor licitante.
14.676.091/0001-94	16/07/2019 10:35:15	Bom dia
Pregoeiro	16/07/2019 10:35:39	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sua empresa e subsequente do item 4, a possibilidade e melhorar sua proposta?
14.676.091/0001-94	16/07/2019 10:37:51	Um momento por favor.
Pregoeiro	16/07/2019 10:38:53	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardo o retorno.
14.676.091/0001-94	16/07/2019 10:40:30	Sr. pregoeiro, para o item 04 o nosso valor minimo é R\$ 341,90.
Pregoeiro	16/07/2019 10:43:44	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, a possibilidade de chegar ao menos no valor de referencia,R\$ (291,7600).
14.676.091/0001-94	16/07/2019 10:44:10	Infelizmente não conseguiremos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	16/07/2019 10:46:45	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, infelizmente teremos que desclassificar sua proposta, de acordo com o item 7.2 do edital.
14.676.091/0001-94	16/07/2019 10:47:15	Compreendo.
Pregoeiro	16/07/2019 10:47:26	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
14.676.091/0001-94	16/07/2019 10:48:35	Não, compreendido.
Pregoeiro	16/07/2019 10:50:36	Senhores licitantes, a proposta da empresa :AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, será recusada de acordo com o item 7.2 do Edital.
Pregoeiro	16/07/2019 10:52:33	Bom dia! senhor licitante.
Pregoeiro	16/07/2019 10:52:46	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Bom dia! senhor licitante.
Pregoeiro	16/07/2019 10:56:50	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Sua empresa e subsequente do item 04, pergunto a possibilidade de melhorar sua proposta.
18.256.108/0001-05	16/07/2019 10:57:48	Bom dia, um momento por favor

Pregoeiro	16/07/2019 10:58:43	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Aguardo o retorno.
18.256.108/0001-05	16/07/2019 11:01:38	Infelizmente não consigo melhorar o preço, já estamos no valor limite
Pregoeiro	16/07/2019 11:03:24	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - senhor(a) licitante, a possibilidade de chegar ao menos no valor de referência R\$ 291,7600?
Pregoeiro	16/07/2019 11:07:20	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Aguardo o retorno.
18.256.108/0001-05	16/07/2019 11:13:53	Infelizmente nesse valor não consigo negociar.
Pregoeiro	16/07/2019 11:43:23	A proposta da empresa:CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, será desclassificada de acordo com o item 7.2 do edital.
Pregoeiro	16/07/2019 11:45:33	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Bom dia! senhor(a) licitante.
Pregoeiro	16/07/2019 11:50:42	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje as 14:00 horas.
Pregoeiro	16/07/2019 14:01:33	Boa tarde! senhores licitantes.
Pregoeiro	16/07/2019 14:02:37	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Boa tarde! senhor(a) licitante.
Pregoeiro	16/07/2019 14:03:27	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Suam empresa e subsequente do item 04,a possibilidade de melhorar sua proposta
Pregoeiro	16/07/2019 14:46:41	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Senhor licitante, peço que se manifeste no chat.
Sistema	16/07/2019 14:48:21	Senhor fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	16/07/2019 14:53:05	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Senhor licitante, de acordo com o item 7.4 do edital, solicito o envio da proposta no prazo máximo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	16/07/2019 16:33:45	Senhores licitante, informo que a sessão será suspensa automaticamente às 18:00 horas, será reaberta amanhã as 9:00 horas horário de Brasília.
Sistema	16/07/2019 17:37:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	17/07/2019 09:00:24	Bom dia! senhores licitantes.
Pregoeiro	17/07/2019 09:01:06	A sessão esta reaberta.
Pregoeiro	17/07/2019 09:05:11	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Bom dia! senhor licitante.
02.605.669/0001-32	17/07/2019 09:24:41	Bom dia!
Pregoeiro	17/07/2019 09:26:08	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Senhor licitante, informo que sua proposta está acima do valor estimado, pergunto se a possibilidade de chegar no valor de R\$ 291,7600.
02.605.669/0001-32	17/07/2019 09:28:08	Infelizmente não podemos ofertar no valor estimado.
Pregoeiro	17/07/2019 09:30:34	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Senhor(a) licitante, infelizmente teremos que desclassificar sua proposta, de acordo com o item 7.2 do edital.
Pregoeiro	17/07/2019 09:30:57	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Pergunto se tem alguma dúvida?
Pregoeiro	17/07/2019 09:38:55	Senhores licitantes, informo que a empresa: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, será desclassificada de acordo com o item 7.2 do edital.
Pregoeiro	17/07/2019 09:44:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/07/2019 às 10:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	04/07/2019 14:38:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	17/07/2019 09:44:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/07/2019 às 10:20:00.

Data limite para registro de recurso: 22/07/2019.

Data limite para registro de contra-razão: 25/07/2019.

Data limite para registro de decisão: 01/08/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:31 horas do dia 17 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANILO CRUZ GOMES
Pregoeiro Oficial

JOAO BATISTA DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

