

Solicitação de Esclarecimento/Alteração

1. Edital descreve “ A) Permite controlar, monitorar, e gerenciar o sistema cromatografico via Internet Explorer Web Browser, através de um PC conectado a rede mesmo sem o software.

A Agilent Solicita a possibilidade de retirada ou alteração deste item para:

“PERMITE CONTROLAR, MONITORAR, E GERENCIAR O SISTEMA CROMATOGRÁFICO VIA INTERNET EXPLORER WEB BROWSER OU REMOTAMENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS VIA WINDOWS COMO POR EXEMPLO O REMOTE DESTOP ACCESS, ATRAVÉS DE UM PC CONECTADO A REDE”;

Justificativa: Este item descrito como controlar, monitorar e gerenciar via internet explorer web browser, é específico de um determinado fabricante, restringindo assim a participação de outros fabricantes que não possuem esta ferramenta específica, mas que pode fazer o mesmo acesso por outras vias.

2. Edital descreve “ B) Capacidade para controle de até 8 módulos via fibra óptica, 4 eventos de entrada e 4 eventos de saída“;

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para :

“CAPACIDADE PARA CONTROLE DE ATÉ 8 MÓDULOS VIA FIBRA ÓPTICA OU OUTRO TIPO DE CONEXÃO COMPATÍVEL COM OS MÓDULOS OFERTADOS”;

Justificativa: Devido as características de cada fabricante o tipo de conexão entre os módulos são diferentes, cada empresa utiliza sua tecnologia e tipos diferenciados de cabos para a comunicação, esta descrição inviabiliza a participação de outros fabricantes que não possui tal tecnologia via fibra óptica. O tipos de eventos também são característicos de cada fabricante inviabilizando a participação.

3. Edital descreve “ C) Câmara de mistura para alta e baixa pressão, volume variável: 0,5, 1,7 e 2,6mL. Adequada para trabalhar em modo analítico com vazão inferior a 10mL/min. Câmara de mistura para fluxos preparativos com volume interno de 14mL, Adequada para trabalhar em modo semi-preparativo com fluxos com vazão acima de 10mL/min.

A Agilent Solicita a possibilidade de retirada deste item :

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante, restringindo assim a participação de outros fabricantes que não possuem este tipo de câmara, no entanto, esta diferença não influi na performance da instrumentação.

4. Edital descreve “ D) Degaseificador de membrana (on-line) modelo para até 5 canais”

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para:

“DEGASIFICADOR DE MEMBRANA (ON-LINE) MODELO PARA ATÉ 4 ACANAIS COM FLUXO MÁXIMO DE 10ML/MIN.”

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante, restringindo assim a participação de outros fabricantes que não possuem este tipo de câmara, no entanto, usualmente 98% das metodologias em HPLC utiliza não mais que dois canais, sendo então 4 canais suficientemente capaz de atender toda a demanda de desenvolvimento e de análise para este tipo de instrumentação.

5. Edital descreve “E) Célula de fluxo de 10mm de caminho óptico e de volume de 10 μ L, exatidão de $\pm 0,1$ nm;

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para :

“CÉLULA DE FLUXO DE 10MM DE CAMINHO ÓPTICO E DE VOLUME DE 10 μ L OU 13 μ L, EXATIDÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA DE ± 1 NM”.

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante, restringindo assim a participação de outros fabricantes, no entanto, existe uma variação normal entre os fabricantes quanto ao volume interno da célula de fluxo, o que não inviabiliza sua utilização. Já para a precisão, comumente é utilizada para este parâmetro a exatidão, uma diferença de abordagem diferenciada de fabricante para fabricante.

6. Edital descreve “ F) Célula preparativa de 0,5mm (6,5 μ L); “

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para :

CÉLULA DE FLUXO PREPARATIVA DE 0,5MM (6,5 μ L), OU DE MENOR TAMANHO COMPATIVEL COM OS TRABALHOS NA ESCALA SEMI-PREPARATIVA;”

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante, restringindo assim a participação de outros fabricantes, no entanto, existe uma variação normal entre os fabricantes quanto ao caminho óptico da célula de fluxo, o que não inviabiliza sua utilização. O caminho óptico está diretamente relacionada com a concentração da amostra durante sua injeção, item que pode ser ajustável de acordo com o caminho óptico do instrumento, não sendo assim um fator limitante para os trabalhos na escala semi-preparativa.

7. Edital descreve “ G) Rack para amostras modelo S para 100 frascos de 1,5mL, 1,1mL, 200uL e 300uL;”

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para :

RACK PARA AMOSTRAS PARA 100 FRASCOS DE 1,5ML;”

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante (modelo S), restringindo assim a participação de outros fabricantes, no entanto, o volume de frasco normalmente utilizada e que todos os fabricantes possuem são os frascos de 1,5mL.

8. Edital descreve “ H) Rack para amostras modelo L para 80 vials de 4mL;

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para :

RACK PARA AMOSTRAS PARA 80 FRASCOS DE 4ML OU 32 FRASCOS DE 6ML;”

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante (modelo L), restringindo assim a participação de outros fabricantes, no entanto, o volume de frasco normalmente utilizada e que todos os fabricantes possuem são os frascos de 6mL.

9. Edital descreve “ I) Loop de teflon de 2mL, seringa de 2mL e Loop de amostragem de 2mL;

A Agilent Solicita a possibilidade de Alteração do texto para :

LOOP DE TEFLON DE 2ML, SERINGA DE 2ML E LOOP DE AMOSTRAGEM DE 2ML OU SIMILAR DE ACORDO COM O FABRICANTE;”

Justificativa: Este item descrito acima, é específico de um determinado fabricante, restringindo assim a participação de outros fabricantes.

Zimbra

dlustosa@hfa.mil.br

NOVA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA (ITEM 6-HPLC)- PE 52/2019 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - AGILENT

De : maryane mota <maryane.mota@agilent.com>

ter, 22 de out de 2019 20:33

Assunto : NOVA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA (ITEM 6- HPLC)- PE 52/2019 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - AGILENT**Para :** licitacao@hfa.mil.br**Cc :** saulo vital <saulo_vital@agilent.com>, isabelle campos <isabelle.campos@agilent.com>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde,

Solicitamos o Esclarecimento à seguir em relação ao Prazo de Entrega de 10 (DEZ) dias deste Edital PE 52/2019- Hospital das Forças Armadas para o item 6- Cromatografia líquida de alta eficiência: *4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em remessa ÚNICA no caso de empenho ordinário e PARCELADA no caso de empenho Global, nos seguintes endereços:*

Informamos que em virtude deste item se tratar de equipamentos adquiridos pelos fornecedores através de importação e ser fabricado sob demanda conforme a solicitação dos clientes, caso o prazo de 30 dias no edital seja insuficiente para cobrir o prazo necessário para fabricação e para os tramites de importação de equipamentos como estes, solicitamos prévia alteração. Este tipo de equipamento leva uma média de 60 (Sessenta)/ 90 (Noventa) dias para ser fabricado e entregue no Brasil.

Considerando que esta é uma condição comum aos fornecedores deste tipo de equipamento, solicitamos que seja considerado este prazo de entrega de forma a ampliar o número de competidores e permitir que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa

Aguardamos resposta o mais breve possível. Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Obrigada.

Maryane Mota

Especialista de Licitação

Agilent Technologies Brasil

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – 6 andar

Castelo Branco Office Park – Torre Jacarandá

06460-040 – Barueri – SP - Brasil

T: +55 11 4197-3657 | E-mails: maryane.mota@agilent.com/licitacao.vendas@agilent.com | www.agilent.com