

Zimbra**jober@hfa.mil.br**

RE: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019 - Item 17

De : Licitação Bramsys <licitacao@bramsys.com.br> qua, 18 de dez de 2019 10:46

Assunto : RE: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019 -
Item 17

Para : Jober J. Q. da Silva <jober@hfa.mil.br>

Bom dia!

Agradeço seu pronto retorno.

Att.,


Tatiane Gomes

Licitação

(+55 15 3282 4319

) +55 11 99941 7388

* licitacao@bramsys.com.br



De: Jober J. Q. da Silva <jober@hfa.mil.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 10:23

Para: Licitação Bramsys <licitacao@bramsys.com.br>

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019 - Item 17

Bom dia!

Seu pedido de esclarecimento foi enviado para o setor requisitante, que respondeu o seguinte:

"Em atenção ao documento constante da referência, da empresa Bramsys Indústria e Comercio Ltda, que solicita esclarecimento sobre o Item 17 do Pregão Eletrônico 65/2019, esta Chefia informo-vos o seguinte:

- a) CÂNULAS – PONTA ATIVA: O kits com ponta ativa desejada é de 10 mm.
- b) GAUGE: O desejado é de 21 Gauges.
- c) COMPRIMENTO: O comprimento desejado é de 150 mm."

Atenciosamente,

Tenente Jôber
Pregoeiro do PE 66/2019-HFA

Seção de Licitações

Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira - DCAF

Email: jobber@hfa.mil.br
Telefone: (61) 3966-2496
Hospital das Forças Armadas - HFA
CNPJ: 03.568.867/0001-36
Setor Sudoeste - Brasília/DF - Brasil
CEP: 70673-900

De: "Licitação Bramsys" <licitacao@bramsys.com.br>
Para: licitacao@hfa.mil.br
Enviadas: Terça-feira, 17 de dezembro de 2019 12:02:29
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019 - Item 17

Prezado Pregoeiro,

A empresa Bramsys Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 04.729.995/0001-87, sediada na Av Dr. Alberto San Juan, nº 350, bairro Jardim Bacilli, município de Tietê-SP, CEP 18530-000, vêm à presença de V.Sa. para apresentar seu Pedido de Esclarecimento:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2019 - ITEM 17

No item 17 do referido pregoão, consta a descrição do material a ser licitado.

Contudo, algumas questões técnicas estão pendentes e necessitam de esclarecimento para que possa ser atendido em sua integralidade. São eles:

- Cânulas - ponta ativa: considerando que há kits com ponta ativa de 5 ou kits com ponta ativa de 10, gostaríamos de saber qual a ponta ativa desejada. Obs.: não há no mercado kits com pontas ativas mescladas.
- Gauge: considerando que há kits com 18 gauges ou 21 gauges, gostaríamos de saber qual gauge desejado.
- Comprimento: considerando que há kits com 100mm ou 150mm, gostaríamos de saber qual comprimento desejado.

Ressaltamos que os questionamento acima são importantes para que os licitantes possam ofertar o produto que melhor atenda as necessidades do hospital.

Agradecemos, antencipadamente, vossa atenção.

Att.,


Tatiane Gomes

Licitação

(+55 15 3282 4319

) +55 11 99941 7388

* licitacao@bramsys.com.br



Tatiane Gomes

Licitação

(+55 15 3282 4319

) +55 11 99941 7388

* licitacao@bramsys.com.br

