



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO E CONTROLE
SBS QD. 02 – BLOCO F – EDIFÍCIO FNDE – 1º SS CEP 70.070-929
TEL: (61) 2022-4643/4510/5105 – FAX: 2022-4408**

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2011
CAMAS ELETRÔNICAS E MACAS HIDRÁULICAS HOSPITALARES**

ASSUNTO:

Audiência Pública para levantamento de subsídios para processo licitatório, visando à contratação de empresa para fornecimento de Camas Eletrônicas e Macas Hidráulicas Hospitalares, com a finalidade de atendimento aos Hospitais Universitários Federais – HUFs, vinculados a Instituições Federais de Ensino Superior.

DATA:

Dia **13 de outubro de 2011**, no horário de 09:00 às 17:00 horas, conforme Aviso de Audiência Pública nº 11/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – **FNDE**.

LOCAL:

Auditório do Edifício Sede do Ministério da Educação, Subsolo Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Brasília-DF – CEP: 70047-900.

OBJETIVO:

Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas e levantar subsídios para a definição de especificações técnicas de Camas Eletrônicas e Macas Hidráulicas Hospitalares, com a finalidade de atendimento aos Hospitais Universitários Federais – HUF's, vinculados a Instituições Federais de Ensino Superior – IFES.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente da Mesa: Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque – Diretor de Administração – DIRAD/FNDE;

Celso Fernando Abreu – Coordenador Geral dos Hospitais Universitários – SESU/MEC

Paulo Sérgio Palombo Camargo – consultor da Coordenação Geral dos Hospitais Universitários Federais – CGHU/ MEC

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:

O Senhor Garibaldi José Presidente da Audiência Pública nº 11/2011, deu início aos trabalhos agradecendo presença de todos e apresentando os membros que compunham a mesa, falou sobre a expectativa de superação quanto à proximidade de perfeição nas especificações apontadas na audiência pública e da conveniência de adaptação do Termo de Referência antes da disponibilização do Edital no mercado e quão importante são essas aquisições para as unidades de saúde.

Após, passou a palavra ao senhor Celso Fernando, Coordenador dos Hospitais Universitários, para os esclarecimentos acerca dos objetivos gerais da sessão, de posse da palavra o Coordenador expôs as ações do Ministério da Educação em prol da reestruturação dos hospitais universitários em um padrão de excelência que possibilite a retomada do nível de qualidade no atendimento à população, fez uma observação sobre os ganhos nas aquisições executadas até a presente data e passou a explicar sobre o objeto da audiência, ou seja, camas e macas hospitalares, da importância quanto ao nível de sofisticação dos equipamentos a serem adquiridos tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde que tem sua formação profissional nessas instituições, reiterou sobre a qualidade dos produtos a serem adquiridos, tendo em vista a complexidade dos problemas enfrentados na rede pública de saúde.

O Senhor Garibaldi apresentou os procedimentos para compras governamentais, destacando o pregão por registro de preços e suas diversas fases como: questões orçamentárias, disponibilização de edital, prazos de entrega e etc., com o propósito de informar aos participantes sobre a responsabilidade e importância das discussões antes da abertura do certame.

Na seqüência, o Senhor Paulo Palombo, representante da CGHU passou à apresentação da proposta técnica e operacional do projeto, onde foram esclarecidos diversos pontos com relação ao tipo de material utilizado na confecção das camas e macas, a importância da observação às normas de segurança das camas tendo em vistas

os números expressivos de mortes por quedas de pacientes. Quanto à especificação das camas para UTI, após inúmeras discussões, ficou acordado que não será exigida, em edital, a confecção do produto em aço inoxidável, deverá ser aceito o produto com pintura em epox, no entanto, o prazo de garantia do fabricante, contra corrosão, deverá se estender para 10 (dez) anos.

Em seguida o Presidente abriu espaço para intervalo e posterior retorno com vistas à elaboração de questionamentos. Após o intervalo, os trabalhos foram retomados com esclarecimentos das dúvidas e revisão dos itens e as especificações, com a discussão de sugestões e propostas dos representantes das empresas participantes.

Após a revisão de todos os itens especificações, a Audiência Pública nº 11/2011, deu-se por encerrada as 17h30min.

Os pedidos de esclarecimentos foram respondidos e encontram-se anexados ao processo em conjunto com a relação dos participantes.

A relação de itens e especificações com as propostas e o vídeo com a íntegra da audiência se encontram disponibilizados em: <http://www.fnnde.gov.br/index.php/compras> .