


Zimbra

klsantos@hfa.mil.br

ESCLARECIMENTO - PE 64-2017 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

De : Michele Rio - Grupo Veco <vecorj@veco.com.br>

Qui, 30 de nov de 2017 09:10

Assunto : ESCLARECIMENTO - PE 64-2017 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 1 anexo**Para :** licitacao@hfa.mil.br

Ao

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2017

Processo Administrativo n.º 60550.010991/2017-91

A/c: Sr. Pregoeiro

Venho por meio desta solicitar esclarecimento referente ao **item 33 – Código CATMAT 403759**.

O descritivo informado no edital não contempla a INSTALAÇÃO e nem CERTIFICAÇÃO do equipamento.

Por se tratar se um equipamento de Segurança Biológica Classe II B2, que demanda instalação detalhada e certificação, para garantir a segurança

Do usuário e do ambiente, gostaríamos de confirmar se realmente não deveremos considerar a INSTALAÇÃO e CERTIFICAÇÃO.

Ressaltando que o valor estimado de R\$ 21.861,75, viabiliza apenas o fornecimento do equipamento.

Desde já agradeço.

Att.,

Michele Sperandio Cardoso

Assistente Adm. Vendas

 55 (21) 2578-1134 e (21) 2214-3298

 vecorj@veco.com.br

 www.veco.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.