

Zimbra

klsantos@hfa.mil.br

Esclarecimento PE 64/17 - HFA

De : Licitação <licitacao@geneticabrasil.com.br>

Sex, 17 de nov de 2017 13:14

Assunto : Esclarecimento PE 64/17 - HFA 2 anexos**Para :** licitacao@hfa.mil.br**Cc :** licitacao@geneticabrasil.com.br

Prezados, boa tarde!

Gostaria de pedir esclarecimento quanto ao edital de licitação do Hospital das Forças Armadas, PE – 64/2017. O Item 39 diz na linha 09, o seguinte:

| |
|--|
| Duas bandejas de tamanhos distintos para gel em acrílico UV, transparente e medindo aproximadamente 15 x 7cm e 7 X 10 cm |
|--|

Porém a 7 x 10 é incompatível na mesma cuba. Esse descritivo está correto?

Agradeço e aguardo.

Atenciosamente.

Jéssica Vieira Coelho
Licitação**Genética Com. Import. e Export. EIRELI**

End.: SOF Conjunto 10 Lote 22

Bonsucesso - Bairro: São Sebastião

Cidade: Brasília-DF

CEP: 71.698-028

Office: 55 (61) 3340-7646

Direto: 55 (61) 3048-9063

licitacao@geneticabrasil.com.brwww.geneticabrasil.com.br**image001.png**

11 KB

**image002.jpg**

2 KB