

# COMPRASNET

## Pregão Eletrônico



**Resposta** 14/02/2018 17:15:27

Parte nº 108/2018/SEÇ IMAGEN HFA Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2018. Do: Chefe da Seção de Imgenologia Ao: Sr Pregoeiro SC ALINE - Seção de Licitações Assunto: Esclarecimento de itens do Pregão 06/2018 (0878817) Em atenção a Parte nº 84/2018/SLIC HFA, de 9 Fev 18, sobre o pedido de esclarecimento dos itens 158, 159 e 160 (0878817), solicitado pela empresa PLÁCIDOS COMERCIAL, informo-vos o seguinte: - O HFA não utiliza pistola automática nos procedimentos que envolve agulha para biópsia. O que está sendo solicitado no edital é agulha para biópsia que já contenha dispositivo de disparo automático acoplado à agulha e que seja descartável com a mesma. GILSE-ANNE DE SOUZA LIMA – Médica Radiologista Chefe da Seção de Imagenologia logotipo Documento assinado eletronicamente por Gylse-Anne de Souza Lima, Chefe, em 14/02/2018, às 17:08

Fechar