



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00050/2018 (SRP)

Às 09:05 horas do dia 05 de dezembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 60550007935201821, Pregão nº 00050/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: APARELHO DE ANESTESIA PARA AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (MRI) - (AMS ANESTESIOLOGIA) Até 3 telas. Aparelho de anestesia para utilização em ambientes de diagnóstico por ressonância magnética, construído em material não magnético, com pintura eletrostática, rodízios para fácil locomoção com trava nos dianteiros. Características técnicas mínimas: RACK: Composto por, pelo menos, 2 (duas) gavetas e bandeja para monitores; Rodízios com trava em, no mínimo, 2 (duas) rodas; Fonte 110/220V-60Hz; Bateria interna para, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) minutos com recarga automática ao restabelecer a conexão à rede elétrica.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 281.923,9400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	12/11/2018 14:48:51	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Na abertura da sessão pública foi informado a todos os licitantes que o item seria cancelado por solicitação do Chefe da Seção de Anestesiologia do HFA. A justificativa encontra-se acostada ao processo, Parte nº 180/2018/SEÇ ANES, de 24 de setembro de 2018, ID 1235876. Processo nº SEI 007935/2018-50
Homologado	05/12/2018 09:05:11	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 2

Descrição: LARINGOSCÓPIO

Descrição Complementar: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA, HALÓGENA, COMPONENTES C/ 5 LÂMINAS DE PONTA ARTICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO, EMBALAGEM* C/ ESTOJO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 764,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	12/11/2018 15:00:25	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por não haver mais propostas.
Homologado	05/12/2018 09:05:18	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 3

Descrição: MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (AMS - ANESTESIA E OFTALMOLOGIA) Características técnicas mínimas: Display digital em cristal líquido, no mínimo 5 (cinco) polegadas; Controle de velocidade para o traçado de curva no mínimo em 25 mm/s; Circuito de amplificação do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga do desfibrilador; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; Frequência cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima); Velocidade de impressão do sinal de ECG - 25 mm/s; Sete derivações: I, II, III, AVR,AVL,AVF,e V; Alarmes no mínimo para: eletrodo solto, fibrilação, taquicardia e bradicardia ajustáveis; Registro de data, hora, frequência cardíaca, derivação do ECG das ocorrências de cada disparo, com teclas destinadas a suspensão ou desligamento destes alarmes; Impressão automática/ manual do tipo Cabeça Térmica, Estilete Térmico ou Caneta; Arquivar, no mínimo, os últimos 20 eventos com data e hora. Desfibrilador: Bifásico, com cargas que variam de 0 a 200 Joules; Modulo DEA integrado que permita monitorização de marca passo; Tempo de carregamento de, no máximo, 10 segundos; Conforme especificação constante do TR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 24.638,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Volta de Fase	04/12/2018 14:07:52	-	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	18/12/2018 14:31:02	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: o Chefe da Seção de Anestesiologia informou que diante do surgimento de outras necessidades, indispensáveis ao funcionamento da Clínica, o referido item será cancelado e republicado em um novo certame licitatório.
Homologado	18/12/2018 16:41:36	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 4**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

Descrição Complementar: MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME 5 - 50 mcl- Especialmente desenvolvida para dispensar líquidos e fluídos em pequenos volumes com precisão e reprodutibilidade; Monocanal volume ajustável; Totalmente autoclavável; Fabricadas com material inovador de alta resistência química e mecânica; Volume ajustável de 5 a 50 ul; Inexatidão: ;Em 50 ul / 0.60% / 0.3 ul; Em 25 ul / 0.90% / 0.225 ul; Em 5 ul / 2.00% / 0.1 ul; Em 50 ul / 0.30% / 0.15 ul; Em 25 ul / 0.60% / 0.15 ul; Em 5 ul / 2.00% / 0.1 ul; Leve, ergonômica, design moderno que ajuda a evitar lesões por esforços repetitivos; Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Ejetor automático de ponteiros que permite a operação com uma só mão; Cone de encaixe das ponteiros, fabricado com material de excelente resistência química; Visor com sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico), claro para melhor visualização do ajuste de volume; Fácil calibração com a chave que acompanha; Calibradas na fábrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12655 e fornecida com certificado de teste individual. (Recomendação para que as micropipetas sejam autoclavadas: 120°C, 1 ATM por no máximo 10 minutos). (AMS - LAC)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 276,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 , com valor negociado a R\$ 189,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, Melhor lance: R\$ 250,0000, Valor Negociado: R\$ 189,0000
Homologado	05/12/2018 09:05:18	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 5**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

Descrição Complementar: MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME 10 - 100 mcl - Leve, precisa e de baixo esforço; Equipamento com excelente ergonomia para longos períodos de pipetagem e redução de risco de LER; Robusta, fácil calibração, pontas autoclaváveis, operação do apenas uma mão com operação tanto para destros ou canhotos e mesmo o ajuste de volume com luvas; Botão de pipetagem central e sistema de ejeção separado; Pistão em aço inox resistente à corrosão e oferece o máximo de versatilidade e ótima qualidade em toda a faixa de volume; Um bloqueio impede o volume de ajustes não intencionais; Visualização do display com 4 posições; Volume gravado na pipeta para fácil identificação; Pipetas identificadas com cores para facilitar a seleção de ponteiros; Instrumento ajustável na fábrica dentro dos limites da DIN EN ISO 8655-2 e Certificado de Conformidade com a norma DIN 12 600; Volume: 10 - 100 ul; Incremento: 0.1 ul; Exatidão: 0.6 ul; Coeficiente de Variação: 0.2 ul. (Totalmente autoclavável) (AMS - LAC)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 195,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA , pelo melhor lance de R\$ 189,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, Melhor lance: R\$ 189,0000
Homologado	05/12/2018 09:05:27	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 6**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

Descrição Complementar: MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME 20 - 200 mcl - Especialmente desenvolvida para dispensar líquidos e fluídos em pequenos volumes com precisão e reprodutibilidade; Monocanal volume ajustável; Totalmente autoclavável; Fabricadas com material inovador de alta resistência química e mecânica; Volume ajustável de 20 a 200 ul; Leve, ergonômica, design moderno que ajuda a evitar lesões por esforços repetitivos; Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Ejetor automático de ponteiros que permite a operação com uma só mão; Cone de encaixe das ponteiros, fabricado com material de excelente resistência química; Visor com sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico), claro para melhor visualização do ajuste de volume; Fácil calibração com a chave que acompanha; Calibradas na fábrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12655 e fornecida com certificado de teste individual. (Recomendação para que as micropipetas sejam autoclavadas: 120°C, 1 ATM por no máximo 10 minutos). (AMS - LAC)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 255,7500**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 149,9000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 26.736.747/0001-04, Melhor lance: R\$ 149,9000
Homologado	05/12/2018 09:05:36	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 7**Descrição:** REGULADOR PRESSÃO**Descrição Complementar:** PERA PARA LABORATÓRIO - Pipetador de Segurança (Pera), 3 vias:Pipetador manual para um controle preciso do enchimento e dispensação da pipeta; Para uma pipetagem segura quando utilizado com produtos químicos perigosos;3 válvulas com esferas;Acomplamento em pipetas: Vidro a partir de 1 ml (6.5 mm de diâmetro); Plástico a partir de 2 ml. (AMS - LAC)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 13,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 26.736.747/0001-04, Melhor lance: R\$ 13,0000
Homologado	05/12/2018 09:05:46	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 8**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA - (AMS NUTRIÇÃO) Características técnicas mínimas: Analisador de composição corporal por bioimpedância; Equipamento portátil; Funcionamento com bateria interna recarregável; Frequência de 50 khz; Peso aproximado de 1,5 kg; Mostrador LCD ou Equivalente; Sistema tetrapolar com 04 pontos e impressora térmica embutida; Parâmetros a aferir: resistência, reactância, ângulo de fase, massa celular corporal, massa extracelular, massa magra e massa gorda, relação ECM/BCM, água intra e extracelular, índice de massa corporal (IMC), taxa metabólica basal (TMB) e água corporal total;**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 67.394,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	19/11/2018 10:00:31	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Foi informado aos licitantes no chat que o item seria cancelado por solicitação da Chefe da Subdivisão de Nutrição do HFA para ajustes no descritivo e posterior republicação. A justificativa encontra-se acostada ao processo, Parte nº 312/2018/SDN, 14/11/18, ID 1319972.
Homologado	05/12/2018 09:05:46	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 9**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** POLTRONA RECLINÁVEL, material leito courvin , estrutura em aço, pintura epoxi, componentes espuma alta densidade, características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento movimentos peseira e encosto independentes, largura 670, comprimento fechada 750 / aberta 1320, altura assento 450 / encosto 1150. (AMS - CLÍNICA CIRURGICA).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Valor estimado:** R\$ 1.065,6200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.030,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.338.456/0001-94, Melhor lance: R\$ 1.030,0000
Homologado	05/12/2018 09:05:54	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 10**Descrição:** APLICADOR TIPO PISTOLA**Descrição Complementar:** CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA LIMPEZA (AMS CME) Equipamento que elimine a umidade residual dos artigos canulados e endoscópios flexíveis e evite a proliferação de micro-organismos nos canais internos destes instrumentos. Características técnicas mínimas: Deve possuir acionamento do sistema por pedal, com emissão automática do jato de ar pressurizado; No mínimo 03 (três) Pistolas em alumínio anodizado ou material de qualidade superior, sinalizadas e diferenciadas por cores, sendo uma para ar comprimido, uma para água e a outra para detergente; Acionamento das pistolas por pedal ou na própria pistola; Sucção do detergente enzimático direto do galão; Bicos cônicos de silicone ou de engate rápido que se encaixem em lúmens a partir de 3mm; Gabinete construído em plástico de engenharia, aço

inox ou algum outro material que seja resistente e possua baixa porosidade; Mangueiras espiraladas com comprimento mínimo de 2m; Bivolt automático.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 8.596,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	12/11/2018 15:04:15	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todos os fornecedores foram contactados via chat e todos alegaram não ser possível chegar no preço estimado pela administração.
Homologado	05/12/2018 09:06:02	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 11

Descrição: MESA TÉCNICA

Descrição Complementar: MESA ELÉTRICA PARA FISIOTERAPIA - (AMS ORTOPEDIA) Características técnicas mínimas: Material para fisioterapia, tipo estabilizador vertical regulável; Material em aço inox, pintura eletrostática, aplicação em tampo de madeira, revestido com em corvím; Com apoio para braços com regulagem em altura faixa de quadril e apoio posterior com regulagem; Rodízios e trava; Mesa com regulagem; Alimentação Elétrica: 220 volts ou bivolt; Frequência 60 Hz.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 9.940,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	22/11/2018 11:16:54	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não existe mais propostas.
Homologado	05/12/2018 09:06:12	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 12

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: POLTRONA RECLINÁVEL super luxo, motorizada. Base e mecanismos em aço de 3,00 mm e espessura - assento,encosto,braco e descanso para os pés anatômicos; estofados em espuma densidade D28, revestidos em courvím. Descanso para os pés e inclinação do encosto articuláveis, com movimentos através de motor acionado por controle remoto a fio; permite a elevação do paciente até em pé, através de motor acionado por controle remoto a fio, proporcionando grande conforto ao usuário. Capacidade de 120kg. Dimensões 1,60 X 0,55 X 0,45m. (AMS - ONCOLOGIA).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 11.045,2400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9.890,0000 , com valor negociado a R\$ 9.400,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/12/2018 14:07:52	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	18/12/2018 15:13:25	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.338.456/0001-94, Melhor lance: R\$ 9.890,0000, Valor Negociado: R\$ 9.400,0000
Homologado	18/12/2018 16:41:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 13

Descrição: MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: POLISSONÓGRAFO PORTÁTIL (POLÍGRAFO) - (AMS PNEUMOLOGIA) Equipamento para avaliação respiratória das variáveis do sono, que permita realização de exames em domicílio classe II ou classe III. Características técnicas mínimas: Sistema que permita a programação do estudo poligráfico por meio de software com a programação dos dados do paciente e o respectivo protocolo para gravação; Sistema que permita verificar a conexão, comunicação e a performance dos acessórios necessários para o estudo poligráfico; Permitir a gravação do estudo poligráfico e a transferência dos dados do mesmo por meio de software próprio; Após o processo de transferência o sistema deverá realizar uma análise prévia dos eventos respiratórios relacionados aos canais programados por meio do software; Identificar em forma gráfica e estatística os eventos respiratórios detectados e inseridos, mas que também permita a deleção dos mesmos em casos de discordância (Revisão manual); Sistema deverá gerar um relatório poligráfico com gráficos e estatísticas; Sistema deverá permitir a realização de poligrafia basal e com CPAP de forma sincronizada.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 18.150,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	04/12/2018 14:07:52	-	Volta de Fase para Aceitação

Cancelado na aceitação	18/12/2018 14:34:28	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: o Chefe da Seção de Pneumologia e Alergologia do HFA informou que diante do surgimento de outras necessidades, indispensáveis ao funcionamento da Clínica, o referido item será cancelado e republicado em um novo certame licitatório.
Homologado	18/12/2018 16:41:49	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 14**Descrição:** MONITOR IMAGEM

Descrição Complementar: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - (AMS - ANESTESIOLOGIA) Características técnicas mínimas: Monitor multiparamétrico de paciente com exibição de 7 (sete) derivações simultâneas no mínimo, possibilidade de conexão em rede via cabo; Tela LCD de no mínimo 15 polegadas, sensível ao toque (touch screen), com sistema de ajuste de luminosidade; Possibilidade de configurar diferentes tipos de tela de acordo com a exigência do usuário, com visualização de 03 até 08 ondas na mesma tela; Possibilidade de visualização de tabela de tendências; Possuir capacidade de conexão que permita ao usuário ter acesso às informações do monitor ou comandar qualquer funcionalidade através de uma central de monitorização com registro válido na ANVISA; Possibilidade de realizar cálculos, visualizar eventos e tendências; O equipamento deve possuir uma memória de tendências de no mínimo 48 horas; Possibilidade de software que faça a análise de arritmias e monitoração das alterações de segmento ST; Possibilidade de monitorar em tempo real e continuamente até 12 derivações de ECG; Capacidade para análise de Segmento ST;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 105.799,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	12/11/2018 14:49:41	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Na abertura da sessão pública foi informado a todos os licitantes que o item seria cancelado por solicitação do Chefe da Seção de Anestesiologia do HFA. A justificativa encontra-se acostada ao processo, Parte nº 180/2018/SEÇ ANES, de 24 de setembro de 2018, ID 1235876. Processo nº SEI 007935/2018-50
Homologado	05/12/2018 09:06:12	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 15**Descrição:** BANCO

Descrição Complementar: MOCHO FISIOLÓGICO ODONTOLÓGICO com apoio para braços. características mínimas: mocho à gás com apoio para braços. ergonômico, com o objetivo de preservar o corpo de tensões, oferecendo maior conforto. garante o correto posicionamento da coluna e o equilíbrio muscular sem compressão venosa. indicado para profissionais da área de saúde que necessitam ficar sentados em posição de trabalho por um longo período de tempo. sistema a gás para regulagem de altura do assento. regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, para permitir ajuste anatômico. estofamento em espuma com densidade mínima 33, garantindo maior resistência e rigidez. a espuma deverá ser revestida com pvc laminado sem costura de fácil assepsia. assento tipo sela. cor a escolher no ato da compra (mínimo 14 cores). base em alumínio, cromada ou em aço; com 5 rodízios de pu ou silicone para melhor deslizamento e prevenir o desgaste do chão do consultório. deverá ser fabricado de acordo com a Resolução RDC 59/00. equivalente técnico ao fisiomocho I kavu ou sincronizado olsen com braços. assistência técnica na região do distrito federal. frete e montagem inclusos. garantia mínima de um ano. (CL ODONTO)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 1.804,2000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: BH LABORATORIOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.804,0000 , com valor negociado a R\$ 700,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, Melhor lance: R\$ 1.804,0000, Valor Negociado: R\$ 700,0000
Homologado	05/12/2018 09:06:20	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 16**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: SISTEMA DIGITAL DE PLACAS DE FÓSFORO - (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Aparelho digitalizador de placas de fósforo; Resolução efetiva de no mínimo 17 lp/mm, dpi. Apaga automaticamente a placa após a leitura da imagem; Tela digital que oferece visualização prévia da imagem; Podendo ser utilizados todos os tamanhos de placas, de 0 a 4; Alimentação elétrica: bivolt automático ou 220v. ACESSÓRIOS: 04 (quatro) placas de tamanho de 0 a 3; Software para instalação em rede, compatível com ethernet e licença de uso; Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento na configuração solicitada; Manual de Operação em Português; Manual de Serviço (com esquemas) em Português. CONDIÇÕES: Treinamento de operação para pelo menos dois turnos; Treinamento de manutenção para o serviço de Engenharia Clínica do Hospital; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Garantia mínima de 12 meses para todos os itens; Instalação sob responsabilidade do fornecedor tanto o equipamento quanto o software.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 47.952,0000**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de	04/12/2018	-	Volta de Fase para Aceitação

Fase	14:07:52		
Cancelado na aceitação	17/12/2018 16:25:12	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: o Chefe da Divisão de Odontologia informou que diante do surgimento de outras necessidades, indispensáveis ao funcionamento da Clínica, o referido item será cancelado e republicado em um novo certame licitatório.
Homologado	18/12/2018 16:41:56	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 17**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: FOTOPOLIMERIZADOR COM RADIÔMETRO - (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Aspecto físico base peça de mão sem fio; Material ponteira fibra ótica ou acrílico; Material corpo plástico ABS ou superior; Intervalo do comprimento de onda entre 440 nm 480 nm; Fonte luz led que não precise de ventilação (presença de refrigerador para reduzir a quantidade de emissão de calor); Bivolt, com bateria de íons de lítio que possa ser facilmente removida e substituída; Protetor ocular incluso, potência da luz de no mínimo 1200mw/cm2, com radiômetro embutido para a verificação da intensidade de potência de luz. ACESSÓRIOS: Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento na configuração solicitada; Manual de Operação em Português; Manual de Serviço (com esquemas) em Português. CONDIÇÕES: Treinamento de operação para pelo menos dois turnos; Treinamento de manutenção para o serviço de Engenharia Clínica do Hospital; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Garantia mínima de 12 meses para todos os itens; Instalação sob responsabilidade do fornecedor.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.395,2900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	26/11/2018 10:00:19	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por não haver mais propostas.
Homologado	05/12/2018 09:06:29	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 18**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: LOCALIZADOR APICAL - (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos; Medições de localização apical que contemple no mínimo os seguintes valores numéricos: 2.0 mm, 1.5mm, 1.0mm, 0.75mm, 0.5mm, 0.25mm e 0.0; Sinalização sonora com controle de volume e desligamento automático; Display digital com tipo de visor: cor LCD com janela de no máximo 2000mm2; O equipamento deve ser leve, com peso máximo de 150g, fonte de alimentação, possibilitar o uso de pilhas ou bateria; Console para apoio. ACESSÓRIOS: 04 (quatro) cliques labiais; 03 (três) garras para limas; 01 (uma) sonda extensora para medição de comprimentos radiculares em dentes com difícil acesso; 01 (um) cabo de medição; Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento na configuração solicitada; Manual de Operação em Português; Manual de Serviço (com esquemas) em Português. CONDIÇÕES: Treinamento de operação para pelo menos dois turnos; Treinamento de manutenção para o serviço de Engenharia Clínica do Hospital;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.811,9700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.810,9000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.498.171/0001-41, Melhor lance: R\$ 1.810,9000
Homologado	05/12/2018 09:06:30	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 19**Descrição:** FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Complementar: FRAGMENTADORA DE PAPEL - Podendo fragmentar cds e cartões. deverá possuir acionamento por botão liga/desliga/reversão (chave seletora: 3 posições (off/auto/reverso) com rodízios. Tensão de alimentação de 220V, deverá atender o limiter máximo de ruído de 65db (a), com capacidade de volume da lixeira entre 28 e 34 litros; fragmentar pelo menos 15 a 25 folhas; com nível de segurança 2 ou 3. cor preta ou prata. a garantia do equipamento após a entrega deve ser no mínimo 12 meses e o frete deve ser incluído. (CL ODONTO)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 1.218,2400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	12/11/2018 14:57:07	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Na abertura da sessão pública do pregão foi informado a todos os licitantes que o item seria cancelado por solicitação da Chefe da Seção de Suprimentos da Div Odonto HFA. A justificativa encontra-se acostada ao processo, Parte nº 424/2018, de 21/09/18, ID 1233221. Processo nº SEI 007935/2018-50.
Homologado	05/12/2018 09:06:30	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 20**Descrição:** LUPA ELETRÔNICA**Descrição Complementar:** LUPA DE BANCADA - Com luminária. lupa luminária led. aumento de no mínimo 8x, de acordo com a rdc 15 da anvisa. diâmetro da lente de no mínimo 120 mm, braço extensível entre 1,0 a 1,20cm. iluminação led para economia de energia e maior durabilidade, com no mínimo 8w. articulação balanceada por molas embutidas. com dispositivo de fixação na bancada. cor branca. bivolt ou 220v. garantia mínima de 12 meses. frete incluso. (CL ODONTO)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 169,3600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LAM-TI TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 169,0000 , com valor negociado a R\$ 159,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LAM-TI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.142.889/0001-19, Melhor lance: R\$ 169,0000, Valor Negociado: R\$ 159,0000
Homologado	05/12/2018 09:06:38	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 21**Descrição:** LUPA ELETRÔNICA**Descrição Complementar:** LUPA DE BANCADA - Com luminária. lupa luminária led. aumento de no mínimo 8x, de acordo com a rdc 15 da anvisa. diâmetro da lente de no mínimo 120 mm, braço extensível entre 1,0 a 1,20cm. iluminação led para economia de energia e maior durabilidade, com no mínimo 8w. articulação balanceada por molas embutidas. com dispositivo de fixação na bancada. cor branca. bivolt ou 220v. garantia mínima de 12 meses. frete incluso. (CL ODONTO)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 355,9700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 , com valor negociado a R\$ 355,9700 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, Melhor lance: R\$ 1.200,0000, Valor Negociado: R\$ 355,9700
Homologado	05/12/2018 09:06:38	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 22**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA ANATÔMICA PARA PROTÉTICO, em madeira, sem estofamento. cadeira anatômica que esteja dentro das normas de ergonomia nr 17 do ministério do trabalho. com as seguintes características mínimas: encosto e assento anatômicos em madeira, com borda arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea. regulagem de altura do assento a gás. ângulo de articulação do encosto de no mínimo 45° para trás e 30° para frente; dimensões aproximadas do encosto em madeira 23 a 25 cm de altura x 38 a 42 cm de largura, com espessura mínima de 12 mm, e ângulo de curvatura de 30° com acabamento em verniz. com 5 rodízios. altura mínima: 40 cm da base ao solo e altura máxima 55 cm do solo; alavanca do lado direito para acionamento da altura do assento, e outra alavanca em mesmo material e acabamento para acionar os movimentos do encosto, peso aproximado da cadeira 40kg. no mínimo um ano de garantia. frete e montagem (se for o caso) inclusos. (CL ODONTO)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 542,9900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	25/09/2018 09:00:38	-	Cancelamento Automático
Homologado	05/12/2018 09:06:38	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 23**Descrição:** VIBRADOR**Descrição Complementar:** VIBRADOR DE GESSO - (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Equipamento para laboratório de prótese; Deve comportar até 8 modelos de anéis; Vibrações de aproximadamente 3.600 ou 7.200 vpm; Mesa revestida com borracha removível para limpeza; Potência de no mínimo 150 W; Frequência de aproximadamente: 50-60 hz; Voltagem: bivolt ou 220V. ACESSÓRIOS: Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento na configuração solicitada; Manual de Operação em Português; Manual de Serviço (com esquemas) em Português. CONDIÇÕES: Treinamento de operação para pelo menos dois turnos; Treinamento de manutenção para o serviço de Engenharia Clínica do Hospital; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso, documento que comprove a isenção do registro; Garantia mínima de 12 meses para todos os itens; Instalação sob responsabilidade do fornecedor.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.800,0000**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	25/09/2018 09:00:38	-	Cancelamento Automático
Homologado	05/12/2018 09:06:39	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 24**Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: MOCHO A GÁS com base com 5 rodízios, regulagem de altura, e do encosto e descanso para os pés. assento e encosto de madeira, estofados com espuma laminada e revestidos com material lavável (couro ecológico ou couvrin). deverá estar de acordo com a nbr 17. dimensões aproximadas: altura: 117 cm, largura: 60 cm, profundidade: 55 na cor preta. Frete incluso. garantia de 01(um) ano a contar da data de recebimento definitivo. (CL ODONTO)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 518,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	26/11/2018 13:58:02	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por não haver mais propostas.
Homologado	05/12/2018 09:06:39	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 25**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO ÓPTICO ODONTOLÓGICO (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Aparelho utilizado nos tratamentos odontológicos de alta complexidade, tais como, tratamentos de canais atrésicos, perfurações, desvios, além de auxiliar em tratamentos cirúrgicos e detecção de microfaturas, reabsorções, ou lesões que não podem ser vistas a olho nu; Aumenta em até 20 vezes o campo de visão; Corpo do microscópio com sistema de aumento manual, cambiador de aumento de no mínimo 5 aumentos variando entre 3,2 a 20 x; Tubo binocular inclinável de 0 a 180 graus, com ajuste de distância interpupilar, 02 oculares com ajuste de aproximadamente de dioptria +5/-8 dpt; Objetiva F250mm com sistema de microfocalização, estativa de solo com braço pantográfico, coluna com rotação de 360 graus ao redor do seu eixo; Sistema integrado de iluminação por fibra óptica com lâmpada de xenônio de no mínimo 180W, ou led e lâmpada reserva integrada (emergência). ACESSÓRIOS: Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento na configuração solicitada; Manual de Operação em Português; Manual de Serviço (com esquemas) em Por

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 36.700,0000**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	29/11/2018 11:53:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Por não haver mais propostas.
Homologado	05/12/2018 09:06:39	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 26**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL - (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Equipamento para CME; Indica temperatura interna/externa e umidade interna em display tipo jumbo de fácil visualização.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 128,0300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 500,0000 , com valor negociado a R\$ 128,0300 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, Melhor lance: R\$ 500,0000, Valor Negociado: R\$ 128,0300
Homologado	05/12/2018 09:06:39	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Item: 27**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO - (CL ODONTO) Características técnicas mínimas: Para profilaxia e jato de bicarbonato odontológico com bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água; Reservatório de água removível e translúcido; Permite o uso de água destilada, soro fisiológico e soluções antissépticas; Peça de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato com capas removíveis e autoclaváveis; Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza; Painel de comando com seletores digitais; Seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom); Seletor digital de função; Opção de no mínimo 3 funções programáveis: perio, endo e dentística ou scalling; Tecla geral liga/desliga digital; Frequência das vibrações do ultrassom: 24.000 a 30.000 hz.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 3.464,8300**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO , pelo melhor lance de R\$ 3.375,0000 e a quantidade de 4 CONJUNTO .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	23/11/2018 10:58:08	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	04/12/2018 15:43:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, Melhor lance: R\$ 3.375,0000
Homologado	05/12/2018 09:06:39	LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID	

Fim do documento