

Zimbra

batista@hfa.mil.br

PEDIDO DE REVISÃO - SRP - SRP - PE - 58 - 2018 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - BRASÍLIA - DF - RX

De : Jairo Palma <jairo.palma.ext@br.medical.canon> Seg, 12 de nov de 2018 16:50

Assunto : PEDIDO DE REVISÃO - SRP - SRP - PE - 58 - 2018 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - BRASÍLIA - DF - RX

Para : licitacao@hfa.mil.br

Cc : Concorrencia <concorrencia@br.medical.canon>, Thiago Ishihara <thiago.ishihara@br.medical.canon>

AO

MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Brasília / DF

REF: PEDIDO DE REVISÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60550.024137/2017-10

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS CLÍNICAS, DIVISÕES E SEÇÕES DO HFA.

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde!

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.,** inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54**, vem tempestivamente, solicitar Revisão das especificações técnicas, **ITEM 08 – RAIO - X** pelos seguinte motivos a seguir:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade do processamento de retificações, para que todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

- **ALTERAÇÕES:**

Onde se lê: Potência máxima de até 54 kW,

Alterar para: Potência máxima de até 50 kW,

Onde se lê: Faixa de mA de 25 a 650 ou maior,
Alterar para: Faixa de mA de 10 a 630 ou maior,

Onde se lê: Faixa de mAs de 0,025 a 630 ou maior,
Alterar para: Faixa de mAs de 0,025 a 500 ou maior

Onde se lê: Capacidade de sobrecarga entre 200 a 300 kg,
Alterar para: Capacidade de sobrecarga entre 170 a 300 kg,

Onde se lê: Estativa porta tubo tipo chão-mesa ou chão-chão,
Alterar para: Estativa porta tubo tipo chão-mesa, chão-chão ou chão-teto,

Onde se lê: Dois detectores planos,
Alterar para: Um detector plano,

Onde se lê: Monitor LCD tipo TFT de 19" colorido touchscreen ou maior,
Alterar para: Monitor LCD tipo TFT de 19" colorido ou maior,

Justificativa: Todos os pedidos de alteração tem como intuito preservar as premissas impostas pela lei 86.666 em relação a isonomia e igualdade competitiva, protegendo assim o investimento público, pois garante a melhor opção de compra, visto o número maior de empresas e equipamentos aptos a participarem do certame. Vale ressaltar que todos os parâmetros descritos pelo pedido de alteração estão em completo alinhamento com as especificações técnicas descritas no SIGEM / PROCOT, textos estes que são sancionados pelo próprio Ministério da Saúde a fim de nortear a formulação técnica dos processos de compra através do dinheiro público, reservando o direito de isonomia técnica/comercial dentre todos os players do mercado **sem lesar a performance clinica esperada**.

Onde se lê: Prazo de entrega de 30 (trinta dias)

Alterar para: Prazo de entrega de 120 (cento e vinte dias)

Justificativa: Trata-se de um equipamento importado, bem específico, onde o prazo solicitado de alteração é o praticado atualmente, devido a burocracia e morosidade na importação e tramites alfandegários.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de revisão da descrição técnica com as alterações nos itens mencionados acima para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Atenciosamente,

Jairo Leiva

Assistente de Licitações

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação

Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120

P (55 11) 4134-0053

E jairo.palma@br.medical.canon | **W** br.medical.canon
