


Zimbra

batista@hfa.mil.br

ESCLARECIMENTOS - PE Nº 58/2018_21/11/2018_HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**De :** Christian Ronqui <christian@advca.com.br>

Qua, 14 de nov de 2018 12:39

Assunto : ESCLARECIMENTOS - PE Nº
58/2018_21/11/2018_HOSPITAL DAS FORÇAS
ARMADAS 5 anexos**Para :** licitacao@hfa.mil.br**Cc :** 'Nathália Silva' <nathalia@advca.com.br>, 'Talyssa Gustavo' <talyssa@advca.com.br>, 'Regiane Sousa' <regiane.sousa@olympus.com>, cristiano@advca.com.br

Prezado(a), boa tarde.

Com fulcro no item 23.5 do edital em epígrafe, a empresa Olympus Optical do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.937.243/0001-01, por seu representante (procuração em anexo), vem por meio desta solicitar os seguintes esclarecimentos:

- O videoureterorenoscópio desta empresa interessada tem comprimento 67 cm, angulação é PARA CIMA 180, PARA BAIXO 275, diâmetro da ponta 3,4 mm.
 - Logo, questionamos se o mesmo poderá ser aceito sem prejuízo a este respeitoso órgão?
- O valor de R\$ 94.900,00 (Noventa e quatro mil e novecentos reais) é para o ureterorenoscópio digital, mais processadora e fonte de luz? Ou esta instituição já possui uma torre de vídeo que deve ter compatibilidade?
 - Caso já exista a torre de vídeo, qual seria a marca e modelo uma vez que possuem a compatibilidade?
- Com base ao solicitado, qual a necessidade do equipamento ter LED?
 - Se esta empresa interessada no certame, oferecer o equipamento com o Xênon, o mesmo será aceito sem que haja prejuízos?

Dessa forma, servimo-nos do presente expediente para solicitar que sejam respondidos/alterados os itens acima, com o propósito de se manter o caráter competitivo do certame discutido. Ademais, esclarecemos que nenhuma das divergências técnicas acima implica em impossibilidade efetiva de uso ou impacto negativo ao paciente.

Por gentileza, solicitamos que acuse o recebimento do presente e-mail.

Agradecemos.


Christian Ronqui





Rua do Rocio, 235 - Vila Olímpia - 04552-000 - São Paulo, SP - Brasil


Tel./Fax: 55 11 3849 - 1206 - christian@advca.com.br

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on the information herein.

-  **20 - PROCURAÇÃO PÚBLICA (val. 26-09-19).pdf**
2 MB

 -  **2 - CONTRATO SOCIAL - REGISTRO JUNTA 36º.pdf**
693 KB

 -  **Documento - Christian.pdf**
52 KB

 -  **Documento - Nathália.pdf**
175 KB
-