

Zimbra

batista@hfa.mil.br

PE 58/2018 - PROCESSO 60550.024137/2017-10 - ESCLARECIMENTO ITEM 23**De :** Valeria Marques <valeria@3albe.com.br>

Seg, 19 de nov de 2018 14:48

Assunto : PE 58/2018 - PROCESSO 60550.024137/2017-10 -
ESCLARECIMENTO ITEM 23

7 anexos

Para : licitacao@hfa.mil.br

Boa tarde, Sr. Pregoeiro.

A Comercial 3 Albe Ltda, vem respeitosamente solicitar esclarecimentos sobre o produto descrito no ITEM 23 do presente edital:

Em análise ao edital constatamos que o valor máximo permitido (R\$ 45.560,00) para o item 23 (*Reprocessadora automática endoscópios, tipo para limpeza, desinfecção e secagem, capacidade 20, tipo de uso microprocessado, operação contínua, aplicação **para dois endoscópios**, características adicionais ciclos programáveis, portátil, composição básica painel digital, alarmes segurança*) está defasado e abaixo do valor praticado no mercado. O Hospital das Forças Armadas, através do Pregão Eletrônico SRP nº 44/2015 Processo Administrativo Nº 60.550.000.630/2015-74, registrou o preço de R\$ 57.800,00, em 26 de novembro de 2015, referente a uma unidade de equipamento equivalente (**reprocessadora automática para dois endoscópios**) em favor da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ: 14.574.126/0001-20.

Diante dos pontos abordados, solicitamos adequação do valor máximo para esse item.

Atenciosamente,



Valéria Marques dos Santos
Depto. Licitações
valeria@3albe.com.br

- 11 5519-4022
- 0800 773 3733 – sac@3albe.com.br
- Avenida Jacobus Baldi, 745, 707 e 711
Jardim Iracema – São Paulo

www.3albe.com.br