



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Pregão SRP 58/2018 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Despacho nº 180/SEÇ LCTC/SDALC HFA/DCAF HFA/CMT LOG/HFA/SEPESD/SG-MD

Processo nº 60550.024137/2017-10

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento da empresa **COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

1. **DO PEDIDO ESCLARECIMENTO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [60550.024137/2017-10](#)

Boa tarde, Sr. Pregoeiro.

A Comercial 3 Albe Ltda, vem respeitosamente solicitar esclarecimentos sobre o produto descrito no ITEM 23 do presente edital:

Em análise ao edital constatamos que o valor máximo permitido (R\$ 45.560,00) para o item 23 (*Reprocessadora automática endoscópios, tipo para limpeza, desinfecção e secagem, capacidade 20, tipo de uso microprocessado, operação contínua, aplicação para dois endoscópios, características adicionais ciclos programáveis, portátil, composição básica painel digital, alarmes segurança*) está defasado e abaixo do valor praticado no mercado. O Hospital das Forças Armadas, através do Pregão Eletrônico SRP nº 44/2015 Processo Administrativo Nº [60.550.000.630/2015-74](#), registrou o preço de R\$ 57.800,00, em 26 de novembro de 2015, referente a uma unidade de equipamento equivalente (*reprocessadora automática para dois endoscópios*) em favor da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ: 14.574.126/0001-20.

Diante dos pontos abordados, solicitamos adequação do valor máximo para esse item.

Atenciosamente,

2. **MANIFESTAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE**

Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento ao Edital.

Em resposta a Parte nº 870/2018/SEÇ LCTC, informo-vos que em relação ao questionamento da empresa 3albe sobre o preço da reprocessadora automática o valor do edital será mantido, pois foram feitas pesquisas de preço para se chegar a este valor.

Já em relação ao questionamento da empresa Olympus Optical do Brasil Ltda, segue abaixo as respostas.

- 1- Sim, poderá ser aceito o comprimento, angulação e diâmetro informados pelo fornecedor
- 2- Esta instituição possui torre de vídeo da marca Storz, exceto a microcâmera que a marca é STRYKER.
- 3- O equipamento Xênon poderá ser aceito.

Atenciosamente,

Dr. José Carlos de Almeida

Chefe da Clínica Urológica

3. **DA RESPOSTA**

3.1. Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento referente ao item 23 do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão 58/2018-HFA, conforme abaixo:

3.1.1. Para definir os valores estimados constante do edital, o HFA utilizou a metodologia prevista na IN/SLTI N° 05/2014, com alterações trazidas pela IN/SLTI N° 03/2017, entendimento consolidado pela corte de contas, que trouxe balizamento para a realização de pesquisas de preço para a aquisição de bens e serviços em geral, indicando parâmetros a serem observados pelos gestores;

3.1.2. Diante do exposto, fica mantida as especificações e valor estimado constante do edital, podendo ser reavaliado e republicado caso não seja atingido o valor de referência pelos licitantes participantes.

JOÃO BATISTA DA SILVA - CAP QAO R/1
Pregoeiro do HFA

Brasília, 20 de novembro de 2018.

JOÃO BATISTA DA SILVA - CAP QAO R/1
Pregoeiro do HFA



Documento assinado eletronicamente por **Joao Batista da Silva, Pregoeiro(a)**, em 22/11/2018, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1327028** e o código CRC **4867924D**.

