



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00076/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 08 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF Nº 01, ao BI 11 de 16/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550019857202051, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00076/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de registro de preços para eventual aquisição de material permanente para a Seção de Imagenologia, destinado a atender às necessidades de exames radiológicos do Hospital das Forças Armadas (HFA), conforme a demanda. (60550.019857/2020-51). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: APARELHO RAIOS X
Descrição Complementar: APARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO FIXO, TIPO DIGITAL, ADICIONAL FORMATO DICOM, CORRENTE MÁXIMO DE 800 MA, TENSÃO MÁXIMO DE 125 KV, COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHÃO, OUTROS COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA, CAPACIDADE 1 MÍNIMO DE 130 KG
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 787.500,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 630.000,0000 e com valor negociado a R\$ 585.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico

Item: 1 - APARELHO RAIOS X

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA. Marca: VMI TECNOLOGIAS LTDA Fabricante: VMI TECNOLOGIAS LTDA Modelo / Versão: APOLO D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos proposta para o item nº 01: APARELHO DE RAIOS X, FIXO, DIGITAL, PARA RADIOGRAFIAS DE CRÂNIO, TÓRAX, COLUNA, ABDOME E EXTREMIDADES. REGISTRO ANVISA: 81583780001. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL 800 mA – 150 Kv – Mesa / Mural O conjunto radiológico APOLO D, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios-x. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO D um dos mais completos e modernos equipamentos para raios-x em produção no mundo. Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do APOLO D: • Comando e Gerador • Dados Radiológicos • Painel de Operação/Console • Estativa Porta Tubo • Mesa Bucky • Mural Bucky • Conjunto Emissor de Raios-X • Colimador Luminoso • Painel de captura de imagens digitais • Estação de aquisição e tratamento de imagens digitais • Acessórios • Comentários Gerais COMANDO E GERADOR: O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em 50kHz em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. DADOS RADIOLÓGICOS: • Potência do gerador: 64 kW. • Alimentação trifásica 380 Vac – 50/60 Hz • Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 com incrementos no modo AEC de 0,1 kV e no modo digital de 1 kV. • Faixa de corrente radiográfica de 10 a 800 mA. • Foco Fino: 10/50/100/160/220 mA. • Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. • Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s. • Variação da faixa de má: 0,1 a 630 mAs. • Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. • Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. • Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. • Comutação automática dos focos fino e grosso. • PDA – Medidor do Produto Dose x Área com indicação numérica da dose aplicada após cada exposição radiológica (µSv) podendo ser apresentada na forma unitária e acumulativa. • AEC – Controle Automático de Exposição, com seleção de três campos para o ajuste automático dos parâmetros radiológicos durante a exposição radiográfica instalados na mesa e no mural bucky. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE: Painel de operação do conjunto radiológico integrado ao sistema de imagem de forma nativa e que todas as indicações e seleções técnicas aplicadas na realização do exame sejam mostradas no monitor em conjunto com a imagem adquirida. Sistema de medição de dose aplicada no paciente (PDA) durante a exposição radiográfica, realizando o registro das doses de cada exposição (µSv) e também a dose total aplicada em todo o exame e disponibilizada em DICOM. PAO - Programa Anatómico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas com técnicas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Permite ao usuário a gravação de novas técnicas radiográficas. Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's, possibilitando o operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de Raios-x; Sistema de detecção automática de falhas com proteção eletrônica redundante através de alarme sonoro, visual que ativa o bloqueio da emissão Raios-x. Principais proteções: • Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). • Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. • Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. • Tempo de exposição acima do permitido. • Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). • Indicação digital dos parâmetros KV, mA, Tempo e mAs. ESTATIVA PORTA-TUBO - Modelo Chão-Teto: O modelo chão-teto proporciona movimentação suave e leve. A sua grande estabilidade evita vibrações prejudiciais a formação da imagem (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA PROPOSTA ANEXA). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 30 dias úteis, contados do recebimento do pedido, acompanhado de cópia do empenho. PRAZO DE GARANTIA: 12 meses para todos os itens (mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x e os detectores), a partir da data do termo de aceitação. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.	Não	Não	PPB	2	R\$ 787.500,0000	R\$ 1.575.000,0000	04/12/2020 17:09:33
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA Marca: Konica Minolta Fabricante: Konica Minolta, Inc. Modelo / Versão: Altus D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento de raios X digital é um equipamento universal para aplicação em radiodiagnóstico. Seu gerador de alta frequência de 54 kW, 150 kv e com faixa de mA de até 630 permite realizar exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e exames de extremidades, constituindo-se em um equipamento de grande versatilidade e robustez, com mesa fixa de tempo flutuante que suporta até 220 kg. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Gerador ST 543 HF; Faixa de KV: 40 a 150 kv com intervalo de 1 em 1 Kv. Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts. Potência máxima: 54 kW. Faixa de mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos. Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional). Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s. Mesa: Dimensões do tempo: 90 x 218 cm (L x C). Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm). Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm). Altura do tempo: 83 cm. Capacidade de trabalho: 220 kg. Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm. Freio do movimento do tempo: eletromagnético (pedal). Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm. Foco variável: 100 a 180 cm. Grade: fixa antidifusora 10:1 – 103 linhas/polegada Bucky Mural: Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm). Freio do movimento do tempo: mecânico. Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm. Foco variável: 100 a 180 cm. Grade: fixa antidifusora 10:1 – 103 linhas/polegada. Estativa Porta Tubo: Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm). Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm. Freio dos deslocamentos: eletromagnético. Tipo chão-chão. Rotação da coluna: 360°. Rotação do braço do tubo: 180°. Giro da cúpula: ± 180°. Tubo E7252FX: Tensão máxima: 150 kv. Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2 mm (grosso). Potência referência do anodo: 27 kW (foco fino) / 75 kW (foco grosso). Capacidade térmica do anodo: 300 kHU (210 kJ). Rotação do anodo: 9.700 rpm. Detector AeroDR: Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si). Modelo: AeroDR LT. Área útil: 14x17" (35x43 cm). Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (CsI). Matriz ativa: 1994 x 2430 pixels (4,8 milhões de pixels). Tamanho do pixel: 175 µm. Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza). Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos. Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos. Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150kg sobre uma área de 40 mm. Capacitor de ions de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 4,1 horas de exames ou 150 imagens e garantia de 5 anos ou 10.000 ciclos de carga/descarga. Tempo de recarga: 13 minutos. Peso do detector: 2,5 kg com capacitor. Console de Operação CS-7: Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. CPU - Core i5 - 4GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens. Monitor de 23 polegadas touchscreen. Conectividade DICOM 3.0. DICOM Storage. DICOM Print. DICOM MWM para conexão RIS e HIS. DICOM Modality Performed Procedure Step. Drive CD/DVD para gravação de mídia externa. Conversão da imagem para formato JPEG. Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB). Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas. Eliminação das linhas de grade. Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados. Magnificação (zoom) da imagem. Visualização em tela cheia. Rotação, movimentação e inversão da imagem. Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho. Escurecimento automático da imagem (máscara). Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário. Impressão de até 25 imagens por película. Acesso ao sistema através de login e senha. CONFIGURAÇÃO GERAL: 01 (um) Raios X Digital. 01 (um) Tubo E7252FX – 150 kv. 01 (um) Controle Automático de Exposição (AEC). 01 (um) Dispositivo de medição do produto área-dose (DAP). 01 (Par de cabos de alta tensão. 01 (um) Painel AeroDR LT 14x17". 01 (uma) Battery Charger 2. 01 (uma) Interface Generator Unit 2. 01 (uma) Interface Generator Unit 2 – AC Adapter. 01 (um) Cabo XG. 01 (um) Access point. 01 (um) Switch PoE. 01 (um) Console de operação CS-7 (CPU, mouse e teclado). 01 (um) Monitor de 23 polegadas touchscreen. 01 (um) Bucky mural com freio eletromagnético. 01 (um) Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (1 kVA). 01 (um) Licença Media Storage. Garantia 12 meses. Anvisa:80101380017	Não	Não	Nenhuma	2	R\$ 787.500,0000	R\$ 1.575.000,0000	07/12/2020 09:39:35
58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. Marca: SHIMADZU/DR TECH Fabricante: SHIMADZU/DR TECH Modelo / Versão: RADSPEED PRO MF/EVS3643 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: SHIMADZU – MODELO: RADSPEED PRO MF/EVS3643 – REGISTRO ANVISA 10369010073/80117580432 - APARELHO DE RAIOS X, FIXO, DIGITAL, MODELO RADSPEED PRO, DESENVOLVIDO COM A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA DA SHIMADZU CORPORATIVA PARA AQUIRIR RADIOGRAFIAS DIGITAIS DO SISTEMA ESQUELETO-PULMONAR, RADIOGRAFIAS DE CRÂNIO, TÓRAX, COLUNA, ABDOME, EXTREMIDADES, RADIOGRAFIAS DE PACIENTES EM MACAS, CADEIRANTES E, EMERGENCIAS. GERADOR TRIFÁSICO DE ALTA FREQUÊNCIA, 50 KHZ, COMANDO MICROPROCESSADO COM INVERSOR DE ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA DE 50KW, SELEÇÃO DE VOLTAGEM (KV) DE 40 A 150 KVP, COM PASSOS DE 1 KV, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO RADIOGRÁFICA (AEC) PARA MESA BUCKY E MURAL BUCKY; SELEÇÃO DE CORRENTE (MA) DE 10 A 630 MA; FAIXA DE MAS MÁXIMO DE 800 MAS; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE. SELEÇÃO DE PROGRAMAS ANATÔMICOS PRÉ-PROGRAMADOS DE FÁBRICA COM EDIÇÃO PELO USUÁRIO COM CAPACIDADE DE 245 PROGRAMAS; SELEÇÃO DE NÍVEIS DE KV, MA E MAS; INDICAÇÃO DIGITAL DE NÍVEIS DE KV, MA E MAS. MESA DE EXAMES COM TAMPO FLUTUANTE NOS QUATRO SENTIDOS COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS ACIONADOS POR PEDAL; TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES DE 235 X 81 CM; POSSUI DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DO TAMPO; GRADE ANTIDIFUSORA OSCILANTE, CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. ESTATIVA PORTA TUBO CHÃO/TETO COM GRANDE AMPLITUDE DE MOVIMENTOS; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DA ESTATIVA 250 CM, FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; ROTAÇÃO DO TUBO DE ±180°. BUCKY MURAL COM MONTAGEM DE PISO, FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, GRADE ANTIDIFUSORA OSCILANTE, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (AEC) PARA O BUCKY DE MESA E MURAL; TUBO DE RAIOS-X COM TENSÃO PARA 150 KV, ANODO GIRATÓRIO, CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE 400 KHU; FOCO FINO MÍNIMO 0,6 MM E FOCO GROSSO MÍNIMO 1,2 MM; COLIMADOR LUMINOSO COM AJUSTE MANUAL. COM LÂMPADA LED E TEMPORIZADOR; DOIS DETECTORES DR PLANOS; TRANSMISSÃO DE DADOS SEM FIO (WIRELESS) E CABO RESERVA PARA POSSÍVEL CONEXÃO COM FIO, MATERIAL DE SILÍCIO AMORFO COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO, COM DIMENSÃO DE ÁREA ÚTIL 35CM X 43CM, COM CAPACIDADE DE SUPOSTAR CARGA DISTRIBUÍDA SOBRE A SUPERFÍCIE DO PAINEL DE 150KG, 16BITS, E 140 MICROMETROS; ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS E PÓS PROCESSAMENTO; PROCESSADOR DE ALTA PERFORMANCE; HD 1 TB, MEMÓRIA 8 GB, MONITOR COLORIDO TIPO TOUCHSCREEN LCD DE 23 POLEGADAS; CONECTIVIDADE RIS E PACS VIA DICOM 3.0, INCLUINDO WORLIST, STORAGE, PRINT, MPPS; REGISTRO MANUAL DO PACIENTE OU VIA DICOM WORLIST; ARMAZENAMENTO DIGITAL DE IMAGENS EM CD/DVD/USB, PROGRAMAS ANATÔMICOS PRÉ-SELECIONÁVEIS, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, FILTRO ESPACIAL, ZOOM COM MOVIMENTAÇÃO; ROTAÇÃO E INVERSÃO POSITIVO/NEGATIVO; MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULOS;	Não	Não	Nenhuma	2	R\$ 787.500,0000	R\$ 1.575.000,0000	07/12/2020 17:20:06

MARCADORES DE ESQUERDA/DIREITA; CONTROLE DE NÍVEL DE JANELA, ZOOM/LUPA, VIRAR/GIRAR, INVERTER, ANOTAÇÕES LIVRES OU PRÉ-CONFIGURADAS; LAYOUT DE MÚLTIPLAS OPÇÕES; RECURSO DE IMPRESSÃO PARA VÁRIOS IMAGENS EM UM FILME; SOFTWARE DE JUNÇÃO DE IMAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS PANORÂMICAS (COLUNA TOTAL, MEMBROS INFERIORES E ESCANOMETRIA); CABOS E MANUAIS INCLUSOS.

09.032.626/0002-35 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. Não Não Nenhuma 2 R\$ 787.500,0000 R\$ 1.575.000,0000 07/12/2020 22:54:32

Marca: AGFA

Fabricante: AGFA NV - BÉLGICA

Modelo / Versão: DR 400 + DETECTOR DX-D 40C + FULL LEG/SPINE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raio X, fixo, digital, para radiografias de crânio, tórax, coluna, abdome extremidades. MODELO DR 400 MARCA: AGFA FABRICANTE: AGFA NV-BÉLGICA RMS: 80497200025. DESCRIÇÃO: - Gerador com alimentação trifásica (380V), Estativa porta tubo (emissor) do tipo chão, com deslocamento longitudinal de 130 cm, deslocamento vertical de 33 a 180 cm e deslocamento transversal de 7 cm. Rotação da coluna do tubo de raios-x +90° a -90°, Rotação do tubo de raios-x +110 a -110°. Mesa com freios eletromagnéticos liberado por acionamento de pedal para os movimentos transversal e longitudinal do Tempo e Bucky. Tempo Flutuante com Dimensões de 81 cm (l) x 220 cm (c) Movimento longitudinal do tempo da mesa com 110 cm, Movimento transversal do tempo da mesa 24 cm, Peso máximo do paciente ≤ 320kg, Colimador luminoso de LED com temporizador interno regulável (30s), com rotação de ± 90°, Possibilidade de Grade Oscilante (Mesa) de 178 l/pol, 100 cm/180cm, 10:1, Possibilidade de Grade Oscilante (Bucky Mural) de 178 l/pol, 100 cm/180cm, 10:1, Contraste superior e visualização de detalhes fornecidos pelo MUSICA, Conectividade com sistemas RIS / PACS e impressoras de diagnóstico. Estativa Mural (Bucky Mural) do tipo chão vertical possibilita a realização de exames que necessitam de um posicionamento vertical do paciente; Deslocamento vertical de 33,5 a 185 cm, equipado com freio eletromagnético, simples e fácil de usar; utilização sem esforço, Com marcações de posicionamento, Opção de instalação do lado esquerdo da mesa. Colimador manual, Filtragem integrada manual, Sem filtração, 0,1 mm Cu + 1 mm Al, 0,2 mm Cu + 1 mm Al, 1 mm Al + 1 mm Al, Luz de LED, Bucky mural sem inclinação Bucky Mural semi automático para Detectores de tamanho 35x43, Cassete e Grade para retirada/colocação do lado esquerdo, Grade removível (não inclusa neste opcional), Mesa elevadora com tempo flutuante com suporte de tubo integrado, Sistema manual com rastreamento horizontal mecânico na mesa, Pedais de toque duplo, Altura Máxima da Mesa: 900 mm (35,43 pol.), Altura mínima da mesa: 550 mm (21,6 pol.), Largura da mesa: 810 mm (31,89 pol.), Comprimento da mesa: 2200 mm (86,61 pol.), Movimento longitudinal: 1100 mm (43,31 pol.), Movimento transversal: 240 mm (9,45 pol.), Peso máx. suportado: 320 kg (705 lbs), Viagem Bucky ao longo do acesso à mesa: 500 mm (19,69 pol.) Bucky com Giro (Paisagem para retrato) quando estiver com Detector ou Cassete 35x43, Grade removível (não inclusa neste opcional), Bucky de Mesa automático para Detectores de tamanho 35x43, Giro para posição do cassetes (paisagem ou retrato), Grade removível (não inclusa neste opcional). tubo: Toshiba modelo E7254X, Tensão máxima, 150 kVp Tamanhos de foco: Foco pequeno: 0,6 mm, Foco grande: 1,2 mm, Força máxima: Foco pequeno: 40 kW. Foco grande: 102 kW. Corrente Máxima: Foco pequeno: 500 mA - Foco grande: 1000 mA, Ângulo do alvo do grau do ângulo: 12°, Capacidade de calor do ânodo: 400 kHU, Rotação do ânodo: 9.700 rpm, Composição do ânodo: Rênio, tungstênio e Molibdênio, Diâmetro do ânodo: 100 mm, Filtração permanente: 0,8 mm Al / 75 kV IEC 60522: 1999.Gerador características: potência de 50kW, térmico, corrente máxima: 10 a 625 mA, tempo de exposição: 1 ms a 6,3s, faixa mAs: 0,5 a 600 mAs, Gerador Compacto - localizado em baixo da mesa (mais espaço para movimentação na sala). Detector com cintilador de Iodeto de Césio (CSI) baseado na função AED, no tamanho 35 x 43 cm (14 x 17 polegadas, MODELO: DX-D 40C, MARCA AGFA, FABRICANTE: AGFA-NV BÉLGICA RMS: 80497200026 Tipo de detector: Silício amorfo com TFT, Tela de conversão: CSI, Tamanho dos pixels: 140 μm, Matriz ativa de pixels: 2560 x 3072 pixels, Tamanho da área ativa: 358,4 mm x 430,1 mm, Matriz efetiva de pixels: 2560 x 3072, Área efetiva: 358,4 mm x 430,1 mm, Escala de cinza: 14 bits, Resolução espacial: Min. 3,5 lp/mm, Dimensões externas: 384 mm x 460 mm x 15 mm (ISO 4090), Peso: 3,3 kg, Transmissão de dados sem fio: IEEE 802.1111a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz, Padrão de faixa de energia: 40 - 150 kVp, Kit com 3 (três baterias) para DX-D 40. Especificações da bateria: Tipo: Bateria de polímeros de íons de lítio, Capacidade: 4000 mAh, Tensão nominal: 7,4 V, Tempo de carga: 2 horas, Tempo de funcionamento: 4 horas, Ciclo de vida: Aprox. 500 ciclos, Capacidade ≥ 80%; 80% (100% = 4.000 mAh). Licença para composição de imagens de coluna completa e membros inferiores (full leg full spine - FLFS) apenas para DR RMS: 80497200032 MARCA: AGFA FABRICANTE: AGFA NV-BÉLGICA. DESCRIÇÃO COMPLETA NA PROPOSTA ANEXA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 787.500,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:01:53:990
R\$ 787.500,0000	02.659.246/0001-03	08/12/2020 09:01:53:990
R\$ 787.500,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:01:53:990
R\$ 787.500,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:01:53:990
R\$ 787.000,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:06:40:877
R\$ 785.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:06:52:697
R\$ 780.000,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:07:07:603
R\$ 775.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:07:22:467
R\$ 770.000,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:07:38:560
R\$ 760.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:07:50:077
R\$ 750.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:07:57:057
R\$ 749.000,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:08:07:113
R\$ 745.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:08:16:373
R\$ 740.000,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:08:32:353
R\$ 730.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:08:32:903
R\$ 720.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:08:41:283
R\$ 700.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:08:49:020
R\$ 715.000,0000	58.752.460/0001-56	08/12/2020 09:08:59:040
R\$ 690.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:09:24:303
R\$ 689.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:09:44:207
R\$ 685.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:10:01:740
R\$ 670.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:10:21:233
R\$ 669.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:10:42:183
R\$ 665.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:10:49:753
R\$ 664.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:12:22:343
R\$ 660.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:12:26:057
R\$ 658.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:13:17:083
R\$ 655.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:13:19:853
R\$ 700.000,0000	02.659.246/0001-03	08/12/2020 09:13:36:187
R\$ 652.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:14:47:433
R\$ 651.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:14:52:977
R\$ 650.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:15:42:687
R\$ 649.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:15:47:837
R\$ 648.500,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:16:54:700
R\$ 648.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:17:01:880
R\$ 645.000,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:18:08:513
R\$ 640.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:18:51:383
R\$ 630.000,0000	09.032.626/0002-35	08/12/2020 09:19:44:510
R\$ 680.000,0000	02.659.246/0001-03	08/12/2020 09:20:17:327
R\$ 597.870,0000	71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:20:30:573
R\$ 650.000,0000	02.659.246/0001-03	08/12/2020 09:21:03:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.659.246/0001-03	09/12/2020 14:24:02:133	09/12/2020 14:27:17:470	Fornecedor enviou lance	R\$ 530.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:06:07	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:23:03	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 10:02:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 11:38:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 11:52:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 11:53:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85.
Recusa	09/12/2020 14:21:49	Recusa da proposta. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 597.870,0000. Motivo: Reprovada pelo setor técnico com o seguinte fundamento: informo que as alguns parâmetros e especificações técnicas apresentados pela empresa não estão de acordo com o descritivo do edital.
Desempate - Retorno do Julgamento	09/12/2020 14:24:02	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate 7174.
Início do desempate	09/12/2020 14:24:02	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do desempate	09/12/2020 14:27:17	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CPF/CNPJ: 02.659.246/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 530.000,0000..
Encerrado	09/12/2020 14:27:17	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 14:55:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 14:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 14:36:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 17:01:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Recusa	14/12/2020 09:39:53	Recusa da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 530.000,0000. Motivo: Não atendeu a previsão de deslocamento longitudinal do tempo - 90 +90 cm , o equipamento da proposta possui especificação -80 +80 cm.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2020 10:06:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2020 11:57:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 09:31:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2020 14:01:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35.
Aceite	15/12/2020 15:20:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 630.000,0000.
Recusa	15/12/2020 15:22:42	Recusa da proposta. Fornecedor: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 630.000,0000. Motivo: Preço registrado errado.
Aceite	15/12/2020 15:23:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 630.000,0000. Motivo: valor negociado conforme chat.
Negociação de valor	15/12/2020 15:24:23	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 630.000,0000 e com valor negociado a R\$ 585.000,0000. Motivo: valor negociado conforme chat.
Habilitado	15/12/2020 15:45:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35
Registro Intenção de Recurso	15/12/2020 15:46:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Sr. Pregoeiro, boa tarde. Tudo bem? Manifestamos intenção de recurso por discordar da nossa desclassificação e por não concordar com a classificação da empresa vencedora. Os motivos serão discordados
Registro Intenção de Recurso	15/12/2020 15:46:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Manifestamos a intenção de recurso, pois o equipamento ofertado nao atende ao solicitado no edital.
Intenção de Recurso Aceita	15/12/2020 16:23:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Considerando que nesta fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.
Intenção de Recurso Aceita	15/12/2020 16:23:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Considerando que nesta fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
58.752.460/0001-56	15/12/2020 15:46	15/12/2020 16:23	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, pois o equipamento ofertado nao atende ao solicitado no edital.			
Motivo Aceite ou Recusa: Considerando que nesta fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	15/12/2020 15:46	15/12/2020 16:23	Aceito
Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, boa tarde. Tudo bem? Manifestamos intenção de recurso por discordar da nossa desclassificação e por não concordar com a classificação da empresa vencedora. Os motivos serão discordados na peça recursal. Obrigada e ficamos à disposição!			
Motivo Aceite ou Recusa: Considerando que nesta fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:47	Senhores(a) licitantes: Bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 09:03:41	Estamos iniciando o certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 76/2020 do HFA. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:03:52	Senhores licitantes: Antes de iniciarmos a fase de lances, peço que fiquem atentos a todas as mensagens enviadas no chat.
Pregoeiro	08/12/2020 09:04:09	Senhores licitantes: Solicito que prestem atenção aos horários de encerramento e reabertura das sessões.
Pregoeiro	08/12/2020 09:04:24	Senhores licitantes: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "menor preço".
Pregoeiro	08/12/2020 09:04:55	Senhores licitantes: Se empenhem nos seus lances e nas negociações para evitarmos o cancelamento do item
Pregoeiro	08/12/2020 09:05:11	Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	08/12/2020 09:05:25	Senhores licitantes: Neste momento vou abrir os itens para lances
Pregoeiro	08/12/2020 09:06:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:06:07	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:06:17	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	08/12/2020 09:08:07	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	08/12/2020 09:17:49	Senhores licitantes melhorem seus lances
Sistema	08/12/2020 09:23:03	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 09:23:03	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	08/12/2020 09:23:34	Senhores licitantes, Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances, estamos no encerramento aleatório, melhorem seus lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:20	Senhores(a) licitantes, estamos na fase de julgamento da proposta.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:48	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	08/12/2020 09:36:33	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - Bom dia, Senhor(a) licitante.
Pregoeiro	08/12/2020 09:37:20	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - Sua empresa foi vencedora do item 1, a possibilidade de melhorar sua proposta.
71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:39:38	Prezado Pregoeiro, 1 segundo que vou verificar.
Pregoeiro	08/12/2020 09:43:23	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - Aguardo o retorno.
71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:43:27	Estamos finalizando a verificação, mais alguns minutos por gentileza
71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:47:32	Prezado Pregoeiro, nosso valor mínimo para cada equipamento é R\$577.870,00
Pregoeiro	08/12/2020 09:49:30	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - Agradeço o empenho na negociação.
Pregoeiro	08/12/2020 09:51:22	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - De acordo com o item 7.26.2 do edital, solicito que seja enviada a proposta atualizada , quando convocado anexo, no prazo máximo de 3(três) horas.
71.256.283/0001-85	08/12/2020 09:52:37	Combinado. Vamos enviar no prazo solicitado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:50	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 8.9 do edital).
Pregoeiro	08/12/2020 09:55:09	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - Pergunto se tem alguma dúvida?
71.256.283/0001-85	08/12/2020 10:02:02	Sem dúvidas. Estarei providenciando e encaminhando dentro do prazo solicitado.
Sistema	08/12/2020 10:02:36	Senhor fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/12/2020 11:38:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, enviou o

		anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/12/2020 11:51:51	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - Senhor(a) licitante, solicito que envie a publicação do PPB, de acordo com o decreto 7117/2020, irei convocar o anexo.
Sistema	08/12/2020 11:52:15	Senhor fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/12/2020 11:53:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/12/2020 11:54:04	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - retificando o decreto 7174/2020.
Pregoeiro	08/12/2020 11:55:39	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã 09/12/2020, quarta-feira, às 9:00 horas horário de Brasília.
Pregoeiro	09/12/2020 09:00:01	Bom dia senhores licitantes, a sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	09/12/2020 11:26:57	Senhores(a) licitantes, informo que a proposta permanece no setor técnico em análise.
Pregoeiro	09/12/2020 11:27:59	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje às 14:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	09/12/2020 14:00:03	Boa tarde, senhores(a) licitantes.
Pregoeiro	09/12/2020 14:00:18	A sessão pública esta reaberta.
Pregoeiro	09/12/2020 14:04:39	Informo que o setor técnico analisou e REPROVOU a proposta enviada pela empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, com os seguintes fundamentos: O EDITAL SOLICITA: Faixa de mAs: de 0,5 ou inferior a 600 mAs ou superior. A EMPRESA KONICA MINOLTA APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: Faixa de mAs: de 0,32 ou inferior a 500 mAs.
Pregoeiro	09/12/2020 14:05:56	A faixa de mAs apresentada em sua proposta de preços pela empresa Konica Minolta é inferior ao solicitado no edital. Maior faixa de variação do mAs permite a seleção da quantidade de radiação por um determinado tempo mais adequado para cada tipo de paciente, sejam eles pediátricos ou obesos. Como prestamos atendimento a diversos tipos de pacientes,
Pregoeiro	09/12/2020 14:06:06	existe a necessidade em possuir um aparelho que ofereça mais opções de escolha neste item, e desta forma facilitar o atendimento à população sem restrição e principalmente maximizando o fator proteção radiológica ao paciente.
Pregoeiro	09/12/2020 14:08:04	2 - O EDITAL SOLICITA: Seleção de tempo de exposição de 0,002 ou menor a 6,3 segundos ou superior. A EMPRESA KONICA MINOLTA APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: Seleção de tempo de exposição de 0,004 a 6,25 segundos.
Pregoeiro	09/12/2020 14:09:36	FUNDAMENTAÇÃO DO SETOR TÉCNICO: A faixa de tempo de exposição apresentada em sua proposta de preços pela empresa Konica Minolta está em desacordo ao solicitado no Edital. Solicitamos esta faixa por considerá-la suficiente e segura para realização do exame. O tempo de exposição é de extrema importância para o cálculo do produto "corrente (mA) x tempo (s)",
Pregoeiro	09/12/2020 14:10:03	ou seja, o mAs, que determina a dose de raios X em um determinado intervalo de tempo. E quanto menor o tempo menor será a dose de raios-x para o paciente, e isso é devido aos riscos que os raios-x oferecem ao ser humano.
Pregoeiro	09/12/2020 14:10:59	3 - O EDITAL SOLICITA: MURAL BUCKY DA MESA: permitindo deslocamento longitudinal de 90 cm ou superior URAL BUCKY DA MESA: permitindo deslocamento longitudinal de 58 cm
Pregoeiro	09/12/2020 14:13:21	A EMPRESA KONICA MINOLTA APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: MURAL BUCKY DA MESA: permitindo deslocamento longitudinal de 58 cm
Pregoeiro	09/12/2020 14:13:50	FUNDAMENTAÇÃO DO SETOR TÉCNICO: A faixa de deslocamento longitudinal do Mural Bucky da Mesa apresentada em sua proposta de preços pela empresa Konica Minolta é inferior ao solicitado no edital.
Pregoeiro	09/12/2020 14:14:53	4 - O EDITAL SOLICITA: BUCKY MURAL: movimentos verticais, permitindo posicionamento de 40 cm ou inferior a 180 cm ou superior A EMPRESA KONICA MINOLTA APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: BUCKY MURAL: deslocamento vertical de 138cm (36 a 174cm)
Pregoeiro	09/12/2020 14:15:49	FUNDAMENTAÇÃO DO SETOR TÉCNICO: A faixa de movimentos verticais do Bucky Mural apresentada em sua proposta de preços pela empresa Konica Minolta é inferior ao solicitado no edital. Esta faixa de variação da altura do centro do Bucky mural ao piso é necessária para permitir a realização de exames de pacientes com diferentes estaturas assim como para realizar
Pregoeiro	09/12/2020 14:15:53	exames de membros inferiores, como joelho com carga. Se o movimento vertical é limitado é necessário, por exemplo, o uso de um caixote para elevar o joelho do paciente à altura do centro do Bucky, ou seja, existe o risco de queda do paciente de cima do caixote, assim como para pacientes mais altos é necessário ajustar a altura do Bucky para alcançar a região
Pregoeiro	09/12/2020 14:16:55	5 - O EDITAL SOLICITA: Tamanho do pixel de 140 μM ou menor. A EMPRESA KONICA MINOLTA APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: Tamanho do pixel de 150 μM
Pregoeiro	09/12/2020 14:17:34	FUNDAMENTAÇÃO DO SETOR TÉCNICO: O tamanho do pixel apresentado em sua proposta de preços pela empresa Konica Minolta é superior ao solicitado no edital. Os parâmetros solicitados visam a aquisição de equipamentos que apresente uma ampla capacidade tecnológica e de formação de imagens com melhores qualidades, além de maior possibilidades operacionais.
Sistema	09/12/2020 14:24:02	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2020 14:24:02	Sr. Fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CPF/CNPJ 02.659.246/0001-03 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:34:02 do dia 09/12/2020. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	09/12/2020 14:25:47	senhores licitantes, informo que devido a desclassificação da primeira proposta, sera iniciada o desempate ME/EPP
Pregoeiro	09/12/2020 14:27:01	Senhores licitantes, irei abrir o item para lance.
Pregoeiro	09/12/2020 14:27:17	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CPF/CNPJ 02.659.246/0001-03 enviou um lance no valor de R\$ 530.000,0000
Sistema	09/12/2020 14:27:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/12/2020 14:27:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/12/2020 14:29:22	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Boa tarde, senhor(a) licitante.
Pregoeiro	09/12/2020 14:30:37	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sua empresa é subsequente do item 1, a possibilidade de melhorar sua proposta.
02.659.246/0001-03	09/12/2020 14:31:24	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Tudo bem? Estamos no valor mínimo.
Pregoeiro	09/12/2020 14:32:30	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - não a possibilidade de reduzir ao menos um pouco o valor?
02.659.246/0001-03	09/12/2020 14:35:33	Estarei verificando com a diretoria. Peço cinco minutos para verificar.
Pregoeiro	09/12/2020 14:36:48	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Aguardo o retorno.
02.659.246/0001-03	09/12/2020 14:45:23	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o valor.
Pregoeiro	09/12/2020 14:50:49	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - ok
Pregoeiro	09/12/2020 14:51:09	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - De acordo com o item 7.26.2 do edital, solicito que seja enviada a proposta atualizada, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3(três) horas.
Pregoeiro	09/12/2020 14:51:19	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 8.9 do edital).
Pregoeiro	09/12/2020 14:51:27	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Pergunto se tem alguma dúvida?
02.659.246/0001-03	09/12/2020 14:55:21	Sem dúvidas. Muito obrigada!
Sistema	09/12/2020 14:55:57	Senhor fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/12/2020 14:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/12/2020 15:22:06	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Senhores(a) licitantes, informo que a proposta foi enviada no tempo solicitado e já enviada para o setor técnico para análise.
Pregoeiro	09/12/2020 15:24:16	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã 10/12/2020 às 9:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	10/12/2020 09:00:43	Bom dia, Senhores (a) licitantes.
Pregoeiro	10/12/2020 09:01:07	A sessão pública está reaberta
Pregoeiro	10/12/2020 10:30:34	Senhores licitantes, informo que a proposta permanece no setor técnico em análise.
Pregoeiro	10/12/2020 11:12:07	Senhores(a) licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje, às 13:30 horário de Brasília.
Pregoeiro	10/12/2020 13:30:04	Boa tarde, Senhores licitantes.
Pregoeiro	10/12/2020 13:31:01	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	10/12/2020 14:13:17	Senhores licitantes, informo que de acordo com o item 7.26.2 do edital, o setor técnico solicitou alguns documentos complementares para a empresa VMI, para esclarecer algumas dúvidas.
Pregoeiro	10/12/2020 14:13:46	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Boa tarde, Senhor(a) licitantes.
02.659.246/0001-03	10/12/2020 14:15:15	Boa tarde Pregoeiro. Tudo bem? Recebemos as dúvidas e estaremos respondendo. Qual o prazo concedido para resposta?
Pregoeiro	10/12/2020 14:18:18	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Qual prazo é necessário que precisa para anexar os documentos?
02.659.246/0001-03	10/12/2020 14:20:01	Sr. Pregoeiro, estamos submetendo as alegações a equipe de desenvolvimento interno e o retornamos até às 17:00 horas do dia de hoje. De acordo?
Pregoeiro	10/12/2020 14:22:37	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - ok, o tempo será concedido irei convocar o anexo.
02.659.246/0001-03	10/12/2020 14:24:32	Ok, muito obrigada!
Pregoeiro	10/12/2020 14:25:43	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Segue as dúvidas do setor técnico: Ademais, não restou claro na proposta da empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA e solicito esclarecimento, se esta atende alguns requisitos no descritivo do equipamento que constam no edital, tais como: a. O Software que permite a realização de exames de imagens panorâmicas (coluna total, membros inferiores e escanometria) é fu
Pregoeiro	10/12/2020 14:28:34	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - digital ou totalmente automática, com construção de até 3 imagens ou mais. Cabe salientar que é de fundamental importância que o software citado seja full digital ou totalmente automático para evitar incorrer em erros no posicionamento e montagem das imagens dos exames panorâmicos, que implicariam em grande possibilidade de diagnósticos e laudos desses
Pregoeiro	10/12/2020 14:28:54	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - exames de imagens serem produzidos com erro. O Hospital das Forças Armadas realiza grande número de

		exames de radiografia panorâmica devido a exames admissionais de concursos públicos ou ainda, cursos militares, portanto é de vital importância que exista o recurso de realização deste exame com reformatação automática das imagens nesta modalidade.
Pregoeiro	10/12/2020 14:29:34	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - B -. Com montagem de piso, freios eletromagnéticos que asseguram os movimentos verticais, permitindo posicionamento de 40 cm ou inferior a 180 cm ou superior, referência do centro do Bucky ao piso. Não ficou claro no descritivo que a altura mínima do Bucky Mural é de até 40 cm ou inferior, com relação ao piso.
Pregoeiro	10/12/2020 14:29:56	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - c. Rotação de $\pm 90^\circ$ do conjunto tubo/colimador; e
Pregoeiro	10/12/2020 14:31:10	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - d. Seleção de corrente (mA) de 10 a 620 mA ou superior. Apesar de constar na proposta conforme previsto em edital, tal informação diverge do manual do equipamento, conforme se verifica a seguir: item 8.4.1 GERADOR 64 KW (APOLO D / APOLO S) "Valores de mA" : Foco Fino 20 / 50 / 100 / 160 / 220 mA e Foco Grosso 280 / 400 / 500 / 630 / 800.
Pregoeiro	10/12/2020 14:36:09	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - 4. Com base no exposto, informo que um dos parâmetros e especificações técnicas apresentado, conforme já havia sido esclarecido na impugnação, necessitam esclarecimento adicional de acordo com o item 7.26.1 do edital.
Sistema	10/12/2020 14:36:49	Senhor fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/12/2020 14:55:55	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Senhores licitantes, informo que a sessão encerrara automaticamente às 17:05, e terá sua reabertura amanhã, sexta feira 11/12/2020, às 9:00 horas horário de Brasília.
Sistema	10/12/2020 17:01:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/12/2020 09:04:11	Bom dia senhores(a) licitantes.
Pregoeiro	11/12/2020 09:04:34	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	11/12/2020 09:39:00	Informo que a proposta permanece no setor em análise.
Pregoeiro	11/12/2020 11:57:12	Senhores(a) licitantes, informo que a sessão pública será suspensa neste momento e terá sua reabertura dia 14/10/2020, Segunda - feira, às 9:00 horas horário de Brasília.
Pregoeiro	14/12/2020 09:00:46	Bom dia, senhores(a) licitantes.
Pregoeiro	14/12/2020 09:01:03	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	14/12/2020 09:17:52	Senhores licitantes, informo que o setor técnico analisou e reprovou a proposta enviada pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, com o seguintes fundamentos:
Pregoeiro	14/12/2020 09:18:47	O EDITAL SOLICITA: MESA DE EXAMES: Deslocamento longitudinal do tempo: 90 cm, ou superior. A EMPRESA VMI TECNOLOGIAS APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: Tempo radiotransparente com movimentos longitudinais de -80 a +80 cm.
Pregoeiro	14/12/2020 09:20:22	Resposta do setor técnico: " O deslocamento longitudinal do tempo da mesa apresentada em sua proposta de preços pela empresa VMI Tecnologias Ltda é inferior ao solicitado no edital. De acordo com o manual do fabricante (página 51) o mesmo informa que a Mesa de exames possui uma variação padrão de -70 a +70cm podendo variar aproximadamente -80 a +80cm,
Pregoeiro	14/12/2020 09:20:36	totalizando um deslocamento longitudinal de 160cm, porém o edital solicita uma variação de -90 a +90cm, totalizando um deslocamento longitudinal de 180cm. Sendo, seu ponto zero conta a partir da extremidade da mesa e não do seu centro.
Pregoeiro	14/12/2020 09:31:51	O deslocamento longitudinal do tempo, previsto em edital, é necessária para permitir a realização da radiografia de todo o corpo do paciente sem a necessidade de mover o mesmo sobre a mesa de exames. Isso é muito importante principalmente em pacientes politraumatizados, que como dito anteriormente, deverá ser manipulado o mínimo possível sobre a mesa de exam
Pregoeiro	14/12/2020 09:31:55	exames, pois existe o risco de agravar o quadro de trauma sofrido pelo paciente devido à movimentação do mesmo sobre a mesa. A amplitude maior de movimento beneficia, também, os pacientes com estatura maior, pois não há a necessidade de reposicionar o paciente sobre a mesa de exames.
Pregoeiro	14/12/2020 09:32:22	O EDITAL SOLICITA: Seleção de corrente (mA) de 10 a 620 mA ou superior. Apesar de constar na proposta conforme previsto em edital, tal informação diverge do manual do equipamento, conforme se verifica a seguir: item 8.4.1 GERADOR 64 KW (APOLO D / APOLO S) "Valores de mA" : Foco Fino 20 / 50 / 100 / 160 / 220 mA e Foco Grosso 280 / 400 / 500 / 630 / 800.
Pregoeiro	14/12/2020 09:32:53	A EMPRESA VMI TECNOLOGIAS APRESENTOU NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS: Pois bem, quanto a seleção da faixa de mA, os valores expostos em nosso manual são os padrões adotados pela VMI, contudo, esses valores apresentam uma nota, qual seja a nota3, que prevê os seguintes dizeres. Ou seja, os valores podem ser ajustados via software para atendimento das necessidades
Pregoeiro	14/12/2020 09:32:57	do cliente. As pequenas faixas de mA, não apresentam risco a operação do tubo, vez que as curvas que prejudicam a utilização do mesmo são as para altas miliampereagens.
Pregoeiro	14/12/2020 09:33:31	Fundamentação do setor técnico: De acordo com os esclarecimentos apresentados pela empresa não ficou claro a variação da faixa de mA apresentada em seu software. Também, as pequenas faixas de mA não apresentam risco a operação do tubo, todavia dependendo da finalidade do exame interfere na imagem e no diagnóstico para o médico laudar.
Pregoeiro	14/12/2020 09:35:18	Conforme consta no descritivo do equipamento de raios-x digital /APOLO D ofertado pela empresa, foram identificados alguns itens que não estão de acordo com as especificações e foi dada a oportunidade a empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA para prestar maiores esclarecimentos, todavia foi verificada a não conformidade do equipamento de acordo com o descritivo
Pregoeiro	14/12/2020 09:40:37	Um dos itens em questão já havia sido esclarecido na resposta ao pedido de impugnação (2901836) apresentado pela referida empresa, de acordo com o informado na Parte 1030 (2902368) desta Seção. Os itens que encontram-se em desacordo com as exigências do edital foram esclarecidos porém manteve a confirmação que não atendem as especificações previstas no edi
Pregoeiro	14/12/2020 09:41:37	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Bom dia, Senhor(a) licitantes.
Pregoeiro	14/12/2020 09:42:18	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Sua empresa é subsequente do item 1, a possibilidade de melhorar sua proposta?
09.032.626/0002-35	14/12/2020 09:43:31	Sr. Pregoeiro bom dia.
09.032.626/0002-35	14/12/2020 09:45:38	Sr. Pregoeiro, ofertamos o valor de R\$ 600.000,00
Pregoeiro	14/12/2020 09:47:26	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - A possibilidade de melhorar mais o valor.
09.032.626/0002-35	14/12/2020 09:48:31	Sr. Pregoeiro peço que aguarde para que eu possa verificar com a Diretoria de nossa empresa.
09.032.626/0002-35	14/12/2020 09:52:06	Sr. Pregoeiro, ofertamos R\$ 590.000,00.
Pregoeiro	14/12/2020 09:54:23	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Senhor licitante, desculpe a insistência a possibilidade de chegar no valor de R\$ 530.000,00
09.032.626/0002-35	14/12/2020 09:57:28	Sr. Pregoeiro, não conseguimos ofertar R\$ 530.000,00. Peço que considere o valor de R\$ 585.000,00.
Pregoeiro	14/12/2020 09:58:03	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Aguardo o retorno.
09.032.626/0002-35	14/12/2020 09:58:49	Peço que considere o valor de R\$ 585.000,00.
Pregoeiro	14/12/2020 10:01:58	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - ok, agradeço o empenho na negociação.
Pregoeiro	14/12/2020 10:03:39	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - De acordo com o item 7.26.2 do edital, solicito que seja enviada a proposta atualizada, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3(três) horas.
Pregoeiro	14/12/2020 10:03:51	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 8.9 do edital).
Pregoeiro	14/12/2020 10:03:58	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Pergunto se tem alguma dúvida?
09.032.626/0002-35	14/12/2020 10:05:36	OK Senhor pregoeiro. enviaremos nossa proposta conforme estabelecido.
Sistema	14/12/2020 10:06:27	Senhor fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
09.032.626/0002-35	14/12/2020 10:08:09	OK. enviaremos no prazo informado. obrigada.
Pregoeiro	14/12/2020 10:18:32	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Senhor licitante, informo que após pesquisa no portal comprasnet, o mesmo equipamento foi encontrado com valores registrados da proposta informada aqui. solicito informar revisão da sua proposta e apresentar uma contraproposta, visto que esses pregão é tradicional e não um SRP
09.032.626/0002-35	14/12/2020 10:30:09	Sr. Pregoeiro, informamos que o valor ofertado em outros processos referem-se a um período onde o valor do dólar estava mais baixo. Com a pandemia COVID-19 o valor do dólar se elevou consideravelmente e por este motivo não conseguimos ofertar um valor mais baixo. Diante do exposto peço que considere o valor de R\$ 585.000,00.
Pregoeiro	14/12/2020 10:33:36	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - ok, aguardo o envio das documentações atualizadas.
09.032.626/0002-35	14/12/2020 10:35:07	ok. obrigada.
Sistema	14/12/2020 11:57:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/12/2020 14:11:34	Senhores licitantes, informo que a proposta foi enviada no prazo solicitado pela empresa AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, e já enviada para o setor para análise.
Pregoeiro	14/12/2020 16:07:55	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã, terça - feira 15/12/2020, às 9:00 horas horário de Brasília.
Pregoeiro	15/12/2020 09:00:13	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	15/12/2020 09:00:36	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	15/12/2020 09:04:08	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Bom dia, senhor(a) licitante.
09.032.626/0002-35	15/12/2020 09:05:59	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	15/12/2020 09:09:30	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Senhor(a) licitante, informo que o setor técnico analisou e solicitou o esclarecimento no seguinte item ao monitor com o resolução 4k.
Pregoeiro	15/12/2020 09:16:22	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - pois na proposta enviada não ficou claro qual monitor será fornecido.
09.032.626/0002-35	15/12/2020 09:18:32	Sim Senhor Pregoeiro. Atendemos esta especificação.
Pregoeiro	15/12/2020 09:28:59	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Senhor (a) licitantes, solicito que envie os documentos complementares, para melhor análise do setor técnico, de acordo com o item 7.26.2 do EDITAL.
Pregoeiro	15/12/2020 09:30:10	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Irei convocar o anexo e será dado o prazo de 3 horas para o envio.

Pregoeiro	15/12/2020 09:30:22	Para AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. - Pergunto se tem alguma dúvida.
Sistema	15/12/2020 09:31:09	Senhor fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
09.032.626/0002-35	15/12/2020 09:31:53	Sr. Senhor pregoeiro, enviaremos os documentos complementares.
09.032.626/0002-35	15/12/2020 12:03:34	Senhor pregoeiro, vimos esclarecer que ofertamos o monitor LCD que é compatível com o sistema Agfa de RX de acordo com as especificações do edital. Entendemos que o monitor ofertado Modelo: Planar PXL2230MW "LCD touchscreen" trará mais vantagens ao fluxo de trabalho, garantindo a qualidade dos diagnósticos realizados por esta respeitosa instituição.
Pregoeiro	15/12/2020 13:58:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	15/12/2020 14:01:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.032.626/0002-35, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/12/2020 14:20:40	Senhores licitantes, Informo que o esclarecimento enviada pela empresa AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, foi enviada para o setor técnico para análise.
Pregoeiro	15/12/2020 15:09:19	Senhores licitantes, informo que o setor técnico analisou o esclarecimento enviada pela empresa AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.
Pregoeiro	15/12/2020 15:11:00	E aprovou o item com o seguintes fundamentos: "Após analisar os esclarecimentos prestados pela AGFA HEALTHCARE, bem como a proposta apresentada por esta empresa, verificou-se que o aparelho ofertado atende de forma satisfatória as necessidades desta Seção, em conformidade com as exigências do edital Desta forma, a Seção de Imagenologia é de parecer favorável
Pregoeiro	15/12/2020 15:19:39	Senhores licitantes, Informo que será iniciada a fase de habilitação, solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	15/12/2020 15:43:27	Senhores licitantes, Informo que todos os documentos da empresa AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, estão de acordo com o solicitado em edital.
Pregoeiro	15/12/2020 15:44:00	Vou realizar a habilitação da empresa AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.
Pregoeiro	15/12/2020 15:44:19	solicito que continuem acompanhado a sessão.
Sistema	15/12/2020 15:45:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/12/2020 15:45:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/12/2020 às 16:16:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	15/12/2020 15:45:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	15/12/2020 15:45:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/12/2020 às 16:16:00.

Data limite para registro de recurso: 18/12/2020.
 Data limite para registro de contrarrazão: 23/12/2020.
 Data limite para registro de decisão: 31/12/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:25 horas do dia 15 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANILO CRUZ GOMES
Pregoeiro Oficial

JOAO BATISTA DA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

