



**ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17043
PROVEDOR DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA (PEP)**

Referência: NIT-DICLA-016

Folha: 1/3

RAZÃO SOCIAL / NOME DO ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE			ACREDITAÇÃO Nº
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP / Laboratório de Ensaio de Proficiência do Hemocentro da Unicamp			PEP 0030
ÁREA DE ATIVIDADE OU GRUPO DE CALIBRAÇÃO E NOME DO PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA	FREQUÊNCIA (Nota 1)	DESCRIÇÃO DETAZHADA DO TIPO DE ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA	MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DESIGNADO E SUA INCERTEZA ASSOCIADA
<u>SAÚDE HUMANA</u>			
PAEQ-HEMOSTASIA TESTES DE TRIAGEM	Quadrimestral	Amostras de plasma, processadas e caracterizadas: Determinação de Tempo de Protrombina (TP/RNI), Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativada (TTPa) e Atividade de Fibrinogênio	ABNT NBR ISO/IEC 17043, Anexo B, B.3.1. e) valor de consenso dos resultados dos participantes
PAEQ-HEMOSTASIA FATORES DA COAGULAÇÃO I	Quadrimestral	Amostras de plasma, processadas e caracterizadas: Determinação da atividade de Fator VIII (FVIII:C), atividade de Fator IX (FIX:C), atividade de Fator de Von Willebrand por diferentes métodos (VWF:RCO;VWF:GP Ib R;VWF:GP Ib M), antígeno de Fator de Von Willebrand (FVW:Ag).	ABNT NBR ISO/IEC 17043, Anexo B, B.3.1. e) valor de consenso dos resultados dos participantes
PAEQ-HEMOSTASIA FATORES RAROS DA COAGULAÇÃO II	Anual	Amostras de plasma, processadas e caracterizadas: Determinação da atividade de Fator II (FII:C), atividade de Fator V (FV:C), atividade de Fator VII (FVII:C), atividade de Fator FX (FX:C), atividade de Fator XI (FXI:C), atividade de FXII (FXII:C).	ABNT NBR ISO/IEC 17043, Anexo B, B.3.1. e) valor de consenso dos resultados dos participantes
PAEQ-HEMOSTASIA TROMBOFILIA I	Semestral	Amostras de plasma, processadas e caracterizadas: Determinação da atividade de Antitrombina (AT), atividade de Proteína C (PC) e atividade de Proteína S livre (PS livre).	ABNT NBR ISO/IEC 17043, Anexo B, B.3.1. e) valor de consenso dos resultados dos participantes
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente."

Em, 14/04/2025

Nota 1 - A frequência do Programa de EP tem caráter apenas informativo. O PEP pode alterá-la sem necessidade de autorização prévia da Cgcre.

Nota 2 - Os métodos ou procedimentos para determinação do valor designado e sua incerteza associada são descritos na ABNT NBR ISO/IEC 17043.