

**Pregão Eletrônico**

200331.302020 .286845 .4257 .19388521152



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**  
Secretaria Nacional de Segurança Pública

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00030/2020 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 04 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 11/2020 de 05/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 08020000322202084, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamentos para processamento de material biológico de referência e amostras questionadas para Laboratórios de DNA Forense.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 39**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.002,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 39 Unidade .

**Item: 2****Descrição:** AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 CESTOS, COM PEDAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 29**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.963,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.480,0000 e a quantidade de 29 Unidade .

**Item: 3****Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TEMPO MEDIDA 2 S**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 54**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.143,1200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.140,0000 e a quantidade de 54 Unidade .

**Item: 4****Descrição:** BANHO SECO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99 °C, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 100 H, ADICIONAL COM BOTÃO MISTURA RÁPIDA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ TUBOS, MICROTUBOS E PLACAS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 57**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.879,8100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de**ME/EPP****Quantidade:** 11**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.338,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, pelo melhor lance de R\$ 1.266,0000 e a quantidade de 11 Unidade .

**Item: 6****Descrição:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

**Descrição Complementar:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B2, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR S/RECIRCULAÇÃO DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO P/ FORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 47**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30.750,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 19.300,0000 e com valor negociado a R\$ 17.000,0000 e a quantidade de 47 Unidade .

**Item: 7****Descrição:** CAPELA EXAUSTÃO

**Descrição Complementar:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000 M3/H

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 63**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.176,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.773,0000 e a quantidade de 63 Unidade .

**Item: 8****Descrição:** CENTRÍFUGA

**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROPLACAS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 1000 ML, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 12 H, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 44**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34.788,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, pelo melhor lance de R\$ 7.097,2500 e a quantidade de 44 Unidade .

**Item: 9****Descrição:** MICROCENTRÍFUGA

**Descrição Complementar:** MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 2 ML, CAPACIDADE ATÉ 30 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 17.500 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99 H, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 71**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17.404,9800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 10****Descrição:** CONCENTRADOR LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** CONCENTRADOR LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ALARME DESBALANCEAMENTO, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM FRASCOS, TUBOS E PLACAS, USO P/ USO COM AMOSTRAS EM HCL

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 26**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 60.729,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** MICROPIPETAS

**Descrição Complementar:** MICROPIPETAS, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 133**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.446,4200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000 e a quantidade de 133 Unidade .

**Item: 12 - GRUPO 1****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 145**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.301,8200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.290,0000 **e a quantidade de** 145 **Unidade** .**Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 146**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.537,2600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.500,0000 **e a quantidade de** 146 **Unidade** .**Item: 14 - GRUPO 1****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 146**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.185,8900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.180,0000 **e a quantidade de** 146 **Unidade** .**Item: 15 - GRUPO 1****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 145**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.459,9300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.440,0000 **e a quantidade de** 145 **Unidade** .**Item: 16 - GRUPO 1****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 144**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.279,0600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 1.270,0000 **e a quantidade de** 144 **Unidade** .**Item: 17 - GRUPO 1****Descrição:** SUPORTE LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 15 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 143**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 889,3800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 870,0000 **e a quantidade de** 143 **Unidade** .**Item: 18 - GRUPO 2****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO\* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 82**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.222,8300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 19 - GRUPO 2****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO\* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL

AUTOCLAVÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 82**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.088,5000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 20 - GRUPO 2****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 300 MCL, TIPO\* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 81**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.088,5000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 21 - GRUPO 2****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1250 MCL, TIPO\* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 81**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.467,0400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 22 - GRUPO 2****Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO CARREGADOR, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETA, ADICIONAL SUPORTE PARA ATÉ 4 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 89**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.465,1200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 23****Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO CABINE PARA PCR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, DIMENSÕES CERCA DE 70 X 55 X 50 CM, ADICIONAL TEMPORIZADOR ATÉ 24H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUXO LAMINAR, COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, ILUMINAÇÃO INTERNA, JANELA FRONTAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 28**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.526,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.800,0000 e a quantidade de 28 Unidade .****Item: 24****Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 37**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.454,9800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 2.420,0000 e a quantidade de 37 Unidade .****Item: 25****Descrição:** CAPELA FLUXO LAMINAR**Descrição Complementar:** CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE CHAPA AÇO ZINCADO, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 18**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.543,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000 e com valor negociado a R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 18 Unidade .****Item: 26****Descrição:** FREEZER**Descrição Complementar:** FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 508 L, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20°C A-40°C °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA DUPLA. CAPACIDADE DE 10 PRATELEIRAS, FREQUÊNCIA 60 Hz, QUANTIDADE PORTAS 2 UN**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 198**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28.850,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.010,0000 e a quantidade de 198 Unidade .**

**Item: 27****Descrição:** FREEZER VERTICAL**Descrição Complementar:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 549 L, VOLTAGEM BIVOLT V, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 50 A-86 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS 1**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 49**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55.418,4200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 28****Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO E POLIPROPILENO, USO RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 56**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 538,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 29****Descrição:** LANTERNA ELÉTRICA**Descrição Complementar:** LANTERNA ELÉTRICA, TIPO FORENSE BLUemaxx PRO-LIGHTTM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMBATERIA TIPO BASTÃO, MÓDULO DE LÂMPADA, FILTRO P, APLICAÇÃO PERÍCIA PAPILOSCÓPICA, TIPO BATERIA RECARGÁVEL, ACESSÓRIOS ESTOJO DO RECARGADOR, RECARGADOR/TRANSFORMADO R, SISTEMA ELETROQUÍMICO DA BATERIA NÍQUEL-CÁDMIO, TENSÃO BATERIA 6,0 V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 87**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 215.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, **pelo melhor lance de R\$ 167.000,0000 e a quantidade de 87 Unidade .**

**Item: 30****Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 113**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.965,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000 e a quantidade de 113 Unidade .**

**Item: 31****Descrição:** MOINHO TRITURADOR**Descrição Complementar:** Moinho triturador, moinho triturador**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 16**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 155.201,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, **pelo melhor lance de R\$ 68.250,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

**Item: 32****Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO**Descrição Complementar:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPOON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 3 KVA, BATERIA SELADA, AUTONOMIA BATERIA 20 MIN, TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 182**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.135,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.850,0000 e a quantidade de 182 Unidade .**

**Item: 33****Descrição:** TERMOCICLADOR**Descrição Complementar:** TERMOCICLADOR, TIPO TEMPO REAL, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100°C,

**COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL ATOQUE, OUTROS COMPONENTES RAMPA DE AQUECIMENTO ATÉ 10°C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/ ATÉ 15 CORANTES, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE ÚNICA CÓPIA**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 14

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 297.932,8700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, **pelo melhor lance de** R\$ 236.340,0000 **e a quantidade de 14 Unidade .**

**Item: 34**

**Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIDA DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIDA DE 0 14 PH,-1999,9 A 1999,9MILIVOLT, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,02 PH 0,2°C 0,2 MILIVOLT

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 56

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.882,5700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de** R\$ 1.306,0000 **e a quantidade de 56 Unidade .**

**Item: 35**

**Descrição:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

**Descrição Complementar:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, PESO 17,4 KG, VOLTAGEM 110/220 V, LARGURA 25,50 CM, ALTURA 45,50 CM, PROFUNDIDADE 35,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRA VIOLETA (254 A 185 NM), FILTRO MICR O, VAZÃO 1,5 L/MIN

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46.098,1300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MERCK S/A, **pelo melhor lance de** R\$ 22.930,0000 **e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 36**

**Descrição:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT ), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO SINALIZADOR DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, TIPO SENSOR SENSOR IMERSO EM LÍQUIDO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE MÍNIMA CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO REVESTIMENTO REVESTIMENTO INTERNOAÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA, TIPO FECHAMENTO PORTAS PORTA COM CHAVEAMENTO.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 131

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.780,7500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BUNKER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 8.170,0000 **e a quantidade de 131 Unidade .**

**Item: 37**

**Descrição:** SELADORA EMBALAGEM

**Descrição Complementar:** SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 64

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.976,2800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, **pelo melhor lance de** R\$ 1.966,2800 **e a quantidade de 64 Unidade .**

**Item: 38**

**Descrição:** TERMOCICLADOR

**Descrição Complementar:** TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3°C/SEG

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 57

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20.099,9200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 39**

**Descrição:** AGITADOR MECÂNICO

**Descrição Complementar:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 162

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 993,6500  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Situação:** Cancelado no julgamento  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

### Relação de Grupos

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 1.301.773,4900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.285.940,0000 .

**Itens do grupo:**

- 11 - MICROPIPETA
- 12 - MICROPIPETA
- 13 - MICROPIPETA
- 14 - MICROPIPETA
- 15 - MICROPIPETA
- 16 - MICROPIPETA
- 17 - SUPORTE LABORATÓRIO

#### GRUPO 2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 2.653.923,4800

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Itens do grupo:**

- 18 - MICROPIPETA
- 19 - MICROPIPETA
- 20 - MICROPIPETA
- 21 - MICROPIPETA
- 22 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

### Histórico

#### Item: 1 - AGITADOR MAGNÉTICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	39	R\$ 1.002,0000	R\$ 39.078,0000	30/10/2020 14:36:48
	<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-95/D						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-95/D Marca: Solab – Agitador magnético Digital (com aquecimento - Plataforma Pirocerâmica) – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em Pirocerâmica com dimensão de 165 x 165 mm. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 300°C. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão Liga/Desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Peso: 4 kg. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de agitação: até 15 litros de água. - Voltagem: 110 ou 220V (especificar no pedido). - Potência 500 watts. - Dimensões L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 01 Barra Magnética (Peixinho) Revestida em Teflon PTFE, 02 Fusíveis extras, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	39	R\$ 1.002,0000	R\$ 39.078,0000	03/11/2020 16:05:31
	<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> SLSAGDa						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL – MOD. SLSAGDa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico digital; - Controle de aquecimento digital com sistema PID; - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: ambiente +5°C a 350°C; - Potência 350W; - Alimentação: 110V ou 220V (definir) - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Cabo de alimentação com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: uma barra magnética PTFE 7x30mm, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação;						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	39	R\$ 1.002,7700	R\$ 39.108,0300	03/11/2020 15:38:41
	<b>Marca:</b> ALLERBEST <b>Fabricante:</b> ALLERBEST <b>Modelo / Versão:</b> ALL-AMAB.05						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 °C

33.554.685/0001-77 LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS Sim Sim 39 R\$ 1.002,7700 R\$ 39.108,0300 03/11/2020 18:59:58

**Marca:** Labinfarma

**Fabricante:** Labinfarma

**Modelo / Versão:** LIF200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador magnético com placa metálica revestida em cerâmica, para aquecimento; Ajuste digital; Capacidade mínima: 5 L; Velocidade que atinja pelo menos 1.500 rpm; Temperatura máxima de no mínimo 300°C; Indicador de placa quente; Prevenção contra superaquecimento; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada - Com manual de instruções Validez da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que os serviços serão prestados rigorosamente de acordo com as especificações do edital e seus anexos. Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos, nos submetendo ao seu exato e fiel cumprimento.

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 39 R\$ 1.500,0000 R\$ 58.500,0000 03/11/2020 15:11:08

**Marca:** NOVA TECNICA

**Fabricante:** NOVA TECNICA

**Modelo / Versão:** NT 103

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 103 - Agitador magnético com aquecimento com capacidade de agitação para até 20 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável, utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 1500 rpm com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 500W, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em pirocerâmica esmaltada. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 175 x 175 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 185 x 220 x 140 mm. Motor de indução para agitação com potência de 1/40 Hp. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 530W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 103. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI Sim Sim 39 R\$ 2.560,0000 R\$ 99.840,0000 03/11/2020 15:52:22

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** K40-1810

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO, VELOCIDADE 100-1500 RPM. Características: Material durável e resistente; Velocidade de agitação uniforme; Controle analógico de agitação; Plataforma em cerâmica. Informações Técnicas Especificações Descrição Velocidade de agitação 100-1500 rpm Capacidade de água Até 5 L Analógico Display RPM Dimensão da plataforma 180 X 180 mm Tensão 110 V- 50/60 Hz Peso 3,4 kg Registro ANVISA Não aplicável. Apresentação 1 Agitador Magnético; 1 Cabo de energia AC; 1 Manual de instruções. MODELO: K40-1810 MARCA: KASVI

13.440.815/0001-33 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Sim Sim 39 R\$ 10.000,0000 R\$ 390.000,0000 03/11/2020 09:01:11

**Marca:** ST

**Fabricante:** ST

**Modelo / Versão:** AMCC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Agitador Magnético Analógico com Chapa Cerâmica até 5 litros O Agitador Magnético modelo AMCC-5L é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: O AMCC-5L é microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPxA): 200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.560,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.500,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.002,7700	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.002,7700	33.554.685/0001-77	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.002,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.002,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 991,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:12:43:727
R\$ 1.380,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:13:00:930
R\$ 1.379,1200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:13:04:910
R\$ 981,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 11:14:43:533

R\$ 1.360,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:14:58:177
R\$ 1.359,2400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:14:59:910
R\$ 970,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:15:31:173
R\$ 1.340,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:18:27:560
R\$ 1.337,8500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:18:30:720
R\$ 1.300,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:19:13:030
R\$ 1.298,7500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:19:19:247
R\$ 1.180,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:19:39:447
R\$ 900,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 11:19:39:547
R\$ 1.179,3400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:19:42:277
R\$ 1.160,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:19:54:827
R\$ 1.159,8500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:19:58:260
R\$ 1.150,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:20:10:970
R\$ 1.147,3500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:20:13:427
R\$ 1.100,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:20:26:960
R\$ 890,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:20:52:973

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:12:40	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 11:24:11	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:09:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:11:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Em Análise	06/11/2020 09:50:51	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:49:59	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio de documentação comprobatória de exclusão de penalidade e proposta ajustada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:50:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:50:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa	12/11/2020 16:28:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 890,0000. Motivo: Licitante com ocorrência de impedimento indireto de contratar com a união registrada no SICAF, e após diligenciado com o Licitante via chat, não conseguiu comprovar a suspensão da penalidade.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 16:41:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 16:46:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Em Análise	19/11/2020 09:57:27	Item Em Análise. Motivo: Análise para verificação técnica e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 14:40:11	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Será convocado o anexo para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:40:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:41:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Em Análise	20/11/2020 11:23:56	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em	04/12/2020 15:28:58	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aceitar proposta.

análise do  
Item

Aceite	04/12/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 15:29:26 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	10/12/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - 08:12:45 CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - AUTOCLAVE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	29	R\$ 5.960,0000	R\$ 172.840,0000	03/11/2020 16:05:31
	<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> DIGITALE <b>Modelo / Versão:</b> 5.0V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE VERTICAL 50L – MOD. 5.0V – MARCA: DIGITALE – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento construído com base nas normas ASME e ABNT, atendendo a NR-13; - Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; - Câmara de autoclavagem em aço inoxidável 304; - Tampa em bronze com estrutura de aço; - Vedação da tampa com silicone tipo membrana; - Manípulo reforçado para prender a tampa; - Esterilização por calor úmido (vapor); - Aquecimento através de resistência tubular blindada; - Plataforma superior em aço inox 304; - Válvula de segurança; - Registro tipo esfera para drenagem; - Tempo de esterilização até 60 minutos; - Sistema de pressão e temperatura regulável eletronicamente (DIGITAL); - Controlador de temperatura microprocessado com display indicador pressão; - Sensor de temperatura de PT-100 com proteção em aço inox; - Manômetro indicador da pressão interna da câmara de trabalho, com escala em pressão e temperatura eletrônica; - Pressão máxima de trabalho: 1,5kgf/cm <sup>2</sup> x 127°C ou 2,3 kgf/cm <sup>2</sup> x 134°C; - Temperatura de trabalho: 90° a 143°C (configurável); - Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda no máximo 3°C da temperatura programada - Capacidade: 50 Litros; - Potência configurável; - Alimentação: 220V; - Cabo de força com dupla isoliação e plugue de dois pinos, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Acompanha: cesto em aço inox perfurado com a mesma capacidade da câmara, manual de instruções em português e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; - Registro ANVISA: 80360560002.						
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 5.963,0000	R\$ 172.927,0000	04/11/2020 08:41:41
	<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> DIGITALE <b>Modelo / Versão:</b> 5.0 VERTICAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave: Para a esterilização de instrumentos utilizados em biologia molecular. 2.1. Autoclave tipo vertical para autoclavagem em alta pressão; 2.2. Capacidade de 50 L; 2.3. Temperatura ajustada por microprocessador; 2.4. Com abertura superior; 2.5. Temperatura programável; 2.6. Caldeira (câmara) vertical cilíndrica, fabricada em aço inoxidável AISI 304 ou superior; 2.7. Porta com garnição de vedação resistente a altas temperaturas e proteção do operador contra calor; 2.8. Sistema de segurança de abertura da câmara dependente de temperatura e pressão; Painel alfanumérico; 127v ou 220v; Sistema de regulagem de pressão; Não necessita e não possui pedal; Sem segagem; 2.9. Dispositivo com duas escalas, uma para a temperatura e outra para a pressão; 2.10. Com válvula de segurança de pressão; 2.11. Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções						
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 5.963,6200	R\$ 172.944,9800	03/11/2020 11:49:31
	<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> BS EQUIPS <b>Modelo / Versão:</b> 5.0 - 50 LITROS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave: Para a esterilização de instrumentos utilizados em biologia molecular. 2.1. Autoclave tipo vertical para autoclavagem em alta pressão; 2.2. Capacidade de no mínimo 45 L; 2.3. Temperatura ajustada por microprocessador; 2.4. Com abertura superior; 2.5. Temperatura programável; 2.6. Caldeira (câmara) vertical cilíndrica, fabricada em aço inoxidável AISI 304 ou superior; 2.7. Porta com garnição de vedação resistente a altas temperaturas e proteção do operador contra calor; 2.8. Sistema de segurança de abertura da câmara dependente de temperatura e pressão; 2.9. Dispositivo com duas escalas, uma para a temperatura e outra para a pressão; 2.10. Com válvula de segurança de pressão; 2.11. Possibilidade de uso na voltagem compa&#1048662;vel com a respec&#1048610;va unidade contemplada (110V ou 220V); 2.12. Instalado e em plenas condições de uso; 2.13. Com manual de instruções.						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 5.963,6200	R\$ 172.944,9800	03/11/2020 15:38:41
	<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> DIGITALE <b>Modelo / Versão:</b> 5.0 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 CESTOS, COM PEDAL						
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	29	R\$ 6.000,0000	R\$ 174.000,0000	03/11/2020 13:14:50
	<b>Marca:</b> BS EQUIPAMENTOS <b>Fabricante:</b> BS EQUIPAMENTOS <b>Modelo / Versão:</b> DIGITALE 50 L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave: Para a esterilização de instrumentos utilizados em biologia molecular. 2.1. Autoclave tipo vertical para autoclavagem em alta pressão; 2.2. Capacidade de no mínimo 45 L; 2.3. Temperatura ajustada por microprocessador; 2.4. Com abertura superior; 2.5. Temperatura programável; 2.6. Caldeira (câmara) vertical cilíndrica, fabricada em aço inoxidável AISI 304 ou superior; 2.7. Porta com garnição de vedação resistente a altas temperaturas e proteção do operador contra calor; 2.8. Sistema de segurança de abertura da câmara dependente de temperatura e pressão; 2.9. Dispositivo com duas escalas, uma para a temperatura e outra para a pressão; 2.10. Com válvula de segurança de pressão; 2.11. Possibilidade de uso na voltagem compa&#1048662;vel com a respec&#1048610;va unidade contemplada (110V ou 220V); 2.12. Instalado e em plenas condições de uso; 2.13. Com manual de instruções						
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA	Sim	Sim	29	R\$ 8.900,0000	R\$ 258.100,0000	03/11/2020

LUQUETTI

**Marca:** Prismatec**Fabricante:** Prismatec**Modelo / Versão:** cs-50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Vertical CS 50 litros é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, industria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm<sup>2</sup> e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°, em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (MIn.Med.Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm<sup>2</sup>, correspondente a 127°C. marca prismatec

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 29 R\$ 11.200,0000 R\$ 324.800,0000 30/10/2020  
EQUIPAMENTOS PARA 14:36:48  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Prismatec**Fabricante:** Prismatec**Modelo / Versão:** CS-A-50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CS-A-50 – Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm<sup>2</sup> e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm<sup>2</sup>, correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Capacidade: 50 Litros; Tensão: 220 Volts; Potencia: 3000 Watts; Dimens. internas (diam. X alt.): 35 X 50; Dim. Externas (L x P x A cm na embalag.): 61 X 66 X 138; Peso: 60 Kg; Cestos (D x A x Quant.): 33 X 35 (01); Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 29 R\$ 50.000,0000 R\$ 1.450.000,0000 03/11/2020  
SERVICO LTDA 17:09:39

**Marca:** Prismatec**Fabricante:** Prismatec**Modelo / Versão:** vertical

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 2 CESTOS, COM PEDAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 11.200,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.900,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 6.000,0000	28.931.351/0001-35	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.963,6200	22.003.386/0001-28	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.963,6200	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.963,0000	35.764.167/0001-03	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.960,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.490,0000	28.931.351/0001-35	04/11/2020 11:15:18:550
R\$ 5.473,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:15:31:177
R\$ 5.462,9900	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:21:54:597
R\$ 5.452,9900	35.764.167/0001-03	04/11/2020 11:22:00:887
R\$ 5.437,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:22:06:740
R\$ 5.442,9900	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:22:13:783
R\$ 5.427,0000	35.764.167/0001-03	04/11/2020 11:22:18:350
R\$ 5.412,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:22:22:797
R\$ 5.400,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:22:29:653
R\$ 5.402,0000	35.764.167/0001-03	04/11/2020 11:22:33:227
R\$ 5.390,0000	35.764.167/0001-03	04/11/2020 11:22:39:497
R\$ 5.372,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:22:43:880
R\$ 4.920,0000	28.931.351/0001-35	04/11/2020 11:22:46:500
R\$ 4.910,0000	35.764.167/0001-03	04/11/2020 11:22:48:710
R\$ 4.490,0000	28.931.351/0001-35	04/11/2020 11:22:57:463
R\$ 4.480,0000	35.764.167/0001-03	04/11/2020 11:23:02:660
R\$ 4.900,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:23:14:933
R\$ 4.898,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:23:36:097
R\$ 4.380,0000	28.931.351/0001-35	04/11/2020 11:23:50:910

R\$ 11.198,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 11:23:55:617
R\$ 4.888,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:24:09:487
R\$ 4.887,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:24:35:913
R\$ 4.877,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:24:49:657
R\$ 4.800,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:24:58:600
R\$ 4.790,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:25:09:667
R\$ 4.750,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:25:18:550
R\$ 4.740,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:25:35:577
R\$ 4.700,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:25:44:180
R\$ 4.690,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:25:58:030
R\$ 4.650,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:26:07:667
R\$ 4.640,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:26:21:130
R\$ 4.600,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:26:28:950
R\$ 4.590,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:26:45:693
R\$ 4.550,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:27:04:343
R\$ 4.540,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:27:18:490
R\$ 4.530,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:27:33:233
R\$ 4.522,5000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:27:50:920
R\$ 4.520,0000	22.003.386/0001-28	04/11/2020 11:28:02:240

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:13:55	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:13:40	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 10:42:02	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 15:00:22	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio de comprovação documental de exclusão de penalidade.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 15:00:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 15:23:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Recusa	12/11/2020 16:48:19	Recusa da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.380,0000. Motivo: Licitante com impedimento indireto no SICAF para contratar com órgãos da união, razão pela qual a proposta será recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 17:02:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 17:20:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Em Análise	19/11/2020 09:58:15	Item Em Análise. Motivo: Análise para verificação técnica e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 14:24:07	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado para o envio de documentação comprobatória complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:24:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 15:41:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Em Análise	20/11/2020 11:24:16	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 10:42:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo para o envio de informações complementares.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 10:42:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 10:43:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 11:59:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Em Análise	01/12/2020	Item Em Análise. Motivo: Análise técnica.

11:07:29

Desfeito	Situação	04/12/2020	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aceitar proposta.
Em análise do Item		15:30:19	
Aceite		04/12/2020 15:30:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.480,0000. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias..
Habilitado		10/12/2020 08:12:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 3 - BALANÇA ANALÍTICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.574.184/0001-91	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L	Não	Não	54	R\$ 5.140,0000	R\$ 277.560,0000	03/11/2020 13:45:54
	<b>Marca:</b> EDUTEC <b>Fabricante:</b> ASTRAL <b>Modelo / Versão:</b> EQ9003F-B						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança analítica com calibração externa e tara automática: Especialmente desenvolvida para a realização de pesagens rápidas e precisas; sensor tipo célula eletromagnética; capacidade: 0 ~ 220g; precisão de leitura: 0,1mg (0,0001g); faixa de tara: 0 ~220g; desvio padrão de repetibilidade: 0,2mg, (0,0002g); erro de linearidade: ± 0,5mg (0,0005g); câmara de pesagem com janelas corrediças, moldadas em vidro temperado composta por 3 portas, sendo duas laterais e uma superior, para a proteção durante a pesagem; estrutura externa base em metal coberto por pintura epóxi e interna em aço inoxidável, design moderno; display digital LCD 50mm X 120mm, luz de fundo azul que permite uma leitura nítida dos resultados; painel com teclas soft touch para acesso as funções da balança; processador estático acoplado. Prato de pesagem inox: diâmetro 80mm; calibração externa através de peso padrão de 200g, autocalibração por teclado.						
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	54	R\$ 6.500,0000	R\$ 351.000,0000	03/11/2020 15:57:17
	<b>Marca:</b> Bel <b>Fabricante:</b> Bel <b>Modelo / Versão:</b> Ma 214-A-I						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ANALÍTICA M - 0,0001g modelo MA-214-A-I Marca Bel						
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	54	R\$ 10.000,0000	R\$ 540.000,0000	03/11/2020 09:01:11
	<b>Marca:</b> BSCL <b>Fabricante:</b> BSCL <b>Modelo / Versão:</b> FA-2204C						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> • BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001 G) CAPACIDADE 220 G. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232. - Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g; PESAGEM MÍNIMA: 0,0001g; SENSIBILIDADE: 0,0001g; REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g; ERRO LINEAR: ±0,0002g; TAMANHO DO PRATO: #1060;80 mm; CAPELA DE VIDRO: Sim; TEMPO PARA AQUECIMENTO:30-45 min; TAXA DE TARA: Toda a capacidade; TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga; TEMPO DE RESPOSTA: Menor ou igual a 8s; PESO DE CALIBRAÇÃO : CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim; COMUNICAÇÃO COM PC Saída: RS-232; UMIDADE AMBIENTE: 50-80%; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5 °C - 22,5 °C; PESO (KG): 7; SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC - Tensão: BIVOLT. - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado. GARANTIA 12 MESES. "						
38.068.391/0001-59	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 10.900,0000	R\$ 588.600,0000	03/11/2020 15:25:16
	<b>Marca:</b> SHIMADZU <b>Fabricante:</b> SHIMADZU <b>Modelo / Versão:</b> ATX-224						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> -AS BALANÇAS DA SÉRIE ATX SÃO AS MAIS RECENTES BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADAS COM A TECNOLOGIA UNIBLOC. -PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. -O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENsoRES ELETROMAGNÉTICOS. -FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. -NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. -FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. -AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. -DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. -FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. -MODO FóRMULAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. -FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. -FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA: A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE. -FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-						

DETERMINADOS PELO USUÁRIO. -FUNÇÃO MODO CAL: O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -CARGA MÁXIMA: 220 G -SENSIBILIDADE: 0,1 MG -REPETITIVIDADE: < 0,1 MG -LINEARIDADE: +/- 0,2 MG -CLASSE DE EXATIDÃO: I -UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, MG, QUILATE, MON, LIBRA, OZ, TAEL DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA), O (PARTE DE LIBRA) -VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V -FREQUÊNCIA: 50/60 HZ -TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C -TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS -DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) -DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM -CONSUMO DE ENERGIA: 7VA -PESO DO EQUIPAMENTO: 6,2 KG -POSSUI SAÍDA DIN (I/O) -CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO -MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014. -DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 57X40X52 ACOMPANHA CERTIFICADO RASTREÁVEL. MODELO ATX-224, MARCA SHIMADZU.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 54 R\$ 20.000,0000 R\$ 1.080.000,0000 03/11/2020  
SERVICO LTDA 17:09:39

**Marca:** Beleng

**Fabricante:** Beleng

**Modelo / Versão:** 220g

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TEMPO MEDIDA 2 S

13.324.282/0001-24 KASVI IMPORTACAO E Não Não 54 R\$ 30.342,0000 R\$ 1.638.468,0000 27/10/2020  
DISTRIBUICAO DE 16:51:55  
PRODUTOS PARA  
LABORA

**Marca:** SHIMADZU

**Fabricante:** SHIMADZU

**Modelo / Versão:** "SHIMADZU/ ATX224"

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA 220G COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA (INTERNA) Aplicação: A Balança eletrônica analítica é um equipamento de alto desempenho, fácil operação e leitura precisa. Amplamente utilizada em laboratórios de pesquisa, clínicos e industriais. Características: - Estrutura externa em ABS- Calibração automática (Interna - Tecnologia UniBloc) - Configuração rápida - Função Windows Direct: comunicação direta com o computador sem software - Função contagem de peças - Função comparadora - Display Analógico Informações Técnicas: Capacidade 220g Leitura 0,0001g (0,1mg) Repetividade(desvio padrão) = 0,1mg Linearidade ±0,2mg Tempo de Resposta 3 segundos aprox. Temperatura de Operação e Umidade 10-30°C / 20 -85% Tamanho do prato 91 mm de diâmetro Dimensões externas 213 x 356 x 338 (L x P x A) mm Peso aprox: 6,2 Kg Tensão: Bivolt automático (Fonte 12V, 1A) Portaria INMETRO: n° 54/2014 Apresentação: 1 Balança ATX224 1 Fonte de Alimentação 1 Manual de instruções Modelo: ATX224 Marca: SHIMADZU

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 30.342,0000	13.324.282/0001-24	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 10.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 6.500,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.140,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.100,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:15:16:507
R\$ 4.800,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:20:43:160
R\$ 10.890,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 11:23:09:020
R\$ 4.790,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:23:25:427
R\$ 4.650,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:23:33:407
R\$ 4.640,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:23:50:923
R\$ 4.600,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:23:57:927
R\$ 4.590,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:24:14:277
R\$ 4.550,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:24:19:197
R\$ 4.540,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:24:35:897
R\$ 4.520,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:24:40:680
R\$ 4.510,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:24:56:787
R\$ 4.480,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:25:05:467
R\$ 4.470,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:25:21:490
R\$ 4.400,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:25:26:403
R\$ 4.390,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:25:44:163
R\$ 4.150,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:25:53:853
R\$ 4.140,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:26:09:733
R\$ 4.100,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:26:15:827
R\$ 4.090,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:26:32:907
R\$ 3.980,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:26:39:377
R\$ 3.970,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:26:57:727
R\$ 3.940,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:27:03:557
R\$ 3.930,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:27:20:953
R\$ 3.900,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:27:26:217
R\$ 3.890,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:27:43:250
R\$ 3.840,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:27:59:947
R\$ 3.830,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:28:15:740
R\$ 3.810,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:28:19:800
R\$ 3.800,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:28:36:667
R\$ 3.780,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:28:46:863
R\$ 3.770,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:29:04:410

R\$ 3.760,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:29:19:520
R\$ 3.750,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:29:35:633
R\$ 3.740,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:29:42:850
R\$ 3.730,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:29:59:347
R\$ 3.700,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:30:06:433
R\$ 3.690,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:30:21:840
R\$ 3.675,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:30:28:590
R\$ 3.665,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:30:47:913
R\$ 3.655,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:30:56:487
R\$ 3.645,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:31:12:557
R\$ 3.635,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:31:22:640
R\$ 3.625,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:31:39:937
R\$ 3.615,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:31:47:190
R\$ 3.605,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:32:02:580
R\$ 3.595,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:32:52:380
R\$ 3.585,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:33:06:817
R\$ 3.575,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:34:08:797
R\$ 3.565,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 11:34:25:910
R\$ 3.500,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:34:53:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:15:06	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:00:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:51:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:52:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Em Análise	06/11/2020 10:39:22	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 15:51:09	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 15:51:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 15:52:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Recusa	12/11/2020 17:36:03	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 10:31:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 03.574.184/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:40:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 03.574.184/0001-91.
Em Análise	20/11/2020 11:25:37	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	20/11/2020 14:23:33	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Empresa com impedimento indireto de participar com a união, não comprovou através de documentos ter resolvido a pendência.
Recusa	20/11/2020 14:24:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 03.574.184/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 3.565,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a união.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 16:02:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento	20/11/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF:

do prazo de Convocação - Anexo	16:22:37	67.957.720/0001-10.
Em Análise	20/11/2020 16:25:08	Item Em Análise. Motivo: Análise técnica e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 11:14:30	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo para o envio de informações complementares.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 11:16:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 11:31:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Em Análise	01/12/2020 11:32:31	Item Em Análise. Motivo: Em análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:31:37	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita.
Aceite	01/12/2020 14:34:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.140,0000. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita. valor negociado via chat.
Habilitado	10/12/2020 08:13:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.140,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - BANHO SECO LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	57	R\$ 4.860,0000	R\$ 277.020,0000	03/11/2020 15:59:33
	<b>Marca:</b> Kasvi <b>Fabricante:</b> Kasvi <b>Modelo / Versão:</b> K80-01D K80-02D						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho seco As características do banho seco para 2 blocos garantem rápido aquecimento com estabilidade e precisão na temperatura das amostras. Utiliza blocos <sup>1</sup> de aquecimento intercambiáveis para atender a uma variedade de aplicações biológicas, incluindo digestão de enzimas de restrição, desnaturação de DNA, derretimento de ágar, estudos de coagulação e hibridização. BControlador Microprocessador Digital Tela LED Potência 500 W Controle de temperatura Temperatura Ambiente + 5°C até 160°C Incremento da temperatura 0,1° Calibração da temperatura Sim Uniformidade da temperatura ±0,5°C Precisão da Temperatura a 40°C ±0,5°C Precisão da Temperatura a 120°C ±1,0°C Timer 0 até 99h e 59min ou contínuo Tensão 110 V 220 V Frequência 50/60 Hz Dimensão (L x C x A) 260 x 220 x 100 mm Peso &#8776;5,5 kg marca Kasvi K80-01D K80-02D						
27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	Sim	Sim	57	R\$ 8.870,0000	R\$ 505.590,0000	29/10/2020 07:56:34
	<b>Marca:</b> MARCONI <b>Fabricante:</b> MARCONI <b>Modelo / Versão:</b> MA562/EA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR DE MICROPLACA MICROTITER PLATE SHAKER Aplicação: Ideal para diagnósticos médicos, pesquisas científicas, etc. Estrutura: - caixa de aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - dimensões em mm.: L= 330 X P= 330 X A= 300 - pés anti-deslizantes Homogeneização: - bloco em alumínio, removível, com dimensões em mm.: L= 95 X P= 95 X A= 54, compatível com tubos, microtubos e placas. - agitação orbital, com diâmetro de 3 mm. - controlador eletrônico de velocidade, ajustável de 200 a 2000 RPM, com escala de 0 a 10 - acompanha um bloco em alumínio, com 24 poços para tubos de PCR de 1,5 e 2 ml. Termostatização: - controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 100 C, estabilidade de +/- 0,2 C - segurança de sobreaquecimento: controlador de temperatura independente, com sensor, programáveis para que não ocorra sobreaquecimento em relação ao set point timer: - temporização programável até 100 horas, leitura digital, desliga ao final do tempo programado, com sono-alarme Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 60 hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL A RBC E INMETRO						
37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	57	R\$ 8.879,0000	R\$ 506.103,0000	04/11/2020 08:07:59
	<b>Marca:</b> Matoli <b>Fabricante:</b> Matoli Equipamentos para Laboratório <b>Modelo / Versão:</b> 250M005						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 04 - Banho seco com agitação (dry block) - modelo 250M005 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório ( <a href="http://www.matoli.com.br">www.matoli.com.br</a> ). Utilizado em análises que requerem aquecimento de pequenos volumes de amostras em meio seco, para extração de DNA de células e tecidos humanos; é também utilizado para evaporação e análise de DQO com agitação. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Bloco digestor e base do bloco em alumínio laminado obtendo excelente condutividade térmica (Capacidade para blocos para tubos de 0,2/0,5/1,5/2,0/15/50ml e bloco para placas de 96 poços); Controlador digital de temperatura microprocessado com tecnologia PID e trabalho de 5°C até 100°C com ajuste de 0,1°C e precisão de controle de 0,5°C com display duplo (indicação do set point e temperatura corrente); Temporizador digital para trabalhos até 100 horas; Controlador eletrônico de agitação para velocidade de 300 até 1500rpm; Botão para misturas rápidas; Compatível com tubos, microtubos e placas; Dimensões externas (LxPxA): 14 x 30 x 11cm; Potência: 180W; Entrada: 110V ou 220V – conforme especificado pelo solicitante. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de						

segurança em vigor. Acompanha: Bloco para tubos 24 microtubos de 1,5 - 2,0ml; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO Sim Sim 57 R\$ 8.879,8100 R\$ 506.149,1700 03/11/2020 16:53:34  
EIRELI

**Marca:** VULCAN

**Fabricante:** VULCAN

**Modelo / Versão:** VULCAN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho seco CATMAT: 414943 RMS: 81906569001 MARCA: VULCAN MODELO: BS-150-BI+BL4512

05.094.718/0001-08 LOCCUS DO BRASIL Sim Sim 57 R\$ 13.833,0000 R\$ 788.481,0000 04/11/2020 08:32:07  
LTDA

**Marca:** LOCCUS

**Fabricante:** LOCCUS

**Modelo / Versão:** BANHO SECO/ DBHC-S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho tipo bloco seco para a etapa de extração de DNA de células e tecidos humanos, com agitação compatível com diversos procedimentos de biologia molecular, tais como: conservação de amostras e enzimas em baixa temperatura, precipitação de proteínas, ensaios enzimáticos, incubação, desnaturação, ensaios com ácidos nucleicos em baixa temperatura e procedimentos in situ. Ajuste preciso de temperatura. Com capacidade para um bloco, intercambiável. Limites de Temperatura: 0 a 100°C; Velocidade de agitação: 150 a 1500rpm; Temporização: 01min a 99h59min; Potência: 290W; Programação: 09 programas de até 06 steps cada; Limite de Precisão: 0,1°C; Estabilidade: 0,2°C; Uniformidade: 0,5°C; Dimensões Externas: 30cm (comp.) X 22cm (larg.) X 17cm (alt.); Peso Total: 8,5Kg; Alimentação: 110V ou 220V, O equipamento é composto de display de cristal líquido e teclado de membrana sensível ao toque e emissão de alarmes sonoros, possui sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. A programação pode ser realizada com uma temperatura de set point e um intervalo de tempo ou ainda, executar o modo "holding". Acompanha o equipamento 1 cabo de força e 2 blocos de amostras: C- Para 35 tubos de 1,5mL; G- Para 12 tubos de 15mL; Blocos adicionais podem ser vendidos separadamente: A- Para 96 tubos de 0,2mL (ou 1 placa de PCR); B- Para 54 tubos de 0,5mL; D- Para 35 tubos de 2,0mL; E- Para 15 tubos de 0,5mL e 20 tubos de 1,5mL; F- Para 24 tubos de 12mm; H- Para 6 tubos de 50mL; I- Para banho maria (10,3cm x 6,7cm x 3,0cm); J- Para placas de ensaio com fundo chato; K- Para 24 tubos de 5mL; L- Para placas de ensaio com poços fundos. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Modelo: DBHC-S (BLOCOS C e G); Marca/Fabricante: Loccus; Procedência: Nacional; Garantia: 12 meses.

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 57 R\$ 27.500,0000 R\$ 1.567.500,0000 03/11/2020 18:57:12

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 88880127

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO SECO DIGITAL AGITACAO US PLUG • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 88880027 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Controle PID garante resultados consistentes na agitação e controle de temperatura preciso. • Faixa de agitação (depende do bloco): 150 a 1500 rpm • Faixa de temperatura: 5°C a 100°C. • Armazenamento de dados: Até 10 programas, cada um com até 10 passos. • Função de agitação em intervalos: faça momentos de agitação e não-agitação em um mesmo programa. • Dois tipos de modo cronômetro: iniciar a contagem assim que o protocolo tiver início ou apenas após atingir a temperatura desejada. • Blocos facilmente intercambiáveis. • Mostrador digital. • 2 anos de garantia. • Peso: 8,3 Kg. • Dimensões externas: 276 x 334 x 170 mm (largura x profundidade x altura). • 120V-60Hz • Referência: 88880027 Acompanha: 1 UND - BLOCO 24 TUBOS 1,5/2,0ML CÓM TAMPA PARA BANHO SECO • Compatível com os banhos secos 88880027 e 88880028 • Capacidade: 24 tubos de 1,5 / 2 mL • Peso aprox.: 1 kg • Referência: 88880127

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 13.833,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.879,8100	18.224.182/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.879,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.870,0000	27.081.522/0001-11	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.860,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.500,0000	27.081.522/0001-11	04/11/2020 11:17:06:750
R\$ 24.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 11:21:54:603
R\$ 7.490,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:22:41:777
R\$ 4.850,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:25:30:143
R\$ 4.830,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:25:57:927
R\$ 4.820,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:26:57:717
R\$ 4.810,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:27:13:230
R\$ 4.800,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:28:04:230
R\$ 4.790,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:28:22:807
R\$ 4.780,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:29:35:190
R\$ 4.750,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:30:04:087
R\$ 4.740,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:31:06:683
R\$ 4.720,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:31:25:467
R\$ 4.700,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:31:40:977
R\$ 12.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:31:47:937
R\$ 4.690,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:31:56:723
R\$ 4.650,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:33:13:630
R\$ 4.630,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:33:29:643
R\$ 4.600,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:33:50:253
R\$ 4.560,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:34:04:487
R\$ 4.550,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:35:02:347
R\$ 4.500,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:35:19:543

R\$ 4.490,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:36:15:057
R\$ 4.450,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:36:33:317
R\$ 4.400,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:37:16:810
R\$ 4.380,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:37:31:467
R\$ 4.350,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:38:00:487
R\$ 4.330,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:38:21:507
R\$ 4.300,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:38:58:990
R\$ 4.200,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:39:15:623
R\$ 4.180,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:39:41:267
R\$ 4.100,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:39:54:690
R\$ 4.090,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:40:29:687
R\$ 4.050,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:40:55:537
R\$ 4.000,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 11:41:21:017
R\$ 3.980,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:41:46:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:16:04	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:13:39	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 10:52:49	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:20:07	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo com proposta atualizada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:20:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:25:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 10:51:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:13:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Em Análise	20/11/2020 11:25:58	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	20/11/2020 14:52:55	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O produto ofertado não atende as especificações editalícias.
Recusa	20/11/2020 14:54:46	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.980,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as especificações editalícias.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 15:30:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 15:39:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Em Análise	20/11/2020 16:05:48	Item Em Análise. Motivo: Análise técnica e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 11:30:57	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Realização de diligência para colher informações complementares necessárias para a comprovação se o equipamento atende as exigências do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 11:31:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 11:56:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Em Análise	01/12/2020 11:09:01	Item Em Análise. Motivo: Análise técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:25:00	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.

Recusa	01/12/2020 14:25:21	Recusa da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	02/12/2020 16:04:00	Recusa da proposta. Fornecedor: M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: O licitante por não responder as insistentes convocações deste Pregoeiro, terá a sua proposta recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 17:11:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 17:22:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Recusa	03/12/2020 10:38:58	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 8.879,8100. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações do Edital e seus anexos.
Recusa	03/12/2020 11:12:00	Recusa da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Proposta recusada por estar acima do valor máximo estabelecido para a contratação e o licitante não ter aceitado reduzir o valor por ele proposto.
Recusa	03/12/2020 11:38:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 24.500,0000. Motivo: Proposta recusada por estar acima do valor máximo estabelecido para a contratação e o licitante não ter aceitado reduzir o valor por ele proposto.
Item cancelado no julgamento	03/12/2020 11:41:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado em razão das propostas não atenderem as especificações editalícias ou por estarem com os valores acima do máximo estabelecido para a contratação e a consequente recusa dos licitantes em negociar .

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - BANHO MARIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	11	R\$ 1.338,0000	R\$ 14.718,0000	03/11/2020 16:05:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA DIGITAL 10L – MOD. SLSD 10L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Entrada e saída de água - dreno; - Cuba em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas); - Grade interna em aço inox para proteção da resistência; - Painel com indicações de função, chave geral liga/desliga, teclado soft-touch; - Temperatura de trabalho: de ambiente +5°C até 100°C; - Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; - Precisão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1°C; - Homogeneidade: ± 1,0°C; - Sensor de temperatura tipo PT-100; - Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 de fácil substituição; - Capacidade: 10 litros; - Medidas internas: A = 15 x L = 30 x C = 24 cm; - Potência: 1000 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Tampa pingadeira em aço inox; - Suporte para proteção da resistência; - Fusível de proteção; - Manual de instruções com termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 1.338,0000	R\$ 14.718,0000	03/11/2020 17:55:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO MARIA DIGITAL LT 200/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127 ou 220V; Potência: 1250W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300   Comprimento=240   Altura=150mm; Dimensões Externa - Largura= 420   Comprimento=350   Altura=380mm; Peso: 7,2 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plugue de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.							
33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	11	R\$ 1.338,2900	R\$ 14.721,1900	03/11/2020 18:59:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banho Umido - Capacidade mínima: 10L; Resistência de aquecimento blindada construída em aço inox AISI 304 ou superior; Cuba interna em aço inox; Sistema para proteção da resistência e do sensor de temperatura em aço inox AISI 304Temperatura ajustável máxima de 100°C; Temperatura ajustada por microprocessador; Com tampa tipo pingadeira PS; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que os serviços serão prestados rigorosamente de acordo com as especificações do edital e seus anexos. Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos, nos submetendo ao seu exato e fiel cumprimento.							
24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE	Sim	Sim	11	R\$ 1.338,3900	R\$ 14.722,2900	03/11/2020

**MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E**
**Marca:** SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSD 10L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Painel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 30 X 24 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 33 x 27 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V (definir), Potência: 1000 Watts. 50/60Hz.

05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Sim Sim 11 R\$ 1.400,0000 R\$ 15.400,0000 30/10/2020 14:36:48

**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-150/10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-150/10 Marca: Solab – Banho Maria – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Dreno através de registro esfera. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Capacidade 10 litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1000 watts. - Dimensões internas (cuba) L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas aproximadas L=330 x P=390 x A=280 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 11 R\$ 1.950,0000 R\$ 21.450,0000 03/11/2020 15:11:08

**Marca:** NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 245

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 245 - Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 330 x 270 x 270 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno) e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 245. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Tampa lisa em aço inox AISI 304 estampado; Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 estampado; Sistema de nível constante; Galeria em plástico ou aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima; Rampas e Patamares; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA Sim Sim 11 R\$ 3.500,0000 R\$ 38.500,0000 03/11/2020 15:31:52

**Marca:** nova tecnica**Fabricante:** novatecnica**Modelo / Versão:** NT 245

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO MARIA - Para uso em biologia molecular. Capacidade total da cuba de 10L; Resistência de aquecimento blindada construída em aço inox AISI 304; Cuba interna em aço inox; Sistema para proteção da resistência e do sensor de temperatura em aço inox AISI 304; Temperatura ajustável máxima de 100°C; Temperatura ajustada por microprocessador; Com tampa tipo pingadeira; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada 110V ou 220V (especificar no pedido); Com manual de instruções.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.950,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.400,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.338,3900	24.237.168/0001-83	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.338,2900	33.554.685/0001-77	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.338,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.338,0000	13.825.298/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.320,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:16:52:417
R\$ 1.310,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:16:54:723
R\$ 1.293,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:16:56:790
R\$ 1.300,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 11:18:58:233
R\$ 1.299,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 11:20:10:960
R\$ 1.283,0000	24.237.168/0001-83	04/11/2020 11:23:10:713
R\$ 1.266,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:23:13:760

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:16:49	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	04/11/2020 14:02:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	04/11/2020 14:02:04	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 11:20:01	Item Em Análise. Motivo: Análise da proposta e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:21:27	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo com proposta atualizada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:21:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 16:00:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Em Análise	20/11/2020 11:24:45	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 11:51:46	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligencia complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 11:53:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 12:45:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Em Análise	01/12/2020 11:31:48	Item Em Análise. Motivo: Em análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	04/12/2020 15:45:07	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias.
Aceite	04/12/2020 15:45:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.266,0000. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias.
Habilitado	10/12/2020 08:13:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	47	R\$ 25.800,0000	R\$ 1.212.600,0000	03/11/2020 18:17:33
	<b>Marca:</b> ELETROSPITALAR <b>Fabricante:</b> ELETROSPITALAR <b>Modelo / Versão:</b> EL0450						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> - Cabine de segurança biológica de classe II: Tipo B2, com exaustão e 100% de renovação do ar. Projetada para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1;Com 2 filtros HEPA classe A3 NBR-6401 EU 4/4-com eficiência de no mínimo 99,99 % -DOP para partículas de 0,3 micron; Certificação conforme norma NSF 49 Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com plataforma de trabalho removível;. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento ver&#1048610;cal e sistema de contrapesosque permitem parar em qualquer ponto de seu curso; . Pré-filtro classe G3 sintético ou superior;. Disposit&#1048610;vo de segurança áudio visual quando a abertura do vidro frontal exceder aabertura de trabalho;. Disposit&#1048610;vo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidrototalmente fechado;. Itens inclusos - no mínimo:. 01 tomada auxiliar interna;. 01 lâmpada fria ou LED;. 01 lâmpada germicida (UV);. 01 duto flexível de alta resistência para instalação;. Dimensões externas com base:. - Largura entre 1100mm e 1400mm; . - Profundidade entre 700mm e 800mm;. -Altura com base entre 2000mm e 2500mm;. Possibilidade de uso na voltagem compa&#1048662;vel com a espec&#1048610;va unidade contemplada(110V ou 220V); Com manual de instruções. Equipamento isento do Registro da Anvisa						
34.999.660/0001-40	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	47	R\$ 30.000,0000	R\$ 1.410.000,0000	03/11/2020 22:28:38
	<b>Marca:</b> biogreen <b>Fabricante:</b> biogreen <b>Modelo / Versão:</b> BG CIIB2 40						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B2, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR S/RECIRCULAÇÃO DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO P/ FORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDICA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V						
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX -	Sim	Sim	47	R\$ 30.750,0000	R\$ 1.445.250,0000	27/10/2020

FABRICACAO DE  
FILTROS  
INDUSTRIAIS LTDA

**Marca:** ABS FILTEX

**Fabricante:** ABS FILTEX

**Modelo / Versão:** Compact Biologic 120 Classe II B2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine de segurança biológica de classe II: Tipo B2, com exaustão e 100% de renovação do ar. Projetada para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 Com 2 filtros HEPA classe A3 NBR-6401 EU 4/4-com eficiência de no mínimo 99.99 % – DOP para partículas de 0,3 micron; projetada conforme norma NSF 49; Câmara interna de trabalho mesa bi partida em inoxidável AISI 304 e Laterais em vidro 6mm temperado, com plataforma de trabalho removível; Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; Dispositivo de segurança áudio visual quando a abertura do vidro frontal exceder a abertura de trabalho; dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado; tens inclusos - no mínimo: 01 tomada auxiliar interna; 01 lâmpada fria ou LED; 01 lâmpada germicida (UV); 01 duto flexível de alta resistência para instalação; Dimensões externas com base: Largura entre 1100mm e 1400mm; - Profundidade entre 700mm e 800mm; -Altura com base entre 2000mm e 2500mm; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Modelo: Compact Biologic 120 Classe II B2 Procedência: Nacional NCM: 8421 3990

24.743.500/0001-81 SIMBLAB Sim Sim 47 R\$ 30.750,0000 R\$ 1.445.250,0000 27/10/2020  
11:35:09  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS -  
EIRELI

**Marca:** SIMBLAB

**Fabricante:** SIMBLAB

**Modelo / Versão:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA B2 MÉDIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetada para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Com 2 filtros HEPA classe A3 NBR-6401 EU 4/4-com eficiência de no mínimo 99.99 % – DOP para partículas de 0,3 micron; Certificação conforme norma NSF 49; Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com plataforma de trabalho removível; Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; Dispositivo de segurança áudio visual quando a abertura do vidro frontal exceder a abertura de trabalho; Dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado; Itens inclusos - no mínimo: 01 tomada auxiliar interna; 01 lâmpada fria ou LED; 01 lâmpada germicida (UV); 01 duto flexível de alta resistência para instalação; Dimensões externas com base: Largura entre 1100mm e 1400mm; Profundidade entre 700mm e 800mm; Altura com base entre 2000mm e 2500mm; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções.

17.126.672/0001-40 SOLUFIL Não Não 47 R\$ 30.750,0000 R\$ 1.445.250,0000 03/11/2020  
14:32:55  
FILTRACOM  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
FILTROS LTDA

**Marca:** SOLUFIL FILTRACOM

**Fabricante:** SOLUFIL FILTRACOM

**Modelo / Versão:** BIOFLUX II 120 B2 AG PM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • Câmara de Segurança Biológica classe II B2, ISO 5. • Altura interna útil de trabalho ( conforme tabela abaixo ) • Painel de Membrana com recurso para ajuste eletrônico de velocidade para possibilitar regulagem de velocidade e vazão do fluxo de ar. • Estrutura construída em Aço Galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, epóxi, de alta resistência. • Mesa de trabalho em Aço Inox AISI 304 acabamento padrão sanitário; • Filtro Absoluto classe H14 conforme ABNT NBR ISO 29463, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 µm; • Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia; • Baixíssimo consumo de energia; • Nível de ruído abaixo de 55 DB (A); • Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto do seu curso. • Visores laterais em vidro temperado de 6mm; • Baixo nível de vibração; • Iluminação LED na área de trabalho; • Lâmpada Germicida (UV); • 1 Tomada auxiliar (definir posição); • 5 ML de duto rígido; • Voltagem 220V/60HZ/Monofásico; • Rodízios traváveis para fácil movimentação com ajuste de altura; • Estação de trabalho ergonômica. Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. • Com manual de intruções O Painel de Membrana possui tela de cristal líquido e disponibiliza em tempo real os seguintes dados: #61694; Leitura do número de série de equipamento; #61694; Data de início de operação; #61694; Horímetro total e parcial com Reset; #61694; Número de acionamentos; #61694; Data da última e da próxima certificação; #61694; dP inicial e atual do filtro HEPA (manômetro); #61694; Data da última e próxima troca do filtro HEPA; #61694; Setup do dP para troca do filtro HEPA; #61694; Alarme sonoro de saturação do filtro HEPA; #61694; Número de desativações e reset do alarme sonoro; #61694; Ajuste de velocidade independente para cada moto-ventilador Dimensões MODELO 120 Dimensões L 1275 x P 700 x H 1995 Área útil L 1263 x P 595 x H 460 Alimentação 220 V, 60 Hz, Mono. Peso Total 150 kg Filtro Hepa 99,97% @ para 0,3 µm

35.382.879/0001-68 DAF LABOR Sim Sim 47 R\$ 30.750,0000 R\$ 1.445.250,0000 03/11/2020  
17:06:48  
EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIO  
EIRELI

**Marca:** LUTECH

**Fabricante:** LUTECH

**Modelo / Versão:** LSB B2-40

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2 - MOD. LSB B2-40 - MARCA: LUTECH - PROCEDÊNCIA NACIONAL A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1.Proteção ao operador e usuário; 2.Proteção a amostra manipulada ou produto; 3.Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. - Equipamento classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através de filtro HEPA (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Câmara interna totalmente em aço inox AISI 304 com mesa de trabalho removível para facilitar a limpeza; - Motor de insuflamento radial centrifugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão (externo) trifásico blindado com proteção IP55 conectado ao exaustor construído em fiberglass, sendo rotor, tipo limid-load, em poliuretano; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA absolutos plissados, classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Pré-filtro grosso classe G4,

conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm tipo guilhotina em corrediças telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Abertura total do vidro de 385mm, com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm indicando a instabilidade de fluxo de ar acima deste ponto; - Painel de comando intuitivo com tela em LCD com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de "menu" para acionamento das funções do equipamento como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Baixo nível de ruído < 65 dB; - Velocidade do ar: 0,50 m/s; - Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Alimentação: 220V em rede 60 Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão; - 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Duto flexível de alta resistência para instalação; - Base desmontável com rodízios giratórios que garante uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). DIMENSÃO INTERNA APROXIMADA: A = 620 x L = 1280 x P = 590mm; DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: A = 1440 x L = 1370 x P = 747mm;

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	47	R\$ 30.750,0000	R\$ 1.445.250,0000	04/11/2020 07:54:04
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** FILTERFLUX

**Fabricante:** FILTERFLUX

**Modelo / Versão:** SBIIB2-1266/4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-1266/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, Indústrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), lembrando que o ar exaurido para o meio ambiente já está filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV, Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviar, Zika vírus e outros vírus que acarreta perigo à saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca (superior ao aço carbono e a pintura Laca automotiva); Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado; Mesa de trabalho removível, facilitando na limpeza; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H13/H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.99% partículas de 0,3 micron. Um para insuflamento e outro para exaustão; Pré-filtro classe G4 EN779 sintético plissado de acordo com a norma NBR 16401-3, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado com deslocamento vertical podendo parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5º a qual proporciona maior conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico analógico com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 64 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20%; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 850W; Cabo de alimentação com dupla isolação com plug 2P + T; Ventilador tipo siroco; Motor monofásico WEG 1/3 cv para o insuflamento com proteção térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 2 CV para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de frequência WEG; 01 Tomada auxiliar interna 220 V (2P+T); 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria led 18 W 6000K; 01 lâmpada UV (germícidica) 30 W com timer de 1-60 min.; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível alumínizado de 250 mm de diâmetro e 5 m de comprimento; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão); Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; "

24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	47	R\$ 30.750,4300	R\$ 1.445.270,2100	03/11/2020 17:17:12
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** SPLABOR

**Fabricante:** SPLABOR

**Modelo / Versão:** SP-SBIIB2-960/4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B2, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR S/RECIRCULAÇÃO DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO P/ FORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V

38.068.391/0001-59	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	47	R\$ 40.200,0000	R\$ 1.889.400,0000	03/11/2020 15:25:16
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** PACHANE

**Fabricante:** PACHANE

**Modelo / Versão:** PA610

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA DE CLASSE II: TIPO B2, COM EXAUSTÃO E 100% DE RENOVAÇÃO DO AR. • EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS CLASSE 100 CONFORME ABNT – NBR 13.700, ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.644-1 E NSF49 • OFERECE PROTEÇÃO PARA A AMOSTRA, USUÁRIO E O AMBIENTE • CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI • ÁREA DE TRABALHO TODA EM AÇO INOX AISI 304 E ASSOALHO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA • VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO "GUILHOTINA" (SOBE E DESCE), PARA AJUSTÁ-LO EM QUALQUER POSIÇÃO, COM INCLINAÇÃO DE 8° (MELHOR CONFORTO PARA O OPERADOR DIMINUINDO REFLEXOS) • PRÉ FILTRO CLASSE G3 – SINTÉTICO • FILTRO HEPA CLASSE A3 -NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4 (99.99 % DE EFICIÊNCIA – DOP PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MÍCRON) • LÂMPADA UV • LÂMPADA FLUORESCENTE • TOMADA AUXILIAR – INTERNA • VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO • SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL COM: o HORÍMETRO E TIMER PARA LÂMPADA UV, o HORÍMETRO PARA CONTAGEM DE HORAS DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO • MANÔMETRO DIFERENCIAL DE PRESSÃO • SISTEMA DE ALARME ÁUDIO VISUAL PARA INDICAR A SATURAÇÃO DO FILTRO • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO • ALARME SONORO PARA ALERTAR O OPERADOR QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER A 200 MM, ABERTURA OPERACIONAL SEGURA • DUTO FLEXÍVEL (5M) • BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO | MOTOR EXTERNO PARA EXAUSTÃO DO AR DIMENSÕES EXTERNAS COM BASE: - LARGURA: 1140MM; - PROFUNDIDADE: 785MM; -ALTURA COM BASE: 2460MM; POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); MODELO PA610, MARCA PACHANE.

18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	47	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.350.000,0000	27/10/2020 15:01:24
--------------------	---------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** HEPA FILTROS

**Fabricante:** HEPA FILTROS EIRELI EPP

**Modelo / Versão:** HF-CSB-CII-B2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B2, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR S/RECIRCULAÇÃO DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO P/ FORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V - MARCA: HEPA FILTROS

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 47 R\$ 50.000,0000 R\$ 2.350.000,0000 03/11/2020 17:09:39

**Marca:** Pachane

**Fabricante:** Pachane

**Modelo / Versão:** B2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B2, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3,CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR S/RECIRCULAÇÃO DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO P/ FORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V

09.610.464/0001-94 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTO Não Não 47 R\$ 50.808,7800 R\$ 2.388.012,6600 03/11/2020 19:48:25

**Marca:** CONTROLAR

**Fabricante:** CONTROLAR

**Modelo / Versão:** BIOSAFE / ANVISA 810.32880001

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo B-2, modelo Biosafe B2 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta 100% de exaustão externa através de filtro HEPA, o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Câncer Institute – USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA-Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 – Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: •Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. •Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. •Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. •Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. •Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). •Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. •Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. •Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. •Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimetrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. •Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. •Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: •As cabines trabalham com 100% de exaustão externa sem recirculação ar. •Todos os Dutos e Plenum, contaminados com material particulado ou gases, estarão permanentemente negativizados, evitando possíveis vazamentos de ar contaminado para o ambiente de trabalho. •Caixa de Exaustão externa dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar. Dimensões externas aproximadas de 570x580x700 mm (AxLxP), e peso aproximado de 65 kg. •Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. •Nível de ruído abaixo de 70 dBA. •Plugue para tomada padrão 3 pinos / 20A / 220V Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen", Botões de acionamento na própria tela, Indicador visual para saturação dos filtros HEPA, Controle eletrônico da velocidade Timer liga/desliga da cabine, Timer para lâmpada germicida (acessório opcional), Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida, Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário, Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão, Sistema de intertravamento para lâmpada germicida (acessório opcional): Data e hora, Data da última certificação autorizada, Histórico de registros e ocorrências Dutos e Curvas Inclusos: •03 metros de duto de PVC com diâmetro de 300 mm. •02 Curvas de PVC de 90° com diâmetro de 300 mm. Requerimentos de exaustão: Os requerimentos de vazão de exaustão e pressão de sucção logo após o filtro de exaustão, antes de qualquer redução, são os seguintes para cada modelo: Biosafe-09 Classe II Tipo B2: 1000 m³/h, #916; P 350 Pa Item 6 - Biosafe-12 B2 c/ área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.532 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.847 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 1.210 mm, Profundidade: 600 mm. Obs.: Para uma instalação padrão, o ideal é que tenhamos 2.600 mm de pé direito (altura) da sala. Peso aproximado: 345,0 kg Características elétricas •Tensão de Alimentação: 220V •Nº de fases: Monofásico •Frequência: 60 Hz •Potência total: 1600 watts INCLUSO: - 01 tomada auxiliar 220w; - 01 lâmpada germicida 30w; - Dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado - Instalação - Certificação de Fábrica DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 47 R\$ 243.000,0000 R\$ 11.421.000,0000 03/11/2020 18:57:12

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 1518

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE BIOSSEGURANÇA FLUXO VERTICAL 1518 CLASSE II B2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 1518 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Cabine de Segurança Biológica de fluxo laminar, Classe II Tipo B2, Série 1500 • Área da superfície de trabalho: 0,55 m² • Fluxo laminar vertical • Display na linha de visão permite ver o gabinete funcionando com segurança e facilita controles do usuário • SmartFlow para compensação inteligente do downflow • Indicador da velocidade do fluxo de ar • Cortina de ar, formando barreira de proteção • 100% de exaustão • Motor DC com eficiência energética • Interior em aço inoxidável • Janela inclinada a 10 ° para postura ergonômica do operador, reduz a tensão e a fadiga associadas a longas horas de trabalho reduzindo condições de risco • Lâmpada UV temporizada para descontaminação da área de trabalho • Bandeja de trabalho em peça única, em aço inoxidável, minimiza derrama na bandeja de drenagem • Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm • Alarme visual e audível em caso de velocidade incorreta do fluxo de ar • Janela frontal de vidro temperado • Duas tomadas internas • Nível de ruído: 65 dBA • Dimensões externas (P x L x A): 80,3 x 137,9 x 184,4 cm • Dimensões da embalagem (P x L x A): 111,8 x 182,9 x 205,7 • Dimensões internas (P x L x A): 64,8 x 123,2 x 65,3-74,2 cm • Peso líquido: 247 kg • Peso bruto: 293 kg • Requisitos elétricos: 230V, 50/60 Hz • Receptáculos internos e cabo de alimentação: Nema 6-15 • Receptáculos (parede traseira): 2 duplex • Possui certificações: NSF/ANSI 49, ETL, ETL, CE • Referência: 1518

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 243.000,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 50.808,7800	09.610.464/0001-94	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 50.000,0000	18.356.005/0001-17	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 09:30:23:020

R\$ 40.200,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.750,4300	24.237.168/0001-83	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.750,0000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.750,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.750,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.750,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.750,0000	08.040.473/0001-24	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 25.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 25.750,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:31:37:770
R\$ 25.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:32:01:497
R\$ 24.950,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:32:05:977
R\$ 24.500,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:32:38:183
R\$ 24.450,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:32:40:113
R\$ 24.350,0000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 11:32:52:390
R\$ 24.300,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:32:57:780
R\$ 24.290,0000	24.237.168/0001-83	04/11/2020 11:33:20:490
R\$ 24.000,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:33:29:653
R\$ 23.950,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:33:32:687
R\$ 28.000,0000	08.040.473/0001-24	04/11/2020 11:34:05:693
R\$ 23.900,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:34:30:743
R\$ 23.850,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:34:33:787
R\$ 22.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:35:24:183
R\$ 21.950,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:36:23:917
R\$ 21.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:36:38:260
R\$ 20.950,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:36:42:040
R\$ 20.873,8300	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:37:31:493
R\$ 20.823,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:37:35:693
R\$ 20.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:37:45:860
R\$ 20.500,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:37:50:340
R\$ 230.000,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 11:37:54:790
R\$ 20.450,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:37:54:927
R\$ 20.400,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:38:02:283
R\$ 20.350,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:38:06:463
R\$ 20.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:38:08:240
R\$ 19.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:38:19:270
R\$ 19.500,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:38:33:167
R\$ 19.850,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:38:34:120
R\$ 19.200,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:38:43:270
R\$ 19.400,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:38:44:287
R\$ 19.150,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:38:54:093
R\$ 19.000,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:38:58:987
R\$ 1.849,8000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:39:17:670
R\$ 18.900,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:39:27:817
R\$ 18.500,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:40:02:257
R\$ 19.300,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:40:16:393
R\$ 18.500,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:40:31:490
R\$ 23.400,0000	24.237.168/0001-83	04/11/2020 11:41:11:573
R\$ 31.198,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 11:41:21:007
R\$ 18.490,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:41:35:750
R\$ 18.000,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:42:31:620
R\$ 21.499,9000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 11:42:43:173
R\$ 17.900,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:42:50:920
R\$ 17.800,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:44:13:017
R\$ 17.600,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:44:31:227
R\$ 17.500,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:45:18:003
R\$ 17.400,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:45:38:083
R\$ 17.300,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:45:58:107
R\$ 17.200,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:46:14:747
R\$ 17.100,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:46:47:633
R\$ 16.900,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:47:13:193
R\$ 16.800,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:47:48:570
R\$ 16.600,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:48:22:183
R\$ 16.550,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:49:13:297
R\$ 16.500,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:49:30:160

R\$ 16.450,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:49:52:733
R\$ 16.200,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:50:15:167
R\$ 16.100,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:50:35:577
R\$ 16.000,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:50:53:920
R\$ 15.500,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:51:24:630
R\$ 15.400,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:51:43:107
R\$ 15.350,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:52:02:687
R\$ 15.250,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:52:17:807
R\$ 15.100,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:52:32:293
R\$ 15.000,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:52:46:773
R\$ 14.950,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:53:11:660
R\$ 14.900,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:53:27:377
R\$ 14.850,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:54:02:827
R\$ 14.500,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:54:21:867
R\$ 14.400,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:54:55:123
R\$ 14.300,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:56:18:170
R\$ 14.300,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:57:47:997
R\$ 14.200,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 11:58:13:073
R\$ 14.200,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:58:36:957
R\$ 14.190,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 12:00:24:783
R\$ 14.190,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 12:00:52:380

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:31:34	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:09:00	Item encerrado.
Recusa	06/11/2020 11:25:40	Recusa da proposta. Fornecedor: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.849,8000. Motivo: Proposta recusada atendendo pedido do licitante que alegou erro de digitação na formulação do lance.
Em Análise	06/11/2020 12:03:16	Item Em Análise. Motivo: Proposta em analise sobre a viabilidade técnica e conformidade documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	06/11/2020 17:19:39	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Retorno para o reenvio da proposta readequada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 17:19:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 17:24:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Em Análise	06/11/2020 17:31:14	Item Em Análise. Motivo: Item submetido a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 11:10:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Anexo convocado para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:10:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 13:42:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Em Análise	20/11/2020 11:26:29	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 14:16:40	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise de documentos
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 14:17:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 15:59:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Em Análise	01/12/2020 11:33:10	Item Em Análise. Motivo: Em análise
Desfeito	01/12/2020	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações

Situação Em análise do Item	14:27:07	técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 17:49:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 18:15:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Recusa	03/12/2020 17:17:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 14.190,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas previstas no instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:46:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA, CNPJ/CPF: 17.126.672/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:02:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA, CNPJ/CPF: 17.126.672/0001-40.
Recusa	07/12/2020 16:19:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA, CNPJ/CPF: 17.126.672/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 14.190,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 09:56:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 09:57:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Aceite	08/12/2020 11:53:11	ACEITE individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.300,0000 e com valor negociado a R\$ 17.000,0000. Motivo: A proposta atende as especificações técnicas e será aceita pelo valor negociado via chat.
Habilitado	10/12/2020 08:14:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - CAPELA EXAUSTÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.999.660/0001-40	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	63	R\$ 3.000,0000	R\$ 189.000,0000	03/11/2020 22:28:38
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000 M3/H						
24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	63	R\$ 3.176,0000	R\$ 200.088,0000	27/10/2020 11:35:09
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA EXAUSTÃO TAMANHO G						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	63	R\$ 3.176,0000	R\$ 200.088,0000	30/10/2020 14:36:48
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-602/V Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbinha em material resistente. - Dutos de exaustão em PVC: 100 mm de diâmetro. - Motor de 1/2 HP. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 570 mm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 15. - Dimensões internas L=100 x P=60 x A=110 cm.. - Dimensões externas (c/ motor) L=101 x P=62 x A=146 cm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia contra defeitos de fabricação.						

35.382.879/0001-68 DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Sim Sim 63 R\$ 3.176,0000 R\$ 200.088,0000 03/11/2020 17:06:48

**Marca:** LUTECH

**Fabricante:** LUTECH

**Modelo / Versão:** LCE-15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES – MOD. LCE-15 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 ( $\pm$  0,5) mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, uma tomada auxiliar na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; - Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; - Voltagem: 220V; - Exaustão: 15m<sup>3</sup>/min; - Acompanha: base estrutural para apoio do equipamento; DIMENSÕES INTERNAS: L = 1100 x P = 660 x A = 1045 mm; DIMENSÕES EXTERNAS: L = 1135 x P = 690 x A = 1110 mm; DIMENSÕES EXTERNAS C / MOTOR: L = 1135 x P = 690 x A = 1510 mm; INCLUSO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

08.604.260/0001-88 AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS Sim Sim 63 R\$ 3.176,8800 R\$ 200.143,4400 03/11/2020 17:23:17

**Marca:** AMAZONLAB

**Fabricante:** AMAZONLAB

**Modelo / Versão:** CEA-850

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela para Exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 20 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto, uma tomada universal 2P+T, uma válvula para GPL 3/8, uma torneira plástica para água fria com maçaneta indicadora a cor do fluido DIN 12920, uma pia interna em PEAD para descarte de líquidos com dreno. - Exaustor tipo centrifugo EA-150, caracol em fiberglass com saídas ø 150 mm e ventoinha em PP, motor elétrico bifásico blindado 1/4 CV 04 polos, potência 185 W, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 18m³/min, voltagem 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 1100 x 650 x 1000 mm.

18.356.005/0001-17 HEPA FILTROS EIRELI Sim Sim 63 R\$ 5.000,0000 R\$ 315.000,0000 27/10/2020 15:01:24

**Marca:** HEPA FILTROS

**Fabricante:** HEPA FILTROS EIRELI EPP

**Modelo / Versão:** HF-CEX-2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000 M3/H MARCA HEPA FILTROS

17.126.672/0001-40 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA Não Não 63 R\$ 8.000,0000 R\$ 504.000,0000 03/11/2020 14:32:55

**Marca:** SOLUFIL FILTRACOM

**Fabricante:** SOLUFIL FILTRACOM

**Modelo / Versão:** CAPELA DE EXAUSTAO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela para exaustão de gases. &#9642; Confeccionada em fibra de vidro; &#9642; Com dispensa de instalação especial em alvenaria; &#9642; Porta frontal em vidro temperado com deslocamento ver&#1048610;cal e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; &#9642; Iluminação interna com lâmpada fria ou LED; &#9642; Com no mínimo uma tomada interna; &#9642; Dimensões externas: Largura entre 1000 mm e 1200mm; Profundidade entre 600mm e 750mm; Altura com base entre 900mm e 1500mm; &#9642; Instalado e em plenas condições de uso; &#9642; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); &#9642; Com manual de instruções

37.266.331/0001-88 LIMPMAIS COMERCIAL EIRELI Sim Sim 63 R\$ 10.000,0000 R\$ 630.000,0000 03/11/2020 18:22:40

**Marca:** UNION

**Fabricante:** UNION

**Modelo / Versão:** Capela de exaustão

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela de exaustão: Capela para exaustão de gases. 7.1. Confeccionada em fibra de vidro; 7.2. Com dispensa de instalação especial em alvenaria; 7.3. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento ver&#1048610;cal e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; 7.4. Iluminação interna com lâmpada fria ou LED; 7.5. Com no mínimo uma tomada interna; 7.6. Dimensões externas: 7.7. - Largura entre 1000 mm e 1200mm; 7.8. - Profundidade entre 600mm e 750mm; 7.9. -Altura com base entre 900mm e 1500mm; 7.10. Instalado e em plenas condições de uso; 7.11. Possibilidade de uso na voltagem compa&#65533;vel com a respeç&#65533;va unidade contemplada (110V ou 220V); 7.12. Com manual de instruções.

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO Sim Sim 63 R\$ 15.000,0000 R\$ 945.000,0000 04/11/2020 09:05:02

**Marca:** LUTECH

**Fabricante:** LUTECH

**Modelo / Versão:** LCE 15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM DISPENSA DE INSTALAÇÃO ESPECIAL EM ALVANERARIA PORTAL FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM DESLOCAMENTO VERTICAL E SISTEMA DE CONTRAPESOS QUE PERMITEM PARA EM QUALQUER PONTO DE CURSO. IMULINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADA FRIA OU LED COM NO MINIMO UMA TOMADA INTERNA COM MANUAL DE INSTRUÇÃO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 15.000,0000	29.332.265/0001-79	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 10.000,0000	37.266.331/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.000,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.000,0000	18.356.005/0001-17	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 3.176,8800	08.604.260/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 3.176,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 3.176,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 3.176,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 3.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.950,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:32:07:687
R\$ 2.900,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 11:32:52:390
R\$ 2.850,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:32:57:797
R\$ 5.600,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 11:33:09:480
R\$ 2.600,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:35:41:197
R\$ 2.550,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:35:45:860
R\$ 3.582,0000	29.332.265/0001-79	04/11/2020 11:36:13:207
R\$ 2.500,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 11:37:03:000
R\$ 2.450,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:37:08:037
R\$ 2.438,5000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:37:40:700
R\$ 2.388,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:37:54:813
R\$ 2.370,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:39:21:113
R\$ 2.320,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:39:38:463
R\$ 2.240,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:39:57:953
R\$ 2.190,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:40:05:820
R\$ 3.900,0000	37.266.331/0001-88	04/11/2020 11:40:19:710
R\$ 2.150,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:40:37:007
R\$ 2.890,0000	08.604.260/0001-88	04/11/2020 11:40:37:957
R\$ 2.100,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:40:51:220
R\$ 2.090,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:41:06:110
R\$ 2.040,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:41:07:973
R\$ 2.030,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:41:20:987
R\$ 1.980,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:41:31:813
R\$ 1.970,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:41:40:810
R\$ 1.920,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:41:53:327
R\$ 1.910,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:42:05:267
R\$ 1.860,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:42:06:220
R\$ 1.850,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:42:23:830
R\$ 1.800,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:42:25:787
R\$ 1.790,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:42:50:933
R\$ 1.773,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 11:42:55:230
R\$ 1.750,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 11:43:25:170

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:32:04	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:09:01	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 11:41:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta em analise sobre a viabilidade técnica e conformidade documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	06/11/2020 11:44:10	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Excluída da solicitação de análise para que a proposta seja reformulada com apenas um item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 11:45:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 11:46:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Em Análise	06/11/2020 14:34:36	Item Em Análise. Motivo: Item em análise para averiguação da proposta.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 15:37:12	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 15:37:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 16:31:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:20:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:30:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Em Análise	20/11/2020 11:26:52	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:27:51	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 14:28:04	Recusa da proposta. Fornecedor: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:36:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 18:12:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite	04/12/2020 14:10:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.773,0000. Motivo: A proposta será aceita por atender o especificado no Edital.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 8 - CENTRÍFUGA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	44	R\$ 9.500,0000	R\$ 418.000,0000	03/11/2020 15:11:08

**Marca:** NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 812 - ROTOR DE MICROPLACAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 812 Centrifuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 630 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrifuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e amortecedor e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 470 x 570 x 380 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 0,5 CV. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127V, ou 220V, ou BIVOLT (a especificar) 50/60 Hz, potência de 500 W. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrifuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 6.000 rpm e força máxima até 5.275 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.163 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 6 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.163 xg. Rotor Horizontal em alumínio de 2 posições para microplacas, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 2.698 xg. Capacidades dos rotores Rotor de Ângulo Fixo com capacidade máxima de 400 ml, sendo: 12 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 4 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 420 ml, sendo: 28 x 5 ml; ou 28x10ml; ou 28x15ml; ou 20x10 ml; ou 20x15 ml; ou 4x50 ml; ou 4x100 ml. Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 630 ml, sendo: 42 x 5 ml; ou 42 x 10 ml; ou 42 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 6 x 100 ml; (outras capacidades sob consulta). 4 microplacas de 96 poços; ou 2 deep well Rotor Horizontal para microplacas com capacidade para 4 microplacas de 96 poços (sendo 2 microplacas por suporte); ou 2 deep well; (outras capacidades sob consulta). ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor (Horizontal ou Ângulo Fixo ou rotor de microplacas); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 812. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; adaptadores extras.

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	44	R\$ 9.600,0000	R\$ 422.400,0000	03/11/2020 16:01:20
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Kasvi**Fabricante:** Kasvi**Modelo / Versão:** K14-0296

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga para PCR Modelo K14-0296 RPM máximo 2.500 rpm RCF máximo 500 xg Temperatura de funcionamento 5°C ~ 40°C Umidade relativa 80% Capacidade máxima 2 microplacas de PCR 96 e 384 poços (com ou sem borda) Tipo de rotor Ângulo fixo/eixo vertical Timer 01 segundo a 99 segundos Display LED Nível de ruído 60 dB Tensão AC 110/220 V Frequência 50/60 Hz Potência 60 W Peso 3,0 kg Dimensão (L x C x A) 219 x 190 x 186 mm Raio do rotor 61 mm Ângulo do rotor 90°

13.440.815/0001-33	VITRALAB	Sim	Sim	44	R\$ 10.000,0000	R\$ 440.000,0000	03/11/2020
--------------------	----------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------

**EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E**
**Marca:** DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DTMPL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Microcentrífuga para 2 Microplacas de PCR 2500RPM. A microcentrífuga para microplacas de PCR marca Daiki é um equipamento muito estável, moderno e de fácil utilização e manuseio. Opera com rotor de ângulo fixo vertical e possui display em LED que facilita a visualização dos parâmetros. Além disso, o ruído produzido durante a operação é muito baixo. Conteúdo: • 1 Microcentrífuga para microplacas de PCR • 1 Rotor de ângulo fixo (instalado no equipamento) • 1 Cabo de energia 3 pinos • 1 Manual de instruções em português Assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação Velocidade: 2800rpm Força máxima (RCF): 627xg Ruído: &#8804; 60dB Rotor: 2 Microplacas de PCR (com ou sem borda) Tipo de Rotor: Ângulo Fixo Display: LED Timer: 1s a 99s ou operação curto-contínua Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxH): 219 x 190 x 186mm Peso: 2,7 kg "

60.521.853/0001-09 DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Sim Sim 44 R\$ 27.250,0000 R\$ 1.199.000,0000 04/11/2020 08:46:25

**Marca:** Tomos**Fabricante:** Tomos Life Science Group Pte Ltd**Modelo / Versão:** MP25 (3000003)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de Microplacas. Capacidade: 2 microplacas de 96 poços de 0,2ml na posição horizontal Velocidade de rotação: 2500 rpm // 500 rcf Dimensões: 225 x 190 x 120 mm Peso: 3 Kg

13.518.301/0001-53 AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA Sim Sim 44 R\$ 28.980,0000 R\$ 1.275.120,0000 04/11/2020 08:41:58

**Marca:** Própria**Fabricante:** INBRAS**Modelo / Versão:** ALB 60 CS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga modelo ALB 60 CS, Marca INBRAS, procedência nacional, com capacidade DE 06 MICROPLACAS SENDO 3 EM CADA CAÇAPA SOBREPOSTA Tensão: BIVOLT AUTOMÁTICO, Potência: 800W, Corrente: 8A, Frequência: 50/60 HZ, Painel: TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO, (OPCIONAL TELA DE TOUCH DE 5 POLEGADAS) Carcaça: CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,BACIA INTERNA (CUBA DE CENTRIFUGAÇÃO) CHAPA SUPERIOR INTERNA E ACABAMENTO SUPERIOR EM AÇO INOX 304. Software: 12 PROGRAMAS (TÉCNICAS) DISPONÍVEIS,ONDE É POSSIVEL EDITAR O NOME, TEMPO E VELOCIDADE A SER PPROGRAMADA,TRAVA ELETRÔNICA E MECÂNICA DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE TAMPA NO CASO DE FALTA DE ENERGIA SENSOR DE DESBALANCEAMENTO ,Número de registro na Anvisa: 80929400007, Classe de : . CLASSE 1 - BAIXO RISCO, Observações: TEMPORIZADOR: PROGRAMÁVEL DE 1 A 999 MINUTOS, Velocidade: 200 a 3.500 RPM - FORÇA G MAXIMA 3200G (VELOCIDADE ATÉ 4.000 RPM OPCIONAL), Pés de fixação: TIPO VENTOSA, MOTOR: TRIFASICO, ISENTO DE ESCOVAS, Acionamento do Motor: INVERSOR DE FREQUENCIA, Rotor/ Cruzeta: EM ALUMINIO, Sensor de desbalanceamento: MECÂNICO COM MICRO SWITCH, DISPLAY: LCD 04 X 20 LINHAS AZUL OU TELA DE TOUCH DE 5 POLEGADAS. Trava da tampa: mecânica para fechamento/eletônica -quando em funcionamento.

05.094.718/0001-08 LOCCUS DO BRASIL LTDA Sim Sim 44 R\$ 30.000,0000 R\$ 1.320.000,0000 04/11/2020 08:32:07

**Marca:** LOCCUS**Fabricante:** LOCCUS**Modelo / Versão:** CENTRIFUGA/ PLATESPIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de microplacas de 384, 96 ou 48 poços (1/2 placa). Acomoda placas com borda, meia borda ou sem borda (saia). Ideal para utilização com placas padrão, para PCR. Tiras de PCR podem ser utilizadas com adaptador, não incluso. Rotor verticalmente fixado. A placa deve ser inserida verticalmente no rotor de modo que a tensão superficial não permita que o líquido seja derramado. Rápida centrifugação e condensação. Operação silenciosa. Motor de indução, sem escovas. Equipamento livre de manutenções periódicas. A centrifugação é iniciada ao pressionar a tecla "short" e continua pelo período em que a tecla permanece pressionada. Atinge a velocidade máxima (2.800rpm) em poucos segundos. Após soltar a tecla, a frenagem ocorre automaticamente até a parada completa do rotor. Sistema temporizador com ajuste de 1 a 99 segundos. Sistema de segurança impede que a tampa seja aberta durante a centrifugação, sua abertura promove a parada do rotor. A abertura da tampa é acionada por botão. Possui adaptador exclusivo para utilização com microplacas de 48 poços. Especificações: Velocidade máxima: 2800rpm; Força centrifuga relativa (RCF): 600 xg; Capacidade: até 2 microplacas de 384, 96 ou 48 poços (1/2 placa) com ou sem borda; Temperatura de operação: 4°C a 35°C; Nível de ruído: &#8804; 55dB; Alimentação: bivolt automático - 50Hz/60Hz; Dimensões (CxLxH): 22x24,5x20cm; Peso: 2,5kg. A centrifuga de placas PlateSpin inclui: - 1 rotor fixo de 2 posições; - 2 adaptadores para placas de 48 poços; - cabo de alimentação; - manual de instruções em português. Equipamento totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: PLATESPIN; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL EIRELI Sim Sim 44 R\$ 34.785,0000 R\$ 1.530.540,0000 03/11/2020 18:03:33

**Marca:** SPINLAB**Fabricante:** SPINLAB**Modelo / Versão:** BIO L500 + Rotor Bio 5400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DIGITAL de bancada para 4 microplacas de 96 poços de 0,2 ml na posição horizontal. versátil, microprocessador de alta precisão, velocidade ajustável até 5.000 RPM PAINEL DIGITAL (LCD) Painel digital de 5 polegadas para indicação da velocidade (RPM) Força centrífuga relativa (RCF) CONTROLES Por botão no painel (tipo membrana) e giratório para: - Controle da rotação (velocidade) - Corridas curtas (short spin) - Start (ativação) - Força centrífuga relativa (RCF) VELOCIDADE PROGRESSIVA (SEGURANÇA) Sistema de proteção que faz a centrifuga iniciar a velocidade progressivamente (suave) e que evita o desbalanceamento do rotor em caso de excesso de carga (overspeed) e velocidade (overspeed) DESBALANCEAMENTO DO ROTOR (ALARME) Identificação automática de erro e desbalanceamento do rotor com pausa na operação e indicação através de sinal sonoro e texto no LCD ao mesmo tempo TAMPA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Tampa equipada com dispositivo de segurança que evita funcionamento da centrifuga com tampa aberta IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS ROTORES (ALARME) Centrifuga com dispositivo automático para identificação de erro nos rotores, com sinal sonoro e visual no display LCD INCREMENTO DA VELOCIDADE EM RPM/RCF Controle da velocidade de rotação e força centrífuga ajustada em passos de 10 RPM ou 10xg CENTRIFUGAÇÕES RÁPIDAS (SHORT SPIN) Programação comum do tempo ou centrifugação rápidas 10 RAMPAS DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO 10 Ramps de velocidade para aceleração e desaceleração (frenagem), permitindo procedimentos com qualquer tipo de amostra, desde as sensíveis a variações de velocidade até as mais robustas, permitindo procedimentos com qualquer tipo de amostra VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) - Com velocidade máxima de até 5.000 RPM, com rotor horizontal - Com precisão de ±50 RPM VELOCIDADE MÁXIMA EM RCF 4.980 xg CONTROLE DE TEMPO (TIMER) Controle de tempo de 1 min até 1 hora, 59 minutos e 59 segundos, ou operação em modo contínuo ou programado (short spin). Precisão ± 1 segundo CÂMARA INTERNA DE CENTRIFUGAÇÃO Câmara de aço inox, resistente, estrutura única e ergonômica da bacia com altura de 28 cm para fácil acesso, apropriada para centrifugações de uso contínuo e manuseio do rotor MOTOR SEM ESCOVA - Motor com frequência variável (VFDs), livre de manutenção que possibilita a rotação estável e a velocidade do motor mais precisa - Sistema de suspensão com molas independentes FRENAGEM Automática (super-rápida) NÍVEL DE RUÍDO Aproximado &#8804; 65 decibéis (dB) PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO Centrifuga fabricada segundo os padrões ISO 9001 e CE ROTORES ESTERELIZAVEIS POR AUTOCLAVAGEM POTÊNCIA DO MOTOR (CONSUMO) : 450 Watts CAPACIDADE MÁXIMA DA CARGA : 480 ml ESTRUTURA ; Corpo em ABS durável, fácil limpeza PESO DA CENTRÍFUGA :30kg (sem rotor) DIMENSÕES Altura

465mm (height) x Largura: 585mm (width) x Comprimento 462mm (depth) VOLTAGEM/FREQUÊNCIA: 110 ou 220 Volts/230 Volts (50/60 Hz) O CONJUNTO É COMPOSTO POR 01 Centrífuga L500 01 Cabo de energia 01 Manual de instruções 01 ROTOR HORIZONTAL para 4 microplacas de 96 poços de 0,2ml na posição horizontal (3.500 RPM) (2.120 RCF). Compatível com a maioria das placas de microtitulação, Elisa, PCR padrão, real time existentes no mercado, com meia borda, borda inteira e sem borda. Garantia: 12 meses.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	44	R\$ 34.788,0000	R\$ 1.530.672,0000	30/10/2020 14:36:48
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-700

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa <56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isoliação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensões externas: L=535 x P= 650 x A=420 mm - Procedência: Nacional. Acompanha: - RH4C3500 / 3.500 RPM / Rotor de cruzeta em alumínio laminado anodizado com 4 caçapas e capacidade máxima para tubos até 600 ml; - SM4-96 / 2.800 RPM / Suporte para 4 microplacas de 96 wells; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	44	R\$ 34.788,0000	R\$ 1.530.672,0000	03/11/2020 16:05:31
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** K14-0296

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA PARA MICROPLACAS – MOD. K14-0296 – MARCA: KASVI – PROCEDÊNCIA CHINESA - Equipamento leve e compacto; - Display em LED; - Baixo nível de ruído ?60dB; - Velocidade máxima: 2500 RPM; - RCF máximo: 500xg; - Capacidade: 2 microplacas de PCR (com ou sem borda) de 96 poços; - Rotor de ângulo fixo/ eixo vertical; - Timer de 1 segundo a 99 segundos; - Voltagem: AC 110/220V - 50/60Hz; - Potência: 60W; - Peso: 3 Kg; - Dimensões: L = 219 x C = 190 x A = 186mm; - Registro na ANVISA: 80884889003; - Acompanha: rotor de ângulo fixo com eixo vertical para 2 microplacas de PCR, cabo de energia AC e manual de instruções.

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	44	R\$ 34.788,5500	R\$ 1.530.696,2000	03/11/2020 15:38:41
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** DTMPL.2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROPLACAS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DECONTROLE, PROGRAMÁVEL L, VOLUME ATÉ 1000 ML, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 12 H, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	44	R\$ 34.788,5500	R\$ 1.530.696,2000	03/11/2020 18:59:58
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Labinfarma

**Fabricante:** Labinfarma

**Modelo / Versão:** LIF520

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga de microplacas: Capacidade de no mínimo duas microplacas de 96 poços de 0,2mL na posição Para acomodar placas com borda, meia borda ou sem borda; Velocidade de rotação que atinja no mínimo 2500 rpm; Sistema eletrônico de segurança que indica se há desbalanceamento do rotor; Possibilidade de uso na voltagem compaVvel com a respec"va unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções - ANVISA 8196780002 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que os serviços serão prestados rigorosamente de acordo com as especificações do edital e seus anexos. Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos, nos submetendo ao seu exato e fiel cumprimento.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	44	R\$ 35.000,0000	R\$ 1.540.000,0000	03/11/2020 15:31:52
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** nova tecnica

**Fabricante:** novatecnica

**Modelo / Versão:** NT 820

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA DE BANCADA - Acionada por inversor de freqüência que proporciona alta estabilidade da rotação. Sistema Microprocessado controla a velocidade e tempo. Motor de indução, sem escovas. Display alfanumérico com iluminação interna, permite ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Indicação direta de RCF, tempo e RPM. Indicação de mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Velocidade máxima de trabalho até 3500 rpm para Rotor Horizontal. Velocidade máxima de trabalho até 6000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo. Força máxima de trabalho até 2.607 xg para Rotor Horizontal. Força máxima de trabalho até 4.856 xg para Rotor de Ângulo Fixo. Tempo de aceleração ajustável de 15 a 180 segs. Tempo de desaceleração ajustável de 30 a 150 segs. Tempo de processo de 0 a 99 minutos. Com 10 programas de memória. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Sistema de alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Sistema para proteção contra desbalanceamento. Sistema com trava eletromagnética não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Dimensões externas (LxPxA) de 530x640x360mm. Alimentação em rede de 110/220V (selecionável), 50/60Hz. Possibilidade para trabalhar com os seguintes rotores: Capacidades do Rotor Horizontal: 80x5ml ou 40x10ml ou 40x15ml ou 16x50ml ou

4x100ml ou 4x250ml ou 4x500ml (especificar). Capacidades do Rotor de Ângulo Fixo: 12x15ml ou 8x50ml ou 4x100ml (especificar). Capacidades do Rotor com suporte para Microplacas: 4 microplacas de 96 wells. Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo), 01 conjunto de adaptadores (conforme pedido). Manual de Instruções /Termo de Garantia.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E Sim Sim 44 R\$ 36.000,0000 R\$ 1.584.000,0000 03/11/2020 15:34:52  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** Daiki

**Fabricante:** Daiki

**Modelo / Versão:** Dtmpl-2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Centrifuga de microplacas: 8.1. Capacidade de no mínimo duas microplacas de 96 poços de 0,2mL na posição horizontal; 8.2. Para acomodar placas com borda, meia borda ou sem borda; 8.3. Velocidade de rotação que atinja no mínimo 2500 rpm; 8.4. Sistema eletrônico de segurança que indica se há desbalanceamento do rotor; 8.5. Possibilidade de uso na voltagem compaVvel com a espec""va unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções."

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 44 R\$ 44.100,0000 R\$ 1.940.400,0000 03/11/2020 18:57:12

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** Centrifuga Megafuge 8 / 75007210

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA VENTILADA MEGAFUGE 8 120V • Marca: Thermo Scientific • Modelo: MEGAFUGE 8 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: Alemanha • Centrífuga de bancada compacta para uso geral, ideal para laboratórios com pouco espaço de bancada. • Velocidade máxima: • Rotor angular (Microclick 24): 16.000 rpm • Rotor horizontal (TX-150): 4.500 rpm • Força centrífuga máxima: • Rotor angular (Microclick 24): 24.328 xg • Rotor horizontal (TX-150): 3.260 xg • Capacidade máxima: • Rotor angular (HighConic): 30x15 ml • Rotor horizontal (TX-150): 4x150 ml • 13 rotores opcionais, incluindo para hematócitos e ângulo fixo em fibra de carbono. • Controle microprocessado • Timer: 0 a 99hrs, 59 minutos + operação contínua • Tecla pulse para corridas rápidas • Memória para 4 programas • 2 taxas de aceleração e freio (normal e suave) • Descrição geral • Display em LCD super brilhante para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G) e tempo. • Sistema AutoLock® 3ª geração para troca rápida de rotores com apenas um botão, sem necessidade de ferramentas. • Sistema SMARTSpin® verifica o desbalanceamento não apenas no início, mas durante toda corrida, com alarme sonoro e visual • Rotores com tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma das mãos e garante a proteção. • Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; • Operação silenciosa: nível de ruído menor que 61 dBa • Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado • Dimensões (AxLxP): 310 x 370 x 480 mm • Peso líquido: 35 kg • Requisitos elétricos: 60Hz, 120V • Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE • Atende padrões IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 • Assistência técnica autorizada e estoque de peças local • Referência: 75007210 Acompanha: 1 UND - ROTOR SWING BUCKET M10 PARA MEGAFUGE 8 • Capacidade para 4 microplacas ou 2 deepwell • Máxima RCF: 2,576 xg • Velocidade: 4,400 RPM • Peso: 2,2 Kg • Ângulo:90° • Peso: 2,2 Kg • Referência: 75005706 1 UND - CONJUNTO 2 CAÇAPAS SELADAS ROTOR M10 • Par de caçapas seladas para microplacas. • Compatibilidade: rotor Thermo Scientific M10 • Capacidade por caçapa: 2 placas padrão ou 1 placa midi-deepwell • Capacidade total: 4 placas padrão ou 2 placas midi-deepwell • Altura máxima: 33 mm • Referência: 75005721

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.100,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 36.000,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 35.000,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 34.788,5500	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 34.788,5500	33.554.685/0001-77	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 34.788,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 34.788,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 34.785,0000	13.828.262/0001-90	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 30.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 28.980,0000	13.518.301/0001-53	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 27.250,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.600,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.500,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.485,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:32:45:150
R\$ 9.475,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:32:48:150
R\$ 27.235,9900	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:32:54:160
R\$ 9.460,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:32:57:793
R\$ 9.450,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:01:523
R\$ 9.438,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:33:04:230
R\$ 9.428,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:06:833
R\$ 9.400,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:33:09:437
R\$ 9.383,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:33:11:717
R\$ 9.373,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:13:667
R\$ 9.000,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 11:33:17:023
R\$ 8.982,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:33:20:980
R\$ 8.972,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:22:627
R\$ 8.961,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:33:34:357
R\$ 8.951,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:35:260
R\$ 8.931,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:33:37:673
R\$ 6.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:33:41:260
R\$ 8.930,5400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:46:817
R\$ 8.913,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:34:04:463
R\$ 8.912,4200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:09:597

R\$ 16.800,0000	13.518.301/0001-53	04/11/2020 11:34:10:607
R\$ 8.899,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:34:16:680
R\$ 8.897,2100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:21:423
R\$ 8.883,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:34:25:850
R\$ 16.785,2400	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:34:27:563
R\$ 8.882,1300	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:32:097
R\$ 8.865,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:34:39:207
R\$ 8.862,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:43:427
R\$ 8.843,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:34:48:643
R\$ 8.841,5200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:54:723
R\$ 8.822,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:35:01:833
R\$ 8.821,3200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:35:06:090
R\$ 8.802,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:35:10:347
R\$ 10.500,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:35:11:120
R\$ 8.800,7400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:35:12:513
R\$ 8.789,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:35:17:453
R\$ 8.787,0900	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:35:19:520
R\$ 8.767,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:35:35:240
R\$ 8.765,6200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:35:39:350
R\$ 5.960,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:36:01:453
R\$ 8.749,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:04:660
R\$ 8.746,1800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:36:07:663
R\$ 8.735,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:16:777
R\$ 5.700,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:36:19:153
R\$ 8.732,0100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:36:21:743
R\$ 8.716,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:23:910
R\$ 8.713,8700	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:36:28:163
R\$ 8.700,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:35:250
R\$ 8.699,7600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:36:38:263
R\$ 8.679,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:39:767
R\$ 8.676,8100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:36:42:060
R\$ 8.657,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:47:253
R\$ 8.655,8800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:36:51:047
R\$ 8.638,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:36:56:690
R\$ 5.550,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:36:56:933
R\$ 8.637,9700	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:37:06:487
R\$ 8.618,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:37:09:873
R\$ 5.650,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:37:10:460
R\$ 8.616,4500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:37:16:410
R\$ 5.270,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:37:21:527
R\$ 8.597,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:37:35:713
R\$ 8.595,3700	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:37:38:203
R\$ 8.575,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:38:03:387
R\$ 8.703,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 11:38:06:470
R\$ 8.573,7900	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:38:09:883
R\$ 5.250,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:38:16:000
R\$ 8.559,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:38:21:503
R\$ 8.558,2400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:38:25:163
R\$ 8.543,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:38:33:157
R\$ 5.180,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:38:34:087
R\$ 8.542,9100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:38:37:900
R\$ 8.525,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:38:44:243
R\$ 8.521,8100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:38:46:247
R\$ 8.502,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:38:50:203
R\$ 5.150,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:38:50:323
R\$ 8.499,8200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:38:54:113
R\$ 34.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 11:38:55:613
R\$ 5.100,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:38:58:987
R\$ 8.486,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:38:59:900
R\$ 8.485,6700	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:39:04:733
R\$ 8.472,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:39:09:980
R\$ 8.470,9100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:39:15:630
R\$ 5.050,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:39:28:813
R\$ 7.740,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:39:28:877
R\$ 32.715,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 11:39:33:110

R\$ 7.720,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:39:33:977
R\$ 7.737,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:39:34:040
R\$ 4.950,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:39:35:797
R\$ 7.719,8400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:39:39:907
R\$ 4.900,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:40:05:770
R\$ 7.700,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:40:06:903
R\$ 7.697,7500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:40:11:207
R\$ 7.683,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:40:16:423
R\$ 4.750,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:40:19:747
R\$ 7.680,9600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:40:22:093
R\$ 4.700,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:40:26:287
R\$ 7.665,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:40:27:407
R\$ 7.661,7800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:40:31:470
R\$ 4.600,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:40:35:107
R\$ 7.648,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:40:37:000
R\$ 7.645,8900	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:40:41:867
R\$ 7.632,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:40:45:763
R\$ 4.550,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:40:49:457
R\$ 7.631,0200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:40:52:620
R\$ 4.500,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:40:55:547
R\$ 7.620,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:40:57:727
R\$ 7.619,6100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:41:03:707
R\$ 4.200,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:41:04:280
R\$ 7.607,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:41:09:773
R\$ 7.605,2400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:41:15:447
R\$ 4.100,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:41:19:420
R\$ 4.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:41:26:310
R\$ 7.589,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:41:33:873
R\$ 7.587,3300	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:41:39:293
R\$ 4.540,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:41:49:767
R\$ 7.568,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:42:04:503
R\$ 7.565,8900	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:42:10:217
R\$ 7.550,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:42:16:377
R\$ 7.548,8100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:42:19:810
R\$ 7.538,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:42:25:777
R\$ 7.537,0600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:42:29:010
R\$ 7.519,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:42:36:203
R\$ 3.950,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:42:37:173
R\$ 7.516,3200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:42:40:863
R\$ 7.496,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:42:42:723
R\$ 3.890,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:42:43:877
R\$ 7.495,6600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:42:46:903
R\$ 7.478,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:42:49:777
R\$ 7.475,6100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:42:52:150
R\$ 7.462,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:43:00:833
R\$ 7.461,9200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:43:07:123
R\$ 3.800,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:43:07:667
R\$ 7.446,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:43:11:470
R\$ 7.444,5400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:43:19:280
R\$ 3.750,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:43:22:523
R\$ 7.425,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:43:32:820
R\$ 3.700,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:43:37:693
R\$ 7.423,1600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:43:37:743
R\$ 7.409,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:44:05:837
R\$ 7.406,7200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:44:10:713
R\$ 3.650,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:44:11:333
R\$ 7.391,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:44:16:927
R\$ 3.600,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:44:20:540
R\$ 7.390,1700	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:44:23:737
R\$ 7.377,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:44:26:280
R\$ 7.374,3200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:44:28:387
R\$ 3.575,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:44:31:193
R\$ 7.362,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:44:32:187
R\$ 7.359,3600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:44:35:447
R\$ 7.339,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:44:41:047

R\$ 7.337,5300	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:44:43:330
R\$ 7.318,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:44:48:123
R\$ 3.500,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:44:54:020
R\$ 7.315,9600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:44:56:813
R\$ 3.480,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:44:59:530
R\$ 7.300,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:45:01:500
R\$ 7.200,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:45:02:343
R\$ 7.297,0600	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:45:05:497
R\$ 7.180,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:45:07:993
R\$ 7.198,3400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:45:09:957
R\$ 7.179,6800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:45:16:007
R\$ 3.400,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:45:23:723
R\$ 3.380,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:45:30:140
R\$ 7.161,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:45:33:633
R\$ 7.158,4900	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:45:39:477
R\$ 7.139,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:46:08:183
R\$ 7.138,7500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:46:10:327
R\$ 7.126,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:46:17:850
R\$ 7.125,0500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:46:22:277
R\$ 7.111,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:46:27:573
R\$ 7.110,6200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:46:29:217
R\$ 7.100,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:46:36:733
R\$ 7.097,2500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:46:43:483
R\$ 3.300,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:46:45:913
R\$ 4.500,0000	60.521.853/0001-09	04/11/2020 11:47:27:803
R\$ 32.515,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 11:48:30:523

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:32:42	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:11:06	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 14:33:59	Item Em Análise. Motivo: Item em análise para averiguação da proposta.
Desfeito Situação Em análise do Item	06/11/2020 14:37:29	Desfeito situação do item em análise. Motivo: situação desfeita para convocar o anexo para o envio da proposta readequada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 14:37:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 14:51:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Em Análise	06/11/2020 14:56:12	Item Em Análise. Motivo: Proposta em análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 11:36:17	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo para o envio de informações complementares.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:36:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 13:14:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Em Análise	20/11/2020 11:27:19	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:23:41	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 14:24:00	Recusa da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de	04/12/2020 15:24:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.

Convocação -  
Anexo

Encerramento  
do prazo de 07/12/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI,  
Convocação - 08:59:40 CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.

Anexo

Recusa 07/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.

Recusa 07/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.380,0000. Motivo: Licitante com ocorrência de impedimento indireto de contratar com a união registrada no SICAF, e após diligenciado com o Licitante via chat, não conseguiu comprovar a suspensão da penalidade.

Recusa 07/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 4.540,0000. Motivo: Licitante com ocorrência de impedimento indireto de contratar com a união registrada no SICAF, e após diligenciado com o Licitante via chat, não conseguiu comprovar a suspensão da penalidade.

Abertura do prazo de 08/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Convocação - 15:28:44 PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.

Anexo

Encerramento  
do prazo de 08/12/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.

Anexo

Abertura do prazo de 09/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA Convocação - 09:42:20 LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.

Anexo

Encerramento  
do prazo de 09/12/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA Convocação - 11:03:02 LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.

Anexo

Aceite 09/12/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 7.097,2500. Motivo: A proposta atende as especificações do edital e será aceita.

Habilitado 10/12/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05

Registro Intenção de 10/12/2020 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Recurso 08:22:00 Na primeira proposta cadastrada no Comprasnet o fornecedor aceito não informa se o equipamento ofertado pode acomodar placas com borda, meia borda ou sem borda ,somente depois de questionado mesmo a

Intenção de 10/12/2020 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: A Recurso 09:00:30 manifestação será aceita e os interessados terão os prazos previstos no edital para apresentares suas razões e contrarrazões.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.828.262/0001-90	10/12/2020 08:22	10/12/2020 09:00	Aceito

**Motivo Intenção:**Na primeira proposta cadastrada no Comprasnet o fornecedor aceito não informa se o equipamento ofertado pode acomodar placas com borda, meia borda ou sem borda ,somente depois de questionado mesmo altera sua proposta comercial afirmando que acomoda placas com borda , meia borda ou sem borda e o catálogo anexado não confirma tal afirmação

**Motivo Aceite ou Recusa:**A manifestação será aceita e os interessados terão os prazos previstos no edital para apresentares suas razões e contrarrazões.

#### Item: 9 - MICROCENTRÍFUGA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	71	R\$ 7.250,0000	R\$ 514.750,0000	03/11/2020 15:17:51

**Marca:** NOVA TECNICA

**Fabricante:** NOVA TECNICA

**Modelo / Versão:** NT 800

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 800 - MICROCENTRÍFUGA DE BANCADA Microcentrifuga microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para micro tubos com capacidade máxima para 24 micro tubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrifuga (RCF), tempo (min./s.), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena última configuração na memória. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Tampa

superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 280 x 390 x 290 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de &#8533; CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Centrifuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ROTORES Rotor de Ângulo Fixo em alumínio com velocidade máxima até 15000 rpm e força máxima até 20.930 xg. CAPACIDADES DOS ROTORES Rotor de Ângulo Fixo para Microtubos com capacidade para 24 x 0,2 mL; ou 24 x 0,5 mL; ou 24 x 1,5 mL; ou 24 x 2 mL (outras capacidades sob consulta). ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor de Ângulo Fixo para Microtubos com capacidade de 24 x 1,5 a 2mL e Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 800. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Adaptadores para mirotubos de 0,2 ou 0,5mL.

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI Sim Sim 71 R\$ 8.980,0000 R\$ 637.580,0000 03/11/2020 16:03:13

**Marca:** Quimis

**Fabricante:** Quimis

**Modelo / Versão:** Q222E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga para Microtubos - Q222E Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Capacidade para 24 microtubos de 1,5 a 2,2 mL; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo softtouch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 10000 a 15000 rpm para rotor de 12 microtubos e entre 10000 a 14000rpm para rotores de 24 microtubos; • Incrementos na velocidade de 10 em 10 rpm ou de 100 em 100 rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos e ajuste da data e hora; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136 • Registro ANVISA 80231270008

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA Sim Sim 71 R\$ 12.000,0000 R\$ 852.000,0000 03/11/2020 15:33:35

**Marca:** nova tecnica

**Fabricante:** novatecnica

**Modelo / Versão:** NT 800

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCENTRIFUGA (para microtubos) - Acionada por inversor de frequência que proporciona alta estabilidade da rotação. Sistema Microprocessado controla a velocidade e o tempo. Motor de indução, sem escovas. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Display alfanumérico com iluminação interna, permite ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Possui indicação direta de RCF, tempo e RPM. Indicação de mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Velocidade máxima de trabalho até 15000 rpm. Força máxima RCF de 19.975 xg. Tempo de aceleração ajustável de 20 a 300 segs. Tempo de desaceleração ajustável de 30 a 300 segs. Tempo de processo de 0 a 999 minutos. Com 10 programas de memória (receitas). Parada automática através de freio eletrodinâmico. Sistema de alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Sistema para proteção contra desbalanceamento. Sistema com trava eletromagnética não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Visor na tampa para medir a rotação. Dimensões externas (LxPxA) de 275 x 360 x 232 mm. Capacidades do Rotor Ângulo Fixo: 24 x 0,2ml ou 24 x 0,5ml ou 24 x 1,5ml a 2ml (especificar). Alimentação em rede de 110/220V (selecionável), 50/60Hz. Acompanha: 01 Rotor de Ângulo Fixo com capacidade para 24 tubos de 1,5 / 2 mL e Manual de Instruções /Termo de Garantia.

05.094.718/0001-08 LOCCUS DO BRASIL LTDA Sim Sim 71 R\$ 17.000,0000 R\$ 1.207.000,0000 04/11/2020 08:37:02

**Marca:** LOCCUS

**Fabricante:** LOCCUS

**Modelo / Versão:** MICROCENTRIFUGA/ L3024

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga de microtubos. Inclui 1 rotor padrão com capacidade para 24 microtubos de 1,5/ 2,0mL. Conjunto de adaptadores opcionais (não incluso) para o rotor padrão, proporcionando capacidade para 24 microtubos de 0,2mL e 0,5mL. Rotor intercambiável, com outras opções de rotores disponíveis para aquisição separadamente. Atinge velocidade máxima e frenagem em segundos. Operação silenciosa. Display digital esquemático. Abertura automática da tampa. Tempo de aceleração e de frenagem inferiores a 25s (à velocidade máxima). Com rotor padrão de alumínio anodizado incluído, autoclavável. Com sistema de detecção de excesso de velocidade e de temperatura. Tampa com dupla trava de segurança. Possui alarmes sonoros. Motor de indução sem escovas. Especificações Velocidade: ajustável de 500 a 15.000rpm; Máxima força centrífuga relativa: 21.400xg (incrementos de 10xg); Capacidade máxima do rotor: 24 microtubos de 1,5-2,0mL – com possibilidade de aquisição de adaptadores para microtubos de 0,2 e 0,5mL separadamente; Temporizador: 30 segundos a 99 minutos; Alimentação: 110V ou 220V, 50-60Hz, 500W; Dimensões (CxLxA): 34x58x32cm; Peso: 30kg. Opções de rotores: - 24 tubos de 1,5mL/ 2,0mL (rotor padrão incluso) – adaptadores de tubos de 0,2mL / 0,5mL (acessório opcional não incluso) - 18 Tubos de 5mL (rotor opcional não incluso) - 36 tubos de 0,5mL (rotor opcional não incluso) - 4 tiras de PCR (de 8 posições – 32 tubos de 0,2mL) (rotor opcional não incluso) Acompanha cabo de força, chave para troca de rotor e manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: L3024; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

13.518.301/0001-53 AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA Sim Sim 71 R\$ 17.300,0000 R\$ 1.228.300,0000 04/11/2020 08:47:02

**Marca:** Própria

**Fabricante:** INBRAS

**Modelo / Versão:** HS 14.0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga High Speed 14.0 para Micro tubos, Marca INBRAS, procedência nacional, com capacidade para 28 TUBOS DE EPPENDORF DE 1,5 A 2,0 ML. Tensão: BIVOLT AUTOMÁTICO, Potência: 800 W, Corrente: 8,0 A, Frequência: 50/60 HZ, Painel: TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO.(TELA DE TOUCH OPCIONAL) Dimensões: 250 X 290 X 360 MM ( L X A X P ), Carcaça: CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOX 304. Peso: (18,0 KG), Número de registro na Anvisa: 80929400004, Classe de enquadramento: CLASSE I - BAIXO RISCO, TEMPORIZADOR: PROGRAMÁVEL DE 1 A 999 MINUTOS, Velocidade: PROGRAMÁVEL DE 500 A 15.000 RPM, Pés de fixação: TIPO VENTOSA, MOTOR: TRIFASICO, ISENTO DE ESCOVAS. Acionamento do Motor: INVERSOR DE FREQUENCIA DE 280 HZ. Rotor/ Cruzeta: ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ANODIZADO COM TAMPA ANTI RESPINGO. DISPLAY: LCD OU TOUCH - DOZE PROGRAMAS DISPONÍVEIS ONDE É POSSIVEL PROGRAMAR (RPM, FORÇA G, TEMPO E NOME, Trava da tampa: mecânica p/ fechamento/eletrônica - quando em funcionamento, Tempo de subida: RAMPA PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR (30 Á 60 SEGUNDOS), Força G máxima: 18.300 G Und 71 17.300,00 1.228.300,00

25.371.614/0001-00 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Sim Sim 71 R\$ 17.400,0000 R\$ 1.235.400,0000 04/11/2020 09:15:17

**Marca:** Hoffmannlab

**Fabricante:** Hoffmannlab**Modelo / Versão:** HCL-S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA LABORATORIAL HCL-S TELA TOUCH MEMÓRIA PARA ATÉ 20 PROGRAMAS CRIADOS PELO USUÁRIO, MOTOR INDUÇÃO SEM ESCOVAS, BI-VOLT AUTOMÁTICO, SENSOR DE TAMPA ABERTA, ROTAÇÃO 500 A 14.000 RPM. FORÇA (G): MÁXIMA 20,964G. ALARME SONORO AO TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO, RUIDO MAXIMO EM < que 56dB . TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 1 A 999 MINUTOS OU DE 1 A 5940 SEGUNDOS, TRAVA DA TAMPA: MECÂNICA PARA FECHAMENTO / ELETRÔNICA QUANDO EM FUNCIONAMENTO (Não abre enquanto estiver em funcionamento), SISTEMA DE PARADA: PARADA RÁPIDA (Sistema freio) até 5 seg, PARADA LENTA (Sistema Inercial) até 60 seg. GABINETE; CHAPA AÇO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, SENSOR DE DESBALANCEAMENTO: MECÂNICO COM MICRO SWITCH. ACOMPANHA 01 ROTOR ÂNGULO FIXO COM CAPACIDADE PARA 30 MICROTUBOS DE 1,5-2,0 ML; REGISTRO ANVISA Nº 81453310002 GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 71 R\$ 17.404,0000 R\$ 1.235.684,0000 30/10/2020  
14:38:07  
EQUIPAMENTOS PARA  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-702

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-702 Marca: Solab - Centrífuga de Bancada Digital para Micro Tubos - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inverter de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isoliação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Capacidade: Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=285 x P= 410 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF30 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 71 R\$ 17.404,0000 R\$ 1.235.684,0000 03/11/2020  
16:07:47  
INDUSTRIA DE  
EQUIPAMENTOS PARA  
LABORATORIOS E

**Marca:** NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT800

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCENTRÍFUGA LABORATORIAL - MOD. NT800 - MARCA: NOVA TÉCNICA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - RCF máxima: 20935 Xg (RCF); - Velocidade máxima: 15.000 RPM; - Capacidade máxima: 48mL; - Controle microprocessado com inverter de frequência dedicado de alta estabilidade; - Display digital LCD; - Rampa de frenagem: 30 a 180 segundos ou inércia; - Rampa de aceleração: 20 a 180 segundos; - Memória para até 10 programas; - Temporizador de 1 a 999 minutos ou segundos; - Sistema de segurança: sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão; - Alarme áudio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento; - Motor de indução livre de escovas (Brushless); - Trava da tampa elétrica; - Câmara de centrifugação (cuba) em aço inox AISI 304; - Tampa em acrílico com visor para aferição de rotação e dobradiças; - Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática; - Dimensão: 370 x 645 x 340 mm (LxPxA); - Potência: 800W; - Alimentação: 110 ou 220V, 50/60Hz; - Tecla short spin (centrifugação rápida); - Tecla abertura de tampa; - Painel soft touch; - Cuba com ventilação; - Montado sob pés anti vibratórios; - Seleção de rotor digital; - Abertura tampa manual em caso de falta energia elétrica; - Ajuste de RPM com passe de 10 em 10 RPM; ACOMPANHA: - Rotor de ângulo fixo (angular) em nylon com tampa anti-aerosol (autoclavável) com capacidade para 24 micro tubos de 1,5 a 2 mL; - Manual de instruções com termo de garantia.

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E Sim Sim 71 R\$ 17.404,9800 R\$ 1.235.753,5800 03/11/2020  
15:38:45  
COMERCIO EIRELI

**Marca:** GLOBALTRADE**Fabricante:** GLOBALTRADE**Modelo / Versão:** TG16MW 16MWR24152

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 2 ML, CAPACIDADE ATÉ 30 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 17.500 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99 H, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

33.554.685/0001-77 LABINFARMA Sim Sim 71 R\$ 17.404,9800 R\$ 1.235.753,5800 03/11/2020  
19:02:27  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS

**Marca:** Labinfarma**Fabricante:** Labinfarma**Modelo / Versão:** LIF500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrifuga de microtubos: Com rotor de ângulo fixo metálico; Com tampa anti-aerosol; Capacidade mínima para 24 microtubos de 1,5-2,0 mL; Velocidade máxima que atinja no mínimo 14.000 rpm; Força centrífuga (FCR) que atinja no mínimo 20.000 g; Tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas; Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração; Painel digital para visualização dos parâmetros de centrifugação; Tampa com abertura automática; Abertura da tampa em caso de emergência; Sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (Com manual de instruções) (110V ou 220V); ANVISA 8196780002 Validez da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que os serviços serão prestados rigorosamente de acordo com as especificações do edital e seus anexos. Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos, nos submetendo ao seu exato e fiel cumprimento.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E Sim Sim 71 R\$ 19.000,0000 R\$ 1.349.000,0000 03/11/2020  
15:36:08  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** Daiki**Fabricante:** Daiki**Modelo / Versão:** Dtc-16000-Bi-Nm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Centrifuga de microtubos: 9.1. Com rotor de ângulo fixo metálico; 9.2. Com

tampa anti-aerosol; 9.3. Capacidade mínima para 24 microtubos de 1,5-2,0 mL; 9.4. Velocidade máxima que atinja no mínimo 14.000 rpm; 9.5. Força centrífuga (FCR) que atinja no mínimo 20.000 g; 9.6. Tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas; 9.7. Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração; 9.8. Painel digital para visualização dos parâmetros de centrifugação; 9.9. Tampa com abertura automática; 9.10. Abertura da tampa em caso de emergência; 9.11. Reconhecimento automático de rotores; 9.12. Sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida; 9.13. Possibilidade de uso na voltagem compaVvel com a respec""va unidade contemplada (110V ou 220V); 9.14. Com manual de instruções."

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 71 R\$ 57.800,0000 R\$ 4.103.800,0000 03/11/2020 19:03:12

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** Centrifuga Ventilada X1 / 75004211

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA VENTILADA MULTIFUGE X1 120V • Marca: Thermo Scientific • Modelo: MULTIFUGE X1 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: Alemanha • Centrifuga de bancada para uso geral, com capacidade total de 1,6 litros. • Velocidade máxima: • Rotor angular (rotore de microvolume): 15.200 rpm • Rotor horizontal (Bioshield 720): 6.300 rpm • Força centrífuga máxima: • Rotor angular (rotor 30 x 2ml): 25.830 xg • Rotor horizontal (Bioshield 720): 7.188 xg • Capacidade máxima: • Rotor angular (F15-6x100): 6 x 100 ml • Rotor horizontal (TX-400): 4 x 400 ml • 14 rotore opcionais, incluindo ângulo fixo em fibra de carbono. • Controle microprocessado • Timer: 99h, 59min + contínuo • Tecla pulse para corridas rápidas • Memória para 99 programas sendo 5 de acesso rápido • 9 taxas de aceleração e 10 taxas de freio • Tempo de corrida pode ser contado a partir do momento de start ou quando a velocidade desejada for atingida • Display de LCD e 50cm<sup>2</sup> mostra tanto o valor atual quanto o valor configurado de rotação e temperatura • Teclado alfa numérico permite fácil configuração de parâmetros • Temperatura pode ser monitorada tanto no ar da câmara quanto na amostra • Possibilidade de proteção por senha para abertura da centrifuga e acesso aos protocolos • Acurácia de 1 rom ou 1 xg • Acurácia de tempo: hrs/min ou min/seg • Descrição geral • Display em LCD super brilhante para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (xg) e tempo. • Sistema AutoLock® para troca rápida de rotore com apenas um botão, sem necessidade de ferramentas. • Sistema SMARTSpin® verifica o desbalanceamento não apenas no início, mas durante toda corrida, com alarme sonoro e visual • A tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma mão • Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; • Operação silenciosa: nível de ruído < 61 dBA • Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado • Dimensões (AxLxP): 360 x 440 x 605 mm • Peso líquido: 57,5 Kg • Requisitos elétricos: 60Hz, 130V • Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE • Atende padrões IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 • Assistência técnica autorizada e estoque de peças local • Referência: 75004211 Acompanha: ROTOR MICROLITER 30X2 ML • Rotor de ângulo fixo para tubos de 1,5/2 mL • Capacidade: 30 tubos de 1,5-2 ml • Velocidade máx: 15.200 rpm • Força centrífuga máx: 25.830 x g • Ângulo: 45° • Dimensões da embalagem: 29 x 18 x 30 cm (P x L x A) • Peso líquido: 2,1 kg • Referência: 75003652

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 71 R\$ 80.000,0000 R\$ 5.680.000,0000 03/11/2020 09:03:35

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** DT-16000-BI+ROTOR N03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • CENTRÍFUGA MICROHEMATÓCRITO (CAPILAR) DE BANCADA ATÉ 16000 RPM, ROTORES VARIADOS.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 57.800,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 19.000,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.404,9800	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.404,9800	33.554.685/0001-77	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.404,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.404,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.400,0000	25.371.614/0001-00	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.300,0000	13.518.301/0001-53	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 17.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 12.000,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.980,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.250,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.236,3800	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:24:590
R\$ 7.226,3800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:27:573
R\$ 7.212,7400	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:30:557
R\$ 7.202,7400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:32:613
R\$ 8.965,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 11:33:34:347
R\$ 7.192,1500	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:34:403
R\$ 7.182,1500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:36:060
R\$ 7.167,5400	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:37:680
R\$ 7.157,5400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:41:247
R\$ 7.144,6800	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:44:993
R\$ 7.134,6800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:48:783
R\$ 7.124,4900	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:50:247
R\$ 7.114,4900	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:33:52:060
R\$ 7.104,0400	03.213.418/0001-75	04/11/2020 11:33:56:853
R\$ 6.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:33:58:227
R\$ 5.990,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:08:760
R\$ 6.800,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 11:34:12:990
R\$ 14.000,0000	13.518.301/0001-53	04/11/2020 11:34:24:877

R\$ 5.850,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:34:39:153
R\$ 5.840,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 11:34:41:130
R\$ 5.950,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 11:34:43:447
R\$ 5.500,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:35:33:187
R\$ 6.980,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 11:36:50:610
R\$ 11.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 11:37:48:510
R\$ 15.000,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 11:39:12:950
R\$ 8.900,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 11:39:33:927
R\$ 54.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 11:39:38:510
R\$ 7.900,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 11:40:05:783
R\$ 16.315,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 11:40:11:200
R\$ 8.700,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 11:41:31:777
R\$ 5.480,0000	25.371.614/0001-00	04/11/2020 11:41:57:703
R\$ 5.250,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:42:08:440
R\$ 5.240,0000	25.371.614/0001-00	04/11/2020 11:42:21:603
R\$ 5.100,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:42:35:310
R\$ 5.090,0000	25.371.614/0001-00	04/11/2020 11:42:46:863
R\$ 5.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:42:52:120
R\$ 4.090,0000	25.371.614/0001-00	04/11/2020 11:43:11:020
R\$ 4.250,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 11:43:29:507

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:33:21	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 12:11:07	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 14:55:10	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada quanto a questão técnica.
Desfeito		
Situação Em análise do Item	19/11/2020 12:02:10	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocar anexo para informações complementares.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 12:02:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 12:39:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00.
Em Análise	20/11/2020 11:27:39	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito		
Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:25:42	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 14:25:58	Recusa da proposta. Fornecedor: HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.090,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	03/12/2020 12:08:46	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.250,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:06:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 18:03:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Recusa	04/12/2020 14:11:38	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 5.840,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender o especificado no Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:28:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Recusa	07/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF:

17:44:07 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.950,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:44:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:19:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Recusa	08/12/2020 16:59:55	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.980,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	08/12/2020 17:40:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 7.104,0400. Motivo: Proposta recusada por solicitação do licitante visto que o produto ofertado não atende as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 18:03:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:22:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:22:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Recusa	09/12/2020 09:25:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Proposta recusada por solicitação do Licitante que alega que o equipamento ofertado não atende as especificações.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:25:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Recusa	09/12/2020 09:26:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 11:26:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 11:28:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Recusa	09/12/2020 11:53:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 8.965,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 14:12:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 15:08:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Recusa	09/12/2020 16:06:21	Recusa da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 16:46:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.518.301/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 17:12:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.518.301/0001-53.
Recusa	09/12/2020 17:55:51	Recusa da proposta. Fornecedor: AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.518.301/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas.
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 17:57:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por solicitação da RIBPG/CGPI/DPSP/SENASP.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### **Item: 10 - CONCENTRADOR LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP	Quantidade COOP	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------

37.663.213/0001-03 VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES Sim Sim 26 R\$ 60.700,0000 R\$ 1.578.200,0000 04/11/2020 08:21:25

**Marca:** Matoli

**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório

**Modelo / Versão:** 240M007

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 10 – Concentrador de amostras a vapor - modelo 240M007 – Fabricação (marca) Matoli Equipamentos para Laboratório ([www.matoli.com.br](http://www.matoli.com.br)). Equipamento projetado para concentração de amostras em HCL em laboratório; compatível com frascos, tubos e placas. Uso em bancada. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Câmara interna em aço inoxidável polido; Controlador digital de temperatura microprocessado com tecnologia PID e trabalho até 80°C com ajuste de 0,1°C e precisão de controle de 0,5°C com display duplo (indicação do set point e temperatura corrente); Temporizador digital microprocessado para trabalhos até 9999 minutos; Controlador eletrônico de agitação para velocidade até 2000rpm; Sensor com alarme contra desbalanceamento; Sensor que impede o acionamento do sistema com a tampa aberta; Dimensões externas (LxPxA): 500 x 450 x 270mm; Potência: 370W; Entrada: 110V ou 220V – conforme especificado pelo solicitante. \*\* Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanha: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 26 R\$ 170.500,0000 R\$ 4.433.000,0000 03/11/2020 19:03:12

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** Speed Vac / SPD1030P1-115

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EVAPORADORA CENTRIFUGA SPEEDVAC PACOTE - SPD1030P1-115 • Marca: Thermo Scientific • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Modelo SPD 1030 • Fácil programação • Display digital permite visualizar e programar parâmetros como temperatura, tempo, vácuo • Controle do nível de vácuo para otimizar a secagem • Capacidade até 10mL • Temporizadores independentes para controle aquecimento e tempo de corrida • Bomba Vácuo isenta de óleo proporciona fácil limpeza • Câmara revestida de PTFE garante proteção contra corrosões • Câmara fácil limpeza • Resistente a substâncias químicas e altas temperaturas • Tampas de segurança de vidro • Dimensões: 64 x 66 x 41 cm (L x C x A) • Voltagem: 115V- 60Hz • Peso Bruto / Líquido: 90Kg / 77,40 Kg • Referência: SPD1030P1-115 • Kit Inclui: • Bomba Vácuo sem óleo • Armadilha fria -50°C • Rotor 40x1,5ML (RH40-11) • CryoCool 1L - Fluido para transferência de calor • Compatível com: • Acetonitrila • Etanol • Metanol • Cloridrato Metíleno • Água • Acetonitrila e água • Metanol e Água

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 26 R\$ 200.000,0000 R\$ 5.200.000,0000 03/11/2020 17:09:39

**Marca:** cv

**Fabricante:** cv

**Modelo / Versão:** digital

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONCENTRADOR LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ALARME DESBALANCEAMENTO, ADICIONAL SISTEMASEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM FRASCOS, TUBOS E PLACAS, USO P/ USO COM AMOSTRAS EM HCL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 170.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 60.700,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 09:30:23:020

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 11:33:55	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	04/11/2020 14:02:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	04/11/2020 14:02:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:13:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:18:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Em Análise	06/11/2020 15:31:23	Item Em Análise. Motivo: Proposta submetida a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 14:36:16	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Será convocado o anexo para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:36:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:47:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Em Análise	20/11/2020 11:27:59	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 14:32:05	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligência para comprovação de capacidade técnica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 14:32:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.

## Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2020 08:43:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Em Análise	01/12/2020 11:33:53	Item Em Análise. Motivo: Em análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:26:20	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 14:26:31	Recusa da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 60.700,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	04/12/2020 15:49:24	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 170.500,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do fornecedor não ter interesse em negociar.
Recusa	04/12/2020 16:07:54	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do fornecedor não ter interesse em negociar.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 16:08:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta recusada em razão do fornecedor não ter interesse em negociar.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - GRUPO 1 - MICROPIPETA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	133	R\$ 1.140,0000	R\$ 151.620,0000	03/11/2020 14:42:44
	<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> Nichipet EXII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTEVOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE						
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	133	R\$ 1.400,0000	R\$ 186.200,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN <b>Modelo / Versão:</b> OLEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 0,2 a 2 mL						
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	133	R\$ 1.800,0000	R\$ 239.400,0000	03/11/2020 19:14:09
	<b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> CLASSIC PR-2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, MODELO CLASSIC PR-2, MARCA RAININ Faixa de volume de 0,2 a 2 μL com incrementos de 0,002 μL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 0,030 μL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 0,014 μL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volômetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejutor metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008648						
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	133	R\$ 2.750,0000	R\$ 365.750,0000	03/11/2020 18:45:52
	<b>Marca:</b> Thermo Finnpipette <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> Micropipeta Monocanal / 4642010 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA MONOCANAL F2 0.2A2UL MICRO FINNPIPETTE F2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 4642010 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Micropipeta de volume ajustável, prezando desempenho e economia • Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar • Volume ajustável de 0,2 a 2,0 μL, com incremento de 0,002 μL • Exatidão de + 0,050 μL e precisão de 0,040 μL no volume máximo • Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais • Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada • Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário • Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo • Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolumes • Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta • Facilmente desmontável pelo usuário • Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 5 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 0,5 kg • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) • Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual • Referência: 4642010						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.750,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.800,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.400,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.140,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020

R\$ 1.440,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:49:36:467
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:52:21:647
R\$ 950,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:54:08:783
R\$ 2.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:55:10:970
R\$ 990,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:56:17:173
R\$ 940,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:57:14:700
R\$ 900,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:57:54:863

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 940,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 12 - GRUPO 1 - MICROPIPETAS

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	145	R\$ 1.011,0000	R\$ 146.595,0000	03/11/2020 14:42:44
	<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> Nichipet EXII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETAS, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL						
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	145	R\$ 1.300,0000	R\$ 188.500,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN <b>Modelo / Versão:</b> OLEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 1 a 10&#956;L						
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	145	R\$ 1.800,0000	R\$ 261.000,0000	03/11/2020 19:14:09
	<b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> CLASSIC PR-1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 1 a 10&#956;L; PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, MODELO CLASSIC PR-10, MARCA RAININ Faixa de volume de 1 a 10 µL com incrementos de 0,02 µL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 0,1 µL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 0,04 µL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volômetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejector metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008649						
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	145	R\$ 2.700,0000	R\$ 391.500,0000	03/11/2020 18:45:52

**Marca:** Thermo Finnpipette**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** Micropipeta Monocanal / 4642040

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MONOCANAL F2 1A10UL FINNPIPETTE F2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 4642040 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Micropipeta de volume ajustável, prezando desempenho e ergonomia • Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar • Volume ajustável de 1 a 10 µl, com incremento de 0,02 µl • Exatidão de + 0,100 µl e precisão de 0,080 µl no volume máximo • Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais • Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada • Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário • Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo • Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolumes • Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta • Facilmente desmontável pelo usuário • Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 5 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 0,5 kg • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) • Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual • Referência: 4642040

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.800,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.300,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.011,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.290,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:49:46:893
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:52:34:903
R\$ 2.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:56:16:053
R\$ 950,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:56:54:173
R\$ 940,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:57:27:273
R\$ 900,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:58:19:377

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 940,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****Item: 13 - GRUPO 1 - MICROPIPETA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP	Declaração COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	Sim	146	R\$ 1.140,0000	R\$ 166.440,0000	03/11/2020 14:42:44
	<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> Nichipet EXII							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE							
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	Sim	146	R\$ 1.530,0000	R\$ 223.380,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN <b>Modelo / Versão:</b> OLEN							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 &#956;L							

27.330.204/0001-47 DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI Sim Sim 146 R\$ 1.800,0000 R\$ 262.800,0000 03/11/2020 19:14:09

**Marca:** RAININ

**Fabricante:** RAININ

**Modelo / Versão:** CLASSIC PR-20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 2 a 20 µL; PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, MODELO CLASSIC PR-20, MARCA RAININ Faixa de volume de 2 a 20 µL com incrementos de 0,02µL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 0,2 µL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 0,06 µL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volúmetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejutor metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008650

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 146 R\$ 2.700,0000 R\$ 394.200,0000 03/11/2020 18:45:52

**Marca:** Thermo Finnpipette

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** Micropipeta Monocanal / 4642060

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETĂ MONOCANAL F2 2A20UL FINNPIPETTE F2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 4642060 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Micropipeta de volume ajustável, prezando desempenho e ergonomia • Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar • Volume ajustável de 2 a 20 µl, com incremento de 0,02 µl • Exatidão de + 0,020 µl e precisão de 0,080 µl no volume máximo • Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais • Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada • Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário • Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo • Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolumes • Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta • Facilmente desmontável pelo usuário • Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 5 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 0,5 kg • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) • Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual • Referência: 4642060

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.800,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.530,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.140,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.500,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:50:00:640
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:52:42:833
R\$ 2.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:56:47:677
R\$ 950,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:57:01:897
R\$ 940,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:57:39:297
R\$ 900,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:58:30:347

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 940,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 14 - GRUPO 1 - MICROPIPETĂ

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	146	R\$ 1.011,0000	R\$ 147.606,0000	03/11/2020 14:42:44
	<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> Nichipet EXII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL						
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	146	R\$ 1.180,0000	R\$ 172.280,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN <b>Modelo / Versão:</b> OLEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 100 &#956;L						
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	146	R\$ 1.800,0000	R\$ 262.800,0000	03/11/2020 19:14:09
	<b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> CLASSIC PR-100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 10 a 100 &#956;L; PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, MODELO CLASSIC PR-100, MARCA RAININ Faixa de volume de 10 a 100 µL com incrementos de 0,2 µL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 0,8 µL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 0,15 µL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volômetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejetor metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008651						
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	146	R\$ 2.700,0000	R\$ 394.200,0000	03/11/2020 18:45:52
	<b>Marca:</b> Thermo Finnpipette <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> Micropipeta Monocanal / 4642070 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETTA MONOCANAL F2 10A100UL FINNPIPETTE F2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 4642070 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Micropipeta de volume ajustável, prezando desempenho e ergonomia • Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar • Volume ajustável de 10 a 100 µl, com incremento de 0,2 µl • Exatidão de + 0,080 µl e precisão de 0,020 µl no volume máximo • Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais • Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal ser usada • Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário • Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo • Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolúmenes • Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta • Facilmente desmontável pelo usuário • Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 5 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 0,5 kg • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) • Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual • Referência: 4642070						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.800,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.180,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.011,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.180,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:50:12:730
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:52:56:773
R\$ 2.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:57:02:890
R\$ 950,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:57:09:560
R\$ 940,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:57:50:247
R\$ 900,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:58:37:217

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será

recusada.

Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 940,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - ERELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - ERELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

### Item: 15 - GRUPO 1 - MICROPIPETAS

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	145	R\$ 1.011,0000	R\$ 146.595,0000	03/11/2020 14:42:44
<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> Nichipet EXII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETAS, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL							
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	145	R\$ 1.450,0000	R\$ 210.250,0000	03/11/2020 10:03:47
<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN <b>Modelo / Versão:</b> OLEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 50 a 200 &#956;L							
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	145	R\$ 1.800,0000	R\$ 261.000,0000	03/11/2020 19:14:09
<b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> CLASSIC PR-200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 20 a 200 &#956;L; PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, MODELO CLASSIC PR-200, MARCA RAININ Faixa de volume de 20 a 200 µL com incrementos de 0,2 µL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 1,6 µL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 0,3 µL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volumetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejetor metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008652							
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	145	R\$ 2.700,0000	R\$ 391.500,0000	03/11/2020 18:45:52
<b>Marca:</b> Thermo Finnpipette <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> Micropipeta Monocanal / 4642080 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETAS MONOCANAL F2 20A200UL FINNPIPETTE F2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 4642080 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Micropipeta de volume ajustável, prezando desempenho e ergonomia • Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar • Volume ajustável de 20 a 200 µl, com incremento de 0,2 µl • Exatidão de + 1,20 µl e precisão de 0,40 µl no volume máximo • Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais • Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada • Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário • Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo • Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolumes • Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta • Facilmente desmontável pelo usuário • Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 5 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 0,5 kg • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) • Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual • Referência: 4642080							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.800,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.450,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.011,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.440,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:50:23:583
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:53:04:753
R\$ 2.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:57:29:630
R\$ 950,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:57:29:783
R\$ 940,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:58:03:127

R\$ 900,0000

21.263.301/0001-88

04/11/2020 09:58:47:393

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 940,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****Item: 16 - GRUPO 1 - MICROPIPETAS**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	144	R\$ 1.140,0000	R\$ 164.160,0000	03/11/2020 14:42:44
	<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> Nichipet EXII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETAS, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE						
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	144	R\$ 1.270,0000	R\$ 182.880,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN <b>Modelo / Versão:</b> OLEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 200 a 1000 μL; Pipeta de alta precisão, manual, monocanal, modelo CLASSIC PR-1000, marca RAININ. Faixa de volume de 100 a 1000 μL com incrementos de 2 μL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 8,0 μL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 1,5 μL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volômetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejetor metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008653						
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	144	R\$ 1.800,0000	R\$ 259.200,0000	03/11/2020 19:14:09
	<b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> CLASSIC PR-1000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pipeta monocanal de alta precisão, com intervalo de uso de 100 a 1000 μL; Pipeta de alta precisão, manual, monocanal, modelo CLASSIC PR-1000, marca RAININ. Faixa de volume de 100 a 1000 μL com incrementos de 2 μL; Exatidão no volume nominal de mais ou menos 8,0 μL; Precisão no volume nominal menor ou igual a 1,5 μL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), para eliminar riscos de contaminação; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente tanto pelo volômetro quanto pelo botão; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejetor metálico de ponteiras, destacável do corpo da pipeta, com sistema de absorção de impacto, para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de calibração/conformidade emitido pelo fabricante, em conformidade com a ISO8655, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001; Origem/Procedência: EUA; Com manual de instruções. Ref. 17008653						
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	144	R\$ 3.100,0000	R\$ 446.400,0000	03/11/2020 18:45:52
	<b>Marca:</b> Thermo Finnpipette <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> Micropipeta Monocanal / 4642090 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETAS MONOCANAL F2 100A1000UL FINNPIPETTE F2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 4642090 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Micropipeta para transferência de líquidos • Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar • Volume ajustável de 100 a 1000 μL, com incremento de 1 μL • Exatidão de + 6 μL e precisão de 2 μL no volume máximo • Amplo display Ergovisão com dígitos amplos que tornam o ajuste • Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais • Botão superior com código de						

cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada • Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário • Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo • Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolumes • Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta • Facilmente desmontável pelo usuário • Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 5 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 0,5 kg • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) • Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual • Marca: Thermo Scientific • Referência 4642090

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.100,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.800,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.270,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.140,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.270,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:50:38:033
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:53:15:613
R\$ 950,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:57:43:423
R\$ 2.900,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:57:58:467
R\$ 940,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:58:14:233
R\$ 900,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:58:57:197

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 940,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.270,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.270,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 17 - GRUPO 1 - SUPORTE LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	143	R\$ 400,0000	R\$ 57.200,0000	03/11/2020 14:42:44
	<b>Marca:</b> Nichiryo <b>Fabricante:</b> Nichiryo <b>Modelo / Versão:</b> nichiryo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 06 UNIDADES						
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	143	R\$ 980,0000	R\$ 140.140,0000	03/11/2020 19:14:09
	<b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> Ref.: 17001255 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte do tipo carrossel; Com capacidade para até 7 micropipetas, compatível com as micropipetas Rainin de modelo Classic (PR); Origem/Procedência: EUA. Ref.: 17001255						
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	143	R\$ 1.000,0000	R\$ 143.000,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> OLEN <b>Fabricante:</b> OLEN						

**Modelo / Versão:** OLEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte do tipo carrossel

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA      Não      Não      143      R\$ 1.830,0000 R\$ 261.690,0000 03/11/2020  
18:45:52

**Marca:** Thermo Finnpipette**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** 9420340

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE CARROSEL PARA PIPETAS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 9420340 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Suporte para pipetas tipo carrossel • Acomoda 6 pipetas manuais ou 3 eletrônicas (não inclusas) • Inclui tampa • Dimensões da embalagem: 27 x 27 x 35 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 1,5 kg • Referência: 9420340

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.830,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 980,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 400,0000	04.331.335/0001-43	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 870,0000	27.330.204/0001-47	04/11/2020 09:50:47:440
R\$ 888,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:53:35:243
R\$ 1.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:58:21:420
R\$ 700,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:59:12:160
R\$ 600,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:59:33:217

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:34	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:12:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:22:13	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:05:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada
Recusa	01/12/2020 15:07:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações técnicas e será recusada.
Em Análise	01/12/2020 17:55:48	Item Em Análise. Motivo: Analise da proposta e habilitação.
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020 15:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	02/12/2020 15:15:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Aceite	03/12/2020 17:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 870,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 870,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****Item: 18 - GRUPO 2 - MICROPIPETAS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	82	R\$ 8.200,0000	R\$ 672.400,0000	03/11/2020 10:03:47
	<b>Marca:</b> KASVI <b>Fabricante:</b> KASVI <b>Modelo / Versão:</b> KASVI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta eletrônica multicanal, com 8 canais, com volume variável entre 1 e 10 UI						
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	82	R\$ 9.900,0000	R\$ 811.800,0000	03/11/2020 18:50:57

**Marca:** Thermo Finnpipette**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** 46300000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETTA MULTICANAL ELETRONICA NOVUS 8 CANAIS 1A10UL FINNPIPETTE NOVUS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 46300000 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Possui 8 canais • Volume ajustável de 1,0 a 10 µl • Precisão de 0,16 µl no volume máximo e exatidão de + 10 µl • Interface gráfica de fácil utilização e menu intuitivo, com apenas três botões • Amplo display que mostra todas as funções sem necessidade de abreviações • Design leve e ergonômico com peso igualmente distribuído pelo corpo da pipeta • Gatilho com

ajuste de 120°, proporcionando melhor ajuste para destros e canhotos • Possui 10 diferentes funções de pipetagem com possibilidade de armazenar mais 9 programas personalizados • Permite ajustar até 9 velocidades de aspiração e dispensa • Bateria de recarga rápida, leve e de longa duração - pode ser totalmente recarregada em apenas 1 hora, além de permitir trabalhar durante a recarga • Pode ser facilmente recalibrada pelo próprio usuário • Dimensões (P x L x A): 28,5 x 13,5 x 11 cm • Peso: 0,72 kg • Referência: 46300000

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.900,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.200,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.800,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 10:33:53:010

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:16	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação		
Em análise do Item	19/11/2020 10:13:48	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:23:25	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação		
Em análise do Item	01/12/2020 15:08:58	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 15:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 8.200,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 16:00:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.
Item cancelado no julgamento	01/12/2020 16:37:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 19 - GRUPO 2 - MICROPIPETAS

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP	Declaração COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim		82	R\$ 7.000,0000	R\$ 574.000,0000	03/11/2020 10:03:47

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** KASVI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta eletrônica multicanal, com 8 canais, com volume variável entre 5 e 50  $\mu$ L

38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	82	R\$ 12.800,0000	R\$ 1.049.600,0000	03/11/2020 18:50:57
--------------------	--------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** Thermo Finnpipette

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 46300200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETAS MULTICANAL ELETRONICA NOVUS 8 CANAIS 5A50UL FINNPIPETTE NOVUS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 46300200 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Possui 8 canais • Volume ajustável de 5,0 a 50  $\mu$ L • Precisão de 0,35  $\mu$ L no volume máximo e exatidão de + 50  $\mu$ L • Interface gráfica de fácil utilização e menu intuitivo, com apenas três botões • Amplo display que mostra todas as funções sem necessidade de abreviações • Design leve e ergonômico com peso igualmente distribuído pelo corpo da pipeta • Gatilho com ajuste de 120°, proporcionando melhor ajuste para destros e canhotos • Possui 10 diferentes funções de pipetagem com possibilidade de armazenar mais 9 programas personalizados • Permite ajustar até 9 velocidades de aspiração e dispensa • Bateria de recarga rápida, leve e de longa duração - pode ser totalmente recarregada em apenas 1 hora, além de permitir trabalhar durante a recarga • Pode ser facilmente recalibrada pelo próprio usuário • Dimensões (P x L x A): 28,5 x 13,5 x 11 cm • Peso: 0,72 kg • Referência: 46300200

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.800,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 11.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 10:34:08:313

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:16	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação		
Em análise do Item	19/11/2020 10:13:48	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.

Em Análise	20/11/2020 11:23:25	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:08:58	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 15:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 16:00:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.
Item cancelado no julgamento	01/12/2020 16:37:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

#### Item: 20 - GRUPO 2 - MICROPIPETAS

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	81	R\$ 7.000,0000	R\$ 567.000,0000	03/11/2020 10:03:47
		<b>Marca:</b> KASVI <b>Fabricante:</b> KASVI <b>Modelo / Versão:</b> KASVI					
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta eletrônica multicanal, com 8 canais, com volume variável entre 30 e 300 µL					

38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	81	R\$ 12.800,0000	R\$ 1.036.800,0000	03/11/2020 18:50:57
--------------------	--------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** Thermo Finnpipette

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 46300400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETAS MULTICANAL ELETRONICA NOVUS 8 CANAIS 30A300UL FINNPIPETTE NOVUS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 46300400 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Possui 08 canais • Volume ajustável de 30 a 300 µL • Precisão de 0,9 µL no volume máximo e exatidão de + 3 µL • Interface gráfica de fácil utilização e menu intuitivo, com apenas três botões • Amplo display que mostra todas as funções sem necessidade de abreviações • Design leve e ergonômico com peso igualmente distribuído pelo corpo da pipeta • Gatilho com ajuste de 120°, proporcionando melhor ajuste para destros e canhotos • Possui 10 diferentes funções de pipetagem com possibilidade de armazenar mais 9 programas personalizados • Permite ajustar até 9 velocidades de aspiração e dispensa • Bateria de recarga rápida, leve e de longa duração - pode ser totalmente recarregada em apenas 1 hora, além de permitir trabalhar durante a recarga • Pode ser facilmente recalibrada pelo próprio usuário • Dimensões (P x L x A): 28,5 x 13,5 x 11 cm • Peso: 0,72 kg • Referência: 46300400

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.800,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.000,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 11.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 10:34:36:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Em Análise	06/11/2020 09:47:16	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:13:48	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:23:25	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:08:58	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 15:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 16:00:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.
Item cancelado no julgamento	01/12/2020 16:37:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

#### Item: 21 - GRUPO 2 - MICROPIPETAS

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

**ME/EPP ME/EPP/COOP****Registro**

21.263.301/0001-88 CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Sim Sim 81 R\$ 7.400,0000 R\$ 599.400,0000 03/11/2020 10:03:47

**Marca:** KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** KASVI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta eletrônica multicanal, com 8 canais, com volume variável entre 100 e 1200 µL

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 81 R\$ 12.800,0000 R\$ 1.036.800,0000 03/11/2020 18:50:57

**Marca:** Thermo Finnpipette**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** 46300800**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETTA MULTICANAL ELETRONICA NOVUS 8 CANAIS 100A1200UL FINNPIPETTE NOVUS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 46300800 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Possui 08 canais • Volume ajustável de 100 a 1200 µL • Precisão de 0,9 µL no volume máximo e exatidão de + 3 µL • Interface gráfica de fácil utilização e menu intuitivo, com apenas três botões • Amplo display que mostra todas as funções sem necessidade de abreviações • Design leve e ergonômico com peso igualmente distribuído pelo corpo da pipeta • Gatilho com ajuste de 120°, proporcionando melhor ajuste para destros e canhotos • Possui 10 diferentes funções de pipetagem com possibilidade de armazenar mais 9 programas personalizados • Permite ajustar até 9 velocidades de aspiração e dispensa • Bateria de recarga rápida, leve e de longa duração - pode ser totalmente recarregada em apenas 1 hora, além de permitir trabalhar durante a recarga • Pode ser facilmente recalibrada pelo próprio usuário • Dimensões (P x L x A): 28,5 x 13,5 x 11 cm • Peso: 0,72 kg • Referência: 46300800**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 12.800,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.400,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Em Análise	06/11/2020 09:47:16	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:13:48	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:23:25	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:08:58	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 15:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 7.400,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 16:00:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 12.800,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.
Item cancelado no julgamento	01/12/2020 16:37:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.****Item: 22 - GRUPO 2 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Porte ME/EPP</b>	<b>Declaração ME/EPP/COOP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA		Não	Não	89	R\$ 1.850,0000	R\$ 164.650,0000	03/11/2020 18:50:57

**Marca:** Thermo Finnpipette**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** 9420340**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE CARROSSEL PARA PIPETAS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 9420340 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Suporte para pipetas tipo carrossel • Acomoda 6 pipetas manuais ou 3 eletrônicas (não inclusas) • Inclui tampa • Dimensões da embalagem: 27 x 27 x 35 cm (P x L x A) • Peso com embalagem: 1,5 kg • Referência: 9420340

21.263.301/0001-88 CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Sim Sim 89 R\$ 2.465,0000 R\$ 219.385,0000 03/11/2020 10:03:47

**Marca:** KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** KASVI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte carregador para pipetas eletrônicas**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 2.465,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.850,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.400,0000	21.263.301/0001-88	04/11/2020 10:31:06:213

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Em Análise	06/11/2020 09:47:16	Item Em Análise. Motivo: Análise proposta e conferência da documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 10:13:48	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O anexo será convocado novamente para o envio de informações complementares.
Em Análise	20/11/2020 11:23:25	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 15:08:58	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 15:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 16:00:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.
Item cancelado no julgamento	01/12/2020 16:37:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do valor máximo estimado para a contratação e o Licitante se recusou a negociar.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 23 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Porte ME/EPP</b>	<b>Declaração ME/EPP/COOP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 8.000,0000	R\$ 224.000,0000	04/11/2020 08:37:02
<b>Marca:</b> LOCCUS <b>Fabricante:</b> LOCCUS <b>Modelo / Versão:</b> CABINE/ DNA WORKSTATION							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estação asséptica de trabalho, DNA Workstation®, com a função de fornecer ambientes estéreis para a realização de procedimentos de Biologia Molecular e manipulação de amostras. O ambiente interno é descontaminado por incidência de radiação UV, germicida. O equipamento é construído com base de trabalho, estrutura, parede do fundo e teto em aço inox escovado, material inoxidável de fácil limpeza e alta resistência. Paredes laterais e portas são de policarbonato de alta transparência, garantindo a perfeita visualização do interior da cabine. O policarbonato, além de ser 250 vezes mais resistente que o vidro, possui filtro que protege o ambiente externo e usuários da emissão de luz UV e é tratado quimicamente para evitar o amarelecimento com o tempo e os surgimentos de eventuais rachaduras. Central de controle digital com painel totalmente capacitivo (que funciona mesmo usando luvas de látex/ vinil) para acionamento das lâmpadas e timer da luz UV. Ausência de interruptores físicos. Timer programável para desligamento automático da luz UV. Alerta sonoro ao término do período da assepsia programada. Sistema de proteção ao usuário com dispositivo de segurança que desliga a iluminação UV quando aberta a porta e que impede o acionamento da lâmpada UV com a porta aberta. Ausência de sistema de circulação de ar ou filtros (inclusive Hepa), de maneira a diminuir qualquer risco de contaminação. Sistema de auto-restart que retoma a assepsia após queda de energia ou desligamento inesperado da cabine durante a descontaminação por UV. Conta com tomadas internas para alimentação elétrica e uso de equipamentos em seu interior. Apresenta também suporte para o posicionamento de pipetas na área de trabalho interna. Pés emborrachados com apoadores especiais que permitem a adaptação em bancadas com desuniformidades. Especificações: Fontes de luz: UV (UV-C, germicida) e Branca; Alimentação: Bivolt automático – as tomadas internas terão a mesma voltagem da tomada que a cabine for conectada; Dimensões: 58cm (comp.) X 80cm (larg.) X 67cm (alt.); Peso Total: 25kg; Manual de instruções em Português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. Modelo: DNA WORKSTATION® - LWS-02 MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES							
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 8.500,0000	R\$ 238.000,0000	27/10/2020 11:05:08
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> Compact Flow 70							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estação de trabalho (Workstation): estação asséptica de trabalho para técnicas de PCR e uso sobre bancada. Com no mínimo uma tomada interna; Tampa frontal e lateral em vidro temperado ou policarbonato; Assoalho em inox AISI 304 ou superior; Sistema de proteção ao usuário com dispositivo de segurança que desliga a iluminação UV quando aberta a porta frontal; Dimensões externas: - Largura entre 700mm e 1050mm; - Profundidade entre 550mm e 750mm; - Altura com base entre 600mm e 1000mm; Possibilidade de uso na voltagem compaVvel com a respec'va unidade contemplada (110V ou 220V); Modelo: Compact Flow 70 Procedência: Nacional NCM: 8421 3990							
38.068.391/0001-59	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 8.500,0000	R\$ 238.000,0000	03/11/2020 15:31:42
<b>Marca:</b> PACHANE <b>Fabricante:</b> PACHANE <b>Modelo / Versão:</b> WORKSTATION PC							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION): ESTAÇÃO ASSÉPTICA DE TRABALHO PARA TÉCNICAS DE PCR E USO SOBRE BANCADA. • EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS COM PCR E DNA/RNA, REALIZAÇÃO DE ENSAIOS EM AMBIENTES ESTÉREIS PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO CRUZADA • CONSTRUÍDA ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI • ASSOALHO EM AÇO INOX AISI 304 PARA FACILITAR A LIMPEZA • LATERAL E FRONTAL TOTALMENTE EM VIDRO TEMPERADO, PARA FACILITAR O TRABALHO E PROTEGER O OPERADOR NO MOMENTO DE ESTERILIZAÇÃO • LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO • APOIADORES PARA NIVELAMENTO • SUPORTE INTERNO PARA PIPETADORES • DOIS INTERRUPTORES INDIVIDUAIS (LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA UV) • LÂMPADA ULTRAVIOLETA • LÂMPADA FLUORESCENTE • 2 TOMADAS INTERNAS • ADEQUADA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DIMENSÕES EXTERNAS: - LARGURA: 805MM; - PROFUNDIDADE: 460MM; - ALTURA: 710MM; POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO WORKSTATION PC, MARCA PACHANE.							

34.999.660/0001-40 BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI Sim Sim 28 R\$ 8.500,0000 R\$ 238.000,0000 03/11/2020 22:30:12

**Marca:** biogreen

**Fabricante:** biogreen

**Modelo / Versão:** BG WORKSTATION 10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO CABINE PARA PCR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, DIMENSÕES CERCA DE 70 X 55 X 50 CM, ADICIONAL TEMPORIZADOR ATÉ 24H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUXO LAMINAR, COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, ILUMINAÇÃO INTERNA, JANELA FRONTAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.500,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:06:30:477
R\$ 7.999,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:07:24:753
R\$ 8.389,0000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 14:09:59:303
R\$ 6.990,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:12:24:550
R\$ 6.800,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:13:28:997
R\$ 6.790,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:14:41:067
R\$ 6.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:15:15:267

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:04:52	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 14:38:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:29:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:32:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Em Análise	06/11/2020 15:36:17	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 14:54:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo para envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:54:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 14:56:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Em Análise	20/11/2020 11:28:17	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 15:27:31	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligências para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 15:27:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 15:47:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Aceite	01/12/2020 15:01:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.800,0000. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita. Valor negociado via chat
Habilitado	10/12/2020 08:16:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.800,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 24 - ESTUFA LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	37	R\$ 2.454,0000	R\$ 90.798,0000	03/11/2020 16:07:47
<b>Marca:</b> LUCADEMA <b>Fabricante:</b> LUCADEMA <b>Modelo / Versão:</b> LUCA-80/64							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO 64L – MOD. LUCA-80/64 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 3 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Pés de borracha niveladores; - Isolação térmica em lâ de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Sensor de temperatura PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 250°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade: 64 Litros; - Dimensões internas aproximadas: L = 400 x A = 400 x P = 400 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 550 x A = 720 x P = 500 mm; - Potência: 1500 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável perfurada para circulação de ar, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 2.454,0000	R\$ 90.798,0000	03/11/2020 17:53:37
<b>Marca:</b> LIMATEC <b>Fabricante:</b> LIMATEC INDÚSTRIA ES ERVIÇOS EIRELI <b>Modelo / Versão:</b> LT 501/64							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/64 -Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibra Cerâmica; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 127 ou 220V; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 64 Litros; Dimensões Interna: Largura= 40   Comprimento= 40   Altura= 40 cm; Dimensões Externa - Largura= 52,5   Comprimento= 55,5   Altura= 63 cm; Peso: 25 Kg; Posição para até 6 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 2.454,9800	R\$ 90.834,2600	03/11/2020 15:38:45
<b>Marca:</b> SOLIDSTEEL <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL <b>Modelo / Versão:</b> SSE164L							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTES/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 2.900,0000	R\$ 107.300,0000	30/10/2020 14:38:08
<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-100/64							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-100/64 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 64 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1100 watts. - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm. - Dimensões externas L=550 x A=720 x P=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	37	R\$ 5.500,0000	R\$ 203.500,0000	03/11/2020 15:17:51
<b>Marca:</b> NOVA TECNICA <b>Fabricante:</b> NOVA TECNICA <b>Modelo / Versão:</b> NT 513							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NT 513 ESTUFA DE SECAGEM Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapas de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lâ Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potencia de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V VOLUME 81 LITROS ITENS QUE ACOMPANHA: 02							

prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 513 Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Sistema de circulação de ar forçado; Suporte para introdução de termômetro de aferição e re gulagem de exaustão; Outros volumes e dimensões; Certificado de Calibração de temperatura acreditado ou rastreável à RBC.

13.440.815/0001-33 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Sim Sim 37 R\$ 10.000,0000 R\$ 370.000,0000 03/11/2020 09:03:35

**Marca:** VLCN

**Fabricante:** VLCN

**Modelo / Versão:** EES-65

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Estufa de Esterilização e Secagem Digital, Aquecimento até 300°C capacidade 65 litros – Mod. EES-65D A estufa digital para Esterilização e Secagem Vulcan modelo EES-16D possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. O controlador microprocessado de última geração com sistema PID da ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3\"", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle com inclinação foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.25% e uniformidade de ± 2.5%. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. Um duplo sistema de segurança (um digital e outro termostato mecânico) limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 7 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável\* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 65 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 1200 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 34X34X56cm. Dimensões do Gabinete externo: 44X51X73cm. Alimentação: 127 ou 220 Volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras. "

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 37 R\$ 23.500,0000 R\$ 869.500,0000 03/11/2020 19:03:12

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 51028112

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA HERATHERM OGS60 65L • Marca: Thermo Scientific • Modelo: • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: • Controle microprocessado com interface simples e intuitiva • Volume 65 litros • Circulação de ar por convecção gravitacional • Baixo consumo de energia • Timer integrado • Portas que se abrem em ângulo de 180° para facilitar o acesso • Alarmes para temperatura alta e baixa • Prateleiras removíveis sem necessidade de ferramentas • Faixa de ajuste de temperatura: 50°C a 250°C • Estabilidade de temperatura (a 150°C): +/- 4°C • Uniformidade de temperatura (a 150°C): +/- 0,4°C • Acompanha 02 prateleiras, capacidade máxima para 13, • Interior em aço galvanizado com cantos arredondados para facilitar a limpeza • Dimensões internas (LxAxP): 328 x 480 x 415 mm • Dimensões externas (LxAxP): 530 x 720 x 565 mm • Peso Líquido: 42/ 48 Kg • 120V / 60 Hz. • Referência: 51028112

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 5.500,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.900,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.454,9800	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.454,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.454,0000	13.825.298/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.438,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:05:29:043
R\$ 2.200,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:06:35:540
R\$ 2.428,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:13:33:430
R\$ 2.420,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:13:48:223
R\$ 2.410,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:13:59:280

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:05:22	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 14:21:38	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:52:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:53:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Em Análise	06/11/2020 10:40:34	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação.

Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 17:44:17	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Recusa da proposta por impedimento de contratação com a União, vide item 3.
Recusa	12/11/2020 17:44:48	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada.
Recusa	19/11/2020 14:57:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.410,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a união.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 15:19:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 15:30:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Em Análise	20/11/2020 11:28:33	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 15:54:15	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligências para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 15:55:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 16:06:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	01/12/2020 14:29:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.420,0000. Motivo: A proposta atende as especificações técnicas e será aceita.
Habilitado	10/12/2020 08:16:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 25 - CAPELA FLUXO LAMINAR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 9.500,0000	R\$ 171.000,0000	27/10/2020 11:05:08
	<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> Compact Flow 80 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fluxo laminar: classe 100 tipo PCR. Projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com plataforma de trabalho removível; Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; Filtro HEPA com eficiência de no mínimo 99,99 % – DOP para partículas de 0,3 micron; Dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado; Dimensões externas com base: Largura entre 800mm e 1300mm; Profundidade entre 600mm e 800mm; Altura máxima com base: 2300mm; Itens inclusos: no mínimo 01 tomada auxiliar interna, 01 lâmpada fria ou LED, 01 lâmpada germicida (UV), 01 duto flexível de alta resistência para instalação; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções Modelo: Compact Flow 80 Procedência: Nacional NCM: 8421 3990						
34.999.660/0001-40	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 9.500,0000	R\$ 171.000,0000	03/11/2020 22:30:12
	<b>Marca:</b> biogreen <b>Fabricante:</b> biogreen <b>Modelo / Versão:</b> BG FLV 20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE CHAPA AÇO ZINCADO, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO						
24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 9.543,0000	R\$ 171.774,0000	27/10/2020 11:42:33
	<b>Marca:</b> SIMBLAB <b>Fabricante:</b> SIMBLAB <b>Modelo / Versão:</b> CAPELA DE FLUXO LAMINAR M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com plataforma de trabalho removível; Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; Filtro HEPA com						

eficiência de no mínimo 99,99% - DOP para partículas de 0,3 micrôn; Dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado; Dimensões externas com base: Largura entre 800mm e 1300mm; Profundidade entre 600mm e 800mm; Altura máxima com base 2300mm; Itens inclusos: no mínimo 01 tomada auxiliar interna, 01 lâmpada fria ou LED, 01 lâmpada germicida (UV), 01 duto flexível de alta resistência para instalação; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções.

35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 9.543,0000	R\$ 171.774,0000	03/11/2020 17:07:59
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LUTECH

**Fabricante:** LUTECH

**Modelo / Versão:** LFV.S-20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL – MOD. LFV.S-20 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento indicado para proteger o produto interno avaliado dentro na câmara, utilizados em procedimentos laboratoriais de análises clínicas e análises de água. - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NBR 15767, capaz de gerar um ambiente com limpeza ISO CLASSE 5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1; - Fluxo de ar 100% unidirecional e vertical, totalmente renovado através de dois estágios de filtração (G4+H14); - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Câmara interna totalmente em aço inox AISI 304 com mesa de trabalho removível para facilitar a limpeza; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Pré-filtro grosso classe G4 conforme ABNT NBR 16101, em manta encartada de fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, visando aumentar a vida útil do filtro HEPA; - Filtro HEPA absoluto plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micrôn; - Vidro frontal temperado de 6mm tipo guilhotina em correias telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel analógico com indicação de funcionamento, com 3 botões distintos para acionamento da lâmpada UV, LED e do motor. Também possui chave geral liga/desliga; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas na tensão do equipamento sem proteção IP; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm ou 75cm, conforme normas vigentes de ergonomia. DIMENSÃO INTERNA APROXIMADA: A = 640 x L = 822 x P = 580mm; DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: A = 1100 x L = 830 x P = 695mm;

17.126.672/0001-40	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	Não	Não	18	R\$ 9.548,0000	R\$ 171.864,0000	03/11/2020 14:36:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** SOLUFIL FILTRACOM

**Fabricante:** SOLUFIL FILTRACOM

**Modelo / Versão:** MINIFLOW I 090 AG PM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • Câmara de Fluxo Unidirecional Vertical Classe ISO 5. • Altura interna útil de trabalho (conforme tabela abaixo) • Painel de Membrana com recurso para ajuste eletrônico de velocidade para possibilitar regulagem de velocidade e vazão do fluxo de ar. • Estrutura construída em Aço Galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, epóxi, de alta resistência. • Mesa de trabalho em Aço Inox AISI 304; • Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 m; • Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia; • Baixíssimo consumo de energia; • Nível de ruído abaixo de 55 dB(A); • Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto do seu curso. • Visores laterais em vidro temperado de 6mm; • Baixo nível de vibração; • Iluminação Led na área de trabalho; • 1 Lâmpada Germicida (definir posição); • Rodízios traváveis para fácil movimentação; • Estação de trabalho ergonômica. Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. • Com manual de instrução. PAINEL DE MEMBRANA O Painel de Membrana possui tela de cristal líquido e disponibiliza em tempo real os seguintes dados: • Leitura do número de série do equipamento; • Data de início de operação; • Horímetro total e parcial com Reset; • Número de acionamentos; • Data da última e da próxima certificação; • dP inicial e atual do filtro HEPA (manômetro); • Data da última e próxima troca do filtro HEPA; • Setup do dP para troca do filtro HEPA; • Alarme sonoro de saturação do filtro HEPA; • Número de desativações e reset do alarme sonoro; • Ajuste de velocidade independente para cada moto-ventilador. Dimensões MODELO MINIFLOW 090 Dimensões L 966 x P 500 x H 1675 mm Área útil L 954 x P 490 x H 500 mm Alimentação 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Peso Total 100 kg Pre Filtro Classe G4, NBR 16101/1 Filtro Absoluto 99,97% @ para 0,3 µm

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 11.000,0000	R\$ 198.000,0000	04/11/2020 07:55:06
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FILTERFLUX

**Fabricante:** FILTERFLUX

**Modelo / Versão:** FLV-656/3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modelo: FLV-656/3 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de recirculação de ar, equipado com um filtro HEPA, para recirculação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e NSF49; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática na cor branca; Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Plataformas de trabalho removível facilitando a limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA H14 EN1822 classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99,995% para partículas de 0,3 microns , estrutura em alumínio anodizado; Vidro frontal deslizante tipo guilhotina, com sistema de contrapesos que permite parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5 °, a qual proporciona melhor ergonomia e conforto para o operador e a redução de reflexos; Painel elétrico com acionamento: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 62 dB; A circulação do ar é no sentido vertical, ou seja, de cima para baixo, todo o ar é recirculado dentro da câmara de trabalho a uma velocidade de 0,45 m/s + 20% conforme recomendações normativas; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Fusíveis de proteção; Potencia 300 W; Cabo de energia com dupla proteção e plug 2 fase e um terra; Ventilador tipo siroco; Vazão 450 m³/h; Motor monofásico 1/10 cv com rele de proteção térmica; Controle eletrônico de 3 velocidades para compensar perda de pressão do filtro HEPA, 3 velocidades; 01 tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria led 9 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Externas: L 728 X P 550 X A 1120 S/Base e 1920 C/base. Medidas Internas: L 656 X P 430 X A 550; "

05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 12.320,0000	R\$ 221.760,0000	04/11/2020 08:37:02
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LOCCLUS

**Fabricante:** LOCCUS**Modelo / Versão:** CAPELA FLUXO/ DNA FLOWSTATION

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabine com fluxo de ar DNA FLOWSTATION. Estação asséptica de trabalho com a função de fornecer ambientes estéreis para a realização de procedimentos de biologia molecular tais como reações de PCR, preparo de amostras de DNA e RNA para técnicas de PCR, preparo de amostras para cultura de tecidos e preparo de soluções estéreis. ISO 5, classe 100. O equipamento é construído com base em estrutura de aço inoxidável e porta em policarbonato. Possui barra de tomadas internas que permitem o uso de equipamentos no interior da cabine sem a necessidade de extensões para conexão externa. Apresenta suporte interno para armazenar micropipetas. Apoadores especiais permitem a adaptação e nivelamento mesmo em bancadas com desniveis. Tampa frontal de policarbonato transparente, ultra resistente a impactos mecânicos - (250 X mais resistente que o vidro) e possui tratamento químico especial, evitando amarelamento, rachaduras e fornece total proteção de luz UV sobre o ambiente externo. Porta frontal com possibilidade de ajuste das posições de abertura. Exclusivo sistema digital (central µStation) que permite ao usuário ajustar diversos parâmetros de trabalho, como agendamento de assepsias, para programar o melhor horário para o processo de esterilização do material sem a necessidade de ativação manual. Permite ajustar também a duração do processo de assepsia. A central também controla os sistemas de segurança da cabine, impedindo que a luz UV seja ativada enquanto a porta estiver aberta, e desligando-a imediatamente assim que aberta a porta garantindo segurança ao usuário. A FLOWSTATION é equipada com sistema de circulação de ar forçado, garantindo um ambiente totalmente estéril e livre de contaminações. Com baixo nível de ruído, oferece proteção das amostras contra contaminação do usuário. Especificações: Fontes de luz: UV (germícidia, para descontaminação da área de trabalho) e Branca (iluminação da área de trabalho); Filtro de ar: Pré filtro sintético e HEPA; Volume de ar filtrado: 200 CFM; Força de circulação de ar filtrado: 50 FPM; Controle digital (central µStation) de parâmetros como: luz branca, luz UV, fluxo de ar, agendamento de assepsias, data, hora, temporizador de vida útil (filtro e luzes UV), sistema de segurança por senha, duração da assepsia, duração do modo descanso; Dimensões: 586 (comp.) X 790 (larg.) X 816mm (alt.); Peso Total: 35kg; Alimentação: 220V, 60Hz; Potência: 150W; Garantia: 12 meses. Manual de instruções em Português. Assistência técnica nacional. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. Modelo: DNA FLOWSTATION - LFS-01 MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES

18.356.005/0001-17 HEPA FILTROS EIRELI Sim Sim 18 R\$ 15.000,0000 R\$ 270.000,0000 27/10/2020  
15:11:20

**Marca:** HEPA FILTROS**Fabricante:** HEPA FILTROS EIRELI EPP**Modelo / Versão:** HF-CSB-X

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE CHAPA AÇO ZINCADO, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, UMA TOMADA AUXILIAR, UMA LAMPADA GERMICIDA UVC, UMA LAMPADA EM LED, 01 DULTO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS LARGURA 890X PROFUNDIDADE 700X ALTURA 2200MM. MARCA HEPA FILTROS

09.610.464/0001-94 CONTROLAR NÃO NÃO 18 R\$ 21.270,0000 R\$ 382.860,0000 03/11/2020  
19:50:06

**Marca:** CONTROLAR**Fabricante:** CONTROLAR**Modelo / Versão:** CFLV /ANVISA: 810.32880002

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Vertical, modelo CFLV em chapa com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209E). Apresenta fluxo de ar vertical com velocidade média 0,45 m/s ± 0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclusive contra contaminação. Este equipamento não é recomendado para manipulação de material patogênico, oferece somente proteção ao produto manipulado. Características técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura a base de poliuretano. • Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Mesa de trabalho fixa ao equipamento, construída em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Motoventiladores de insuflamento equipados com proteção térmica. • Janela frontal deslizante, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Filtro HEPA de insuflamento, modelo HEPAFLOW ideal para manter a velocidade uniforme do ar na área de trabalho. Construído com papel de microfibra de vidro com separadores de alumínio corrugado, classe H14 de acordo com EN 1822 e eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimetrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com 100% de renovação de ar na área de trabalho. • Painel elétrico com botão de acionamento liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade do motoventilador. • Fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 70 dBa. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Item 25: CFLV-09 Chapa c/ área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.330 mm, Largura Total: 970 mm, Profundidade: 730 mm. Altura sem base: 1.500 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 570 mm, Largura: 920 mm, Profundidade: 690 mm. Obs.: Altura do piso até a superfície superior da mesa de trabalho é de 870 mm. Peso aproximado: 140,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 800 watts INCLUSO: - 01 tomada auxiliar 220w - 01 lâmpada germicida 30W - 01 duto flexível de alta resistência para instalação; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL

38.068.391/0001-59 BIO CIENCIA Sim Sim 18 R\$ 23.390,0000 R\$ 421.020,0000 03/11/2020  
15:31:42

**Marca:** PACHANE**Fabricante:** PACHANE**Modelo / Versão:** PCR T2.5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLUXO LAMINAR: CLASSE 100 TIPO PCR. -EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS CLASSE 100 CONFORME ABNT – NBR 13.700, ABNT – NBR 15.767, ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.644-1 -CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI | ÁREA DE TRABALHO TODA EM AÇO INOX AISI 304 E ASSOALHO REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA -VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO "GUILHOTINA" (SOBE E DESCE), PARA AJUSTÁ-LO EM QUALQUER POSIÇÃO, COM INCLINAÇÃO DE 10° (MELHOR CONFORTO PARA O OPERADOR DIMINUINDO REFLEXOS) -PRÉ FILTRO CLASSE G3 - SINTÉTICO | FILTRO HEPA CLASSE A3 -NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4 (99.99 % DE EFICIÊNCIA - DOP PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MÍCRON) -LÂMPADA UV -LÂMPADA FLUORESCENTE -TOMADA AUXILIAR - INTERNA -VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO -QUATRO INTERRUPTORES INDIVIDUAIS (GERAL, MOTOR, LÂMPADA UV, LÂMPADA FLUORESCENTE) | DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO -BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DIMENSÕES EXTERNAS COM BASE: -LARGURA: 987MM; -PROFUNDIDADE: 785MM; -ALTURA MÁXIMA COM BASE: 2220MM; POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO PCR T2,5, MARCA PACHANE.

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR Sim Sim 18 R\$ 25.800,0000 R\$ 464.400,0000 03/11/2020  
18:20:14

**Marca:** ELETROSPITALAR

**Fabricante:** ELETROSPITALAR**Modelo / Versão:** EL0450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela Fluxo laminar: classe 100 tipo PCR. 15.1. Projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; 15.2. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com plataforma de trabalho removível; 15.3. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento ver&#1048610;cal e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; 15.4. Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; 15.5. Filtro HEPA com eficiência de no mínimo 99,99 % – DOP para partículas de 0,3 micron; 15.6. Disposit&#1048610;vo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado; 15.7. Dimensões externas com base: Largura entre 800mm e 1300mm; Profundidade entre 600mm e 800mm; Altura máxima com base: 2300mm; 15.8. Itens inclusos: no mínimo 01 tomada auxiliar interna, 01 lâmpada fria ou LED, 01 lâmpada germicida (UV), 01 duto flexível de alta resistência para instalação; 15.9. Possibilidade de uso na voltagem compa&#104862;vel com a respec&#1048610;va unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de instruções. Equipamento isento do Registro da Anvisa

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 18 R\$ 50.000,0000 R\$ 900.000,0000 03/11/2020 17:09:39

**Marca:** Pachane**Fabricante:** Pachane**Modelo / Versão:** vertical

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE CHAPA AÇO ZINCADO, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 18 R\$ 93.000,0000 R\$ 1.674.000,0000 03/11/2020 19:09:38

**Marca:** Thermo Scientific**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** 51029702

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLUXO LAMINAR HERAGUARD ECO CLEAN 1.2 ECO 1.2 • Marca: Thermo Scientific • Modelo: • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: • Fácil de ser utilizada • Janelas laterais aumentam a quantidade luz na área de trabalho, fornecendo conforto ao usuário. • Atende aos padrões: EN 61010-1:2011. EN 61326:2006. • Motor DC, que consome menos energia do que os motores tradicionais para cabines de fluxo laminar, que são motores AC. • Luz fluorescente > 1000 lx • 03 portas de acesso • Dimensões externas: 1300 x 1170 x 810 (L x A x P) • Dimensões internas: 1220 x 645 x 585 (L x A x P) • Peso: 120 Kg • Velocidade do ar: Nível I: 0,15 – 0,25 m/s . Nível II: 0,36 – 0,45 m/s • Voltagem: 230V – 50/60 Hz • Referência: 51029702

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 93.000,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 25.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 23.390,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 21.270,0000	09.610.464/0001-94	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 15.000,0000	18.356.005/0001-17	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 12.320,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 11.000,0000	08.040.473/0001-24	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.548,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.543,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.543,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.500,0000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.500,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.450,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 14:05:57:573
R\$ 9.400,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:06:25:983
R\$ 9.350,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 14:06:30:527
R\$ 9.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:07:14:780
R\$ 9.390,0000	13.602.058/0001-57	04/11/2020 14:10:58:107
R\$ 8.990,0000	24.743.500/0001-81	04/11/2020 14:13:04:253
R\$ 8.950,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 14:13:18:923
R\$ 8.900,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:13:39:117
R\$ 8.890,0000	35.382.879/0001-68	04/11/2020 14:13:43:750
R\$ 8.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:13:48:203
R\$ 7.950,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:14:42:033
R\$ 12.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:14:49:297
R\$ 7.600,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:15:03:857
R\$ 7.500,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:16:37:267
R\$ 7.200,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:16:51:030
R\$ 7.000,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:18:27:160
R\$ 6.500,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:18:44:790
R\$ 18.198,0000	21.548.780/0001-89	04/11/2020 14:19:15:910
R\$ 6.450,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:19:25:843
R\$ 6.400,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:19:42:073
R\$ 6.390,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:20:15:320
R\$ 6.300,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:20:30:600
R\$ 6.290,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:22:22:613
R\$ 6.000,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:22:32:510
R\$ 5.990,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:24:31:437
R\$ 5.500,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:24:53:770

R\$ 25.000,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:26:10:253
R\$ 24.900,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:27:50:850
R\$ 8.500,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:29:14:793
R\$ 5.490,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:31:13:283
R\$ 5.200,0000	34.999.660/0001-40	04/11/2020 14:31:59:503
R\$ 5.300,0000	17.126.672/0001-40	04/11/2020 14:33:05:773

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:05:54	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 14:47:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:29:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:31:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Em Análise	06/11/2020 15:36:33	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 15:20:59	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo para suprir duvidas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 15:29:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 15:31:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Em Análise	20/11/2020 11:28:52	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 15:27:56	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligências para o envio de documentação complementar.
Aceite	01/12/2020 15:02:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000 e com valor negociado a R\$ 5.000,0000. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita. Valor negociado via chat
Habilitado	10/12/2020 08:16:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000 e com valor negociado a R\$ 5.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 26 - FREEZER

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	198	R\$ 22.800,0000	R\$ 4.514.400,0000	03/11/2020 18:20:14

**Marca:** ELETROSPITALAR

**Fabricante:** ELETROSPITALAR

**Modelo / Versão:** EL0808

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 16.1. Capacidade mínima de 450 L; 16.2. Interior totalmente construído em aço inoxidável; 16.3. Isolamento térmico livre de CFC; 16.4. Equipado com 4 rodízios especiais com freios; 16.5. Porta de acesso vertical em aço; 16.6. Controle de temperatura microprocessado; 16.7. Alarme para alerta de variações de temperatura; 16.8. Alarme para alerta de falta de energia e de porta aberta; 16.9. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta; 16.10. Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave, senha ou equivalente; 16.11. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia; 16.12. Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm; 16.13. Possibilidade de uso na voltagem compa#1048662;vel com a respec#1048610;va unidade contemplada (110V ou 220V); 16.14. Com manual de Instruções Registro na Anvisa N° 80021800002.

31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	198	R\$ 25.800,0000	R\$ 5.108.400,0000	03/11/2020 07:40:03
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** BIOTECNO

**Fabricante:** BIOTECNO

**Modelo / Versão:** BT-1200/560

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** -FREEZER -30°C CIENTÍFICO: 1. CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 L; INTERIOR TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO LIVRE DE CFC; EQUIPADO COM 4RODÍZIOS

ESPECIAIS COM FREIOS; PORTA DE ACESSO VERTICAL EM AÇO; CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO; ALARME PARA ALERTA DE VARIAÇÕES DE TEMPERATURA; ALARME PARA ALERTA DE FALTA DE ENERGIA E DE PORTA ABERTA; 9. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA; SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO USUÁRIO POR MEIO DE CHAVE, SENHA OU EQUIVALENTE; SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA; DIMENSÕES EXTERNAS: LARGURA OU PROFUNDIDADE COM DIMENSÃO MÁXIMA DE 800MM; ALTURA POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1200/560. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

81.618.753/0001-67 ELBER INDUSTRIA  
DE REFRIGERACAO  
LTDA Não Não 198 R\$ 28.850,0000 R\$ 5.712.300,0000 03/11/2020  
16:05:32

**Marca:** ELBER

**Fabricante:** ELBER

**Modelo / Versão:** FMB510

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER 30°C CIENTÍFICO MARCA ELBER MODELO FMB510, CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 L, Interior totalmente construído em aço inoxidável; Isolamento térmico livre de CFC; Equipado com 4 rodízios especiais com freios; Porta de acesso vertical em aço; Controle de temperatura microprocessado; Alarme para alerta de variações de temperatura; Alarme para alerta de falta de energia e de porta aberta; Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta; Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave, senha ou equivalente; Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia; Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de Instruções. Garantia de 12 meses, Registro na ANVISA nº 80698750002.

18.255.981/0001-83 GAMA COMERCIO  
DE EQUIPAMENTOS  
- EIRELI Sim Sim 198 R\$ 50.000,0000 R\$ 9.900.000,0000 03/11/2020  
16:01:42

**Marca:** COLDLAB

**Fabricante:** COLDLAB

**Modelo / Versão:** CL 450-40

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer -30 científico ITEM 26 -Freezer -30°C científico: 16.1. Capacidade mínima de 450 L; 16.2. Interior totalmente construído em aço inoxidável; 16.3. Isolamento térmico livre de CFC; 16.4. Equipado com 4 rodízios especiais com freios; 16.5. Porta de acesso vertical em aço; 16.6. Controle de temperatura microprocessado; 16.7. Alarme para alerta de variações de temperatura; 16.8. Alarme para alerta de falta de energia e de porta aberta; 16.9. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta; 16.10. Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave, senha ou equivalente; 16.11. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia; 16.12. Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm; 16.13. Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); 16.14. Com manual de Instruções.

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO  
BOSCARIO EIRELI Sim Sim 198 R\$ 70.000,0000 R\$ 13.860.000,0000 03/11/2020  
15:38:36

**Marca:** Coldlab

**Fabricante:** Luis Roberto Boscariol Eireli

**Modelo / Versão:** CL 450-40V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca: Coldlab Modelo: CL 450-40V Dimensões Externas (A x L x P): 2000 x 920 x 790mm Faixa de trabalho: -30°C Tensão: Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (220V). Frequência: 60Hz Volume: 450 a 453,12 litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de baixa temperatura científico -30°C: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como plasma, sangue hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, vacinas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros, lactários e centros de pesquisa. -Sistema de comando digital, com painel de comandos e controles frontal de fácil acesso, com sistema de controle de temperatura microprocessado. -Alarme áudio visual para alerta das variações de temperatura, em casos de desvios de temperatura, bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC. -Sistema de Refrigeração: Refrigeração por compressor hermético uniforme, selado e de baixo consumo de energia, com circulação de ar forçado interna selada garantindo a homogeneização da temperatura em toda a câmara interna, sem contato com o meio externo, que permite refrigeração suficiente em todas as condições de funcionamento do motor. -Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC. -Porta de acesso vertical em aço. -04 rodízios especiais com freios. -Manual de instruções.

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 198 R\$ 128.500,0000 R\$ 25.443.000,0000 03/11/2020  
19:09:38

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** TSX2330FZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER -30°C TSX2330FZ (DEGELO AUTOMÁTI CO) 659L • Marca: Thermo Scientific • Modelo: • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: • Freezer de alta performance projetado com degelo automático para uso geral em laboratório. • Capacidade: 659 Litros • Controle microprocessado • Faixa de temperatura: -35°C a -15°C • Pré-ajustado em -30°C • Sistema de refrigeração livre de CFC • Circulação forçada de ar mantém a estabilidade e permite a recuperação da temperatura rapidamente após abertura da porta • Função de degelo automático permite manter a capacidade de refrigeração otimizada • Tecnologia V-drive que fornece melhor uniformidade da temperatura, protegendo amostras e proporcionando melhor economia de energia. A tecnologia V-drive funciona em velocidades variáveis ajustando as condições de desempenho de refrigeração dentro e fora do congelador • No momento da abertura das portas o sistema de controle detecta a atividade e aumenta a velocidade do compressor garantindo com que a temperatura volte ao ponto de ajuste rapidamente • Função de degelo automático com ciclo guiado por tempo e temperatura permite manter a capacidade de refrigeração otimizada • Funcionamento silencioso menor que 52 dB • Saída analógica de 4 a 20 mA (opcional) • Iluminação interior em LED • Porta com fechamento automático com parada de 90° para auxiliar nas cargas de estoque • Porta sólida • 04 prateleiras inclusas • Bateria de back-up e conexão para alarmes remotos • Controles e display de uso intuitivo • Dimensões internas: 72.3 x 61.0 x 147.3 cm (P x L x A) • Dimensões externas: 96.2 x 71.1 x 199.4 cm (P x L x A) • Peso bruto: 182 Kg • Especificações elétricas: 208-230V, 60Hz • Marca: Thermo Scientific • Referência: TSX2330FZ

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 128.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 70.000,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 50.000,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 09:30:23:020

R\$ 28.850,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 25.800,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 22.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 22.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:06:37:873
R\$ 21.000,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:06:50:727
R\$ 20.980,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:07:11:347
R\$ 20.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:07:19:117
R\$ 20.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:07:24:727
R\$ 20.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:08:19:970
R\$ 20.080,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:08:20:993
R\$ 19.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:08:43:737
R\$ 19.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:08:47:143
R\$ 19.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:09:05:400
R\$ 19.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:09:13:193
R\$ 19.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:09:26:867
R\$ 19.080,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:09:34:473
R\$ 18.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:09:46:000
R\$ 18.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:09:48:817
R\$ 18.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:10:08:047
R\$ 18.080,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:10:11:830
R\$ 17.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:10:43:770
R\$ 17.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:11:00:143
R\$ 17.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:11:14:577
R\$ 17.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:11:18:453
R\$ 17.200,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:11:46:053
R\$ 17.180,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:11:50:150
R\$ 16.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:12:08:903
R\$ 16.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:12:12:417
R\$ 16.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:12:32:643
R\$ 16.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:12:34:413
R\$ 16.350,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:12:55:313
R\$ 16.330,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:12:58:423
R\$ 15.532,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:15:00:913
R\$ 16.300,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:15:06:543
R\$ 16.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:15:27:897
R\$ 15.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:15:51:297
R\$ 14.980,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:15:53:557
R\$ 14.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:16:24:013
R\$ 14.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:16:28:620
R\$ 14.250,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:16:47:453
R\$ 14.200,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:17:04:883
R\$ 14.180,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:17:07:800
R\$ 14.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:17:25:083
R\$ 14.080,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:17:25:900
R\$ 14.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:17:41:927
R\$ 13.400,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:17:43:613
R\$ 13.350,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:18:02:497
R\$ 13.330,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:18:44:777
R\$ 12.720,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:18:47:527
R\$ 12.700,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:19:02:397
R\$ 12.680,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:19:51:070
R\$ 12.600,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:20:04:597
R\$ 12.580,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:20:19:420
R\$ 12.000,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:20:25:303
R\$ 11.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:20:38:750
R\$ 11.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:20:48:007
R\$ 11.800,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:20:57:933
R\$ 11.780,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:20:59:973
R\$ 11.700,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:21:18:427
R\$ 11.680,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:21:19:753
R\$ 11.600,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:21:35:013
R\$ 11.580,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:21:37:457
R\$ 11.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:21:50:217
R\$ 11.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:22:09:640
R\$ 11.400,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:22:24:683

R\$ 11.380,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:22:33:647
R\$ 11.300,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:22:43:460
R\$ 11.280,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:22:48:270
R\$ 11.200,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:22:59:060
R\$ 11.180,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:23:02:273
R\$ 11.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:23:16:530
R\$ 11.080,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:23:19:037
R\$ 11.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:23:32:040
R\$ 10.980,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:23:35:107
R\$ 10.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:23:47:733
R\$ 10.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:23:55:707
R\$ 10.800,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:24:07:963
R\$ 10.780,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:24:13:543
R\$ 10.700,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:24:25:713
R\$ 10.680,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:24:31:427
R\$ 10.600,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:24:42:960
R\$ 10.580,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:24:53:783
R\$ 10.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:25:06:083
R\$ 10.480,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:25:09:767
R\$ 22.000,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:26:19:413
R\$ 10.450,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:26:37:063
R\$ 10.430,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:26:40:443
R\$ 10.420,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:26:52:717
R\$ 10.400,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:26:58:423
R\$ 10.390,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:27:13:253
R\$ 10.370,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:27:19:050
R\$ 10.350,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:27:25:910
R\$ 20.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:27:26:213
R\$ 10.330,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:27:27:883
R\$ 10.310,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:27:46:770
R\$ 10.290,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:27:56:467
R\$ 10.280,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:28:13:470
R\$ 10.260,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:28:19:610
R\$ 10.250,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:28:33:040
R\$ 10.230,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:28:35:697
R\$ 10.220,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:28:47:017
R\$ 10.200,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:28:56:777
R\$ 10.150,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:29:14:233
R\$ 10.130,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:29:16:830
R\$ 10.120,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:29:32:263
R\$ 10.100,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:29:35:580
R\$ 10.080,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:29:50:737
R\$ 10.060,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:30:03:460
R\$ 10.050,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:30:26:810
R\$ 10.030,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:30:33:653
R\$ 10.010,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:30:49:970
R\$ 9.990,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:30:57:177
R\$ 19.800,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:31:49:647

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.748.956/0001-08	04/11/2020 16:01:34:713	04/11/2020 16:06:34:713	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:06:16	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	04/11/2020 14:34:37	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	04/11/2020 16:01:34	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	04/11/2020 16:15:37	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:15:36 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ: 31.748.956/0001-08.
Encerrado	04/11/2020 16:15:37	Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:51:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:58:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Em Análise	06/11/2020 15:59:55	Item Em Análise. Motivo: Proposta submetida a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 16:00:41	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 16:00:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 16:17:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Em Análise	20/11/2020 11:29:07	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 16:29:39	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 16:30:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 16:31:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Recusa	01/12/2020 14:24:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 9.990,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 16:33:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 11:28:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08.
Aceite	07/12/2020 14:27:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.010,0000. Motivo: A proposta atende as especificações técnicas e será aprovada.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 27 - FREEZER VERTICAL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 55.000,0000	R\$ 2.695.000,0000	03/11/2020 07:40:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FREEZER -80°C CIENTÍFICO: FREEZER VERTICAL DE ULTRABAIXA TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 450L ; FAIXA DE AJUSTE DE TEMPERATURA COM INTERVALO MÍNIMO DE -50°C A -86°C; ISOLAMENTO TÉRMICO LIVRE DE CFC; INTERIOR TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO; ALARME PARA ALERTA DE VARIAÇÕES DE TEMPERATURA; ALARME PARA ALERTA DE FALTA DE ENERGIA E DE PORTA ABERTA; DIMENSÕES EXTERNAS: LARGURA OU PROFUNDIDADE COM DIMENSÃO MÁXIMA DE 800MM; ALTURA MÁXIMA DE 2000MM; SISTEMA DE RODÍZIOS COM FREIOS; PORTA DE ACESSO VERTICAL EMAÇO; POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATIVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1300/520. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 70.000,0000	R\$ 3.430.000,0000	03/11/2020 16:01:42
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Freezer -80 científico ITEM 27 -Freezer -80°C científico: freezer vertical de ultrabaixa temperatura. 17.1. Capacidade mínima de 450L ; 17.2. Faixa de ajuste de temperatura com intervalo mínimo de -50°C a -86C; 17.3. Isolamento térmico livre de CFC; 17.4. Interior totalmente construído em aço inoxidável; 17.5. Controle de temperatura microprocessado; 17.6. Alarme para alerta de variações de temperatura; 17.7. Alarme para alerta de falta de energia e de porta aberta; 17.8. Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm; 17.9. Sistema de rodízios com freios; 17.10. Porta de acesso vertical em aço; 17.11. Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); 17.12. Manual de Instruções.							

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI Sim Sim 49 R\$ 80.000,0000 R\$ 3.920.000,0000 03/11/2020 15:38:36

**Marca:** Coldlab

**Fabricante:** Luis Roberto Boscarol Eireli

**Modelo / Versão:** CL 450-80V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca: Coldlab Modelo: CL 450-80V Dimensões Externas (A x L x P): 2000 x 920 x 790mm Faixa de trabalho: Faixa de ajuste de temperatura com intervalo mínimo de -50°C a -86°C. Tensão: Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (220V). Frequência: 60Hz Volume: 450 a 453,12 litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de ultra baixa temperatura científico -80°C: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como plasma, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e lactários e centros de pesquisa. -Sistema de comando digital, com painel de comandos e controles frontal de fácil acesso, com sistema de controle de temperatura microprocessado. -Alarme áudio visual de temperatura, em casos de variações de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC. -Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, -Sistema de rodízios com freios. -Porta de acesso vertical em aço. -Saída serial. -Manual de Instruções.

13.440.815/0001-33 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Sim Sim 49 R\$ 100.000,0000 R\$ 4.900.000,0000 03/11/2020 09:03:35

**Marca:** ANCO

**Fabricante:** ANCO

**Modelo / Versão:** MDF-86V588E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ULTRAFREEZER DE -86 °C"AUTO-CASCATA" CAPACIDADE DE 588LITROS: Os Ultra-freezers até -86°C são equipamentos de alta tecnologia com controle microprocessado de temperatura e com sistema balanceado de refrigeração direta. Conta com de gelo manual e múltiplos compartimentos com contra portas, minimizando o acúmulo de gelo. Os Freezers da Marca ANCO estão classificados por modelos de "Sistema Duplo", "Cascata M", "Auto-Cascata" e "Cascata PM" e todos possuem: • Alarmes audiovisuais para desvios de temperatura (ajustável) falta de energia, erro do sensor, limpeza de filtros, temperatura ambiente elevada, tensão anormal, falha no controlador de temperatura, bateria baixa, portaaberta e condensador. • Controle microprocessado de temperatura. • Sistema único de contra portas com compartimentos separados e selamento de portas de alta qualidade para minimizar a perda de temperatura interna. • Ampla variedade de opcionais, permitindo a customização do equipamento para atender as mais exigentes necessidades. • Possibilidade de ajuste para temperatura ambiente entre 10°C até 32°C. • Certificações: ISO9001, ISO13485, ISO14001 e CE. • Registro na ANVISA: 81906560004 Linha AUTO-CASCATA: Os modelos "Auto-Cascata" possuem um sofisticado e otimizado sistema que proporciona um resfriamento veloz com baixo consumo de energia. • Contra-portas que podem ser abertas de maneira independentes; • Controlador digital com fácil visualização de alarmes e outros parâmetros; • 04 gaxetas de vedação da porta e com 1 na contra-porta; • Grande condensador garantindo maior dissipação do calor; Principais Características: • Capacidade Interna: 588 Litros. • Gás Refrigerante: Gases mistos "HC" • Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 32°C • Faixa de temperatura interna: -40°C a -86°C • Prateleiras Internas: 3 (três) • Compartimentos: 16 (5x5) • Capacidade de caixas (2") / AMOSTRAS (2mL): 400/40.000 • Ruído: &#8804; 53Db • Potência: 1500Watts • Peso (vazio): 360 kg • Dimensões Externas: L = 88x P = 109 x A = 199,5cm. • Dimensões Internas: L = 60,6 x P = 73,8 x 131cm . • Contra-Portas: 2 • Porta USB: Sim • Bateria para o Sistema de Alarme: 72h • Alarme Remoto: Incluso • Furo para Testes: 1/25mm OPCIONAIS: ( Não inclusos ) • Sistema de reserva de CO&#8322; e LN&#8322;; • Registrador gráfico; • Data logger; ACOMPANHA: • 1 Ultrafreezer até -86°C ANCO • 1 Manual de instruções em português • Prateleira(s) de aço inoxidável\* "

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 49 R\$ 145.600,0000 R\$ 7.134.400,0000 03/11/2020 19:09:38

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** TSX40086D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ULTRAFREEZER - 80°C SERIE TSX MODELO TSX40086D - 549 LITROS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: TSX40086D • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Thermo Scientific UltraFreezer -80°C, vertical com capacidade de 549 litros • Capacidade para armazenar até 400 crio caixas • Faixa de temperatura de -50°C a -86°C • Tela touch screen com tecnologia capacitiva • 02 (dois) compartimentos internos com tampas independentes em poliestireno • Interior opcional em aço inoxidável • 03 (três) Prateleiras internas em aço inoxidável ajustáveis; 01 (uma) prateleira interna fixa; • Tecnologia V-drive para melhor uniformidade da temperatura e economia de energia. • Compressores V-drive funcionam em velocidades variáveis, ajustando as condições de refrigeração aos ambientes de dentro e de fora do congelador • Modos de operação padrão ou em alto rendimento, uma economia significativa de energia. • Ponto de equalização de pressão (PEP) que evita que vácuo se forme no interior dificultando a abertura da porta • Sistema de refrigeração reduz em até 45 % da energia consumida além de reduzir em mais de 50% da emissão de calor • Espuma de isolamento expandida com água, eliminado a emissão de produtos químicos e reduz a saída de gases • Funcionamento silencioso menor que 47,5 dB • Interface de usuário touch-screen intuitiva que mostra: Alarmes, abertura da porta, temperatura em 5 pontos do freezer e compressores, condições do freezer, estado do sistema de backup, log de erros e atividades • Display LCD Touch-screen com saída USB e armazenamento de dados de temperatura por até 15 anos • Maçaneta (Door Handle) com manuseio ergonômico, integrada com chave para maior segurança e adaptada para cadeados e/ou trancas. Opção de acesso ao freezer através de cartões codificados • Monitoramento do desempenho e da necessidade de manutenção no próprio display • Display na altura dos olhos para melhor ergonomia • Sistema de alarme com bateria recarregável que permite o monitoramento do freezer mesmo em caso de falta de energia • Grande variedade de racks para armazenamento estão disponíveis como acessórios opcionais • Para uma proteção adicional a sua amostra, este modelo permite a instalação opcional de um back-up de CO2 ou NL2, no caso de queda de energia ou falha mecânica • Instalação e locomoção facilitada através do sistema de rodízios com travas • Dimensões externas: 198,1 x 71,9 x 95,5 cm (A x L x P) • Dimensões internas: 130,1 x 58,8 x 71,9 cm (A x L x P) • Especificações elétricas: 208-230V 60Hz • Peso máximo por prateleira: 75 Kg • Peso líquido / bruto: 250 / 290 Kg • Referência: TSX40086

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 145.600,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 80.000,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 70.000,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 55.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 54.900,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:07:11:340
R\$ 54.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:07:39:567
R\$ 54.800,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:07:52:677

R\$ 53.900,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:08:47:187
R\$ 53.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:09:17:527
R\$ 65.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:09:52:467
R\$ 53.400,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:09:54:013
R\$ 53.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:10:30:910
R\$ 52.990,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:14:41:233
R\$ 52.995,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:14:56:710
R\$ 52.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:15:18:563
R\$ 52.400,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:15:29:267
R\$ 52.405,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:15:37:300
R\$ 52.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:16:12:740
R\$ 52.000,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:16:20:750
R\$ 52.000,0500	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:16:46:627
R\$ 51.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:16:54:250
R\$ 51.400,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:17:06:203
R\$ 51.405,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:17:09:580
R\$ 51.100,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:17:17:430
R\$ 51.000,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:17:33:427
R\$ 51.000,0500	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:17:45:663
R\$ 50.800,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:17:49:277
R\$ 50.700,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:17:59:310
R\$ 50.705,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:18:06:167
R\$ 50.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:18:11:530
R\$ 50.200,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:18:21:640
R\$ 50.205,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:18:27:100
R\$ 50.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:18:34:773
R\$ 49.500,0000	18.255.981/0001-83	04/11/2020 14:18:42:783
R\$ 49.505,0000	03.796.347/0001-80	04/11/2020 14:18:46:640

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:06:37	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 14:43:40	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 16:00:28	Item Em Análise. Motivo: Proposta submetida a análise.
Desfeito		
Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:22:24	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação de anexo com proposta atualizada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:22:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:47:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 16:21:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 18:02:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Em Análise	20/11/2020 11:29:23	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito		
Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:28:27	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 14:28:42	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 49.500,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 15:54:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 17:46:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80.

Convocação -  
Anexo

Recusa	08/12/2020 14:01:56	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 49.505,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:05:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 07:53:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08.
Recusa	09/12/2020 11:56:34	Recusa da proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas
Recusa	09/12/2020 11:57:27	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 65.000,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada.
Recusa	09/12/2020 14:39:45	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 145.600,0000. Motivo: Proposta recusada por estar acima do valor máximo estimado pra a contratação e o Licitante não ter respondido aos sucessivos chamamentos deste Pregoeiro.
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 14:40:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta recusada por estar acima do valor máximo estimado pra a contratação e o Licitante não ter respondido aos sucessivos chamamentos deste Pregoeiro.
Registro Intenção de Recurso	10/12/2020 08:38:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI CNPJ/CPF: 18255981000183. Motivo: Impetramos intenção recursal pela violação do Princípio da Publicidade, previsto no Art. 5º, Inciso XXXIII da Constituição Federal quando não nos foi disponibilizado os motivos da re
Intenção de Recurso Aceita	10/12/2020 09:15:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18255981000183. Motivo: A manifestação será aceita em conformidade com os prazos previstos no edital, para a apresentação das razões e contrarrazões. Toda a documentação relativa ao processo será disponibilizada para os interessados consubstanciarem seus recursos.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.255.981/0001-83	10/12/2020 08:38	10/12/2020 09:15	Aceito

**Motivo Intenção:**Impetramos intenção recursal pela violação do Princípio da Publicidade, previsto no Art. 5º, Inciso XXXIII da Constituição Federal quando não nos foi disponibilizado os motivos da recusa de nossa proposta mesmo após solicitação, sob pena de responsabilização conforme dispositivo citado. E ainda, o produto oferecido atende plenamente o descritivo previsto em Edital.

**Motivo Aceite ou Recusa:**A manifestação será aceita em conformidade com os prazos previstos no edital, para a apresentação das razões e contrarrazões. Toda a documentação relativa ao processo será disponibilizada para os interessados consubstanciarem seus recursos.

#### Item: 28 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/11/2020 09:30:23	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 29 - LANTERNA ELÉTRICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.068.391/0001-59	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	87	R\$ 214.900,0000	R\$ 18.696.300,0000	03/11/2020 15:31:42

**Marca:** FOSTER FREEMAN

**Fabricante:** FOSTER FREEMAN

**Modelo / Versão:** CRIME-LIFE 10 KIT ESPECTRAL COMPLETO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUZ FORENSE: EQUIPAMENTO DE LUZ FORENSE MULTIESPECTRAL . PARA USO ESPECÍFICO DE DETECÇÃO DE VESTIGIOS BIOLÓGICOS (MANCHAS DE SANGUE, URINA, SÊMEN, FLUIDOS CORPORais, IMPRESSÕES LATENTES, PELOS, ETC) EM DIVERSOS TIPOS DE SUPORTE, INCLUINDO TECIDOS CLAROS E ESCUROS; FONTE DE LUZ PORTÁTIL FORNECENDO 10 BANDAS DE ILUMINAÇÃO - PARA A DETECCÃO E EXAME DE PROVAS FORENSES - LEDS DE BANDA ESTREITA DE ALTA INTENSIDADE INCLuem: - 1X LED UV 365NM - 1X VIOLET 410NM LED - 1X LED AZUL DE 445NM - 1X LED AZUL/VERDE DE 475NM - 1X LED VERDE DE 520NM - 1X LED LARANJA DE 590NM - 1X LED VERMELHO DE 640NM - 1X IR 860NM LED - 1X BRANCO LEGAL 400-700NM LED, TEMPERATURA DE COR. 5700K - 1X BRANCO QUENTE 400-700NM LED, TEMPERATURA DE COR. 3000K - COMBINE QUAISQUER 3 LEDS PARA FORNECER ATÉ 175 COMPRIMENTOS DE ONDA. -DEVE POSSUI UM SUPORTE QUE PERMITA UTILIZAR O EQUIPAMENTO SEM O USO DAS MÃOS; -POTÊNCIA DO FEIXE DE LUZ DE NO MÍNIMO 1W DE POTÊNCIA ÚTIL; -INCLUSOS FILTROS ESPECÍFICOS QUE PERMITAM A DETECCÃO DOS

VESTÍGIOS SUPRACITADOS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO CRIME-LITE X10 KIT ESPECTRAL COMPLETO, MARCA FOSTER FREEMAN.

06.759.858/0001-10 TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS Sim Sim 87 R\$ 215.000,0000 R\$ 18.705.000,0000 03/11/2020 20:16:56

**Marca:** Spex

**Fabricante:** Horiba

**Modelo / Versão:** MCS-ADV-8F-Customizado

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luz forense: equipamento de luz forense multiespectral . Para uso específico de detecção de vestígios biológicos (manchas de sangue, urina, sêmen, fluidos corporais, impressões latentes, pelos, etc) em diversos "pos de suporte, incluindo tecidos claros e escuros; Comprimento de onda abrangendo a faixa de pelo menos 330 a 700 nm; Deve possuir um suporte que permita utilizar o equipamento sem o uso das mãos; Potência da feixe de luz de no mínimo 1W de potência útil; Inclusos filtros específicos que permitam a detecção dos vestígios supracitados; Possibilidade de uso na voltagem compreendendo a respeito da unidade contemplada (110V ou 220V); Manual de Instruções Procedência: Importado

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 215.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 214.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 214.800,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:07:53:467
R\$ 214.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:10:27:980
R\$ 214.400,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:10:48:280
R\$ 214.200,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:12:47:877
R\$ 214.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:13:01:547
R\$ 213.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:15:10:020
R\$ 213.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:15:23:110
R\$ 212.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:15:33:953
R\$ 212.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:15:49:717
R\$ 212.200,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:16:11:440
R\$ 212.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:16:30:303
R\$ 211.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:16:37:253
R\$ 211.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:16:50:697
R\$ 211.200,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:17:09:560
R\$ 211.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:17:27:103
R\$ 210.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:17:34:983
R\$ 209.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:17:51:390
R\$ 208.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:18:04:817
R\$ 207.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:18:23:420
R\$ 207.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:18:27:143
R\$ 206.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:18:42:773
R\$ 206.200,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:18:58:397
R\$ 206.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:19:11:433
R\$ 205.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:19:14:603
R\$ 205.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:19:27:320
R\$ 204.200,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:19:31:693
R\$ 204.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:19:44:683
R\$ 203.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:19:57:173
R\$ 203.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:20:22:217
R\$ 202.600,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:20:28:527
R\$ 202.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:20:46:413
R\$ 201.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:21:32:587
R\$ 200.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:21:45:723
R\$ 199.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:22:59:050
R\$ 198.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:23:10:107
R\$ 197.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:23:22:050
R\$ 196.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:23:36:937
R\$ 195.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:23:48:093
R\$ 195.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:24:01:550
R\$ 194.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:24:13:540
R\$ 194.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:24:24:053
R\$ 193.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:24:33:243
R\$ 193.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:24:45:107
R\$ 192.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:25:05:273
R\$ 192.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:25:18:853
R\$ 192.400,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:25:41:383
R\$ 192.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:25:52:483
R\$ 191.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:26:29:290

R\$ 191.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:26:44:743
R\$ 191.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:26:58:403
R\$ 190.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:27:12:080
R\$ 189.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:27:27:833
R\$ 188.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:27:42:943
R\$ 187.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:27:56:463
R\$ 187.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:28:10:960
R\$ 186.500,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:28:24:127
R\$ 186.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:28:41:157
R\$ 185.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:29:07:787
R\$ 185.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:29:19:100
R\$ 185.400,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:29:30:780
R\$ 185.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:29:48:150
R\$ 184.700,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:31:19:980
R\$ 184.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:31:37:847
R\$ 183.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:32:00:657
R\$ 183.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:32:13:360
R\$ 182.700,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:32:48:663
R\$ 182.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:33:09:323
R\$ 181.700,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:33:25:897
R\$ 181.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:33:39:290
R\$ 180.700,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:33:57:593
R\$ 180.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:34:14:033
R\$ 180.350,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:34:28:750
R\$ 180.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:34:44:883
R\$ 179.800,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:35:11:063
R\$ 179.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:35:26:890
R\$ 179.400,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:35:46:807
R\$ 179.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:36:01:250
R\$ 178.700,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:36:15:593
R\$ 178.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:36:40:827
R\$ 178.400,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:36:50:160
R\$ 178.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:37:03:227
R\$ 177.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:37:19:973
R\$ 177.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:37:33:330
R\$ 176.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:38:56:557
R\$ 175.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:39:08:963
R\$ 174.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:39:21:757
R\$ 173.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:39:33:917
R\$ 172.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:40:47:113
R\$ 171.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:41:04:090
R\$ 170.980,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:41:26:997
R\$ 170.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:41:46:093
R\$ 169.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:42:03:610
R\$ 169.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:42:18:967
R\$ 168.900,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:42:34:710
R\$ 168.500,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:42:52:577
R\$ 168.300,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:43:15:630
R\$ 168.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:43:28:643
R\$ 167.990,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 14:44:14:213
R\$ 167.000,0000	06.759.858/0001-10	04/11/2020 14:44:40:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:07:08	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 15:28:43	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 16:13:57	Item Em Análise. Motivo: Item submetido a análise.
Desfeito		
Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:26:35	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio de proposta atualizada.
Abertura do prazo de	12/11/2020 14:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10.

Convocação -  
Anexo

Encerramento  
do prazo de 12/11/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE  
Convocação - 14:32:32 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10.  
Anexo

Abertura do  
prazo de 19/11/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E  
Convocação - 16:53:00 MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10.  
Anexo

Encerramento  
do prazo de 19/11/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE  
Convocação - 17:27:08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10.  
Anexo

Abertura do  
prazo de 20/11/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E  
Convocação - 11:30:31 MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10.  
Anexo

Encerramento  
do prazo de 20/11/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE  
Convocação - 11:58:16 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10.  
Anexo

Em Análise 20/11/2020 Item Em Análise. Motivo: Documentação será submetida a análise.  
14:50:49

Desfeito  
Situação Em 01/12/2020 Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita.  
análise do  
Item 14:30:59

Aceite 01/12/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E  
14:31:14 MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 167.000,0000. Motivo: A proposta foi  
aprovada e será aceita.

Habilitado 10/12/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E  
08:15:48 MATERIAIS - CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10

Registro 10/12/2020 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA CNPJ/CPF:  
Intenção de 08:20:02 38068391000159. Motivo: MANIFESTAMOS O INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO CONTRA A  
Recurso HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO DO PROPONENTE TECLAB, DEVIDO O EQUIPAMENTO COTADO PELA MESMA NÃO  
ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL O

Intenção de 10/12/2020 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF:  
Recurso 09:15:46 38068391000159. Motivo: A manifestação será aceita em conformidade com os prazos previstos no edital  
Aceita para a apresentação das razões e contrarrazões. Toda a documentação relativa ao processo será  
disponibilizada para os interessados consubstanciarem seus recursos.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
38.068.391/0001-59	10/12/2020 08:20	10/12/2020 09:15	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> MANIFESTAMOS O INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO DO PROPONENTE TECLAB, DEVIDO O EQUIPAMENTO COTADO PELA MESMA NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL O QUAL SOLICITA UM EQUIPAMENTO COM COMPRIMENTO DE ONDA ABRANGENDO A FAIXA DE 330 A 700 NANOMETROS, NO CATÁLOGO OFICIAL DO FABRICANTE, A RODA DE FILTROS TEM INÍCIO, NO COMPRIMENTO DE ONDA DE 365 NANÔMETROS, E NÃO EM 330 NANÔMETROS, CONFORME A DESCRIÇÃO INFORMADA NA PROPOSTA, DENTRE OUTRAS.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A manifestação será aceita em conformidade com os prazos previstos no edital para a apresentação das razões e contrarrazões. Toda a documentação relativa ao processo será disponibilizada para os interessados consubstanciarem seus recursos.			

#### Item: 30 - CENTRÍFUGA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	113	R\$ 4.900,0000	R\$ 553.700,0000	04/11/2020 08:37:02
<b>Marca:</b> LOCCUS <b>Fabricante:</b> LOCCUS <b>Modelo / Versão:</b> CENTRIFUGA/ L1202 SPIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mini Centrifuga de bancada, para centrifugações em longo período e também para centrifugações rápidas (spin). Com um rotor multi-tubos, apresenta capacidade para 12 tubos de 1,5-2,0mL, 32 tubos de 0,2mL ou 4 tiras de PCR de 8 poços (adaptadores inclusos). Rotor intercambiável. Motor de indução, sem escovas, equipamento livre de manutenções. Compatível com rotores para 4 tiras de PCR de 12 tubos e 4 tubos de 5 mL (vendidos separadamente). Display LCD intuitivo, com indicador de tempo e velocidade e com teclas de fácil acesso para programação dos parâmetros. Com tampa acrílica que permite a visualização enquanto a centrifugação está em curso. Trava de segurança que impede a abertura da tampa enquanto o rotor está em movimento. A frenagem do rotor é imediata ao acionar a abertura da tampa. Operação silenciosa. Aceleração e frenagem em poucos segundos. Velocidade: ajustável, de 1000rpm a 7000rpm; Temporizador: 1s a 999min; Temperatura de operação: 5°C a 40°C; Alimentação: 100-240V, 50-60Hz, 30W. Rotores: - Incluso: rotor multi-tubos de ângulo fixo, com capacidade para 12 tubos de 1,5-2,0mL / 32 tubos de 0,2mL / 4 tiras de PCR de 8 ou 12 poços de 0,2mL; - Opcional: rotor com capacidade para 4 tubos de 5mL. Modelo: L1202 Spin; Marca/Fabricante: Loccus; Procedência: Nacional; Garantia: 12 meses.							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	113	R\$ 4.965,8800	R\$ 561.144,4400	03/11/2020 15:38:45
<b>Marca:</b> GLOBALTRADE <b>Fabricante:</b> GLOBALTRADE							

**Modelo / Versão:** 8011154V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	113	R\$ 6.000,0000	R\$ 678.000,0000	30/10/2020 14:38:08
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-702

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-702 Marca: Solab - Centrifuga de Bancada Digital para Micro Tubos - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrifuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isoliação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Capacidade: Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - Frequência: 50/60 Hz. - Dimensão externa: L=285 x P= 410 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF30 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Adaptadores para RAF30 / 30 adaptadores para microtubos de 0,2 e 0,5 ml; - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	113	R\$ 6.000,0000	R\$ 678.000,0000	03/11/2020 15:36:08
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Daiki**Fabricante:** Daiki**Modelo / Versão:** Tc-1200-Bi

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Mini centrifuga (spin):microcentrifuga /minicentrífuga / minispin mini microcentrifuga / Spin; 20.1. Capacidade mínima de 12 tubos de 0,5 a 2,0 mL; 20.2. Velocidade de rotação que atinja no mínimo 12.500 rpm; 20.3. Itens inclusos: conjunto de adaptadores para tubos de 0,5mL e 0,2 mL; 20.4. Possibilidade de uso na voltagem compaVvel com a respec""va unidade contemplada (110V ou 220V); 20.5. Com manual de Instruções."

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	113	R\$ 7.250,0000	R\$ 819.250,0000	03/11/2020 15:17:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 800

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 800 - MICROCENTRÍFUGA DE BANCADA Microcentrifuga microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para micro tubos com capacidade máxima para 24 micro tubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrifuga (RCF), tempo (min./s.), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena última configuração na memória. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tela individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 280 x 390 x 290 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de #8533; CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Centrifuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ROTORES Rotor de Ângulo Fixo em alumínio com velocidade máxima até 15000 rpm e força máxima até 20.930 xg. CAPACIDADES DOS ROTORES Rotor de Ângulo Fixo para Microtubos com capacidade para 24 x 0,2 ml; ou 24 x 0,5 ml; ou 24 x 1,5 ml; ou 24 x 2 ml (outras capacidades sob consulta). ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor de Ângulo Fixo para Microtubos com capacidade de 24 x 1,5 a 2ml e Manual de Instruções / Termo de Garantia. Modelo: NT 800. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Adaptadores para mirotubos de 0,2 ou 0,5ml.

38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	113	R\$ 9.200,0000	R\$ 1.039.600,0000	03/11/2020 19:09:38
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Thermo Scientific**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** Microcentrifuga My Spin 12 / 75004081

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCENTRÍFUGA MYSPIN PARA 12 TUBOS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 75004081 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: Alemanha • Designer compacto • Display digital • Fácil de operar • Operação silenciosa • Troca de rotor rápida sem ferramentas • trava de segurança impede a abertura da tampa no momento da centrifugação • Capacidade máx.: 12 x 2 ml • Velocidade máxima: 12.500 RPM (com incremento de 100 RPM) • RCF máximo: 9.800 x g (com incremento de 100 x g) • Dimensões(A x L x C): 11.4 x 17.1 x 20.3 cm • Peso: 1,41 Kg • Garantia: 2 anos • Certificações: CE, CSA e UL • Voltagem: 110 - 220 V / 50-60 Hz • Referência: 75004081 • Inclui: Rotor para 12 tubos x 1.5/2.0 ml e rotor para 32 tubos x 0.2 ml (simples ou 4 x 8 strip). Adaptador para 12 tubos x 0.2 ml e 12 x 0.5 ml e adaptador de alimentação universal 110/220 V - 50/60 Hz com 4 tipos de plugue intercambiáveis.

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	113	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.130.000,0000	03/11/2020 09:03:35
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

**SUPRIMENTOS PARA  
LABORATORIOS E**

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** TC-12000-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Microcentrífuga Analógica 12000rpm. Com estrutura compacta, portátil e motor de baixo ruído a centrífuga TC12000 da IonSpin é adequada para filtragem de tubos e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. CARACTERÍSTICAS: • Praticidade: não é necessário nenhuma ferramenta para troca do rotor; • Rápida desaceleração: 15 segundos com a tampa fechada e 3 segundos com a tampa aberta; • Espaço do rotor otimizado: Diminui a resistência do vento e o aumento de temperatura; • Com função de regulagem de filtração e voltagem: Deixa a operação mais suave e o índice de rotação menor; • Corpo e rotor construído em plástico ABS resistente e tampa em policarbonato (PC). CONTEÚDO: • 1 Microcentrífuga; • 1 Rotor ângulo fixo para 8 x 1,5/2,0mL; • 1 Rotor ângulo fixo para 2 tiras com 8 microtubos de PCR (200&#956;l); • 8 Adaptadores redutores para 0,5mL; • 8 Adaptadores redutores para 0,2mL; • 2 Fusíveis; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de operação em português. Velocidade: 12000rpm Força máxima (RCF): 7600xg Ruído: &#8804; 49dB Motor: Indução (sem escovas) Controle da velocidade: Automático/Constante Sistema de frenagem: Dinâmica Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxH): 160x170x130mm Peso: 1kg ROTORES INCLUSOS: TC-8X2 DE ÂNGULO FIXO, VELOCIDADE MÁX. DE 12.000 RPM, FORÇA MÁX. DE 7600XG COM CAPACIDADE DE 8X1,5/2,0 ML. TC-16X0,2 DE ÂNGULO FIXO, VELOCIDADE MÁX. DE 12.000 RPM, FORÇA MÁX. DE 7600XG COM CAPACIDADE DE 16X0,2ML EM TIRAS."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.200,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.250,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 6.000,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.965,8800	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.900,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.500,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:10:11:370
R\$ 5.990,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 14:10:17:830
R\$ 2.300,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:15:43:780
R\$ 2.290,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:15:55:213
R\$ 2.150,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:15:59:710
R\$ 2.140,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:16:11:413
R\$ 2.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:16:18:953
R\$ 1.990,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:16:31:350
R\$ 1.999,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:16:36:277
R\$ 1.850,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:16:45:867
R\$ 1.840,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:16:57:450
R\$ 1.750,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:17:06:200
R\$ 1.740,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:17:17:447
R\$ 1.680,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:17:23:963
R\$ 1.670,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:17:33:523
R\$ 1.600,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:18:15:533
R\$ 1.590,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:18:27:097
R\$ 1.560,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:18:33:043
R\$ 1.550,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:18:46:107
R\$ 1.480,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:18:56:763
R\$ 1.470,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:19:06:733
R\$ 1.430,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:19:13:373
R\$ 1.420,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:19:24:167
R\$ 1.380,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:19:29:037
R\$ 1.370,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:19:41:030
R\$ 1.350,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:19:46:073
R\$ 1.340,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:19:58:433
R\$ 1.300,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:20:10:687
R\$ 1.290,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:20:21:000
R\$ 1.250,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:20:29:527
R\$ 1.240,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:20:41:373
R\$ 1.150,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:20:48:003
R\$ 1.140,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:20:59:590
R\$ 1.100,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:21:07:780
R\$ 1.090,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:21:18:420
R\$ 1.050,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:21:24:303
R\$ 1.040,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:21:35:573
R\$ 1.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:21:42:180

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

**Evento**

**Data**

**Observações**

Aberto	04/11/2020	Item Aberto. 14:07:39
Encerrado	04/11/2020	Item encerrado. 14:59:23
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Em Análise	06/11/2020	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação. 10:41:07
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Impedimento de contratar com a União Federal, vide item 03. 17:45:59
Recusa	12/11/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Empresa com impedimento indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada. 17:46:18
Recusa	19/11/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000. Motivo: Proposta recusada em razão da empresa estar com impedimento indireto de contratar com a união. 16:54:28
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08. 17:16:14
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08. 17:35:54
Em Análise	20/11/2020	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica. 11:33:16
Desfeito Situação Em análise do Item	02/12/2020	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta atende as especificações editalícias. 15:20:53
Aceite	02/12/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000. Motivo: A proposta será aceita por atender as especificações editalícias. 15:21:33
Habilitado	10/12/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08 08:15:48

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 31 - MOINHO TRITURADOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	16	R\$ 8.900,0000	R\$ 142.400,0000	03/11/2020 16:05:51

**Marca:** Kasvi

**Fabricante:** Kasvi

**Modelo / Versão:** K14-1215

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microcentrifuga 12 x 1,5 mL Modelo K14-1215 RPM máximo 800 - 15.000 rpm RCF máximo 100 - 15.100 xg Capacidade opcionais 12 microtubos x 1,5/2,0 mL 12 microtubos x 0,5 mL 12 microtubos x 0,2 mL Timer 15 segundos até 99 minutos Tensão AC 110/220 V Frequência 60 Hz Display LCD Trava/tampa de segurança Automática Peso 3,8 kg Dimensão (L x C x A) 230 x 220 x 130 mm Raio do rotor 60 mm Ângulo do rotor 45° Potência 85 W

05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 150.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	04/11/2020 08:41:57
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** LOCCUS

**Fabricante:** LOCCUS

**Modelo / Versão:** MOINHO/ L-BEADER HT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disruptor mecânico de células utilizando microesferas (beads), de alta energia com funcionalidade para homogeneização, maceração, pulverização ou disruptão de amostras e até para extração de DNA, RNA e Proteínas de diversos tipos de tecidos e células. Além disso, pode ser utilizado para ressuspensão de pellets, Trituração de amostras sólidas, como solo, minerais, sementes, ou até mesmo para ossos, dentes e tecidos animais/humanos. Promove a homogeneização simultânea de até 192 amostras em microplacas descartáveis ou reutilizáveis do tipo DeepWell ou placas adaptadoras para tubos coletores de 1,2mL. Permite realizar a homogeneização em até duas microplacas de PCR de 0,2mL de volume. Além disso, conta com inúmeros adaptadores para tubos de 1,5 a 50ml, adaptadores para jarras de inox, tungstênio, adaptadores para frascos e adaptadores híbridos para diferentes tubos simultaneamente. Possui trava de segurança TrueLock que impede vazamentos e eventuais contaminações durante o processo de agitação. Permite uso de dois adaptadores de tubos/placas para diferentes capacidades/volumes de amostras. Tampa de segurança com trava pneumática interna, o qual evita o contato direto com as garras durante a operação de agitação. Apresenta pés de borracha ventosas que garantem a fixação do equipamento e a estabilidade sobre a bancada. Especificações: Velocidade: 0,19-1,92 m/s (com ajustes de 0,05m/s), 3-30 Hz (180 a 1800 oscilações p/ minuto); Potência mecânica: 1/3 cavalos de força; Corso total do golpe: 32mm; Tempo de ciclo: 5 segundos a 99 minutos; Capacidade: Até 192 amostras (dependendo do suporte); Tempo de aceleração/ desaceleração: 2 segundos/ 2 segundos; Temperatura: 4°C a 65°C; Intensidade de ruído: <68db; Alimentação: 110V-220V automático (50-60hz); Potência: 200W; Dimensões (CxLxA): 36 x 43 x 23cm; Peso total: 42kg. Suportes e adaptadores opcionais: 16 tubos de 50ml / 24 tubos de 15ml / 49 tubos de 1,5/2ml, 2 microplacas de 96-wells

de 0,2 ou 1,2ml / frascos e jarras de diferentes tamanhos para esferas de alto impacto / adaptadores personalizados. -Inclui L-Beader HT, 2 jarras metálicas de 25mL, cabo de força e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência técnica e assessoria científica nacional. Modelo: L-Beader HT (com jarras de 25ml e beads de 10mm) MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

32.449.952/0001-83 VERDER SCIENTIFIC Não Não 16 R\$ 153.378,2600 R\$ 2.454.052,1600 03/11/2020 16:34:39

**Marca:** Retsch  
**Fabricante:** Retsch

**Modelo / Versão:** MM 400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 20.745.0001 - Moinho Vibratório de bolas MM 400, 100-240 V, 50/60 Hz para Trituração e moagem de tecidos humanos, como por exemplo: ossos e dentes, tecidos animais e vegetais com a finalidade de recuperação de material para exames de DNA. Com Capacidade de moagem de forma seca, úmida e criogênica; Duas estações de moagem com frequência de vibração máxima de 30 Hz, utilizados simultaneamente e com parâmetros digitais selecionáveis de tempo e frequência da vibração, trabalha com diferentes tipos de frascos moedores. Capacidade de trabalhar com jarras, bolas e acessórios em aço endurecido inoxidável incluindo: 8,00 PC 01.462.0236 Jarro de moagem para moinho MM 400, aço inoxidável de 10 ml, com tampa rosqueável 8,00 UN 05.368.0063 Esfera de moagem, aço inoxidável 1.4034, Ø 10 mm resistentes a temperaturas criogênicas (abaixo de 150°C nega&#1048610;vos) Manual de instruções

27.081.522/0001-11 M T MARCONI Sim Sim 16 R\$ 155.000,0000 R\$ 2.480.000,0000 29/10/2020 08:00:54

**Marca:** MARCONI

**Fabricante:** MARCONI

**Modelo / Versão:** MA090/CFT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOINHO DE ROTOR MARTELOS FIXOS COM INV DE FREQ TERMOSTATIZADO Normalizacao: - Instalacao eletrica conforme NR-10 - Construcao Mecanica conforme NR-12 Estrutura: - caixa em chapas de aco carbono, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epoxi - dimensões externas (mm): L=515 X P=725 X A=630 - peso 120 kg, - para instalacao em bancada Moagem: - CAMARA COM JAQUETA PARA TERMOSTATIZACAO, - RPM: de 2000 a 6500, com inversor de frequencia, leitura digital - camara e rotor de 4 marteletes em aço inox AISI 304, com acabamento polido - dimensões da camara em mm.: diâmetro 190 x 60 de largura - cinta recortilhada de fácil remoção e limpeza, em aço inox AISI 304, - peneiras nas dimensões de 120 x 60 mm. - acompanham peneiras em aço inox malha mesh 10, 20 e 32 - coletores de amostra em aço inox 304 com saída de ar, e coletor em tecido com suporte em aço inox AISI 304 Termostatizacao da camara: - jaqueta na camara para termostatização com agua corrente ou refrigerada - conexões para instalação de mangueiras - o banho ultratermostatizado MA184/6 não acompanha (sob consulta) Segurança: - atende a NR 12 e NR 10 - acionamento do motor somente com a tampa fechada: - com dispositivo que não fecha o contato eletrico com a colocacao de um material metalico, aciona a energia somente com as duas partes do fim de curso - o operador não consegue acionar o motor se todos os dispositivos de segurança não estiverem acionados - moto freio para parada instantânea do rotor ao desligar a energia ou abrir a tampa da camara, evitando o risco do operador sofrer corte nos dedos. Energia: - chave de emergencia, chave seccionadora com porta cadeado - motor de indução de 2 CV, - contador com relé termico para proteção do motor - cabo de energia quadrifilar (tres fases e um terra), com dupla isolação, com plug e tomada, NBR NM 243:2009 e NBR 14136 - 1500 watts, 220 volts (monofásico), 60 Hz. Manual: - conforme requisitos da NR 12. Instalação: - necessita de ponto de água e dreno ou de um banho refrigerado. - start up efetuado pelo operador, conforme consta no manual de instrução. OPCIONAL (NAO ACOMPANHA): - banho refrigerado MA 184/6 Capacidade de moagem: - Material moido: a) MILHO, tela mesh 20, peso 1 kg., tempo de moagem 8 minutos, temp. inicial 30 C, temp. final 35 C.. Resultado da moagem, retenção em peneira mesh/gramas: 20/12, 28/35, - 35/11, - 48/27,3, - 65/14, - 150/11, - 200/.21. b) CASCA DE ARROZ, tela mesh 30, 5 kg por hora. c) LODO MAR SECO, tela mesh 30, peso 200 grs., tempo de moagem 3,5 minutos, temperatura inicial 22,8, final 24,3 C.. Resultado da moagem: retenção em peneiras mesh/gramas: 28/1,4, 35/1,4, 80/16, 150/32,6, 200/54,3, passou no mesh 200 91 gramas.

37.663.213/0001-03 VANESSA DE SALVI Sim Sim 16 R\$ 155.200,0000 R\$ 2.483.200,0000 04/11/2020 08:45:09

**Marca:** Matoli  
**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório

**Modelo / Versão:** 070M001

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 31 - Moinho de bolas pra Trituração de ossos - modelo 070M001 - Fabricação (marca) Matoli Equipamentos para Laboratório ([www.matoli.com.br](http://www.matoli.com.br)). Equipamento projetado para Trituração/moagem de diversos tecidos (humanos, animais e vegetais), ossos, dentes e materiais de alta dureza, com a finalidade de recuperação de material para exames de DNA. Capacidade de moagem de forma seca, úmida e criogênica. Uso em bancada. Informações técnicas: Caixa externa confecionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Duas estações de Trituração em aço inoxidável polido com volume de 10 a 25ml, com tampas rosqueáveis e vedação; Controladores digitais de frequência microprocessados para vibração de 3 até 30Hz, independentes, podendo ser usados simultaneamente; Temporizador digital microprocessado para trabalhos até 9999 minutos; Controlador eletrônico de agitação para velocidade até 2000rpm; Sensor com alarme contra desbalanceamento; Sensor que impede o acionamento do sistema com a tampa aberta; Dimensões externas (LxPxA): 500 x 450 x 270mm; Potência: 370W; Entrada: 110V ou 220V - conforme especificado pelo solicitante. \*\* Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanha: 08 jarras de moagem, com volume na faixa de 10 a 25 ml, com tampas rosqueáveis de aço inoxidável e oito bolas de aço inoxidável compatíveis para cada jarra, resistentes a temperaturas criogênicas (abaixo de 150°C nega&#1048610;vos) e com diâmetro entre 10 a 20 mm; não necessita de chave auxiliar para fechamento dos recipientes; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

17.025.823/0001-74 ANTON PAAR BRASIL Não Não 16 R\$ 171.242,6300 R\$ 2.739.882,0800 03/11/2020 18:48:04

**Marca:** ANTON PAAR  
**Fabricante:** ANTON PAAR GMBH

**Modelo / Versão:** BM500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1. 1 x Moinho de Bolas - BM500 (230V 50Hz / 60Hz) - &#61623; Com Capacidade de moagem de forma seca, úmida e criogênica; &#61623; Duas estações de moagem com frequência de vibração máxima de 30 Hz e que podem ser utilizadas simultaneamente; &#61623; Display digital selecionável de tempo e frequência da vibração; 2. 8 x Vasos de moagem de 25ml produzido em aço inoxidável 3. 2 x Bolas de Aço em Inox D - 20MM INOX

38.068.391/0001-59 BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA Sim Sim 16 R\$ 230.000,0000 R\$ 3.680.000,0000 03/11/2020 15:33:31

**Marca:** ANTON PARR

**Fabricante:** ANTON PARR

**Modelo / Versão:** BM500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOEDOR DE OSSOS: EQUIPAMENTO DO PO MOINHO DE BOLAS PARA

LABORATÓRIO PARA MOAGEM/TRITURAÇÃO DE TECIDOS HUMANOS, POR EXEMPLO, OSSOS E DENTES, TECIDOS ANIMAIS E VEGETAIS, COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES DE DNA. CAPACIDADE DE MOAGEM DE FORMA SECA, ÚMIDA E CRIOGÊNICA; DUAS ESTAÇÕES DE MOAGEM COM FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÁXIMA IGUAL OU MAIOR A 25 Hz E QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE; APRESENTAR PARÂMETROS DIGITAIS SELECIONÁVEIS DE TEMPO E FREQUÊNCIA DA VIBRAÇÃO; APRESENTAR DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS MOEDORES; CAPACIDADE DE TRABALHAR COM JARRAS, BOLAS E ACESSÓRIOS EM AÇO ENDURECIDO INOXIDÁVEL; ITENS INCLUSOS: OITO JARRAS DE MOAGEM, COM VOLUME NA FAIXA DE 10 A 25 mL, DE TAMPAS ROSQUEÁVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL E AO MENOS OITO BOLAS DE AÇO INOXIDÁVEL COMPACTA VEIS. AS BOLAS DEVERÃO SER TAMBÉM RESISTENTES A TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS (ABAIXO DE 150°C NEGA VOS) E COM DIÂMETRO NA FAIXA DE 10 A 20 MM E, SE FOR O CASO, CHAVE AUXILIAR PARA FECHAMENTO DOS RECIPIENTES; POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO BM500, MARCA ANTON PARR.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 230.000,0000	38.068.391/0001-59	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 171.242,6300	17.025.823/0001-74	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 155.200,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 155.000,0000	27.081.522/0001-11	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 153.378,2600	32.449.952/0001-83	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 150.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.900,0000	67.957.720/0001-10	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 80.000,0000	27.081.522/0001-11	04/11/2020 14:08:12:390
R\$ 142.000,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:08:52:213
R\$ 79.990,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:09:00:150
R\$ 120.000,0000	32.449.952/0001-83	04/11/2020 14:10:50:400
R\$ 77.580,8000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:17:11:213
R\$ 77.570,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:18:28:770
R\$ 119.000,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:19:01:963
R\$ 90.000,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:19:19:547
R\$ 77.500,0000	32.449.952/0001-83	04/11/2020 14:21:12:650
R\$ 72.000,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:21:18:910
R\$ 71.990,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:21:34:330
R\$ 71.890,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:22:25:880
R\$ 71.880,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:22:39:217
R\$ 71.800,0000	32.449.952/0001-83	04/11/2020 14:24:33:257
R\$ 68.300,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:24:36:487
R\$ 68.290,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:24:56:673
R\$ 68.250,0000	32.449.952/0001-83	04/11/2020 14:26:53:410
R\$ 68.000,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:26:55:473
R\$ 68.250,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:27:37:933
R\$ 67.990,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:27:57:997
R\$ 67.000,0000	17.025.823/0001-74	04/11/2020 14:29:57:097
R\$ 66.990,0000	37.663.213/0001-03	04/11/2020 14:30:15:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:07:57	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 14:32:30	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 10:53:21	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 17:23:18	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocar anexo para envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 17:45:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 08:13:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Em Análise	20/11/2020 11:33:33	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	20/11/2020 15:25:36	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por solicitação do Licitante.
Recusa	20/11/2020 15:25:49	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 8.900,0000. Motivo: A proposta será recusada por solicitação do Licitante.
Abertura do	20/11/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES,

prazo de Convocação - Anexo	15:29:49	CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Em Análise	20/11/2020 16:04:55	Item Em Análise. Motivo: O equipamento será submetido à analise técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 14:32:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligência para comprovação de capacidade técnica.
Recusa	02/12/2020 15:18:47	Recusa da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 66.990,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 15:04:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 15:17:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 16:04:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 09:41:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Recusa	08/12/2020 16:07:23	Recusa da proposta. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 67.000,0000. Motivo: A proposta será recusada apesar de atender as especificações técnicas, portanto no entendimento deste Pregoeiro, o ACT não atende o preconizado no item 9.11 do Edital e 17 do Termo de Referência e quando diligenciado não conseguiu efetivamente comprovar o fornecimento do equipamento.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:51:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 32.449.952/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:59:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 32.449.952/0001-83.
Aceite	08/12/2020 17:47:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 32.449.952/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 68.250,0000. Motivo: A proposta e a documentação atendem as especificações editalícias e será aceita.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - CNPJ/CPF: 32.449.952/0001-83
Registro Intenção de Recurso	10/12/2020 08:28:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE CNPJ/CPF: 17025823000174. Motivo: Prezada Comissão de Licitação, registramos a nossa intenção de Recurso pois nós atendemos ao Edital no que se refere à Tradição de Fornecimento, item 17 do Termo de Recurso.
Intenção de Recurso Aceita	10/12/2020 09:16:25	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17025823000174. Motivo: A manifestação será aceita em conformidade com os prazos previstos no edital para a apresentação das razões e contrarrazões. Toda a documentação relativa ao processo será disponibilizada para os interessados consubstanciarem seus recursos.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.025.823/0001-74	10/12/2020 08:28	10/12/2020 09:16	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Prezada Comissão de Licitação, registramos a nossa intenção de Recurso pois nós atendemos ao Edital no que se refere à Tradição de Fornecimento, item 17 do Termo de Referência. Apresentamos um pedido de compra formal, com proposta e confirmação de pedido que no Direito Civil equivale ao Contrato. Nós já realizamos o fornecimento de Moinho de Bolas para outras empresas fora do Brasil, infelizmente não conseguimos enviar as Notas Fiscais no dia solicitado pois era feriado na Austria (nossa sede).			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A manifestação será aceita em conformidade com os prazos previstos no edital para a apresentação das razões e contrarrazões. Toda a documentação relativa ao processo será disponibilizada para os interessados consubstanciarem seus recursos.			

**Item: 32 - ESTABILIZADOR TENSÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	Sim	Sim	182	R\$ 2.699,0000	R\$ 491.218,0000	04/11/2020 08:32:51

**Marca:** RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH SENIUM 2400VA - CÓD: 4070**Modelo / Versão:** RAGTECH SENIUM 2400VA - CÓD: 4070**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPOON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 3 KVA, BATERIA SELADA, AUTONOMIA BATERIA 20 MIN, TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 182 R\$ 2.900,0000 R\$ 527.800,0000 04/11/2020 08:53:04

**Marca:** TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA 2200VA SENOIDAL PURA**Modelo / Versão:** TS SHARA 2200VA SENOIDAL PURA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPOON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 3 KVA, BATERIA SELADA, AUTONOMIA BATERIA 20 MIN, TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL

06.032.137/0001-04 VIGUI' ST INFORMATICA LTDA Sim Sim 182 R\$ 4.000,0000 R\$ 728.000,0000 03/11/2020 14:51:01

**Marca:** RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETROÔNICA**Modelo / Versão:** SENIUM SN 3200 24V VIO/BS2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak: Potencia mínima: 2000 Watts; Bivolt automático; Tensão de saída: 110 V a 220 V; Regulação estática <5%; Configuração: Monofásica (F+ N + T) ou Bifásica (F+ F+ T); Freqüência: 60Hz; Estabilidade da Frequência: < 0,1%; Distorção Harmônica: &#8804; 5%; Forma de Onda: Senoidal Pura; Fator de Potência mínimo > 0,7 ; Tipo de carga: Carga Indutiva; Proteções elétricas: sub e sobre tensão de entrada e saída, sub e sobre tensão DC e bateria, sobre carga e curto circuito, trafo isolador sobre temperatura; Possuir no mínimo 6 Tomadas (2P + T) de saída, padrão ABNT NBR 14136; Bateria com autonomia mínima de 15 minutos; Com manual de instruções. MARCA RAGTECH MODELO SENIUM SN 3200 24V VIO/BS2

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 182 R\$ 4.000,0000 R\$ 728.000,0000 04/11/2020 01:20:48

**Marca:** TS Shara**Fabricante:** Ts Shara**Modelo / Versão:** UPS Senoidal 3200va**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 22.1. Potencia mínima: 2000 Watts; 22.2. Bivolt automático; 22.3. Tensão de saída: 110 V a 220 V; 22.4. Regulação estática <5%; 22.5. Configuração: Monofásica (F+ N + T) ou Bifásica (F+ F+ T); 22.6. Freqüência: 60Hz; 22.7. Estabilidade da Frequência: < 0,1%; 22.8. Distorção Harmônica: &#8804; 5%; 22.9. Forma de Onda: Senoidal Pura; 22.10. Fator de Potência mínimo > 0,7 ; 22.11. Tipo de carga: Carga Indutiva; 22.12. Proteções elétricas: sub e sobre tensão de entrada e saída, sub e sobre tensão DC e bateria, sobre carga e curto circuito, trafo isolador sobre temperatura; 22.13. Possuir no mínimo 6 Tomadas (2P + T) de saída, padrão ABNT NBR 14136; 22.14. Bateria com autonomia mínima de 15 minutos; 22.15. Com manual de instruções.

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI Sim Sim 182 R\$ 4.250,0000 R\$ 773.500,0000 01/11/2020 21:51:27

**Marca:** TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA (PART NUMBER)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Além disso, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha. CARACTERISTICAS: • 2200VA de potência • Topologia: Line Interactive • Forma de onda Senoidal Pura • Entrada Bivolt automático 115V / 220V • Saída Bivolt selecionalével 115V / 220V • 4 baterias seladas internas de 12V/7Ah • Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp • Comunicação inteligente USB de série • Comunicação RS232 (opcional) • Comunicação SNMP MOD.Dy 520 – 03G – LF – INTERNO (OPCIONAL) • 8 tomadas de saída (Norma NBR 14136) • Estabilizador e filtro de linha integrados • Chave liga-desliga temporizada e memorizada • Leds indicadores visuais (rede e bateria) • Circuit breaker (mini disjuntor rearmável) • Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica • Carregador de bateria(s) inteligente • Alarme sonoro • Tecnologia SMD • Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash • Inversor sincronizado com a rede • Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga • Medição da tensão de entrada em true-RMS • Correção da tensão de saída em true-RMS • Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS • Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) • Circuito desmagnetizador • Painel em plástico ABS de alto impacto • Autonomia média de 2:30 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6&#8243; • Desligamento automático ao final do tempo de autonomia PROTEÇÃO: • Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização • Proteção contra sub e sobretensão AC • Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) • Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador • Proteção contra curto-círcuito nas tomadas de saída ESPECIFICAÇÕES: • Potência: 2200VA • Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) • Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) • Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) • Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136 • Forma da onda no inversor: Senoidal pura • Tensão DC: 24V • Bateria(s): 4 baterias internas de 12V 7Ah • Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V/45Ah • Autonomia Média: 2:30 horas • Comunicação Inteligente: com interface USB • Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática • Fator de potência saída: 0,7 • Tempo de transferência: 1 ms • Rendimento em rede (com meia carga): >96% • Rendimento em inversor (com meia carga): >85% • Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) • Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) • Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% • Peso: 23kg • Altura: 236mm • Largura: 223mm • Comprimento: 510mm Especificações Técnicas complementares conforme consta no catalogo anexo. Marca: TS SHARA Modelo: NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA (PART NUMBER: 4420)

52.618.139/0030-31 GL ELETRO-ELETROÔNICOS LTDA. Não Não 182 R\$ 5.879,0000 R\$ 1.069.978,0000 03/11/2020 16:55:30

**Marca:** SMS**Fabricante:** GL ELETRO-ELETROÔNICOS LTDA**Modelo / Versão:** Keor BR 3kVA E220V S110/220V Isolado**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak: 1. Potencia mínima: 2000 Watts; 2. Bivolt automático; 3. Tensão de saída: 110 V a 220 V; 4. Regulação estática <5%; 5. Configuração: Monofásica (F+ N + T) ou Bifásica (F+ F+ T); 6. Freqüência: 60Hz; 7. Estabilidade da Frequência: < 0,1%; 8. Distorção Harmônica: &#8804; 5%; 9. Forma de Onda: Senoidal Pura; 10. Fator de Potência mínimo > 0,7 ; 11. Tipo de carga: Carga Indutiva; 12. Proteções elétricas: sub e sobre

tensão de entrada e saída, sub e sobre tensão DC e bateria, sobre carga e curto circuito, trafo isolador sobre temperatura, 13. Possuir no mínimo 6 Tomadas (2P + T) de saída, padrão ABNT NBR 14136; 14. Bateria com autonomia mínima de 15 minutos; 15. Com manual de instruções. Modelo: Keor BR 3kVA E220V S110/220V Isolado Validade: 60 dias Garantia: 12 nese

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.879,0000	52.618.139/0030-31	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.250,0000	11.329.948/0001-01	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.000,0000	06.032.137/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.000,0000	13.531.571/0001-02	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.900,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.699,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.689,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:45:47:790
R\$ 2.679,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:45:50:670
R\$ 2.669,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:45:53:100
R\$ 2.659,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:45:56:800
R\$ 2.649,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:04:460
R\$ 2.639,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:06:100
R\$ 2.629,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:08:873
R\$ 2.619,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:12:703
R\$ 2.609,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:16:517
R\$ 2.599,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:19:117
R\$ 2.589,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:21:773
R\$ 2.579,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:26:093
R\$ 2.569,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:28:680
R\$ 2.559,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:31:700
R\$ 2.549,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:32:613
R\$ 2.539,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:39:513
R\$ 2.529,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:40:277
R\$ 2.519,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:43:730
R\$ 2.509,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:47:403
R\$ 2.499,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:49:620
R\$ 2.489,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:52:320
R\$ 2.479,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:46:54:597
R\$ 2.469,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:46:59:437
R\$ 2.459,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:04:613
R\$ 2.449,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:47:08:193
R\$ 2.439,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:10:520
R\$ 2.429,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:47:15:013
R\$ 2.419,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:19:017
R\$ 2.409,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:47:21:723
R\$ 2.399,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:35:867
R\$ 2.389,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:47:38:180
R\$ 2.379,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:40:170
R\$ 2.369,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:47:43:223
R\$ 2.359,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:46:230
R\$ 2.349,0000	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:47:47:843
R\$ 2.339,0000	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:47:49:020
R\$ 3.900,0000	13.531.571/0001-02	04/11/2020 14:48:35:067
R\$ 2.328,4800	06.032.137/0001-04	04/11/2020 14:49:02:287
R\$ 2.318,4800	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:49:06:820
R\$ 2.333,3300	05.807.475/0001-08	04/11/2020 14:49:07:497
R\$ 2.306,5100	06.032.137/0001-04	04/11/2020 14:49:10:770
R\$ 2.296,5100	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:49:16:610
R\$ 2.285,2600	06.032.137/0001-04	04/11/2020 14:49:32:127
R\$ 2.275,2600	31.768.037/0001-98	04/11/2020 14:49:33:720
R\$ 2.280,0000	11.329.948/0001-01	04/11/2020 14:51:32:007
R\$ 2.265,0000	06.032.137/0001-04	04/11/2020 14:52:19:580
R\$ 2.270,0000	11.329.948/0001-01	04/11/2020 14:52:48:993

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:45:44	Item Aberto.
Encerrada	04/11/2020	Encerrada etapa aberta do item.

Disputa Aberta	15:49:55	
Encerrado	04/11/2020 15:49:56	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 16:21:55	Item Em Análise. Motivo: Obrigado, convocaremos o anexo para a readequação da proposta e a submeteremos a análise.
Desfeito Situação	12/11/2020	
Em análise do Item	14:30:44	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio da Proposta ajustada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:31:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:51:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 09:55:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 10:52:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04.
Em Análise	20/11/2020 11:33:48	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação	01/12/2020	
Em análise do Item	14:15:02	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	01/12/2020 14:22:56	Recusa da proposta. Fornecedor: VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.265,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	07/12/2020 16:57:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do equipamento não atender as especificações técnicas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 11:34:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 12:05:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.
Recusa	08/12/2020 15:58:15	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 2.275,2600. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas previstas no instrumento convocatório.
Recusa	09/12/2020 10:43:25	Recusa da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.333,3300. Motivo: Proposta recusada em razão do Licitante não responder aos sucessivos chamamentos deste Pregoeiro para negociar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 11:15:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 12:46:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02.
Aceite	09/12/2020 14:37:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: A proposta atende as especificações técnicas e será aprovada.
Negociação de valor	10/12/2020 08:19:27	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.850,0000. Motivo: valor negociado via chat
Habilitado	10/12/2020 08:20:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.850,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 33 - TERMOCICLADOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.067.904/0006-69	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Não	Não	14	R\$ 236.340,0000	R\$ 3.308.760,0000	03/11/2020 16:55:16

**Marca:** Applied Biosystems

**Fabricante:** Applied Biosystems

**Modelo / Versão:** A34321

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento PCR em tempo real QuantStudio 5 HID com notebook Dell Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas validado para aplicações em identificação humana. Inclui um computador Notebook Dell. O sistema é validado para o uso de diversos reagentes de quantificação, incluindo reagentes de quantificação de última geração, que permitem quantificar o DNA, estimar a proporção de DNA degradado na amostra, estimar a relação de DNA masculino:feminino e avaliar a presença potencial de inibidores da PCR. A plataforma possui bloco compatível com placas de 96 poços e/ou tubos de 0,2 mL, modo de ciclagem convencional, sistema óptico composto por lampada LED, seis filtros de excitação, seis filtros de detecção e câmera CCD. O instrumento é calibrado para os fluoróforos mais utilizados: FAM/SYBR® Green I, VIC®/JOE, TAMRA/CY3, ROX/Texas Red e CY5. Ele deve ter capacidade de calibração para os fluoróforos ABY, MUSTANG PURPLE e JUN. Seu sistema óptico permite calibração simples e acurada para outros fluoróforos, sem necessidade de adição de um novo conjunto de filtros. Sistema se caracteriza como uma solução validada completa, em que todos os reagentes são desenvolvidos de acordo com os procedimentos definidos por organizações internacionais forenses, incluindo: SWGDAM, DAB, CODIS, ENFSI, Interpol e GITAD. O sistema foi internacionalmente validado pela Applied Biosystems® seguindo os procedimentos definidos por DAB/SWGDAM, tornando o sistema QuantStudio 5 HID ideal para laboratórios de paternidade e estudos forenses. Compatível com o software HID Real-Time PCR Analysis. Destina-se somente para pesquisa. Não para uso em procedimentos diagnósticos. Procedência: EUA - Isento de registro no MS. Garantia: 12 Meses - Incluso: Instalação e treinamento.

10.515.403/0001-27 BRAZIL 3 BUSINESS  
PARTICIPACOES  
LTDA.

**Marca:** BIOER TECHNOLOGY**Fabricante:** BIOER TECHNOLOGY**Modelo / Versão:** BIOER TECHNOLOGY FQD – 96 C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PCR em tempo real (Real Time):plataforma integrada para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas validado para aplicações em identificação humana e amostras forenses, composta por termociclagem para PCR em tempo real, software de análise e computador; Bloco compatível com placas de 96 poços de 0,2mL;Tela sensível ao toque; Deve acompanhar computador compatível com o sistema; Sistema validado para o uso de diversos reagentes de quantificação, inclusive em uma mesma reação; Compatível, no mínimo, com fluoróforos SYBR, FAM, VIC, ROC, Cy5, Cy3, JUN, CFG540, TMR, Q670, CXR, TAMRA, ROX, Texas, Red, ABY, MUSTANG, PURPLE e JUN. Sistema óptico deve permitir a calibração para outros fluoróforos, sem necessidade de adição de um novo conjunto de filtros; Compatível com o software que permite a utilização de curva padrão virtual e que permita a análise e cálculo automático de índice de degradação e proporção de mistura para kits forenses validados de acordo com recomendações SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis); Validação de acordo com o recomendado pelo Validação SWGDAM; Incluso treinamento para o uso do equipamento. Possibilidade de uso na voltagem compaVvel com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Com manual de Instruções; Garantia de 12 meses ANVISA Nº 80867150034

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450.000,0000	10.515.403/0001-27	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 236.340,0000	63.067.904/0006-69	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 297.932,5000	10.515.403/0001-27	04/11/2020 14:47:12:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:46:17	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	04/11/2020 15:21:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	04/11/2020 15:21:16	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 16:33:10	Item Em Análise. Motivo: Item em análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:29:20	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Reenvio da proposta ajustada .
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:29:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:59:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69.
Em Análise	20/11/2020 11:34:33	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:30:24	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita.
Aceite	01/12/2020 14:30:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69, pelo melhor lance de R\$ 236.340,0000. Motivo: A proposta foi aprovada e será aceita.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 34 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.574.184/0001-91	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE	Não	Não	56	R\$ 1.880,0000	R\$ 105.280,0000	03/11/2020 13:49:39

**PRODUTOS E  
EQUIPAMENTOS L**
**Marca:** EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EEQ9002A-1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARACTERÍSTICAS: Phmetro de bancada, pH/mV/Temperatura; display digital com fundo de luz azul; estrutura moldada em plástico ABS resistente a prova de respingos; faixa De 0-14 pH; equipamento desenvolvido para a medição do pH, mV e valor de temperatura de amostras de água em laboratórios da departamento médicos e de proteção ambiental, faculdades e departamentos de pesquisa científica. Usado para medir o potencial de eletrodos elevantes de eletrodo íons-seletivos e ainda, como um indicador da variação do potencial elétrico enquanto titulação do potencial. Display digital de LED de 3 ½ dígitos de fácil leitura (de pôlo automático); demonstra valores do pH, mV e temperatura; ajuste de "slope" para calibração; Compensação automática e manual de temperatura (0 a 100°C); FAIXA DE MEDIDA: pH: (0~14.00) pH T: (0~100) °C mV: (0~± 1999) mV display de pôlo automático) Faixa de compensação de temperatura: (0~60) °C Unidade de display min.: 0,01 pH, 1 mV, 0,1 ° C PRECISÃO DE UNIDADE ELETRÔNICA: pH: +0.01 pH mV: +0.1% F.S. PRECISÃO DO MEDIDOR: (a) -0.02 pH+- 1 bit; (b) +0.5 o.C +- 1 bit Precisão de compensação de temperatura: 0.01 pH Reproduibilidade de unidade eletrônica: pH: <=0.01pH mV: <=1mV; Reproduibilidade do medidor: pH: <= 0.01 pH Estabilidade da unidade eletrônica: +- 0.01pH+- 1 bit/3h; temperatura ambiente(5~40)°C

29.054.890/0001-04 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Sim Sim 56 R\$ 1.882,0000 R\$ 105.392,0000 03/11/2020 16:08:56

**Marca:** LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-210

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. LUCA-210 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH / mV / ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão, grau de proteção IP-65; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Calibração automática com tampões: pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Slope de calibração: 80 a 105%; - Datalogger para armazenamento de até 30 leituras; - Alimentação: 110/220 VAC; - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (equipamento); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20; Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH (selecionável); Exatidão: ± 0,01 pH; Incerteza: ± 0,01 pH; Precisão: ± 0,005 pH; - mV: Faixa de trabalho: - 1999 a +1999; Resolução: 0,1 mV; Exatidão: ± 0,1 mV; Incerteza: ± 0,1 mV; Precisão: ± 0,2 mV; - Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C; Resolução: 0,1°C; Exatidão: ± 0,3°C; Incerteza: ± 0,2°C; Precisão: ± 0,5°C; ACOMPANHA: - Certificado de calibração rastreável RBC; - Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; - Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação/carregador chaveado 110/220VAC; - 250mL solução tampão pH 4,00; - 250mL solução tampão pH 7,00; - Manual de instruções;

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Sim Sim 56 R\$ 1.882,5700 R\$ 105.423,9200 03/11/2020 15:38:46

**Marca:** SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** PHS-3EBI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIDA DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIDA DE 0 14 PH,-1999,9 A 1999,9MILIVOLT, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,02 PH 0,2°C 0,2 MILIVOLT

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI Sim Sim 56 R\$ 1.882,5700 R\$ 105.423,9200 03/11/2020 16:54:12

**Marca:** SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** SATRA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PHmetro CATMAT: 256068 RMS: ISENTO MARCA: SATRA MODELO: PHS 3E BI

05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Sim Sim 56 R\$ 1.900,0000 R\$ 106.400,0000 30/10/2020 14:39:16

**Marca:** Tecnopon**Fabricante:** Tecnopon**Modelo / Versão:** mPA-210

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: mPA-210, Marca: Tecnopon - Medidor de pH de bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: ± 0,01. Incerteza: ± 0,1. - MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: ± 0,1. Incerteza: ± 0,1. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: ± 0,3°C. Incerteza: ± 0,2°C. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7,01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 56 R\$ 2.000,0000 R\$ 112.000,0000 03/11/2020 15:37:03

**Marca:** Satra**Fabricante:** Satra**Modelo / Versão:** Phs-3e-Bi

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PHmetro: Instrumento de bancada para preparo de tampões utilizados nos protocolos de biologia molecular. 24.1. Com armazenamento digital de dados; 24.2. Compensação automática de temperatura; 24.3. Divisão ORP de no máximo 1 mV; 24.4. Divisão pH de no mínimo 0,1; 24.5. Divisão temperatura 0,1°C; 24.6. Faixa de medição Milivolts - 1999,0 a + 1999,0 mV; 24.7. Faixa de medição pH entre 0 a 14 ou mais abrangente; 24.8. Faixa de medição temperatura de 0 a 100°C ou mais abrangente; 24.9. Interface de dados; 24.10. Pontos de calibração: no mínimo 3; 24.11. Deve acompanhar certificado de calibração RBC; 24.12. Possibilidade de uso na voltagem composta com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); 24.13. Com manual de Instruções"

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	56	R\$ 2.500,0000	R\$ 140.000,0000	03/11/2020 15:27:16
<b>Marca:</b> NOVA TECNICA <b>Fabricante:</b> NOVA TECNICA <b>Modelo / Versão:</b> NT PHM							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NT PHM - MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH 0 a 14, Resolução, Exatidão e Incerteza em pH 0,01, ± 0,1, ± 0,01, Faixa de trabalho em mV- 1999 a + 1999 , Resolução, exatidão e Incerteza em mV0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de 0 a 100°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C, Calibração Automática TAMPÕES pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00, Acessórios que acompanham: 1 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções Suporte de bancada para célula e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232C, Opcionais Saída analógica p/ registrador gráfico , Alimentação110/220 VAC. Marca Nova Técnica. Procedência Nacional.							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	56	R\$ 3.400,0000	R\$ 190.400,0000	04/11/2020 08:33:40
<b>Marca:</b> GEHAKA <b>Fabricante:</b> GEHAKA <b>Modelo / Versão:</b> PG2000							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PHMETRO DE BANCADA, MICROPROCESSADO Para medições de pH, mV, ORP e temperatura da amostra. Efetua verificação do eletrodo automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é feita. Exclusiva função Set-Point, que permite ajustar um ponto ou uma faixa onde irá soar um beep, indicando que a solução está com pH correto, ou fora da especificação. Possibilidade de selecionar o jogo de soluções utilizado para calibrar o instrumento, pH 4,01 / 7,01 e 10,1 ou 4,01 / 6,86 e 9,18. Controle de Sensibilidade do sensor (eletrodo) de pH Zero, derivação e tempo de resposta. Memória para registro de até 1.000 medições. Processamento estatístico completo para até 20 medidas consecutivas. Indicação de Ajuste / Calibração vencidos. Ajuste de valores das soluções de calibração com três casas decimais. Sistema de backup dos dados de calibração. Possui display Back-Light. Dispõe de saída de dados padrão serial, tipo RS-232. Faixa pH - 2,000 a 20,000 pH Resolução pH - 0,1 a 0,001 pH ajustável Precisão pH - ± 0,001pH Pontos de calibração: 6 Temperatura Faixa -20,0 a 120,0°C Resolução - 0,1°C Precisão - ± 0,1°C Eletrodo: Ambiente a 60,0 C mV Faixa mV -1999,9 a + 1999,9 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - ± 0,2 mV Suporte pantográfico de eletrodos. 01 (um) Eletrodo combinado de pH, corpo de vidro, BLINDADO, com ponte salina e junção anular. Sensor de Temperatura com haste inoxidável. Manual de Instruções em Português. Fonte de alimentação automática de 90 a 240 Volts - 50/60 Hz. Acompanha Certificado de Calibração RBC							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 4.500,0000	R\$ 252.000,0000	03/11/2020 15:35:46
<b>Marca:</b> Novainstruments <b>Fabricante:</b> novainstruments <b>Modelo / Versão:</b> NI PHM							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDOR DE PH DE BANCADA - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH -2,00 a +20,00. Resolução, 0,1 / 0,01 e 0,001 Exatidão e Incerteza em pH ± 0,01. ± 0,01. Faixa de trabalho em mV- 1999 a + 1999. Resolução, exatidão e Incerteza em mV 0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de -20 a 120°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C. Calibração Automática. Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00. Acessórios que acompanham: 1 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 4,00 e 7,00, manual de instruções, suporte de bancada para eletrodo e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232 e fonte de alimentação bivolt 110/220 VAC. Opcionais: saída analógica para registrador gráfico.							
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	56	R\$ 23.700,0000	R\$ 1.327.200,0000	03/11/2020 19:15:17
<b>Marca:</b> Thermo Scientific <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> STAR2114							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDOR DE pH ORION STAR A211 COM SENSOR ROSS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: STAR A211 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • O Medidor de bancada Thermo Scientific Orion Star A211 pH. • Display gráfico LCD retroiluminado mostra resultados de pH / mV / ORP. • Status do eletrodo, data, hora, identificação da amostra, identificação de usuário e pontos de calibração. • CARACTERÍSTICAS e BENEFÍCIOS • Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Chinês • Função - AUTO-READ: Reúne dados específicos em determinados intervalos de tempo. • Até 5 pontos de calibração de pH, com reconhecimento automático de buffers EUA/NIST e DIN e edição de calibração para corrigir erros sem recalibração completa. • Memória não volátil que armazena até 2000 dados, com hora e data • Fácil transferência de dados e atualização do software gratuitamente com as portas USB e RS232. • Inclui suporte para eletrodo • Funciona com quase todas as fontes de alimentação AC com o adaptador universal de corrente incluído, ou pode ser utilizado com quatro pilhas AA (vendido separadamente) para utilizar o medidor com alimentação de energia DC • Grau de proteção IP54, com proteção contra respingos e possibilidade de montagem na parede • Garantia de 3 anos. • Equipamento com qualificação IQ e OQ • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • pH • Faixa de medição: -2,000 a 20,000 • Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 • Precisão relativa: ± 0,002 • Pontos de calibração: até 5 • Edição de calibração: Sim • mV • Faixa de medição: ±2000,0mV • Resolução: 0,1 • Precisão relativa: ± 0,2mV ou ±0,05% da leitura que for maior • Modo ORP: Sim • Temperatura • Faixa de medição: -5 a 105°C, 23 a 221°F • Resolução: 0,1 • Precisão relativa: ± 0,1 • Pontos de calibração: 1 • Registro de dados • Memória: 2000 com hora e data • Funções: Manual, automático (incluso AUTO-READ TM), cronometrada • Edição: exclusão de pontos individuais, grupos de pontos ou todos • Entradas • Eletrodo pH: BNC • Sonda/Probe de Condutividade com temperatura ou probe/sonda ATC: 8-pin mini-DIN • Saída • RS232, USB • Energia • Adaptador AC: incluído-universal, 100-240VAC • Bateria: Opcional 4 x AAs • Vida útil das baterias: 800h • ACOMPANHA • Medidor Bancada Orion Star A211 pH com suporte para eletrodo • 8172BNWP Eletrodo de Ph ORION ROSS SURE-FLOW • 927007MD Sonda de aço inoxidável ATC • 810199 kit Buffer ROSS (pH 4, 7, 10 Buffer, soluções de estocagem e limpeza ROSS - 475mL cada frasco, um frasco de cada. Garrafa para estocagem do eletrodo) • CD, guia do usuário, cabo e certificado de teste • Ref.: STARA2114							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 23.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 4.500,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 3.400,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.500,0000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 2.000,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.900,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.882,5700	24.103.721/0001-95	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.882,5700	18.224.182/0001-40	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.882,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.880,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.865,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:48:43:713
R\$ 2.487,1900	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:48:50:657
R\$ 2.485,4800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:49:05:683
R\$ 2.473,6100	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:49:16:650
R\$ 2.471,2000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:49:28:777
R\$ 20.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 14:49:33:710
R\$ 2.458,2500	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:49:34:510
R\$ 2.457,8400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:49:43:433
R\$ 2.443,4200	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:49:52:283
R\$ 1.855,0000	05.239.149/0001-41	04/11/2020 14:49:53:757
R\$ 1.837,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:50:00:330
R\$ 2.441,7500	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:50:02:550
R\$ 2.426,8200	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:08:710
R\$ 2.425,1200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:50:16:303
R\$ 2.413,0600	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:27:550
R\$ 2.410,8200	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:50:45:103
R\$ 2.397,5700	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:52:867
R\$ 2.394,4400	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:51:02:250
R\$ 2.380,8500	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:51:09:307
R\$ 2.378,5800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:51:19:540
R\$ 2.693,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:51:31:963
R\$ 2.364,1100	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:51:43:463
R\$ 2.362,1000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:51:57:717
R\$ 2.349,4600	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:52:08:033
R\$ 2.347,0100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:52:22:650
R\$ 2.334,0900	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:52:44:417
R\$ 2.332,4800	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:52:53:870
R\$ 2.319,3200	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:52:59:877
R\$ 2.318,0700	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:53:13:407
R\$ 2.305,1400	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:53:21:613
R\$ 2.304,7100	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:53:29:407
R\$ 2.294,5100	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:53:47:140
R\$ 2.293,8000	61.012.811/0001-05	04/11/2020 14:54:00:137
R\$ 1.800,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:54:23:190
R\$ 1.783,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:54:27:917
R\$ 1.750,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:54:42:763
R\$ 1.731,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:54:44:447
R\$ 1.710,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:54:54:587
R\$ 1.694,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:55:02:613
R\$ 1.650,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:55:29:227
R\$ 1.630,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:55:34:943
R\$ 1.600,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:55:56:173
R\$ 1.587,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:55:59:097
R\$ 1.550,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:56:49:877
R\$ 1.577,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:56:50:477
R\$ 1.539,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:56:50:567
R\$ 1.529,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:57:01:987
R\$ 1.500,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:57:03:810
R\$ 1.483,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:57:07:203
R\$ 1.470,0000	18.224.182/0001-40	04/11/2020 14:57:16:053
R\$ 1.459,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:57:17:710
R\$ 1.449,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:57:28:843
R\$ 1.429,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:57:37:383
R\$ 1.419,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:57:47:210

R\$ 1.406,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:57:49:503
R\$ 1.396,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:58:02:117
R\$ 1.385,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:58:15:460
R\$ 1.854,9900	03.574.184/0001-91	04/11/2020 14:58:25:597
R\$ 1.375,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:58:28:240
R\$ 1.364,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:58:33:310
R\$ 1.354,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:58:44:357
R\$ 1.334,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:58:46:117
R\$ 1.324,0000	24.103.721/0001-95	04/11/2020 14:59:37:420
R\$ 1.306,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:59:43:937

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:48:38	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 15:13:55	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 11:20:33	Item Em Análise. Motivo: Análise da proposta e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 17:43:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocar anexo para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 17:44:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 11:53:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Em Análise	20/11/2020 14:47:09	Item Em Análise. Motivo: Documentação será submetida a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	25/11/2020 15:56:34	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Diligências para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 15:56:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2020 16:06:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	04/12/2020 15:31:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.306,0000. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 35 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 45.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	04/11/2020 08:30:45
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	Não	Não	40	R\$ 46.098,1300	R\$ 1.843.925,2000	03/11/2020 16:56:57

**Marca:** Milli-Q

**Fabricante:** Merck

**Modelo / Versão:** ZR0Q00800 - Milli-Q Direct 8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento único de purificação de água tipo III (osmose reversa), com vazão de 8 L/h e tipo I (ultrapura) vazão de 2 L/min, a partir de água de rede (potável). O sistema é composto de um único gabinete com as seguintes tecnologias: módulo de pré-tratamento com carvão sintético ativo para retenção de cloro livre e coloides; polifosfato para retenção de carbonatos (Ca,Mg) por lig. química e membrana de poliestireno de 5 micras para retenção de partículas em suspensão para aumento da vida útil do módulo de osmose reversa. Módulo de osmose reversa com vazão de 8 L/h, constituída por membranas de poliamida para filtração por fluxo tangencial e remoção percentual de: contaminantes orgânicos, partículas e microorganismos > 99% e inorgânicos > 95%. Cartucho de polimento final da água, para remoção de traços orgânicos e inorgânicos. Lâmpada ultravioleta de baixa pressão de vapor de mercúrio, com duplo comprimento de onda à 185 e 254 nm para oxidação de compostos orgânicos. Projetada para troca a cada 2 anos. Saída para água Tipo I, com filtro Biopak para retenção de RNase, DNase e pirogênio. Possui controles e condutivímetros para monitoração da qualidade da

água de entrada (antes da osmose reversa) e da água pura, com fator de correção da temperatura, display digital retroiluminado com menu de programação em diversos idiomas, inclusive português e função de sanitização automática da membrana de osmose reversa. Dispensação adaptada à necessidade de água final (última etapa de polimento), pode-se alterar a qualidade de água final com a mudança do filtro polidor de ponto de uso. Resistivímetro de alta precisão colocado após o cartucho de polimento, com constante de célula de 0,01 cm<sup>2</sup> e medição de temperatura com precisão de 0,1ºC, para indicação da resistividade e da condutividade da água ultrapura. Resistivímetro projetado para atender os requisitos de teste de confiabilidade segundo USP <#65533;645>. Possibilidade de visualizar resistividade e condutividade com temperatura compensada ou não. Sistema de detecção e identificação por rádio freqüência (TAG) que permite identificar o consumível instalado, prevenindo a inicialização do sistema sem os cartuchos, instalação de um cartucho com problemas, instalação do cartucho incorreto, etc. O nome, o número de catálogo e o lote são inseridos na memória do sistema assim que o cartucho é instalado, garantindo rastreabilidade total. Sistema de recirculação interna para manutenção da qualidade da água prevenindo o crescimento bacteriano no sistema. Indicador de TOC (carbono orgânico total) Certificado de calibração do resistivímetro atendendo normas internacionais. Interface RS 232 para conexão a impressora ou computador Conexão Ethernet com possibilidade de interface em rede para acesso a software próprio já instalado no equipamento. Relógio em tempo real para armazenamento dos dados permitindo rastreabilidade da produção, conforme preceitos das boas práticas de laboratório (GLP) Características da água produzida: Resistividade a 25 Cº : 18,2 megaohm.cm Nível de TOC, valor típico: 5 ppb Vazão da água de osmose reversa: 8 litros/hora (água tipo III) Vazão da água ultrapura: até 2,0 l/min ou 120 litros /hora (água tipo I) Alimentação: Bivolt Display digital para leitura da qualidade da água (Resistividade e Temperatura) com as seguintes características: Resumo de operação em 3 cores, indicando operação normal, manutenção e alarme. Teclado com interação intuitiva, composta de 4 teclas para navegação e uma para validação da opção escolhida. Tela gráfica de cristal líquido, com fácil acesso as informações do sistema. Tela interativa que explica passo a passo como agir em caso de: mensagens de manutenção, mensagens de alarme, etc Leitura em diversos idiomas, inclusive português. A Tela possui uma área protegida que dá acesso ao menu de gerenciamento apenas a partir de uma palavra chave e senha: isto permite que apenas o gerente do laboratório tenha acesso a mudança de dados críticos: maior rastreabilidade e segurança Fluxo variável de 50 ml/min até 2 litros/min: possibilidade de dispensação de água em baixo fluxo, médio fluxo, alto fluxo e alto fluxo travado. Permite movimentos do braço para cima, para baixo e para os lados Recirculação automática, garantindo a qualidade da água no ponto de dispensação Permite dispensação manual ou volumétrica Acessórios: o sistema descrito necessita de pressurizador externo com ajuste de fluxo automático, que mantém a pressão mínima constante de 2 bar, para alimentar o sistema de purificação por osmose reversa. Pastilhas para sanitização de membrana de osmose reversa, caixa com 24 unid. Tanque reservatório de 30 litros, feito em polietileno por ter superfície interna com baixos níveis de extraíveis. Tipo cilíndrico, com fundo côncico para esgotamento completo da água armazenada. Possui sensor de nível eletrônico graduado de 0 a 100% de acordo com capacidade.

96.591.128/0004-99 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Não Não 40 R\$ 47.000,0000 R\$ 1.880.000,0000 03/11/2020 17:37:15

**Marca:** ELGA

**Fabricante:** ELGA

**Modelo / Versão:** FLEX 3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEOLIA – ELGA Lab Water ELGA PURELAB® Flex 3 Descrição do sistema: Sistema de Purificação de Água, modelo PURELAB Flex 3, marca ELGA, composto de: - Produção de Água Tipo I e Tipo III (ASTM) - Dispensador flexível com display que para exibição de volume, qualidade da água (M<#8486;-cm ou µS/cm), temperatura e TOC em tempo real. - Dispensa manual e volumétrica de até 2 litros/minuto. - Dispensa volumétrica com incrementos de 50mL até o volume de 2 litros, incrementos de 500mL para os volumes entre 2 e 5 litros e incrementos de 1 litro para volumes entre 5 e 7,5 litros. O CV da dispensa volumétrica é de ± 3%. - Controle totalmente microprocessado com monitoramento contínuo da qualidade da água. - Modo sleep. - Alarme visual. - Braço ajustável. - Entrada USB para captura de dados. - Recirculação automática da água por todo sistema até o ponto de dispensa. - Permite a sanitização completa do sistema. - Possui sensores de temperatura e qualidade da água. - Possui medidor de TOC on-line em tempo real. - Incluso (01) filtro de carvão ativado e microfiltração; - Incluso (01) um cartucho de osmose reversa (produção de até 10 litros/hora). - Incluso (01) uma lâmpada ultravioleta de duplo comprimento de onda (185/254 nm). - Incluso (01) um cartucho de ultrapurificação (troca iônica). - Incluso (01) ultrafiltro de corte de peso molecular e porosidade de 0,2µm para remoção de pirogênicos e nucleases (DNAses/RNAses). - Reservatório interno de 7 litros. Água de alimentação: ..Potável, com condutividade < 2000 µS/cm, teor de cloro < 0,5 ppm, dureza(CaCO<sub>3</sub>) < 350ppm, teor de sílica < 30 ppm, com pressão entre 2 bar (30psi) e 6 bar (90psi). Qualidade da água purificada: .. Resistividade: 18,2 M<#8486;-cm; ..TOC: < 5 ppb; ..Bactérias: < 0,1 UFC/ml; .. Pirogênicos: < 0,001 EU/ml (apiroígeno); ..DNAse: < 5 pg/ml (DNA se-free); ..RNase: < 1 pg/ml (RNAse-free); ..pH: Efetivamente Neutro; \*\*IMPORTANTE: ACOMPANHA TODOS OS CARTUCHOS PARA INSTALAÇÃO \*\* - Dimensões: 900 mm mín. - 1020 mm máx. x 236 mm x 470 mm (A x L x P). - Peso: 23 Kg. - Operação: 100-240 V | 50 - 60 Hz (Bivolt). - Referência: PF3XXXXM1

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Rod. Raposo Tavares, 27530 – Km27,5 - Cotia - SP / CNPJ: 96.591.128/0004-99 Página 5 de 4 a) Instalação, Treinamento e Calibração: Incluso no fornecimento instalação e calibração equipamento (Certificado Rastreável RBC) e treinamento dos usuários.

60.637.667/0001-21 INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. Não Não 40 R\$ 54.000,0000 R\$ 2.160.000,0000 04/11/2020 08:39:22

**Marca:** GEHAKA

**Fabricante:** GEHAKA

**Modelo / Versão:** MASTER SYSTEM MS3000 TOC WFI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Técnicas: Equipamento para obtenção de água Tipo II – 10 litros por hora e ultrapura Tipo I – 1 LPM (litros por minuto). Etapas do sistema: 1.Bomba de pressurização de entrada e filtros de carvão sintético ativado com sais de prata e retenção de partículas de 1 micron. 2.Osmose reversa, membrana de poliamida com compensação de temperatura para fluxo constante 3.Ponto de serviço de água tipo III 4.Lâmpada ultravioleta de dupla radiação 185 nm e 254 nm com ação germicida e oxidação do carbono orgânico 5.Reservatório interno de 12 litros 6.Bomba de recirculação 7.Cartucho duplo de purificação por troca iônica específico para alimentação com água purificada por osmose reversa com sistema de detecção e identificação de rastreabilidade de produção 8.Conduvitímetros em linha com célula com constante K = 0,01 e sensor de temperatura com resolução 0,1 &#9702;C 9.Compensação de temperatura configurável de acordo com norma USP 10.Dispensador com altura regulável com braço de 80 cm com movimentos para cima, para baixo e para os lados com ajuste de volume servido 11.Comando manual ou volumétrico equipado com filtro microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com retenção 0,01 micra, específica para HPLC, LC-MS, UPLC com entrada e saída em 1/4". A água purificada é mantida em recirculação permanente. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana de 0,22 micra. Equipado com controle digital microprocessado que monitora continuamente todas as fases de purificação da água, desde a entrada, nível do reservatório, recirculação e o serviço que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. O display retro iluminado de quatro linhas monitora continuamente as medidas críticas da água purificada: Resistividade, TOC, Temperatura e Nível do Reservatório, vazão instantânea, bem como operação normal, manutenção e alarmes. Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da inclusão de uma impressora que registra a rastreabilidade dos parâmetros: data; hora; resistividade, condutividade, temperatura, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, data da última sanitização e número de série do aparelho. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total aos usuários. Opcional: reservatório externo com capacidade 30 litros com operação de serviço e reposição totalmente automática. A etapa da obtenção de água ultrapura acontece a partir da água previamente tratada por osmose reversa. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: 1. Cromatografia líquida HPLC 2. Espectrometria de absorção atômica 3. Espectrometria de emissão de chama 4. Analisadores químicos 5. Analisadores clínicos 6. Analisadores de TOC 7. Eletroforese 8. Produção de injetáveis 9. Cultivo celular 10. Biologia molecular 11. Produção de soluções padrão 12. Lavagem de ampolas e vidrarias críticas Atende as normas: ASTM - Tipo I CAP/NCCLS – Tipo I USP - PW e WFI ISO 3696 – Tipo I CTLE-04 INMETRO A água purificada é mantida

em recirculação automática com medidor de fluxo em linha, permite o uso de até três dispensadores remotos posicionados em um raio de até três metros. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana hidrofóbica de 0,22 micra. Funções de software presentes no MASTER SYSTEM MS3000: Serviço de volumes programados com medidor de fluxo em linha Possibilidade de visualizar resistividade e condutividade com temperatura compensada ou não Set point - Configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente Ajuste do coeficiente de temperatura - Programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura Ajuste do relógio - Acerta a data e hora atual Registra cheque de filtro - Armazena a data da última troca ou verificação de cada consumível Interface para transferência de dados e conexão com impressora ou computador Imprime relatório - Comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais) Sanitização - Ciclo de desinfecção automático. Especificações técnicas Alimentação elétrica monofásica, 220 VAC ou 110 VAC- 50 / 60 Hz Capacidade reservatório interno de 12 litros, podendo ser expandido através do reservatório externo (opcional) de 10, 30, 50 ou 100 l Vazão de serviço 60 litros por hora (modelo standard, podendo ser incrementado para até 3 litros por minuto opcional) Temperatura de operação 5 a 35 &#9702;C Umidade relativa de operação 80% UR ... Mais informações técnicas em nossa proposta..

18.356.005/0001-17 HEPA FILTROS EIRELI Sim Sim 40 R\$ 60.000,0000 R\$ 2.400.000,0000 27/10/2020 15:21:18

**Marca:** HEPA FILTROS

**Fabricante:** HEPA FILTROS EIRELI EPP

**Modelo / Versão:** HF-PH2O-DE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, PESO 17,4 KG, VOLTAGEM 110/220 V, LARGURA 25,50 CM, ALTURA 45,50 CM, PROFUNDIDADE 35,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRA VIOLETA (254 A 185 NM), FILTRO MICR O, VAZÃO 1,5 L/MIN - MARCA: HEPA FILTROS

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 40 R\$ 96.700,0000 R\$ 3.868.000,0000 03/11/2020 19:15:17

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 50129688

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA SMART2PURE 3L/H UVUF • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 50129688 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure 3 t/h Sistema de purificação de água tipo 1 e 2 para laboratório. • Especificações: • Sistema capaz de produzir duas qualidades de água ASTM, tipo 1 e tipo 2, utilizando água da rede como alimentação direta do sistema. • A água tipo 1 será produzida entre 15-20l/dia e tem uma resistividade de até 18.2 megohms-cm, <5 ppb TOC (Carbono Orgânico Total), nível de pirogênio (endotoxinas bacteriais) menor do que 0.001 EU/ml e contagem de bactérias menor do que 1 UFC/ml. • A vazão de água tipo 1 pode chegar até 1 l/min com uma alimentação pressurizada menor do que 90 psi. • A água tipo 2 será dosada diretamente do tanque de 6 lts integrado ao sistema e deve ter uma resistividade de até 15 megohms-cm e com 99% de bactérias removidas. • Acompanha ultra-filtro que permite eliminar DNase e RNase a níveis indetectáveis. • Dimensões 305 x 400 x 545 mm • Peso - 29 kg • Ref. 50129688 Acompanha: FILTRO PRE TRATAMENTO PARA PURIFICADORES DE ÁGUA • Módulo com cartucho de pré-tratamento para vida prolongada dos cartuchos do purificador. • Marca: Thermo Scientific • Diâmetro do cartucho: 25,4 cm • Classificação do poro: 1 um • Referência: 09.4003 FILTRO PRETRATAMENTO ESTABILIZACAO DUREZ A SMART2PURE PACIF LABTOWER • Ref.: 09.4001

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 96.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 60.000,0000	18.356.005/0001-17	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 54.000,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 47.000,0000	96.591.128/0004-99	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 46.098,1300	33.069.212/0008-50	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 45.000,0000	01.608.172/0001-05	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 46.090,0000	96.591.128/0004-99	04/11/2020 14:51:01:873
R\$ 42.750,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:52:22:627
R\$ 39.500,0000	01.608.172/0001-05	04/11/2020 14:52:54:410
R\$ 92.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 14:53:27:530
R\$ 37.522,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:53:41:980
R\$ 38.000,0000	01.608.172/0001-05	04/11/2020 14:53:57:310
R\$ 36.000,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:55:09:400
R\$ 35.000,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 14:56:39:987
R\$ 33.200,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:57:01:340
R\$ 31.500,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 14:57:49:477
R\$ 29.900,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:58:11:180
R\$ 29.850,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 14:59:39:687
R\$ 28.300,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 14:59:56:590
R\$ 28.250,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 15:01:37:487
R\$ 26.830,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 15:03:25:870
R\$ 26.800,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 15:05:06:510
R\$ 25.460,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 15:06:52:653
R\$ 25.450,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 15:08:38:620
R\$ 24.170,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 15:10:22:853
R\$ 24.150,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 15:12:12:860
R\$ 22.942,0000	60.637.667/0001-21	04/11/2020 15:14:00:440
R\$ 22.930,0000	33.069.212/0008-50	04/11/2020 15:15:55:280

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:49:17	Item Aberto.

Encerrado	04/11/2020 15:31:26	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 16:45:24	Item Em Análise. Motivo: Item submetido a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:32:14	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio da proposta ajustada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:32:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:44:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 10:08:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 10:59:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Em Análise	20/11/2020 11:34:54	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 11:54:11	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocar anexo para envio documentação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/12/2020 11:55:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/12/2020 13:16:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Em Análise	01/12/2020 14:16:11	Item Em Análise. Motivo: Submeter a proposta a análise técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 14:18:04	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Submeter a proposta a análise técnica
Em Análise	01/12/2020 14:18:45	Item Em Análise. Motivo: Proposta em análise técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	04/12/2020 15:31:54	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias.
Aceite	04/12/2020 15:32:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, pelo melhor lance de R\$ 22.930,0000.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MERCK S/A - CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 36 - REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	131	R\$ 9.700,0000	R\$ 1.270.700,0000	03/11/2020 10:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FAIXA DE TEMPERATURA DE 2 A 8º C OU MAIS ABRANGENTE; COM CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 400 L; ISOLAMENTO TÉRMICO LIVRE DE CFC; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO; DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO; EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIOS; PORTA DE ACESSO VERTICAL EM AÇO OU VIDRO "NO FOG"; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL COM SISTEMA MICRO PROCESSADO; DISPLAY EM LCD OU LED; ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA; SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO USUÁRIO POR MEIO SISTEMA DE BATERIAS PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES E DO COMPRESSOR DE FRIO COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 HORAS NO CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA DESLIGA; DIMENSÕES EXTERNAS: LARGURA OU PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 800 MM; ALTURA MÁXIMA DE 2070 MM; POSSIBILIDADE DE USO NA VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A RESPECTIVA UNIDADE CONTEMPLADA (110V OU 220V); COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/420. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.							
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	131	R\$ 9.780,7500	R\$ 1.281.278,2500	03/11/2020 16:08:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFRIGERADOR CIENTÍFICO MARCA ELBER MODELO CSV420; Faixa de temperatura de 2 a 8º C ou mais abrangente; Com câmara interna em aço inoxidável; Capacidade para armazenamento mínimo de 400 L; Isolamento térmico livre de CFC; Refrigeração por compressor hermético; Degelo automático seco com evaporação de condensado; Equipado com 4 rodízios especiais com freios; Porta de acesso vertical em aço ou vidro "no fog"; Painel de comandos e controles frontal com sistema micro processado; Display em LCD ou Led; Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta; Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave, senha ou equivalente; Sistema de baterias para acionamento dos alarmes e do compressor de frio com autonomia de no mínimo 30 horas no caso de falta de energia elétrica.; Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia; Chave geral de energia – liga desliga; Dimensões externas: Largura ou Profundidade máxima de 800 mm; Altura máxima de 2070 mm; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); com manual de instruções. Garantia de 12 meses, Registro na ANVISA nº 80698750004.							
33.554.685/0001-77	LABINFARMA	Sim	Sim	131	R\$ 9.780,7500	R\$ 1.281.278,2500	03/11/2020

INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS

**Marca:** Labinfarma

**Fabricante:** Labinfarma

**Modelo / Versão:** LIF610.400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador Científico: Faixa de temperatura de 2 a 8°C ou mais abrangente Com câmara interna em aço inoxidável; Capacidade para armazenamento mínimo de 400 L; Isolamento térmico livre de CFC; Refrigeração por compressor hermético; Degelo automático seco com evaporação de condensado; Equipado com 4 rodízios especiais com freios; Porta de acesso vertical em aço ou vidro "no fog"; Painel de comandos e controles frontal com sistema micro processado; Display em Led; ANVISA 8196780001. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que os serviços serão prestados rigorosamente de acordo com as especificações do edital e seus anexos. Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos, nos submetendo ao seu exato e fiel cumprimento.

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 131 R\$ 12.000,0000 R\$ 1.572.000,0000 30/10/2020  
14:39:16  
EQUIPAMENTOS PARA  
LABORATORIOS  
EIRELI

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-209/406

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: SL-209/406 Marca: Solab - Câmara de Conservação Refrigerada Tipo Vitrine - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Câmara interna em polipropileno. - Suporte para 2 prateleiras com distância 150 mm. - Porta em vidro triplo translúcida com mola para fechamento. - Vedação da porta em perfil de borracha imantado na cor cinza. - Isolamento em poliuretano expandido. - Circulação interna de ar através de micross ventiladores com fluxo vertical. - Dreno com válvula de esfera em aço inox. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-point e do processo. - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural. - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Uma tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Motor com compressor hermético de 1/3 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Gás refrigerante ecológico R 134 livre de CFC. - Programação de temperatura de segurança: de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Sistema de baterias para acionamento dos alarmes e do compressor de frio com autonomia de no mínimo 30 horas no caso de falta de energia elétrica. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controlador eletrônico de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Pés com regulagem e sapara em borracha. - Painel frontal superior em policarbonato texturizado a prova d'água com controlador de temperatura, chave geral e leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136. - Temperatura de 2 a 8°C. - Resolução 0,1 °C e Variação +/- 0,5 °C. - Capacidade de 406 litros. - Potência 1.500 watts. - Alimentação 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Dimensão interna: L=555 x P=500 x A=1212 mm. - Dimensão externa: L=675 x P=650 x A=1862 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL Sim Sim 131 R\$ 15.000,0000 R\$ 1.965.000,0000 03/11/2020  
15:35:46  
LTDA

**Marca:** Novainstruments

**Fabricante:** Bunker

**Modelo / Versão:** NI 1760/400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador científico - Faixa de temperatura de 2 a 8°C; Com câmara interna em aço inoxidável; Capacidade para armazenamento de 400 L; Isolamento térmico livre de CFC; Refrigeração por compressor hermético; Degelo automático seco com evaporação de condensado; Equipado com 4 rodízios especiais com freios; Porta de acesso vertical em vidro "no fog"; Painel de comandos e controles frontal com sistema micro processado; Display em Led; Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta; Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave; Sistema de baterias para acionamento dos alarmes e do compressor de frio com autonomia de 30 horas no caso de falta de energia elétrica; Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia; Chave geral de energia - liga/desliga; Dimensões externas aproximadas: Largura ou Profundidade de 800 mm; Altura máxima de 2070 mm; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V - especificar no pedido); Com manual de instruções.

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR Sim Sim 131 R\$ 19.500,0000 R\$ 2.554.500,0000 03/11/2020  
18:21:09  
COM E ASS TEC LTDA

**Marca:** ELETROSPITALAR

**Fabricante:** ELETROSPITALAR

**Modelo / Versão:** EL0802B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Faixa de temperatura de 2 a 8°C ou mais abrangente; 26.2. Com câmara interna em aço inoxidável; 26.3. Capacidade para armazenamento mínimo de 400 L; 26.4. Isolamento térmico livre de CFC; 26.5. Refrigeração por compressor hermético; 26.6. Degelo automático seco com evaporação de condensado; 26.7. Equipado com 4 rodízios especiais com freios; 26.8. Porta de acesso vertical em aço ou vidro "no fog"; 26.9. Painel de comandos e controles frontal com sistema micro processado; 26.10. Display em LCD ou Led; 26.11. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta; 26.12. Sistema de controle de acesso do usuário por meio de chave, senha ou equivalente; 26.13. Sistema de baterias para acionamento dos alarmes e do compressor de frio com autonomia de no mínimo 30 horas no caso de falta de energia elétrica; 26.14. Sistema de redundância elétrico / eletrônico garan&#1048610;ndo perfeito funcionamento do equipamento; 26.15. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia; 26.16. Chave geral de energia - liga/desliga; 26.17. Dimensões externas: Largura ou Profundidade máxima de 800 mm; Altura máxima de 2070 mm; 26.18. Possibilidade de uso na voltagem compa&#1048662;vel com a espec&#1048610;va unidade contemplada (110V ou 220V); 26.19. Com manual de instruções. Registro na Anvisa Nº 80021800002.

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 131 R\$ 48.400,0000 R\$ 6.340.400,0000 03/11/2020  
19:15:17

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 18LCEETSA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER/REFRIGERADOR COMBINADO 515L • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 18LCEETSA • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Econômico para armazenamento seguro de amostras • Capacidade: 515,4 Litros • Temperatura Freezer: -6 a -20°C • Temperatura Refrigerador: 0 a 8°C • Controle de temperatura ajustável • De acordo Com os requisitos normativos da NRTL • Refrigeração livre de CFC • Acabamento durável fácil de limpar • Refrigerador com degelo automático e freezer com degelo manual • Prateleiras inclusas Refrigerador: 02 ajustáveis, 01 fixas e 3 prateleiras na porta e 2 gavetas • Prateleiras inclusas Freezer: 02 prateleiras na porta e 01 interna • Dimensões externas: 169,24 x 76,2 x 76,5 cm (AxLxP) • Dimensões internas Freezer: 39,4 x 66,04 x 53,34 cm (AxLxP) • Dimensões internas Refrigerador: 100,9 x 66,04 x 62,86 cm (AxLxP) • Alimentação elétrica: 115V / 60Hz • Peso: 93 Kg • Referência: 18LCEETSA

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 19.500,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 15.000,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 12.000,0000	05.869.012/0001-70	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.780,7500	81.618.753/0001-67	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.780,7500	33.554.685/0001-77	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.700,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 9.685,5300	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:49:45:613
R\$ 9.660,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 14:50:19:320
R\$ 9.645,1000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:21:283
R\$ 9.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:50:23:757
R\$ 9.487,2300	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:25:710
R\$ 9.000,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:50:36:437
R\$ 8.980,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:50:39:760
R\$ 8.967,7800	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:40:910
R\$ 8.947,7800	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:50:45:110
R\$ 8.937,6100	03.213.418/0001-75	04/11/2020 14:50:48:437
R\$ 8.917,6100	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:50:52:830
R\$ 8.900,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:50:55:873
R\$ 8.880,0000	81.618.753/0001-67	04/11/2020 14:50:58:520
R\$ 8.200,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 14:51:06:503
R\$ 8.500,0000	31.748.956/0001-08	04/11/2020 14:51:39:433
R\$ 43.500,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 14:52:48:987
R\$ 13.500,0000	00.584.060/0001-07	04/11/2020 14:57:29:660
R\$ 8.490,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 15:09:58:147
R\$ 8.190,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 15:14:23:070
R\$ 8.180,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 15:14:39:213
R\$ 8.170,0000	03.213.418/0001-75	04/11/2020 15:16:08:723
R\$ 8.160,0000	33.554.685/0001-77	04/11/2020 15:16:26:073

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:49:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	04/11/2020 15:05:37	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Aguardando a formulação de lances melhores..
Encerrado	04/11/2020 15:31:32	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 16:59:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 17:17:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Em Análise	06/11/2020 17:21:17	Item Em Análise. Motivo: Item submetido a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	20/11/2020 10:07:42	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Anexo convocado novamente para envio de informações complementares na proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 10:19:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 10:33:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Em Análise	20/11/2020 11:35:10	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	01/12/2020 12:08:01	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocar anexo para envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/12/2020 12:08:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Encerramento	02/12/2020	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E

do prazo de Convocação - Anexo	14:40:51	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Recusa	02/12/2020 14:41:53	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 8.160,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações do edital e diante da manifestação do licitante no chat, sobre o equívoco na oferta do item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 15:05:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 15:45:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Aceite	03/12/2020 11:45:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 8.170,0000. Motivo: Proposta aceita por atender as especificações editalícias.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 37 - SELADORA EMBALAGEM

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 1.976,2800	R\$ 126.481,9200	03/11/2020 22:54:14
<b>Marca:</b> LOOK SELADORAS <b>Fabricante:</b> LOOK SELADORAS <b>Modelo / Versão:</b> SMC 300							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seladora SMC 300 - Observações do item: Seladora: Seladora horizontal de mesa com aplicação para selar e cortar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico, bem como vedação de envelope de esterilização em autoclave; 27.1. Com suporte e cortador de bobina com faca de duplo corte; 27.2. Controle de temperatura; 27.3. Área para selagem de pelo menos 30 cm; 27.4. Largura para selagem de no mínimo 10mm; 27.5. Potência mínima de 100 W; 27.6. Temperatura que atinja pelo menos 200°C; 27.7. Possibilidade de uso na voltagem compa#1048662;vel com a respeca#1048610;va unidade contemplada (110V ou 220V); 27.8. Com manual de instruções.							
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	Sim	Sim	64	R\$ 6.000,0000	R\$ 384.000,0000	04/11/2020 09:05:50
<b>Marca:</b> LOOK <b>Fabricante:</b> LOOK <b>Modelo / Versão:</b> SMC 300							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SELADORA HORIZONTAL DE MESA COM APLICAÇÃO PARA SELA E CORTA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PLÁSTICO BEM COMO VEDAÇÃO DE ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVEM COM SUPORTE E CORTADOR DE BOBINA COM FACAS DUPLO CORTE, CONTROLE DE TEMPERATURA, ÁREA PARA SELAGEM DE PELO MENOS 30 CM POTÊNCIA DE 100W TEMPERATURA QUE ATIJA PELO MENOS 200 ° C							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	29.332.265/0001-79	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.976,2800	29.926.189/0001-20	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.966,2800	29.332.265/0001-79	04/11/2020 14:57:57:253

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:50:16	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	04/11/2020 15:06:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Aguardando a formulação de lances melhores..
Reinício da Disputa Aberta	04/11/2020 15:22:36	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: O valor encontra-se abaixo da expectativa, aguardando lances melhores..
Encerrada Disputa Aberta	04/11/2020 16:01:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	04/11/2020 16:01:33	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 17:11:29	Item Em Análise. Motivo: Item submetido a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020 14:33:11	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Envio da proposta ajustada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 14:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79.
Encerramento do prazo de	12/11/2020 14:49:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79.

Convocação -  
Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 10:31:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 11:09:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79.
Em Análise	20/11/2020 11:35:43	Item Em Análise. Motivo: Proposta será analisada pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	04/12/2020 15:32:23	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias.
Aceite	04/12/2020 15:32:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.966,2800. Motivo: Aceitar proposta por contemplar as especificações editalícias.
Habilitado	10/12/2020 08:15:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 38 - TERMOCICLADOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	57	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.140.000,0000	04/11/2020 09:29:10

**Marca:** Bio-Rad

**Fabricante:** Bio-Rad

**Modelo / Versão:** T100/1861096

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador para aplicação de reação em cadeia da polimerase (qPCR), marca e fabricante Bio-Rad, modelo T100, de procedência americana com as seguintes características: &#61692; Capacidade para 96 tubos de 0,2ml, tiras de tubo de 0,2 ml ou placas de 96 reações; &#61692; Volume de reação: 1 a 100 ul; &#61692; Tela Touch Screen VGA; &#61692; Potencia máxima de 850W; &#61692; Equipamento possui 8 módulos térmicos (TEs) baseado no sistema Peltier, controlados independentemente; &#61692; Acurácia de ± 0,5°C; &#61692; Taxa máxima de rampa de 4°C/seg e taxa média de 2,5°C/seg podendo reduzir o tempo de corrida para < de 30 minutos; &#61692; Uniformidade de temperatura do bloco de ± 0,5°C entre poços num período de 30 segundos e precisão de ± 0,5°C; &#61692; Capacidade para realização de protocolos com gradiente permitindo uma variação de até 25°C. Equipamento apresenta tecnologia de rampa dinâmica com ajuste da taxa de rampa assegurando um gradiente uniforme, podendo ser utilizado até 8 temperaturas distintas; &#61692; Temperatura da tampa programável de 40 até 110°C (Temperatura recomendada é de 105°C). &#61692; Software interno acoplado com ferramenta para desenho de protocolos otimizando tempo e resultados; &#61692; Capacidade de armazenamento de até 500 protocolos, com capacidade de expansão de memória externa; &#61692; Sistema de segurança gerador de erros para identificar problemas do equipamento antes, durante ou depois da corrida; &#61692; Recuperação automática em caso de queda de energia; &#61692; Porta USB para exportação de resultados; &#61692; Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology); &#61692; Compatível com kits de identificação humana; &#61692; Tamanho do equipamento: 26 x 47 x 23 cm; &#61692; Bivolt (Automático); &#61692; Peso: 9 kg. Modelo: T100 Procedência: Importado (USA) Registro no MS: Isento Código: 1861096 Acompanha o equipamento: - Garantia de 1 ano; - Manual em português.

05.094.718/0001-08	LOCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	57	R\$ 35.660,0000	R\$ 2.032.620,0000	04/11/2020 08:41:57
--------------------	----------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** LOCUS

**Fabricante:** LOCUS

**Modelo / Versão:** TERMOCICLADOR/ TC-600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador com gradiente de temperatura e interface touchscreen colorida com painel de controle. Possui bloco multi-formato, com capacidade para 96 tubos de 0,2mL, tiras, 1 placa de PCR de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Compatível para a utilização de amostras forenses e kits de amplificação. Sistema de controle de temperatura independente entre as 6 zonas de aquecimento do bloco, com controle preciso na otimização da PCR. Apresenta assistente de programa e 10 programas pré-instalados para facilitar o processo. Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) na qual todas as funções são acessadas e programadas. Oferece a possibilidade de se trabalhar com processos de ciclagem padrão ou rápida. Ícones de programações favoritas podem ser adicionados para um acesso mais rápido. O assistente de programa orienta os usuários por meio da criação de um protocolo em uma única tela. Uma vez inseridos, os programas são apresentados graficamente e podem ser editados ao selecionar a etapa que requer modificação. Incrementos de tempo e temperatura podem ser programados, bem como as taxas de rampa. Capacidade de armazenamento ilimitada, os programas podem ser armazenados em pastas públicas, pastas privadas (protegido por senha) ou em uma unidade flash, o software também permite a edição. O teclado virtual completo permite a nomenclatura alfanumérica de programas e pastas. Com tampa aquecida e totalmente ajustável, impede a condensação e evaporação das amostras. A temperatura da tampa pode ser programada, e quando a temperatura do bloco é inferior a 35°C, a tampa fecha-se automaticamente. Aquecimento e arrefecimento do bloco são controlados com precisão dentro de tolerâncias aproximadas por um algoritmo que simula a temperatura da amostra. Inclui o bloco multi-formato, que dispensa a necessidade de vários blocos intercambiáveis. Possui a flexibilidade para acomodar no mesmo bloco 96 tubos de 0,2 mL, uma placa de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Software permite importar/exportar, criar e editar métodos de PCR, inclusive durante a corrida. Especificações: Bloco: Capacidade para 96 tubos de 0,2mL / tiras de 0,2mL / 1 placa de PCR com 96 poços de 0,2mL / 39 tubos de 0,5mL; Temperatura: 0° a 100°C; Controle de temperatura: por amostra ou pelo bloco; Gradiente de temperatura: Sim; Sistema de controle de temperatura independente entre as 6 zonas de aquecimento; Possibilidade de ciclagens padrão; Exatidão de temperatura: ± 0,1°C (35-99,9°C); Uniformidade de temperatura: ± 0,15°C (20 segundos após 95°C); Média de rampa de temperatura: 5,5°C/s. (máx.); Velocidade de rampa de temperatura: 6°C/s. (máx.) Temperatura das zonas de aquecimento: Atuam com uma diferença de até 25°C entre duas zonas adjacentes independentes; Temperatura da tampa: 30°C a 112°C, ajustável; Volume de reação: 10 a 80uL; Incrementos/Decrementos: Sim, de tempo e temperatura; Memória do Programa: Ilimitada, com flash drive; Login multiusuário: Sim, com senhas individuais; Importação/exportação de protocolos via USB; Restart automático energia: Sim; Starter kit com acessórios e consumíveis; Kit de reparo e ferramentas de manutenção cotidianas inclusos; Comunicação: USB, Ethernet e RS232; Alimentação: 110V ou 220V, 50-60Hz; Dimensões (CxLxA): 36x26x25cm; Peso: 7,3kg. Manual totalmente em português. Guia rápido totalmente em português. Calibrado. Todas as especificações atendem aos parâmetros do NIST. MODELO: TC600; MARCA/ FABRICANTE: LOCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

63.067.904/0006-69	LIFE TECHNOLOGIES	Não	Não	57	R\$ 46.308,1500	R\$ 2.639.564,5500	03/11/2020
--------------------	-------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

**BRASIL COMERCIO E  
INDUSTRIA DE  
PRODUT**

**Marca:** Applied Biosystems

**Fabricante:** Applied Biosystems

**Modelo / Versão:** 4479071

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veriti 96-Well Thermal Cycler", 0,2 mL - HID Termociclador Automático com gradiente modelo "Veriti 96- Well Thermal Cycler", 0,2 mL. (Validado para HID) O sistema fornece a confiança comprovada dos sistemas da Applied Biosystems modelos GeneAmp® 9600 e 9700. O novo bloco "VeriFlex Blocks" para 0,2mL apresenta seis temperaturas independentes oferecendo controle preciso na otimização da PCR. Adicionalmente, a poderosa interface do usuário através de tela colorida do tipo "touch screen" simplifica a programação e o uso do Termociclador. Principais características: o Seis zonas de temperaturas para otimização de PCR o Possibilidade de ciclagens padrão para atender às necessidades atuais e futuras o Interface gráfica de fácil utilização do tipo "touch screen" o Possibilita a transferência de protocolos de um Veriti para outro através de porta USB o Redução do tempo de reação quando operado em modo rápido o Temperatura máxima de rampa do bloco: 4,25° C/seg o Temperatura máxima de rampa na amostra: 3,35° C/seg o Exatidão de temperatura: +/- 0,25° C (35-99,9° C) o Média de Temperatura: 4,0° C a 99,9° C o Uniformidade de temperatura: <0,5° C (20 seg após 95° C) o Dimensões: A 24,5 cm X L 23,7 cm X P 48,5 cm o Peso: 10,6 Kg o Bivolt o Média de Volume de reação: 10-80 L o Memória: 800 protocolos, uso ilimitado da memória periférica o Software permite download/uploading, editar e criar métodos de PCR durante a corrida. o Acompanha manual do usuário e guia rápido de consulta. o Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology). Peso Líquido unitário: 11,000 Kg Código: 4479071 Apresentação: Unid. de Medida: UN Registro M.S: 10358940025 - Procedência: EUA - Garantia: 12 Meses.

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 57 R\$ 100.000,0000 R\$ 5.700.000,0000 03/11/2020 09:04:31

**Marca:** IONPCR

**Fabricante:** IONPCR

**Modelo / Versão:** TION

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • TERMOCLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA DE LCD COLORIDA, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2 ML) E 384 POÇOS (0,05 ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRES (STRIPS) DE 0,2ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), BI VOLT. • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia. • Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execução, alem de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. • Possibilidade de troca do bloco pelo usuário; • Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 5,7" Colorida, Exibe curva de programa e gráficos; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB; • Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. BLOCO-9677 Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tires); Tela LCD de 5,7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; Exibe curva de programa e gráficos; Função Opcional USB 2.0; Funções de temperatura; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~ 99,9 .C; TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO 4,5 .C seg; MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO 4,0 .C / seg; UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA &#8804; ± 0,2 .C (ate 95 .C); PRECISAO DA TEMPERATURA &#8804; ± 0,1 .C (35 .C -100 .C); RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA 0,1.C; FUNCAO GELADEIRA Sim, 4.C por tempo indeterminado; MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura no Tubo ou no Bloco; Funções de Gradiente; PRECISAO DO GRADIENTE DE TEMPERATURA &#8804; ± 0,1.C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE &#8804; ± 0,2 .C; FAIXA DE TEMPERATURA 30 .C ~ 99 .C; FAIXA DE GRADIENTE 1 .C ~ 30 .C; O GRADIENTE DE DISTRIBUICAO PONTO DE TEMPERATURA; Ate 12 temperaturas independentes, distribuidas em 12 colunas (sentido vertical); Funções de programação: ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS: Armazena até 1000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos. CONECTIVIDADE: Fácil conexão com Windows. NUMERO MAXIMO DE CICLOS: 999 ciclos padrão. TEMP. INCREMENTO/DECREMTO: 0,1 ~ 10,0 .C. PERDA E REINICIO AUTOMÁTICO: Sim. PROTEÇÃO DE ENERGIA: Sim. FUNCAO GELADEIRA (4 .C): Sim, Constante. EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL: Sim, tempo real. Tampa térmica. TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA: 20 .C ~ 110 .C. Ajustavel, com auto-desligamento. AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA: Ajustavel para todos os tipos de tubos e placas. Outras propriedades. TENSÃO: Bi volt. POTENCIA MAXIMA (WATTS): 600. DIMENSOES (L.W.H): 380 . 270 . 250. PESO LIQUIDO: 7,8 kg. - Acompanha manual de instruções em português; GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 46.308,1500	63.067.904/0006-69	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 35.660,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 20.000,0000	03.188.198/0005-09	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 32.318,3600	63.067.904/0006-69	04/11/2020 14:50:52:837
R\$ 24.000,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:56:13:643
R\$ 19.200,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:57:53:367
R\$ 28.900,0000	63.067.904/0006-69	04/11/2020 14:57:58:200
R\$ 18.500,0000	03.188.198/0005-09	04/11/2020 14:58:56:903
R\$ 18.200,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:59:10:933
R\$ 18.000,0000	03.188.198/0005-09	04/11/2020 15:00:33:383
R\$ 17.850,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 15:00:42:373
R\$ 17.500,0000	03.188.198/0005-09	04/11/2020 15:02:25:263
R\$ 17.200,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 15:02:34:230
R\$ 17.000,0000	03.188.198/0005-09	04/11/2020 15:03:31:740
R\$ 16.850,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 15:03:44:353
R\$ 16.835,9600	03.188.198/0005-09	04/11/2020 15:05:00:337
R\$ 16.800,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 15:05:12:273

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	04/11/2020 14:50:48	Item Aberto.

Encerrado	04/11/2020	Item encerrado. 15:15:45
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA 11:53:02 LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA 11:53:38 LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Em Análise	06/11/2020	Item Em Análise. Motivo: Em análise para verificação da proposta e documentação. 10:41:28
Desfeito Situação Em análise do Item	12/11/2020	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Impedimento de contratar com a União, vide item 3. 17:47:16
Recusa	12/11/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 16.800,0000. Motivo: Empresa com impedimento 17:47:37 indireto de contratar com a União Federal, através de constatação de registro no SICAF, sem o posterior envio de documentação comprobatória suficiente para sanar a pendência, razão pela qual a proposta será recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 10:58:49 03.188.198/0005-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., 11:42:06 CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.
Em Análise	20/11/2020	Item Em Análise. Motivo: Documentação será submetida a análise. 14:48:47
Desfeito Situação Em análise do Item	04/12/2020	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações 16:51:20 editalícias.
Recusa	04/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, 16:52:05 pelo melhor lance de R\$ 16.835,9600. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações editalícias.
Recusa	04/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor 17:06:18 lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor ofertado estar acima do preço máximo estabelecido para a contratação e diante da recusa do licitante em negociar.
Recusa	07/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, 14:01:08 CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69, pelo melhor lance de R\$ 28.900,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor ofertado estar acima do preço máximo estabelecido para a contratação e diante da recusa do licitante em negociar.
Item cancelado no julgamento	07/12/2020	Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado em razão do valor ofertado estar acima do preço 14:01:33 máximo estabelecido para a contratação e diante da recusa do licitante em negociar.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 39 - AGITADOR MECÂNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.574.184/0001-91	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L	Não	Não	162	R\$ 993,0000	R\$ 160.866,0000	03/11/2020 13:52:46
	<b>Marca:</b> EDUTEC <b>Fabricante:</b> ASTRAL <b>Modelo / Versão:</b> EEQ9013A-1						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARACTERÍSTICAS: Agitador vortex para homogeneização rápida e agitação substâncias com movimento circular; estrutura confeccionada em material plástico ABS e base em ferro fundido; receptáculo (Plataforma) apoio do tubo em borracha; baixo nível de ruído; o trabalho pode ser ajustado em modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); sistema anti deslizamento através de pés de borracha tipo ventosa; controle eletrônico, mecanismo de agitação de alta resistência. Botão liga e desliga / pulso e máximo; motor: Velocidade de agitação até 3800 RPM; alimentação: 110V; frequência: 60Hz; LED verde para indicar que o equipamento está ligado. Dimensões aproximadas: 145 x 120 x 140 mm, permite utilização em: Tubos de ensaio até 30mm de diâmetro; tubos de centrífuga; cubetas de colorímetros ou espectrofotômetro; pequenos frascos reagentes, frasco erlenmeyer e balões volumétricos. ACOMPANHA: Agitador vortex Manual de instruções.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	162	R\$ 993,0000	R\$ 160.866,0000	03/11/2020 16:08:56
	<b>Marca:</b> KASVI <b>Fabricante:</b> KASVI <b>Modelo / Versão:</b> K45-2810						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR VORTEX - MOD. K45-2810 - MARCA: KASVI - PROCEDÊNCIA CHINESA Agitador Tipo Vortex é compacto, silencioso e de fácil operação, utilizado para mistura de diversos líquidos armazenados em tubos, é amplamente utilizado em laboratórios químicos, biológicos e hospitalares. Constituído por base em ferro e alumínio com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés embrorrachados tipo ventosas, que evitam						

deslocamentos, possui motor selado e painel frontal com interruptor. - Equipamento ideal para homogeneização de soluções; - Dois modos de trabalho: toque ou contínuo; - Plataforma cônica; - Base com ventosas; - Possui certificado ISO 9001; - Velocidade fixa: 2.800 RPM; - Controle analógico: 2 posições; - Dimensões: Ø105 x 142 mm; - Potência: 30 W; - Tensão: AC 120V/60Hz; - Registro ANVISA não aplicável; - Acompanha: 1 plataforma cônica e manual de instruções.

05.094.718/0001-08 LOCCUS DO BRASIL Sim Sim 162 R\$ 1.613,0000 R\$ 261.306,0000 04/11/2020 08:41:57  
LTDA

**Marca:** LOCCUS

**Fabricante:** LOCCUS

**Modelo / Versão:** AGITADOR/ FLEX VORTEX 2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para tubos de diversos tamanhos (cônicos ou não) e com suporte para até 8 microtubos. Movimentação orbital. Homogeneização precisa de amostras contidas em tubos de 0,5 a 2,0mL, tubos de centrifugação (tipo falcon) de 15 a 50mL, frascos de soluções de até 250mL, tubos de ensaio de até 30mm, cubetas, pequenos frascos de reagentes, balões volumétricos, erlenmeyer, micropacas e microtubos. Inclui plataforma padrão, com suporte para 8 microtubos de 1,5 - 2,0mL. Na região central dessa plataforma é possível a homogeneização de tubos e frascos de diferentes formatos e tamanhos. Plataforma facilmente removível e intercambiável, com encaixe por pressão, dispensa a utilização de ferramentas para a sua substituição. Várias opções de plataformas opcionais disponíveis, para diferentes tipos de tubos e amostras. Possui dois modos de operação: contínuo ou por pulso (pressão). No modo de operação pulso o equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a plataforma de agitação. Estrutura externa em plástico ABS. Estrutura interna em alumínio. Confeccionado em material inoxidável e altamente resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Sistemas de amortecedores que diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios. Pés com ventosas de borracha, que evitam o deslocamento do equipamento durante o funcionamento. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamentos e derramamento de líquidos. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização potente, com mínimo ruído e vibração na bancada. Especificações: Ajuste de velocidade: 200 a 3.800rpm; Tipo de movimentação: orbital; Órbita: 4mm; Modos de operação: contínuo ou por pulso; Nível de ruído: <52dB; Alimentação: 110V ou 220V, 50-60Hz, 60W; Dimensões (CxLxA): 17x13x16cm; Peso: 3,6kg. Manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: FLEXVORTEX 2; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

13.324.282/0001-24 KASVI IMPORTACAO E Não Não 162 R\$ 7.481,6100 R\$ 1.212.020,8200 27/10/2020 16:52:48  
DISTRIBUICAO DE  
PRODUTOS PARA  
LABORA

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** "KASVI/ K40-10208"

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MULTIPLATAFORMAS. 300-3000 RPM. BIVOLT Aplicação: O Agitador Multiplataformas é utilizado para homogeneização de soluções em micropacas de titulação e tubos de diferentes tamanhos. Características Display digital; Diversidade e facilidade de trocas das plataformas; Plataforma de Micropacas compatível com placas de tamanho 128mm (C) x 86mm(L). Maior flexibilidade operacional devido aos três diferentes modos de operação; Aderência à bancada, garantindo maior estabilidade; Movimento de agitação orbital, garantindo maior homogeneização das amostras através do efeito vortex; Acompanha múltiplas plataformas, proporcionando maior variedade de aplicações. Informações Técnicas: Especificações Descrição Display LCD Digital Faixa de Velocidade 300 a 3000 rpm Diâmetro da Órbita 4,5 mm Movimento de Agitação Horizontal e Circular Modo de Operação Toque Contínuo ou Temporizador Temperatura de Operação RT +5 °C ~ +40 °C Umidade Relativa de Operação 80% Dimensões (L X C X A) 150 x 210 x 65 mm Peso 2,5 kg Tensão AC 110/220 V Frequência 50/60 Hz Potência 20 W Tensão AC 110/220 V \*A plataforma para Micropaca não é compatível com os modelos K4-9605, K4-9610 e K4-9615, mas é compatível com o modelo K4-9620.Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação Unidade. Embalagem Contém: 1 Agitador Multifuncional; 1 Plataforma Padrão; 1 Base Redonda; 1 Plataforma para Micropaca; 1 Adaptador para Base Redonda; 1 Suporte Universal; 1 Suporte para 14 Tubos ø 10 mm; 1 Suporte para 06 Tubos ø 12 mm; 1 Suporte para 04 Tubos ø 16 mm; 1 Fonte de Alimentação; 1 Conector Padrão Brasileiro; 1 Manual de instruções. MODELO: K40-10208 MARCA: KASVI

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 162 R\$ 8.700,0000 R\$ 1.409.400,0000 03/11/2020 19:15:17

**Marca:** Thermo Scientific

**Fabricante:** Thermo Scientific

**Modelo / Versão:** 88882010

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VORTEX MIXER DIGITAL PLUGS 230V DIVERSOS • Marca: Thermo Scientific • Modelo: 88882010 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Agitador do tipo vortex para homogeneizar soluções • Velocidade de agitação: 200 a 3000 rpm • Modo contínuo ou por toque • Temporizador: 0,1 s a 99 min • Órbita de agitação: 4 mm • Carga máxima: 0,5kg a 800 rpm • Grau de proteção: IP32 • Dimensões: 20,5 x 15,1 x 13,1 cm • Diâmetro da plataforma de agitação: 7,6 cm • Peso: 6,5 kg • Características elétricas: 100-240V, 50/60Hz, 6W • Certificações: RoHS, WEEE, cCSAUS, CE • Referência: 88882010 • Possibilidade de até 08 adaptadores diferentes, sendo eles para: • Frascos em geral • 01 micropaca • 04 encaixes de 26 mm (tubos cônicos de 50 ml) • 07 encaixes de 20 mm • 12 encaixes de 15 mm (tubos cônicos 15 ml) • 13 encaixes de 12 mm • 19 encaixes de 10 mm (microtubos 1,5/2 ml) • estes adaptadores devem ser pedidos separadamente)

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 162 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.620.000,0000 03/11/2020 09:04:31  
EQUIPAMENTOS E  
SUPRIMENTOS PARA  
LABORATORIOS E

**Marca:** ST

**Fabricante:** ST

**Modelo / Versão:** VX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redonda, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 8.700,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 7.481,6100	13.324.282/0001-24	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 1.613,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 09:30:23:020

R\$ 993,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 993,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 09:30:23:020
R\$ 977,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:51:15:233
R\$ 7.400,0000	38.658.399/0001-75	04/11/2020 14:53:52:630
R\$ 1.500,0000	05.094.718/0001-08	04/11/2020 14:56:26:847
R\$ 945,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:58:11:180
R\$ 927,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:58:18:643
R\$ 900,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:58:27:107
R\$ 886,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:58:31:380
R\$ 850,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:58:37:113
R\$ 835,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:58:43:260
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:58:56:487
R\$ 787,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:59:04:490
R\$ 750,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:59:15:377
R\$ 734,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:59:21:790
R\$ 700,0000	13.440.815/0001-33	04/11/2020 14:59:30:913
R\$ 681,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:59:37:387
R\$ 671,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 14:59:52:800
R\$ 660,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 14:59:55:830
R\$ 650,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 15:00:12:647
R\$ 630,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 15:00:14:170
R\$ 620,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 15:00:30:780
R\$ 607,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 15:00:39:630
R\$ 597,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 15:00:57:477
R\$ 579,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 15:00:59:757
R\$ 569,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 15:01:16:937
R\$ 549,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 15:01:27:633
R\$ 539,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 15:01:44:467
R\$ 526,0000	29.054.890/0001-04	04/11/2020 15:01:46:517
R\$ 516,0000	03.574.184/0001-91	04/11/2020 15:02:03:560

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
29.054.890/0001-04	04/11/2020 16:15:38:540	04/11/2020 16:19:57:377	Fornecedor enviou lance	R\$ 515,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 14:51:10	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	04/11/2020 15:05:47	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	04/11/2020 16:15:38	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	04/11/2020 16:19:57	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CPF/CNPJ: 29.054.890/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 515,0000..
Encerrado	04/11/2020 16:19:57	Item encerrado.
Em Análise	06/11/2020 11:20:56	Item Em Análise. Motivo: Análise da proposta e documental.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/11/2020 17:44:22	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocar anexo para o envio de documentação complementar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 17:44:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2020 11:53:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Em Análise	20/11/2020 14:49:38	Item Em Análise. Motivo: Documentação será submetida a análise.
Desfeito Situação Em análise do Item	07/12/2020 16:44:21	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	07/12/2020 16:53:48	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 515,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as especificações técnicas.
Recusa	07/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L,

	16:54:54	CNPJ/CPF: 03.574.184/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 516,0000. Motivo: Licitante com ocorrência de impedimento indireto de contratar com a união registrada no SICAF, e após diligenciado com o Licitante via chat, não conseguiu comprovar a suspensão da penalidade.
Recusa	07/12/2020 16:55:16	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Licitante com ocorrência de impedimento indireto de contratar com a união registrada no SICAF, e após diligenciado com o Licitante via chat, não conseguiu comprovar a suspensão da penalidade.
Recusa	07/12/2020 17:41:22	Recusa da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor da proposta estar acima do estabelecido pelo edital e o licitante não aceitar negociar.
Recusa	08/12/2020 10:28:12	Recusa da proposta. Fornecedor: DATAMED LTDA, CNPJ/CPF: 38.658.399/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 7.400,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor estar acima do estabelecido pelo edital e o licitante não aceitar negociar.
Recusa	08/12/2020 11:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 13.324.282/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 7.481,6100. Motivo: A proposta será recusada em razão de estar acima do valor máximo estabelecido para a contratação e da Licitante ter sido convocada várias vezes no chat para negociar e não respondeu aos chamamentos do Pregoeiro.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 11:59:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item foi cancelado em razão da proposta estar acima do valor máximo estabelecido para a contratação e da Licitante ter sido convocada várias vezes no chat para negociar e não respondeu aos chamamentos do Pregoeiro.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO GRUPO 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.335/0001-43	ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 980.216,0000	03/11/2020 14:42:44
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.306.490,0000	03/11/2020 10:03:47
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.686.340,0000	03/11/2020 19:14:09
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.645.240,0000	03/11/2020 18:45:52

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 09:48:25	Item Aberto.
Encerrado	04/11/2020 10:35:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 10:48:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:19:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 10:13:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:21:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/12/2020 16:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/12/2020 16:44:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 15:34:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 16:08:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2020 17:18:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 09:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO GRUPO 2

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.632.185,0000	03/11/2020 10:03:47
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.099.650,0000	03/11/2020 18:50:57

**Eventos do Grupo**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	04/11/2020 10:12:08	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	04/11/2020 10:28:38	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Aguardando a formulação de lances com valores mais baixos..
Encerrada Disputa Aberta	04/11/2020 11:11:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	04/11/2020 11:11:09	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 10:48:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 11:19:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 10:14:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2020 11:35:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	04/11/2020 09:30:43	Senhores Licitantes, Bom Dia!
Pregoeiro	04/11/2020 09:34:51	Encontra-se aberta a presente sessão pública que objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de material biológico de referência e amostras questionadas para os laboratórios de DNA FORENSE, conforme preconizado no Edital e seus anexos.
Pregoeiro	04/11/2020 09:36:32	Em nome do MJSP, agradecemos a participação de todos, lembrando que temos a satisfação de tê-los como parceiros para esta e outras futuras aquisições.
Pregoeiro	04/11/2020 09:37:32	Alertamos para as regras editálicas e para as sanções da lei.
Pregoeiro	04/11/2020 09:38:16	Lembramos da relação de cordialidade entre este MJSP e seus fornecedores para fazer excelentes aquisições com preços compatíveis com o mercado.
Pregoeiro	04/11/2020 09:38:43	Analisaremos as propostas cadastradas e em seguida abriremos o certame para a fase de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 09:39:00	Desejamos a todos boa sorte!
Pregoeiro	04/11/2020 09:44:33	Solicitamos àqueles cujas propostas estejam acima do valor máximo estimado para este certame, que readequem seus lances e participem com propostas que atendam o interesse desta Administração.
Pregoeiro	04/11/2020 09:46:37	Abriremos os grupo 1 e 2 para a fase de lances, façam suas apostas, seja um fornecedor deste MJSP.
Pregoeiro	04/11/2020 09:48:28	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 09:50:31	Objetivando ampliar a disputa, aguardaremos mais alguns instantes para a abertura do grupo 2.
Pregoeiro	04/11/2020 09:52:02	Senhores Licitantes, algumas propostas estão acima do valor estimado, readequem seus lances.
Pregoeiro	04/11/2020 09:58:02	Os lances começaram a ser formulados, não percam essa oportunidade de ser um fornecedor do MJSP.
Pregoeiro	04/11/2020 10:02:33	Aqueles que estão com as suas propostas acima do valor estimado, formulem seus lances, entrem na disputa.
Pregoeiro	04/11/2020 10:07:43	Ainda dá tempo, é a hora de formular lances melhores.
Pregoeiro	04/11/2020 10:11:14	Abriremos o Grupo 2 para a fase de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 10:12:18	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 10:13:23	Vamos lá caros licitantes, façam suas ofertas.
Pregoeiro	04/11/2020 10:21:40	Lembramos que propostas com valores acima do valor máximo estimado, não poderão ser aceitas, portanto solicitamos a gentileza dos participantes para que façam a devida readequação e entrem na disputa.
Pregoeiro	04/11/2020 10:28:39	A etapa aberta do item G2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 10:34:15	É isso aí, formulem seus lances, não deixem passar esta excelente oportunidade de ser um fornecedor do MJSP.
Sistema	04/11/2020 10:35:21	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 10:38:26	O tempo está acabando, formulem seus lances com preços mais competitivos.
Pregoeiro	04/11/2020	Senhores licitantes, abriremos os itens de 01 a 05.

Pregoeiro	04/11/2020 10:45:52	Infelizmente como existe o G2, pendente de encerramento, o sistema não permite a abertura com mais de 20 itens em aberto.
Pregoeiro	04/11/2020 10:47:13	Após o sistema encerrar o G2, abriremos os itens de 01 a 05, para a fase de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 10:53:36	O sistema está apresentando inconsistência. Assim que o G2, for encerrado, daremos sequência com a abertura dos itens subsequentes.
Pregoeiro	04/11/2020 11:06:33	Estamos aguardando o encerramento definitivo do G2 para darmos sequência ao Pregão, solicitamos aos participantes que não se desconectem.
Pregoeiro	04/11/2020 11:11:09	A etapa aberta do item G2 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 11:11:09	O item G2 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 11:11:59	Com o encerramento do G2, abriremos os itens de 01 a 05 para a disputa.
Pregoeiro	04/11/2020 11:12:40	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 11:12:40	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:13:55	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:15:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:16:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:16:49	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 11:16:49	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:18:20	Vamos lá senhores licitantes, façam as suas ofertas, a sorte está lançada.
Pregoeiro	04/11/2020 11:23:21	Não percam a oportunidade de ser um fornecedor deste MJSP, aguardamos o envio de lances mais competitivos.
Sistema	04/11/2020 11:24:11	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 11:24:43	Mais uma vez, em nome deste MJSP, agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	04/11/2020 11:26:09	Os itens estão sendo encerrados, ofertem seus lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:26:58	Em seguida, abriremos os itens de 06 a 10.
Pregoeiro	04/11/2020 11:31:35	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:32:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:32:42	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:33:21	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:33:56	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 11:35:41	Estamos abrindo os itens de forma escalonada de forma a permitir uma maior participação, portanto, façam suas ofertas.
Pregoeiro	04/11/2020 11:37:41	Estamos abrindo os itens de forma escalonada de modo a permitir uma maior participação, portanto, façam suas ofertas.
Pregoeiro	04/11/2020 11:41:39	Os lances para alguns itens estão muito aquém das nossas expectativas, aguardamos lances mais competitivos.
Pregoeiro	04/11/2020 11:46:13	Vamos lá senhores Licitantes, não percam a excelente chance de ser um parceiro deste MJSP, façam suas ofertas.
Pregoeiro	04/11/2020 11:51:54	Entraremos em horário de intervalo para o almoço e retornaremos as 14h.
Pregoeiro	04/11/2020 11:54:28	O sistema permanecerá aberto, caso haja a desconexão retomaremos no horário estabelecido, ou seja as 14hs de hoje, 04/11/2020.
Sistema	04/11/2020 12:00:46	O item 3 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 12:09:00	O item 6 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 12:09:01	O item 7 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 12:11:06	O item 8 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 12:11:07	O item 9 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 12:13:39	O item 4 está encerrado.

Sistema	04/11/2020 12:13:40	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 14:00:22	Senhores Licitantes, Boa Tarde!
Pregoeiro	04/11/2020 14:02:04	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 14:02:04	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 14:02:04	A etapa aberta do item 10 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 14:02:04	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 14:03:51	Retomando os trabalhos, abriremos os itens : 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31.
Pregoeiro	04/11/2020 14:04:53	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:05:26	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 14:05:27	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:05:56	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 14:05:56	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:06:16	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:06:38	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:07:09	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:07:39	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:07:58	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:09:15	Solicitamos aos participantes que mesmo após a fase de lances, permaneçam conectados, pois mudanças podem ocorrer em todas as fases deste certame, portanto fiquem atentos.
Pregoeiro	04/11/2020 14:10:27	Alertamos ainda, para que se atentem às cláusulas do edital e seus anexos e evitem possíveis sanções.
Pregoeiro	04/11/2020 14:13:38	Alguns participantes, cadastraram propostas muito acima do valor máximo estimado para o item. Propugnamos que ajustem seus lances e não percam a oportunidade de fazer excelentes negócios e seja um parceiro deste MJSP.
Pregoeiro	04/11/2020 14:15:00	Existem lances empatados, vamos ofertar lances melhores.
Pregoeiro	04/11/2020 14:16:03	Existem lances muito aquém de nossas expectativas, façam suas ofertas.
Sistema	04/11/2020 14:21:38	O item 24 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 14:22:58	Ainda dá tempo, ofertem seus lances.
Sistema	04/11/2020 14:32:30	O item 31 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 14:34:37	O item 26 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/11/2020 14:35:25	Vamos lá senhores licitantes, ofertem seus lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:36:50	A seguir abriremos os itens restantes, ou seja, do item 32 ao 39.
Sistema	04/11/2020 14:38:53	O item 23 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 14:43:40	O item 27 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 14:45:44	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:46:17	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 14:47:14	O item 25 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 14:48:40	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:49:18	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:49:42	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:50:18	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	04/11/2020 14:50:48	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:51:12	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 14:51:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 14:52:26	Os últimos itens deste certame encontram-se abertos, façam suas ofertas.
Pregoeiro	04/11/2020 14:53:09	Solicitamos a todos que permaneçam conectados e acompanhem todas as fases deste certame.
Pregoeiro	04/11/2020 14:56:03	É chegada a hora de ser um parceiro de negócios deste MJSP, não deixe de ofertar o seu produto por um bom preço, tenha a sua marca no rol dos melhores do mercado.
Sistema	04/11/2020 14:59:23	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 15:05:37	A etapa aberta do item 36 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 15:05:47	O item 39 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/11/2020 15:06:18	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 15:07:27	Algumas propostas estão aquém das nossas expectativas, por gentileza, refaçam suas contas e ofertem lances melhores.
Pregoeiro	04/11/2020 15:08:29	Senhores Licitantes, ofertem seus lances e não percam a oportunidade de ser um fornecedor deste MJSP.
Sistema	04/11/2020 15:13:55	O item 34 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 15:15:45	O item 38 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 15:21:15	A etapa aberta do item 33 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 15:21:16	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 15:22:36	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2020 15:28:43	O item 29 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 15:31:26	O item 35 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 15:31:32	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 15:49:55	A etapa aberta do item 32 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 15:49:56	O item 32 está encerrado.
Pregoeiro	04/11/2020 16:01:33	A etapa aberta do item 37 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 16:01:33	O item 37 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 16:01:33	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/11/2020 16:01:34	Sr. Fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ 31.748.956/0001-08 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 16:06:34 do dia 04/11/2020. Acesse a fase de lance.
Pregoeiro	04/11/2020 16:03:31	Existem itens em situação de desempate, é hora de decisão.
Sistema	04/11/2020 16:15:37	O item 26 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:15:36 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ 31.748.956/0001-08.
Sistema	04/11/2020 16:15:37	O item 26 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 16:15:37	O item 39 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/11/2020 16:15:38	Sr. Fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CPF/CNPJ 29.054.890/0001-04 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 39 até às 16:20:38 do dia 04/11/2020. Acesse a fase de lance.
	04/11/2020 16:19:57	O item 39 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CPF/CNPJ 29.054.890/0001-04 enviou um lance no valor de R\$ 515,0000
Sistema	04/11/2020 16:19:57	O item 39 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 16:19:57	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	04/11/2020	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

Pregoeiro	04/11/2020 16:22:46	acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	04/11/2020 16:24:11	Encerrada a fase de lances, daremos continuidade ao certame, solicitando a todos que permaneçam conectados e por gentileza, sejam céleres nas respostas aos questionamentos deste Pregoeiro.
Pregoeiro	04/11/2020 16:35:17	Estamos consultamos os ganhadores dos grupos e dos itens, para facilitar a negociação.
Pregoeiro	04/11/2020 17:11:13	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor (a) Licitante, boa Tarde!
Pregoeiro	04/11/2020 17:13:20	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Detectamos que para o item 6, cabine de segurança biológica, essa empresa formulou um lance bem abaixo dos demais concorrentes, confirma?
Pregoeiro	04/11/2020 17:17:28	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor(a) Licitante, reiteramos o questionamento formulado.
Pregoeiro	04/11/2020 17:20:23	Alertamos os participantes para que a perda de negócios caso não respondam aos questionamentos deste Pregoeiro.
Pregoeiro	04/11/2020 17:21:46	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, repetindo a pergunta. Detectamos que para o item 6, cabine de segurança biológica, essa empresa formulou um lance bem abaixo dos demais concorrentes, confirma?
Pregoeiro	04/11/2020 17:26:24	Constatamos que três empresas foram detentoras de dois melhores lances, uma empresa formulou três melhores lances e uma empresa ofereceu melhor lance para quatro itens.
Pregoeiro	04/11/2020 17:28:12	Em razão do horário, suspenderemos o certame e reabriremos amanhã as 9.30h.
Pregoeiro	04/11/2020 17:29:07	Desejamos a todos, uma boa noite e que amanhã cedo estejamos com as energias revigoradas para negociarmos.
Pregoeiro	05/11/2020 09:31:33	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	05/11/2020 09:34:47	Iniciamos mais uma jornada, agradecendo a todos pela participação e lembrando que iniciaremos a fase de negociação das propostas apresentadas, lembrando que é uma fase demorada e que requer bastante atenção dos participantes.
Pregoeiro	05/11/2020 09:35:41	O item 5.5 do Edital assim estabelece: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	05/11/2020 09:39:39	Iniciaremos os questionamentos reiterando a consulta de ontem, pois detectamos algumas propostas que podem gerar a desclassificação dos lances, para isso confirmaremos com o Licitante detentor da melhor oferta para o item.
Pregoeiro	05/11/2020 09:41:00	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, bom dia, reiteramos o questionamento formulado ontem para que essa empresa confirme ou não o valor do lance para o item 6.
Pregoeiro	05/11/2020 09:54:03	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, por gentileza, solicito que responda o nosso questionamento.
24.743.500/0001-81	05/11/2020 10:02:49	Bom dia Sr, Pregoeiro, referente ao lance efetuado no item 06, foi feito erroneamente, peço para que desconsidere o mesmo.
Pregoeiro	05/11/2020 10:04:39	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Obrigado, a proposta será recusada.
Pregoeiro	05/11/2020 10:09:40	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	05/11/2020 10:11:21	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Essa empresa, foi detentora do melhor lance para os grupos 1 e 2, razão pela qual consultamos sobre a possibilidade de redução dos preços.
Pregoeiro	05/11/2020 10:16:29	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Para o G1, os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Pregoeiro	05/11/2020 10:17:13	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Para o G2, os itens: 18, 19, 20, 21 e 22.
21.263.301/0001-88	05/11/2020 10:22:35	Bom dia, um momento por gentileza!
21.263.301/0001-88	05/11/2020 10:25:55	Infelizmente não conseguimos reduzir mais nossos valores, reduzimos o que podíamos durante a fase de lances.
Pregoeiro	05/11/2020 10:33:18	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Solicitamos que reavalie , por se tratar de um valor considerável e a quantidade de itens. Desta forma propomos um desconto de 15%, consegue nos atender?
21.263.301/0001-88	05/11/2020 10:36:19	Irei verificar a possibilidade com meu supervisor, um momento.
21.263.301/0001-88	05/11/2020 10:41:02	Prezado Sr Pregoeiro, infelizmente nao temos mais como reduzir nossos valores, temos que nos atentar se trata de um SRP e o material cotado é de procedencia importada, com isso devido a todos os custos envolvidos para atender os futuros pedidos destes itens, ficamos ja com nossos valores em nossa menor proposta. Ja estamos com nossos valores
21.263.301/0001-88	05/11/2020 10:41:21	em diversos itens bem abaixo do valor estimado
Pregoeiro	05/11/2020 10:45:14	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Solicitamos a especial atenção de enviar a proposta devidamente atualizada, nos termos especificados no Edital e anexos, para submetermos à análise da EPC deste MJSP. Convocaremos o anexo para o envio. Solicitamos ainda, que seja observado o prazo de envio.
Sistema	05/11/2020 10:48:28	Senhor fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	05/11/2020 10:48:46	Senhor fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	05/11/2020	Solicitamos a todos, para quando da convocação dos respectivos anexos, se atentem para os

Pregoeiro	05/11/2020 10:54:06	10:51:35	itens 9 e 10 do Edital que regula este Pregão. Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, bom dia!
24.103.721/0001-95	05/11/2020 10:56:10	05/11/2020 10:54:06	Bom dia
24.103.721/0001-95	05/11/2020 10:57:40	05/11/2020 10:56:10	Em que podemos ajudar Sr.(a), Pregoeiro.(a).
Pregoeiro	05/11/2020 11:01:03	05/11/2020 10:57:40	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Sendo essa empresa a detentora do melhor lance para o item 1, consultamos sobre a redução valor proposto.
Pregoeiro	05/11/2020 11:03:49	05/11/2020 11:01:03	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - redução do valor proposto.
24.103.721/0001-95	05/11/2020 11:03:58	05/11/2020 11:03:58	Caro Sr.(a), Pregoeiro.(a), nosso último lance já está em nosso mínimo de oferta para o item, não podemos baixar ainda mais o valor.
Pregoeiro	05/11/2020 11:09:05	05/11/2020 11:03:58	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Convocaremos o anexo para o envio da proposta e a documentação necessária.
Sistema	05/11/2020 11:09:29	05/11/2020 11:09:05	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
24.103.721/0001-95	05/11/2020 11:10:40	05/11/2020 11:09:29	Sim será enviado.
Sistema	05/11/2020 11:11:20	05/11/2020 11:10:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	05/11/2020 11:12:49	05/11/2020 11:12:49	Para HILDON CHAVES - Senhor Licitante, bom dia!
28.931.351/0001-35	05/11/2020 11:13:06	05/11/2020 11:12:49	BOM DIA
Pregoeiro	05/11/2020 11:15:49	05/11/2020 11:13:06	Para HILDON CHAVES - Constatamos uma ocorrência impeditiva dessa empresa, consultamos se já foi regularizada.
28.931.351/0001-35	05/11/2020 11:17:38	05/11/2020 11:15:49	QUAL SITUAÇÃO POIS DESCONHEÇO
28.931.351/0001-35	05/11/2020 11:18:32	05/11/2020 11:17:38	ESTOU PARTICIPANDO NORMALMENTE DE PREGÕES E HABILITADOS EM TODOS GANHOS
Sistema	05/11/2020 11:19:36	05/11/2020 11:18:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	05/11/2020 11:19:50	05/11/2020 11:19:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, enviou o anexo para o grupo G2.
28.931.351/0001-35	05/11/2020 11:23:12	05/11/2020 11:23:12	SENHOR PREGOEIRO VC TEM A INFORMAÇÃO DO IMPEDIMENTO PARA QUE EU POSSA VERIFICAR
Pregoeiro	05/11/2020 11:23:32	05/11/2020 11:23:12	Para HILDON CHAVES - Solicitamos a gentileza de verificar no SICAF, no relatório de ocorrências impeditivas indiretas.
Pregoeiro	05/11/2020 11:24:03	05/11/2020 11:23:32	Para HILDON CHAVES - Consultaremos o próximo fornecedor e depois retomaremos a nossa negociação.
28.931.351/0001-35	05/11/2020 11:24:22	05/11/2020 11:24:22	OK
Pregoeiro	05/11/2020 11:26:41	05/11/2020 11:24:22	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	05/11/2020 11:33:18	05/11/2020 11:26:41	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom Dia!
Pregoeiro	05/11/2020 11:35:34	05/11/2020 11:33:18	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Solicitamos aos participantes para que se atentem para os chama,entos deste pregoeiro.
Pregoeiro	05/11/2020 11:36:10	05/11/2020 11:35:34	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Solicitamos aos participantes para que se atentem para os chamamentos deste pregoeiro.
13.440.815/0001-33	05/11/2020 11:36:27	05/11/2020 11:36:27	VITRALAB - Bom dia.
13.440.815/0001-33	05/11/2020 11:36:47	05/11/2020 11:36:27	VITRALAB - Pedimos desculpas mas tivemos uma instabilidade no nosso servidor de internet.
Pregoeiro	05/11/2020 11:39:55	05/11/2020 11:36:47	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Na verificação documental, constatamos diversas inconsistências que impedem essa empresa de contratar com a administração publica. Consultamos se as pendências já foram sanadas ou ainda persistem?
13.440.815/0001-33	05/11/2020 11:42:41	05/11/2020 11:39:55	VITRALAB - Prezados em nosso SICAF não consta nenhuma penalidade. Creio que consta apenas uma informação sobre impedimento indireto que já fora sanada a bastante tempo e que mesmo assim aparece ligado ao nosso CNPJ.
Pregoeiro	05/11/2020 11:45:05	05/11/2020 11:42:41	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Correto, por ocasião da convocação do anexo, solicitamos que envie a documentação comprobatória que exime essa empresa das penalidades impostas e que as pendências já foram sanadas.
13.440.815/0001-33	05/11/2020 11:46:08	05/11/2020 11:45:05	VITRALAB - Ok. Iremos enviar os documentos solicitados.
Pregoeiro	05/11/2020 11:46:16	05/11/2020 11:46:08	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Consultamos sobre a possibilidade de desconto para os itens onde essa empresa foi a detentora do melhor lance.
Pregoeiro	05/11/2020 11:47:11	05/11/2020 11:46:16	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ou seja, 03, 24, 30 e 38.
13.440.815/0001-33	05/11/2020 11:48:22	05/11/2020 11:47:11	VITRALAB - Informo que os valores ofertados seriam os limites, tendo em vista a variação do dólar e por sermos a revenda apenas dos equipamentos licitados.
Pregoeiro	05/11/2020 11:51:13	05/11/2020 11:48:22	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ok, muito obrigado, convocaremos os anexos dos respectivos itens para o envio da proposta atualizada, bem como a documentação necessária, para que sejam submetidos à análise.
Sistema	05/11/2020	05/11/2020	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E,

		11:51:45	CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
13.440.815/0001-33	05/11/2020	11:51:49	VITRALAB - Ok, disponha. Estaremos enviando os documentos.
Sistema	05/11/2020	11:52:11	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	05/11/2020	11:52:41	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	05/11/2020	11:52:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	05/11/2020	11:53:02	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	05/11/2020	11:53:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	05/11/2020	11:53:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	05/11/2020	11:53:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	05/11/2020	11:59:17	Em razão do horário, interromperemos para o almoço, mas não conseguiremos retomar o certame a tarde tendo em vista que terei que operar outro Pregão. Reabriremos este certame amanhã às 09h.
Pregoeiro	06/11/2020	09:31:47	Senhores Licitantes, Bom Dia!
Pregoeiro	06/11/2020	09:33:03	Reabrimos este certame cumprimentando a todos em nome do MJSP, desejando a todos um final de semana de muita paz e abençoados pelo nosso bom Deus.
Pregoeiro	06/11/2020	09:38:30	Continuamos verificando a consistência das propostas, negociando valores com os licitantes detentores dos melhores lances e solicitando documentação complementar caso necessário.
Pregoeiro	06/11/2020	09:52:15	Para HILDON CHAVES - Senhor Licitante, bom dia!
28.931.351/0001-35	06/11/2020	09:54:15	BOM DIA
Pregoeiro	06/11/2020	09:59:18	Para HILDON CHAVES - Com relação ao nosso questionamento de ontem, consegue nos enviar a documentação comprobatória?
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:01:04	ENVIEI UM E-MAIL PARA licitacao.segn@mj.gov.br SOBRE UMA NOTA DA INTERNET EU NÃO CONSIGO PAEGAR VIA SICAF SOBRE A PESSOA FÍSICA
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:01:44	O SICAF SÓ ME APARECE A PESSOA JURÍDICA E NÃO CONSTA NADA SE VC CONSEGUIR ME INFORMAR DESTA PUNIÇÃO AGRADEÇO
Pregoeiro	06/11/2020	10:02:13	Para HILDON CHAVES - Vamos verificar.
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:02:24	SE PUDE ME ENVIAR VIA E-MAIL hclicita@hotmail.com
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:03:21	MAS JÁ ESTIVE VERIFICANDO SOBRE O ASSUNTO E É SÓ APLICADO QUANDO TEM MÁ FÉ QUE NÃO É MEU CASO
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:04:18	MAS POSSO ANEXAR AQUI COM A PROPOSTA ATUALIZADA ESTA NOTA SOBRE O IMPEDIMENTO PARA QUE TODOS VEJAM
Pregoeiro	06/11/2020	10:05:10	Para HILDON CHAVES - Será feita a verificação e caso haja inconsistência, será oportunizada a vossa manifestação.
Pregoeiro	06/11/2020	10:06:00	Para HILDON CHAVES - Com relação ao preço, consegue ofertar um valor menor para o item?
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:06:42	REALMENTE ESTOU NO MEU MÍNIMO DE MARGEM NÃO CONSIGO MESMO
Pregoeiro	06/11/2020	10:08:20	Para HILDON CHAVES - ok, colocaremos o item em análise.
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:09:40	OBRIGADO E SE PUDE ME ENVIAR A FOLHA DO IMPEDIMENTO AGRADEÇO
28.931.351/0001-35	06/11/2020	10:17:00	ACABEI DE RECEBER DE VCS A INFORMAÇÃO MAS VEJA QUE EU ABRI MINHA EMPRESA EM 10/2017 E ESTA PUNIÇÃO FOI FEITA EM 09/05/2019
Pregoeiro	06/11/2020	10:23:25	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	06/11/2020	10:28:37	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	06/11/2020	10:29:35	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Solicitamos aos participantes, a especial atenção no sentido de atender o chamamento deste Pregoeiro, evitando assim a perda de negócios.
13.440.815/0001-33	06/11/2020	10:31:43	VITRALAB - Bom dia.
Pregoeiro	06/11/2020	10:34:18	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Sendo essa empresa detentora dos melhores lances para os itens: 03,24, 30 e 38, consultamos sobre a possibilidade de redução dos preços ofertados.
13.440.815/0001-33	06/11/2020	10:36:01	VITRALAB - Informo que infelizmente não temos maior margem de redução para os itens contemplados, alguns itens inclusive já ganhamos com valores abaixo do nosso estimado.
Pregoeiro	06/11/2020	10:38:22	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - ok, os itens serão colocados em análise para verificação da proposta pelo Departamento Técnico deste MJSP.
13.440.815/0001-33	06/11/2020	10:39:06	VITRALAB - Ok Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	06/11/2020	10:43:33	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor Licitante, bom Dia!

67.957.720/0001-10	06/11/2020 10:44:30	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/11/2020 10:44:58	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Sendo essa empresa detentora dos melhores lances para os itens 04 e 31, consultamos sobre a possibilidade de redução nos valores propostos.
67.957.720/0001-10	06/11/2020 10:47:12	Sr. Pregoeiro. Infelizmente não consigo melhorar...Dei meu melhor preço na etapa de lances
Pregoeiro	06/11/2020 10:49:33	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Não consegue reduzir em 10%?
67.957.720/0001-10	06/11/2020 10:51:20	infelizmente nao consigo!!!
Pregoeiro	06/11/2020 10:52:20	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Ok, submeteremos vossa proposta à análise.
Pregoeiro	06/11/2020 11:00:56	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia, Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de redução dos valores propostos para os itens 05,34 e 39.
Pregoeiro	06/11/2020 11:03:12	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Lembramos que o rito do pregão quando existem muitos itens e consequentemente muitos detentores de melhores lances individualizados, a consulta torna-se um pouco moroso, mas necessário para assegurarmos uma verificação e análise das propostas.
Pregoeiro	06/11/2020 11:04:03	Lembramos que o rito do pregão quando existem muitos itens e consequentemente, muitos detentores de melhores lances individualizados, a consulta torna-se um pouco morosa, mas necessária para assegurarmos uma verificação e análise das propostas.
Pregoeiro	06/11/2020 11:09:06	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom Dia! Reiteramos o questionamento formulado a essa empresa.
29.054.890/0001-04	06/11/2020 11:11:18	Bom dia, o chat estava fechado, não conseguimos responder
29.054.890/0001-04	06/11/2020 11:11:45	Infelizmente não temos como reduzir nossos valores, já estamos no nosso valor mínimo para todos os itens.
Pregoeiro	06/11/2020 11:12:37	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Não consegue arredondar esses valores?
29.054.890/0001-04	06/11/2020 11:16:02	Infelizmente não podemos tirar mais nem um centavo, demos o nosso valor mínimo no momento da disputa
Pregoeiro	06/11/2020 11:18:25	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ok, Sua proposta será submetida à análise.
Pregoeiro	06/11/2020 11:23:04	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, bom dia! Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de redução dos valores para os itens 06 e 07.
Pregoeiro	06/11/2020 11:24:20	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Na verdade, o item 6, será recusado atendendo a pedido dessa empresa que alegou erro na formulação do lance.
Pregoeiro	06/11/2020 11:28:09	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de redução dos valores para o itens 07.
Pregoeiro	06/11/2020 11:29:01	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Desculpe o erro: para o item 07.
24.743.500/0001-81	06/11/2020 11:29:52	Sr. Pregoeiro referente ao item 07, infelizmente não conseguimos diminuir, demos nosso menor lance na disputa.
Pregoeiro	06/11/2020 11:30:02	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, aguardamos resposta para o nosso questionamento.
Pregoeiro	06/11/2020 11:39:59	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ok
Pregoeiro	06/11/2020 11:40:14	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	06/11/2020 11:44:57	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Convocaremos novamente o anexo, para que a proposta seja reformulada, excluindo-se o item 6.
Sistema	06/11/2020 11:45:22	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	06/11/2020 11:46:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	06/11/2020 11:50:36	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, consegue reduzir o preço do último lance para o item 6?
Pregoeiro	06/11/2020 11:50:50	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Bom Dia!
Pregoeiro	06/11/2020 11:54:14	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, aguardamos a resposta sobre o nosso questionamento.
00.584.060/0001-07	06/11/2020 11:54:47	Bom dia, Sr. Pregoeiro
00.584.060/0001-07	06/11/2020 11:56:24	Sr. Pregoeiro, não conseguimos reduzir, já estamos com o preço muito abaixo da nossa planilha de vendas. Se trata de uma cabine de classe II tipo B2, bem complexa, por se tratar de registro de preço temos que garantir o preço durante a vigência da ata. Não será possível a redução, já estamos no nosso limite, agradeço pela compreensão.
Pregoeiro	06/11/2020 11:57:07	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Vamos reduzir o valor dessa proposta?
00.584.060/0001-07	06/11/2020 11:59:00	Sr. pregoeiro, não conseguimos, nosso preço já esta muito abaixo. conforme dito anteriormente o equipamento é bem complexo, possui várias peças que são por importação, com muita variação de preços. não será possível reduzir, já estamos com um preço bem abaixo.
Pregoeiro	06/11/2020 11:59:41	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Não consegue chegar pelo menos a R\$14.150,00?
00.584.060/0001-	06/11/2020	Sr. Pregoeiro infelizmente não conseguimos. ja estamos com o preço bem abaixo.

07	12:02:02	
Pregoeiro	06/11/2020 12:02:49	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Obrigado, submeteremos a proposta a análise.
00.584.060/0001-07	06/11/2020 12:04:30	oK, obrigado, agradeço pela compreensão. Podemos enviar os Anexos?
Pregoeiro	06/11/2020 12:07:04	Em razão de já adentrarmos no horário de intervalo de almoço, entraremos em recesso até as 14h. O sistema permanecerá aberto e caso haja a desconexão, fica estabelecido que as 14h daremos continuidade, sem prejuízo do andamento do certame.
Pregoeiro	06/11/2020 12:07:34	Até as 14h então, bom almoço para todos.
Pregoeiro	06/11/2020 14:00:03	Senhores Licitantes, Boa tarde!
Pregoeiro	06/11/2020 14:02:19	Retornando de nosso intervalo de almoço, procurarei ser mais célere nos questionamentos, da mesma forma que esperamos isso dos senhores com relação ao intervalo das respostas.
Pregoeiro	06/11/2020 14:03:20	Agradeço a participação de todos, pugnando para que permaneçam conectados em todas as fases deste certame, pois mudanças poderão ocorrer a qualquer instante.
Pregoeiro	06/11/2020 14:07:30	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor(a) Licitante, ao tempo em que o (a) cumprimentamos, consultamos se a oferta dessa empresa cumpre todos os requisitos técnicos para que seja aprovada na análise técnica e se consegue reduzir o valor da proposta.
Pregoeiro	06/11/2020 14:12:17	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, aguardamos a resposta sobre o nosso questionamento.
Pregoeiro	06/11/2020 14:23:11	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, reiteramos a nossa pergunta.
05.094.718/0001-08	06/11/2020 14:25:05	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	06/11/2020 14:26:10	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Boa Tarde!
05.094.718/0001-08	06/11/2020 14:26:40	Sim cumpre todos os requisitos técnicos
Pregoeiro	06/11/2020 14:27:49	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Ótimo e o preço, consegue baixar o valor da sua proposta?
05.094.718/0001-08	06/11/2020 14:28:16	Quanto ao desconto, estamos verificando.
Pregoeiro	06/11/2020 14:29:05	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Obrigado.
05.094.718/0001-08	06/11/2020 14:30:37	Conseguimos chegar em R\$ 3.280,00
05.094.718/0001-08	06/11/2020 14:31:21	Esse valor para o item 08
Pregoeiro	06/11/2020 14:32:52	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Obrigado, colocaremos o item em análise.
Pregoeiro	06/11/2020 14:36:20	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Convocaremos o anexo para o reenvio da proposta readequada.
Sistema	06/11/2020 14:37:41	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
05.094.718/0001-08	06/11/2020 14:37:59	Ok, fico no aguardo.
Pregoeiro	06/11/2020 14:39:15	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde! Consultamos sobre a possibilidade dessa empresa ofertar um valor menor para o item 9.
Pregoeiro	06/11/2020 14:40:03	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Já enviamos a convocação.
Pregoeiro	06/11/2020 14:43:18	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor Licitante, estamos aguardando a resposta.
Pregoeiro	06/11/2020 14:50:44	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor Licitante, reiteramos a nossa consulta.
25.371.614/0001-00	06/11/2020 14:51:07	Boa tarde!
Sistema	06/11/2020 14:51:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 8.
25.371.614/0001-00	06/11/2020 14:52:19	infelizmente para o item 9 já estamos com nosso valor mínimo.
Pregoeiro	06/11/2020 14:54:05	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Obrigado, colocaremos o item em análise.
Pregoeiro	06/11/2020 14:57:13	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhora Licitante, boa tarde!
37.663.213/0001-03	06/11/2020 14:59:33	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	06/11/2020 15:00:33	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Constatamos que o desconto para o item 10 foi mínimo, razão pela qual solicitamos um valor que atenda as expectativas deste MJSP.
37.663.213/0001-03	06/11/2020 15:05:41	Sentimos muito pelo desconto irrisório que foi concedido. Contudo, esse equipamento tem um valor agregado muito alto.
Pregoeiro	06/11/2020 15:06:02	Alertamos os participantes para que não se desconectem pois alterações podem ocorrer a qualquer instante. por gentileza, acompanhem todas as fases do certame.
Pregoeiro	06/11/2020 15:06:15	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Alertamos os participantes para que não se desconectem pois alterações podem ocorrer a qualquer instante. por gentileza,

acompanhem todas as fases do certame.

37.663.213/0001-03	06/11/2020 15:06:48	Considerando que estamos tratando de um pregão eletrônico onde, na etapa de lances, cada licitante chega ao menor valor que cada uma entende chegar, nós chegamos no nosso menor valor possível.
37.663.213/0001-03	06/11/2020 15:07:58	Novamente, pedimos desculpas se, o desconto não foi o que era esperado, mas já estamos no menor valor que podemos praticar, bem como dentro do estabelecido pelo MJSP.
37.663.213/0001-03	06/11/2020 15:08:48	Seria uma satisfação enorme, melhorar significativamente esse valor; porém, estamos no limite.
Pregoeiro	06/11/2020 15:09:01	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Compreendemos, mas não consegue baixar nada senhor(a) Licitante?
Pregoeiro	06/11/2020 15:09:40	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Vamos arredondar em 60.000,00?
37.663.213/0001-03	06/11/2020 15:10:33	Concordamos. Arrendondaremos para R\$60.000,00
Pregoeiro	06/11/2020 15:12:14	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Muito obrigado, submeteremos o item a análise pela EPC deste certame. Convocaremos também o anexo para a readequação da proposta.
Sistema	06/11/2020 15:13:21	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	06/11/2020 15:16:08	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor Licitante, Considerando que essa empresa ofertou os melhores lances para os itens 23 e 25, consultamos sobre a possibilidade de redução do valor proposto.
Sistema	06/11/2020 15:18:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 10.
34.999.660/0001-40	06/11/2020 15:18:56	Sr. Pregoeiro, já ofertamos os menores lances possíveis, levando em consideração a quantidade e o órgão que está solicitando
Pregoeiro	06/11/2020 15:24:35	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Vamos fechar em R\$5.800,00 para o item 23 e R\$ 5.000,00, para o item 25?
34.999.660/0001-40	06/11/2020 15:26:02	Sr. Pregoeiro, vamos concordar com estes valores
Pregoeiro	06/11/2020 15:27:51	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Muito obrigado, convocaremos o anexo para a readequação da proposta e a submeteremos a análise.
Sistema	06/11/2020 15:29:10	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
34.999.660/0001-40	06/11/2020 15:29:16	obrigado
Sistema	06/11/2020 15:29:35	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	06/11/2020 15:31:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	06/11/2020 15:32:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	06/11/2020 15:34:37	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor Licitante, boa tarde, consegue baixar o valor da proposta para o ítem 26?
Pregoeiro	06/11/2020 15:39:33	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor Licitante, estamos aguardando a resposta.
81.618.753/0001-67	06/11/2020 15:41:43	Boa tarde, Infelizmente estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	06/11/2020 15:43:24	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Vamos fechar no valor de R\$9.800,00?
Pregoeiro	06/11/2020 15:47:14	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Consegue atender o nosso pedido de desconto?
81.618.753/0001-67	06/11/2020 15:47:51	Vou verificar
81.618.753/0001-67	06/11/2020 15:49:12	Em conversa com nossa liderança podemos fechar nesse valor, R\$ 9.800,00 unt.
Pregoeiro	06/11/2020 15:50:09	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Obrigado, convocaremos o anexo para a readequação da proposta e a submeteremos a análise.
Sistema	06/11/2020 15:51:39	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	06/11/2020 15:53:49	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor(a) Licitante, boa tarde! Consulto essa empresa sobre a possibilidade de redução do valor da proposta para o ítem 27.
18.255.981/0001-83	06/11/2020 15:55:14	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Infelizmente não será possível reduzir o valor tendo em vista que já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	06/11/2020 15:56:51	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Por gentileza, vamos negociar a um valor de R\$49.000,00?
18.255.981/0001-83	06/11/2020 15:57:50	Infelizmente não será possível.
Sistema	06/11/2020 15:58:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	06/11/2020 15:59:04	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ok, submeteremos a vossa proposta a análise.
18.255.981/0001-83	06/11/2020 15:59:44	Ok, obrigado e permanecemos a disposição.
Pregoeiro	06/11/2020 16:01:35	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Senhor Licitante, boa tarde.

06.759.858/0001-10	06/11/2020 16:03:33	Boa tarde!
Pregoeiro	06/11/2020 16:07:24	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Consultamos sobre a possibilidade e redução do valor da proposta para o item 29.
06.759.858/0001-10	06/11/2020 16:08:35	Infelizmente, já chegamos no nosso limite na disputa de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 16:11:36	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Obrigado, submeteremos vossa proposta a análise.
Pregoeiro	06/11/2020 16:15:17	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, ao cumprimentá-lo, consultamos sobre a possibilidade de redução do valor da proposta para o item 32.
06.032.137/0001-04	06/11/2020 16:17:24	VIGUI'ST - Prezado Sr (a) Pregoeiro (a) Boa tarde !
06.032.137/0001-04	06/11/2020 16:19:19	VIGUI'ST - Desde ontem verificamos com nosso fabricante a possibilidade de redução desse item, mas infelizmente não conseguimos a redução e com isso não conseguimos mais baixar nossa proposta.
Pregoeiro	06/11/2020 16:20:39	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Obrigado, a vossa proposta será submetida a análise.
Pregoeiro	06/11/2020 16:24:09	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor Licitante, boa tarde, Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 33.
Pregoeiro	06/11/2020 16:27:23	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor Licitante, reiteramos a consulta formulada.
63.067.904/0006-69	06/11/2020 16:28:37	Prezados, boa tarde.
63.067.904/0006-69	06/11/2020 16:29:25	Infelizmente já chegamos no nosso melhor preço.
Pregoeiro	06/11/2020 16:32:11	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Obrigado, submeteremos vossa proposta a análise.
Pregoeiro	06/11/2020 16:34:00	Para MERCK S/A - Senhor Licitante, boa tarde, consegue reduzir o valor do lance para o item 35?
Pregoeiro	06/11/2020 16:38:32	Senhor Licitante, reiteramos o questionamento.
Pregoeiro	06/11/2020 16:39:17	Para MERCK S/A - Senhor Licitante, reiteramos o questionamento.
33.069.212/0008-50	06/11/2020 16:40:06	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
33.069.212/0008-50	06/11/2020 16:40:38	Infelizmente não, chegamos ao nosso minimo na etapa de lance.
Pregoeiro	06/11/2020 16:44:23	Para MERCK S/A - Obrigado, submeteremos a proposta a análise.
Pregoeiro	06/11/2020 16:46:59	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, boa tarde, consultamos sobre a possibilidade de redução do valor da proposta ofertada por essa empresa para o item 36.
33.554.685/0001-77	06/11/2020 16:48:26	So um momento, Sr. Pregoeiro
33.554.685/0001-77	06/11/2020 16:52:02	Sr. Pregoeiro, ja estamos trabalhando com um valor bem reduzido, mas para atender a sua solicitação, podemos fechar em R\$8.150,00.
Pregoeiro	06/11/2020 16:53:53	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Podemos arredondar em R\$ 8.000,00, para encerrar o expediente com a certeza que fizemos um excelente negócio?
33.554.685/0001-77	06/11/2020 16:56:44	Ja reduzimos todos os nossos custos e infelizmente nossa Diretoria só nos permitiu chegar ao valor informado. E esse valor já se encontra abaixo do valor estipulado pela Administração.
Pregoeiro	06/11/2020 16:58:33	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Obrigado, convocaremos o anexo para a readequação da proposta e após, submeteremos o item a análise.
Sistema	06/11/2020 16:59:11	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	06/11/2020 17:00:42	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Senhor Licitante, boa tarde! Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de redução no valor da proposta pra o item 37.
Pregoeiro	06/11/2020 17:06:36	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Senhor Licitante, reiteramos o nosso questionamento.
29.332.265/0001-79	06/11/2020 17:09:10	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos diminuir o preço. Pois a aquisição se trata de registro de preço.
29.332.265/0001-79	06/11/2020 17:10:54	E os preços no mercado estão muito instáveis. Para que possamos manter a qualidade do serviço não conseguimos diminuir, tal preço.
Pregoeiro	06/11/2020 17:10:59	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Obrigado, submeteremos a proposta a análise.
Sistema	06/11/2020 17:17:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, enviou o anexo para o ítem 36.
29.332.265/0001-79	06/11/2020 17:17:19	ok
Pregoeiro	06/11/2020 17:18:04	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, Por um lapso, deixamos de convocar o anexo para que essa empresa envie a proposta ajustada, o que faremos agora. Solicitamos as nossas escusas.
Sistema	06/11/2020 17:19:53	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Pregoeiro	06/11/2020 17:20:10	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - O anexo foi convocado.
00.584.060/0001-07	06/11/2020 17:21:17	Boa tarde
00.584.060/0001-07	06/11/2020 17:21:25	Ok vamos providenciar
Sistema	06/11/2020 17:24:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	06/11/2020 17:28:17	Encerraremos nossas atividades por hoje. Em razão do grande numero de participantes, deixaremos o certame aberto para a extração de dados como as propostas comerciais, catálogos, documentação etc e a consequente análise. Retomaremos no dia 12/05, as 14 horas.
Pregoeiro	06/11/2020 17:28:58	Desejamos a todos um excelente fim de semana e até o dia 12/05 às 14hs.
Pregoeiro	06/11/2020 17:35:33	Só uma última questão, na quinta feira, 12/11, àqueles que ainda não convocamos o envio, solicitaremos as propostas readequadas ao último lance.
Pregoeiro	06/11/2020 17:35:50	Bom Fim de semana.
Pregoeiro	12/11/2020 14:01:49	Senhores Licitantes, Boa Tarde!
Pregoeiro	12/11/2020 14:04:51	Considerando que em razão da extensa gama de participantes, ainda nos resta convocar o anexo com as propostas atualizadas de alguns participantes, o que o faremos agora, devendo ser observados os prazos do Edital para o envio.
Pregoeiro	12/11/2020 14:07:15	Temos os casos de alguns Licitantes, cuja consulta no SICAF, acusam impedimentos indiretos de contratação com o poder público, razão pela qual, oportunizaremos para que comprovem o contrário.
Pregoeiro	12/11/2020 14:10:46	9.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Pregoeiro	12/11/2020 14:18:56	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:20:20	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	12/11/2020 14:21:54	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
67.957.720/0001-10	12/11/2020 14:22:02	Boa tarde.
Sistema	12/11/2020 14:22:46	Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, sólito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	12/11/2020 14:24:33	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Pregoeiro	12/11/2020 14:25:29	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:25:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	12/11/2020 14:25:51	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:27:19	Senhor fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, sólito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	12/11/2020 14:28:24	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:29:33	Senhor fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69, sólito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Pregoeiro	12/11/2020 14:30:19	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:31:00	Senhor fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04, sólito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	12/11/2020 14:31:51	Para MERCK S/A - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:32:25	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, sólito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	12/11/2020 14:32:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, enviou o anexo para o ítem 29.
Pregoeiro	12/11/2020 14:33:30	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Senhor (a) Licitante, sólito a especial atenção de encaminhar a proposta devidamente atualizada, readequada ao último lance, através do anexo que convocaremos a seguir, observando-se o prazo previsto no edital.
Sistema	12/11/2020 14:33:41	Senhor fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, sólito o envio do anexo referente ao ítem 37.

Pregoeiro	12/11/2020 14:37:07	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
24.103.721/0001-95	12/11/2020 14:41:07	boa tarde
Sistema	12/11/2020 14:44:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	12/11/2020 14:45:32	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Consta na consulta ao SICAF, uma ocorrência de impedimento indireto para essa empresa, gostaria que nos apresentasse uma justificativa, bem como o envio da documentação comprobatória da exclusão da penalidade.
24.103.721/0001-95	12/11/2020 14:46:49	Sim, já temos o documento pronto, enviaremos junto ao anexo
Sistema	12/11/2020 14:47:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	12/11/2020 14:48:38	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Ok. Agradecemos.
Sistema	12/11/2020 14:49:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, enviou o anexo para o ítem 37.
24.103.721/0001-95	12/11/2020 14:50:12	Ou se preferir conferir antes da aceitação enviamos por e-mail
Sistema	12/11/2020 14:50:19	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	12/11/2020 14:50:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	12/11/2020 14:51:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	12/11/2020 14:52:51	Para HILDON CHAVES - Senhor Licitante, boa tarde.
28.931.351/0001-35	12/11/2020 14:53:14	BOA TARDE
Pregoeiro	12/11/2020 14:53:20	Para HILDON CHAVES - Consta na consulta ao SICAF, uma ocorrência de impedimento indireto para essa empresa, gostaria que nos apresentasse uma justificativa, bem como o envio da documentação comprobatória da exclusão da penalidade.
28.931.351/0001-35	12/11/2020 14:55:23	PODEREI ENVIAR A JUSTIFICATIVA SIM MAS A EXCLUSÃO DA PENALIDADE É IMPOSSÍVEL POIS NÃO TENHO E ACONTECEU EM OUTROS PREGÕES QUE FORAM DILIGENCIADOS E CONTATADO QUE NÃO HOUVE MA FÉ NO MEU CASO
28.931.351/0001-35	12/11/2020 14:55:58	CONSTATADO QUIZ DIZER
28.931.351/0001-35	12/11/2020 14:56:12	ENVIAREI JUNTO COM A PROPOSTA ATUALIZADA
28.931.351/0001-35	12/11/2020 14:56:57	LEVAREI AULGUNS MINUTOS PARA FAZER MAS VOU ANEXAR
Pregoeiro	12/11/2020 14:59:15	Para HILDON CHAVES - Convocaremos o anexo, mas se infelizmente não houver a comprovação materializada,a sua proposta será desclassificada, onde oportunamente terá como realizar a sua defesa.
Sistema	12/11/2020 14:59:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0006-69, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	12/11/2020 15:00:35	Senhor fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
28.931.351/0001-35	12/11/2020 15:01:17	OK
Pregoeiro	12/11/2020 15:02:27	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	12/11/2020 15:04:06	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Consta na consulta ao SICAF, uma ocorrência de impedimento indireto para essa empresa, gostaria que nos apresentasse uma justificativa, bem como o envio da documentação comprobatória da exclusão da penalidade.
Pregoeiro	12/11/2020 15:14:45	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, reiteramos o questionamento formulado.
Pregoeiro	12/11/2020 15:22:43	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Conforme previsão editalícia, lembramos aos participantes para que se atentem aos questionamentos deste pregoeiro, sob a pena da perda de negócios.
Pregoeiro	12/11/2020 15:22:57	Conforme previsão editalícia, lembramos aos participantes para que se atentem aos questionamentos deste pregoeiro, sob a pena da perda de negócios.
Sistema	12/11/2020 15:23:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	12/11/2020 15:28:34	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, não obstante os reiterados questionamentos até o presente momento não respondidos, estabeleceremos o prazo de mais 10 minutos pra o atendimento ao nosso questionamento.
Pregoeiro	12/11/2020 15:29:30	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - 5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
24.743.500/0001-81	12/11/2020 15:29:36	Boa Tarde Sr. Pregoeiro
24.743.500/0001-81	12/11/2020 15:30:04	A EMPRESA SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO - EIRELI, MEDIANTE SEU REPRESENTANTE, NAGILA MAIARA MORAIS SITUADA NA RUA: DR ROSALVO G. DE MELO LEITÃO Nº 1235 CEP: 87.360-000, GOIOERÊ - PR, DECLARA QUE NÃO EXISTE NENHUM

## VÍNCULO COM A EMPRESA QUE SOFREU A PENALIDADE DIRETAMENTE, SENDO ASSIM, TENDO EXCLuíDO A NOSSA RESPONSABILIDADE DAS PENALIDADES

Pregoeiro	12/11/2020 15:35:38	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Solicitamos que verifique o SICAF em "impedimentos Indiretos" e nos envie a documentação da exclusão da penalidade, sob pena da recusa da proposta. Convocaremos o anexo para o envio do documento comprobatório dentro do prazo estabelecido.
24.743.500/0001-81	12/11/2020 15:36:13	temos a comprovação, via contrato social, última alteração consolidada na junta comercial online.
Pregoeiro	12/11/2020 15:36:20	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - 7.28.2 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema	12/11/2020 15:37:38	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	12/11/2020 15:41:55	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, boa tarde! Consta na consulta ao SICAF, uma ocorrência de impedimento indireto para essa empresa, gostaria que nos apresentasse uma justificativa, bem como o envio da documentação comprobatória da exclusão da penalidade.
13.440.815/0001-33	12/11/2020 15:46:21	Boa tarde
13.440.815/0001-33	12/11/2020 15:47:09	Peço a abertura do anexo para juntada de esclarecimento. Att.
Pregoeiro	12/11/2020 15:50:08	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ok, obrigado.
Sistema	12/11/2020 15:51:25	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	12/11/2020 15:52:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	12/11/2020 16:00:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	12/11/2020 16:26:26	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, Recebemos a peça com os esclarecimentos, mas este Pregoeiro não tem o condão de sobrepor a uma imposição dos órgãos de controle sem a devida comprovação, o que acataríamos se tivesse uma decisão pelo menos em caráter liminar determinando a suspensão da penalidade. Na fase subsequente, essa empresa terá a oportunidade de se manifestar.
Pregoeiro	12/11/2020 16:30:17	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema	12/11/2020 16:31:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o ítem 7.
05.869.012/0001-70	12/11/2020 16:31:47	Boa tarde
Pregoeiro	12/11/2020 16:34:16	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Com a desclassificação da empresa detentora do melhor lance para o item 1, consulto essa empresa sobre a possibilidade de reduzir o valor do lance.
05.869.012/0001-70	12/11/2020 16:34:44	Estamos em nosso menor valor para o item 1
Pregoeiro	12/11/2020 16:35:51	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Consegue um lance menor do que a primeira colocada?
05.869.012/0001-70	12/11/2020 16:36:37	Infelizmente não temos como reduzir mais. Estamos no limite já.
Pregoeiro	12/11/2020 16:38:05	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Como a diferença é mínima, consegue pelos menos chegar ao valor de R\$890,00?
05.869.012/0001-70	12/11/2020 16:39:10	Não conseguimos, sr. pregoeiro. Visto que o pregão possui a disputa aberta, paramos de dar lance quando chegou em nosso limite de preço. Infelizmente nosso valor já está muito baixo.
Pregoeiro	12/11/2020 16:41:27	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok, Convocaremos o anexo, para o envio da proposta atualizada.
Sistema	12/11/2020 16:41:39	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.869.012/0001-70	12/11/2020 16:41:56	Ok, estamos providenciando o envio.
Sistema	12/11/2020 16:46:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/11/2020 16:46:23	Para HILDON CHAVES - Senhor Licitante, recebemos a justificativa, porém não foi apresentada a documentação que desobrigasse essa empresa da penalidade imposta, razão pela qual deixamos de acatar a vossa manifestação. Lembramos que na fase recursal, poderá ser feita a devida contestação.
Pregoeiro	12/11/2020 16:47:06	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
35.764.167/0001-03	12/11/2020 16:50:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	12/11/2020 16:52:43	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Com a recusa da proposta do detentor do melhor lance para o item 2, consultamos sobre a possibilidade de redução do valor ofertado por essa empresa.
35.764.167/0001-03	12/11/2020 16:55:38	Sr. Pregoeiro, informamos que nosso lance é final.
Pregoeiro	12/11/2020 16:56:51	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Vamos fechar em R\$4.380,00 que é o valor do melhor lance para o item?

Pregoeiro	12/11/2020 16:57:18	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - A diferença é pouca, o MJSP agradece.
35.764.167/0001-03	12/11/2020 17:00:08	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor citado.
Pregoeiro	12/11/2020 17:02:08	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Lamentamos, mas convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada. Muito obrigado.
Sistema	12/11/2020 17:02:19	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
35.764.167/0001-03	12/11/2020 17:04:51	Obrigado. Estamos providenciando a documentação.
Sistema	12/11/2020 17:20:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 2.
35.764.167/0001-03	12/11/2020 17:21:50	Sr. Pregoeiro, acabamos de anexar nossa documentação.
Pregoeiro	12/11/2020 17:32:50	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, Recebemos a peça com os esclarecimentos, mas este Pregoeiro não tem o condão de sobrepor a uma imposição dos órgãos de controle sem a devida comprovação, o que acataríamos se tivesse uma decisão pelo menos em caráter liminar determinando a suspensão da penalidade. Na fase subsequente, essa empresa terá a oportunidade de se manifestar.
Pregoeiro	12/11/2020 17:36:32	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Senhor Licitante, boa tarde!
03.574.184/0001-91	12/11/2020 17:42:54	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	12/11/2020 17:49:16	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Em razão da recusa da proposta da empresa detentora do melhor lance, consultamos essa empresa sobre a possibilidade de redução do valor da vossa oferta.
03.574.184/0001-91	12/11/2020 17:51:21	Qual o valor proposto, Sr. Pregoeiro?
Pregoeiro	12/11/2020 17:52:09	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Após consulta ao SICAF, constatamos que também consta impedimento indireto de contratação com a união por essa empresa, razão pela qual consultamos se já foi resolvida a pendência e, em caso positivo, se é possível enviar a comprovação.
Pregoeiro	12/11/2020 17:54:50	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - O melhor lance para o item foi de R\$3.500,00, consegue baixar?
03.574.184/0001-91	12/11/2020 17:54:50	Sr. Pregoeiro, irei verificar a informação, devido ao horário é possível lhe dar o retorno amanhã, na parte da manhã?
Pregoeiro	12/11/2020 17:56:21	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Em razão do horário o Pregão será suspenso e essa empresa terá oportunidade de se manifestar por ocasião da data de sua reabertura.
Pregoeiro	12/11/2020 17:58:53	Senhores Licitantes, com o avançar do horário, interromperemos o nosso certame. Retornaremos em 19/11/2020 às 9.30hs para a continuidade.
Pregoeiro	12/11/2020 18:00:12	Boa noite a todos.
Pregoeiro	19/11/2020 09:30:51	Senhores Licitantes bom dia!
Pregoeiro	19/11/2020 09:34:51	Reabrimos a presente sessão pública, desejando a todos um bom dia, contando com a paciência e compreensão de todos em razão do tempo demandado para negociar e averiguar os itens que serão objeto da contratação. Tudo isso visa buscar uma escolha acertada do que se pretende adquirir, ou seja, um produto de qualidade e que atenda as especificações editalícias.
Pregoeiro	19/11/2020 09:35:56	Logicamente que buscamos também um preço que esteja dentro das projeções de mercado.
Pregoeiro	19/11/2020 09:41:05	Em razão da desclassificação de algumas empresas por questões documentais e a necessidade de convocar as empresas pela sequência de melhores lances, requisitar alguns documentos complementares para facilitar a análise técnica e dar celeridade às fases subsequentes, passaremos a negociar com os senhores a partir de agora.
Pregoeiro	19/11/2020 09:49:31	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	19/11/2020 09:53:31	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante, por gentileza, necessitamos fazer alguns questionamentos para essa empresa a respeito do G1 e G2.
Pregoeiro	19/11/2020 10:02:09	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante, estamos aguardando a vossa manifestação.
21.263.301/0001-88	19/11/2020 10:03:05	Bom dia!
Pregoeiro	19/11/2020 10:07:27	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Temos alguns questionamentos com relação aos itens que serão adquiridos e convocaremos o anexo para mais informações e envio se possível de catálogo ou folhetos sobre o modelo das micropipetas. Se as mesmas apresentam as especificações contidas no edital.
Pregoeiro	19/11/2020 10:10:21	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Sobre o G2 , da mesma forma, gentileza nos enviar maiores especificações.
Pregoeiro	19/11/2020 10:11:11	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Em especial sobre o ACT.
Sistema	19/11/2020 10:13:02	Senhor fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	19/11/2020 10:14:11	Senhor fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	19/11/2020 10:15:49	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Essa empresa terá o prazo estabelecido no edital para o envio das informações complementares necessárias para a análise técnica da

		proposta.
21.263.301/0001-88	19/11/2020 10:17:09	Entendido Sr pregoeiro, porem poderia me informar qual seria esse prazo?
Pregoeiro	19/11/2020 10:17:57	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Senhor Licitante, bom dia! Em razão do fim do expediente, quando da ultima sessão deste pregão, não conseguimos negociar.
Pregoeiro	19/11/2020 10:18:42	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - O melhor lance para o item foi de R\$3.500,00, consegue baixar?
Pregoeiro	19/11/2020 10:19:33	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Após consulta ao SICAF, constatamos que também consta impedimento indireto de contratação com a união por essa empresa, razão pela qual consultamos se já foi resolvida a pendência e, em caso positivo, se é possível enviar a comprovação.
Pregoeiro	19/11/2020 10:19:59	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Relembando os questionamentos já formulados.
03.574.184/0001-91	19/11/2020 10:21:17	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
03.574.184/0001-91	19/11/2020 10:21:53	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor de R\$ 3.500,00 unitário. Nosso mínimo para o item é R\$ 3.560,00 unitário.
Pregoeiro	19/11/2020 10:24:34	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - E com relação ao impedimento indireto, consegue nos enviar a documentação que comprove que a pendência já foi resolvida?
03.574.184/0001-91	19/11/2020 10:26:06	Conseguimos sim! Qual seria o prazo para anexo?
Pregoeiro	19/11/2020 10:28:46	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - 8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	19/11/2020 10:29:19	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - 8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	19/11/2020 10:29:51	8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	19/11/2020 10:30:52	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - O anexo será convocado.
Sistema	19/11/2020 10:31:16	Senhor fornecedor ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 03.574.184/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	19/11/2020 10:35:45	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Visando facilitar a análise da proposta atualizada que será enviada, solicito ea especial atenção no sentido de informar se o equipamento possui: Calibração automática, com sistema mecânico de proteção à sobrecarga; Tempo de resposta: no máximo 10s; Com certificado de calibração do InMetro e RBC e a repetibilidade: #8804; 0,1mg.
Pregoeiro	19/11/2020 10:39:28	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Visando facilitar a análise da proposta atualizada que será enviada, solicito ea especial atenção no sentido de informar se o equipamento possui: Calibração automática, com sistema mecânico de proteção à sobrecarga; Tempo de resposta: no máximo 10s; Com certificado de calibração do InMetro e RBC e a repetibilidade.
Pregoeiro	19/11/2020 10:41:18	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, bom dia!
67.957.720/0001-10	19/11/2020 10:45:13	Bom dia.
Pregoeiro	19/11/2020 10:49:14	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhora Licitante, estamos necessitando de algumas informações complementares, razão pela qual convocaremos o anexo novamente, para dentro do prazo estabelecido no edital essa empresa ter a especial atenção em nos enviar.
Pregoeiro	19/11/2020 10:50:46	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Solicitamos enviar na proposta atualizada, se o equipamento possui "agitação".
Sistema	19/11/2020 10:51:32	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
67.957.720/0001-10	19/11/2020 10:53:01	Ok. enviarei a proposta com o questionamento.
Pregoeiro	19/11/2020 10:55:57	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
00.584.060/0001-07	19/11/2020 10:58:32	bom dia, sr pregoeiro
Pregoeiro	19/11/2020 11:02:25	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; Dispositivo de segurança áudio visual quando a abertura do vidro frontal exceder a abertura de trabalho; Dimensões externas com base: - Largura entre 1100mm e 1400mm; - Profundidade entre 700mm e 800mm; -Altura com base entre 2
Pregoeiro	19/11/2020 11:03:17	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Gostaríamos de obter maiores informações sobre o item 6, sobre as especificações acima contidas no edital.
00.584.060/0001-07	19/11/2020 11:05:07	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	19/11/2020 11:05:25	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Solicitamos mais informações também que comprovem que o item possui as especificações abaixo.
Pregoeiro	19/11/2020 11:06:28	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Projetada para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Com 2 filtros HEPA classe A3 NBR-6401 EU 4/4-com eficiêncie de no mínimo 99.99 % - DOP para partículas

de 0,3 micrôn; Certificação conforme norma NSF 49; Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com...

Pregoeiro	19/11/2020 11:07:09	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - ... plataforma de trabalho removível; Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; ACT expedido por empresa particular.
Pregoeiro	19/11/2020 11:07:50	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Para isso, convocaremos o anexo para o envio do solicitado.
00.584.060/0001-07	19/11/2020 11:08:23	Sr. Pregoeiro, Em nosso manual todos nestes itens estão em modelos de série, e também como opcionais. Nossa produto será entregue conforme a proposta e conforme solicitado em edital. Por possuir todos estes opcionais, onde o equipamentoa serão entregues conforme solicitado.
Sistema	19/11/2020 11:10:26	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
00.584.060/0001-07	19/11/2020 11:10:51	Sr. Pregoeiro, iremos anexar uma declaração em resposta a sua diligência, com fotos e especificações do nosso manual sanando todas as dúvidas solicitadas. Em modelo de resposta de diligência. Atende ao solicitado.
Pregoeiro	19/11/2020 11:11:50	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Agradecemos, o anexo foi convocado.
Sistema	19/11/2020 11:13:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	19/11/2020 11:14:10	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor(a) Licitante, bom dia!
24.743.500/0001-81	19/11/2020 11:15:11	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	19/11/2020 11:18:22	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Temos algumas duvidas para sanar com relação ao item 7, CAPELA DE EXAUSTÃO, razão pela qual convocaremos o anexo para o envio de informações complementares.
Pregoeiro	19/11/2020 11:19:40	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Iluminação interna com lâmpada tipo UV; Solicitamos enviar ACT expedido por empresa particular.
Sistema	19/11/2020 11:20:37	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	19/11/2020 11:21:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/11/2020 11:23:12	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
05.094.718/0001-08	19/11/2020 11:25:15	Bom dia
05.094.718/0001-08	19/11/2020 11:26:43	Sr. pregoeiro, Sobre o item 8, gostaríamos de retificar o catálogo enviado.
05.094.718/0001-08	19/11/2020 11:27:08	nossso equipamento sofreu alterações e eu gostaria da abertura do anexo novamente para colocar a proposta e catálogo da versão atualizada.
Pregoeiro	19/11/2020 11:27:10	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Necessitando de informações complementares, consultamos sobre o item 8, CENTRÍFUGA DE MICROPLACAS, que deve ter a capacidade de no mínimo duas microplacas na posição horizontal, já que o ACT expedido não contempla o produto ofertado. Consegue comprovar o solicitado nas especificações editalícias? em caso positivo, convocaremos o anexo.
05.094.718/0001-08	19/11/2020 11:29:01	Um momento por gentileza, vamos verificar
05.094.718/0001-08	19/11/2020 11:32:47	na nova versão deste equipamento, ela não é horizontal, é 45 graus e não corre o risco de derramamento. Mas temos um modelo horizontal também.
Pregoeiro	19/11/2020 11:35:02	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Convocaremos o anexo para o envio da proposta com os dados solicitados que comprovem que o produto atende o edital..
Sistema	19/11/2020 11:35:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	19/11/2020 11:36:56	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
05.094.718/0001-08	19/11/2020 11:36:59	Qual prazo para envio do catálogo?
Pregoeiro	19/11/2020 11:38:41	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Item 8.5 do Edital. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	19/11/2020 11:39:35	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Por favor reenviar a proposta com as informações complementares.
Pregoeiro	19/11/2020 11:40:16	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor Licitante, bom dia!
Sistema	19/11/2020 11:40:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 03.574.184/0001-91, enviou o anexo para o ítem 3.
25.371.614/0001-00	19/11/2020 11:42:46	Bom dia!
Pregoeiro	19/11/2020 11:44:44	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor Licitante, com relação ao item 9, gostaríamos de algumas informações complementares que permitam submeter o item à uma análise mais acurada.
Pregoeiro	19/11/2020 11:45:50	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Centrifuga de microtubos - Com rotor de ângulo fixo metálico, com tampa anti-aerosol; Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração; Tampa com abertura automática; Reconhecimento automático de rotores; ACT expedido por empresa particular.
25.371.614/0001-00	19/11/2020 11:46:02	Ok.
Pregoeiro	19/11/2020	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Consegue nos enviar o catálogo

	11:46:50	ou alguma outra comprovação de que o item supre as especificações contidas no edital?
25.371.614/0001-00	19/11/2020 11:48:43	só um momento
25.371.614/0001-00	19/11/2020 11:55:57	Reconhecimento automático de rotores, a nossa Centrifuga só vai reconhecer o rotor de ângulo fixo metálico para tubos 1,5-2,0 ML
Pregoeiro	19/11/2020 11:56:46	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor(a) Licitante, por gentileza, podemos convocar o anexo?
25.371.614/0001-00	19/11/2020 11:57:07	sim
Pregoeiro	19/11/2020 11:58:15	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Então não consegue atender as especificações do edital?
Pregoeiro	19/11/2020 12:01:14	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - De qualquer forma, convocaremos o anexo novamente, oportunizando que essa empresa nos envie a comprovação que necessitamos.
Pregoeiro	19/11/2020 12:01:22	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ,
Sistema	19/11/2020 12:02:48	Senhor fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
25.371.614/0001-00	19/11/2020 12:07:04	Vamos enviar o Manual, só não atende se o solicitante for usar outros rotores.
25.371.614/0001-00	19/11/2020 12:07:45	mas como está sendo solicitado só um tipo de rotor de ângulo fixo metálico para tubos 1,5-2,0 ML atende
Pregoeiro	19/11/2020 12:20:21	Em razão do intervalo do almoço, retornaremos às 14hs. Obrigado.
Sistema	19/11/2020 12:39:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	19/11/2020 13:14:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	19/11/2020 13:42:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	19/11/2020 14:00:28	Senhores Licitantes, boa tarde! Dando continuidade ao nosso certame, continuaremos as nossas negociações, com o intuito de adquirir produtos que atendam as necessidades deste MJSP
Pregoeiro	19/11/2020 14:04:44	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor Licitante, consultamos essa empresa se o item ofertado (1), possui indicador de placa quente e se tem um catálogo pra nos enviar que possa facilitar a análise técnica.
Pregoeiro	19/11/2020 14:05:33	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor Licitante, consultamos essa empresa se o item ofertado por essa empresa (1), possui indicador de placa quente e se tem um catálogo para nos enviar que possa facilitar a análise técnica.
05.869.012/0001-70	19/11/2020 14:05:54	Boa tarde! Um instante por favor.
05.869.012/0001-70	19/11/2020 14:12:07	Sim, nosso equipamento possui indicador de placa quente. Com relação ao catálogo, enviamos os catálogos no cadastro de nosso proposta antes do inicio do pregão. Devemos enviar novamente?
Pregoeiro	19/11/2020 14:15:42	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sim, por favor. Convocaremos o anexo para o reenvio da proposta que conste que o equipamento possui o especificado coma devida comprovação.
05.869.012/0001-70	19/11/2020 14:16:07	Ok, vamos providenciar o envio.
Pregoeiro	19/11/2020 14:16:22	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Senhor(a) Licitante, boa tarde!
35.764.167/0001-03	19/11/2020 14:17:03	Boa tarde
Pregoeiro	19/11/2020 14:19:03	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Solicitamos documentação complementar para o item 2 que comprove que a AUTOCLAVE, ofertada por essa empresa possui: Porta com guarnição de vedação resistente a altas temperaturas e proteção do operador contra calor; Sistema de segurança de abertura da câmara dependente de temperatura e pressão.
35.764.167/0001-03	19/11/2020 14:20:15	Vamos passar o questionamento ao fabricante. Peço que abra o anexo que assim que responderem ao questionamento anexamos no Comprasnet, pode ser?
Pregoeiro	19/11/2020 14:22:44	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok, essa empresa terá o tempo estabelecido no item 8.5 do Edital para o envio. Agradecemos a participação.
Pregoeiro	19/11/2020 14:23:05	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Convocaremos o anexo.
Sistema	19/11/2020 14:24:23	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	19/11/2020 14:27:52	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhor (a) Licitante, boa tarde!
Sistema	19/11/2020 14:30:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o ítem 7.
37.663.213/0001-03	19/11/2020 14:30:31	Boa tarde,
Pregoeiro	19/11/2020 14:31:30	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Diante de algumas dúvidas e pretendendo aferir se o produto realmente atende as especificações editalícias, temos alguns questionamentos que demandam do envio de comprovação através de documentação complementar.
Pregoeiro	19/11/2020 14:32:16	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - item 10 - Uso em biologia molecular para a reconcentração de amostras de DNA, RNA e proteínas e para a remoção de resíduos de álcool em amostras de ácidos nucleicos.

Pregoeiro	19/11/2020 14:34:11	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - A outra dúvida é se o concentrador a vácuo possui Bomba de vácuo integrada; Rotor de ângulo fixo com pelo menos 30 tubos de 1,5/2,0 mL; Com possibilidade de aceitar diferentes tipos de rotores; Bomba oil free; Com no mínimo dois modos de funcionamento selecionáveis (hídrico e alcoólico); já que a ACT não contempla o item ofertado ou similar.
37.663.213/0001-03	19/11/2020 14:34:14	Estamos à disposição.
Pregoeiro	19/11/2020 14:35:10	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Para isso solicitamos o envio da devida comprovação, através do anexo que iremos convocar.
Sistema	19/11/2020 14:36:30	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	19/11/2020 14:38:04	para todas as convocações, deverá prevalecer o estabelecido no item 8.5 do Edital. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Sistema	19/11/2020 14:40:40	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/11/2020 14:41:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/11/2020 14:46:36	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema	19/11/2020 14:47:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	19/11/2020 14:48:07	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Pela proposta enviada, não ficou comprovado que o Sistema de proteção ao usuário com dispositivo de segurança que desliga a iluminação UV quando aberta a porta frontal; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Não foi encontrado ACT na proposta encaminhada.
Pregoeiro	19/11/2020 14:49:21	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Assim, solicitamos o envio de documentação complementar que subsidiará a equipe técnica na análise do item que pretendemos adquirir.
34.999.660/0001-40	19/11/2020 14:50:35	Boa tarde, nossos equipamentos desta linha são bivolt, funcionam tanto em 110v quanto em 220v. Também é padrão nos equipamentos que possuem lampada germicida ultravioleta que a mesma somente é acionado com o vidro totalmente fechado, com alerta sonoro em caso de não estiver totalmente fechado
Pregoeiro	19/11/2020 14:53:07	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Convocaremos o anexo para que seja enviada a devida comprovação se o equipamento supre o previsto no instrumento convocatório.
Sistema	19/11/2020 14:54:20	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	19/11/2020 14:56:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	19/11/2020 15:01:12	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, boa tarde! Com a desclassificação das empresas detentoras do primeiro e segundo melhores lances para o item 24 consultamos sobre a possibilidade de negociarmos para o referido item.
Pregoeiro	19/11/2020 15:04:47	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, boa tarde! Com a desclassificação das empresas detentoras do primeiro e segundo melhores lances para o item 24 consultamos sobre a possibilidade de negociarmos o valor para o referido item.
29.054.890/0001-04	19/11/2020 15:06:30	Boa Tarde
29.054.890/0001-04	19/11/2020 15:06:55	ja estamos com nosso melhor valor para o item
Pregoeiro	19/11/2020 15:08:15	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Então, senhor Licitante, estamos propondo a redução do valor do lance para o lance melhor colocado, vamos fechar?
Pregoeiro	19/11/2020 15:08:57	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Desculpem a rapidez ao digitar, fiz com que eu errasse a formulação da pergunta.
Pregoeiro	19/11/2020 15:10:21	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ou seja o valor de R\$ 2.200,00.
Pregoeiro	19/11/2020 15:13:55	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Vamos fechar a negociação em R\$2.200,00?
29.054.890/0001-04	19/11/2020 15:15:36	não consigo, ja estou com meu melhor valor!
Pregoeiro	19/11/2020 15:18:37	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Certo, e já para adiantar, gostaríamos que nos enviasse a proposta ajustada com a informação se há voltagem 110V disponível.
Pregoeiro	19/11/2020 15:18:54	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Convocaremos o anexo.
Sistema	19/11/2020 15:19:45	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Pregoeiro	19/11/2020 15:23:33	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor Licitante, para o item 25, necessitaremos também da comprovação: Dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro totalmente fechado; Dimensões externas com base: Largura entre 800mm e 1300mm; Profundidade entre 600mm e 800mm; Altura máxima com base: 2300mm; ACT não encontrado na proposta encaminhada.
34.999.660/0001-40	19/11/2020 15:26:11	Sr. Pregoeiro, anexamos junto com o item 23, mas faremos individualmente, nosso equipamento atende estes requisitos, apenas no catálogo está a altura do equipamento separado da altura da base, que quando somados tem a altura total de 2200 mm

Pregoeiro	19/11/2020 15:28:49	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Ok, como a proposta é individualizada por item, convocaremos o anexo para o envio do solicitado. Somos-lhe grato.
Sistema	19/11/2020 15:29:18	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	19/11/2020 15:30:53	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Será de bom alvitre que na proposta contenha essa informação.
Sistema	19/11/2020 15:30:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	19/11/2020 15:31:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	19/11/2020 15:31:48	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	19/11/2020 15:32:48	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - solicitamos informações complementares sobre: Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm;
Pregoeiro	19/11/2020 15:33:33	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Para o item 26.
81.618.753/0001-67	19/11/2020 15:37:54	Boa Tarde, só um instante por favor.
Sistema	19/11/2020 15:41:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 2.
81.618.753/0001-67	19/11/2020 15:48:12	Não entendi a sua solicitação, você quer que eu confirme o tamanho do produto?
Pregoeiro	19/11/2020 15:51:22	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Vamos lá. O edital pede que na proposta deve informar as Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm;
Pregoeiro	19/11/2020 15:52:16	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Consegue nos enviar um catálogo que contenhas essas especificações?
Pregoeiro	19/11/2020 15:56:55	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor Licitante, aguardamos a vossa manifestação.
81.618.753/0001-67	19/11/2020 15:58:39	sim, posso enviar. Por e-mail?
Pregoeiro	19/11/2020 15:59:52	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Vou convocar o anexo para o reenvio da proposta para o item com as especificações.
Sistema	19/11/2020 16:00:55	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	19/11/2020 16:05:47	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde! No envio da proposta dessa empresa, não ficou comprovado o questionamento que faremos a seguir pra que seja suprido.
Pregoeiro	19/11/2020 16:06:21	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Faixa de ajuste de temperatura com intervalo mínimo de -50°C a -86°C; Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm. Porta de acesso vertical em aço; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Não foi encontrado manual de instruções para comprovar as inf
Pregoeiro	19/11/2020 16:06:56	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ... para comprovar as informações.
18.255.981/0001-83	19/11/2020 16:09:09	Boa tarde, Sr. Pregoeiro um momento por gentileza.
Pregoeiro	19/11/2020 16:09:27	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Para isso, convocaremos o anexo para que essa empresa nos envie dentro do prazo estabelecido no item 8.5 do edital a comprovação sobre o questionamento formulado.
Pregoeiro	19/11/2020 16:16:45	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Estamos aguardando senhor Licitante, podemos convocar o anexo?
Sistema	19/11/2020 16:17:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o ítem 26.
18.255.981/0001-83	19/11/2020 16:20:38	Sr. (a) Pregoeiro, Boa Tarde! Responderemos todas as dúvidas, via anexo, por gentileza convocar. Att.
Pregoeiro	19/11/2020 16:21:03	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Obrigado.
Sistema	19/11/2020 16:21:54	Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	19/11/2020 16:24:12	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Senhor Licitante, necessitamos que nos envie a comprovação da Potência do feixe de luz de no mínimo 1W de potência útil.
Pregoeiro	19/11/2020 16:24:29	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - item 29
06.759.858/0001-10	19/11/2020 16:27:40	só um instante Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	19/11/2020 16:31:47	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Obrigado.
Pregoeiro	19/11/2020 16:40:19	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Senhor(a) Licitante, podemos convocar o anexo para que essa empresa nos envie as informações complementares?
06.759.858/0001-10	19/11/2020 16:41:32	Sr. Pregoeiro, o equipamento Mini-Crimescope ADV possui potencia nominal de 400 wats de saída conforme catálogo anexado a proposta, estamos solicitando ao nosso fornecedor o envio do certificado do fabricante Spex/Horiba para anexar ao sistema.
06.759.858/0001-10	19/11/2020 16:44:02	solicitamos um prazo para o envio do anexo, pois estamos pedindo o certificado do fornecedor nos EUA

Pregoeiro	19/11/2020 16:45:22	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Informamos que o produto deve atender as especificações contidas no edital, caso não atenda, por favor nos informe para que possamos convocar o licitante seguindo melhor classificado.
Pregoeiro	19/11/2020 16:45:31	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ITEM 29 -Luz forense: equipamento de luz forense multiespectral . Para uso específico de detecção de vestígios biológicos (manchas de sangue, urina, sêmen, fluidos corporais, impressões latentes, pelos, etc) em diversos tipos de suporte, incluindo tecidos claros e escuros; Comprimento de onda abrangendo a faixa de pelo menos 330 a 700 nm; Deve possuir
Pregoeiro	19/11/2020 16:48:51	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Para uso específico de detecção de vestígios biológicos (manchas de sangue, urina, sêmen, fluidos corporais, impressões latentes, pelos, etc) em diversos tipos de suporte, incluindo tecidos claros e escuros; Comprimento de onda abrangendo a faixa de pelo menos 330 a 700 nm; Deve possuir um suporte que permita utilizar o equipamento sem o uso das mãos; ...
Pregoeiro	19/11/2020 16:49:23	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ... Potência do feixe de luz de no mínimo 1W de potência útil; Inclusos filtros específicos que permitem a detecção dos vestígios supracitados; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Manual de Instruções.
Pregoeiro	19/11/2020 16:50:25	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Essas são as especificações contidas no Edital. Assim, convocaremos o anexo para o envio das informações necessárias.
06.759.858/0001-10	19/11/2020 16:50:53	Estamos cientes das especificações do edital, e que nosso produto é superior ao solicitado.
Pregoeiro	19/11/2020 16:52:00	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Positivo, então o anexo será convocado para o envio da devida comprovação.
Sistema	19/11/2020 16:53:00	Senhor fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	19/11/2020 16:56:57	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde! Com a desclassificação das empresas classificadas em primeiro e segundo lugar, consultamos sobre a possibilidade de redução do valor do lance para o item 30.
Pregoeiro	19/11/2020 16:57:54	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - O valor da oferta para o melhor lance foi de R\$1.000,00, consegue chegar a esse valor?  Infelizmente não conseguimos reduzir o valor para o item 30.
05.094.718/0001-08	19/11/2020 17:07:56	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Mas a diferença tão grande assim, não consegue reduzir em nada?
Pregoeiro	19/11/2020 17:10:13	Infelizmente não conseguimos
05.094.718/0001-08	19/11/2020 17:13:20	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Por gentileza, senhor(a) Licitante, aguardamos a resposta sobre o questionamento formulado.
Pregoeiro	19/11/2020 17:13:28	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - ok
Pregoeiro	19/11/2020 17:13:53	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Convocaremos o anexo, para o envio da proposta atualizada ao tempo em que solicitamos o envio da ACT correspondente ao item ou similar.
Sistema	19/11/2020 17:16:14	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
05.094.718/0001-08	19/11/2020 17:17:52	ok vamos enviar.
Pregoeiro	19/11/2020 17:18:32	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, boa tarde! Com relação ao item 31, solicitamos comprovação sobre as especificações do equipamento em questão.
Pregoeiro	19/11/2020 17:19:05	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - ITEM 31 -Moedor de Ossos: equipamento do tipo moinho de bolas para laboratório para moagem/trituração de tecidos humanos, por exemplo, ossos e dentes, tecidos animais e vegetais, com a finalidade de recuperação de material para exames de DNA.
Pregoeiro	19/11/2020 17:19:42	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Consegue nos enviar um catálogo ou manual que contenha as especificações estabelecidas pelo edital?
Sistema	19/11/2020 17:27:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	19/11/2020 17:35:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 30.
Pregoeiro	19/11/2020 17:37:27	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, diante de algumas duvidas sobre o item 34, solicitamos o envio de documentação complementar sobre o seguinte questo.
Pregoeiro	19/11/2020 17:37:56	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - 24.1. Com armazenamento digital de dados; 24.2. Compensação automática de temperatura; 24.9. Interface de dados; 24.11. Deve acompanhar certificado de calibração RBC; ACT expedido por empresa particular.
Pregoeiro	19/11/2020 17:39:59	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Já para o item 39, solicito que envie comprovação que o produto ofertado atenda a seguinte especificação: Velocidade máxima de no mínimo 3.000 rpm.
Pregoeiro	19/11/2020 17:40:32	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Convocaremos o anexo para o envio da documentação complementar.
Sistema	19/11/2020 17:44:00	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	19/11/2020 17:44:32	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
29.054.890/0001-04	19/11/2020 17:44:32	Boa tarde, senhor pregoeiro qual o prazo para envio?? Por esta muito proximo do final do expediente pedimos para enviar a documentação solicitada até amanhã as 12 horas.
Sistema	19/11/2020	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio

	17:45:03	do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	19/11/2020 17:46:24	Não se preocupem prazo será contado considerando o período do expediente.
Pregoeiro	19/11/2020 17:47:09	Interromperemos o certame por hoje e retornaremos amanhã para finalizarmos essa etapa.
Pregoeiro	19/11/2020 17:48:10	Desejamos a todos uma boa noite e recomeçaremos nossos trabalhos amanhã, 20/11/2020, as 9.30h
Pregoeiro	19/11/2020 17:48:21	Aguardo vocês.
Sistema	19/11/2020 18:02:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	20/11/2020 08:13:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	20/11/2020 09:30:21	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	20/11/2020 09:31:42	Dando continuidade ao certame, mais uma vez, agradecemos os participantes ao tempo em que solicitamos que não deixem de acompanhar todas as fases deste certame.
Pregoeiro	20/11/2020 09:34:03	Hoje sexta-feira, 20/11, data em que celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra.
Pregoeiro	20/11/2020 09:37:57	Tentaremos finalizar as negociações agora cedo.
Pregoeiro	20/11/2020 09:42:47	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Senhor(a) Licitante, bom dia! Temos duvidas com relação a proposta apresentada por essa empresa que necessitamos que sejam sanadas e, para facilitar a análise, requeremos documentos complementares que comprovem que o item atende as especificações do edital.
Pregoeiro	20/11/2020 09:45:37	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Com relação ao NOBREAK item 32: Potencia mínima ativa: 2000 watts; (Va=W/fator de correção); Regulação estática <5%; Fator de Potência mínimo: > 0,7.
Pregoeiro	20/11/2020 09:46:01	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Configuração: Monofásica (F+ N + T) ou Bifásica (F+ F+ T); Tipo de carga: Carga Indutiva; Sub e sobre tensão de entrada e saída; Sub e sobre tensão DC e bateria; Trafo Isolador; Sobre Temperatura.
06.032.137/0001-04	20/11/2020 09:47:05	VIGUI'ST - Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	20/11/2020 09:49:26	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, consegue enviar um catálogo, folder ou outro documento que comprove as especificações do produto ofertado?
06.032.137/0001-04	20/11/2020 09:52:17	VIGUI'ST - Vou enviar o catalogo e manual desse equipamento. Por gentileza abre o anexo para enviar.
Pregoeiro	20/11/2020 09:55:09	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - Então essa empresa confirma que o objeto atende as especificações?
Sistema	20/11/2020 09:55:44	Senhor fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	20/11/2020 10:02:39	Para VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - De qualquer forma foi enviado o anexo para o atendimento da demanda.
Pregoeiro	20/11/2020 10:05:59	Para MERCK S/A - Senhor Licitante, bom dia! Solicito que atualize a proposta, incluindo a inclusão do treinamento para o uso do equipamento.
Pregoeiro	20/11/2020 10:06:24	Para MERCK S/A - Item 35.
Sistema	20/11/2020 10:08:02	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Pregoeiro	20/11/2020 10:09:56	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor (a) Licitante bom dia!
Pregoeiro	20/11/2020 10:12:42	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Solicito a especial atenção de anexar à proposta, o manual, catálogo ou outro documento que comprove as especificações editalícias.
Pregoeiro	20/11/2020 10:14:08	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Isso para o item 36 - Refrigerador Científico.
33.554.685/0001-77	20/11/2020 10:16:18	Bom dia, iremos providenciar
Pregoeiro	20/11/2020 10:18:13	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Ok, o anexo será convocado.
Sistema	20/11/2020 10:19:16	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	20/11/2020 10:20:47	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	20/11/2020 10:22:35	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Necessitamos o envio do ACT que corresponda ao item ou similar.
29.332.265/0001-79	20/11/2020 10:28:15	Sr. Pregoeiro, Os senhores necessitam de um atestado de seladora mesmo ? Correto ? Pois também possuímos
29.332.265/0001-79	20/11/2020 10:29:34	Já vamos providenciar
Pregoeiro	20/11/2020 10:30:48	Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Senhor Licitante, a proposta deve conter as especificações do Edital, assim convocaremos o anexo para que essa empresa anexe o ACT correspondente ao item.
Sistema	20/11/2020 10:31:06	Senhor fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Pregoeiro	20/11/2020	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor Licitante, bom dia!

		10:31:37	
Pregoeiro	20/11/2020	10:32:42	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Solicitamos a comprovação sobre o item 38 - TERMOCICLADOR:
Pregoeiro	20/11/2020	10:33:24	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Termociclador com seis zonas independentes de temperaturas; Variabilidade de no máximo 0,3°C por intervalo de 35 a 99°C; Sistema de proteção dos métodos em caso de queda de energia; Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology). ACT não corresponde ao item, ou similar.
Sistema	20/11/2020	10:33:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, enviou o anexo para o ítem 36.
Pregoeiro	20/11/2020	10:38:44	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor Licitante, consultamos sobre o nosso questionamento.
03.188.198/0005-09	20/11/2020	10:39:32	Bom dia. Um instante.
Pregoeiro	20/11/2020	10:51:59	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor (a) Licitante, estamos aguardando a resposta.
Sistema	20/11/2020	10:52:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.032.137/0001-04, enviou o anexo para o ítem 32.
03.188.198/0005-09	20/11/2020	10:52:12	<a href="https://www.bio-rad.com/en-us/product/t100-thermal-cycler?ID=LGTWGIE8Z">https://www.bio-rad.com/en-us/product/t100-thermal-cycler?ID=LGTWGIE8Z</a>
Pregoeiro	20/11/2020	10:54:27	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor, as informações que necessitamos deverão ser enviadas via anexo que convocaremos se nos informar que o seu produto atende as especificações e supre a nossa diligência.
03.188.198/0005-09	20/11/2020	10:55:24	Em resposta informamos nossa especificação: Termociclador com até oito zonas independentes de temperaturas; Variabilidade de +- 0,5°C por intervalo de 35 a 99°C; Sistema de proteção dos métodos em caso de queda de energia; Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology).
Pregoeiro	20/11/2020	10:57:15	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Correto, convocaremos o anexo para que a proposta conte com essas informações, inclusive com o envio do CAT, para o produto.
Pregoeiro	20/11/2020	10:57:35	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Termociclador com seis zonas independentes de temperaturas; Variabilidade de no máximo 0,3°C por intervalo de 35 a 99°C; Sistema de proteção dos métodos em caso de queda de energia; Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology). ACT não corresponde ao item, ou similar.
Sistema	20/11/2020	10:58:49	Senhor fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	20/11/2020	10:59:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	20/11/2020	11:00:10	Lembramos a todos que essas dúvidas devem ser sanadas, garantindo assim uma aquisição que atenda as especificações contidas no edital e seus anexos.
Sistema	20/11/2020	11:09:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	20/11/2020	11:30:31	Senhor fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	20/11/2020	11:32:18	Para TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - Senhor Licitante, o anexo foi convocado novamente, para o envio das informações enviadas por email e que obrigatoriamente devem ser anexadas aqui no sistema comprasnet.
Sistema	20/11/2020	11:42:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	20/11/2020	11:45:49	Falta o envio do anexo para alguns itens convocados o que aguardaremos no prazo regulamentar. A maioria das propostas já com os questionamentos respondidos serão submetidas à análise técnica. Retornaremos as 14hs para informar a data que este certame será retomado. Bom almoço.
Sistema	20/11/2020	11:53:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	20/11/2020	11:53:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	20/11/2020	11:58:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CNPJ/CPF: 06.759.858/0001-10, enviou o anexo para o ítem 29.
Pregoeiro	20/11/2020	14:01:30	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	20/11/2020	14:10:19	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - Senhor (a) Licitante, boa tarde! Constatamos que a pendência no SICAF continua com relação ao impedimento indireto de contratação. Recebemos a justificativa mas como Pregoeiro não temos o condão de sobrepor uma decisão que consta nos órgãos de fiscalização do governo. O que recomenda-se nesses casos é que essa empresa procure o órgão que realizou a punição..
Pregoeiro	20/11/2020	14:19:05	Para ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS L - e apresente recurso fazendo juntada da documentação que a exime da penalidade.
Pregoeiro	20/11/2020	14:25:39	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhora Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	20/11/2020	14:28:21	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Tendo a proposta para o item 3, recusada e sendo essa empresa a imediatamente melhor classificada, porém com o valor bem acima do valor máximo estabelecido para a contratação, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos.
Pregoeiro	20/11/2020	14:32:46	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhora Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	20/11/2020	14:35:04	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Estamos aguardando a manifestação dessa empresa.
Pregoeiro	20/11/2020		Para IRENE SARABIA LUQUETTI - solicitamos aos participantes para que não deixem de

	14:36:18	acompanhar o certame pois a qualquer momento podem ser convocados para atender diligências deste pregoeiro.
Pregoeiro	20/11/2020 15:01:45	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhor (a) Licitante, boa tarde!
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:04:01	Boa tarde!
Pregoeiro	20/11/2020 15:11:44	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - A proposta apresentada para o item 3, não atendia as especificações técnicas razão pela qual foi recudada. Consultamos se existe a possibilidade de negociarmos um valor menor para o item.
Pregoeiro	20/11/2020 15:12:15	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Digo, recusada.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:12:28	Sr. Pregoeiro, um minuto que vou consultar o setor responsável.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:13:16	Seria o item 4 correto?
Pregoeiro	20/11/2020 15:13:48	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Correto, solicito minas escusas.
Pregoeiro	20/11/2020 15:14:20	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Correto, solicito minhas escusas.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:18:44	Sr. Pregoeiro, infelizmente, para o item 04, não conseguimos melhorar o valor em questão; contudo, notamos que o item 31, a licitante primeira colocada também está em desacordo com o exigido no edital; nesse referido item, certamente conseguiremos oferecer um desconto mais significativo.
Pregoeiro	20/11/2020 15:24:34	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Para o item 31 onde a licitante solicitou a desclassificação, qual seria o valor do desconto oferecido pária essa empresa?
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:25:33	Podemos chegar em R\$65.000,00
Pregoeiro	20/11/2020 15:26:57	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Agradecemos e o anexo será convocado para o envio da proposta atualizada para o item 4 e 31.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:27:52	Estamos à vossa disposição.
Pregoeiro	20/11/2020 15:28:14	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Aproveitamos também para solicitar a comprovação se o equipamento da proposta é o equipamento da foto apresentada (o da foto não atende pois não é com agitação). ACT foi expedido por empresa particular. item 4.
Pregoeiro	20/11/2020 15:29:05	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - E o envio do manual para o item 31.
Pregoeiro	20/11/2020 15:29:17	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Correto?
Sistema	20/11/2020 15:29:49	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	20/11/2020 15:30:04	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:30:06	Sim. O catálogo com a descrição técnica do equipamento.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:32:07	Sobre o item 04, o equipamento é um banho seco com agitação; a foto faz referência ao item com agitação.
Pregoeiro	20/11/2020 15:32:23	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - O anexo foi convocado.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:33:21	O bloco com os casulos para os tubos é fixado sobre uma base aquecida à temperatura exigida no edital; essa base tem um sistema excêntrico para a agitação orbital dos tubos.
Pregoeiro	20/11/2020 15:34:17	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - o nosso questionamento é se o produto oferecido por essa empresa, atende as especificações técnicas contidas no edital.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:34:59	De acordo com o fabricante, por uma questão de centro de gravidade, o bloco precisa estar dentro do gabinete do equipamento (o mais próximo da bancada) de forma que a agitação não cause vibração no equipamento.
37.663.213/0001-03	20/11/2020 15:36:04	Sobre o esclarecimento solicitado, todos os três itens que ofertamos (04 - 10 e 31) atendem o que está sengo exigido.
Pregoeiro	20/11/2020 15:36:40	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Entendo, por gentileza nos envie a proposta com as especificações, manual ou catálogo, que submeteremos a análise técnica.
Pregoeiro	20/11/2020 15:37:34	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhora Licitante, boa tarde!
67.957.720/0001-10	20/11/2020 15:38:06	Boa tarde.
Sistema	20/11/2020 15:39:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	20/11/2020 15:40:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	20/11/2020 15:44:29	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Considerando que o item 4 não atendeu as especificações do edital sendo a proposta recusada, o item 31 teve a proposta desclassificada por solicitação dessa empresa.
Pregoeiro	20/11/2020 15:45:16	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Porém no item 3, essa empresa foi a detentora do melhor lance formulado imediatamente após a proposta melhor classificada, ter sido recusada em razão de problema documental da empresa licitante. Consultamos.
Pregoeiro	20/11/2020 15:46:03	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Teria condições de ofertar um lance que esteja abaixo do valor máximo ofertado para a contatação?

Pregoeiro	20/11/2020 15:47:36	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Valor Máximo Aceitável: item 3 - R\$ 5.143,1200
67.957.720/0001-10	20/11/2020 15:47:57	Consegui chegar no valor estimado de R\$ 5.143,00 cada unidade.
Pregoeiro	20/11/2020 15:48:16	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Proposta dessa empresa - R\$ 6.500,00.
67.957.720/0001-10	20/11/2020 15:49:29	Consegui chegar no valor estimado de R\$ 5.143,00 cada unidade.
Pregoeiro	20/11/2020 15:49:53	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Proposta da detentora do melhor lance para o item; R\$3.565,00.
Pregoeiro	20/11/2020 15:51:59	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Consegue chegar a esse valor?
67.957.720/0001-10	20/11/2020 15:53:03	Não consigo chegar no valor do primeiro e do segundo colocado , o máximo que consigo é R\$5.140,00.
Pregoeiro	20/11/2020 15:57:25	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Aproveito o ensejo, para solicitar a comprovação da Calibração automática, com sistema mecânico de proteção à sobrecarga.
Pregoeiro	20/11/2020 15:58:33	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Na proposta já deve conter a informação de que o equipamento contém essa especificação.
67.957.720/0001-10	20/11/2020 15:59:13	Ok. confirmarei.
Pregoeiro	20/11/2020 15:59:19	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Entendido senhora Licitante, podemos convocar o anexo?
Pregoeiro	20/11/2020 16:00:47	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Ok, o anexo será convocado.
Sistema	20/11/2020 16:02:52	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	20/11/2020 16:22:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	20/11/2020 16:38:43	Senhores Licitantes, As propostas serão devidamente analisadas após o envio das respostas das duvidas levantadas por este Pregoeiro e Equipe. Retomaremos o certame, quarta feira, 23/11/2020 às 10hs.
Pregoeiro	20/11/2020 16:39:13	Desejo a todos um excelente fim de semana, abençoado pelo nosso bom Deus.
Pregoeiro	20/11/2020 17:14:07	Corrigindo a data, quarta feira- 25/11/2020 as 10hs.
Pregoeiro	25/11/2020 10:00:13	Senhores Licitantes Bom Dia!
Pregoeiro	25/11/2020 10:03:16	Cumprimentando a todos ao tempo em que em nome do MJSP, agradeço a participação de todos, empreendedores parceiros, que trabalham diuturnamente para alavancar a economia de nosso país.
Pregoeiro	25/11/2020 10:08:14	Buscando adquirir equipamentos que realmente atendam as nossas necessidades e diante da dificuldade, do dispêndio e os dissabores de ter que cancelar uma compra, de punir um licitante e não conseguir chegar ao objetivo fim, que é de adquirir um produto de qualidade, com o preço compatível com o mercado e que possa ser utilizado em benefício da sociedade...
Pregoeiro	25/11/2020 10:10:08	... Estamos nos cercando de alguns cuidados, com a realização de questionamentos , requisitando informações complementares, que possam assegurar que atingiremos o nosso objetivo.
Pregoeiro	25/11/2020 10:13:04	Algumas informações ainda são necessárias para certificarmos se alguns itens são compatíveis com o preconizado no Edital e seus anexos, o que continuaremos a fazer agora.
Pregoeiro	25/11/2020 10:13:59	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Senhor (a) Licitante, bom dia!
35.764.167/0001-03	25/11/2020 10:20:43	Bom dia
Pregoeiro	25/11/2020 10:21:28	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Essa empresa nos enviou um catálogo e algumas informações para o item 2, AUTOCLAVE, que deixam claro a respeito da pressão, mas suscita dúvidas quanto ao sistema de segurança de abertura da câmara dependente de temperatura. Por obséquio, consegue nos comprovar?
Pregoeiro	25/11/2020 10:29:01	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Senhor Licitante, estamos aguardando a vossa manifestação.
35.764.167/0001-03	25/11/2020 10:32:00	Desculpe a demora. Caiu aqui.
35.764.167/0001-03	25/11/2020 10:32:41	Nos envie o questionamento por favor que passamos novamente à engenharia da fábrica.
35.764.167/0001-03	25/11/2020 10:32:53	Assim que responderem anexamos ao Comprasnet.
35.764.167/0001-03	25/11/2020 10:33:23	Os últimos questionamentos foram todos respondidos e comprovados através de documento enviado pela fábrica. Qual no novo questionamento?
Pregoeiro	25/11/2020 10:38:33	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Senhor Licitante, Para que possamos dar celeridade ao pregão, convocaremos o anexo para que essa empresa nos envie a pergunta formulada, essa nova diligência se dá justamente por que a resposta anterior ainda não contempla as duvidas levantadas anteriormente. Não existe novo questionamento, mas sim um complemento ao anterior que não foi respondido a contento
Pregoeiro	25/11/2020 10:41:27	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Necessitamos de comprovação sobre o Sistema de segurança de abertura da câmara dependente de temperatura, pois não ficou claro a enviada anteriormente.
Pregoeiro	25/11/2020 10:41:51	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - O anexo será convocado.

Sistema	25/11/2020 10:42:59	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	25/11/2020 10:43:12	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
35.764.167/0001-03	25/11/2020 10:47:23	Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos providenciando a documentação.
Pregoeiro	25/11/2020 10:47:52	O sistema COMPRASNET tem apresentado inconsistências nos dois últimos dias, o que vem dificultando as negociações.
Pregoeiro	25/11/2020 10:48:47	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	25/11/2020 10:55:38	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Na diligencia anterior, para o item 3, BALANÇA ANALÍTICA, não ficou transparente a informação sobre "Calibração automática, com sistema mecânico de proteção à sobrecarga", razão pela qual solicitamos um manual, ou outro documento que possa comprovar que o equipamento em questão possui essa função.
Pregoeiro	25/11/2020 10:59:12	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor (a) Licitante, estamos aguardando o vosso posicionamento.
Pregoeiro	25/11/2020 11:07:13	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Solicitamos aos participantes que por gentileza, se atentem aos questionamentos deste Pregoeiro e não percam a oportunidade de ser um fornecedor deste MJSP. No caso dos equipamentos ora licitados, são equipamentos que serão importantíssimos para atender as instituições de segurança de nosso país.
Sistema	25/11/2020 11:16:16	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
67.957.720/0001-10	25/11/2020 11:17:51	Bom dia.
Pregoeiro	25/11/2020 11:18:04	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhor(a) Licitante, bom dia!
37.663.213/0001-03	25/11/2020 11:19:28	Bom dia.
Pregoeiro	25/11/2020 11:20:20	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Em razão da demora dessa empresa em responder ao nosso questionamento, convocamos o anexo para que possa ser suprida a diligência.
Pregoeiro	25/11/2020 11:23:31	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhor(a) Licitante, para o item 4, diligenciamos se o equipamento da proposta é o mesmo da foto apresentada (o da foto não atende pois não é com agitação). Assim, solicitamos o manual para comprovação das informações constantes na proposta.
Pregoeiro	25/11/2020 11:23:53	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Convocaremos o anexo para o envio, ok?
37.663.213/0001-03	25/11/2020 11:25:08	Sobre a foto do equipamento, temos vários modelos com agitação.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 11:25:23	Esse, da foto, é um deles.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 11:25:57	Podemos enviar outras imagens de banhos secos com agitação. Estaremos providenciando.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 11:26:55	Contudo, afirmamos que o equipamento da foto, é com agitação (aquecimento e agitação) conforme a descrição técnica descrita na proposta.
Pregoeiro	25/11/2020 11:27:21	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Por favor, pode nos enviar o manual para que possamos submetê-lo a análise?
37.663.213/0001-03	25/11/2020 11:27:42	Aguardamos a habilitação do anexo para enviar as imagens de outros modelos.
Pregoeiro	25/11/2020 11:29:05	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - A convocação será feita agora, muito obrigado.
Sistema	25/11/2020 11:31:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	25/11/2020 11:31:20	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	25/11/2020 11:32:31	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	25/11/2020 11:34:02	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Para o item 5, o ACT apresentado nos documentos de habilitação por ocasião da formulação da proposta, carece de informações complementares. Vejamos o que diz o edital.
29.054.890/0001-04	25/11/2020 11:35:35	bom dia
Pregoeiro	25/11/2020 11:37:58	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Atestados que expressamente certifique(m) que a empresa já forneceu no mínimo 0,5% (meio por cento) da quantidade do respectivo item ofertado ou similar, considerando-se a quantidade total de cada item para registro de preço. Para os itens nos quais o percentual requerido apresente fração, considerar-se-á o número inteiro imediatamente superior.
Pregoeiro	25/11/2020 11:38:45	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - 9.11.1.1.1 do Edital.
Pregoeiro	25/11/2020 11:39:47	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Consegue nos comprovar por meio de algum documento sobre o atendimento da demanda?
Pregoeiro	25/11/2020 11:41:14	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - 9.11.1.1. - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
29.054.890/0001-04	25/11/2020 11:45:06	vou verificar!
Pregoeiro	25/11/2020 11:48:25	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor(a) Licitante, para darmos celeridade, convocaremos o anexo para que essa empresa atenda a nossa

diligência, nos proporcionando meios para certificar que o atestado em questão, atende as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

29.054.890/0001-04	25/11/2020 11:48:31	poderia abrir o anexo para que eu possa enviar!
Pregoeiro	25/11/2020 11:50:38	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Sim, pode ser cópia de contrato ou nota fiscal ok? Realizarei a convocação do anexo.
Sistema	25/11/2020 11:53:08	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	25/11/2020 11:55:14	Lembramos que o o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos para processamento de material biológico de referência e amostras questionadas para os Laboratórios de DNA Forense dentro do projeto de "Fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos"
Sistema	25/11/2020 11:56:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	25/11/2020 11:59:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	25/11/2020 12:00:58	Ressaltamos o cuidado e a responsabilidade de toda a equipe deste MJSP, desde a elaboração da formulação da demanda até a aquisição, a consequente entrega e a utilização dos equipamentos em prol da ciência e da sociedade.
Pregoeiro	25/11/2020 12:02:50	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, bom dia, quase tarde!
Pregoeiro	25/11/2020 12:14:37	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Essa empresa, nos enviou diversos atestados de capacidade técnica, que carecem de comprovação sobre a quantidade fornecida. Gostaríamos que nos enviasse a comprovação quantitativa da entrega da Cabine de Segurança Biológica.
Pregoeiro	25/11/2020 12:16:46	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Interromperemos o certame para o almoço e retornaremos pontualmente as 14hs. Muito obrigado.
Pregoeiro	25/11/2020 12:17:06	Interromperemos o certame para o almoço e retornaremos pontualmente as 14hs. Muito obrigado.
Sistema	25/11/2020 12:45:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	25/11/2020 14:00:09	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	25/11/2020 14:02:05	Dando continuidade ao presente certame, retornaremos as diligências necessárias.
Pregoeiro	25/11/2020 14:05:35	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor(a) Licitante, boa tarde!
00.584.060/0001-07	25/11/2020 14:06:11	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	25/11/2020 14:06:26	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Essa empresa, nos enviou diversos atestados de capacidade técnica, que carecem de comprovação sobre a quantidade fornecida. Gostaríamos que nos enviasse a comprovação quantitativa da entrega da Cabine de Segurança Biológica.
Pregoeiro	25/11/2020 14:07:04	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Por favor, consegue nos enviar?
00.584.060/0001-07	25/11/2020 14:08:27	Ok, nossa empresa irá enviar notas fiscais de comprovação dos atados e de vários fornecimentos de cabines de segurança Biológica. Estamos preparando os arquivos. Solicito que abra a opção de anexar para podemos enviar arquivo. Conforme prevê no edital nosso prazo e de 2 horas. Correto? Pois vamos precisar deste tempo para preparar documentação. Obrigado
00.584.060/0001-07	25/11/2020 14:09:04	Ou caso prefiro a opção de e-mail para envio.
Pregoeiro	25/11/2020 14:10:13	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Convocaremos o anexo ok?
00.584.060/0001-07	25/11/2020 14:11:04	Ok aguardo muito obrigado
Sistema	25/11/2020 14:17:21	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	25/11/2020 14:19:21	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhora Licitante, boa tarde!
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:21:05	Boa tarde!
Pregoeiro	25/11/2020 14:26:08	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Para o item 10, solicitamos o manual para a comprovação técnica e também um ACT referente ao item ou similar, já que o enviado é muito genérico e não especifica a quantidade comercializada que atenda o índice estabelecido no Edital.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:29:35	Ok. Iremos providenciar.
Pregoeiro	25/11/2020 14:29:44	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Para o item 31, onde essa empresa provavelmente será a fornecedora, solicitamos o envio de manual do equipamento e também cópia de contrato ou NF que comprove a comercialização do equipamento no quantitativo especificado no Edital.
Pregoeiro	25/11/2020 14:30:33	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Consegue nos enviar?
Pregoeiro	25/11/2020 14:30:46	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Convocaremos o anexo ok?
Sistema	25/11/2020 14:32:29	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:32:32	Boa Tarde Sr.(a) Pregoeiro(a),

37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:34:35	Poderia nos conceder o prazo até amanhã, às 9:00, por gentileza?
Pregoeiro	25/11/2020 14:41:50	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Por favor, qual seria a justificativa senhor(a) Licitante?
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:44:20	Estamos com equipe reduzida, por conta disso tudo que temos vivido nesses últimos meses e, o dia de hoje está bastante atribulado.
Pregoeiro	25/11/2020 14:45:01	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - 8.5.1 - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:45:18	Se nos permitir, teremos uma condição melhor para providenciar esses documentos.
Pregoeiro	25/11/2020 14:46:11	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Não consegue nos enviar até o fim do expediente?
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:47:34	Estamos nos esforçando para isso; contudo, seria muito arriscado esse prazo dado.
37.663.213/0001-03	25/11/2020 14:48:30	Como disse, o dia de hoje está bastante corrido; se possível, solicitamos o prazo extra.
Pregoeiro	25/11/2020 14:50:25	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Se ao final dessa convocação essa empresa não tiver conseguido enviar, realizaremos a prorrogação.
Pregoeiro	25/11/2020 14:53:05	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor(a) Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	25/11/2020 14:54:18	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Para os itens 23 e 25, os atestados carecem de complementação quanto ao quantitativo comercializado, razão pela qual solicitamos a comprovação.
Pregoeiro	25/11/2020 14:59:15	Interromperemos o certame por 15 minutos para uma diligência, retornaremos às 15.15h.
Pregoeiro	25/11/2020 15:15:54	Desculpem e obrigado pela espera.
Pregoeiro	25/11/2020 15:16:39	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor(a) Licitante, aguardamos um posicionamento dessa empresa.
34.999.660/0001-40	25/11/2020 15:20:42	Boa tarde, senhor pregoeiro, estamos solicitando novos atestados a nossos clientes.
34.999.660/0001-40	25/11/2020 15:21:24	Conseguiremos enviar no máximo em 2 horas
Pregoeiro	25/11/2020 15:25:35	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Obrigado, convocaremos o anexo.
Pregoeiro	25/11/2020 15:26:23	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Pode enviar também notas fiscais e cópia dos contratos de fornecimento para a comprovação.
Sistema	25/11/2020 15:27:43	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	25/11/2020 15:32:11	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, constatamos as mesmas inconsistências para os itens 24 e 34, consegue nos atender?
Pregoeiro	25/11/2020 15:32:45	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Referente ao ACT?
Pregoeiro	25/11/2020 15:36:39	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, por gentileza, pode nos responder?
Pregoeiro	25/11/2020 15:46:43	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Solicitamos aos participantes que por gentileza atendam aos chamamentos deste Pregoeiro, dando assim celeridade ao certame. Agradecemos.
Sistema	25/11/2020 15:47:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 23.
29.054.890/0001-04	25/11/2020 15:48:44	boa tarde, ja enviamos!
Pregoeiro	25/11/2020 15:53:23	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Por favor, como são individualizados, convocaremos os anexos referentes aos respectivos itens para que seja anexado, ok?
Sistema	25/11/2020 15:55:18	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	25/11/2020 15:56:55	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
29.054.890/0001-04	25/11/2020 15:56:58	Ok
Sistema	25/11/2020 15:59:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	25/11/2020 16:00:25	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor(a) Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	25/11/2020 16:03:35	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Por gentileza, solicitamos o envio de documento (manual) que comprove as Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm, para i ítem 26, FREEZER CIENTÍFICO.
81.618.753/0001-67	25/11/2020 16:04:52	Boa Tarde, só um estante por favor.
Sistema	25/11/2020 16:06:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	25/11/2020 16:06:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 34.

Pregoeiro	25/11/2020 16:12:09	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor Licitante, por favor, posso convocar o anexo para o envio?
Pregoeiro	25/11/2020 16:17:35	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Senhor Licitante, estamos aguardando a vossa manifestação.
81.618.753/0001-67	25/11/2020 16:20:28	mais um estante.
81.618.753/0001-67	25/11/2020 16:26:07	aguardamos a liberação para enviarmos a documentação.
Pregoeiro	25/11/2020 16:28:35	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Ok, obg.
Sistema	25/11/2020 16:30:00	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	25/11/2020 16:31:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	25/11/2020 16:36:22	Senhores, informamos que interromperemos o certame por hoje, e retornaremos amanhã, 26/11/2020 às 09.30hs. Boa Noite!
Sistema	26/11/2020 08:43:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	26/11/2020 09:30:43	Senhores Licitantes bom dia! Em razão da análise de alguns documentos que poderão ser diligenciados, informamos que reabriremos este certame às 11:15hs de hoje, 26.11.2020.
Pregoeiro	26/11/2020 13:57:58	Senhores Licitantes, boa tarde! Infelizmente por questões técnicas não conseguimos retomar hoje às 11.15h, este certame como havíamos programado, portanto conseguiremos reiniiciar a sessão pública no dia 01/12/2020, terça feira às 10hs. Solicito as minhas escusas e retornaremos na dada reagendada.
Pregoeiro	01/12/2020 10:00:50	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	01/12/2020 10:04:07	Mais uma vez retomamos a presente sessão pública, agradecendo a todos em nome do MJSP. Lembramos que estamos no último mês do ano, onde enfrentamos muitas dificuldades dificuldades e mudanças em todos os sentidos.
Pregoeiro	01/12/2020 10:05:39	Objetivando uma contratação que possa atender as expectativas deste MJSP, continuamos diligenciando para certificar se realmente o equipamento a ser adquirido atende as especificações contidas no Edital e seus anexos.
Pregoeiro	01/12/2020 10:07:29	Hoje ficaremos até o fim do expediente, dedicados exclusivamente a este certame com o fito de concluir o mais rápido possível esta fase, para isso conto com a colaboração dos senhores.
Pregoeiro	01/12/2020 10:55:46	Estamos verificando alguns documentos enviados convocados por ocasião da última sessão.
Pregoeiro	01/12/2020 10:57:38	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	01/12/2020 10:58:45	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Solicitamos o envio da NF ou cópia do contrato que comprove a aquisição apresentada no ACT, referente a esse item específico. item 5.
29.054.890/0001-04	01/12/2020 11:03:51	Bom dia, conforme consta em edital, os atestados e notas fiscais devem compatíveis com o objeto da licitação, conforme item 9.11.1 do edital, o objeto do referido edital é "Registro de preços para aquisição de equipamentos para processamento de material biológico de referência e amostras questionadas para os Laboratórios de DNA Forense dentro do projeto portanto o atestado e as notas que enviamos comprovam que fornecemos equipamentos para laboratórios conforme a exigência do item 9.11.1 do edital.
29.054.890/0001-04	01/12/2020 11:04:49	Certo senhor Licitante, submeteremos à equipe técnica.
Pregoeiro	01/12/2020 11:30:05	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Certo senhor Licitante, submeteremos à equipe técnica.
Pregoeiro	01/12/2020 11:30:28	Para MERCK S/A - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	01/12/2020 11:38:17	Para MERCK S/A - Solicitamos o envio da NF ou cópia do contrato que comprove a aquisição apresentada no ACT referente ao item 35 em específico.
33.069.212/0008-50	01/12/2020 11:39:33	bom dia
Pregoeiro	01/12/2020 11:44:21	Para MERCK S/A - A equipe técnica nos solicitou a diligencia ora apresentada para que essa empresa faça a gentileza de nos enviar.
Pregoeiro	01/12/2020 11:44:32	Para MERCK S/A - Posso convocar o anexo?
33.069.212/0008-50	01/12/2020 11:47:06	Sr. Pregoeiro, entre os documentos que fiz anexo aqui neste sistema não está constando o atestado de capacidade técnica.
33.069.212/0008-50	01/12/2020 11:47:46	O Documento ACT está disponível em outra base?
33.069.212/0008-50	01/12/2020 11:52:01	Sr. Pregoeiro, pode convocar, iremos providenciar o envio.
Pregoeiro	01/12/2020 11:53:45	Para MERCK S/A - ok
Sistema	01/12/2020 11:55:25	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Pregoeiro	01/12/2020 11:58:56	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	01/12/2020 12:00:33	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Visando atender diligência da equipe técnica, solicito a especial atenção em atender o que pede. "26.16. Chave geral de energia – liga desliga;" – Comprovação. ACT – Solicitamos o envio da NF ou cópia do contrato que comprove a aquisição apresentada no ACT referente ao item 36 em específico.

Pregoeiro	01/12/2020 12:03:28	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Podemos convocar o anexo?
33.554.685/0001-77	01/12/2020 12:04:03	Bom dia, iremos verificar com nossa area tecnica.. Qual o prazo, por favor?
Pregoeiro	01/12/2020 12:06:42	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 2hs
Pregoeiro	01/12/2020 12:07:10	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Em todo caso, irei convocar para que a diligencia seja atendida.
Sistema	01/12/2020 12:08:50	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
33.554.685/0001-77	01/12/2020 12:13:21	Iremos providenciar
Pregoeiro	01/12/2020 12:26:41	Em razão do horário do almoço, retornaremos às 14h.
Sistema	01/12/2020 13:16:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	01/12/2020 14:00:25	"26.16. Chave geral de energia – liga desliga;" – Comprovação. ACT – Solicitamos o envio da NF ou cópia do contrato que comprove a aquisição apresentada no ACT referente a esse item específico.
Pregoeiro	01/12/2020 14:00:42	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	01/12/2020 14:01:06	Solicito desconsiderar a mensagem anterior, enviada de forma equivocada.
Pregoeiro	01/12/2020 15:12:45	Infelizmente algumas propostas estão sendo recusadas por não atender as especificações técnicas previstas no edital e teremos que chamar os licitantes com os melhores lances subsequentes.
Pregoeiro	01/12/2020 15:14:59	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	01/12/2020 15:19:28	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, com a recusa da proposta da empresa detentora do melhor lance para o G1, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos.
Pregoeiro	01/12/2020 15:21:02	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, aguardamos a vossa manifestação.
Pregoeiro	01/12/2020 15:22:00	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Solicitamos aos participantes para que se atentem aos chamamentos deste Pregoeiro, evitando assim a perda de negócios.
Pregoeiro	01/12/2020 15:23:19	Solicitamos aos participantes para que se atentem aos chamamentos deste Pregoeiro, evitando assim a perda de negócios.
Pregoeiro	01/12/2020 15:24:40	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	01/12/2020 15:25:59	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, com a recusa da proposta da empresa detentora do melhor lance para o G2, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos, considerando que a proposta dessa empresa está acima do valor máximo estimado para a contratação.
38.658.399/0001-75	01/12/2020 15:26:11	Boa tarde, Sr. pregoeiro!
38.658.399/0001-75	01/12/2020 15:27:16	Um minuto por favor que iremos verificar a possibilidade de redução.
Pregoeiro	01/12/2020 15:30:09	Para DATAMED LTDA - Lembrando que é uma oportunidade ímpar de ser um parceiro deste MJSP, tendo o nome dessa empresa na vitrine dos melhores fornecedores deste país.
Pregoeiro	01/12/2020 15:37:21	Para DATAMED LTDA - Os itens 19, 20 e 21 estão acima do valor máximo estabelecido para a contratação.
38.658.399/0001-75	01/12/2020 15:43:37	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado para contratação. Nossa oferta mínima para estes itens são: Item 19: R\$ 10.000,00, Item 20: 10.000,00, Item 21: R\$ 10.000,00.
Pregoeiro	01/12/2020 15:48:32	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, o valor máximo permitido para a contratação são esses: 19 - R\$ 7.088,50. 20 - R\$ 7.088,50. 21 - R\$ 7.467,04
Pregoeiro	01/12/2020 15:49:43	Para DATAMED LTDA - Salientamos que é vedada a contratação acima desses valores.
Pregoeiro	01/12/2020 15:51:12	Para DATAMED LTDA - Solicito que reveja seus cálculos e que nos apresente uma proposta cujos itens não estejam acima dos valores máximos.
Pregoeiro	01/12/2020 15:54:41	Para DATAMED LTDA - Vamos negociar dentro desses parâmetros?
38.658.399/0001-75	01/12/2020 15:55:26	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos atingir o valor máximo previsto para contratação.
Pregoeiro	01/12/2020 15:58:10	Para DATAMED LTDA - Infelizmente o G2, será cancelado, lamentamos e agradecemos a participação dessa empresa.
Pregoeiro	01/12/2020 16:01:53	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	01/12/2020 16:03:01	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Reiteramos o questionamento formulado anteriormente.
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:03:33	Boa tarde sr. Pregoeiro
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:04:19	Qual é seu questionamento?
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:04:58	Estamos abertos para negociarmos os itens do grupo
Pregoeiro	01/12/2020	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Ótimo, podemos reduzir a

	16:07:23	proposta no patamar de 10% pra o grupo?
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:11:12	Tendo em vista o valor de mercado, nossos custos e por serem produtos importados, podemos chegar no valor de R\$900,00 por unidade e por item.
Pregoeiro	01/12/2020 16:16:54	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Para o item 17, não pode ser superior a R\$400,00 que foi o último lance dessa empresa para o item.
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:17:59	Para o item 17 podemos manter o valor de R\$400,00.
Pregoeiro	01/12/2020 16:19:25	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Não consegue baixar mais nada senhor Licitante?
Pregoeiro	01/12/2020 16:20:18	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Pelo menos R\$880,00. E então manteremos o item 17.
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:21:58	Por gentileza aguarde enquanto consultamos nossa diretoria. Obrigado
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:24:30	Sr. pregoeiro vamos fechar então neste valor proposto R\$880,00 para os itens, e manteremos o valor do item 17
Pregoeiro	01/12/2020 16:30:24	Para ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - Obrigado. Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada.
04.331.335/0001-43	01/12/2020 16:32:03	Agradecemos a oportunidade de negociarmos e finalizarmos conforme o acordado.
Sistema	01/12/2020 16:33:04	Senhor fornecedor ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	01/12/2020 16:37:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	01/12/2020 16:44:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESALAB IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.331.335/0001-43, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	01/12/2020 17:34:25	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, o anexo convocado até o momento não foi enviado, alguma justificativa?
Pregoeiro	01/12/2020 17:54:35	Em razão do horário, interromperemos o certame e retornaremos amanhã, 02/12/2020 às 14hs. Boa Noite!
Pregoeiro	02/12/2020 14:00:18	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	02/12/2020 14:09:18	Cumprimentamos a todos, ao tempo em que daremos continuidade ao certame, informando que no momento da fase recursal, os interessados poderão requisitar os documentos necessários que possam subsidiar as razões do recursos a serem interpostos em razão de recusa da proposta.
Pregoeiro	02/12/2020 14:10:00	Em razão da recusa de algumas propostas pelo não atendimento de especificações técnicas contidas no Edital e o não cumprimento das diligências solicitadas pela Equipe técnica que redundaram na desclassificação. Convocaremos as empresas que apresentaram pela sequência de ordem os melhores lances para negociar.
Pregoeiro	02/12/2020 14:12:01	Pedimos a todos para que não se desconectem e acompanhem este certame, pois mudanças podem no decorrer desta fase e fases subsequentes.
Pregoeiro	02/12/2020 14:16:36	A equipe técnica continuará na análise rigorosa das propostas em todos os seus quesitos, objetivandounicamente garantir uma contratação que realmente atenda os interesses deste MJSP e das unidades requisitantes, ou seja, a aquisição de equipamentos que possam atender na totalidade as especificações do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	02/12/2020 14:24:10	Lembrando que se trata da aquisições de equipamentos que permitirão às instituições de segurança um avanço significativo em tecnologia e garantirá o fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos de nosso país no processamento de material biológico de referência e amostras questionadas para os laboratórios de DNA Forense.
Pregoeiro	02/12/2020 14:27:46	Continuaremos a negociação para os itens cujas propostas foram recusadas , convocando os licitantes com a melhor classificação, pela ordem de melhores lances.
Pregoeiro	02/12/2020 14:28:51	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	02/12/2020 14:31:40	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, o anexo convocado até o momento para o item 36 não foi enviado, alguma justificativa?
Pregoeiro	02/12/2020 14:32:31	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Concederemos 5 minutos para a resposta, após, convocaremos o próximo Licitante.
33.554.685/0001-77	02/12/2020 14:35:20	Sra Pregoeira, desculpe a demora, porem estavamos revendo as especificações e nao conseguiremos atender ao solicitado. Houve um equívoco por parte de nossa aarea técnica quanto a chave geral.
Pregoeiro	02/12/2020 14:40:22	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - A proposta será recusada por não atender as especificações do edital e diante de vossa manifestação de equívoco na oferta do item.
Sistema	02/12/2020 14:40:51	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, o prazo para envio de anexo para o ítem 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/12/2020 14:42:25	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	02/12/2020 14:50:05	Solicitamos a todos para que se atentem ao chamamento deste Pregoeiro, evitando assim a perda de negócios.
Pregoeiro	02/12/2020 14:54:56	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor Licitante, estamos aguardando a vossa manifestação para darmos prosseguimento ao certame.
03.213.418/0001-75	02/12/2020 14:55:24	Boa tarde
03.213.418/0001-75	02/12/2020 14:55:49	Boa tarde sr. pregoeiro. O chat estava fechado, por isso não respondemos antes. Estavamos tentando contato via fone.
Pregoeiro	02/12/2020	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Com a recusa da proposta referente ao item 36, consultamos

	14:58:02	essa empresa sobre a possibilidade de reduzir o valor do último lance ofertado?
03.213.418/0001-75	02/12/2020 14:58:38	Sr. pregoeiro, infelizmente já estamos com o nosso melhor valor para o item 36.
Pregoeiro	02/12/2020 14:59:57	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Consegue pelo menos igualar ao valor da proposta recusada?
03.213.418/0001-75	02/12/2020 15:02:02	Infelizmente não consigo reduzir mais nada.
Pregoeiro	02/12/2020 15:04:05	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Ok, convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada pra que seja submetida a análise técnica e documental.
03.213.418/0001-75	02/12/2020 15:04:31	Ok! Permanecemos a disposição.
Sistema	02/12/2020 15:05:09	Senhor fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	02/12/2020 15:16:37	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Senhor (a) Licitante, boa tarde!
27.330.204/0001-47	02/12/2020 15:18:47	Boa tarde
Pregoeiro	02/12/2020 15:27:19	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Com a recusa da proposta para o G1, consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos. Lembramos se tratar de vários itens agrupados.
27.330.204/0001-47	02/12/2020 15:29:13	Um momento
27.330.204/0001-47	02/12/2020 15:31:10	Senhor Pregoeiro , Infelizmente não temos como oferecer qualquer desconto ao preços mínimos apresentados .Os equipamentos serão importados e o aumento da Taxa de cambio ocorrido nas ultimas semanas aumentou de forma considerável o custo inviabilizando qualquer desconto adicional .
Pregoeiro	02/12/2020 15:33:31	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Ok, convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada que será submetida a análise técnica e documental.
Sistema	02/12/2020 15:34:46	Senhor fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	02/12/2020 15:36:06	Para M T MARCONI EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema	02/12/2020 15:45:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, enviou o anexo para o ítem 36.
Pregoeiro	02/12/2020 15:45:54	Para M T MARCONI EIRELI - Senhor Licitante, aguardamos a vossa manifestação.
Pregoeiro	02/12/2020 15:52:29	Para M T MARCONI EIRELI - Senhor Licitante, concederemos 5 minutos para a resposta, caso contrário convocaremos o próximo.
Pregoeiro	02/12/2020 16:00:33	Para M T MARCONI EIRELI - Senhor Licitante, consegue nos responder?
Pregoeiro	02/12/2020 16:04:47	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	02/12/2020 16:07:31	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Considerando a recusa da proposta do Licitante anterior por não atender ao chamamento deste pregoeiro. Considerando ainda que essa empresa apresentou um lance superior ao valor máximo estimado para a contratação, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos dentro dos parâmetros que permitem a contratação.
Sistema	02/12/2020 16:08:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	02/12/2020 16:15:24	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, reiteramos a nossa consulta.
18.224.182/0001-40	02/12/2020 16:36:35	Boa tarde
Pregoeiro	02/12/2020 16:37:24	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Considerando a recusa da proposta do Licitante anterior por não atender ao chamamento deste pregoeiro. Considerando ainda que essa empresa apresentou um lance exatamente igual ao valor máximo estimado para a contratação, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos com um valor mais baixo.
18.224.182/0001-40	02/12/2020 16:38:43	sr; solicito um momento para olhar com nossa diretoria um valor menor para vossa
Pregoeiro	02/12/2020 16:54:18	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Senhor Licitante, consegue nos enviar a comprovação do fornecimento? pode ser cópia das nfs ou contrato de fornecimento.
Pregoeiro	02/12/2020 16:54:43	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - isso referente ao ACT.
Pregoeiro	02/12/2020 16:55:41	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Em caso positivo, convocaremos o anexo para o envio.
27.330.204/0001-47	02/12/2020 17:02:20	Um momento
Pregoeiro	02/12/2020 17:05:35	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Continuamos aguardando..
18.224.182/0001-40	02/12/2020 17:07:52	Podemos chegar no valor R\$ 8.850,00 unitário para item 4
Pregoeiro	02/12/2020 17:11:25	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada.
Sistema	02/12/2020 17:11:58	Senhor fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	02/12/2020	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - ok, anexo convocado.

		17:12:13	
18.224.182/0001-40	02/12/2020	17:15:02	ok cliente
Pregoeiro	02/12/2020	17:17:28	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Senhor Licitante, reiteramos a nossa consulta.
Pregoeiro	02/12/2020	17:18:01	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Melhor, convocaremos o anexo para o cumprimento da diligência.
Sistema	02/12/2020	17:18:38	Senhor fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
27.330.204/0001-47	02/12/2020	17:21:55	Sr. Pregoeiro , poderia prorrogar o prazo para o anexo ? como o expediente já encerro e eu estou trabalhando em home office , não estou conseguir ter acesso ao servidor para verificar o solicitado
Sistema	02/12/2020	17:22:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	02/12/2020	17:24:36	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
00.584.060/0001-07	02/12/2020	17:28:00	Boa tarde, Sr Pregoeiro!
Pregoeiro	02/12/2020	17:33:57	Considerando a recusa da proposta anterior para o item 6, tem interesse em negociar um valor mais baixo?
Pregoeiro	02/12/2020	17:42:11	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Sim, renovarei a convocação amanhã cedo.
Pregoeiro	02/12/2020	17:42:48	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Senhor Licitante, vamos negociar?
00.584.060/0001-07	02/12/2020	17:43:11	Prezado Sr. Pregoeiro, o valor para este item já se encontra em nosso limite. Há de se considerar que os equipamentos serão enviados para diversas unidades por todo o Brasil, impactando no custo de frete, suporte e garantia.
Pregoeiro	02/12/2020	17:44:30	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Não consegue baixar nada?
00.584.060/0001-07	02/12/2020	17:46:56	conseguimos em 13.977,00
Pregoeiro	02/12/2020	17:48:22	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Ok, convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada.
Sistema	02/12/2020	17:49:37	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	02/12/2020	17:49:54	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Anexo convocado.
00.584.060/0001-07	02/12/2020	17:50:51	iremos providenciar, obrigada.
Pregoeiro	02/12/2020	17:52:08	Senhores, o horário já está avançado e em razão disso interromperemos o certame por hoje. Retornaremos amanhã, quinta feira, 03/12/2020, às 10.30h.
Pregoeiro	02/12/2020	17:52:40	Boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã no horário combinado.
Sistema	02/12/2020	18:15:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	03/12/2020	09:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	03/12/2020	10:30:21	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	03/12/2020	10:32:26	Mais uma vez, dando sequência ao presente certame, agradecemos a presença de todos ao tempo que informo que a demora se deve à estrita obediência aos ritos da Lei.
Pregoeiro	03/12/2020	10:33:06	Assim, solicito a todos que acompanhem cada fase deste certame e evitem a perda de negócios.
Pregoeiro	03/12/2020	10:34:44	Lembramos também que no momento certo, todos terão o direito de se manifestar, apresentando devidamente fundamentados as razões recursais em razão de inconformismos com as decisões aqui tomadas.
Pregoeiro	03/12/2020	10:39:43	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
05.094.718/0001-08	03/12/2020	10:41:52	Bom dia sr pregoeiro
Pregoeiro	03/12/2020	10:42:29	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Considerando que o valor máximo aceitável para o item 4 é de R\$ 8.879,8100. Considerando ainda que essa empresa ofertou no seu melhor lance, o valor de R\$ 12.000,00, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos ao patamar estabelecido para o item.
05.094.718/0001-08	03/12/2020	10:44:42	Um momento por gentileza.
05.094.718/0001-08	03/12/2020	10:56:12	Infelizmente não conseguimos negociar mais desconto, pois estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	03/12/2020	11:05:57	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, por força da legislação, somos impedidos de contratar acima do valor máximo estabelecido para o Pregão. Não consegue rever seus cálculos e ofertar uma proposta que esteja dentro deste parâmetro?
05.094.718/0001-08	03/12/2020	11:08:25	Infelizmente não.
Pregoeiro	03/12/2020	11:09:46	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Lamentamos ao tempo em que agradecemos. A proposta será recusada.
Pregoeiro	03/12/2020		Para DATAMED LTDA - Senhor(a) Licitante, bom dia!

		11:13:31	
Pregoeiro	03/12/2020	Para DATAMED LTDA - Considerando que o valor máximo aceitável para o item 4 é de R\$ 8.879,8100. Considerando ainda que essa empresa ofertou no seu melhor lance, o valor de R\$ 24.500,00, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos ao patamar estabelecido para o item.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para DATAMED LTDA - Lembrando que pela legislação, somos impedidos de contratar acima do valor máximo estabelecido para o item.	
38.658.399/0001-75	03/12/2020	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Um minuto por favor que estamos verificando.	
38.658.399/0001-75	03/12/2020	Sr. pregoeiro, verificamos e infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado para contratação.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para DATAMED LTDA - Certeza? quer mais alguns minutos para refazer os cálculos?	
38.658.399/0001-75	03/12/2020	Sr. pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para DATAMED LTDA - Infelizmente o item será cancelado. Agradecemos a participação.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!	
Pregoeiro	03/12/2020	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Com a recusa da proposta para o item 9, consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um valor menor para o item.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, reiteramos o nosso questionamento.	
Pregoeiro	03/12/2020	Senhores, em razão do intervalo para o almoço e algumas diligências que serão analisadas, suspenderemos o certame e retornaremos ainda hoje, 03/12/2020, às 16.30hs.	
Pregoeiro	03/12/2020	Bom Almoço.	
Pregoeiro	03/12/2020	Senhores Licitantes, boa tarde!	
Pregoeiro	03/12/2020	Solicitamos as nossas escusas pelo pequeno atraso que se deu em razão de estarmos atuando em outro certame.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Senho(a) Licitante, boa tarde!	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Senhor(a) Licitante, boa tarde!	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	boa tarde	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Com a recusa das propostas anteriores para o item 9, consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um valor abaixo do ultimo lance ofertado.	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	qual o valor de referencia?	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - O último lance dessa empresa foi de R\$ 5.840,00.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - O menor lance par o item R\$4.090,00.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - O valor máximo estabelecido para a contratação. R\$ 17.404,98.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Segundo melhor lance R\$ 4.250,00.	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	estamos com o nosso menor valor	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	infelizmente não conseguimos reduzir	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Não consegue chegar nem ao valor de R\$ 4.250,00?	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	não conseguimos	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Convocaremos o anexo para o envio da proposta ajustada, agradecemos a participação.	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	o valor de lista do equipamento que estamos ofertando é 7.497,00, por este motivo não conseguimos reduzir	
61.012.811/0001-05	03/12/2020	ok, ciente	
Pregoeiro	03/12/2020	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Aproveitando o ensejo e visando dar celeridade ao processo, solicitamos que nos envie a comprovação de que o equipamento possui tampa anti aerosol, tampa com abertura automática, abertura de tampa em caso de emergência, reconhecimento automático de rotores, sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida.	
Sistema	03/12/2020	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.	
Pregoeiro	03/12/2020	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!	
35.382.879/0001-68	03/12/2020	Boa Tarde!	

Pregoeiro	03/12/2020 17:20:58	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um valor menor para o item 7. ja estamos com nosso melhor preço para o item!
35.382.879/0001-68	03/12/2020 17:23:18	
Pregoeiro	03/12/2020 17:34:00	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada, ao tempo em que solicitamos que nos envie comprovação do fornecimento do equipamento através de NF ou ontrato, já que o ACT está de forma genérica. Comprovar também se o equipamento possui iluminação interna com lâmpada tipo UV, com no mínimo uma tomada interna e ainda...
Pregoeiro	03/12/2020 17:35:14	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ... Possibilidade de uso na voltagem compatível com respectiva unidade contemplada (110/220 v).
Sistema	03/12/2020 17:36:01	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
35.382.879/0001-68	03/12/2020 17:36:30	O prazo poderia contar a partir de amanhã, já que minha area técnica ja foi embora, pra sanar essas duvidas?
Pregoeiro	03/12/2020 17:36:40	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	03/12/2020 17:37:39	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sim, sem problemas acataremos em razão do avançar da hora. Muito Obrigado!
35.382.879/0001-68	03/12/2020 17:39:26	
Pregoeiro	03/12/2020 17:41:10	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	03/12/2020 17:54:18	Em razão do horário, suspenderemos o certame e retornaremos amanhã, 04/12/2020, às 14hs.
Pregoeiro	03/12/2020 17:54:28	Boa noite.
Sistema	03/12/2020 18:03:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	03/12/2020 18:12:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	04/12/2020 14:01:19	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	04/12/2020 14:03:23	De volta, cumprimentando a todos e esperando concluir esta fase ainda hoje, continuaremos a convocar os Licitantes para negociar.
Pregoeiro	04/12/2020 14:12:25	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde.
05.869.012/0001-70	04/12/2020 14:14:24	Boa tarde
Pregoeiro	04/12/2020 14:16:57	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Em razão da recusa da proposta anterior para o item 9 consultamos sobre a possibilidade de negociarmos.
05.869.012/0001-70	04/12/2020 14:18:06	Estamos em nosso menor valor para o item 9
Pregoeiro	04/12/2020 14:20:52	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada. Obrigado por participar.
05.869.012/0001-70	04/12/2020 14:21:28	Obrigada, fico no aguardo
Pregoeiro	04/12/2020 14:25:47	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Aproveitamos o ensejo para que nos envie a comprovação de que o equipamento possua Força centrífuga (FCR) que atinja, no mínimo, 20.000 g; abertura da tampa em caso de emergência e tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas; Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração; Reconhecimento automático de rotores;
Pregoeiro	04/12/2020 14:26:34	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - e Sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida.
Pregoeiro	04/12/2020 14:27:27	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Solicitamos nos enviar por gentileza a comprovação do fornecimento do material através de NFs ou contrato de fornecimento.
Sistema	04/12/2020 14:28:30	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	04/12/2020 14:30:43	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
17.126.672/0001-40	04/12/2020 14:31:43	Boa tarde
Pregoeiro	04/12/2020 14:34:27	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Considerando a reprovação do equipamento da proposta anterior para o item 6, consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos.
17.126.672/0001-40	04/12/2020 14:35:42	Ja estamos com nosso menor valor Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	04/12/2020 14:38:31	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada, ao tempo em que diligenciaremos sobre alguns aspectos técnicos que serão submetidos à análise.
Pregoeiro	04/12/2020 14:39:39	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - O equipamento possui Dimensões externas com base: - Largura entre 1100mm e 1400mm; - Profundidade entre 700mm e 800mm; -Altura com base entre 2000mm e 2500mm?
Pregoeiro	04/12/2020 14:40:55	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Projetada para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Com 2 filtros HEPA classe A3 NBR-6401 EU 4/4-com eficiência de no mínimo 99.99 % - DOP para partículas de 0,3 micrôn; Certificação conforme norma NSF 49; ..

17.126.672/0001-40	04/12/2020 14:41:34	Um momento Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	04/12/2020 14:41:35	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical e sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; Pré-filtro classe G3 sintético ou superior; Dispositivo de segurança áudio visual quando a abertura do vidro frontal exceder a abertura de trabalho; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respetiva unidade contemplada
Pregoeiro	04/12/2020 14:42:04	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - ... unidade contemplada (110V ou 220V).
17.126.672/0001-40	04/12/2020 14:45:12	Sr. pregoeiro, nosso equipamento atende a todas as especificações. Voltagem 220 V
Sistema	04/12/2020 14:46:32	Senhor fornecedor SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA, CNPJ/CPF: 17.126.672/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	04/12/2020 14:49:19	Para SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - Ok, o anexo será convocado para o envio da proposta atualizada e a comprovação das diligências.
Pregoeiro	04/12/2020 14:58:16	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/12/2020 14:58:43	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um valor mais baixo para o item 8.
Sistema	04/12/2020 15:02:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA, CNPJ/CPF: 17.126.672/0001-40, enviou o anexo para o ítem 6.
60.521.853/0001-09	04/12/2020 15:04:30	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Só um momento, por favor.
60.521.853/0001-09	04/12/2020 15:08:37	Infelizmente já lançamos o nosso menor preço durante a disputa!
Sistema	04/12/2020 15:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	04/12/2020 15:20:58	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada ao tempo em que diligenciaremos sobre alguns quesitos técnicos para a constatarmos se o item contempla o solicitado no edital.
Pregoeiro	04/12/2020 15:23:01	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Não foi encontrado manual que pudesse servir como base para verificar as especificações do produto, consegue nos enviar? Solicitamos também a comprovação do fornecimento do item através de NFS ou Cópia de contratos.
Pregoeiro	04/12/2020 15:23:31	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - O ACT expedido não contempla o produto ofertado.
Sistema	04/12/2020 15:24:42	Senhor fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	04/12/2020 15:27:13	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/12/2020 15:28:08	Para DATAMED LTDA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 10, visto que a proposta dessa empresa está bem acima do valor máximo estimado para a contratação.
Pregoeiro	04/12/2020 15:38:36	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, reiteramos o nosso questionamento.
38.658.399/0001-75	04/12/2020 15:39:57	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Um minuto por favor.
38.658.399/0001-75	04/12/2020 15:41:05	Sr. pregoeiro, verificamos e infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para contratação.
Pregoeiro	04/12/2020 15:47:33	Para DATAMED LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	04/12/2020 15:49:55	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
21.548.780/0001-89	04/12/2020 15:51:14	Boa tarde
Pregoeiro	04/12/2020 15:51:39	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Consultamos essa empresa sobre o interesse em negociar, visto que a proposta dessa empresa está acima do valor máximo estimado para a contratação que é de R\$ 60.729,95.
Pregoeiro	04/12/2020 15:51:55	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Item 10.
Pregoeiro	04/12/2020 16:02:36	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor (a) Licitante, reiteramos o nosso questionamento.
21.548.780/0001-89	04/12/2020 16:03:40	Boa tarde infelizmente não temos como atender ao solicitado para o item 10
Pregoeiro	04/12/2020 16:07:16	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Agradecemos a participação, a proposta será recusada.
Pregoeiro	04/12/2020 16:10:10	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde! Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um menor valor para o item 26,
Pregoeiro	04/12/2020 16:20:12	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor Licitante, reiteramos a nossa consulta.
31.748.956/0001-08	04/12/2020 16:21:41	Um minuto
Pregoeiro	04/12/2020 16:24:32	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ok.
31.748.956/0001-08	04/12/2020 16:27:37	Sr(a) Preogeo(a), não temos como reduzir mais.

Pregoeiro	04/12/2020 16:32:56	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Ok, convocaremos o anexo ao tempo que solicitamos algumas informações complementares para facilitar a análise técnica do equipamento que deverão ser enviadas.. Altura máxima de 2000mm; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V);
Sistema	04/12/2020 16:33:50	Senhor fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
31.748.956/0001-08	04/12/2020 16:37:37	Sr(a) Pregoeiro(a), enviaremos
Pregoeiro	04/12/2020 16:41:10	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/12/2020 16:53:08	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/12/2020 16:54:45	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos, visto que o preço ofertado por essa empresa encontra-se acima do valor máximo estabelecido para a contratação.
Pregoeiro	04/12/2020 16:55:24	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Valor Máximo Aceitável: R\$ 20.099,92.
05.094.718/0001-08	04/12/2020 16:57:22	Boa tarde sr. pregoeiro, estamos verificando, um momento por gentileza.
05.094.718/0001-08	04/12/2020 16:59:03	Pode me informar de qual item esta tratando?
Pregoeiro	04/12/2020 17:00:47	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - 38
05.094.718/0001-08	04/12/2020 17:02:33	Infelizmente para esse item já estamos no preço mínimo.
Pregoeiro	04/12/2020 17:04:22	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Agradecemos mas seremos obrigado a recusar a proposta.
Pregoeiro	04/12/2020 17:06:54	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/12/2020 17:09:05	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor Licitante, boa tarde!
05.094.718/0001-08	04/12/2020 17:09:05	boa tarde
Pregoeiro	04/12/2020 17:10:50	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos para o item 38.
Pregoeiro	04/12/2020 17:11:57	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um melhor preço para o item 38.
Pregoeiro	04/12/2020 17:13:55	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Lembramos que o valor oferecido por essa empresa encontra-se acima do valor máximo estabelecido para a contratação.
Pregoeiro	04/12/2020 17:30:34	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor Licitante, reiteramos o nosso questionamento.
Pregoeiro	04/12/2020 17:34:03	Em razão do horário interromperemos este certame por hoje, desejando a todos um excelente final de semana. Retornaremos na segunda feira, dia 07/12/2020 às 11.30hs.
Sistema	07/12/2020 08:59:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	07/12/2020 11:28:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	07/12/2020 11:36:50	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	07/12/2020 11:40:56	Daremos continuidade ao certame, consultando as empresas que faltam para finalizar esta fase.
Pregoeiro	07/12/2020 11:41:29	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor (a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	07/12/2020 11:42:53	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Na sexta feira, consultamos essa empresa e estamos aguardando uma resposta.
63.067.904/0006-69	07/12/2020 11:50:03	bom dia
63.067.904/0006-69	07/12/2020 11:50:56	Infelizmente não podemos chegar no valor solicitado
Pregoeiro	07/12/2020 12:11:40	Agradecemos a participação.
Pregoeiro	07/12/2020 12:13:09	Em razão de estamos analisando algumas propostas enviadas na sexta feira, retomaremos o certame as 14h, permitindo assim o intervalo de almoço.
Pregoeiro	07/12/2020 12:19:04	estarmos
Pregoeiro	07/12/2020 13:59:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	07/12/2020 14:37:56	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Senhor Licitante, boa tarde!
17.025.823/0001-74	07/12/2020 14:39:15	Boa tarde Sr Pregoeiro
Pregoeiro	07/12/2020 14:40:34	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um menor valor para o item 31.
17.025.823/0001-74	07/12/2020 14:41:35	Prezado Pregoeiro, infelizmente para este item chegamos ao nosso valor mínimo durante a fase de lances do Pregão

Pregoeiro	07/12/2020 14:47:04	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Correto, vamos convocar o anexo, mas gostaríamos que nos respondesse em diligéncia uma questão técnica e nos enviasse a comprovação junto com a proposta atualizada, pois para o equipamento é necessário para cada vaso de moagem uma bola de aço.
Pregoeiro	07/12/2020 14:47:24	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Desta forma, gostaríamos de confirmar o quantitativo proposto, haja vista fornecer oito vasos de moagem mas apenas duas bolas de aço.
Pregoeiro	07/12/2020 14:51:21	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Podemos convocar o anexo?
17.025.823/0001-74	07/12/2020 14:51:59	Sr Pregoeiro, estamos verificando, um momento por favor
Pregoeiro	07/12/2020 14:52:35	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - ok.
17.025.823/0001-74	07/12/2020 14:54:29	Prezado Pregoeiro, pedimos desculpas, pois a proposta neste aspecto não foi muito clara e fizemos a adequação, na proposta comercial estamos ofertando 2 pacotes com 5 bolas de aço cada pacote, totalizando 10 bolas de aço
17.025.823/0001-74	07/12/2020 15:00:53	Sr Pregoeiro, temos um anexo que comprova a quantidade de bolas de aço por pacote e já adequamos a proposta de preços para que não haja nenhum equívoco na quantidade ofertada
Pregoeiro	07/12/2020 15:03:15	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Correto senhor Licitante, convocaremos o anexo para o envio da proposta ajustada e solicitamos que envie a comprovação ACT, através de NF e ou contrato de fornecimento.
Sistema	07/12/2020 15:04:07	Senhor fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	07/12/2020 15:16:45	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:17:44	Boa tarde!
Sistema	07/12/2020 15:17:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	07/12/2020 15:25:30	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um valor menor para o item 27.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:28:00	Sr. Pregoeiro, podemos negociar pelo valor unitário de R\$ 49.200,00, sendo 49 unidades o valor total de R\$ 2.410.800,00.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:28:11	Por gentileza, poderá ser aceito?
Pregoeiro	07/12/2020 15:47:09	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Um instante por favor.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:47:51	Aguardamos.
Pregoeiro	07/12/2020 15:51:19	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Senhor Licitante, aceitamos a proposta, mas para que possamos comprovar que o produto atende as especificações editalícias, diligencierei no sentido de que me responda o questionamento a seguir e nos envie a devida comprovação junto ao anexo a ser convocado com a proposta comercial atualizada ok?
Pregoeiro	07/12/2020 15:51:56	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Faixa de ajuste de temperatura com intervalo mínimo de -50°C a -86°C; Dimensões externas: Largura ou profundidade com dimensão máxima de 800mm; Altura máxima de 2000mm. Porta de acesso vertical em aço; Possibilidade de uso na voltagem compatível com a respectiva unidade contemplada (110V ou 220V); Não foi encontrado manual de instruções para comprovar as inf
Pregoeiro	07/12/2020 15:52:23	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - ... as informações.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:52:48	Agradeço! Aguardamos.
Pregoeiro	07/12/2020 15:53:57	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Nós é que agradecemos.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:54:00	Por gentileza, qual seria o prazo?
Sistema	07/12/2020 15:54:55	Senhor fornecedor LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:55:09	Os nossos equipamentos atendem as especificações técnicas no edital, enviaremos a comprovação.
03.796.347/0001-80	07/12/2020 15:55:48	Por gentileza, qual é o prazo para enviarmos?
Pregoeiro	07/12/2020 16:00:52	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Duas horas senhor Licitante.
Pregoeiro	07/12/2020 16:01:13	Para LUIS ROBERTO BOSCAROL EIRELI - Conforme texto editalício.
Pregoeiro	07/12/2020 16:02:14	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	07/12/2020 16:03:08	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Equivocadamente essa empresa nos envio uma ordem de compra e não de fornecimento do equipamento, razão pela qual solicito que cumpra essa diligência.
Pregoeiro	07/12/2020 16:03:49	Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Convocaremos novamente o anexo para o envio.
Sistema	07/12/2020 16:04:26	Senhor fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	07/12/2020 16:07:14	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!

11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:08:12	Boa Tarde
Pregoeiro	07/12/2020 16:09:34	Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um menor preço para o item 32.
Pregoeiro	07/12/2020 16:10:23	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Desculpe, postei com o chat fechado para essa empresa.
Pregoeiro	07/12/2020 16:10:29	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um menor preço para o item 32.
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:11:36	Sr. Pregoeiro ja ofertamos nossa melhor condição comercial na fase de lances, infelizmente não conseguimos reduzir
Pregoeiro	07/12/2020 16:15:30	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor Licitante, agradecemos e iremos convocar o anexo, mas antes, poderia nos responder o questionamento abaixo, que irá confirmar que o equipamento contemplar as especificações editalícias e seja aprovado na sua análise pela equipe técnica.
Pregoeiro	07/12/2020 16:15:50	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Potencia mínima ativa: 2000 watts; (Va=W/fator de correção
Pregoeiro	07/12/2020 16:16:10	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Regulação estática <5%; Configuração: Monofásica (F+ N + T) ou Bifásica (F+ F+ T); Tipo de carga: Carga Indutiva; Sub e sobre tensão de entrada e saída; Sub e sobre tensão DC e bateria; Trafo Isolador.
Pregoeiro	07/12/2020 16:17:02	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Essas são as especificações do equipamento que queremos adquirir.
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:18:14	Sr. Pregoeiro as especificações estão contidas em nossa proposta comercial que anexo consta o catalogo para a devida comprovação do atendimento as questões levantadas
Pregoeiro	07/12/2020 16:24:13	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor Licitante, agradecemos a resposta, mas diligência visa exatamente suprir as dúvidas levantadas por ocasião da análise preliminar da proposta. Se essa empresa não tiver como comprovar o que questionamos, o equipamento não atende as especificações técnicas.
Pregoeiro	07/12/2020 16:24:37	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - mas a diligência..
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:27:38	em nossa avaliação tecnica atende aos vossos questionamentos, mas a sua equipe de apoio é que tem que avaliar se o equipamento de fato atende a vossa demanda.
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:28:24	assim como foi feito com a primeira empresa classificada.
Pregoeiro	07/12/2020 16:28:44	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - O que fazemos é oportunizar que o Licitante comprove que seu equipamento conte cole as especificações contidas no edital, evitando assim uma desclassificação em razão de algum erro na formulação da proposta inicial.
Pregoeiro	07/12/2020 16:30:01	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Ok, então essa empresa não tem mais nada a acrescentar e que podemos emitir o parecer de acordo com o que nos foi já enviado?
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:30:11	compreendemos
Pregoeiro	07/12/2020 16:31:13	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Tá certo, muito obrigado.
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:31:21	sim Sr. Pregoeiro pode dar seguencia com o vosso parecer, e caso ainda tenha alguma duvida, apos o mesmo estaremos a vossa disposição
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:32:10	nos que agradecemos o privilegio de participar deste processo
Pregoeiro	07/12/2020 16:33:02	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - A equipe técnica o fará, mais uma vez, muito obrigado.
11.329.948/0001-01	07/12/2020 16:33:40	estamos a disposição.
Pregoeiro	07/12/2020 16:56:17	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
05.094.718/0001-08	07/12/2020 16:59:01	Sr. pregoeiro boa tarde.
Pregoeiro	07/12/2020 17:01:58	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Considerando que o preço ofertado por essa empresa para o item 39 encontra-se acima do valor máximo estabelecido para a contratação, consulto essa empresa se existe a possibilidade de readequação do lance ao parâmetro permitido?
05.094.718/0001-08	07/12/2020 17:03:47	Infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	07/12/2020 17:05:34	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, certeza que não consegue baixar o preço? Não quer rever a sua tabela?
05.094.718/0001-08	07/12/2020 17:07:43	Sr pregoeiro infelizmente não consigo.
Pregoeiro	07/12/2020 17:08:58	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Muito obrigado pela participação.
Pregoeiro	07/12/2020 17:09:23	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:11:32	Boa tarde
Pregoeiro	07/12/2020 17:13:21	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos com a redução de valores para o item 6,
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:15:18	Sr. Pregoeiro, podemos fechar em R\$ 19.000,00
Pregoeiro	07/12/2020 17:16:33	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Não consegue chega a cassa dos R\$14.000,00?

Pregoeiro	07/12/2020 17:17:25	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Não consegue chegar a casa dos R\$14.000,00?
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:18:50	Sr. Pregoeiro, é impossível neste referencial de valor, as entregas são distantes de nossa base e o edital contempla instalação, que no caso deste equipamento, tem suas particularidades como duto e motor externo
Pregoeiro	07/12/2020 17:19:46	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Podemos chegar a um meio termo?
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:20:04	qual seria sua proposta?
Pregoeiro	07/12/2020 17:21:15	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - R\$16.00000
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:23:03	Consultamos novamente os locais de entrega, teria que ser R\$ 17.500,00, é um bom valor considerando as exigencias do edital e os locais de entrega
Pregoeiro	07/12/2020 17:25:36	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Vamos fechar em R\$17.000,00, que chegamos a um valor que atende os dois lados, ok?
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:26:26	ok, vamos fechar em R\$ 17.000,00
Pregoeiro	07/12/2020 17:29:39	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - obg, convocaremos o anexo, mas precisamos que nos envie também a comprovação de que o equipamento possui: Dispositivo de segurança áudio visual quando a abertura do vidro frontal exceder a abertura de trabalho e um ACT com as respectivas notas fiscais ou cópia de contrato, elementos esses comprobatórios do fornecimento por essa empresa do item em questão
34.999.660/0001-40	07/12/2020 17:33:13	Sr. Pregoeiro, devido ao horário pdoemos anexar esta solicitação amanhã ?
Pregoeiro	07/12/2020 17:36:29	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Sim, com certeza.
Pregoeiro	07/12/2020 17:37:08	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Convocaremos o anexo amanhã. Muito obrigado.
Pregoeiro	07/12/2020 17:42:51	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, boa tarde! Consultamos sobre a possibilidade de negociarmos o item 39, visto que o valor da proposta dessa empresa estar acima do valor máximo estabelecido para a contratação.
Sistema	07/12/2020 17:46:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS ROBERTO BOSCAROLI EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	07/12/2020 17:57:50	Em razão do horário, interromperemos o certame, retornando amanhã às 09:40hs.
Pregoeiro	07/12/2020 17:57:59	Boa noite a todos.
Sistema	08/12/2020 09:41:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	08/12/2020 09:43:32	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 09:53:54	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:10	Para BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI - Convocaremos o anexo para o envio da proposta.
34.999.660/0001-40	08/12/2020 09:55:12	Bom dia, estamos no aguardo da convocação
Sistema	08/12/2020 09:56:03	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	08/12/2020 09:57:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	08/12/2020 10:08:57	Visando dar celeridade, à medida que os documentos estão sendo enviados já estamos submetendo à análise técnica para a verificação.
Pregoeiro	08/12/2020 10:10:14	Para DATAMED LTDA - Senhor(a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 10:19:32	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, consultamos se essa empresa tem interesse em negociar o item 39, já que o valor ofertado está acima do máximo estimado para a contratação.
38.658.399/0001-75	08/12/2020 10:23:06	Prezado Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado para este item.
Pregoeiro	08/12/2020 10:27:33	Para DATAMED LTDA - Obrigado agradecemos, a proposta será recusada.
Pregoeiro	08/12/2020 10:28:44	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 10:29:16	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Senhor Licitante, consultamos se essa empresa tem interesse em negociar o item 39, já que o valor ofertado está acima do máximo estimado para a contratação.
Pregoeiro	08/12/2020 10:36:59	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Senhor (a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 10:37:22	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Estamos aguardando a resposta sobre o questionamento formulado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:44:00	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 10:48:51	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, consultamos essa empresa sobre o interesse de negociarmos o item 9.
Pregoeiro	08/12/2020 10:52:30	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, reiteramos se essa empresa tem interesse de negociar o item 9.

Pregoeiro	08/12/2020 10:55:07	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Senhor(a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 11:01:13	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Senhor Licitante, consultamos se essa empresa tem interesse em negociar o item 32 e se consegue oferecer um preço menor do que o último lance ofertado.
31.768.037/0001-98	08/12/2020 11:05:02	bom dia! ofertamos nosso menor valor na fase de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 11:18:57	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Correto senhor Licitante, convocaremos o anexo ao tempo que, para facilitar a análise, diligenciaremos o solicitado pela equipe técnica para que nos envie junto com a proposta, o que facilitará a aprovação.
Pregoeiro	08/12/2020 11:19:22	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Potencia mínima ativa: 2000 watts; (Va=W/fator de correção); Regulação estática <5%; Fator de Potência mínimo: > 0,7.
Pregoeiro	08/12/2020 11:19:51	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Configuração: Monofásica (F+ N + T) ou Bifásica (F+ F+ T); Tipo de carga: Carga Indutiva; Sub e sobre tensão de entrada e saída; Sub e sobre tensão DC e bateria; Trafo Isolador; Sobre Temperatura.
Pregoeiro	08/12/2020 11:25:17	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Solicitamos nos enviar comprovação do fornecimento do equipamento, já que os ACTS apresentados não contemplam o especificado no item 9.11 do edital e item 17 e subitens do TERMO DE REFERÊNCIA.
Pregoeiro	08/12/2020 11:25:40	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Consegue nos enviar? sim.
31.768.037/0001-98	08/12/2020 11:29:19	
Pregoeiro	08/12/2020 11:34:04	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Correto, convocaremos o anexo.
Sistema	08/12/2020 11:34:58	Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	08/12/2020 11:36:08	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Senhor(a) Licitante, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 11:37:17	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Retomando nosso chamamento, consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 39.
Pregoeiro	08/12/2020 11:49:04	Para KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORA - Senhor Licitante, após infrutíferas tentativas de comunicação, sem a resposta por parte dessa empresa, concederemos mais 5 minutos para a resposta. caso contrário a proposta será recusada sem a negociação.
Pregoeiro	08/12/2020 12:00:29	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, bom dia!
Sistema	08/12/2020 12:05:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	08/12/2020 12:06:44	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Lembramos os senhores licitantes, que as diligências estão previstas e servem para resguardar o interesse da administração na aquisição do equipamento que atenda as especificações técnicas. Solicto aos participantes para que se atentem ao item 9.11 e subitens do Edital e item 17 do Termo de Referência, que versa sobre os ACTS e as diligências necessárias.
Pregoeiro	08/12/2020 12:07:01	Lembramos os senhores licitantes, que as diligências estão previstas e servem para resguardar o interesse da administração na aquisição do equipamento que atenda as especificações técnicas. Solicto aos participantes para que se atentem ao item 9.11 e subitens do Edital e item 17 do Termo de Referência, que versa sobre os ACTS e as diligências necessárias.
Pregoeiro	08/12/2020 12:15:06	Em razão do horário do almoço, retornaremos as 14hs.
Pregoeiro	08/12/2020 14:00:31	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	08/12/2020 14:01:18	Quase finalizando esta fase, continuamos com a análise das propostas e diligências.
Pregoeiro	08/12/2020 14:02:35	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	08/12/2020 14:03:58	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos um preço melhor pra o item 27.
Pregoeiro	08/12/2020 14:11:39	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor Licitante, reiteramos a nossa consulta sobre o item 27.
31.748.956/0001-08	08/12/2020 14:29:19	Um minuto
31.748.956/0001-08	08/12/2020 14:32:15	Sr(a) Pregoeiro(a), infelizmente estamos no limite de nosso preço...
Pregoeiro	08/12/2020 14:34:10	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Convocaremos o anexo para o envio da proposta atualizada, ao tempo que diligenciaremos algumas questões que facilitarão a análise da equipe técnica ok?
31.748.956/0001-08	08/12/2020 14:34:42	Ok
31.748.956/0001-08	08/12/2020 14:38:55	Sr(a) Pregoeiro(a), gostaríamos de informar que as medidas as medias do nosso equipamento ofertado ultrapassam as medidas solicitadas no edital neste equipamento
Pregoeiro	08/12/2020 14:41:57	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sim, gentileza nos enviar a devida comprovação, bem como a voltagem do equipamento.
31.748.956/0001-08	08/12/2020 14:48:43	Minuto que estou solicitando a área técnica
Pregoeiro	08/12/2020	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor Licitante,

		15:03:28	podemos convocar o anexo?
31.748.956/0001-08	08/12/2020	15:04:04	Pode sim
Pregoeiro	08/12/2020	15:04:51	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Obrigado.
Sistema	08/12/2020	15:05:43	Senhor fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	08/12/2020	15:13:29	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	08/12/2020	15:15:48	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 8.
61.012.811/0001-05	08/12/2020	15:15:59	BOA TARDE
61.012.811/0001-05	08/12/2020	15:19:26	Estamos com nosso menor valor para o produto ofertado
Pregoeiro	08/12/2020	15:21:02	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Convocaremos o anexo para o envio da proposta readequada que será submetida a análise da Equipe Técnica.
Pregoeiro	08/12/2020	15:24:43	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Considerando que necessitamos de algumas informações complementares, solicitamos que nos envie juntamente com a proposta a comprovação: Para acomodar placas com borda, meia borda ou sem borda; Sistema eletrônico de segurança que indica se há desbalanceamento do rotor;
Pregoeiro	08/12/2020	15:27:57	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Solicitamos ainda, a gentileza de anexar Nfs ou Contratos de fornecimento do item em questão.
Sistema	08/12/2020	15:28:44	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	08/12/2020	15:30:05	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor(a) Licitante, boa tarde!
67.957.720/0001-10	08/12/2020	15:33:15	Boa tarde.
Pregoeiro	08/12/2020	15:36:02	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 9.
Pregoeiro	08/12/2020	15:36:35	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Existe a possibilidade de reduzir o valor da proposta?
67.957.720/0001-10	08/12/2020	15:38:11	Conigo chegar em R\$ 6.950,00 a unidade.
Pregoeiro	08/12/2020	15:41:23	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Agradecemos ao tempo em que diligenciaremos visando facilitar a análise da equipe técnica e que solicitamos que essa empresa nos envie juntamente com a proposta.
Pregoeiro	08/12/2020	15:42:24	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas; Tampa anti-aerosol; Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração; Abertura da tampa em caso de emergência; Reconhecimento automático de rotores; Sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida;
Pregoeiro	08/12/2020	15:43:44	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Solicitamos também que nos envie comprovação através de NFs ou contrato de fornecimento de que forneceu o item em específico.
Sistema	08/12/2020	15:44:21	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
67.957.720/0001-10	08/12/2020	15:45:08	Ok. enviarei.
Pregoeiro	08/12/2020	15:58:59	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	08/12/2020	15:59:44	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 32.
Pregoeiro	08/12/2020	16:08:07	Senhor Licitante, reiteramos o nosso questionamento.
Sistema	08/12/2020	16:19:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	08/12/2020	16:27:39	Para VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Senhor Licitante, boa tarde!
32.449.952/0001-83	08/12/2020	16:29:46	Boa tarde
Pregoeiro	08/12/2020	16:30:07	Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 31.
Pregoeiro	08/12/2020	16:30:33	Consegue baixar o valor da proposta?
Pregoeiro	08/12/2020	16:38:39	Para VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Senhor licitante, reiteramos o nosso questionamento.
32.449.952/0001-83	08/12/2020	16:40:04	Boa tarde, a caixa de mensagem havia sido fechada
32.449.952/0001-83	08/12/2020	16:40:27	Não consigo baixar mais o valor, está no meu limite.
Pregoeiro	08/12/2020	16:50:36	Para VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Ok, convocaremos o anexo, mas necessitando subsidiar a equipe técnica que fará a análise do equipamento já que os ACTS foram apresentados de forma genérica, solicitamos a especial atenção de nos enviar notas fiscais, contratos ou outro meio comprobatório de que já comercializou o equipamento.
Sistema	08/12/2020	16:51:13	Senhor fornecedor VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 32.449.952/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.

32.449.952/0001-83	08/12/2020 16:52:39	Não abriu para enviar o anexo, será por aqui ou por email?
32.449.952/0001-83	08/12/2020 16:53:01	agora sim
32.449.952/0001-83	08/12/2020 16:53:10	vou providenciar, obrigada
Sistema	08/12/2020 16:59:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 32.449.952/0001-83, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	08/12/2020 17:00:44	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema	08/12/2020 17:10:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 8.
03.213.418/0001-75	08/12/2020 17:13:51	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	08/12/2020 17:31:18	Desculpe-me estava encaminhando alguns documentos para análise.
Pregoeiro	08/12/2020 17:33:07	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Consulto essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 9.
03.213.418/0001-75	08/12/2020 17:35:37	Sr. pregoeiro, visando a celeridade do processo, vi que a empresa NOVATECNICA foi desclassificada no item 09 com o mesmo modelo que ofertamos. Sendo assim, não atenderemos a necessidade dessa doura comissão. Sendo assim, pedimos desclassificação da nossa empresa para o item 09.
Pregoeiro	08/12/2020 17:39:30	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Agradecemos e recusaremos a proposta.
Pregoeiro	08/12/2020 17:45:52	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, ao tempo em que cumprimentamos os representantes dessa empresa, consultamos sobre a possibilidade de negociarmos o item 9.
Pregoeiro	08/12/2020 17:55:17	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, o sistema estava fechado, consegue nos responder agora?
33.554.685/0001-77	08/12/2020 17:56:39	Boa tarde, nosso valor ja esta bem abaixo do valor de referencia
Pregoeiro	08/12/2020 18:01:23	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Ok, convocaremos o anexo, ao tempo em que diligenciaremos sobre o quesito abaixo e que solicito que nos envie amanhã com a proposta atualizada. Não foi encontrado manual de instruções para comprovar a especificação da proposta.
Pregoeiro	08/12/2020 18:02:03	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Solicitamos ainda, o envio de NF, cópia de contrato que comprove o fornecimento do item.
33.554.685/0001-77	08/12/2020 18:02:41	Iremos providenciar
Sistema	08/12/2020 18:03:13	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	08/12/2020 18:04:28	Em razão do horário, suspenderemos o certame por hoje e retornaremos amanhã, 09/12/2020 às 09hs. Boa Noite!
Sistema	09/12/2020 07:53:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	09/12/2020 09:01:14	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 09:11:27	Estamos analisando alguns documentos e em instantes retomaremos as negociações.
Pregoeiro	09/12/2020 09:21:20	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Senhor Licitante, bom dia! Estamos aguardando o envio do anexo para o ítem 9.
Sistema	09/12/2020 09:22:00	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	09/12/2020 09:22:10	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
33.554.685/0001-77	09/12/2020 09:22:44	Bom dia, Solicitamos a desclassificação de nossa proposta uma vez que, após revisão, verificamos um equivoco nas especificações
33.554.685/0001-77	09/12/2020 09:22:57	Pedimos desculpas pelo ocorrido
Pregoeiro	09/12/2020 09:24:20	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - Correto, a proposta será recusada, obrigado por participar.
Sistema	09/12/2020 09:25:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
33.554.685/0001-77	09/12/2020 09:26:11	Muito obrigada
Pregoeiro	09/12/2020 09:26:56	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 09:28:22	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Consultamos essa empresa de negociarmos o item 9 com um preço menor do que o ultimo lance ofertado.
29.054.890/0001-04	09/12/2020 09:36:16	bom dia ja estou com meu melhor valor para o item!
Pregoeiro	09/12/2020 09:40:42	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ok, convocaremos o anexo ao tempo em que diligenciaremos, solicitando que a resposta seja enviada junto om a proposta atualizada. Solicitamos comprovação: Tampa anti-aerosol;Tampa com abertura automática; Abertura da tampa em caso de emergência; Reconhecimento automático de rotores; Sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida;

Pregoeiro	09/12/2020 09:42:07	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Solicitamos também um ACT que conte com o item ofertado ou similar.
Sistema	09/12/2020 09:42:20	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
29.054.890/0001-04	09/12/2020 09:44:36	conforme consta em edital, os atestados e notas fiscais devem compatíveis com o objeto da licitação, conforme item 9.11.1 do edital, o objeto do referido edital é "Registro de preços para aquisição de equipamentos para processamento de material biológico de referência e amostras questionadas para os Laboratórios de DNA Forense dentro do projeto
29.054.890/0001-04	09/12/2020 09:45:04	portanto o atestado e as notas que enviamos comprovam que fornecemos equipamentos para laboratórios conforme a exigência do item 9.11.1 do edital, é mesmo atestado para todos os itens!
Pregoeiro	09/12/2020 09:48:40	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Positivo senhor licitante, os documentos serão analisados pela equipe técnica. Solicitamos o envio em função dos itens serem individualizados, para que fique registrado no campo do respectivo item. Por gentileza, pode nos reenviar?
29.054.890/0001-04	09/12/2020 09:49:50	Enviaremos!
Pregoeiro	09/12/2020 09:51:59	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 09:56:39	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, concederemos mais 5 minutos para que responda este Pregoeiro.
Pregoeiro	09/12/2020 10:01:39	Em razão da necessidade da análise de alguns documentos, suspenderemos este certame por 30 minutos. Portanto estaremos de volta às 10.30H.
Pregoeiro	09/12/2020 10:01:48	Até já.
Pregoeiro	09/12/2020 10:35:37	Retornando às atividades deste certame, continuaremos as negociações.
Pregoeiro	09/12/2020 10:36:34	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Senhor Licitante, consegue responder o nosso questionamento?
Pregoeiro	09/12/2020 10:42:27	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Após infrutíferas tentativas, infelizmente seremos obrigados a desclassificar a proposta por essa empresa não responder aos sucessivos chamamentos deste pregoeiro.
Pregoeiro	09/12/2020 10:44:35	Após infrutíferas tentativas, infelizmente fomos obrigados a desclassificar a proposta da empresa SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, não responder aos sucessivos chamamentos deste pregoeiro.
Pregoeiro	09/12/2020 10:45:09	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 10:45:43	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Consultamos a possibilidade de negociarmos um valor mais baixo para o item 32.
Pregoeiro	09/12/2020 11:01:00	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante, reiteramos a nossa consulta.
Sistema	09/12/2020 11:03:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 8.
13.531.571/0001-02	09/12/2020 11:04:26	ITEC: Senhores, bom dia!
13.531.571/0001-02	09/12/2020 11:08:56	ITEC: Conseguimos chegar no valor unitário de R\$ 3.850,00.
Pregoeiro	09/12/2020 11:14:13	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante, Convocaremos o anexo e diligenciamos no sentido de que essa empresa nos envie a comprovação de: ): Regulação estática <5%; Configuração: Monofásica (F+N+T) ou Bifásica (F+F+T); Tipo de carga: Carga Indutiva; Sub e sobre tensão de entrada e saída; Sub e sobre tensão DC e bateria; Trafo Isolador.
Sistema	09/12/2020 11:15:33	Senhor fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
13.531.571/0001-02	09/12/2020 11:15:37	Vamos questionar o Fabricante, um minuto por gentileza.
Pregoeiro	09/12/2020 11:19:18	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, bom dia!
29.054.890/0001-04	09/12/2020 11:20:45	bom dia
Pregoeiro	09/12/2020 11:21:15	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Negociamos o item 9 com um preço menor do que o último lance ofertado. Vamos o item 9 e convoquei o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	09/12/2020 11:22:19	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - A mensagem anterior foi enviada erroneamente.
Pregoeiro	09/12/2020 11:22:38	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Pedimos desculpas e solicitamos desconsiderar.
Pregoeiro	09/12/2020 11:23:26	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor Licitante, ocorreu um equívoco. Negociamos o item 9 e convocamos o anexo para o ítem 8, correto?
Pregoeiro	09/12/2020 11:24:25	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Vamos convocar novamente o anexo para o reenvio da proposta conforme solicitado anteriormente, só que para o item correto ok?
29.054.890/0001-04	09/12/2020 11:25:12	tudo bem!
Pregoeiro	09/12/2020 11:25:27	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - "Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Consultamos essa empresa de negociarmos o item 9 com um preço menor do que o último lance ofertado." Senhor fornecedor

JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF:  
29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Pregoeiro	09/12/2020 11:25:59	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - O equívoco foi na convocação do anexo.
Sistema	09/12/2020 11:26:41	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	09/12/2020 11:28:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	09/12/2020 11:50:40	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante, embora o anexo já tenha sido convocado para o envio da proposta, consultamos se essa empresa já obteve a resposta do fornecedor.
Pregoeiro	09/12/2020 11:54:05	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 11:54:56	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 9, com um preço menor do que o ultimo lance ofertado por essa empresa.
Pregoeiro	09/12/2020 12:06:56	Em razão do horário do almoço, retornaremos as 14hs.
Sistema	09/12/2020 12:46:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	09/12/2020 14:00:42	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	09/12/2020 14:01:18	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
05.094.718/0001-08	09/12/2020 14:03:09	Boa tarde!
Pregoeiro	09/12/2020 14:05:54	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Vamos negociar o item 9 senhor Licitante? consegue nos ofertar um lance menor?
05.094.718/0001-08	09/12/2020 14:06:55	Infelizmente não conseguimos baixar mais, ja estamos com o nosso lance minimo.
Pregoeiro	09/12/2020 14:10:51	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor Licitante, convocaremos o anexo para que nos comprove algumas especificações do equipamento ofertado ok?
Pregoeiro	09/12/2020 14:11:02	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas; Abertura da tampa em caso de emergência; Reconhecimento automático de rotores; Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração.
Pregoeiro	09/12/2020 14:12:13	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Solicito ainda, nos enviar cópias de nfs ou de contratos de fornecimento do item em específico.
05.094.718/0001-08	09/12/2020 14:12:18	Um momento por gentileza, vamos verificar
Sistema	09/12/2020 14:12:55	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	09/12/2020 14:13:57	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	09/12/2020 14:16:51	Para DATAMED LTDA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 27, tendo em vista que a proposta oferecida por essa empresa está acima do valor máximo estabelecido para a contratação.
Pregoeiro	09/12/2020 14:27:21	Para DATAMED LTDA - Senhor Licitante, reiteramos o nosso questionamento.
Pregoeiro	09/12/2020 14:33:55	Para DATAMED LTDA - Senor(a) Licitante, estabeleceremos mais 5 minutos, para a resposta, caso contrario recusaremos a proposta.
Sistema	09/12/2020 15:08:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	09/12/2020 15:22:21	Objetivando a análise técnica de um item, suspenderemos o certame por 40 minutos, retornando às 16hs.
Pregoeiro	09/12/2020 16:04:13	De volta senhores Licitantes,.
Pregoeiro	09/12/2020 16:07:01	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Senhor (a) Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	09/12/2020 16:07:38	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Consultamos essa empresa sobre a possibilidade de negociarmos o item 9.
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:08:11	Boa tarde Sr Pregoeiro!
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:09:32	Estamos a disposição
Pregoeiro	09/12/2020 16:11:03	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - A primeira pergunta é se consegue reduzir o valor da proposta apresentada por essa empresa.
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:13:39	Sr Pregoeiro, estamos no nosso limite
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:14:27	Já reduzimos bastante do nosso valor inicial
Pregoeiro	09/12/2020 16:16:18	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Agora senhor Licitante, gostaria que nos respondesse em diligência os seguintes questionamentos que o item deve contemplar: Força centrífuga (FCR) que atinja, no mínimo, 20.000 g; Tampa com abertura automática. Tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas.
Pregoeiro	09/12/2020 16:16:50	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Deve possuir no mínimo 5 rampas de aceleração e desaceleração; Abertura da tampa em caso de emergência; Reconhecimento

Pregoeiro	09/12/2020 16:18:07	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Comprovação através de nfs ou cópia de contratos, de que já forneceu o item em específico.
Pregoeiro	09/12/2020 16:28:04	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Consegue nos responder senhor licitante?
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:29:11	Sim, só um momento por gentileza
Pregoeiro	09/12/2020 16:31:54	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - ok.
Pregoeiro	09/12/2020 16:42:24	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - Senhor Licitante, posso convocar o anexo?
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:44:40	Atendemos as 5 rampas de aceleração e desaceleração; temos abertura da tampa em caso de emergência; atualmente já possuímos reconhecimento automático de rotores, temos Sensor para desbalanceamento do rotor com interrupção automática da corrida. Atendemos a Força centrífuga (FCR) que atinja, até 23.250 g; porem para rodar micro tubos como solicitado no edital
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:44:58	Por favor, pode sim
Pregoeiro	09/12/2020 16:45:38	Para AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - ok.
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:45:46	Nosso fabricante INBRAs atende ao solicitado no edital
Sistema	09/12/2020 16:46:29	Senhor fornecedor AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.518.301/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
13.518.301/0001-53	09/12/2020 16:46:32	com força g a 20.000, poderá danificar os tubos e até as caçapas da centrifuga. Por isto colocamos uma força g de segurança em nossa proposta de 18.300g. Nossa Tampa possui abertura automática. Tempo de corrida que atinja no mínimo 9 horas.
Pregoeiro	09/12/2020 16:48:27	Retomaremos a sessão às 17.20h de hoje.
Sistema	09/12/2020 17:12:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.518.301/0001-53, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	09/12/2020 17:59:10	Em razão do horário, retomaremos esta sessão amanhã às 08Hs.
Pregoeiro	09/12/2020 17:59:29	Boa Noite!!!
Pregoeiro	10/12/2020 08:00:14	Senhores Licitantes, bom dia! Durante 36 dias, atuamos neste certame, cujo objetivo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de material biológico de referência e amostras questionadas para os laboratórios de DNA FORENSE que terá um avanço significativo nas pesquisas e investigações em nosso país.
Pregoeiro	10/12/2020 08:03:09	Atuamos sempre buscando a aquisição dos melhores equipamentos com os preços compatíveis com o mercado. Certame difícil, por se tratar de equipamentos complexos e que exigem uma análise técnica minuciosa para a aprovação.
Pregoeiro	10/12/2020 08:08:44	Seguiremos em frente, apresentando a fase recursal, razão pela qual solicito àqueles que irão se manifestar, que o façam de forma fundamentada, de forma que nos dê embasamento para uma decisão acertada. Em nome do MJSP, agradeço a participação de todos, que entendemos como parceiros de negócios que atuam pelo desenvolvimento de nosso país.
Pregoeiro	10/12/2020 08:20:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/12/2020 às 08:51:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	04/11/2020 17:31:00	Previsão de Reabertura: 05/11/2020 09:30:00. Motivo: Fim de expediente, será reaberto amanhã, 05/11/2020, às 9.30h.
Reativado	05/11/2020 09:30:13	
Suspensão Administrativa	05/11/2020 12:01:00	Previsão de Reabertura: 06/11/2020 09:30:00. Motivo: Intervalo de almoço e operar outro certame.
Reativado	06/11/2020 09:30:51	
Abertura de Prazo	01/12/2020 16:37:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/12/2020 08:20:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/12/2020 às 08:51:00.

Data limite para registro de recurso: 15/12/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 18/12/2020.

Data limite para registro de decisão: 28/12/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:46 horas do dia 10 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MURILLO ROBERTO BATALHA MACEDO  
**Pregoeiro Oficial**

ANA PAULA MARTINS MASCARENHAS  
**Equipe de Apoio**

LUIS HILARIO DA SILVA DE OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
Relatório

[Voltar](#)

